

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

关于彩色多普勒超声系统（GXZC2025-G1-003622-JGJD）分标 1 采购结果质疑函的答复

质疑单位名称：江西新波贸易有限公司

地址：江西省萍乡市湘东区湘东镇甘泉村大屋组 55 号 107 室

授权代表人：汤鹏

联系电话：13707820731

江西新波贸易有限公司：

我公司于 2026 年 1 月 19 日收到由贵公司递交的关于彩色多普勒超声系统（GXZC2025-G1-003622-JGJD）分标 1 采购结果的质疑函，对贵公司提出的质疑事项我公司高度重视，进行了认真研究核实并征询采购人的意见，现针对贵公司提出的质疑事项，依据政府采购有关规定回复如下：

质疑事项 1：

广西紫祺生物科技有限责任公司投标产品西门子“ACUSONRedwoodS”无法满足本招标文件第二章采购需求中分标 1：彩色多普勒超声系统（心脏血管方向），《货物需求一览表》中的实质性参数要求：“▲2、所投型号需为制造商在 NMPA 已注册的高端心血管专用机型和最新软件版本，要求投标时提供“国械注准”产品注册证。”

依据：在 ACUSONRedwoodS 产品的注册证中明确显示为“沪械注准 20232060225”，不符合招标要求，存在虚假应标情况。

质疑答复 1：

(1)经核查，质疑反馈情况属实，但不属于虚假应标情况，将按政府采购相关规定进行纠正。

质疑事项 2:

广西紫祺生物科技有限责任公司投标产品西门子“ACUSONRedwoodS”无法满足本招标文件第二章采购需求中分标 1,《货物需求一览表》中的实质性参数要求:“▲1.14、动态核磁成像技术或噪声抑制成像技术,≥4 级可调,支持所有探头,可结合其他图像优化技术同时使用。”

依据为在 ACUSONRedwoodS 产品的彩页及推荐书介绍中没有该技术,存在虚假应标情况。

质疑答复 2:

评标委员会已严格按《招标文件》规定的评标方法及评标标准进行评标,经核查,中标人所提供的佐证材料满足采购需求。贵公司判断中标人未满足招标文件标注“▲”的实质性条款为贵公司单方面收集的资料并做出的认定,事实依据不充分,该质疑不成立。

质疑事项 3:

广西紫祺生物科技有限责任公司投标产品西门子“ACUSONRedwoodS”无法满足本招标文件第二章采购需求中分标 1,《货物需求一览表》中的参数要求:“▲2.6、支持负荷超声成像下的心肌灌注造影,具有计时器及闪烁造影成像技术,闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调,可心电触发和时间触发。”

依据为在 ACUSONRedwoodS 产品的彩页及推荐书介绍中只有左心室造影和负荷超声,该设备不具备招标要求的心肌灌注造影相关功能,存在虚假应标。

质疑答复 3:

评标委员会已严格按《招标文件》规定的评标方法及评标标准进行评标,经核查,中标人所提供的佐证材料满足采购需求。贵公司判断中标人未满足招标文件标注“▲”的实质性条款为贵公司单方面收集的资料并做出的

认定，事实依据不充分，该质疑不成立。

质疑事项 4:

广西紫祺生物科技有限责任公司投标产品西门子“ACUSONRedwoodS”无法满足本招标文件第二章采购需求中分标 1,《货物需求一览表》中的参数要求：“■(1)实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示，单节段运动速度曲线 $\geq$ 32 节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示。”

依据为在 ACUSONRedwoodS 产品的彩页及推荐书介绍中该功能达不到“ $\geq$ 32 节段运动速度曲线同步显示”等要求，因此该设备不具备招标要求的相关功能，存在虚假应标。

质疑答复 4:

评标委员会已严格按《招标文件》规定的评标方法及评标标准进行评标，经核查，中标人所提供的佐证材料满足采购需求。贵公司判断中标人未响应重要技术参数条款为贵公司单方面收集的资料并做出的认定，事实依据不充分，该质疑不成立。

如贵公司对本质疑答复不满意，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定，在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公司工作的关心和支持！

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2026 年 1 月 27 日

