

广西医科大学第一附属医院
步态分析仪及运动心肺测试仪采购
[项目编号: GXZC2025-J1-003970-GXRZ]

2 分标成交结果变更公告

一、项目编号: GXZC2025-J1-003970-GXRZ

采购计划文号: 广西政采[2025]19813 号-001

二、项目名称: 步态分析仪及运动心肺测试仪采购

三、采购结果变更情况

本项目成交公告于 2026 年 1 月 4 日发布后,收到 2 分标竞标单位对成交供应商的质疑,采购代理机构依法组织了原谈判小组对质疑事项及评审结果进行了认真复核。经复核:发现成交供应商广西东桃医疗设备有限公司响应文件的响应内容及佐证材料 1. “▲(三)、气体流量测量范围:-960L/min~960L/min,精确度:±3%”,测量误差不满足采购需求;不符合竞争性谈判文件的“实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件做无效处理的条款”的规定; 2. “氧气传感器响应时间为≤80ms”,未按竞争性谈判文件要求写明具体数值; 3. “二氧化碳传感器响应时间为≤80ms”,未按竞争性谈判文件要求写明具体数值,不符合竞争性谈判文件第五章响应文件格式,商务技术文件“七、货物需求偏离表,注: 4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时,响应文件承诺不得直接复制采购需求,响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数的具体数值,否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的,采购人应在此采购需求的数值后标注◆号,对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。”的规定,该响应文件为无效竞标。

复核中发现的其他问题:

1、广西欣会通科技有限公司的响应文件“气体流量测量范围:-1200L/min~1200L/min”; 南宁佳柏联贸易有限公司的响应文件“气体流量测量范围:-960L/min~960L/min”,两家供应商的测量误差不满足根据竞争性谈判文件“▲(三)、气体流量测量范围:-550L/min~550L/min,气体流量测量误差应≤±10%或±10L/min”;根据竞争性谈判文件的“实质性要求是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件做无效处理的条款”的规定,广西欣会通科技有限公司、南宁佳柏联贸易有限公司的响应文件按无效竞标处理。

2、参与本次竞标的供应商“广西城之康科技有限公司、广西东桃医疗设备有限公司、广西江科商贸有限公司、广西聚福源医疗科技发展有限公司、广西卫君睡眠医学诊所有限公司、广西欣会通科技有限公司、南宁佳柏联贸易有限公司”7 家响应文件中的货物配置清单均有缺漏项,未按要求填写完整,与“货物需求一览表”不一致。根据竞争性谈判文件



第五章响应文件格式,商务技术文件“配置清单表,备注:以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致,否则响应文件作无效处理。”的规定,7家供应商的响应文件均按无效竞标处理。

经复核后,实质性满足采购文件的供应商不足三家,根据《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》“第十六条 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立,或者成立但未对中标、成交结果构成影响的,继续开展采购活动;认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的,按照下列情况处理:(二)对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑,合格供应商符合法定数量时,可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的,应当依法另行确定中标、成交供应商;否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、成交结果改变的,采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。”的规定,鉴于此,采购人决定重新开展该项目采购活动。

四、评审专家名单: 黄花新(组长)、陈欣、凌瑞疆(采购人代表)。

五、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

六、其他补充事宜

1. 公告媒体及日期: <http://www.ccgp.gov.cn>(中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzfgov.gov.cn>(广西政府采购网)、<https://www.gxmu.edu.cn/>(广西医科大学)、<https://www.gxmuyfy.cn/>(广西医科大学第一附属医院)、www.gxruizhen.com(广西瑞真工程造价咨询有限责任公司官网), 2026年2月5日。

七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人名称: 广西医科大学第一附属医院

地址: 广西南宁双拥路6号

联系人及联系电话: 刘老师 (0771-5634385)

2. 采购代理机构名称: 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址: 南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层11号

项目负责人联系电话: 陈雪姣 (0771-5800672)

广西医科大学第一附属医院

2026年2月5日

