

广西恒明项目管理有限公司关于宾阳县人民医院医疗设备一批采购 (NNZC2025-G1-260176-GXHM) 招标文件预公示意见答复函（一）

致：广西梦卓商贸有限公司

我公司于2026年3月3日15时05分收到贵公司现场递交关于宾阳县人民医院医疗设备一批采购、项目编号：NNZC2025-G1-260176-GXHM的意见函。我公司对此高度重视，现受采购人委托，就贵公司意见函中提出的意见事项进行逐项回复：

事项一：详见意见函附件

意见答复：（一）贵公司认定【戊肝、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应的生产厂家仅有两家：郑州安图生物工程股份有限公司和北京万泰生物药业股份有限公司】的理由不充分，所提供的意见函中亦不能证明【国内其他所有厂家均不能满足采购需求】，经查询，满足该技术参数有【万泰生物；安图；华大吉比爱】等品牌，贵公司对该项意见缺乏事实依据。

（二）技术参数：3、▲平台可应用的菜单：胃功能四项，肠道病毒71型IgM抗体，嗜肺军团菌IgM抗体，甲肝，戊肝两项，乙肝核心抗体IgM，肿瘤十九项，优生十项、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应等项目的检测。

经过市场调查，该参数修改为：3、平台可应用的菜单：胃功能四项，嗜肺军团菌IgM抗体，甲肝，戊肝两项，乙肝核心抗体IgM，肿瘤十九项，优生十项、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应等项目的检测。

事项二：详见意见函附件

意见答复：（一）贵公司认定【试剂位：单模块≥50个试剂位仅有郑州安图生物工程股份有限公司的AutoLumo A6200型号满足】的理由不充分，所提供的意见函中亦不能证明【国内其他所有厂家均不能满足采购需求】，经查询，满足该技术参数有【安图、贝克曼、迈瑞、万孚】等品牌，贵公司对该项意见缺乏事实依据。

（二）技术参数：14. ▲试剂位：单模块≥50个试剂位。

经过市场调查，该参数修改为：14. 试剂位：单模块≥50个试剂位

事项三：详见意见函附件

意见答复：经过市场调查，该参数修改为：15. 磁分离结构：磁分离技术，磁珠分离和清洗有聚散过程。

感谢贵公司对本项目采购活动的支持与监督。

广西恒明项目管理有限公司

2026年3月9日



关于《宾阳县人民医院医疗设备一批采购》公开招标文件预公示意见函

致：宾阳县人民医院/广西恒明项目管理有限公司（招标单位/招标代理机构名称）

我方 广西梦卓商贸有限公司（单位全称），作为 项目名称：宾阳县人民医院医疗设备一批采购、项目编号：NNZC2025-G1-260176-GXHM 的潜在投标人，经认真研读招标文件预公示内容，现就其中产品“全自动化学发光免疫分析仪”的技术参数提出如下异议及修改建议，恳请贵方予以研究、澄清或调整：

一、意见事项

1. 关于招标文件第二章采购需求中的全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求中 3. ▲平台可应用的菜单：胃功能四项，肠道病毒 71 型 IgM 抗体，嗜肺军团菌 IgM 抗体，甲肝，戊肝两项，乙肝核心抗体 IgM，肿瘤十九项，优生十项、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应等项目的检测。

我方意见：经查询国家药品监督管理局（NMPA）网站及相关资料，目前市场上同时拥有“戊肝”和“结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应”这两个项目检测试剂盒（且均为化学发光法）的生产厂家仅有两家：郑州安图生物工程股份有限公司和北京万泰生物药业股份有限公司。

合规性分析：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定，若该实质性参数导致满足条件的厂家不足三家，且▲参数不满足即为废标，则该条款违反了招标投标法关于有效投标人数量的要求，存在限制竞争的嫌疑。

建议修改/澄清为：建议删除或放宽该条款中对特定项目的硬性要求（如“戊肝”或“结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应”），确保满足该参数的潜在投标人达到三家以上，以保证项目的合法合规性。

2. 关于招标文件第二章的全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求第 14. ▲试剂位：单模块 ≥ 50 个试剂位。

我方意见：结合上述第 3 条参数限制，目前北京万泰生物药业股份有限公司的 WAN200+及 WAN600 两款机型，其单模块试剂位均为 30 个，无法满足“ ≥ 50 个”的要求。目前仅有郑州安图生物工程股份有限公司的 AutoLumo A6200 型号满足此参数。

合规性分析：综合第 3 条与第 14 条参数来看，目前市场上能同时满足这两项核心指标的设备型号只有 AutoLumo A6200，具有唯一性，存在限制竞争的嫌疑。



建议修改/澄清为：要求贵方将此参数的试剂位数量降低，保证有三家及以上厂家能满足该参数，以确保符合招标规则。

3.关于招标文件第二章的全自动化学发光免疫分析仪技术参数要求第15.磁分离结构：五阶泳式磁分离技术，磁珠分离和清洗有聚散过程。

我方意见：按照北京市万泰生物药业股份有限公司公布的两个机型（wan600 和 wan200+）来看这两款机型均不满足15点参数要求，由此得出，本招标文件参数有明确的指向性，指向郑州安图生物工程股份有限公司的全自动化学发光免疫分析仪 AutoLumo A6200 型号。结合以上技术参数，我认为本次预公示产品：全自动化学发光免疫分析仪有明显的锁标行为。

建议修改/澄清为：建议删除具有争议性的实质性参数，或改为通用的技术参数，以消除排他性。

二、其他说明

我方上述意见仅为完善招标文件、保障招标活动公平公正、便于项目顺利实施提出，不构成对招标文件的任何异议或放弃投标权利，亦不影响我方后续参与本项目投标活动。

恳请贵方对上述意见予以审慎考虑，并就相关内容及时予以澄清或回复。

特此函告。

单位名称（盖章）：广西梦卓商贸有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：杨勇

联系电话：18577157273

日期：2026 年 03 月 03 日

