

广西恒明项目管理有限公司关于宾阳县人民医院医疗设备一批采购 (NNZC2025-G1-260176-GXHM) 质疑答复函

质疑人名称：广西梦卓商贸有限公司

质疑人地址：广西壮族自治区柳州市柳北区广场路10号柳州地王国际财富中心3栋1单元4
9-40

我公司于2026年3月25日收到质疑人现场递交的“宾阳县人民医院医疗设备一批采购（NNZC2025-G1-260176-GXHM）”采购文件《质疑函》，我公司高度重视，经认真核查，现对质疑事项答复如下：

质疑事项1：全自动化学发光免疫分析仪的3. 平台可应用的菜单：胃功能四项，嗜肺军团菌IgM抗体，甲肝，戊肝两项，乙肝核心抗体IgM，肿瘤十九项，优生十项、结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应等项目的检测。及14. 试剂位：单模块 ≥ 50 个试剂位。

事实依据：详见质疑函。

质疑答复1：经核实，针对“全自动化学发光免疫分析仪的3. 平台可应用的菜单：胃功能四项... 反应等项目的检测。”我公司对其做出相应更改，具体内容详见本项目更正公告（二）；对于“第14点 试剂位：单模块 ≥ 50 个试剂位”，该技术需求是由采购人根据采购项目的特点、科室的实际临床需求、专业医疗标准以及广泛的市场调研设定，是与项目实际紧密相关的功能条款、技术指标，符合采购项目的特点和采购人的实际使用需求，没有违反政府采购的相关规定。

质疑事项2：全自动化学发光免疫分析仪的5. 反应位：单模块 > 340 个，保证一步法及两步法仪器检测速度的恒定。

事实依据：详见质疑函。

质疑答复2：我单位已对该部分技术参数做出更正处理，具体更正内容详见本项目更正公告（二）。

质疑事项3：我司根据招标文件全自动化学发光免疫分析仪参数，与郑州安图AutoLumoA6200参数作比较，发现相似度惊人，正偏离非常多。根据前面两项质疑事项得出，满足第3，第5，第14的厂家仅为华大吉比爱以及郑州安图的产品，但是同时具备“可开展项目”以及“试剂位、反应模块”的机体条件仅有这两个厂家具备，不满足三家！且总体参数具有指向性。如有意见，请举例其他两家厂家的全自动化学发光免疫分析仪参数得分/参数与郑州安图AutoLumoA6200全自动化学发光免疫分析仪参数一致。

事实依据：详见质疑函。

质疑答复3：答复内容详见质疑答复1、2点。

如贵公司对本质疑答复不满意，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门投诉。感谢贵公司对我公司工作的关心和支持！



广西恒明项目管理有限公司
2026年4月2日