

关于平南县中医医院关于采购超高档彩色 多普勒超声诊断仪等医疗设备一批 (项目编号: GGZC2025-G1-210312-GXZK) 的质疑答复函

广西远泽投资有限公司:

广西中科特工程咨询有限公司于 2025 年 12 月 11 日收到贵公司以邮寄递交方式送达的关于平南县中医医院关于采购超高档彩色多普勒超声诊断仪等医疗设备一批(编号: GGZC2025-G1-210312-GXZK)标项四: 临床检验设备一批中, 全自动生化免疫流水线的有关问题的质疑函, 我公司对贵方所提出的质疑内容高度重视, 经报采购单位核实, 现答复如下:

质疑事项: 技术指标要求▲16、17、▲24、▲28、30、31 的内容, 限制竞争范围, 具有倾向性。

回复质疑事项: 经核查, 同品牌联机是保障设备运行稳定性、数据传输准确性的关键要求, 全实验室自动化连接符合《“十四五”全民医疗保障规划》中智慧医院建设的技术导向, 可减少跨品牌兼容故障, 降低后期运维成本, 属于基于实际应用场景的合理设定。

基于医院“减少人工干预、降低污染风险”的临床需求。一次性加载 ≥ 3000 个可实现“单日一次加载, 无需中途停机添杯”, 避免频繁开盖添杯导致的试剂污染(人工添杯污染率约 0.8%, 连续供杯可降至 0.1% 以下); 同时, “随时添加”功能可应对突发样本量增加(如

突发公共卫生事件时样本量翻倍)，属于保障检验效率的必要配置。

检验项目需覆盖肿瘤标志物、甲状腺功能等 12 大类 150 余项，同平台开展可避免患者多设备送检、样本反复处理，提升诊疗效率，符合《医疗机构临床检验项目目录（2024 版）》的要求，参数设定具有临床必要性。

“乙肝两对半、乙型肝炎病毒前 S1 抗原”该两项功能是医院肝病科、风湿免疫科的核心需求。需常规开展乙肝两对半 + 前 S1 抗原联合检测（提高乙肝早期诊断率 15%）；类风湿因子及相关 4 项检测（抗 CCP 抗体、抗角蛋白抗体等）是类风湿关节炎确诊的关键项目。

综上所述所提及的技术参数，均是基于项目需求而设定的，旨在确保采购到的产品能够满足医院实验室全自动生化免疫流水线的要求，以及提高检测效率和准确性。经过核实，能满足技术参数配置的生产厂家至少有三家的产品符合要求，多数主流厂家均能实现这一功能。故上述参数不存在贵公司所指的排斥其他供应商参与竞争和指向性特定供应商、特定产品、特定品牌的行为，该项质疑无效且参数设置合理不违反公平竞争原则，故本项质疑缺乏事实依据，质疑事项不成立。

本项目在确定采购需求前已严格按照《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22 号文及《广西壮族自治区财政厅关于转发财政部政府采购需求管理办法的通知》桂财采〔2021〕67 号文开展了需求调查，已按规定组织确定采购需求和编制采购实施计划，并对采购需求和采购实施计划进行了审查。

综上所述，贵公司的质疑事项均缺乏事实依据，质疑事项不成立。
贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

特此复函。

广西中科特工程咨询有限公司

2025 年 12 月 17 日

