

论证会专家评委签到表

项目名称：蒙山县中医医院联影CT710球管采购项目

论证时间：2026年2月4日

序号	姓名	工作单位	职称或职务	联系电话	备注
1	邵晓东	梧州市工人医院	高级工程师	13877492460	
2	李礼能	梧州市中医院(退休)	主管技师	13878489028	
3	陈晓响	梧州学院	工程师	153 0021 5371	
4					
5					
6					

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈晓昀	
	职称：工程师	
	工作单位：梧州学院	
项目信息	项目名称：蒙山县中医医院联影 uCT710 球管采购项目	
	项目预算金额：75 万元	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	联影公司作为该设备在中国境内唯一合法销售和具备完备售后服务能力企业，掌握该设备全部技术及知识产权，型号 MCS-7171A 球管为该公司产品，与联影 uCT 710 投射机配套使用，其他厂商产品无法与其兼容。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，同时确保该设备的正常使用，建议推荐上海联影医疗科技股份有限公司作为该项目的单一来源供应商。	
专业人员签字	陈晓昀	日期 2026 年 2 月 4 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李礼雄</u>	
	职称: <u>主管技师</u>	
	工作单位: <u>梧州市中医院 (退休)</u>	
项目信息	项目名称: <u>蒙山县中医医院联影 uCT710 球管采购项目</u>	
	项目预算金额: <u>75 万元</u>	
	供应商名称: <u>上海联影医疗科技股份有限公司</u>	
专业人员论证意见	CT机各生产厂家其所需的配件是不同的,各自有自己的技术专利,所生产的配件的参数、标准和技术都不同。由于涉及研发者所以一般都不与其它品牌兼容,而上海联影 uCT710 投射机的球管(MCS-717A)是上海联影医疗科技股份有限公司自研产品,该配件的技术参数无法与其它品牌兼容,属于专机专用核心配件,只能由厂家及厂家指定的代理商提供配件和维护技术。根据国家相关规定,同时确保该设备的正常使用。 本人建议采用单一来源采购方式进行招标。	
专业人员签字	<u>李礼雄</u>	日期 <u>2026年2月4日</u>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：邵智荣	
	职称：高级工程师	
	工作单位：梧州市工人医院	
项目信息	项目名称：蒙山县中医医院联影 uCT710 球管采购项目	
	项目预算金额：75 万元	
	供应商名称：上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	CT机是技术复杂、高度精密的设备，CT球管是机器的核心部件，其设计、制造必须与整机的控制系统、数据采集系统深度匹配，MCS-7171A球管为联影uCT710的配套专用球管，是经过原厂的严格匹配测试，确保更换后机器在各项技术指标及安全性能达到原来的标准，此球管为整机专用配件。上海联影医疗科技股份有限公司为该配件唯一指定供应商。根据国家相关规定及确保CT机的正常安全使用，本人建议本项目采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	邵智荣	日期2026年2月4日