


## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 罗承昆	
	职称: 主治医师	
	工作单位: 市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 球管及配套电缆采购项目	
	项目预算金额: 144 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>根据北海市人民医院拟采购球管及配套电缆, 由于该院原有CT (Aquilion ONE Ix-305A) 机, 使用多年, 球管及配套电缆损坏严重不能修复, 需要重新购置, 但由于该CT的所有零部件均由该设备生产厂家统一生产, 其他厂家生产的零部件无法与之匹配使用, 因此只能从唯一的生产厂家采购。申请单一来源方式采购符合《政府采购法》第三十一条第一款和适用于财政部令(2021)4号文, 单一来源采购方式适用情形中(一)只能从唯一供应商处采购中的第一条规定。因此建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	罗承昆	日期 2026 年 1 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨国然	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 北海市疾控中心(退休)	
项目信息	项目名称: 球管及配套电缆采购项目	
	项目预算金额: 144 万元	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	<p>北海市人民医院采购的“球管及配套电缆采购项目”是为现有佳能CT(Azulion ONE T5x-30TA)设备采购,其他厂家生产的配件无法满足需求。依据《广西壮族自治区政府采购货物和服务招标投标管理办法》(桂政规〔2021〕4号)单一来源采购方式的适用情形第一款“使用专利或者专有技术的货物或服务”采购,需同时满足三个条件的条件:一是拟采购的货物或服务是必须使用指定的专利或者专有技术;二是项目使用的专利、专有技术或服务具有不可替代性;三是同一产品或服务工艺的专利、专有技术或服务具有独占性。因此,该项目只能从唯一供应商处采购才能满足项目需求,建议采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字		日期 2026 年 1 月 28 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 廖海洁
	职称: 主任医师
	工作单位: 广西国际旅行卫生保健中心北海分中心
项目信息	项目名称: 球管及配套电缆采购项目
	项目预算金额: 144 万元
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司
专业人员论证意见	<p>北海市人民医院拟采购的“球管及配套电缆采购项目”为CT机上的球管。由于现有CT品牌型号为佳能品牌CT (Aquilion ONE TSX-305A) 机,其他厂家生产的配件设施不能满足需求。根据“桂财规[2021]4号文”第一款,单一来源采购方式的适用情形的第一款,依专利或者专有技术的项目,用单一来源方式采购,同时满足三个方面的条件:一是项目功能的定位决定必须使用指定的专利、专有技术,二是项目使用的专利、专有技术具有不可替代性,三是产品或生产工艺的专利、专有技术具有独占性。因此,建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	廖海洁 日期 2026年 1 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。