

广西桂昭项目管理有限公司公司关于昭平县北陀镇卫生院九龙分院 2025 年医疗设备采购质疑答复书

质疑供应商名称：江西迈越贸易有限公司

地址：江西省吉安市万安县工业园迎宾大道实训大楼 105 室

联系人：莫伟鹏 联系电话：19097549861

你公司于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 40 分送达的昭平县北陀镇卫生院九龙分院 2025 年医疗设备采购质疑函，现答复如下：

质疑事项 1：此次招标要求设置不合理，且锁定联影品牌，严重损害其他供应商合法权益。

现回复如下：

★1.2 为保证设备使用耐久度、生产稳定性与设计符合医学影像设备技术要求，投标设备制造商需要具备大型影像设备超高端 CT、3.0TMR 制造能力，需要提供国家药监局官网的查询截图证明。

2.1.6 阳极热容量 $\geq 230\text{KHU}$

★ 2.1.14 为避免球管连续曝光发热损坏屏幕，球管端不可配置触摸操控屏幕，需要提供实物照片证明。

2.2.1 输出功率 $\geq 50\text{KW}$

2.5.5 床面尺寸 $\geq 230*84\text{cm}$

★ 2.5.13 因安装场地限制，要求高压发生器装置放置在固定摄影床下
针对招标参数具有指向性的回复：

(1) 参数项“★1.2 为保证设备使用耐久度、生产稳定性与设计符合医学影像设备技术要求，投标设备制造商需要具备大型影像设备超高端 CT、3.0TMR 制造能力，需要提供国家药监局官网的查询截图证明。”医用数

数字化 X 射线摄影系统作为成熟的大型医学影像设备，其发展历史较长，选择具备大型医学影像设备设计生产能力的厂家，能够在医用数字化 X 射线摄影系统的生产设计上更稳定成熟，产品耐久度与稳定性上优于部分企业，单位采购此设备需要使用十年年限之久，要求采购设备稳定性较高属于合理需求，可满足的厂家有 GE、西门子、北京宽腾、辽宁东软、上海联影等；市面上远超三家厂家符合。质疑不成立。

(2) 参数项“2.1.6 阳极热容量 $\geq 230\text{KHU}$ ”与“2.2.1 输出功率 $\geq 50\text{KW}$ ”；阳极热容量 $\geq 230\text{KHU}$ 与输出功率 $\geq 50\text{KW}$ 已完全满足基层一级医院临床的实际需求，市面上很多品牌的 DR 产品可以满足该要求，比如：西门子 MULTIX Impact 易拍 MAX、GE Definium Pace Select、东软 NeuVision 850 等。质疑不成立。

(3) 参数项“2.5.5 床面尺寸 $\geq 230*84\text{cm}$ ” 市场上符合该参数要求的厂家有 GE、东软、开普等，质疑不成立。

(4) 参数项“★ 2.1.14 为避免球管连续曝光发热损坏屏幕，球管端不可配置触摸操控屏幕，需要提供实物照片证明。” 目前重力角度指示仪是众多厂家通用的选择，可以满足此类设计的厂家远超 3 家，市场上符合该参数要求的厂家有 GE、西门子、东软、飞利浦等。质疑不成立。

(5) 参数项“★2.5.13 因安装场地限制，要求高压发生器装置放置在固定摄影床下” 高压发生器装置放置在固定摄影床下可以使设备集成度高，占地小，给患者摆位拍摄提供更多的空间，可以满足此类设计的厂家远超 3 家，市场上符合该参数要求的厂家有 GE、联影、迈瑞等。质疑不成立。

目前，市场上合法注册和销售的 DR 产品，符合上述条款的产品并不仅联影

品牌产品，具体详见专家论证报告，符合产品已超过三家，谈判文件中技术参数并不违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条的相关规定。综上所述，我认为：情况不属实，不予支持针对此条款提出的诉求，

如质疑人对本质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向昭平财政局投诉。再次感谢质疑人对政府采购工作的关心和支持！

采购代理机构：广西桂昭项目管理有限公司



2025 年 12 月 25 日

