

广西建澜项目管理有限公司关于桂林市社会福利医院医疗设备采购 一批项目（GLZC2025-J1-990686-GXJL）的质疑答复函

质疑供应商：广西海韵商贸有限公司

地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区歌韵路17号昌林中心A座十三层1303B

联系人：汪祖建

联系电话：15778081353

授权代表：崔庆彪

联系电话：13923894717

广西海韵商贸有限公司：

贵公司以邮箱和现场递交方式送达的关于“桂林市社会福利医院医疗设备采购一批项目（项目编号：GLZC2025-J1-990686-GXJL）”质疑函原件，我公司于2025年12月26日收悉，针对贵公司提出的质疑问题我公司高度重视，当即将该质疑函报送采购人。经组织专家对谈判文件进行论证及采购人核实后，对质疑事项答复如下：

质疑事项 1：

采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。

事实依据：招标文件性能技术指标要求可以看出是根据北京熹格姆医疗科技有限公司代理的美国西格玛斯蒂姆有限责任公司生产的电休克治疗仪技术参数编造的，存在明显的倾向性和特定的性能指标。

2. 电流：允许调节或恒定电流强度参数范围：500mA-900mA；全量程参数可选择以下 500mA, 600mA, 700mA, 800mA, 900mA 各档设置；

3. 频率： ≥ 110 Hz，以 5Hz 为一增量；

4. 内置菜单具有超短脉冲 0.15, 0.3ms，近超短脉冲 0.5ms 或短脉冲 1.0ms 可供用户选择；

7. 电荷输出： ≥ 1010 MC；

8. 设备电压：50-400V 自动调节；

9. 本机自带可视监视系统；

10. 刺激模式要求：单个旋钮控制或四旋钮控制；可一键式操作或四旋钮操作。临床可进行精准治疗，给药以 0.01ms 调节治疗方案；

11. 视觉提示：三色 LED 灯光提示；听觉提示：治疗警告音提示；

13. 仪器自带 ≥ 5.6 英寸触摸型显示屏；实时监测/显示功能；

14. 安全性：设备可实时监测显示患者阻抗值，范围 100-5000 欧姆；设备可自动识别超出范围，停机保护；

15. 抽搐强度的监测：范围从 0~100%；

16. 仪器自带单侧治疗设置模块, 提供全世界最先进的滴定超短刺激及整体刺激方案;

17. 安全功能

17.1 具有生理导联阻抗测试功能, 可监测导联的电导率(打印或显示)。

17.3 ≥ 200 条的临床和技术错误信息, 验证设备异常功能。

质疑回复及依据: 因采购计划调整, 现终止本次采购活动, 待调整完成后, 将重新开展采购活动, 请关注相关后续事宜。感谢贵公司对本项目采购活动的监督和支持。

特此答复。



西安建澜项目管理有限公司

2026年1月7日

