

广西科文招标有限公司关于玉林市妇幼保健院四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目（项目编号：YLZC2025-J1-990464-KWZB）的质疑答复函

质疑供应商：广西俊雅达生物科技有限公司

贵公司于2025年12月12日以现场递交方式递交的关于“玉林市妇幼保健院四维彩色多普勒超声诊断仪采购项目（项目编号：YLZC2025-J1-990464-KWZB）”成交结果的质疑函，我公司已收悉，经核查，现就质疑事项答复如下：

质疑事项1：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求1.6. 数字化通道数 ≥ 15800000 ；中标公司提供的Voluson Signature 20不符合招标文件参数，存在虚假应标情况。

质疑事项1答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项2：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求▲1.23. 立体血流显示技术，利用冯氏光照模型，中标公司提供的Voluson Signature 20不符合招标参数，不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项2答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项3：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求1.24. 宫颈弹性成像：不依赖任何外界压力，利用子宫动脉搏动产生应变获得弹性成像图像，从而评价宫颈软硬度。质控功能智能评估稳定性后进行自动冻结，通过测量宫颈长度及宫颈内外口描迹可自动获取 ≥ 6 项量化参数；不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项3答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项4：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求1.26. 支持静脉造影，并同时提供TIC时间强度曲线分析及 ≥ 10 项定量分析参数；不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项4答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司就本采购需求的技术响应为负偏离，不影响成交结果，不存在虚假响应情形。

质疑事项5：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求2.9. 小儿髌关节测量及自动分型；不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项5答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项6：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求3.5.2. 线阵探头：频率范围2-14MH;中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项6答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项7：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求3.5.3. 凸阵容积探头：频率范围1-8MHz;中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项7答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项8：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求3.5.4. 腔内容积探头：频率范围2-10MHz。中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项8答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项9：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求5.3. 声束聚焦：发射 ≥ 8 段，接收自动连续聚焦；中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项9答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项10：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求6.2. 最大测量速度：PW:血流速度 $\geq 11\text{m/s}$ ；中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项10答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项11：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求8.16. 水晶成像技术：容积成像时通过此技术可同时显示胎儿内外部结构，区分软组织和骨结构，能准确了解解剖结构，真实透视可视化，可用于胎儿骨骼系统、神经系统等异常辅助诊断，可以分辨气管；中标公司提供的中标产品Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项11答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项12：四维彩色多普勒超声诊断仪功能目标、服务内容及技术要求8.17. 水晶血流成像技术：在水晶成像技术基础上，增加血流信息显示，对不同平面和深度的血管结构成像，可用于胎儿循环系统、胎盘植入、卵巢肿瘤的三维血管分布等观察和诊断；中标公司提供的中标产品 Voluson Signature 20不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

质疑事项12答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了竞标承诺。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的竞标产品满足该采购要求。

质疑函提供的证明材料“GE白皮书”未注明文件编号、发布日期、官方出处、获取路径，没有产品厂家加盖公章确认，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

质疑事项 13：在仔细研究了江西高谦医疗器械有限公司的相关信息后，我们发现 有迹象表该可能存在未为其员工缴纳社会保险费的情况。这一情况严重违反了《中华人民共和国社会保险法》的相关规定，也违背了贵单位在招标文件中明确的资格要求。

质疑事项13答复：成交人江西高谦医疗器械有限公司在其竞标文件中已实质性响应了该采购要求，并提供了相关证明材料。经谈判小组评定，江西高谦医疗器械有限公司的社会保险费缴纳情况符合采购要求。

质疑函没有提供有效证明材料，仅凭主观猜测，不能构成有效质疑依据。质疑事项缺乏事实依据，质疑不成立。

如贵公司认为本答复不满意，可在质疑答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的支持和监督。

采购代理机构：广西科文招标有限公司

采 购 人：玉林市妇幼保健院

2025年12月18日

