

广西城建咨询设计有限公司

政府采购公开招标文件

(货物类)

招标文件

(全流程电子化采购)

项目名称：残疾人基本型辅助器具采购项目

项目编号：GXZC2026-G1-000075-GXCJ

政采编号：广西政采【2026】222号

采购人：广西壮族自治区残疾人联合会

采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

2026年1月20日

目录

| | |
|---------------------------|-----|
| <u>第一章招标公告</u> | 2 |
| <u>第二章采购需求</u> | 4 |
| <u>第三章投标人须知</u> | 77 |
| <u>第四章评标方法及评标标准</u> | 99 |
| <u>第五章拟签订的合同文本</u> | 124 |
| <u>第六章投标文件格式</u> | 130 |

第一章招标公告

项目概况

残疾人基本型辅助器具采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn> 获取（下载）招标文件，并于 2026 年 2 月 10 日 9 时 00 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-000075-GXCJ（政采编号：广西政采【2026】222 号）

项目名称：残疾人基本型辅助器具采购项目

预算金额：4200 万元（其中分标 1：150 万元，分标 2：800 万元，分标 3：1500 万元，分标 4：300 万元，分标 5：600 万元，分标 6：300 万元，分标 7：550 万元）

采购需求：

| 分标 | 采购内容 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
|------|----------|-------|--|
| 分标 1 | 助行器类 | 1 项 | 手杖、腋杖、助行器、移位机等 15 个品种助行器类成品辅具，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 2 | 生活自理类 | 1 项 | 座便椅、洗浴椅/凳、站立架、多功能护理床等 32 个生活自理类成品辅具，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 3 | 轮椅代步车类 | 1 项 | 手摇三轮车（手动平摇式）、普通轮椅（钢制）、电动轮椅等 19 个品种成品辅具，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 4 | 生活护理类 | 1 项 | 防压疮床垫（充气护理）、防压疮座垫（凝胶海绵）等 12 个品种成品辅具，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 5 | 助视和导盲信息类 | 1 项 | 大字体震动闹钟、震动式提醒手表等 35 个品种成品辅具，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 6 | 假肢矫形器类 | 1 项 | 脊柱固定矫形器（定制）、脊柱侧弯矫形器（定制）、大小腿假肢等 20 种假肢矫形器，具体内容详见招标文件采购需求。 |
| 分标 7 | 助听器类 | 1 项 | 耳背式大功率助听器、耳背式超大功率助听器、耳道式助听器 3 个品种助听器，具体内容详见招标文件采购需求。 |

合同履行期限：详见采购需求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购；
3. 本项目的特定资格要求：投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营相关资质证明及所投产品的医疗器械生产许可证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为生产厂家应具有医疗器械生产许可证或医疗器械生产相关资质证明(投标产品须在其经营范围内)。

三、获取招标文件

时间：2026年1月20日至2026年1月27日。

地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）-进入“项目采购”应用，点击申请获取招标文件，按系统操作获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年2月10日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）（本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求使用 CA 认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2026年2月10日9时00分

开标地点：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金

（1）金额（人民币）：**分标 1：壹万伍仟元整，分标 2：贰万元整，分标 3：贰万元整，分标 4：贰万元整，分标 5：贰万元整，分标 6：贰万元整，分标 7：贰万元整**，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。

（2）投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前按分标交至采购代理机构指定账户并且到账【开户银行：建行南宁市民族大道东分理处，开户名称：广西城建咨询设计有限公司，银行账号：45001604653050703663】，采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件，递交地址：广西南宁市金湖路 58 号广西建设大厦三楼；电话：覃雨，15677131795。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址：<http://www.ccgp.gov.cn/>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策:

- 1) 政府采购促进中小企业发展。
- 2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- 3) 强制采购节能产品; 优先采购节能产品、环境标志产品。
- 4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- 5) 政府采购支持监狱企业发展。

4. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目, 通过广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 实行在线电子投标, 投标人应先安装“政采云电子投标客户端”(请自行前往广西政府采购云平台进行下载), 并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台, **投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时, 请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台, 依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的投标人将无法参与本项目政府采购活动, 投标人应当在投标截止时间前, 完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交(投标人可登录“广西政府采购网”, 依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台, 依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持, 请致电政采云客服热线: 400-881-7190)。

(3) CA证书在线解密: 投标人投标时, 需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密, 否则后果自负。

注: 1) 为确保网上操作合法、有效和安全, 请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章, 妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交, 投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的, 应当先行撤回原投标文件, 补充、修改后重新上传、提交, 投标截止时间前未完成上传、提交的, 视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件, 广西政府采购云平台将予以拒收。

5. 采购意向公开链接

<https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=66485&articleId=30TyLyrrq9h1vsGs0vgF6A==>

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 广西壮族自治区残疾人联合会

地址：南宁市西乡塘区罗文大道 48 号

联系方式：方工联系电话：0771-5579355

2. 采购代理机构信息

名称：广西城建咨询设计有限公司

地 址：广西南宁市金湖路 58 号广西建设大厦三楼

联系方式： 0771-5848986

3. 项目联系方式

项目联系人：谭宇宁，覃雨

电 话： 13737096501, 15677131795

广西城建咨询设计有限公司

2026 年 1 月 20 日

第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”的条款负偏离或漏项达到4项的（含4项），投标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，**否则将作无效响应处理**（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：工业。

7、投标人可对所有分标均进行投标，但最多只允许为1个分标的中标人。本项目按照分标1-分标2-分标3-分标4-分标5-分标6-分标7的顺序依次评标，在某分标被确定为第一中标候选人的投标人，不得成为后续分标的中标候选人。本项目原则上推荐3名中标候选人，但当中标候选人数量不足3名时，评审小组可按实际剩余数量推荐中标候选人。

8、单项报价超过预算单价为无效报价。本项目采购预算只作为参考价格，实际预算金额为年度财政性资金和彩票公益金资金之和，合同金额以实际采购量结算。

9、具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。

分标 1

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|----------|--|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 四脚手杖 | <p>产品应符合 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器具要求和试验方法第 4 部分：三脚或多脚手杖》国家标准。针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.手柄长度\geq120mm、底座总长\geq200mm、底座总宽度\geq170mm、总高：740-965mm；（各调节档位实际高度允许误差\pm20mm）</p> <p>2.手柄或手柄套宽应不小于 25mm 且不大于 50mm；</p> <p>3.最大静载荷\geq100kg；</p> <p>4.支架管外径\geq22mm,壁厚\geq1.2mm；</p> <p>5.采用高强度铝合金，表面阳极氧化处理；</p> <p>6.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料；</p> <p>7.支脚底部最小直径应为 35mm；</p> <p>8.手杖可多档调节高度，具有锁紧装置，有调节紧固内垫，调整高度后不出现晃动。</p> | 支 | 100 |
| 2 | 单脚手杖 | <p>1.手柄长度\geq120mm、总高：700-950mm；（各调节档位实际高度允许误差\pm20mm）</p> <p>2.手柄或手柄套宽应不小于 25mm 且不大于 50mm；</p> <p>3.最大静载荷\geq100kg；</p> <p>4.支架管外径\geq22mm,壁厚\geq1.2mm；</p> <p>5.采用高强度铝合金，表面阳极氧化处理；</p> <p>6.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料；</p> <p>7.支脚底部最小直径应为 35mm；</p> <p>8.手杖可多档调节高度，具有锁紧装置，有调节紧固内垫，调整高度后不出现晃动。</p> | 支 | 100 |
| 3 | 三脚手杖（带座） | <p>1.产品尺寸：总长 450mm、总宽 300mm、总高 760mm~980mm；（允许误差\pm20mm）</p> <p>2.手柄或手柄套宽应不小于 25mm 且不大于 50mm；</p> <p>3.最大静载荷\geq100kg；</p> <p>4.支架管外径\geq22mm,壁厚\geq1.2mm；</p> <p>5.有可伸缩收纳坐凳；</p> <p>6.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料；</p> <p>7.支脚底部最小直径应为 35mm；</p> <p>8.手杖可多档调节高度，具有锁紧装置，有调节紧固内垫，调整高度后不出现晃动。</p> | 支 | 100 |

| | | | | |
|---|------------|--|---|-----|
| 4 | 肘拐（成人、铝合金） | <p>产品应符合 GB/T 19545.1-2012《单臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分：肘拐杖》国家标准。针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.手柄长度：110mm(允许误差±10mm)； 2.产品尺寸：总长 190mm×总宽 95mm×总高 850-1040mm；(允许误差±20mm)，稳定性佳； 3.支架采用铝合金管，管材表面为阳极氧化处理； 4.可多档调节高度，调整高度后不出现晃动； 5.最大静载荷≥100kg； 6.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料； 7.支脚底部最小直径应为 35mm。 | 副 | 200 |
| 5 | 肘拐（儿童、铝合金） | <p>产品应符合 GB/T 19545.1-2012《单臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分：肘拐杖》国家标准。针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸：总长 180mm、总宽 100mm、总高 750~1000mm；(允许误差±20mm) 2.肘托手柄：使用高强度工程塑胶材料； 3.支架采用轻质铝合金为主要材料，管料规格：直径≥19mm，壁厚≥1.2mm，表面阳极氧化处理； 4.可多档调节高度，调整高度后不出现晃动； 5.最大静载荷≥70kg； 6.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料； 7.支脚底部最小直径应为 35mm。 | 副 | 200 |
| 6 | 腋杖（成人、铝合金） | <p>产品应符合 GB/T 19545.2-2009《单臂作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支架采用铝合金管，管材表面为阳极氧化处理，管料规格为：直径≥22mm，壁厚≥1.2mm； 2.最大静载荷≥100kg。 | 副 | 200 |
| 7 | 腋杖（成人、钢质） | <p>产品应符合 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分：腋拐》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.支架：表面抛光处理，高度可调，采用不锈钢为主要材料，管料规格为：直径≥22mm，壁厚≥1.2mm； 2.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料； | 副 | 200 |

| | | | | |
|----|-----------------|---|---|-----|
| | | <p>3.支脚底部最小直径应为 35mm;</p> <p>4.腋托: 采用橡胶为主要材料, 防滑、弹性佳, 舒适耐用;</p> <p>5.最大静载荷≥100kg。</p> | | |
| 8 | 腋杖(儿童、铝合金) | <p>产品应符合 GB/T 19545.2-2009《单臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分: 腋拐》国家标准, 针对本次招标, 国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>1.高度可调节;</p> <p>2.最大静载荷≥70kg;</p> <p>3.支架采用轻质铝合金为主要材料,直径≥19mm, 壁厚≥1.2mm, 表面阳极氧化处理;</p> <p>4.脚垫: 材质为有弹性、耐磨, 表面摩擦系数高的防滑橡胶材料;</p> <p>5.支脚底部最小直径应为 35mm;</p> <p>6.手把: 采用 TPR 材质, 防滑、舒适;</p> <p>7.腋托套: 采用 TPR 材质, 防滑、舒适。</p> | 副 | 200 |
| 9 | 助行器(成人、铝合金、两轮) | <p>产品应符合 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第 2 部分: 轮式助行架》国家标准, 针对本次招标, 国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>1.总长≥530mm、总宽≥500mm、总高: 780-940mm(允许误差±50mm);</p> <p>2.最大静载荷≥100kg;</p> <p>3.铝合金材料, 表面阳极氧化处理, 可折叠, 高度可调;</p> <p>4.5 寸前轮;</p> <p>5.脚垫: 材质为有弹性、耐磨, 表面摩擦系数高的防滑橡胶材料;</p> <p>6 支脚底部最小直径应为 35mm。</p> | 台 | 300 |
| 10 | 助行器(成人、铝合金、扭动式) | <p>产品应符合 GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分: 框式助行架》国家标准, 针对本次招标, 国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>1.总长≥500mm、总宽≥490mm、总高: 760-940mm(允许误差±50mm)、最大回转直径≥660mm;</p> <p>2.最大静载荷≥100kg;</p> <p>3.框架主体采用铝合金材料, 表面阳极氧化处理, 可折叠, 高度可调;</p> <p>4.脚垫: 材质为有弹性、耐磨, 表面摩擦系数高的防滑橡胶材料;</p> <p>5.支脚底部最小直径应为 35mm。</p> | 台 | 300 |
| 11 | 助行器(成人、铝合金、) | <p>产品应符合 GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法第 1 部分: 框式助行架》国家标准, 针对本次招标, 国家标准中规格、</p> | 台 | 300 |

| | | | | |
|----|----------------|--|---|------|
| | 阶梯式) | <p>类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.框架主体采用高强度铝合金为主要材料，管料规格：直径$\geq 25\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；主架表面采用阳极氧化处理； 2.支脚采用高强度铝合金为主要材料，管料规格：直径$\geq 28\text{mm}$，厚度$\geq 1.2\text{mm}$；架脚表面采用氧化处理； 3.把手：高低两组把手，采用高密度泡沫塑料，防滑、舒适； 4.性能：手撑步进式可折叠，采用阶梯式结构，带站姿转换的功能。高度可调，脚管高度可调节； 5.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料； 6 支脚底部最小直径应为 35mm； 7.尺寸：总长$\geq 540\text{mm}$；总宽$\geq 480\text{mm}$；总高 760~930mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；上扶手宽$\geq 480\text{mm}$；下扶手宽$\geq 500\text{mm}$；折叠宽度$\leq 120\text{mm}$； 8.最大载荷$\geq 100\text{kg}$。 | | |
| 12 | 助行器（儿童、铝合金、四轮） | <p>框架主体采用高强度铝合金焊接而成，表面阳极氧化处理，管直径$\geq 25\text{mm}$，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，可折叠主架；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.四脚配有伸缩管，高度可调节； 2.把手采用彩色发泡防滑手把，防滑、舒适不易脱手； 3.前后脚均配有优质脚轮，表面摩擦系数高，防滑性能好；后脚轮配有单向轴承，具有单向行驶功能； 4.尺寸：长 350mm、宽 560mm、高 450-550mm（允许误差$\pm 50\text{mm}$）； 5.折叠宽度$\leq 200\text{mm}$； 6.最大载重$\geq 100\text{kg}$； | 台 | 400 |
| 13 | 移位机（手动） | <ol style="list-style-type: none"> 1.尺寸：总长：840mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；总宽：550mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；总高：870~940mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；座位宽度：430mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；座位深度：400mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；座位离地面高度：400~570mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；靠背高度：340mm(允许误差$\pm 50\text{mm}$)；前轮直径≥ 5英寸；后轮直径≥ 3英寸；车架材质/管径：A3 钢方管和圆管； 2.单摇连动； 3.整体：整车采用高强度 A3 钢管,底架方管至少为 60*30*T2.0mm，主支撑圆管至少为 30*30*T2.0mm，座垫圆管至少为 25*25*T2.0mm，表面采用喷涂处理，具有抗老化、氧化的特质； 4.脚踏板：可翻式防滑脚踏板，ABS 材质，规格：符合国家标准； 5.座板：采用 ABS 塑胶制作而成； | 台 | 1800 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|------|
| | | <p>6.靠背：吹塑塑料人体工程学两片式靠背，可拆结构，固定安全处双保险（1.汽车式安全带结构，2.左右靠背组加回力弹簧结构），靠背规格：高 340mm（±50mm）；</p> <p>7.四轮：前置定向带刹耐磨静音轮胎，规格：≥5 英寸，操作者轻松刹车,后置万向带刹耐磨静音轮胎，规格：≥3 英寸；</p> <p>8.手推管：U 型手推管安全牢固；</p> <p>9.油压缸单边联动升降，推力≥300KG，可控制产品升降行程 170mm（±10mm）；</p> <p>10.便桶：圆形带盖便桶，可悬挂，拆装便捷，圆形开口座板配可拆式便桶支撑架，规格：直径≥6mm 钢丝支撑架，带盖便桶规格：口直径 260mm、桶深 130mm(允许误差±20mm)。</p> | | |
| 14 | 移位机（液压） | <p>1.总长：767mm(允许误差±50mm)；总宽：554mm(允许误差±50mm)；总高：830-1030mm(允许误差±50mm)；座位宽度：435mm(允许误差±50mm)；座位深度：455mm(允许误差±50mm)；座位离地面高度：400-602mm(允许误差±50mm)；靠背高度：340mm(允许误差±50mm)；扶手离地高度 690-890mm(允许误差±50mm)；前轮直径≥5 英寸；后轮直径≥3 英寸；车架材质/管径：A3 钢方管和圆管；液压泵压力≥2000N；</p> <p>2.整体：整车采用高强度 A3 钢管,底架方管至少为 60*30*T2.0mm,可升降，座垫圆管至少为 φ25*T2.0mm，快拆式后脚轮。表面采用喷涂处理，具有抗老化、氧化的特质；</p> <p>3.脚踏板：可翻式防滑脚踏板，ABS 材质，规格：符合国家标准；</p> <p>4.座板：采用高强度 PVC 座板；</p> <p>5.靠背：吹塑塑料人体工程学两片式靠背，可快拆结构，固定安全处双保险，靠背规格：高 180mm、宽 200mm(允许误差±20mm)；</p> <p>6.四轮：前置定向带刹耐磨静音轮胎，规格：直径≥5 英寸，操作者轻松刹车,后置万向带刹耐磨静音轮胎，规格：直径≥3 英寸；</p> <p>7.手推管：采用圆管至少为 φ30*T2.0mm；</p> <p>8.升降结构：液压泵控制升降,配备下降、上升切换开关，免弯腰操作脚踏器,采用 T5mm 铁片及 φ15mm 圆管焊接成,座高可调节 414mm 至 614mm,适合不同人群及不同移位高度；</p> <p>9.便桶：圆形带盖便桶，可悬挂，拆装便捷，圆形开口座板配可拆式便桶支撑架，规格：直径≥6mm 钢丝支撑架，带盖便桶，规格：口直径 260mm、桶深 130mm(允许误差±20mm)。</p> | 台 | 2300 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|------|
| 15 | 移位机（电动） | <p>1.总长:730mm(允许误差±50mm); 总宽: 600mm(允许误差±50mm); 总高: 760-940mm(允许误差±50mm); 座位宽度: 430mm(允许误差±50mm); 座位深度: 400mm(允许误差±50mm); 座位离地面高度: 410~605mm(允许误差±50mm); 靠背高度 340mm(允许误差±50mm); 前轮直径≥5 英寸; 后轮直径≥3 英寸; 车架材质为 A3 钢管;</p> <p>2.上升动力采用电动推杆≥3000N 推力;</p> <p>3.整体: 整车架采用高强度钢管, 快拆式后脚轮。表面采用静电粉末喷涂处理, 具有抗老化、防锈的特质;</p> <p>4.脚踏板: 可翻防滑脚踏板,ABS 材质, 规格: 符合国家标准;</p> <p>5.座板: 采用 ABS 塑胶制作而成;</p> <p>6.靠背: 吹塑塑料人体工程学两片式靠背, 可拆结构, 固定安全处双保险 (1.汽车式安全带结构, 2.左右靠背组加回力弹簧结构), 靠背规格: 高 340mm(允许误差±50mm);</p> <p>7.四轮: 前置定向带刹耐磨静音轮胎, 规格: ≥5 英寸, 操作者轻松刹车,后置万向带刹耐磨静音轮胎, 规格: ≥3 英寸;</p> <p>8.手推管: U 型手推管安全牢固;</p> <p>9.电动升降结构: 电动推杆联动无极升降控制, 推力≥3000n, 电压 24VDC,.配置规格不低于 24VDC/2.5AH 便拆式锂电池;</p> <p>10.控制方式: 采用简明的物理按键控制升降, 电池与控制板集成在电池盒一体;</p> <p>11.便桶: 圆形带盖便桶, 可悬挂, 拆装便捷, 圆形开口座板配可拆式便桶支撑架, 规格: 直径≥6mm 钢丝支撑架, 带盖便桶, 规格: 口直径 260mm、桶深 130mm(允许误差±20mm)。</p> | 台 | 3400 |
|----|---------|---|---|------|

二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算）

| | |
|----------|--|
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 2 年，自材料验收合格之日起计算。终身维护。 |
| 售后技术服务要求 | <p>质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：</p> <p>（1）免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>（2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>（3）中标人除承担运输、验收与为人员培训、跟踪回访和质保服务等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>（4）跟踪回访服务：针对本项目的受益残疾人进行跟踪回访，回访比例不低于 20%（其</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | 中现场集中回访或实地入户回访比例不低于 5%)， 按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间：中标人接到采购人每次发出的订单后 20 个工作日内交付货物并验收合格。 2、交货地点：采购单位县（市、区）残联指定的县（市、区）或乡镇（街道），后续配送入户由县（市、区）残联和乡镇（街道）残联负责组织完成。 |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费率为 80%），费率必须是固定的（如 10%），不得存在区间值（如：5%~10%），统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的成品辅具、使用指导、运输配送、备品备件、跟踪回访、质保服务、培训、技术支持、检测、验收及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | 1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。 ▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，国家另有规定的从其规定。 ▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素≥5M，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品。 |
| 采购人的特殊要求及说明 | ▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。 ▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。 ▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果 |

| | |
|------|--|
| | <p>未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| 其他要求 | <p>▲1、第1项、第4项、第10项投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、第1项、第4项、第10项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告，属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检测合格的检测报告），检测报告的检测时间为2021、2022、2023、2024、2025、2026任意一年。</p> <p>▲3.手杖、肘拐、腋杖、助行器须配备不少于两个（套）橡胶防滑脚垫。</p> <p>▲4.所投产品执行标准，应按现行有效的国家标准执行，没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。</p> |

分标 2

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|----------------------|---|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 座便椅（成人、铝合金可折叠、高度可调节） | <p>产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅(凳)》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主架材质铝合金，管径$\geq 22 \times 1.2\text{mm}$ 厚的铝合金管制成。表面阳极氧化处理，可折叠结构； 2.主架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度； 3.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料，外直径不小于 35mm； 4.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 5.桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶； 6.可折叠椅架，可拆座便桶，节省占用空间； 7.规格：总长 545mm、总宽 540mm、调度高度 770-870mm、座位宽度 440mm、座位深度 400mm，座位离地面高度 450-550mm、靠背高度 300mm；（允许误差$\pm 50\text{mm}$） | 张 | 220 |

| | | | | |
|---|------------------|---|---|-----|
| | | 8.扶手壳长度 270mm（允许误差±10mm）； 9.净重量 3.6kg（允许误差±10%）； 10.载重≥100kg。 | | |
| 2 | 座便椅 (带轮高度可调节) | 产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅(凳)》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： 1.材质 A3 钢，钢管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm。表面采用静电喷涂处理，具有抗老化、防锈强、附着强的特质； 2.主架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度； 3.四脚管配≥3 英寸脚轮，方便移动。后轮带刹车装置，稳定性佳； 4.采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 5.桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶； 6.可折叠，可旋后扶手架； 7.规格：总长 520mm、总宽 540mm、高度 690-850mm、座位宽度 430mm、座位深度 400mm、座位离地面高度 450-550mm、靠背高度 300mm；（允许误差±50mm） 8.净重量 6.8kg（允许误差±10%）； 9.载重≥100kg。 | 张 | 220 |
| 3 | 座便椅 (儿童) | 产品应符合 GB/T 24434-2009《座便椅(凳)》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： 1.主架材质 A3 钢，管径≥22mm，厚度≥1.2mm。可折叠结构； 2.主架四脚配有伸缩管，可供使用者随意调节适用高度； 3.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料，外直径不小于 35mm； 4.厕桶和马桶采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 5.桶托与厕桶配合顺畅，方便使用者灵活安装和抽出厕桶； 6.扶手可后翻设计更符合人体手部摆放要求； 7.可拆装靠背，可拆座便桶，节省占用空间； 8.规格：总长 420mm、总宽 350mm、可调节总高度 510-585mm、座位宽度 280mm、座位深度 370mm、座位离地面高度 290-365mm、靠背高度 230mm；（允许误差±20mm） 9.净重量 4.9kg（允许误差±10%）； 10.载重≥100kg。 | 张 | 220 |
| 4 | | 产品应符合 MZ/T119-2018《淋浴辅助器具淋浴椅》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： | 张 | 330 |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|------|
| | 洗浴椅/凳 (带靠背) | <p>1.主架选用铝合金，管直径≥25mm,管厚≥1.2mm;</p> <p>2.支脚管采用高强度铝合金材料，管直径≥28mm,管厚≥1.2mm，高度可多档调节;</p> <p>3.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料，外直径不小于 35mm;</p> <p>4.铝合金表面阳极氧化处理;</p> <p>5.PE 中空吹塑成形高强度环保工程塑料，表面具有防滑功能，且容易清洗。座板有漏水孔。总长 510mm、总宽 500mm、总高 700-875mm、座位宽度 500mm、座位深度 300mm、座位离地面高度 355-530mm; (允许误差 ±50mm)</p> <p>6.靠背采用可快速拆卸结构，深度可调节;</p> <p>7.净重量 2.9kg (允许误差 ±10%);</p> <p>8.最大载荷≥100kg。</p> | | |
| 5 | 洗浴椅 (带扶手) | <p>产品应符合 MZ/T119-2018《淋浴辅助器具淋浴椅》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.主架选用铝合金，管直径≥25mm,管厚≥1.2mm;</p> <p>2.脚管采用高强度铝合金材料，管直径≥28mm,管厚≥1.2mm，高度可多档调节;</p> <p>3.脚垫：材质为有弹性、耐磨，表面摩擦系数高的防滑橡胶材料，外直径不小于 35mm;</p> <p>4.铝合金表面阳极氧化处理;</p> <p>5.PE 中空吹塑成形高强度环保工程塑料，表面具有防滑功能，且容易清洗。座板有漏水孔。总长 510mm，总宽 510mm，总高 720-840mm，座位宽度 440mm，座位深度 300mm，座位离地面高度 410-530mm; (允许误差 ±50mm)</p> <p>6.净重量 3.2kg (允许误差 ±10%);</p> <p>7.最大载荷≥100kg;</p> <p>8.可拆扶手，配海绵扶手垫;</p> <p>9.带可拆靠背，靠背可前后调节。</p> | 张 | 330 |
| 6 | 多功能护理床(双摇翻身) | <p>1.床体采用冷轧钢材焊接而成，经二度磷化后静电喷涂，抗老化;</p> <p>2.可安全承重≥175KG，总负载 240KG 以上;</p> <p>3.床头、尾板采用 PE 高级工程塑料，外形美观，装卸自如，可靠耐用;</p> <p>4.摇手柄转动灵活，并有两极空转限制装置;</p> <p>5.四个高强度、高抗磨万向脚轮，对角制动;</p> | 张 | 3000 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|------|
| | | 6.配铝合金护栏，不锈钢可调输液杆。配备床垫、餐板； 7.大腿板调节角度 $\geq 40^\circ$ ，背部调节角度 $\geq 65^\circ$ ；规格：床板长度2120mm \times 床板宽度1000mm \times 床面高度（水平时）480mm（允许误差 ± 50 mm）。 | | |
| 7 | 床护栏杆 | 1.材质：铝合金横杆、不锈钢立柱、加厚铁制方管底杆； 2.规格：展开长1460 \times 380mm、折叠长1800 \times 130mm，高370mm（允许误差 ± 50 mm）折叠式； 3.产品特点：安装简单，通用性强，90度一键折叠，上下床方便安全，折叠锁死键内置高强度弹簧，圆滑处理不伤手，不夹手。 | 条 | 400 |
| 8 | 床护扶手 | 1.底座选择用A3扁管弯管而成，扶手采用A3圆管，壁厚为 ≥ 1.2 mm.表面采用喷粉或电镀处理，具有防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点； 2.固定在床边，能有效防止残疾人因翻身摔落床下； 3.A 密泡绵黑色扶手，握把软垫设计，防滑不冰手，方便残疾人助力起身； 4.用弹珠固定，快速安装拆卸，方便安全牢固； 5.配备尼龙收纳袋，魔术贴设计拆卸方便，小物件收纳触手可及； 6.不需要使用时，可拆卸，方便收纳； 7.规格：总长530mm,总宽510mm,打开总高度520mm；（允许误差 ± 50 mm）。 | 条 | 300 |
| 9 | 床边桌 | 1.主架：采用A3钢为主要材料，表面采用静电喷涂，具有抗老化、防锈强、附着强的特质。配4个耐用万向脚轮，后轮制动； 2.餐板：采用木质为主要材料，表面贴防火材料，桌面高度可调节； 3.规格：总长740mm,总宽400mm,总高760-1220mm.桌面宽400mm,桌面长740mm；（允许误差 ± 50 mm） 4.最大载荷 ≥ 20 kg。 | 张 | 400 |
| 10 | 站立架（儿童） | 产品应符合GB/T 28919-2012《康复训练器械站立架》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行： 1.产品尺寸：长880mm、宽600mm、高720-930mm；前倾角度：0-40°、腹部护垫可调范围：310-410mm、脚部护垫可调范围：270-410mm、膝盖护垫可调宽度：160-290mm、餐板尺寸600*380mm；（允许误差 ± 50 mm） 2.主架：选用国家标准型A3方形钢焊接而成； | 台 | 1100 |

| | | | | |
|----|--------------|--|---|------|
| | | <p>3.胸垫/臀垫/腿垫：所有垫块均为模具发泡成形 PU 垫；可根据残疾儿童的体型，将腹、腿以及膝部的垫块调整至合适的范围，还可根据残疾儿童腿部萎缩的不同角度进行定位调整；</p> <p>4.脚轮：配有直径≥ 3 英寸带刹实心轮；</p> <p>5.脚踏板：优质木材表面清漆、高密度夹板。</p> | | |
| 11 | 站立架 (成人) | <p>产品应符合 GB/T 28919-2012《康复训练器械站立架》国家标准，针对本次招标，国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.主架加厚钢管，带胸托；配有脚踏板，脚踏板不少于 6 档角度调节进行腿部训练，桌面高度可调；长宽高： 990mm*800mm*1050mm-1360mm；（允许误差± 50mm）</p> <p>2.伸缩式全不锈钢加皮革面托板，作用防胸部前倾，背部有背托；杆式弧形固定托板，腿部双膝凹槽固定托板，臀下位置及大腿位置有约束带，小腿及脚踝部位有约束带，配可升降桌面，根据身高可调。</p> | 台 | 1100 |
| 12 | 马桶增高器（扶手不带盖） | <p>1.规格：座长 410mm\times座宽 500mm\times座高 110mm，总长 52mm\times总宽 435mm\times总高 330mm，便孔直径 245mm；（允许误差$\pm 10\%$）</p> <p>2.材质：环保无毒 PP 材料；</p> <p>3.产品特点：使用方便，安装简单，易清洁；</p> <p>4.两侧有扶手。</p> | 件 | 400 |
| 13 | 马桶增高器（扶手带盖） | <p>1.规格：座长 460mm\times座宽 380mm\times座高 160mm、扶手间距 470mm；便孔直径≥ 230mm；（允许误差$\pm 10\%$）</p> <p>2.材质：环保无毒 PP 材料；</p> <p>3.两侧有扶手，有盖子。</p> | 件 | 500 |
| 14 | 扶手（一字型）A 款 | <p>1.规格：长 380mm；</p> <p>2.材质：直径 35mm。外包材质：ABS 材质。内管材质：不锈钢管径 28mm（允许误差± 5mm），管壁≥ 1.2mm 厚；</p> <p>3.其他：防滑颗粒把手：高≥ 0.6mm；承重≥ 150kg（实体墙安装）；安装方式：4 颗 8mm 膨胀螺丝$\times 2$。防滑扶手上有两个夜光圈（无毒荧光材料）。加厚底板：一体成型 304 不锈钢；304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>4.特点：抗菌，防滑设计，防静电，常温把手。</p> | 条 | 60 |
| 15 | 扶手（一字型）B 款 | <p>1.规格：长 580mm；</p> <p>2.材质：直径 35mm；外包材质：ABS 材质；内管材质：不锈钢管径 28mm（允许误差± 5mm），管壁≥ 1.2mm 厚；</p> <p>3.其他：防滑颗粒把手：高≥ 0.6mm；承重≥ 150kg（实体墙安装）。</p> | 条 | 80 |

| | | | | |
|----|----------------|--|---|-----|
| | | <p>安装方式：4 颗 8mm 膨胀螺丝×2。防滑扶手上有两个夜光圈（无毒荧光材料）。加厚底板：一体成型 304 不锈钢。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>4.特点：抗菌，防滑设计，防静电，常温把手。</p> | | |
| 16 | 扶手（一字型）C 款 | <p>1.规格：长 780mm；</p> <p>2.材质：直径 35mm；外包材质：ABS 材质；内管材质：不锈钢管径 28mm（允许误差±5mm），管壁≥1.2mm 厚；</p> <p>3.其他：防滑颗粒把手：高≥0.6mm；承重≥150kg（实体墙安装）。安装方式：4 颗 8mm 膨胀螺丝×2。防滑扶手上有两个夜光圈（无毒荧光材料）。加厚底板：一体成型 304 不锈钢。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>4.特点：抗菌，防滑设计，防静电，常温把手。</p> | 条 | 100 |
| 17 | 扶手（一字型不锈钢）A 款 | <p>1.规格：长 780mm，直径 32mm,离墙 68mm，孔距 58.5mm；</p> <p>2.材质：整体 SUS304 不锈钢，管壁厚≥1.2mm,整体表面全部抛光。</p> | 条 | 80 |
| 18 | 扶手（一字型不锈钢）B 款 | <p>1.规格：长 580mm，直径 32mm,离墙 68mm，孔距 58.5mm；</p> <p>2.材质：整体 SUS304 不锈钢，管壁厚≥1.2mm,整体表面全部抛光。</p> | 条 | 60 |
| 19 | 扶手（一字型不锈钢）C 款 | <p>1.规格：长 380mm，直径 32mm,离墙 68mm，孔距 58.5mm；</p> <p>2.材质：整体 SUS304 不锈钢，管壁厚≥1.2mm,整体表面全部抛光。</p> | 条 | 50 |
| 20 | L 型扶手（90 度）A 款 | <p>1.规格：站姿拉握用竖杆 700mm，坐姿起身用横杆 500mm；</p> <p>2.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：承重：≥150kg。竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高≥0.6mm；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 条 | 180 |
| 21 | L 型扶手（90 度） | <p>1.规格：站姿拉握用竖杆 600mm，坐姿起身用横杆 400mm；</p> <p>2.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，</p> | 条 | 160 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|-----|
| | B 款 | <p>内管径 25mm，内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：承重：≥150kg。竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高≥0.6mm；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | | |
| 22 | L 型扶手 (90 度) C 款 | <p>1.规格：站姿拉握用竖杆 700mm，坐姿起身用横杆 700mm；</p> <p>2.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：承重：≥150kg。竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高≥0.6mm；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 条 | 200 |
| 23 | L 型扶手 (135 度) A 款 | <p>1.规格：横杆 400mm,竖杆 600mm；</p> <p>2.材质：内管材质：SUS304 不锈钢。外管材质：高强 ABS+尼龙。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：把手防滑颗粒：高≥0.6mm。竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：≥150kg；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS+尼龙，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 条 | 170 |
| 24 | L 型扶手 (135 度) B 款 | <p>1.规格：横杆 450mm,竖杆 450mm；</p> <p>2.材质：内管材质：SUS304 不锈钢。外管材质：高强 ABS+尼龙。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304</p> | 条 | 140 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|-----|
| | | <p>不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：把手防滑颗粒：高\geq0.6mm；竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：\geq150kg；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS+尼龙，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | | |
| 25 | L 型扶手 (135 度) C 款 | <p>1.规格：横杆 500mm，竖杆 700mm；</p> <p>2.材质：内管材质：SUS304 不锈钢。外管材质：高强 ABS+尼龙。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差\pm5mm），内置不锈钢管，管壁厚\geq1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>3.其他：把手防滑颗粒：高\geq0.6mm；竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：\geq150kg；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS+尼龙，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 条 | 210 |
| 26 | U 型固定 扶手 (有固定 支脚) | <p>1.材质：SUS304 不锈钢+ABS 工字杆；</p> <p>2.规格：主体长度 600/750mm 可选，支脚长度为 580mm。外管直径 35mm，内管直径 28mm（允许误差\pm5mm）；壁厚\geq1.2mm，底座厚度 3mm/6mm，底座长度为 200mm,宽度为 80mm。安装螺丝常规规格/304 内六角规格：直径 5*长 60/直径 8*长 60mm。标准抗压 120kg，左右抗压 30kg。前端有两个夜光圈（无毒荧光材料）；</p> <p>3.其他：承重：\geq150kg。横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高\geq0.6mm；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 套 | 120 |
| 27 | U 型固定 扶手 (有支撑 脚上翻折 叠) | <p>1.材质：底座 SUS304 不锈钢工字杆；</p> <p>2.规格：主体长度 600/750mm 可选,支脚长度为 580mm。外管直径 35mm，内管直径 28mm（允许误差\pm5mm）；壁厚\geq1.2mm，底座厚度 3mm/6mm，底座长度为 200mm,宽度为 80mm。安装螺丝常规规格/304 内六角规格：直径 5*长 60/直径 8*长 60mm。标准抗压 120kg，左右抗压 30kg。前端有两个夜光圈（无毒荧光材料）；</p> <p>3.其他：承重：\geq150kg。横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。</p> | 套 | 200 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|-----|
| | | 把手防滑颗粒：高≥0.6mm； 4.特点：高负荷承重，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。 | | |
| 28 | U型固定扶手（固定U型） | 1.材质：底座 SUS304 不锈钢工字杆； 2.规格：主体长度 600/750mm 可选。外管直径 35mm，内管直径 28mm（允许误差±5mm）；壁厚≥1.2mm，底座厚度 3mm/6mm，底座长度为 200mm,宽度为 80mm。安装螺丝常规规格/304 内六角规格：直径 5*长 60/直径 8*长 60mm。标准抗压 120kg，左右抗压 30kg。前端有两个夜光圈（无毒荧光材料）； 3.其他：承重：≥150kg。横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高≥0.6mm； 4.特点：高负荷承重，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。 | 条 | 100 |
| 29 | U型固定扶手（上翻折叠） | 1.材质：底座 SUS304 不锈钢工字杆； 2.规格：主体长度 600/750mm 可选。外管直径 35mm，内管直径 28mm（允许误差±5mm）；壁厚≥1.2mm，底座厚度 3mm/6mm，底座长度为 200mm,宽度为 80mm。安装螺丝常规规格/304 内六角规格：直径 5*长 60/直径 8*长 60mm。标准抗压 120kg，左右抗压 30kg。前端有两个夜光圈（无毒荧光材料）； 3.其他：承重：≥150kg。横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。把手防滑颗粒：高≥0.6mm； 4.特点：高负荷承重，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。 | 条 | 110 |
| 30 | 面盆连体扶手 A 款 | 1.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定； 2.尺寸：长（600-700）mm,宽（600-700）mm； 3.其他：把手防滑颗粒：高≥0.6mm；竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：≥150kg； 4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。 | 套 | 350 |
| 31 | 面盆连体扶手 B 款 | 1.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底 | 套 | 330 |

| | | | | |
|----|------------|--|---|-----|
| | | <p>片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>2.尺寸：长（600-700）mm,宽（600-700）mm；高度为 900mm；</p> <p>3.其他：把手防滑颗粒：高≥0.6mm；竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：≥150kg；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | | |
| 32 | 面盆连体扶手 C 款 | <p>1.材质：内管材质：不锈钢。外管材质：ABS。整体管径 35mm，内管径 28mm（允许误差±5mm），内置不锈钢管，管壁厚≥1.2mm，底座 1.8mm 厚度 SUS304 材质，紧固螺丝 M10*20 规格 SUS304 材质，安装螺丝直径 5*40mm 规格 SUS304 材质。304 不锈钢固定底片：不锈钢垫片螺丝套件，使用 M10 的不锈钢螺丝锁定；</p> <p>2.尺寸：长（600-700）mm,宽（600-700）mm；高度为 700mm；</p> <p>3.其他：把手防滑颗粒：高≥0.6mm；竖杆、横杆两端有两个夜光圈（无毒荧光材料）。承重：≥150kg；</p> <p>4.特点：高负荷承重，抗菌 ABS，防滑设计，防静电，平衡防跌，常温把手。</p> | 套 | 330 |

二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算）

| | |
|----------|--|
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 2 年，自材料验收合格之日起计算。终身维护。 |
| 售后技术服务要求 | <p>质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：</p> <p>（1）免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>（2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>（3）中标人除承担运输、验收与人员培训、跟踪回访和质保服务等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>（4）跟踪回访服务：针对本项目的受益残疾人进行跟踪回访，回访比例不低于 20%（其中现场集中回访或实地入户回访比例不低于 5%），按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。</p> |
| 交货时间及地点 | <p>1、交货时间：中标人接到采购人每次发出的订单后 20 个工作日内交付货物并验收合格。</p> <p>2、交货地点：采购单位县（市、区）残联指定的县（市、区）或乡镇（街道），后续配送入户由县（市、区）残联和乡镇（街道）残联负责组织完成。护理床需配送入户。</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费率为 80%），费率必须是固定的（如 10%），不得存在区间值（如：5%~10%），统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的成品辅具、使用指导、运输配送、备品备件、跟踪回访、质保服务、培训、技术支持、检测、验收及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | <p>1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。</p> <p>▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，国家另有规定的从其规定。</p> <p>▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素$\geq 5M$，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品。</p> |
| 采购人的特殊要求及说明 | <p>▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。</p> <p>▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。</p> <p>▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |

| | |
|------|---|
| 其他要求 | <p>▲1、第 2 项、6 项投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、第 2 项、第 6 项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告，属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告），检测报告的检测时间为 2021、2022、2023、2024、2025、2026 年任意一年。</p> <p>▲3.座便椅、洗浴椅须配备不少于两套橡胶防滑脚垫。</p> <p>▲4.所投产品执行标准，应按现行有效的国家标准执行，没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。</p> |
|------|---|

分标 3:

一、项目要求及技术需求

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
|----|--------------|---|----|-------|
| 1 | 手摇三轮车（手动平摇式） | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长≤2100mm、总宽≤780mm、总高≤1150mm； 2.车架材质钢质，管直径≥22mm，壁厚≥1.5mm，表面喷塑处理； 3.手动平摇式，左手掌握方向，右手平摇，可前进、后退，前后均配有刹车装置； 4.座宽≥440mm，软座，带有加厚海绵，乘坐舒适、透气性好，座面平整； 5.座背高≥450mm，材质为优质 PU 或高强度牛津帆布,内衬优质海绵，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线破损等； 6.扶手高度设计合理，材料为优质皮革，带有护板功能； 7.前后轮为直径 20~24 英寸轮胎，轮辐钢质； 8.驻坡性能≥6°； 9.最大承重≥100kg。 | 台 | 1500 |

| | | | | |
|---|---------------|--|---|-----|
| 2 | 普通轮椅 (钢制) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 1020mm、总宽 630mm、总高 910mm，折叠宽度 300mm，座位宽度 450mm；（允许误差±50mm） 2.重量≤18kg，最大载荷≥100kg； 3.车架：高强度钢管材料，车架可折叠；主体承重结构管直径≥19mm、壁厚≥1.2mm，表面电镀或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头； 4.前轮：6~8 英寸，配置金属前叉； 5.后轮：20~24 英寸轮胎，高强度塑料手轮圈； 6.推动把手装有联动刹车装置； 7.刹车：带钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面； 8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座面应平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 9.扶手：配优质扶手垫、配有护板； 10.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带； 11.安全带：座位配有可调安全带。 | 台 | 700 |
| 3 | 普通轮椅 (铝合金) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 1040mm、总宽 670mm、总高 890mm、折叠宽度 270mm，座位宽度 450mm；（允许误差±50mm） 2.重量≤16kg，最大载荷≥100kg； 3.车架：采用高强度铝合金材质，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，表面阳极氧化或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头； 4.前轮：6~8 英寸，配置金属前叉； 5.后轮：20~24 英寸轮胎，高强度塑料手轮圈； 6.推动把手装有联动刹车装置； | 台 | 800 |

| | | | | |
|---|------------------|--|---|-----|
| | | <p>7.刹车：带钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座面应平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>9.扶手：配优质扶手垫、配有护板；</p> <p>10.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带；</p> | | |
| 4 | 普通轮椅 (钢制带座厕) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 1030mm、总宽 650mm、总高 880mm，折叠宽度 240mm，座位宽度 430mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤19kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：采用高强度钢管材料，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，采用固定扶手，安全性能好，表面电镀或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱，毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>4.前轮：6~8 英寸，配高强度金属前叉；</p> <p>5.后轮：20~24 英寸轮胎，高强度塑料手轮圈；</p> <p>6.刹车：带钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>7.座靠垫：带座便器前抽拉式座便垫，可拆卸，座垫防水，易于清洗，内置 U 型开口厕孔，配大容量厕桶，厕桶可拆，便于清洗；</p> <p>8.扶手：配优质扶手垫、配有护板；</p> <p>9.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带；</p> <p>10.安全带：座位配有可调安全带。</p> | 台 | 700 |
| 5 | 普通轮椅 (铝合金带座厕) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 1020mm、总宽 660mm、总高 890mm，折叠宽度 260mm，座位宽度 450mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤17kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：采用高强度铝合金材料，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，采用固定扶手，安全性能好，表面</p> | 台 | 800 |

| | | | | |
|---|-------------|---|---|-----|
| | | <p>阳极氧化或喷涂处理,外表面平整光滑,无锋棱,毛刺、尖角等,各管孔端部加有封头;</p> <p>4.前轮: 6~8 英寸,配高强度金属前叉;</p> <p>5.后轮: 20~24 英寸轮胎,高强度塑料手轮圈;</p> <p>6.刹车: 带钢制手动驻刹,刹车装置制动后低于座位面;</p> <p>7.座靠垫: 带座便器前抽拉式座便垫,可拆卸,座垫防水,易于清洗,内置 U 型开口厕孔,配大容量马桶,马桶可拆,便于清洗;</p> <p>8.扶手: 配优质扶手垫、配有护板;</p> <p>9.脚托: 脚托可上翻,配高强度踏板,高度多档可调,配有小腿带;</p> <p>10.安全带: 座位配有可调安全带。</p> | | |
| 6 | 儿童普通轮椅(钢制) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标,GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>1.产品尺寸: 总长 930mm、总宽 570mm、总高 850mm,座位宽度 360mm;(允许误差±50mm)</p> <p>2.重量≤15kg、最大载荷≥100kg;</p> <p>3.车架: 高强度钢管材料,车架可折叠;主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm,采用固定扶手,安全性能好,表面电镀或喷涂处理,外表面平整光滑,无锋棱,毛刺、尖角等,各管孔端部加有封头;</p> <p>4.前轮: 6 英寸,配高强度塑料前叉;</p> <p>5.后轮: 20~22 英寸,高强度铝合金手轮圈;</p> <p>6.刹车: 带钢制手动驻刹,刹车装置制动后低于座位面;</p> <p>7.座靠垫: 座椅及靠背为软座、软靠背,缝边牢固整齐,无褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>8.扶手: 配优质扶手垫、配有护板;</p> <p>9.脚托: 配高强度踏板,高度可调,配有小腿带;</p> <p>10.安全带: 座位配有可调安全带。</p> | 台 | 600 |
| 7 | 儿童普通轮椅(铝合金) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标,GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行:</p> <p>1.产品尺寸: 总长 900mm、总宽 530mm、总高 860mm,折叠宽</p> | 台 | 700 |

| | | | | |
|---|--------------|--|---|-----|
| | | <p>度 280mm、座位宽度 300mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤13kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：采用高强度铝合金材料，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，安全性能好，表面阳极氧化或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱，毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>4.前轮：6 英寸，配高强度金属前叉；</p> <p>5.后轮：20~22 英寸，高强度铝合金手轮圈；</p> <p>6.推动把手装有联动刹车装置；</p> <p>7.刹车：带铝合金手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背,缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>8.扶手：配优质扶手垫、配有护板；</p> <p>9.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带；</p> <p>10.安全带：座位配有可调安全带。</p> | | |
| 8 | 护理轮椅 (钢制) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 970mm、总宽 610mm、总高 900mm、折叠宽度 300mm、座位宽度 450mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤14kg、最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：高强度钢管材料，车架可折叠；主体承重结构管直径≥19mm、壁厚≥1.2mm，表面电镀或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>4.前轮：6~8 英寸，配高强度金属前叉；</p> <p>5.后轮：12~20 英寸；</p> <p>6.推动把手装有联动刹车装置，把手可折叠；</p> <p>7.刹车：带钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座面应平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>9.扶手：配优质扶手垫、配有护板；</p> <p>10.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带；</p> | 台 | 800 |

| | | | | |
|----|------------------|---|---|------|
| | | 11.安全带：座位配有可调安全带。 | | |
| 9 | 护理轮椅 (铝合金) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 1020mm、总宽 620mm、总高 930mm，折叠宽度 270mm、座位宽度 450mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤12kg、最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：高强度铝合金材质，车架可折叠；主体承重结构管直径≥19mm、壁厚≥2.0mm，采用高承重双工字结构、侧方焊接支撑管，增加安全性能；表面阳极氧化或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱，毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>4.前轮：6~8 英寸，配高强度金属前叉；</p> <p>5.后轮：12~20 英寸；</p> <p>6.推动把手装有联动刹车装置，把手可折叠；</p> <p>7.刹车：带钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座面应平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>9.扶手：配优质扶手垫、配有护板；</p> <p>10.脚托：脚托可上翻，配高强度踏板，高度多档可调，配有小腿带；</p> <p>11.安全带：座位配有可调安全带。</p> | 台 | 1000 |
| 10 | 高靠背轮椅 (钢制带座厕) | <p>1.产品尺寸：总长≤1300mm，总宽≤700mm，总高≤1400mm(含头枕架)；</p> <p>2.座位宽度 460mm、折叠宽度 320mm；（允许误差±50mm）</p> <p>3.重量≤27kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>4.车架：选用 A3 钢质材料，车架可折叠；主架管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用电镀或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>5.前轮：6~8 英寸轮胎，配置高强度金属前叉；</p> <p>6.后轮：20~24 英寸，带高强度金属手轮圈；</p> <p>7.刹车：配备钢制手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座靠垫为皮革软座靠垫，材质选用高强度、透气性能好的皮革，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；采用带座便</p> | 台 | 1500 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|---|------|
| | | <p>器前抽拉式座便垫，配深座便桶，便桶可拆卸便于清洗；</p> <p>9.座椅靠背可控制气弹簧或拉栓自由后仰 90°-170°，角度调节位置固定可靠，配置弧形软质头枕；</p> <p>10.扶手：采用加长式扶手，配优质扶手垫，带餐桌，配备护板；</p> <p>11.脚托：拆装式脚托，高度可调，抬高角度与座面达 180°，并有重力自锁装置，腿垫为软质材料，配置脚踏板；</p> <p>12.带防倾翻装置。</p> | | |
| 11 | 高靠背轮椅（铝合金带座厕） | <p>1.产品尺寸：总长≤1300mm，总宽≤700mm，总高≤1400mm(含头枕架)；</p> <p>2.折叠宽度 350mm、座位宽度 450mm；（允许误差±50mm）</p> <p>3.重量≤26kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>4.车架：选用铝合金材料，主架直径≥22mm，主架壁厚≥2.0mm，采用可折叠式结构，安全性能好；车架表面采用氧化或喷涂处理，外表面平整光滑，无锋棱，毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>5.前轮：6~8 英寸塑料轮毂配高品质实心轮胎，配置高强度金属前叉；</p> <p>6.后轮：20~24 英寸，带高强度塑料手轮圈；</p> <p>7.刹车：配备合金肘节式驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.座靠垫：座靠垫为皮革软座靠垫，材质选用高强度、透气性能好的皮革，座面平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷；采用带座便器前抽拉式座便垫，配深座便桶，便桶可拆卸便于清洗；</p> <p>9.座椅靠背可控制气弹簧或拉栓自由后仰 90°-170°，角度调节位置固定可靠；</p> <p>10.扶手：采用加长式扶手，配优质扶手垫，带餐桌，配备护板；</p> <p>11.拆装式铝合金长脚托，高度可调，抬高的角度与座面达 180°，有重力自锁装置，腿垫为软质材料，配置脚踏板；</p> <p>11.带防倾翻装置。</p> | 台 | 1600 |
| 12 | 功能轮椅（钢制、活动、可调节扶手和脚踏） | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 1090mm、总宽 620mm、总高 870mm，折叠宽度 270mm、座位宽度 460mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤18kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：高强度钢管材料，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚</p> | 台 | 1600 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>≥1.2mm, 车架可折叠; 采用高承重双工字结构; 表面电镀或喷涂处理, 外表面平整光滑, 无锋棱、毛刺、尖角等, 各管孔端部加有封头;</p> <p>4.前轮: 6~8 英寸, 配高强度金属前叉;</p> <p>5.后轮: 20~24 英寸轮胎, 配手轮圈;</p> <p>6.刹车: 带金属手动驻刹, 刹车装置制动后低于座位面;</p> <p>7.座靠垫: 采用软座, 高强度透气性好的材质, 座面平整, 不应有褶皱、跳线和破损等缺陷;</p> <p>8.扶手: 采用活动后翻式弯扶手, 可以直接旋转至靠背后方, 配置扶手垫;</p> <p>9.脚托: 脚托支架内外可旋转、可拆装, 配备脚踏板, 高度可调, 配有小腿带;</p> <p>10.安全带: 座位配有可调安全带。</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|----|---------------------------|--|---|------|
| 13 | 功能轮椅 (铝合金、活动、可调节扶手和脚踏) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 1050mm、总宽 630mm、总高 890mm，折叠宽度 290mm；（允许误差±50mm） 2.重量≤16kg，最大载荷≥100kg； 3.车架：高强度铝合金材质，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，采用高承重双工字结构表面阳极氧化或烤漆处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头； 4.前轮：6~8 英寸，配高强度金属前叉； 5.后轮：20~24 英寸，高强度塑料手轮圈； 6.刹车：带金属手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面，推动把手装有联动刹车装置，带自锁功能； 7.座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背，座面应平整，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 8.配独立透气防滑海绵座垫，厚度大于 50mm； 9.扶手：采用活动后翻式扶手，扶手可高度可调，可以直接旋转至靠背后方，配置扶手垫； 10.脚托：脚托架可拆卸，可向内、外旋转，配备脚踏板，高度可调，配有小腿带； 11.安全带：座位配有可调安全带。 | 台 | 1600 |
| 14 | 功能轮椅 (大轮可快拆、六轮) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 1030mm、总宽 670mm、总高 920mm，折叠宽度 340mm、座位宽度 460mm；（允许误差±50mm） 2.重量≤16kg，最大载荷≥100kg； 3.车架：高强度铝合金材质，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，采用高承重双工字结构；表面阳极氧化或烤漆处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头； | 台 | 2200 |

| | | | | |
|----|-------------------------|---|---|------|
| | | <p>4.前轮：6~8 英寸，配高强度塑料前叉；</p> <p>5.后轮：20~24 英寸，配高强度铝合金手轮，可快速拆装；</p> <p>6.辅助轮：配有 6~8 英寸辅助轮，当大轮拆卸以后，可用辅助轮移动；</p> <p>7.刹车：带金属手动驻刹，刹车装置制动后低于座位面；</p> <p>8.推动把手装有联动刹车装置，带自锁功能；</p> <p>9.座靠垫：采用可拆软靠背、软座垫，缝边牢固整齐，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷，靠背及坐垫材料为牛津尼龙布内置海绵；</p> <p>10.扶手：扶手采用活动扶手，可后翻、可拆卸，配置扶手垫，配备护板；</p> <p>11.脚托：脚托架可拆卸，可向内、外旋转，配备脚踏板，高度可调，配有小腿带；</p> <p>12.安全带：座位配有可调安全带。</p> | | |
| 15 | 儿童功能轮椅（铝合金、活动、可调节扶手和脚踏） | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <p>1.产品尺寸：总长 930mm、总宽 510mm、总高 870mm、折叠宽度 330mm、座位宽度 350mm；（允许误差±60mm）</p> <p>2.重量≤14kg，最大载荷≥100kg；</p> <p>3.车架：高强度铝合金材质，车架可折叠；主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，表面阳极氧化或烤漆处理，外表面平整光滑，无锋棱、毛刺、尖角等，各管孔端部加有封头；</p> <p>4.前轮：6 英寸，配高强度金属前叉；</p> <p>5.后轮：20~22 英寸，高强度 ABS 塑料手扶圈；</p> <p>6.刹车：带金属手动驻刹；刹车装置制动后低于座位面，推动把手装有联动刹车装置，带自锁功能；</p> <p>7.座靠垫：采用软座，高强度透气性好的材质，座面平整，不应有褶皱、跳线和破损等缺陷；</p> <p>8.配独立透气防滑海绵座垫，厚度大于 50mm；</p> <p>9.扶手：采用活动后翻式升降扶手，可以直接旋转至靠背后方，配置扶手垫；</p> <p>10.脚托：脚托架可拆卸，可向内、外旋转，配备脚踏板，高度可调，配有小腿带；</p> <p>11.安全带：蝴蝶型安全带。</p> | 台 | 1800 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|------|
| 16 | 运动式生活轮椅 | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 850mm（允许误差±60mm）、总高 800mm（允许误差±60mm），座宽需提供至少 3 种尺寸可选，尺寸范围为 360mm~460mm； 2.重量≤16kg，最大载重≥100kg； 3.车架选用高强度铝型材焊接，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，具有强度高，重量轻的特性，表面经氧化或喷涂处理； 4.座垫/靠垫：采用 600D 牛津布的车缝成型，抗拉强度高，海绵软垫可根据不同身材使用者对轮椅座位高度的不同要求而配置相适应的厚度； 6.安全装置：采用肘节式刹车，刹车装置制动后低于座位面； 7.前置耐磨 4 英寸 PVC 万向前轮，配铝合金前轮叉，后置 20~24 英寸快拆轮，配备铝合金手轮； 8.防后倾轮：配备防后倾轮，铝合金防后倾轮支承杆，防后倾轮高度可调； 9.脚踏板：全铝合金脚踏板，脚踏板高度可调节，脚踏主体可拆； 10.配轮椅前置包，方便置物； | 台 | 3000 |
|----|---------|---|---|------|

| | | | | |
|----|----------------|---|---|------|
| 17 | 脑瘫轮椅 (6岁以上) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 1100mm、总宽 620mm；（允许误差±50mm） 2.重量≤22kg，最大载荷≥100kg； 3.车架：高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥22mm、壁厚≥1.5mm，表面采用彩色喷涂处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；座位能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达 35°； 4.前轮：6 英寸塑料轮毂配实心橡胶轮胎，配高强度金属前叉； 5.后轮：16 英寸塑料轮毂配 PU 轮胎； 6.刹车：铝合金手动驻刹，配置带自锁功能的后把手联动刹车； 7.座靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵，坐垫带分腿器； 8.扶手：配置扶手垫，可拆装，高度可调； 9.护板：选用海绵等软质护板，左右护板间距可调，适合不同体形的儿童使用； 10.脚托：高度可调，适合不同体形的儿童使用，配置足跟带，防止使用者脚掌滑落； 11.头枕：张开角度可调，高度可调； 12.肩垫：高强度金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度可调节； 13.限位垫：座垫配有限位垫，配置高强度金属限位垫骨架，且前后位置可调； 14.防倾翻装置高度可调且装有脚踏，方便护理人员推行轮椅上下台阶； 15.配可拆卸餐桌板，配头枕并上下左右可调整； 16.安全带：配有蝴蝶型脊柱姿势矫正安全带，座位配可调盆骨姿势矫正安全带，可根据使用者需要配置加强防护装置。 | 台 | 2000 |
| 18 | 脑瘫轮椅 (0-6岁) | <p>产品应符合 GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。</p> <p>针对本次招标，GB/Z 13800-2021《手动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的请按以下要求执行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.产品尺寸：总长 950mm、总宽 440mm、总高 1040mm，座位 | 台 | 2200 |

| | | | | |
|----|------|--|---|------|
| | | <p>宽度 320mm、座位深度 380mm；（允许误差±50mm）</p> <p>2.重量≤18kg，最大载荷≥75kg；</p> <p>3.车架：高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥25mm、壁厚≥2.0mm，表面阳极氧化或烤漆处理，车架为可折叠结构；</p> <p>4.座椅角度调节：座垫与地面后倾角度调节范围约为 0-30°；座位与靠背角度调节范围约为 95-150°；</p> <p>5.座椅：座椅采用汽车儿童安全座椅，座椅支架的材料为无毒、无污染塑料，无过敏成分，安全、强度高、质量轻；表面由高级透气布料包裹，舒适、安全可靠；座椅配有安全带，安全带上肩部 and 腹部的位置有海绵垫，长时间使用时可保持其舒适性；枕头可调节高度；</p> <p>6.前轮：6 英寸，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气橡胶实心轮胎，耐磨；</p> <p>7.后轮：12 英寸，配置为高强度工程塑料轮毂 PU 轮胎；</p> <p>8.刹车：轮椅配有脚踩式驻车刹车；</p> <p>9.脚踏：轮椅配有脚踏板，脚踏板高度可调节，且为可翻起结构；</p> <p>10.安全带：座位配有可调安全带；</p> <p>11.防倾装置：轮椅配防倾翻支架，可防止轮椅出现向后倾翻的危险；</p> <p>12.餐板：轮椅可配装餐板供用餐使用。</p> | | |
| 19 | 电动轮椅 | <p>产品应符合 GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准要求。</p> <p>针对本次招标，GB/T12996-2012《电动轮椅车》国家标准中规格、类型及其他不确定的，请按以下要求执行：</p> <p>1.产品为电动四轮轮椅；</p> <p>2.产品尺寸：总长 1060mm、总宽 630mm、总高 910mm，座位宽度 430mm、座位深度 410mm、座位离地高度 490mm、靠背高度 370mm、最大载荷≥100kg；（允许误差±60mm）</p> <p>3.车架：高强度铝合金材质，主体承重结构管直径≥20mm、壁厚≥1.5mm，表面为烤漆或镀铬处理，车架可折叠，带有折背功能，存放体积小，运输方便；</p> <p>4.由操纵手柄控制行驶方向、速度、转向和制动，操纵手柄为万向无限制控制器；</p> <p>5.净重≤28kg，电机不低于 300w×2，带电磁刹车；采用锂电池规格不低于 24V10Ah，配备充电器，安全制动≤1.0m；</p> | 台 | 5000 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>6.续行里程不低于 20km，最大爬坡能力≥6°，最高时速不超过 6km/h；</p> <p>7.具有工作状态和电量显示、具有倒车提醒功能，具有电量显示功能、速度调节功能、喇叭功能，具有离合装置便于无动力时推动轮椅，带有电磁刹车以保证行驶安全；</p> <p>8.轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为牛津尼龙布和网格布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配有安全带；</p> <p>9.上下活动扶手，配置扶手垫；</p> <p>10.脚踏板高度可调，挂脚可快速拆卸，方便使用者上下车使用；</p> <p>11.前轮为 8 英寸的加宽 PU 轮胎，配置高强度工程塑料轮毂；</p> <p>12.后轮为 10~12 英寸蜂窝轮胎，配置为高强度铝合金轮毂；</p> <p>13.轮椅带有防后翻装置。</p> | | |
| 二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） | | | |
| 质保期 | （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 2 年，自材料验收合格之日起计算。终身维护。 | | |
| 售后技术服务要求 | <p>质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：</p> <p>（1）免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>（2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>（3）中标人除承担运输、验收与人员培训、跟踪回访和质保服务等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>（4）跟踪回访服务：针对本项目的受益残疾人进行跟踪回访，回访比例不低于 20%（其中现场集中回访或实地入户回访比例不低于 5%），按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。</p> | | |
| 交货时间及地点 | <p>1、交货时间：中标人接到采购人每次发出的订单后 20 个工作日内交付货物并验收合格。</p> <p>2、交货地点：采购单位县（市、区）残联指定的地点或配送入户。</p> | | |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 | | |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费 | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | 率为 80%)，费率必须是固定的(如 10%)，不得存在区间值(如：5%~10%)，统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的成品辅具、使用指导、运输配送、备品备件、跟踪回访、质保服务、培训、技术支持、检测、验收及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | <p>1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。</p> <p>▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，国家另有规定的从其规定。</p> <p>▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素≥5M，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品。</p> |
| 采购人的特殊要求及说明 | <p>▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。</p> <p>▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。</p> <p>▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| 其他要求 | <p>▲1、第 3 项、第 13 项投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人</p> |

获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲2、第 2 项、第 3 项、第 9 项、第 13 项、第 14 项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告，属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告），检测报告的检测时间为 2021、2022、2023、2024、2025、2026 年任意一年。

▲3.所投产品执行标准，应按现行有效的国家标准执行，没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。

分标 4:

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|-----------------|---|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 防压疮床垫 (充气护理) | 1.尺寸：2000mm×900mm（允许误差±50mm）； 2.至少有 18 支单管，每支单管都有单管固定座，可提供较佳的支撑力； 3.钉扣式床罩，70 丹尼的防水上盖，可完全拆卸与清洗； 4.前三管具有头枕功能； 5.通过生物兼容性测试：细胞毒性≤1 级、皮肤刺激性≤1 级、无皮肤致敏性，满足辅具安全使用要求； 6.坚固轻便的主机有利携带。 | 张 | 1000 |
| 2 | 防压疮坐垫 (凝胶海绵) | 1.座垫臀部的位置为 350mm×280mm（允许误差±5mm）的凝胶材料，其它部分为记忆海绵材料； 2.具有良好静态支撑性能和稳定性能；材质粘稠适度，手感柔软、舒适具有防霉、抗菌性能，不含有任何过敏源；使用方便、易于固定和易于清洗和维护保养。 | 张 | 500 |
| 3 | 移乘板 | 1.总长≥640mm、总宽≥350mm、厚度≥4.5mm，折叠 3 折； 2.最大载荷≥120kg； 3.性能及结构特点：材质无毒、不含甲醛、无异味、对人体无害； 4.注塑件表面光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 | 张 | 200 |
| 4 | 移乘带 | 1.产品外型尺寸：长 800mm×宽 220mm×厚 10mm（允许误差±5mm）； 2.承载≥100kg； 3.材质：采用加强尼龙复合板为衬板，尼龙带及绒面布料合制而成。 | 张 | 200 |
| 5 | 接尿器 | 1.主要材质；天然无毒乳胶或硅胶； 2.分男用和女用，用于因尿失禁后收集尿液； 3.接尿器由接尿囊，导尿管，尿袋及布袋组成； 4.腰带 1 条，裤兜 1 条，漏斗 1 个，尿管 1 根（长度≥1m）； 1000mL 尿袋（日用）一个，2000mL 尿袋（夜用）一个（允许误差±10%）。 | 个 | 100 |
| 6 | 便盆（成人、大便） | 1.总长：370mm、总宽：300mm、总高：100mm；（允许误差±10mm） 2.材质：使用高强度工程 PE 塑料制作而成。 | 个 | 50 |
| 7 | 便盆（成人、女用接尿器） | 1.总长：240mm，总宽：120mm，总高：170mm；（允许误差±10mm） 2.净重量：110g（允许误差±10%）； 3.材质：使用高强度工程 PE 塑料制作而成。 | 个 | 50 |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|-----|
| 8 | 便盆（成人、男用接尿器） | 1.总长：250mm，总宽：120mm，总高：120mm；（允许误差±5mm） 2.净重量：95g（允许误差±10%）； 3.材质：使用高强度工程 PE 塑料制作而成。 | 个 | 50 |
| 9 | 护腰带（成人） | 1.透气发泡护腰带，特殊的材质配合立体缝合技术、使护具更加贴合人体工学、更能达到保护、减轻压迫以及支撑力； 2.适用范围：适合医疗使用。 | 条 | 300 |
| 10 | 护腰带（儿童） | 1.面料：锦纶 100%（非纤维物质除外）里料：聚酯纤维 100%（非纤维物质除外）； 2.适用于保护腰部，缓解运动冲击。 | 条 | 300 |
| 11 | 日常生活类辅具（就餐防漏餐具等） | 1.进食类辅具套装由助食叉、助食勺、助食筷、防倾碗、防漏围兜、防滑餐垫、六种产品组成； 2.助食叉：无毒 304 不锈钢，塑料手柄环扣及绑带:食品级硅橡胶； 3.助食勺：无毒 304 不锈钢，塑料手柄，无毒 PP，软胶无毒 TPE； 4.助食筷:材质为环保 ABS 塑料或竹制品； 5.防倾碗:无毒 PP，食品级硅橡胶； 6.防漏围兜：食品级硅胶；耐温：-20℃-220℃； 7.防滑餐垫：PVC 环保材料。 | 套 | 150 |
| 12 | 防走失腕表 | 1.屏幕：不低于 1.4 寸； 2.屏幕分辨率：不低于 240*240 像素； 3.支持拍照，支持视频通话； 4.网络：支持移动、联通、电信，支持 WIFI 功能； 5.SIM 卡：支持 NanoSIMcard； 6.APP：支持安卓和 IOS 双版本； 7.内存：机身内存不低于 ROM3GB+运行内存 RAM512MB； 8.表带：硅胶或皮革材质； 9.电池：聚合物锂电池，电池容量不低于 600mAH,可低电量报警，采用磁吸充电，配磁吸充电器； 10.定位：具有 GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位，并支持监护人实时查看位置； 11.支持历史轨迹查询、轨迹回放，语音监护，一键求救； 12.电子围栏：支持以地图设定点为中心划定一个区域，区域设定半径应不低于 1000 米，出区域及时告警提示； 13.双向通话：使用者之间可相互通话，可设置至少 3 个紧急求救电话，可设置至少 10 个亲情号码； | 块 | 600 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>14.支持微聊，使用者与对应手机 APP 之间可以发送语音和图片；</p> <p>15.支持实时监测使用者心率血压状况及计步和睡眠状况，并内置温度计功能，支持体温测量；</p> <p>16.支持支付宝钱包，移动支付零钱管理，支持设置限额，可查询消费记录；</p> <p>17.其他功能：支持录音、闹钟、记步器、睡眠监测、天气查询、吃药提醒、寻找设备、手表自动更新时间等；</p> <p>18.防水：IP67 防水；</p> <p>19.符合国家强制性产品 3C 认证，并提供产品的 3C 证书；</p> <p>20.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证；</p> <p>21.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。</p> | | |
| 二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） | | | |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 2 年，自材料验收合格之日起计算，终身维护。 | | |
| 售后技术服务要求 | <p>质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：</p> <p>（1）免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>（2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>（3）中标人除承担运输、验收与人员培训、跟踪回访和质保服务等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>（4）跟踪回访服务：针对本项目的受益残疾人进行跟踪回访，回访比例不低于 20%（其中现场集中回访或实地入户回访比例不低于 5%），按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。</p> | | |
| 交货时间及地点 | <p>1、交货时间：中标人接到采购人每次发出的订单后 20 个工作日内交付货物并验收合格。</p> <p>2、交货地点：采购单位县（市、区）残联指定的县（市、区）或乡镇（街道），后续配送入户由县（市、区）残联和乡镇（街道）残联负责组织完成。</p> | | |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 | | |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费率为 | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | 80%)，费率必须是固定的（如 10%），不得存在区间值（如：5%~10%），统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的成品辅具、使用指导、运输配送、备品备件、跟踪回访、质保服务、培训、技术支持、检测、验收、及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | <p>1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。</p> <p>▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，国家另有规定的从其规定。</p> <p>▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素≥5M，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品。</p> |
| 采购人的特殊要求及说明 | <p>▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。</p> <p>▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。</p> <p>▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| 其他要求 | <p>▲1、第 12 项投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标</p> |

| |
|--|
| <p>人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、第 1 项、第 12 项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告,属于执行国家标准产品的,需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告), 检测报告的检测时间为 2021、2022、2023、2024、2025、2026 年任意一年。</p> <p>▲3.防走失腕表须配流量卡, 流量卡须支持使用不低于 24 个月, 且每月至少支持 30M 使用流量。</p> <p>▲4.所投产品执行标准, 应按现行有效的国家标准执行, 没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。</p> |
|--|

分标 5:

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|---------|---|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 大字体震动闹钟 | 1、优质环保 ABS 材质； 2、LCD 显示屏数字显示,数字高度≥10mm; 3、具有显示当前的日期、时间、温度、闹铃时间的功能； 4、时钟制式：12/24 小时制；12/24 小时：闹铃设置选择不低于 3 组，铃声选择不低于 7 组； 5、具有语音报时功能，可播报当前的时间和温度信息； 6、具有贪睡和低电量提示功能； 7、震动强度≥5 级； 8、具有自动感光功能，可自动根据周围的光线强弱变化显示； 9、产品尺寸：136*46*78MM，允许误差±5mm。 | 个 | 150 |
| 2 | 震动式提醒手表 | 1、手表具备表盘、表带和磁吸充电线结构及部件； 2、手表音量可大、中、小三档调节； 3、铃声不少于 20 种可选； 4、手表可设置并显示时间，内容包括年、月、日、时、分和星期； 5、手表按键操作时有语音提示； 6、手表具有语音报时功能，语音播报当前时间； 7、手表具有闹钟功能，可开启或关闭，在闹钟开启时可显示闹钟图标； 8、闹钟提醒方式具有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选； 9、具有一键止闹功能； 10、手表与无线连接按钮作为门铃和呼叫提示器使用； 11、手表与无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用； 12、手表具有电量和信号强弱显示图标； 13、有省电节能功能，5 秒内无操作应可进入息屏节能模式； 14、包装：配有独立包装盒。 | 块 | 280 |

| | | | | |
|---|----------|--|---|-----|
| 3 | 语音盲文药盒 | <p>1、具有多组闹铃提醒，每组闹铃可重复提示 3 次；</p> <p>2、采用七彩视觉区分小格药盒设计，药盒小格设置不低于 7 格；</p> <p>3、采用双层密封防水设计；</p> <p>4、采用环保食品级材料制作；</p> <p>5、具有 DIY 贴纸设计，具有设置提醒功能。</p> | 个 | 150 |
| 4 | 盲杖（折叠） | <p>1、杖身为铝合金材质，表面阳极氧化处理，全反光膜覆护；杖身三分之一处贴红色反光纸；杖身材料壁厚$\geq 1\text{mm}$,杖身直径$\geq 13\text{mm}$,四折叠式结构，折叠后长度：322mm（允许误差$\pm 5\text{mm}$）,展开长度$900\text{mm} \leq L < 1200\text{mm}$；</p> <p>2、手柄为弹性塑胶材质，防水、防晒；</p> <p>3、杖头为耐磨硬质塑料材质；</p> <p>4、串联线为两根粗橡胶皮筋，弹性好、耐老化；</p> <p>5、配独立包装袋一个(牛津布或绒布)。</p> | 支 | 100 |
| 5 | 盲杖（伸缩型） | <p>1、杖身为铝合金材质，表面阳极氧化处理，全反光膜覆护；</p> <p>2、采用伸缩式连接；</p> <p>3、采用金属卡扣对每一节拉出来的盲杖进行锁定；</p> <p>4、盲杖设置收缩按钮，向下按压，其余节可收起，产品完全收缩后长度不超过 30 厘米，直径 3 厘米；</p> <p>5、配独立包装袋一个(牛津布或绒布)。</p> | 支 | 150 |
| 6 | 盲杖（儿童三折） | <p>1、杖身为铝合金材质，表面阳极氧化处理，全反光膜覆护，杖身三分之一处贴红色反光纸；杖身材料壁厚$\geq 1\text{mm}$,杖身直径$\geq 13\text{mm}$,三折叠式结构，折叠后长度：350mm（允许误差$\pm 5\text{mm}$）,展开长度 990mm；</p> <p>2、手柄为弹性塑胶材质，防水、防晒；</p> <p>3、杖头为耐磨硬质塑料；</p> <p>4、串联线为两根粗橡胶皮筋、弹性好、耐老化；</p> <p>5、配独立包装袋一个(牛津布或绒布)。</p> | 支 | 150 |

| | | | | |
|---|----------|--|---|-----|
| 7 | 语音盲文电饭煲 | <p>1、产品符合 GB4706.1-2005;GB4706.19-2008 的国家标准;</p> <p>2、产品由电饭煲主机、全铝内胆 420 克、蒸格、量杯、可立饭勺、中文说明书组成;</p> <p>3、额定功率:不低于 860W,额定电压 220V,额定频率:50-60HZ,容量 5L;</p> <p>4、具有显示屏:LED 四位数码显示屏可显示预约定时、时间信息;</p> <p>5、所有按键具有全程语音提示功能,具有预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒杀菌、保温十二大功能;</p> <p>6、具有时间预约定时功能;</p> <p>7、所有按键都带盲文点、语音播报功能和文字标识;</p> <p>8、具有人体感应功能,当电饭煲开始任意功能后,感应到用户靠近就自动播报当前工作状态及剩余时间;</p> <p>9、具有语音交互功能,可以通过语音控制所有功能的操作如:预约定时、蒸煮、柴火饭、快煮饭、锅巴饭、煮粥、煲汤、焖肉、蒸蛋糕、热饭、消毒杀菌、保温、开始工作、取消工作;</p> <p>10、产品符合国家 3c 认证;</p> <p>11、产品配置独立包装箱。</p> | 个 | 600 |
| 8 | 语音盲文电压力锅 | <p>1、产品组成:电压力锅主机、内胆,量杯、饭勺、电源线;</p> <p>2、性能参数:功率 1000w、容量 6L、全程语音播报、LED 显示屏;</p> <p>3、材质:不锈钢外壳,不锈钢盖子,食品级塑料盖子防护,铝合金饭锅;</p> <p>4、具有全程语音提示功能,播报当前工作状态;</p> <p>5、一键功能选择键,具有至少八个功能选择;</p> <p>6、具有时间预约功能;</p> <p>7、任何模式下按下取消键,进入待机模式;</p> <p>8、功能按钮带盲点标识及 LED 指示灯;</p> <p>9、具有 LED 四位数码显示屏,可显示时间信息,可显示所有功能的保压、加热、保温三个阶段过程;</p> <p>10、拥有自选保压功能,按下自选保压按键后,按加减按键选择保压时间;</p> | 个 | 700 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|-----|
| | | <p>11、具有语音交互功能，可以通过语音控制以下功能：预约定时(可 24 小时预约)、煮饭、煲汤、豆/蹄筋、至少有三种口感供选择、煲粥、牛羊肉功能、开始工作、取消工作、开始保温；</p> <p>12、配有独立包装箱；</p> <p>13、产品符合国家 3c 认证。</p> | | |
| 9 | 语音盲文电磁炉 | <p>1、产品由电磁炉主机，单机组成；</p> <p>2、额定功率：不低于 2100W,电压 220V,额定频率：50-60HZ;</p> <p>3、面板材质：耐高温黑金面板；</p> <p>4、具有全程语音播报功能，按键带盲文标识和数码显示；</p> <p>5、产品具有"无锅具"安全提醒功能，并自动断电、自动安全保护；</p> <p>6、产品控制方式：按键式，不低于 6 个按键，增大、缩小键可读报相应温度数；</p> <p>7、产品不低于 6 种功能；</p> <p>8、具有开机提示功能；</p> <p>9、产品符合国家 3c 认证。</p> | 个 | 680 |
| 10 | 语音电水壶 | <p>1、产品由：无线接收器+水壶+底座三部分组成；</p> <p>2、产品材质：内胆需使用 304 不锈钢一体成型，外壳食品级聚丙烯；</p> <p>3、水壶主体采用双层防烫设计；</p> <p>4、按键式开盖方式；</p> <p>5、额定功率：不低于 1800w,电压：220V,额定频率：50-60HZ,容量不低于 1.6L；</p> <p>6、产品所有操作步骤都具有语音播报，具有真人语音安全使用提示；</p> <p>7、产品具有语音播报、语音、闪光、震动提示模式；</p> <p>8、具有红外线人体感应灯功能，可当作感应照明灯用；</p> <p>9、具有时间、日期、温度显示功能；</p> <p>10、产品具有防干烧断电保护功能；</p> <p>11、产品具有保温功能；</p> <p>12、具有温湿度检测功能，可语音播报当时的温度和湿度；</p> <p>13、产品具有较强的抗干扰能力，水壶和无线接收器的有效</p> | 个 | 450 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|---|-----|
| | | 信号接收距离：在空旷区域达 100 米以上； 14、产品符合国家 3c 认证。 | | |
| 11 | 放 大 镜 (手持式 3 倍) | 1、材质：亚克力； 2、放大倍率：3 倍； 3、照明光源：白光 LED； 4、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、黄点等； 5、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 6、零件完整无缺，无变形； 7、外观无划痕、毛刺、飞边、塌陷等缺陷，色泽均匀一致； 8、装配正确，连接间隙均匀，用胶粘接的部位粘接牢固,表面干净无余胶。 | 个 | 100 |
| 12 | 放 大 镜 (手持式 10 倍) | 1、材质：亚克力； 2、放大倍率：10 倍； 3、照明光源：白光 LED； 4、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、黄点等； 5、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等； 6、零件完整无缺，无变形； 7、外观无划痕、毛刺、飞边、塌陷等缺陷，色泽均匀一致； 8、装配正确，连接间隙均匀，用胶粘接的部位粘接牢固,表面干净无余胶。 | 个 | 100 |
| 13 | 放 大 镜 (手持式 30 倍) | 1、材质：亚克力； 2、放大倍率：1-30 倍； 3、具有无极变倍，可进行连续放大； 4、带光源，具有不少于 6 颗 LED 灯； 5、具有不少于触控三档可调光源亮度； 6、具有可充电锂电池，低档模式下不低于：10H，中档模式下不低于：4H，高档模式下不低于：2H； 7、具有磁吸式底座支架； 8、具有省电模式； 9、输入电压：Type C /DC5V <2A，充电时间约：2H。 | 个 | 100 |
| 14 | 放 大 镜 (台 灯 式) | 1、光学性能：成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色。 2、光学部件无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 3、主镜放大倍率：2-2.5 倍。局部 4 倍。 4、透过率：90%以上。 | 台 | 100 |

| | | | | |
|----|----------------------------|---|---|-----|
| | | 5、可折叠。 | | |
| 15 | 放 大 镜 (多功能带灯) | 1、放大倍率: 2.5 倍, 局部 5 倍; 2、供电: 使用 4.5V、20MA、白光 LED 电珠; 3、照明光源: 白光 LED; 4、支架: 平衡、稳定、回转灵活; 5、视场直径: 90mm。 | 台 | 100 |
| 16 | 眼 镜 式 (近用) 助视器 | 1、成像清晰, 无成像弯曲、发毛、边缘带色; 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等; 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等; 4、镜片顶焦度分别为: +6D、+8D、+10D、+12D、+14D、+16D、+18D、+20D、+24D、+28D、+32D; 5、镜片材料: 光学树脂; 6、镜架: 金属全框; 7、镜片透射比在 90%以上; 8、配置眼镜包装盒、清洁方布, 包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能。 | 副 | 200 |
| 17 | 中远距 离 眼 镜 式 助 视 器 | 1、成像清晰, 无成像弯曲、发毛、边缘带色; 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等; 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等; 4、放大倍率: 2.0 倍; 5、重量: ≤40 克; 6、最远可清晰观察 3 米处目标物; 7、镜片尺寸: 35mm;镜片材质: 树脂; 8、镜架材质: PP。 | 副 | 500 |
| 18 | 单筒望 远 镜(单筒 4 倍) | 1、成像清晰, 不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色; 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等; 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等; 4、各调节部件运转灵活, 间隙应均匀适当, 方便调节; 5、放大倍率: 4 倍; 6、视场角: 12.5°; 7、近焦距离(指可清晰观察到目标物的最近距离)不大于 250mm; 8、物像不变形; 9、镜片采用全表面镀膜。 | 个 | 120 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|-----|
| 19 | 单筒望远镜(单筒6倍) | <ul style="list-style-type: none"> 1、成像清晰, 不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色; 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等; 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等; 4、各调节部件运转灵活, 间隙应均匀适当, 方便调节; 5、放大倍率: 6 倍; 6、视场角: 9.5°; 7、近焦距离(指可清晰观察到目标物的最近距离)不大于250mm; 8、物像不变形; 9、镜片采用全表面镀膜。 | 个 | 120 |
| 20 | 单筒望远镜(单筒8倍) | <ul style="list-style-type: none"> 1、成像清晰, 不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色; 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等; 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等; 4、各调节部件运转灵活, 间隙应均匀适当, 方便调节; 5、放大倍率: 8 倍; 6、视场角: 10.5°; 7、近焦距离(指可清晰观察到目标物的最近距离)不大于250mm; 8、物像不变形; 9、镜片采用全表面镀膜。 | 个 | 120 |
| 21 | 滤光镜 (透光率15.5%) | <ul style="list-style-type: none"> 1、嵌入式偏光侧片, 弹性框架, 不漏光; 2、透光率 15.5%, 过滤紫外线 100%, 过滤蓝光 84%, 偏振效率 99%。 | 副 | 160 |
| 22 | 滤光镜 (透光率16%) | <ul style="list-style-type: none"> 1、嵌入式偏光侧片, 弹性框架, 不漏光; 2、透光率 16%, 过滤紫外线 100%, 过滤蓝光 94%, 偏振效率 99%。 | 副 | 160 |
| 23 | 滤光镜 (透光率22%) | <ul style="list-style-type: none"> 1、嵌入式偏光侧片, 弹性框架, 不漏光; 2、透光率 22%, 过滤紫外线 100%, 过滤蓝光 100%, 无偏振, 全部过滤 550nm 以下光线。 | 副 | 160 |
| 24 | 滤光镜 (透光率46%) | <ul style="list-style-type: none"> 1、嵌入式偏光侧片, 弹性框架, 不漏光; 2、透光率 46%, 过滤紫外线 100%, 过滤蓝光 100%, 无偏振, 全部过滤 511nm 以下光线。 | 副 | 160 |
| 25 | 棱镜(柱) | <ul style="list-style-type: none"> 1、成像清晰, 不应出现成像弯曲、发毛、边缘带色。 | 个 | 120 |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----|
| | 型 放 大 镜) | <ul style="list-style-type: none"> 2、镜片无气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。 3、镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等。 4、各调节部件运转灵活，间隙应均匀适当，方便调节。 5、放大倍数：5 倍。 6、有效孔距；200×32mm。 | | |
| 26 | 便携式电 子助视器 (手持 4.3 寸) | <ul style="list-style-type: none"> 1、屏幕尺寸：4.3 英寸； 2、放大倍数 1-28 倍； 3、无极变倍可连续放大到任意倍数； 4、显示模式不低于 12 种颜色模式； 5、具有简易模式操作，模式键可在 7 种精简模式与 15 种显示模式间切换； 6、具有图像冻结功能，且冻结后可对图像进行放大、缩小、改变显示模式等操作按键； 7、具有按键提示音功能，且可打开或关闭； 8、手电筒辅助照明可以在常亮、慢闪、快闪、渐变、关闭之间切换； 9、屏幕亮度调节支持在 20%、40%、50%、80%、100%级间循环设置； 10、记忆功能关机后自动保存当前色彩模式、放大倍数和按键音等参数； 11、按键颜色采用四种不同颜色的彩色按键； 12、折叠手柄可在 0°到 180°自由折叠。闭合后平放屏幕与桌面成 10°±1°夹角，可做阅读支架使用；打开 90°可做手写支架使用；打开 180°可做手柄使用； 13、支持手写功能； 14、视频输出具有普通音视频输出接口； 15、具有省电功能； 16、待机时间可充电锂电池供电，待机工作时间≥4 小时； 17、具有电池电量提示功能； 18、配件适配器具有充电功能。 | 台 | 800 |
| 27 | 便携式电 子助视器 (手持 5 寸) | <ul style="list-style-type: none"> 1、屏幕尺寸：5.0 英寸； 2、放大倍数：4-25 倍无极放大； 3、像素大小：VGA； 4、LCD 屏幕亮度 1~5 档可调； | 台 | 900 |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----|
| | | <p>5、镜头焦距：3.5cm~6cm；</p> <p>6、具有至少 17 种色彩模式；</p> <p>7、视频输出接口(AVOUT)；</p> <p>8、蜂鸣器提示音可关闭和打开；</p> <p>9、折叠手柄(打开或关闭都可以使用)；</p> <p>10、支持记忆功能；</p> <p>11、可插 TF 卡(最大支持 32GB),可进行拍照以及回放；</p> <p>12、电池供电连续工作时间：4 小时以上，充电时间 5~6 小时。</p> | | |
| 28 | 盲用文具 (量角器、圆规、直尺、算盘、30 度三角尺、等边三角尺、盲人写字板、盲笔、卷尺) | <p>1、套装组成：量角器、圆规、直尺、算盘、30 度三角尺、等边三角尺、盲人写字板、盲笔、卷尺九件产品；</p> <p>2、材质：ABS 工程塑料；</p> <p>3、尺寸：量角器尺寸：180*90mm，圆规尺寸：140*15mm，直尺尺寸：140*15mm，等边三角尺角度：45 度，直角三角尺角度：30 度，算盘尺寸：158*90*10mm，盲笔尺寸：60*25mm，盲人写字板尺寸：220*45mm，卷尺长度：1.5 米。</p> | 套 | 200 |
| 29 | 无线闪光语音门铃 | <p>1、产品由发射器和接收器两部分组成；</p> <p>2、接收器采用高亮度灯闪烁提示，大面积强闪光，适合耳聋耳背者；</p> <p>3、具有不少于 16 种音乐铃声可以选择，铃声大小至少三级可调；</p> <p>4、具有铃声+强闪灯+震动三种提示方式；</p> <p>5、具有红外人体感应灯功能，可当作感应照明灯用；</p> <p>6、具有时间、日期、温度显示，并具有语音报时功能；</p> <p>7、具有温湿度检测功能，可语音播报当时的温度和湿度；</p> <p>8、具有闹钟功能，具有闹钟显示图标，闹钟时具有语音播报+响铃+闪光+震动提示；</p> <p>9、带耳机插口，插入耳机时扬声器同样可以发出声音；</p> <p>10、所有按键操作都带语音播报提示导航功能；</p> <p>11、接收器带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式，可随身携带，安装使用方便；</p> | 个 | 300 |

| | | | | |
|----|-----|---|---|-----|
| | | <p>12、发射器和接收器之间为无线连接，具有较强的抗干扰能力；</p> <p>13、具有低电量显示图标提示；</p> <p>14、具有对码信号显示图标提示；</p> <p>15、具有人体感应显示图标；</p> <p>16、包装：配有独立包装盒。</p> | | |
| 30 | 听书机 | <p>1、所有功能按键都具语音提示功能；</p> <p>2、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识；</p> <p>3、具有听书机功能,可直接播放 TF 卡中预存的 MP3 或 WMA 音乐及有声书文件；</p> <p>4、具有 FM/AM 双波段收音机功能；</p> <p>5、具有自动搜台和手动旋钮选台功能；</p> <p>6、具有暂停播放功能；</p> <p>7、具有音频循环播放功能，在音频模式下，具有文件夹、单曲、全部循环三种模式；</p> <p>8、具有拉杆收音天线；</p> <p>9、具有显示屏，显示屏可显示时间和操作信息；</p> <p>10、具有手电筒功能；</p> <p>11、具有童锁功能；</p> <p>12、具有电子时钟、定时关机、录音功能；</p> <p>13、具有闹钟功能，闹钟时具有响铃和震动提示；</p> <p>14、具有语音报时功能；</p> <p>15、具有 SOS 功能；</p> <p>16、按键语音播报音量大小可调节；</p> <p>17、具有低电量语音提示报警功能，当电量低时，会发出语音提醒，且电池图标会闪烁；</p> <p>18、具有外置扬声器播放功能；</p> <p>19、具备立体声耳机口输出；</p> <p>20、可连接电脑可做读卡器使用；</p> <p>21、可通过蓝牙连接做音箱使用；</p> | 台 | 800 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|-----|
| | | <p>22、最大支持 128G 可扩展内存卡存储；</p> <p>23、电源规格：内置锂电池，充电电压：5V,可通过电脑 USB 或电源进行充电；</p> <p>24、包装清单：主机、说明书保修卡、充电/数据线、手挂绳。</p> | | |
| 31 | 语音盲文震动钟 | <p>1、具有时间和震动闹钟功能，闹钟时具有语音播报+响铃+闪光+震动提示；</p> <p>2、具有至少 16 种音乐铃声可以选择，铃声大小至少三级可调；</p> <p>3、具有大面积强闪光提示；</p> <p>4、可显示及设置年月日时分及星期；</p> <p>5、具有语音报时功能，可播报当前时间；</p> <p>6、所有按键操作都带语音播报提示导航功能；</p> <p>7、具有红外线人体感应灯功能，可当作感应照明灯用；</p> <p>8、具有时间、日期、温度显示功能；</p> <p>9、具有温湿度检测功能，可语音播报当时的温度和湿度；</p> <p>10、带耳机插口，插入耳机时扬声器可以发出声音；</p> <p>11、带支架，具有桌面立放和枕下平放以及佩挂于腰间三种安置方式，可随身携带；</p> <p>12、可连接门铃呼叫发射器当门铃和呼叫提示器用；</p> <p>13、具有低电量显示图标；</p> <p>14、具有对码信号显示图标提示；</p> <p>15、具有人体感应显示图标；</p> <p>16、包装：配有独立包装盒。</p> | 个 | 300 |
| 32 | 语音提醒手表 | <p>1、手表由表盘、表带和磁吸充电线组成；</p> <p>2、手表音量应至少可大、中、小三档调节；</p> <p>3、铃声有不少于 20 种可选；</p> <p>4、手表可设置并显示时间，内容应包括年、月、日、时、分和星期；</p> <p>5、手表按键操作时有语音提示；</p> <p>6、手表具有语音报时功能，可语音播报当前时间；</p> <p>7、手表具有闹钟功能，可开启或关闭，在闹钟开启时，可显示闹钟图标；</p> <p>8、闹钟提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选；</p> | 块 | 150 |

| | | | | |
|---|---|--|---|-----|
| | | <p>9、手表具有一键止闹功能；</p> <p>10、手表可无线连接按钮作为门铃和呼叫提示器使用；</p> <p>11、手表可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器作为报警提示器使用；</p> <p>12、手表具有电量和信号强弱显示图标；</p> <p>13、手表可亮屏，并具有省电节能功能，5秒内无操作应可进入息屏节能模式；</p> <p>14、包装：配有独立包装盒。</p> | | |
| 33 | 语音盲表 | <p>1、产品组成：表盘和表带；</p> <p>2、性能参数：1)工作时间：待机时间1年；2)供电方式：SR626纽扣电池；3)机芯：PC21走时机芯和电子报时机芯；</p> <p>3、规格：</p> <p>1)表盘：直径38mm(允许误差±5mm)；</p> <p>2)表带：长84mm(允许误差±5mm)；</p> <p>4.材质：</p> <p>1)表壳采用合金；</p> <p>2)表带采用钢制；</p> <p>3)表盖采用石英玻璃；</p> <p>4)后盖采用不锈钢。</p> <p>5.功能：</p> <p>1)具有语音报时功能，可播报当前时间；</p> <p>2)具有整点报时功能；</p> <p>3)具有闹铃及贪睡功能；</p> <p>4)具有生活防水。</p> <p>6.包装：配有独立包装盒。</p> | 块 | 120 |
| 34 | 防溢报警器 | <p>1、防溢功能：将挂钩置于容器边，呈悬挂状，液体在接触防溢开关时，即报警提示；</p> <p>2、材质：不锈钢销+ABS塑料底座。</p> | 个 | 100 |
| 35 | 阅读架 | <p>1、可调节高度、视角、用于阅读和书写； 2、ABS 材质； 3、阅读板尺寸：（长*宽）≥500*200mm。</p> | 个 | 120 |
| 二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算） | | | | |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于2年，自材料验收合格之日起计算。终身维护。 | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 售后技术服务要求 | <p>质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下：</p> <p>(1) 免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>(2) 维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>(3) 中标人除承担运输、验收与人员培训、跟踪回访和质保服务等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>(4) 实地入户回访不少于 50 户，涉及辅具产品不少于 8 种。按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。</p> |
| 交货时间及地点 | <p>1、交货时间：中标人接到采购人每次发出的订单后 20 个工作日内交付货物并验收合格。</p> <p>2、交货地点：采购单位县（市、区）残联指定的县（市、区）或乡镇（街道），后续配送入户由县（市、区）残联和乡镇（街道）残联负责组织完成。</p> |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费率为 80%），费率必须是固定的（如 10%），不得存在区间值（如：5%~10%），统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的成品辅具、使用指导、运输配送、备品备件、跟踪回访、质保服务、培训、技术支持、验收及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | <p>1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。</p> <p>▲2、投标产品中涉及国家专项审批的，投标人在投标文件中需提供相关医疗器械生产许可证和医疗器械注册证明细表复印件。</p> <p>▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素 $\geq 5M$，并按照“生产</p> |

| | |
|-------------|---|
| | 厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序,逐项作书面说明,A4纸单面限于两个产品。 |
| 采购人的特殊要求及说明 | <p>▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续,不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标,如有此类产品参与投标的,作无效投标处理。</p> <p>▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量,在实际合同执行过程中,由采购人根据工作中发生的实际数量定,采购人按实际数量结算,投标人必须接受这一情况。</p> <p>▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量,采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测,送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的,则视为虚假应标,采购人有权终止合同,中标单位负相关法律责任,并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失,包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| 其他要求 | <p>▲1、第7项投标产品为核心产品,核心产品品牌相同的,视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、第7项、第29项、第30项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告,属于执行国家标准产品的,需提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检测合格的检测报告),检测报告的检测时间为2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年任意一年。</p> <p>▲3.所投产品执行标准,应按现行有效的国家标准执行,没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。</p> |

分标 6:

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|-------------|---|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 脊柱固定矫形器（定制） | 1.矫形器专用聚乙烯板材，产品规格：3mm/4mm/5mm； 2.内衬板：EVA 发泡；产品厚度 3mm/4mm/5mm； 3.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | 例 | 1800 |
| 2 | 脊柱侧弯矫形器（定制） | 1.矫形器专用聚乙烯板材，产品规格：3mm/4mm/5mm； 2.内衬板：EVA 发泡；产品厚度 3mm/4mm/5mm； 3.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | 例 | 5800 |
| 3 | 上肢矫形器 | 1.矫形器专用聚乙烯板材或低温热塑材料，产品规格：3mm/4mm/5mm； 2.内衬板：EVA 发泡；多种厚度可选，带背胶，颜色可选； 3.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | 例 | 600 |
| 4 | 足矫形器（定制鞋垫） | 1.通过 2D/3D 扫描仪，静态，动态压力检测仪，以及步态摄像，全方位分析诊断足部受力状况，以及下肢生物力学的异常。 2.多种模块及表面覆盖材料可选。 | 双 | 1000 |
| 5 | 矫形鞋 | 1.材质：牛皮、优质橡胶； 2.规格：适用足长 8cm—27cm，分左右脚； 3.鞋子分高帮/低帮（根据症状需要而定）；矫形鞋后跟加厚；底前掌部上翘，鞋底为加厚软底，鞋底宽过足底。 | 双 | 680 |
| 6 | 踝足矫形器（定制） | 1.矫形器专用聚丙烯板材：产品规格：厚度为 3mm/4mm/5mm。 2.内衬板：EVA 发泡；多种厚度可选，带背胶，颜色可选。 3.双侧动踝铰链：踝关节自由活动，合金钢材料，产品整体高度 50-80mm。 4.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | 例 | 1200 |
| 7 | 膝踝足矫形器（定制） | 1.矫形器专用聚丙烯板材：产品规格：厚度为 3mm/4mm/5mm。 2.内衬板：EVA 发泡，多种厚度可选，带背胶，颜色可选。 3.双侧动踝铰链：踝关节自由活动，合金材料，产品整体高度 50-80mm。 4.双侧落环锁膝关节：不锈钢材料，落环锁，上下支条长度 220-410/250-520mm，支条宽度 10-18mm，厚度 2-5mm，铰链直径 10-20mm。 5.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | 例 | 2000 |
| 8 | 髌矫形器（定制） | 1.矫形器专用聚丙烯板材：产品规格：厚度为 3mm/4mm/5mm。 2.内衬板：EVA 发泡，多种厚度可选，带背胶，颜色可选。 3.髌铰链：铝合金材质，可限位，有三个轴，内收≥30度、外展≥90 | 例 | 2500 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|------|
| | | 度、屈髋 90 度调节。 4.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、紧固扣（成品勾毛一体人造革粘扣带+成品金属环扣+成品免压垫）、子母钉、铜铆钉（含垫片）、铝铆钉（含垫片）、纯棉纱套、钉位贴等。 | | |
| 9 | 部分足假肢 | 1.材质：硅胶或板材定制成型。 2.尺寸：适合足长为 16-28cm，不同的宽度选择。 3.颜色：多个肤色可供选择。 4.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、快干胶、AB 胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、成品 PVA 膜、EVA 内衬板等。 | 例 | 3500 |
| 10 | 踝离断假肢 | 1.赛姆脚板：聚氨酯材料，尺寸：21-28cm，重量：245-435g，承重≥100kg。 2.接受腔：丙烯酸热塑性树脂材质，制成品符合医用标准，对人体安全无害，可直接接触皮肤；材料易于加工成型，性能稳定。 3.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、快干胶、AB 胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、包装袜、残肢袜、成品 PVA 膜、EVA 内衬板等。 | 例 | 5000 |
| 11 | 小腿假肢（普及型） 动踝脚板 | 1.双孔动踝脚板：规格 21cm-28cm，承重≥100kg，强度高，耐用性好，分左右脚，可根据实际情况更换同等质量的其他类型脚板；（提供 2020 年-2026 年任意一年检测报告） 2.双孔动踝关节：不锈钢材质，自重≤310g，承重≥100Kg，适用脚号 21cm-28cm； 3.锁紧管接头：不锈钢材质，零部件组件每套独立包装，自重≤115g，承重≥100Kg，管直径为 30mm；（可根据实际情况更换同等材质的双向管接头） 4.四爪连接盘：不锈钢材质，零部件组件每套独立包装；自重≤100g，适用体重≥100Kg； 5.小腿一体管：管接头为铝合金材质，自重≤190g，承重≥100Kg，铝合金管长度≥200mm，管壁厚度≥2mm，直径 30mm； 6.接受腔：丙烯酸热塑性树脂材质，制成品符合医用标准，对人体安全无害，可直接接触皮肤；材料易于加工成型，性能稳定； 7.小腿装饰套：EVA 材质，成品装饰套，防水，肤色，多种规格可选； 8.其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、快干胶、AB 胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、包装袜、残肢袜、成品 PVA 膜、EVA 内衬板等。 | 例 | 6000 |
| 12 | 膝离断假肢（普及型） 机械关节+动踝脚板 | 1.四连杆机械膝离断关节：不锈钢材质或铝镁合金材质，关节带上端膝离断连接结构，屈曲角度≥110°，自重≤750g，承重≥100kg； 2.双孔动踝脚板：规格 21cm-28cm，承重≥100kg，强度高，耐用性好，分左右脚，可根据实际情况更换同等质量的其他类型脚板； 3.双孔动踝关节：不锈钢材质，自重≤310g，承重≥100Kg，适用脚号 21cm-28cm； 4.锁紧管接头：不锈钢材质，零部件组件每套独立包装，自重≤115g，承重≥100Kg，管直径为 30mm；（可根据实际情况更换同等材质的双向管接头） 5.大腿一体管：管接头为铝合金材质，自重≤310g、承重≥100Kg，铝合金管长度≥400mm，管壁厚度≥2mm，直径 30mm； 6.接受腔：丙烯酸热塑性树脂材质，制成品符合医用标准，对人体安全无害，可直接接触皮肤；材料易于加工成型，性能稳定； 7.大腿装饰套：EVA 材质，成品装饰套，防水，肤色，多种规格可 | 例 | 8000 |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|-------|
| | | 选; 8.其他辅料:速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、快干胶、AB胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、包装袜、残肢袜、成品PVA膜、EVA内衬板等。 | | |
| 13 | 大腿假肢(普及型)机械膝关节+动踝脚板 | 1.四连杆机械关节:不锈钢材质或铝镁合金材质,屈曲角度 $\geq 110^\circ$,自重 $\leq 700g$,承重 $\geq 100kg$ 。(提供2020年-2026年任意一年检测报告)可根据评估情况选择承重自锁膝关节/拉线锁膝关节; 2.双孔动踝脚板:规格21cm-28cm,承重 $\geq 100kg$,强度高,耐用性好,分左右脚,可根据实际情况更换同等质量的其他类型脚板; 3.双孔动踝关节:不锈钢材质,自重 $\leq 310g$,承重 $\geq 100Kg$,适用脚号21cm-28cm; 4.锁紧管接头:不锈钢材质,零部件组件每套独立包装,自重 $\leq 115g$,承重 $\geq 100Kg$,管直径为30mm。根据实际情况增加同等材质的双向管接头; 5.三爪连接盘:不锈钢材质,零部件组件每套独立包装;自重 $\leq 180g$ 、承重 $\geq 100Kg$; 6.大腿一体管:管接头为铝合金材质,自重 $\leq 310g$,承重 $\geq 100Kg$,铝合金管长度 $\geq 400mm$,管壁厚度 $\geq 2mm$,直径30mm; 7.接受腔:丙烯酸热塑性树脂材质,制成品符合医用标准,对人体安全无害,可直接接触皮肤;材料易于加工成型,性能稳定; 8.大腿装饰套:EVA材质,成品装饰套,防水,肤色,多种规格可选; 9.其他辅料:速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、快干胶、AB胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、包装袜、残肢袜、成品PVA膜、EVA内衬板、阀门弯管及自动排气阀门,大腿皮带等。 | 例 | 8000 |
| 14 | 髌离断假肢(普及型)机械髌关节+机械膝关节+动踝脚板 | 1.髌关节:带有助伸装置,可调性强,屈曲角度 $\geq 120^\circ$,自重 ≤ 940 克,承重 $\geq 100kg$,带髌离断装置连接。 2.四连杆机械关节:不锈钢材质,屈曲角度 $\geq 110^\circ$,自重 $\leq 700g$,承重 $\geq 100kg$ 。 3.双孔动踝脚板:规格21cm-28cm,承重 $\geq 100kg$,强度高,耐用性好,分左右脚,可根据实际情况更换同等质量的其他类型脚板。 4.双孔动踝关节:不锈钢材质,自重 $\leq 310g$,承重 $\geq 100Kg$,适用脚号21cm-28cm。 5.锁紧管接头:不锈钢材质,零部件组件每套独立包装,自重 $\leq 115g$,承重 $\geq 100Kg$,管直径为30mm。 6.斜管接头:不锈钢材质,零部件组件每套独立包装,自重 $\leq 135g$,承重 $\geq 100Kg$,管直径为30mm,其中一端为斜面。 7.大腿一体管:管接头为铝合金材质,自重 $\leq 310g$,承重 $\geq 100Kg$,铝合金管长度 $\geq 400mm$,管壁厚度 $\geq 2mm$,直径30mm。 8.铝合金管:铝合金材质,自重 $\leq 100g$,承重 $\geq 100Kg$,铝合金管长度 $\geq 200mm$,管壁厚度 $\geq 2mm$,直径30mm。 9.接受腔:丙烯酸热塑性树脂材质,制成品符合医用标准,对人体安全无害,可直接接触皮肤;材料易于加工成型,性能稳定。 10.髌离断海绵:软性泡沫外套,分左右腿,肤色,易于打磨。 11.其他辅料:速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、万能胶、厌氧胶、快干胶、AB胶水、发泡剂、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、碳纤维布、包装袜、残肢袜、成品PVA膜、EVA内衬板、真皮皮料等。 | 例 | 12000 |
| 15 | 手部假肢 | 硅胶手套,弥补手指或手掌外形,可根据实际情况在内侧设置拉链。 | 例 | 2500 |
| 16 | 腕离断假肢 | 硅胶手套,弥补腕离断或前臂长残肢截肢者手部外观(可根据实际情况选择拉链手或选择树脂接受腔)。 | 例 | 4500 |

| | | | | |
|----|-------|---|---|------|
| 17 | 前臂假肢 | <p>一.美容手头:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.铝合金材质,大拇指可扳动打开,手头配有指套和掌套,手指被动张闭,腕关节被动旋转,手指部位连接牢靠,能被动屈伸或被动开闭手; 2.手头张开距离≥85mm,手指捏力≥5N,腕关节直径 Φ45mm; 3.装饰性手套:硅胶材质。 <p>另可选用发泡款手头:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.优质发泡剂填充,内部金属龙骨增强,可任意掰动手指动作; 2.腕关节可被动旋转; 3.表面完好,无缺陷、无裂口和起泡现象,明显部位无气孔,纹路明显,外形逼真; 4.硅胶材料,硅胶中有增强纤维材料,与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害; 5.弹性好,收缩率小,耐磨,耐高温,易清洗,不易老化、不易污染; 6.规格尺寸:分为大、中、小三个尺寸;适配男性、女性、儿童等不同人群,提供多种颜色选择。 <p>二.接受腔:丙烯酸热塑性树脂材质,制成品符合医用标准,对人体安全无害,可直接接触皮肤;材料易于加工成型,性能稳定。</p> <p>其他辅料:速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、成品 PVA 膜等。</p> <p>根据受助对象需求选择合适的手头。</p> | 例 | 4500 |
| 18 | 肘离断假肢 | <p>一.美容手头:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.铝合金材质,大拇指可扳动打开,手头配有指套和掌套,手指被动张闭,腕关节被动旋转,手指部位连接牢靠,能被动屈伸或被动开闭手; 2.手头张开距离≥85mm,手指捏力≥5N,腕关节直径 Φ45mm; 3.装饰性手套:硅胶材质。 <p>另可选用发泡款手头:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.优质发泡剂填充,内部金属龙骨增强,可任意掰动手指动作; 2.腕关节可被动旋转; 3.表面完好,无缺陷、无裂口和起泡现象,明显部位无气孔,纹路明显,外形逼真; 4.硅胶材料,硅胶中有增强纤维材料,与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害; 5.弹性好,收缩率小,耐磨,耐高温,易清洗,不易老化、不易污染; 6.规格尺寸:分为大、中、小三个尺寸;适配男性、女性、儿童等不同人群,提供多种颜色选择。 <p>二.接受腔:丙烯酸热塑性树脂材质,制成品符合医用标准,对人体安全无害,可直接接触皮肤;材料易于加工成型,性能稳定。</p> <p>其他辅料:速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、成品 PVA 膜等。</p> <p>三.肘关节:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.肘关节是不锈钢材质,可被动伸屈,拨动手柄可多角度被动自锁,在屈肘位可自锁,且解锁灵活; 2.肘关节屈肘范围 0°~120°,连接管骨架是铝合金材质。 <p>根据受助对象需求选择合适的手头。</p> | 例 | 6000 |
| 19 | 上臂假肢 | <p>一.发泡手头:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.优质发泡剂填充,内部金属龙骨增强,可任意掰动手指动作; 2.腕关节可被动旋转; 3.表面完好,无缺陷、无裂口和起泡现象,明显部位无气孔,纹路明显,外形逼真; | 例 | 6000 |

| | | | | |
|----|-------|---|---|------|
| | | <p>4.硅胶材料，硅胶中有增强纤维材料，与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害；</p> <p>5.弹性好，收缩率小，耐磨，耐高温，易清洗，不易老化、不易污染；</p> <p>6.规格尺寸：分为大、中、小三个尺寸；适配男性、女性、儿童等不同人群，提供多种颜色选择。</p> <p>二．接受腔：丙烯酸热塑性树脂材质，制成品符合医用标准，对人体安全无害，可直接接触皮肤；材料易于加工成型，性能稳定。</p> <p>其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、成品 PVA 膜等。</p> <p>三．肘关节：</p> <p>1.肘关节是不锈钢材质，可被动伸屈，拨动手柄可多角度被动自锁，在屈肘位可自锁，且解锁灵活；</p> <p>2.肘关节屈肘范围 0°~120°；连接管骨架是铝合金材质。</p> | | |
| 20 | 肩离断假肢 | <p>一.发泡手头：</p> <p>1.优质发泡剂填充，内部金属龙骨增强，可任意掰动手指动作；</p> <p>2.腕关节可被动旋转；</p> <p>3.表面完好，无缺陷、无裂口和起泡现象，明显部位无气孔，纹路明显，外形逼真；</p> <p>4.硅胶材料，硅胶中有增强纤维材料，与人体皮肤接触部分材料对人体无毒无害；</p> <p>5.弹性好，收缩率小，耐磨，耐高温，易清洗，不易老化、不易污染；</p> <p>6.规格尺寸：分为大、中、小三个尺寸；适配男性、女性、儿童等不同人群，提供多种颜色选择。</p> <p>二．接受腔：丙烯酸热塑性树脂材质，制成品符合医用标准，对人体安全无害，可直接接触皮肤；材料易于加工成型，性能稳定。</p> <p>其他辅料：速干型粘胶石膏绷带、模型石膏粉、取型袜、保鲜膜、固化剂、颜色糊、丙纶、玻纤、成品 PVA 膜等。</p> <p>三．肘关节：</p> <p>1.肘关节是不锈钢材质，可被动伸屈，拨动手柄可多角度被动自锁，在屈肘位可自锁，且解锁灵活；</p> <p>2.肘关节屈肘范围 0°~120°；连接管骨架是铝合金材质。</p> <p>四．肩关节：</p> <p>1.万向肩关节外展角 0°~45°，伸屈角：伸 0°~45°，屈 0°~120°；</p> <p>2.自重≤100g。</p> | 例 | 8000 |

二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算）

| | |
|----------|--|
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 2 年，自材料验收合格之日起计算。终身维护。 |
| 售后技术服务要求 | <p>售后服务：1.中标人提供的全部产品必须是具备生产厂家合法销售渠道的全新合格产品，全部产品的技术参数及规格必须要与采购文件上的技术参数规格相符，并符合国家有关质量、安全、环保的标准。</p> <p>2.产品交付使用过程中发生质量问题的，中标人必须按采购人的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品。</p> <p>3.中标人须提供 24 小时电话技术支持，2 小时内答复，制定出详细的解决方案并在接到采购人通知时起 48 小时内赶到现场处理，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>4.中标人除承担运输、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>5.本地化服务：根据《中华人民共和国残疾人保障法》规定：残疾人辅助器具采购应当遵循方便、就近、安全原则，对行动不便残疾人可提供上门适配服务，本项目实行本地化服务，建立完善售前、售中、售后服务网络，随时为用户提供专业的产品咨询、个性化适配服务、专业的售后保障。本地化服务期限应覆盖产品的整个保修期；中标单位应当在广西行政区域内至少自设或委托一家具有相应资质条件的售后服务机构或服务网点，配备辅具专业技术服务人员不少于 2 名，如产品出现问题，应在接到消费者通知后及时响应，并在 1 小时内做出相应的服务措施；</p> <p>6.如中标单位不能提供本地化服务，产品出现问题，则需要承担售后服务所产生的相关费用（包括但不限于残疾人及一名陪护的交通食宿费、技术人员交通费、关键元件的运输费、搬运装卸费及维修费等)以确保售后服务的质量或提供上门服务。</p> <p>7.跟踪回访服务：对受益残疾人进行跟踪回访，回访率要求≥90%（其中现场集中回访或入户回访率不低于 20%，电话回访率不低于 70%），按时提供回访台账资料（包括但不限于花名册、满意度调查问卷等）。</p> |
| 交货时间及地点 | <p>1、交货时间：由中标人与采购单位县（市、区）地残联自行商定。</p> <p>2、交货地点：中标单位同采购单位县（市、区）地残联协商，集中开展复筛评估、适配，回访维保可入户可集中，产生的费用由中标单位负责。</p> |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同，并与采购单位县（市、区）残联签订分合同。乙方根据县（市、区）残联需求按订单供货，具体付款方式由采购单位县（市、区）残联和乙方自行商定。 |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价，本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$ ，超出范围不予接受，作无效投标处理；本项目不接受零费率的报价（例如：九折的费率为 90%；八折的费率为 80%），费率必须是固定的（如 10%），不得存在区间值（如：5%~10%），统一对本项目报一个费率，不接受有选择的报价，且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的筛查评估、原材料、取模、制作、装配调试、装配假肢的受助对象往返交通以及适应性训练期间的食宿、检测、跟踪回访和质保服务，及其它所有相关费用列入投标报价中（装配矫形器的受助对象不予支付往返交通费）。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | 1. 招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足，评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时，以检测报告为准。 |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》，国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》，如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，国家另有规定的从其规定。</p> <p>▲3、提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素≥5M，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品。</p> |
| <p>采购人的特殊要求及说明</p> | <p>▲1、本项目未办理进口产品的相关审批手续，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，作无效投标处理。</p> <p>▲2、本项目具体采购的暂估数量是采购人为了便于评标先拟定的暂估数量，在实际合同执行过程中，由采购人根据工作中发生的实际数量定，采购人按实际数量结算，投标人必须接受这一情况。</p> <p>▲3、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| <p>其他要求</p> | <p>▲1、第 13 项投标产品为核心产品，其中双孔动踝脚板、四连杆机械膝关节需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告，属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告，检测报告的检测时间为 2020 年-2026 年任意一年。核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、所投产品执行标准，应按现行有效的国家标准执行，没有国家标准的按行业标准和地方标准执行。</p> |

分标 7:

| 一、项目要求及技术需求 | | | | |
|-------------|------------|---|----|-------|
| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 耳背式大功率助听器 | 1.全数字信号处理耳背机； 2.双麦克风技术； 3.软件可见可调独立通道数≥20 个； 4.聆听程序设置：≥8 个； 5.自动声反馈抑制功能； 6.风噪声抑制功能； 7.饱和声压级：≥128 dBSPL； 8.满档增益：≥68dB； 9.等效输入噪声：≤21dB； 10.总谐波失真：≤3%； 11.电流量：≤2.3mA（可充电款不适用本参数）； 12.频率范围至少在：200-5300Hz； 13.内置测听； 14.防尘防水级别：≥IP68 级； 15.兼容 FM 系统。 | 台 | 2000 |
| 2 | 耳背式超大功率助听器 | 1.全数字信号处理耳背机； 2.双麦克风技术； 3.软件可见可调独立通道数≥20 个； 4.聆听程序设置：≥8 个； 5.自动声反馈抑制功能； 6.风噪声抑制功能； 7.饱和声压级：≥137 dBSPL； 8.满档增益：≥81dB； 9.等效输入噪声：≤25dB； 10.总谐波失真：≤2.5%； 11.感应拾音线圈最大灵敏度：≥110dB； 12.频率范围至少在：200-4700Hz； 13.电流量：≤2.6mA（可充电款不适用本参数）； 14.防尘防水级别：≥IP68 级； 15.兼容 FM 系统。 | 台 | 2200 |

| | | | | |
|---|--------|---|---|------|
| 3 | 耳道式助听器 | 1.全数字信号处理定制机； 2.双麦克风技术； 3.软件可见可调独立通道数≥20 个； 4.聆听程序设置：≥6 个； 5.自动声反馈抑制功能； 6.风噪声抑制功能； 7.饱和声压级：≥116 dBSPL； 8.满档增益：≥61dB； 9.等效输入噪声：≤25dB； 10.总谐波失真：≤1.5%； 11.频率范围至少在：200-5000Hz； 12.电流量：≤2.3mA（可充电款不适用本参数）； 13.内置测听； 14.兼容 FM 系统。 | 台 | 2500 |
|---|--------|---|---|------|

二、▲商务要求表（投标人商务响应表与售后服务承诺同一内容不相符的，以低计算）

| | |
|----------|---|
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，最短不得少于 3 年，自设备验收合格之日起计算。终身维护。 |
| 售后技术服务要求 | 质保期内免费维修、免费更换零部件，服务内容如下： <p>（1）免费送货至交货地点、免费调试货物到最佳状态、免费培训操作人员。</p> <p>（2）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 3 小时内响应，24 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，48 小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。</p> <p>（3）中标人除承担运输、验收与培训等义务外，还将为采购人提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。</p> <p>（4）本地化服务：根据《中华人民共和国残疾人保障法》规定：残疾人辅助器具采购应当遵循方便、就近、安全原则，对行动不便残疾人可提供上门适配服务，本项目实行本地化服务，建立完善售前、售中、售后服务网络，随时为用户提供专业的产品咨询、个性化辅具适配、专业的售后保障。本地化服务期限应覆盖产品的整个保修期；中标单位应当在广西行政区域内至少自设或委托一家具有相应资质条件的售后服务机构或服务网点，配备辅具专业技术服务人员不少于 2 名，如产品出现问题，应在接到消费者通知后及时响应，并在 1 小时内做出相应的服务措施；</p> <p>（5）如中标单位不能提供本地化服务，产品出现问题，则可能需要承担售后服务所产生的相关费用（包括但不限于残疾人及一名陪护的交通食宿费、技术人员交通费、关键元件的运输费、搬运装卸费及维修费等)以确保售后服务的质量或提供上门服务。</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | (6) 跟踪回访服务: 对受益残疾人进行跟踪回访, 回访率要求 $\geq 90\%$ (其中现场集中回访或入户回访率不低于 10%, 电话回访率不低于 80%), 按时提供回访台账资料 (包括但不限于花名册、回访表等)。 |
| 交货时间及地点 | 1、交货时间: 由中标人与采购单位县 (市、区) 地残联自行商定。 2、交货地点: 中标单位同采购单位县 (市、区) 地残联协商, 集中开展复筛评估、适配, 回访维保可入户可集中, 产生的费用由中标单位负责。 |
| 付款方式 | 由中标供应商与广西壮族自治区残疾人联合会签订总合同, 并与采购单位县 (市、区) 残联签订分合同。乙方根据县 (市、区) 残联需求按订单供货, 具体付款方式由采购单位县 (市、区) 残联和乙方自行商定。 |
| 投标报价 | 投标人按费率进行报价, 本项目费率允许范围 $0 < \text{投标费率} \leq 100\%$, 超出范围不予接受, 作无效投标处理; 本项目不接受零费率的报价 (例如: 九折的费率为 90%; 八折的费率为 80%), 费率必须是固定的 (如 10%), 不得存在区间值 (如: 5%~10%), 统一对本项目报一个费率, 不接受有选择的报价, 且所报的费率应当适用于本项目的所有投标产品。投标人报价时应充分把实施项目过程中所产生的专业筛查评估、成品助听器、耳模制作、试戴调试、效果评估、使用指导、适应性训练、零配件 (每台配备干燥盒 1 个、30 粒专用电池; 耳背式助听器每台配备防丢绳 1 根)、检测、跟踪回访和质保服务。及其它所有相关费用列入投标报价中。采购人不再针对本项目另行支付其他费用。 |
| 三、投标人的资信要求表 | |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 四、采购人对项目的特殊要求及说明 | |
| 产品资料说明文件 | 1、招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足, 评标时当技术响应表中的参数与检测报告不一致时, 以检测报告为准。 ▲2、投标产品如属于国家医疗器械管理的, 一类医疗器械须具备《医疗器械生产备案凭证》, 二类及以上医疗器械须具备《医疗器械注册证》, 国家另有规定的从其规定。投标人如为所投产品制造商的须具有《医疗器械生产许可证》, 如为代理商的须具备相应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》, 国家另有规定的从其规定。 ▲3、提供所有投标单个产品的照片, 照片拍摄要求: 单个产品正面左前方 45 度方位, 俯视 30 度拍摄的照片一张, 白底, JPEG 格式, 图像清晰, 像素 $\geq 5M$, 并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序, 逐项作书面说明, A4 纸单面限于 |

| | |
|-------------|---|
| | 两个产品。 |
| 采购人的特殊要求及说明 | <p>1、本需求一览表中标注▲号的部分为实质性要求和条件（是由采购人根据实际情况所设置的），供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺。</p> <p>2、本章内容与第五章合同主要条款格式不一致的，以本章内容为准。</p> <p>3、供应商应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。</p> <p>4、投标产品须在响应文件中提供投标产品第三方检测报告或包含该设备生产商编写的、完整的、中文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件，并说明文件来源出处）。当响应文件提供的产品性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以该设备生产商提供的性能参数为准。</p> <p>5、供应商所竞产品须提供医疗器械产品注册证（含附表）、经国家相关质量检测部门检验合格，并提供相关证明文件、所竞产品生产厂家须具有医疗器械生产许可证（复印件加盖单位公章）</p> <p>▲6、采购人为确保本项目的顺利实行及投标产品的质量，采购人有权抽取供货产品到第三方检测机构进行检测，送检产品运输费、检测费由中标人承担。如果相关抽检结果未能满足投标参数要求或质量不合格的，则视为虚假应标，采购人有权终止合同，中标单位负相关法律责任，并且赔偿由此产生的项目延期导致相关的直接或间接经济损失，包括但不限于合同违约、欺诈等。</p> |
| 其他要求 | <p>▲1、第 1-3 项投标产品为核心产品，核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，以其中通过资格审查、符合性审查的不同投标人评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>▲2、投标人所投助听器机型应为 2022 年及以后上市产品。</p> <p>▲3、1-3 项投标产品需提供省级及以上相关专业质量检验部门出具的检测报告，属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告），检测报告的检测时间为 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年任意一年。</p> <p>▲4、所投产品执行标准，应按现行有效的国家标准执行，没有国家标准的按行业标准 and 地方标准执行。</p> |

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 | | 依据的标准 | |
|------|----------------|---------------------|----------------------------------|---|
| 1 | A020101 计算机设备 | ★A02010104 台式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） | |
| | | ★A02010105 便携式计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） | |
| | | ★A02010107 平板式微型计算机 | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） | |
| 2 | A020106 输入输出设备 | A02010601 打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| | | | ★A0201060102 激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| | | | ★A0201060104 针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| | | A02010604 显示设备 | ★A0201060401 液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| | | A02010609 图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202 投影仪 | | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） | |
| 4 | A020204 多功能一体机 | | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） | |
| 5 | A020519 泵 | A02051901 离心泵 | 《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB19762） | |
| 6 | A020523 制冷空调设备 | ★A02052301 制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
| | | | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

| | | | | |
|----|-----------------|----------------------|------------------------------|---|
| | | | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540) |
| | | ★A02052305 空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量>14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
| | | ★A02052309 专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) |
| | | A02052399 其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1) 《机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T7190.2) |
| 7 | A020601 电机 | | | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613) |
| 8 | A020602 变压器 | 配电变压器 | | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052) |
| 9 | ★A020609 镇流器 | 管型荧光灯镇流器 | | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896) |
| 10 | A020618 生活用电器 | A0206180101 电冰箱 | | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2) |
| | | ★A0206180203 空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 |
| | | | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
| | | | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
| | A0206180301 洗衣机 | | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4) | |

| | | | | |
|----|----------------|-----------------------|---------|---|
| | | | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
| | | A02061808 热水器 | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 |
| | | | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
| | | | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619 照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 | | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
| | | LED 道路/隧道照明产品 | | 《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478) |
| | | LED 筒灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| | | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 | | 《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910 电视设备 | A02091001 普通电视设备（电视机） | | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911 视频设备 | A02091107 视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210 饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 | | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805 便器 | 坐便器 | | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
| | | 蹲便器 | | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
| | | 小便器 | | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

| | | | | |
|----|---------------|--|--|--------------------------------|
| 16 | ★A060806 水嘴 | | | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807 便器冲洗阀 | | | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810 淋浴器 | | | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
|-----|---|
| 3 | <p>1. 投标人的资格要求详见招标公告。</p> <p>2. 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p> <p>2.3 本项目不接受未购买本招标文件的投标人参与投标。</p> |
| 6.1 | <p>本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。</p> |
| 6.2 | <p>如接受联合体投标，联合体投标要求如下：</p> <p>1. 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。</p> <p>2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。</p> <p>3. 联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p> <p>4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>5. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。</p> <p>6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。</p> <p>7. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。</p> |

| | |
|------|---|
| | 8. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许分包 <input type="checkbox"/> 允许分包 分包内容： <u> </u> 分包金额或者比例： <u> </u> |
| 8.1 | 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： <input checked="" type="checkbox"/> 依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； <input type="checkbox"/> 随机抽取； |
| 11.2 | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织现场考察 <input type="checkbox"/> 组织现场考察： 集中时间：年月日时分，逾期后果自负。集中地点： 联系人：；联系电话： |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织召开开标前答疑会 <input type="checkbox"/> 组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 2. 开标一览表（格式后附）；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| | 资格证明文件 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年7月至2025年12月内连续 <u>3</u> 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（ 必须提供，否则按无效投标处理 ） 3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年7月至2025年12月内连续 <u>3</u> 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起 |

到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

4. 投标人财务状况报告（投标人经第三方审计的 2024 年度的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起投标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或投标截止之日前三个月内投标人基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

5. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

6. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

7. 按每分标投标人特定资格要求提供相关证明材料复印件,同时加盖公章（**必须提供，否则响应文件按无效处理**；

8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“**必须提供**”的材料属于复印件的，**必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。**

2. 投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，**否则按无效投标处理。**

3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，**否则按无效投标处理。**

4. 联合体投标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均**必须分别提供**，联合体各方**分别盖章和签字（或者电子签名）**，**否则按无效投标处理。**

5. 分公司参加投标的，应当取得总公司授权。

商务文件：

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

2. 投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理**）

4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则按无效投标处理**）

5. 商务要求偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

6. 投标人为生产厂家的需提供产品自主研发和生产制造声明函（格式后附）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

7. 售后服务承诺（格式自拟）；（**必须提供，否则按无效投标处理**）

8. 投标人情况介绍（格式自拟）；

9. 联合体协议书（格式后附）；（**联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理**）

10. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投

| | |
|------|---|
| | <p>标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料)。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。</p> |
| | <p>技术文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 项目实施人员一览表； 3. 服务方案（内容格式自拟）； 4. 提供所有投标单个产品的照片，照片拍摄要求：单个产品正面左前方 45 度方位，俯视 30 度拍摄的照片一张，白底，JPEG 格式，图像清晰，像素≥5M，并按照“生产厂家+品名+规格型号+主要材料”内容顺序，逐项作书面说明，A4 纸单面限于两个产品； 5. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 <p>注：以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。</p> |
| 16.2 | <p>投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用(含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置)、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。</p> |
| 17.2 | <p>投标有效期：自投标截止之日起 <u>120 日</u>。</p> |
| 18.1 | <p><input type="checkbox"/> 本项目不收取投标保证金。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目收取投标保证金，具体规定如下：</p> <p>金额（人民币）：分标 1：壹万伍仟元整，分标 2：贰万元整，分标 3：贰万元整，分标 4：贰万元整，分标 5：贰万元整，分标 6：贰万元整，分标 7：贰万元整，不得少于规定金额交纳，否则投标无效。</p> <p>投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：<u>建行南宁市民族大道东分理处</u>，开户名称：<u>广西城建咨询设计有限公司</u>，银行账号：<u>45001604653050703663</u>）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。</p> <p>相关要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放 |

| | |
|---------|--|
| | <p>置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（<u>现场提交地址：开标截止时间前递交至广西南宁市金湖路 58 号广西建设大厦三楼</u>，<u>邮寄地址：广西南宁市金湖路 58 号广西建设大厦三楼</u>，<u>联系人：覃工，15677131795</u>）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。</p> <p>3. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。</p> <p>备注：</p> <p>1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。</p> <p>2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。</p> <p>3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。</p> <p>4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。</p> <p>5. 采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。</p> <p>6. 广西政府采购云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。</p> |
| 20 | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不接受电子备份投标文件； <input type="checkbox"/> 本项目接受电子备份投标文件。 |
| 21.1 | <p>1. 投标文件提交截止时间：详见招标公告</p> <p>2. 投标地点：详见招标公告</p> |
| 23 | <p>1. 开标时间：详见招标公告</p> <p>2. 开标地点：详见招标公告</p> |
| 24.3(1) | 电子投标文件解密时间： <u>30</u> 分钟 |
| 24.3(2) | 宣布的内容：投标人名称、投标价格 |
| 25.3(2) | <p>采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>信用查询截止时点：资格审查结束前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人</p> |

| | |
|------|--|
| | 或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： <u>7</u> 人 |
| 29.1 | 评标方法： <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 技术评审中允许负偏离的项目数为 <u>4</u> 项。（负偏离达到5项或以上则投标无效） |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： <input checked="" type="checkbox"/> <u>3</u> 名 根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人。本项目原则上推荐3名中标候选人，但当中标候选人数量不足3名时，评审小组可按实际剩余数量推荐中标候选人。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； <input type="checkbox"/> 随机抽取； |
| 35.1 | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目不收取履约保证金。 <input type="checkbox"/> 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 <u> </u> %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式 履约保证金退付方式、时间及条件： <u>中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。</u> 履约保证金指定账户：中标后采购人提供 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、 |

| | |
|------|---|
| | <p>价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限)的，不予签订合同。</p> <p>3. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。</p> <p>4. 投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。</p> |
| 36.1 | <p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p> |
| 38.2 | <p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司，联系电话： ， 通讯地址：</p> <p>现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。</p> |
| 39.1 | <p>1. 采购代理费支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目代理服务费由<u>中标人</u>在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准：</p> <p><input type="checkbox"/> 以分标 (<input type="checkbox"/> 中标金额/<input checked="" type="checkbox"/> 采购预算/<input type="checkbox"/> 暂定中标金额/<input type="checkbox"/> 其他) 为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准 (<input checked="" type="checkbox"/> 货物招标/<input type="checkbox"/> 服务招标/<input type="checkbox"/> 工程招标) 采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以 (<input type="checkbox"/> 收费基准价格/<input type="checkbox"/> 收费基准价格下浮%/<input type="checkbox"/> 收费基准价格上浮%) 收取。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 固定采购代理收费：<u>每个分标 20000.00 元。</u></p> <p>3. 账户信息：</p> <p>开户银行：建设银行南宁锦春支行，</p> <p>开户名称：广西城建咨询设计有限公司，</p> <p>银行账号： 45050160478300000080。</p> |
| 40.1 | <p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p> |
| 40.2 | <p>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其</p> |

他形式印章均不能代替公章。

2. 本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

投标人须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，**其他投标无效。**

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依

照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语

外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，**否则视同未响应。**

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），**否则按无效投标处理。**

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，**否则按无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至**广西政府采购云平台**。

21.2 **未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。**

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24. 开标程序

24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3 开标程序

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。

如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按广西政府采购云平台操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件

进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

(3) 同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(5) 投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3 采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及

有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又

不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

31.3 中标供应商享受《国务院办公厅关于在城市采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签订合同

36.1 签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之

日；

- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
|------------|------|------|------|
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100~500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 500~1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000~5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元~1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1~5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5~10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10~50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50~100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ (万元)

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

40.4 本招标文件所称本国产品，是指应当符合《国务院办公厅关于在城府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）所述条件标准。对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。在政府采购活动中，本国产品享受本招标文件规定的扶持政策。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
- (4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
- (5) 修正后的报价，投标人不确认的；
- (6) 投标人属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；
- (7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；

(10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

(12) 未响应招标文件实质性要求的；

(13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(2) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(3) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(4) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

(5) 未响应招标文件实质性要求的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法（适用于分标 1、分标 2、分标 3、分标 4）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
|----|----------------------|---|
| 1 | <p>价格分 (30分)</p> | <p>投标报价 (满分 30分)</p> <p>(1) 评标报价为投标人的投标费率进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标费率等于投标费率。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标费率。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 按照《国务院办公厅关于在城府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，供应商对其提供的产品应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明或证明文件的真实性负责。</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-20%）。</p> <p>所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>（6）供应商同时符合中小企业和本国产品条件的，可叠加享受 10%（中小企业）+ 20%（本国产品）的价格扣除，即评标报价=投标费率×（1-10%）×（1-20%）。</p> <p>（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>（8）价格分计算公式：价格分=(评标基准价 / 某投标人投标费率)×30 分。</p> <p>（9）评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查程序。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。</p> <p>评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。</p> <p>备注：报价要求以采购文件第二章采购需求中各分标商务要求表描述为准。</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|--------------------|-----------------------|--|
| 2 | 技术分 (满分 30分) | 产品性能 分(满分 10分) | <p>评委根据招标文件要求,对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品技术参数偏离情况进行独立评审,并按如下计分方式确定得分:</p> <p>一档(2分):所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有3项负偏离得2分。</p> <p>二档(5分):所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有2项负偏离得5分。</p> <p>三档(8分):所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有1项负偏离得8分。</p> <p>四档(10分):所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)无负偏离得10分。</p> <p>说明:注:①供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答,特别是对有具体参数要求的指标,供应商必须提供所投设备的具体参数值。投标时提供的检测报告的检测时间为2021、2022、2023、2024、2025、2026年任意一年,视为有效检测报告文件。属于执行国家标准产品的,需提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检测合格的检测报告。未按招标文件要求提供有效检测报告复印件视为负偏离,如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离,但经评标委员会认定为负偏离的,评标委员会可给予相应档次定档,漏项视为负偏离。</p> <p>②无偏离、正偏离、负偏离描述:a、技术需求表中参数表述为大于或等于某项数值时,等于某项数值的为无偏离,大于某数值的为正偏离,小于某项数值的为负偏离。b、技术需求表中参数表述为小于或等于某项数值时,等于某项数值的为无偏离,小于某数值的为正偏离,大于某项数值的为负偏离。</p> |
| | | 项目实施 方案(满 分20分) | <p>由评委根据该项目实施方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档(5分):项目实施方案基本满足采购文件要求,包含基本的项目实施管理、项目装配技术方案等。</p> <p>二档(10分):项目实施方案详细、表述清晰,包含完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案等。</p> <p>三档(15分):项目实施方案详细、逻辑清晰,具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施(包括货物运输安装保障、应急方案等)、验收方案等。</p> <p>四档(20分):项目实施方案详细、逻辑清晰,具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施《全程可实施的详细、完善的措施方案》及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施详尽(包括货物运输安装保障应急方案等)、详细可实施的验收方案等。</p> |

| | | | |
|----------------|------------------|-----------------|---|
| 3 | 售后服务分 (满分29分) | 售后服务方案(满分29分) | <p>由评委根据该项目售后服务方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档(8分): 售后服务方案简单、基本满足采购文件要求, 提供了服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间和服务承诺。</p> <p>二档(15分): 售后服务方案全面、可行性良好, 服务措施到位, 应急措施合理, 提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间, 快速的售后服务响应, 可靠的服务体系。</p> <p>三档(22分): 售后服务方案较为全面、具有较强的可行性, 服务措施较完善, 应急措施合理且具备一定可操作性; 提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间, 并承诺快速的售后服务响应; 服务体系较为可靠, 包含基本的故障处理流程和维护保障措施, 能较好满足采购单位的服务需求, 服务承诺内容较完整、具有一定的专业性和保障力度。</p> <p>四档(29分): 售后服务方案详细、具体, 应急措施合理、可操作性强, 人员配置充分, 具有一定技术专业能力, 快速的售后服务响应, 可靠的服务体系, 提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间、完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构, 能为采购单位提供快速、专业的服务, 服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。</p> |
| 4 | 信誉分 (满分10分) | 履约能力 (满分10分) | <p>投标人具备产品的自主研发和生产制造能力:</p> <p>(1) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于90%及以上的, 得10分;</p> <p>(2) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于70%及以上的, 得6分;</p> <p>(3) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于50%及以上的, 得3分;</p> <p>投标人应当在投标文件中如实提供其自主生产制造的投标产品情况说明。</p> |
| 5 | 政策功能分(1分) | 节能、环保分(满分1分) | <p>(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目), 并加盖供应商公章], 根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> <p>(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目), 并加盖供应商公章], 根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> |
| 总得分=1+2+3+4+5。 | | | 注: 计分方法按四舍五入取至百分位 |

综合评分法（适用于分标 5）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
|----|---|---|
| 1 | <p>价格分 (30分)</p> <p>投标报价 (满分 30分)</p> | <p>(1) 评标报价为投标人的投标费率进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标费率等于投标费率。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标费率。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 按照《国务院办公厅关于在城府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，供应商对其提供的产品应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明或证明文件的真实性负责。</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×(1-20%)。</p> <p>所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>(6) 供应商同时符合中小企业和本国产品条件的，可叠加享受10%（中小企业）+20%（本国产品）的价格扣除，即评标报价=投标费率×(1-10%)×(1-20%)。</p> <p>(7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>(8) 价格分计算公式：价格分=(评标基准价 / 某投标人投标费率)×30分。</p> <p>(9) 评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查程序。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| | | <p>等与报价合理性相关的说明、材料。</p> <p>评审委员会应当结合同类产品的主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。</p> <p>备注：报价要求以采购文件第二章采购需求中各分标商务要求表描述为准。</p> |
| 2 | 技术分 (满分 30分) | <p>产品性能分(满分10分)</p> <p>评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品技术参数偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：</p> <p>一档(2分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有3项负偏离得2分。</p> <p>二档(5分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有2项负偏离得5分。</p> <p>三档(8分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有1项负偏离得8分。</p> <p>四档(10分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)无负偏离得10分。</p> <p>说明：注：①供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。投标时提供的检测报告的检测时间为2021年、2022年、2023年、2024年、2025年、2026年任意一年，视为有效检测报告文件。属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检测合格的检测报告。未按招标文件要求提供有效检测报告复印件视为负偏离，如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应档次定档，漏项视为负偏离。</p> <p>②无偏离、正偏离、负偏离描述：a、技术需求表中参数表述为大于或等于某项数值时，等于某项数值的为无偏离，大于某数值的为正偏离，小于某项数值的为负偏离。b、技术需求表中参数表述为小于或等于某项数值时，等于某项数值的为无偏离，小于某数值的为正偏离，大于某项数值的为负偏离。</p> |
| | | <p>项目实施方案(满分20分)</p> <p>由评委根据该项目实施方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档(5分)：项目实施方案基本满足采购文件要求，包含基本的项目实施</p> |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--|
| | | | <p>管理、项目装配技术方案等。</p> <p>二档(10分):项目实施方案详细、表述清晰,包含完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案等。</p> <p>三档(15分):项目实施方案详细、逻辑清晰,具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施(包括货物运输安装保障、应急方案等)、验收方案等。</p> <p>四档(20分):项目实施方案详细、逻辑清晰,具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施《全程可实施的详细、完善的措施方案》及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施详尽(包括货物运输安装保障应急方案等)、详细可实施的验收方案等。</p> |
| 3 | 售后服务分 (满分29分) | 售后服务方案(满分29分) | <p>由评委根据该项目售后服务方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档(8分):售后服务方案简单、基本满足采购文件要求,提供了服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间和服务承诺。</p> <p>二档(15分):售后服务方案全面、可行性良好,服务措施到位,应急措施合理,提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间,快速的售后服务响应,可靠的服务体系。</p> <p>三档(22分):售后服务方案较为全面、具有较强的可行性,服务措施较完善,应急措施合理且具备一定可操作性;提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间,并承诺快速的售后服务响应;服务体系较为可靠,包含基本的故障处理流程和维护保障措施,能较好满足采购单位的服务需求,服务承诺内容较完整、具有一定的专业性和保障力度</p> <p>四档(29分):售后服务方案详细、具体,应急措施合理、可操作性强,人员配置充分,具有一定技术专业能力,快速的售后服务响应,可靠的服务体系,提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间、完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构,能为采购单位提供快速、专业的服务,服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。</p> |
| 4 | 信誉分 (满分10分) | 履约能力 (满分10分) | <p>投标人具备产品的自主研发和生产制造能力:</p> <p>(1) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于90%及以上的,得10分;</p> <p>(2) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于70%及以上的,得6分;</p> <p>(3) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于50%及以上的,得3分;</p> <p>投标人应当在投标文件中如实提供其自主生产制造的投标产品情况说明。</p> |
| 5 | 政策功 | 节能、环 | (1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未 |

| | | |
|----------------|----------|---|
| 能分(1分) | 保分(满分1分) | <p>标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> <p>(2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> |
| 总得分=1+2+3+4+5。 | | 注:计分方法按四舍五入取至百分位 |

综合评分法(适用于分标6)

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
|----|-------------------------|--|
| 1 | 价格分(30分) 投标报价(满分30分) | <p>(1) 评标报价为投标人的投标费率进行政策性扣除后的价格,评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标费率等于投标费率。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》,且其投标全部货物由小微企业制造的,对其投标报价给予10%的扣除,扣除后的价格为评标报价,即评标报价=投标费率×(1-10%)。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目,联合协议或</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标费率。</p> <p>（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。</p> <p>（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（5）按照《国务院办公厅关于在城府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定，供应商对其提供的产品应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明或证明文件的真实性负责。</p> <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-20%）。</p> <p>所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>（6）供应商同时符合中小企业和本国产品条件的，可叠加享受 10%（中小企业）+ 20%（本国产品）的价格扣除，即评标报</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>价=投标费率×(1-10%)×(1-20%)。</p> <p>(7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>(8) 价格分计算公式：价格分=(评标基准价 / 某投标人投标费率)×30 分。</p> <p>(9) 评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查程序。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。</p> <p>评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。</p> <p>备注：报价要求以采购文件第二章采购需求中各分标商务要求表描述为准。</p> |
| 2 | <p>技术分 (满分 34分)</p> | <p>产品性能分(满分9分)</p> <p>评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品技术参数偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：</p> <p>一档(2分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有3项负偏离得2分。</p> <p>二档(4分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有2项负偏离得4分。</p> <p>三档(6分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有1项负偏离得6分。</p> <p>四档(9分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)无负偏离得9分。</p> <p>说明：注：①供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答，特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。投标时提供的检测报告的检测时间为2020年-2026年任意一年，视为有效检测报告文件。属于执行国家标准产品的，需提供有资质的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的产品检测合格的检测报告。未按招标文件要求提供有效检测报告复印件视为负偏离，如供应商投标文件对招标文件技</p> |

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|
| | | | <p>术要求响应为无偏离，但经评标委员会认定为负偏离的，评标委员会可给予相应档次定档，漏项视为负偏离。</p> <p>②无偏离、正偏离、负偏离描述：a、技术需求表中参数表述为大于或等于某项数值时，等于某项数值的为无偏离，大于某数值的为正偏离，小于某项数值的为负偏离。b、技术需求表中参数表述为小于或等于某项数值时，等于某项数值的为无偏离，小于某数值的为正偏离，大于某项数值的为负偏离。</p> |
| | 项目实施方案（满分 25 分） | | <p>由评委根据该项目实施方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档(5分)：项目实施方案基本满足采购文件要求，包含基本的项目实施管理、项目装配技术方案等。</p> <p>二档(10分)：项目实施方案详细、表述清晰，包含完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案等。</p> <p>三档(15分)：项目实施方案详细、逻辑清晰，具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施（包括货物运输安装保障、应急方案等）、验收方案等。</p> <p>四档(25分)：项目实施方案详细、逻辑清晰，具备完整的项目实施管理、质量管理、质量保证措施《全程可实施的详细、完善的措施方案》及安全管理方案、项目装配技术方案、风险防范措施详尽（包括货物运输安装保障应急方案等）、详细可实施的验收方案。</p> |
| 3 | 售后服务分（满分 23 分） | 售后服务方案（满分 23 分） | <p>本项目服务的对象涉及广西全区，从投标人实力及项目实施经验等方面（包括但不限于：到达现场时间、解决故障时间、定期回访等）综合比较，做好假肢矫形器装配服务。由评委根据该项售后服务方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档（7分）：基本满足采购文件售后服务要求，方案可行。具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于 1 家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员共计 6 人及以上，其中至少 2 名持有有效假肢师（假肢装配工）或矫形器师（矫形器装配工）职业资格证书（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。</p> |

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| | | | <p>二档（15分）：售后服务方案具体，明确售后响应流程及工作内容。具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于1家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员共计10人及以上，其中至少6名持有有效假肢师（假肢装配工）或矫形器师（矫形器装配工）职业资格证书（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。</p> <p>三档（23分）：售后服务方案详细完备，明确售后响应流程及工作内容，建立完善的服务保障体系。具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于2家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员共计15人及以上，其中至少9名持有有效假肢师（假肢装配工）或矫形器师（矫形器装配工）职业资格证书，且至少1名具备5年以上相关从业经验（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、从业年限证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。</p> |
| 4 | 信誉分 (满分12分) | <p>履约能力 (满分10分)</p> <p>投标人具备产品的自主研发和生产制造能力： (1) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于90%及以上的，得10分； (2) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于50%及以上的，得6分； (3) 投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于30%及以上的，得3分；</p> <p>投标人应当在投标文件中如实提供其自主生产制造的投标产品情况说明。</p> | |
| | | <p>业绩情况 (满分2分)</p> <p>投标人在近三年（2023年起）需具有类似专业同类货物（或服务）的销售业绩，每份合同得0.5分，最高2分。</p> | |
| 5 | 政策功能分(1分) | <p>节能、环保分(满分1分)</p> <p>(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目)，并加盖供应商公章]，</p> | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| | | | <p>根据其所占项目（或分标）金额比例得 0-0.5 分。</p> <p>（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖供应商公章]，根据其所占项目（或分标）金额比例得 0-0.5 分。</p> |
| 总得分=1+2+3+4+5。 | | | |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

综合评分法（适用于分标 7）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 价格分 (30 分) | 投标报价 (满分 30 分) <p>(1) 评标报价为投标人的投标费率进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标费率等于投标费率。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价} = \text{投标费率} \times (1 - 10\%)$。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价} = \text{投标费率} \times (1 - 4\%)$。除上述情况外，$\text{评标报价} = \text{投标费率}$。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 按照《国务院办公厅关于在城市府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，供应商对其提供的产品应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，并对声明或证明文件的真实性负责。</p> |

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| | | | <p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。即对其投标报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标费率×（1-20%）。</p> <p>所有供应商提供参与投标竞争的均为本国产品，则不再执行支持本国产品价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>（6）供应商同时符合中小企业和本国产品条件的，可叠加享受 10%（中小企业）+ 20%（本国产品）的价格扣除，即评标报价=投标费率×（1-10%）×（1-20%）。</p> <p>（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>（8）价格分计算公式：价格分=(评标基准价 / 某投标人投标费率)×30 分。</p> <p>（9）评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查程序。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。</p> <p>评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。</p> <p>备注：报价要求以采购文件第二章采购需求中各分标商务要求表描述为准。</p> |
| 2 | 技术分 （满分 39 分） | 产品性能 分（满分 9 分） | 评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人所投产品技术参数偏离情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分： 一档(2 分)：所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件 |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| | | <p>必须满足)有 3 项负偏离得 2 分。</p> <p>二档(4 分):所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有 2 项负偏离得 4 分。</p> <p>三档(6 分): 所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)有 1 项负偏离得 6 分。</p> <p>四档(9 分): 所投产品技术参数(招标文件要求提供有效检测报告复印件必须满足)无负偏离得 9 分。</p> <p>说明: 注:①供应商须对本招标文件技术要求进行点对点应答, 特别对有具体参数要求的指标, 供应商必须提供所投设备的具体参数值。投标时提供的检测报告的检测时间 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年、2026 年任意一年, 视为有效检测报告文件。属于执行国家标准产品的, 需提供有资质的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的产品检测合格的检测报告。未按招标文件要求提供有效检测报告复印件视为负偏离, 如供应商投标文件对招标文件技术要求响应为无偏离, 但经评标委员会认定为负偏离的, 评标委员会可给予相应档次定档, 漏项视为负偏离。(投标时提供检测报告复印件加盖投标人公章) 投标人所投助听器机型应为 2022 年及以后上市产品。</p> <p>②无偏离、正偏离、负偏离描述: a、技术需求表中参数表述为大于或等于某项数值时, 等于某项数值的为无偏离, 大于某数值的为正偏离, 小于某项数值的为负偏离。b、技术需求表中参数表述为小于或等于某项数值时, 等于某项数值的为无偏离, 小于某数值的为正偏离, 大于某项数值的为负偏离。</p> |
| | <p>服务保障能力分 (满分 30 分)</p> | <p>未提供服务保障内容的, 不得分; 提供有服务保障能力但投标人提供的资料未到达标准的得 2 分;</p> <p>一档(12 分): 具备在广西全区范围内提供服务的能力, 服务机构数量不少于 2 家(可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现), 配备服务人员累计 10 人及以上, 其中助听器验配师不少于 5 名(人员为投标人在职在册人员, 需提供劳动合同或社保证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章, 若通过委托第三方服务机构提供服务的, 须提供第三方服务机构的合法登记证明(如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等)、相关资质证明及场地证明等材料)。承诺 3 小时内响应、24 小时内到达</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>广西区内县级及以上区域现场，服务期限覆盖产品整个保修期，得 12 分；</p> <p>二档（18 分）：售后服务方案具体，明确服务响应流程、故障处理时限及回访计划。具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于 5 家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员累计 20 人及以上，其中助听器验配师不少于 10 名（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。承诺 2 小时内响应、24 小时内到达广西区内所有县级及以上区域现场，服务期限覆盖产品整个保修期，得 18 分；</p> <p>三档（24 分）：售后服务方案详细完备，明确响应流程和售后工作内容，具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于 10 家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员累计 30 人及以上，其中助听器验配师不少于 20 名，且至少 3 名具备 5 年以上从业经验（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、从业年限证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。承诺 1 小时内响应、18 小时内到达广西区内县级及以上区域现场，服务期限覆盖产品整个保修期，得 24 分；</p> <p>四档（30 分）：售后服务方案详细完备，明确响应流程和售后工作内容，建立完善的服务保障体系，可操作性强。具备在广西全区范围内提供服务的能力，服务机构数量不少于 15 家（可通过自设服务机构、委托具备相应资质的本地服务机构、与具备全国性服务网络的机构合作等方式实现），配备服务人员累计 40 人及以上，其中助听器验配师不少于 30 名，且至少 5 名具备 5 年以上从业经验（人员为投标人在职在册人员，需提供劳动合同或社保证明、从业年限证明、职业资格证书及身份证复印件加盖公章，若通过委托第三方服务机构提供服务的，须提供第三方服务机构的合法登记证明（如营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）、相关资质证明及场地证明等材料）。承诺 1 小时内响应、12 小时内到达广西区内县级及以上区域现场，服务期限覆盖产品整个保修</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|--------------------|-------------------|---|
| | | | 期，得 30 分。 |
| 3 | 售后服务分 (满分 20 分) | 售后服务方案(满分 20 分) | <p>由评委根据该项目售后服务方案的编制的科学性、针对性、合理性等方面进行评审并独立打分。达不到一档要求的不得分。</p> <p>一档（7 分）：售后服务方案简单、基本满足采购文件要求，提供了服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间和服务承诺。</p> <p>二档（13 分）：售后服务方案全面、可行性良好，服务措施到位，应急措施合理，提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间，快速的售后服务响应，可靠的服务体系。</p> <p>三档（15 分）：售后服务方案较为全面、具有较强的可行性，服务措施较完善，应急措施合理且具备一定可操作性；提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间，并承诺快速的售后服务响应；服务体系较为可靠，包含基本的故障处理流程和维护保障措施，能较好满足采购单位的服务需求，服务承诺内容较完整、具有一定的专业性和保障力度。</p> <p>四档（20 分）：售后服务方案详细、具体，应急措施合理、可操作性强，人员配置充分，具有一定技术专业能力，快速的售后服务响应，可靠的服务体系，提供服务人员配置、定期回访安排、排除故障时间、完善的故障处理流程、维护保障流程及组织架构，能为采购单位提供快速、专业的服务，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细。</p> |
| 4 | 信誉分 (满分 10 分) | 履约能力 (满分 10 分) | <p>投标人具备产品的自主研发和生产制造能力：</p> <p>（1）投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于 90%及以上的，得 10 分；</p> <p>（2）投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于 50%及以上的，得 6 分；</p> <p>（3）投标产品中由投标人自主生产制造的产品比例不低于 30%及以上的，得 3 分；</p> <p>投标人应当在投标文件中如实提供其自主生产制造的投标产品情况说明。</p> |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------|---|
| 5 | 政策功能分(1分) | 节能、环保分(满分1分) | <p>(1) 属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> <p>(2) 属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖供应商公章],根据其所占项目(或分标)金额比例得0-0.5分。</p> |
| 总得分=1+2+3+4+5。 | | | |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、投标人可对所有分标均进行投标，但最多只允许为 1 个分标的中标人。本项目按照分标 1-分标 2-分标 3-分标 4-分标 5-分标 6-分标 7-分标的顺序依次评标，在某分标被确定为第一中标候选人的投标人，不得成为后续分标的中标候选人。本项目原则上推荐 3 名中标候选人，但当中标候选人数量不足 3 名时，评审小组可按实际剩余数量推荐中标候选人。

4、评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标费率由低到高顺序排列；得分相同且投标费率相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会根据采购需求供应商入围比例推荐的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。**采购人也可以决定重新采购。**

第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）采购计划号。

供应商（乙方）招标编号。

签订地点签订时间。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) |
|----------|------|------|------|------|----|----|-----------|-----------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 人民币合计金额： | | | | | | | | |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目合同不接受损耗。

第五条 交付和验收

1、交货时间及地点：见《商务偏离表》。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行货物验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 个工作日 内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：见《售后服务承诺书》。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：见《商务偏离表》分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：

3、付款方式：

第九条 质量保证金

无。

第十条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方售后服务承诺小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行货物验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责并承担一切费用。

6、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，在法规范围内，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

- 1、政府采购项目采购文件；
- 2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、成交通知书。

第二十条 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，采购代理机构一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| | |
|--|--|
| 甲方（章） 年月日 | 乙方（章） 年月日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

备注：签定的合同可按照以上合同条款进行约定，招标文件中各项招标需求均可在签订合同时列入或以更优的投标文件承诺内容列入。如在签定合同过程中部分条款需要调整，经双方沟通、协商同意后调整，最终有效合同以双方签字盖章的文本为准。

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式:

电子投标文件

报价文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投标函

致：采购人名称：

根据贵方项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表_____（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：邮箱：

投标人名称：

开户银行：银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:_____

投标人名称（电子签章）：

年月日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

招标编号：

项目名称：

分标：（如有）单位：%

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 产地 | 规格型号 | 预算单价（元） | 单位 |
|------------------------------------|------|-------|----|------|---------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 费率（%） | | | | | | |
| 交付使用时间 | | | | | | |
| 备注：（例如：九折的费率为90%；八折的费率为80%） | | | | | | |

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。
7. 预算单价需与采购需求中所列单价一致，不允许更改。
8. 电子投标系统填写的投标总价应与开标一览表的费率保持一致。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式:

电子投标文件

资格证明文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

年月日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|----------|------|-----------------|----|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“**直接控股股东名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
|-------|------------|----------|----|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：年月日

4. 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

注：1. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务文件格式

1. 商务文件封面格式:

电子投标文件

商务文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年月日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：

地址：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年月日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

(联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

根据(牵头人名称)与(联合体其他成员名称)签订的《联合体投标协议书》的内容，(牵头人名称)的法定代表人(姓名)现授权委托(姓名)以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：年月日

被授权人（签字/电子签名）：

日期：年月日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**；

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。

3. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务要求偏离表格式

所投分标：分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
|----|----------|--------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

7. 投标人产品自主研发和生产制造声明函格式

投标人产品自主研发和生产制造声明函

(采购人名称)：

我方参加贵单位组织项目(项目编号：)的政府采购活动。我方在此郑重声明，我方本次项目提供的货物自主研发和生产制造比例如下：

1、自主研发和生产制造的货物比例：_____。

2、非自主研发和生产制造的货物比例：_____。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

日期：

8. 投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 (万元) | 采购人联系人及 联系电话 |
|-------|------|--------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： 年月日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

电子投标文件

技术文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年月日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
|----|-------|------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 (职称) 或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
|----|----|--|------|---------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：

五、其他文书、文件格式

1. 联合投标协议书格式

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或者电子签名的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或者电子签名的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：_____（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：_____（签字/电子签名）

.....

年 月 日

2. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4. 关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例） 3。（产品名称 1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5. 质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

采购文件
 采购文件获取日期：

采购过程

采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人 1：

地址：

邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2：

.....

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据:

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求:

签字（签章）： 公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。