

云之龙咨询集团有限公司关于生物显微镜等设备购置项目 (BHZC2025-G1-990314-YZLZ) 更正公告 (一)

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: BHZC2025-G1-990314-YZLZ

原公告的采购项目名称: 生物显微镜等设备购置项目

首次公告日期: 2025年11月25日

二、更正信息

更正事项: 采购公告 采购文件 采购结果

更正内容:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标文件“第二章采购需求”中“标项3”第3个采购标“多功能二合一婴儿培养箱”的技术要求	▲3. 升温时间不超过25min;	3. 升温时间≤30min;
2		▲13. 自洁模式:自动蒸发湿化管道中的残余水分;	13. 自洁模式:自动蒸发湿化管道中的残余水分;
3		20. 具有CCHD筛查界面,可升级双血氧进行CCHD筛查,升级的费用不包含在本次投标报价中,采购人如有需要,另行支付;	删除该条技术要求
4		▲22. ≥96小时趋势图/趋势表数据存储,能够进行跟踪/回顾;	22. 能趋势图/趋势表数据存储,能够进行跟踪/回顾;
5		▲26. 整机高度可任意调节,调节床高(0-400mm),要求不同身高医护人员均可操作;	26. 整机高度可任意调节,调节床高(0-400mm),要求不同身高医护人员均可操作;
6		▲29. 360度旋转床体,治疗操作时无须移动患儿,减少体外刺激;	29. 360度旋转床体,治疗操作时无须移动患儿,减少体外刺激;
7		▲30. 无需打开左右箱门,可在箱外直接取出X光拍片盒,要求能避免箱内温度快速下降;	30. 无需打开箱门,可在箱外直接取出X光拍片盒,要求能避免箱内温度快速下降;
8	递交(上传) 投标文件	2025年12月16日9时00分(北京时间)前	2025年12月30日9时00分(北京时间)前
9	提交投标文件 截止时间	2025年12月16日9时00分(北京时间)	2025年12月30日9时00分(北京时间)
10	开标时间	2025年12月16日9时00分(北京时间)	2025年12月30日9时00分(北京时间)

其他内容不变,特此通知。

更正日期: 2025年12月5日

三、其他补充事宜

更正事项理由：对招标文件进行更正。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北海市人民医院

地址：北海市海城区和平路 83 号

联系方式：叶强 0779-2022189

2. 采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地 址：广西北海市北部湾中路 60 号 779 财富中心 15 楼 1505 号

联系方式：翁娜娜 0779-3227361/3227538

3. 项目联系方式

项目联系人：翁娜娜

电 话：0779-3227361/3227538

云之龙咨询集团有限公司

2025 年 12 月 5 日