

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司
步态分析仪及运动心肺测试仪采购
[项目编号: GXZC2025-J1-003970-GXRZ]

采购结果公告

一、项目编号: GXZC2025-J1-003970-GXRZ

采购计划文号: 广西政采[2025]19813号-001、广西政采[2025]19813号-002

二、项目名称: 步态分析仪及运动心肺测试仪采购

三、采购结果信息:

1分标: 因实质性满足要求的供应商不足三家, 本分标流标;

2分标:

供应商名称: 广西东桃医疗设备有限公司

供应商地址: 南宁市洪历路 27 号辰逸产业园 5 号楼标准厂房 4 层 401 号 A 室

中标(成交)金额: 人民币叁拾伍万陆仟元整 (¥356000.00)

合同履行期限(交货期): 自签订合同之日起 90 日历日内交货, 并安装调试完毕且通过验收。若为软件服务、大型、复杂或技术性强的设备, 可在采购人组建的验收小组同意的情况下, 依情况延长至 180 日历日。

四、主要标的信息

分标	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量/单位	单价(元)
2	运动心肺测试仪	北京谷山丰生物医学技术有限公司	谷山丰	ACPT-E	1 台	356000.00

五、评审专家名单: 黄花新(组长)、陈欣、凌瑞疆(采购人代表)。

六、代理服务收费标准及金额: 以中标金额为计费额, 参照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定货物类按分标, 采购代理收费以(收费基准价格/收费基准价格下浮 20%/收费基准价格上浮 %)收取。2分标代理服务费金额: 人民币肆仟贰佰柒拾贰元整 (¥4272.00)

七、其他补充事宜

1、无效响应供应商名称及原因:

1分标:

①广西昊嘉智能科技有限公司的响应文件货物需求偏离表: 1. 实质性要求“▲(四)、配备双显示屏”未按竞争性谈判文件要求写明竞标货物具体参数的具体数值。不符合“竞争性谈判文件”第五章响应文件格式商务技术文件七、货物需求偏离表, 注: 4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复

制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。及第二章采购需求，说明：2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款“的规定，不通过符合性审查；

②广西江科商贸有限公司的响应文件货物配置清单填写有缺漏项，缺第6、跑台定位；10、足部传感器；11、蓝牙接收器；不符合“竞争性谈判文件”，第五章 响应文件格式商务技术文件第八、配置清单备注：以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。“的规定，不通过符合性审查；

③广西卫君睡眠医学诊所有限公司的响应文件货物配置清单填写有缺漏项，缺第6、跑台定位；10、足部传感器；11、蓝牙接收器；不符合“竞争性谈判文件”，第五章 响应文件格式商务技术文件第八、配置清单备注：以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。“的规定，不通过符合性审查。

2 分标：

①广西聚福源医疗科技发展有限公司的响应文件货物需求偏离表：技术参数 1.▲(三)、气体流量测量范围不符合采购需求；2. 配置清单货物名称不符合采购需求原因不通过符合性审查。

2、采购结果公告媒体及日期：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>（广西政府采购网）、<https://www.gxmu.edu.cn/>（广西医科大学）、<https://www.gxmuyfy.cn/>（广西医科大学第一附属医院）、www.gxruiwen.com（广西瑞真工程造价咨询有限责任公司官网）公开查询，2026年1月4日。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：广西医科大学第一附属医院

地 址：广西南宁双拥路6号

联系人：刘老师 联系电话：0771-5634385

2、采购代理机构名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地 址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层10号

项目联系人：陈雪姣 联系电话：0771-5800675

九、附件

2 分标广西东桃医疗设备有限公司中小企业声明函

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2026年1月4日