

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司  
步态分析仪及运动心肺测试仪采购  
[项目编号：GXZC2026-J1-000443-GXRZ]

成交公告

一、项目编号：GXZC2026-J1-000443-GXRZ

采购计划文号：广西政采[2025]19813号-001、广西政采[2025]19813号-002

二、项目名称：步态分析仪及运动心肺测试仪采购

三、采购结果信息：

1分标：

供应商名称：广西城之康科技有限公司

供应商地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道37号南宁华润佳成万象中心二区办公楼二十四层2402号办公

中标（成交）金额：人民币陆拾伍万元整（¥650000.00）

合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起30日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可在采购人组建的验收小组同意的情况下，依情况延长至180日历日。

2分标：

供应商名称：南宁市朗士俊贸易有限公司

供应商地址：南宁市厢竹大道7号天立东方大厦第B座二十三层2313号、2314号

中标（成交）金额：人民币贰拾捌万陆仟元整（¥286000.00）

合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。若为软件服务、大型、复杂或技术性强的设备，可在采购人组建的验收小组同意的情况下，依情况延长至180日历日。

四、主要标的信息

分标	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量/单位	单价（元）
1	步态分析仪	江苏苏云医疗器械有限公司	江苏苏云	SY-TM150	1台	650000.00
2	运动心肺测试仪	席勒（中国）医疗设备有限公司	华思	HS-MetaX	1台	286000.00

五、评审专家名单：李佩意(组长)、何佩、刘耘昊(采购人代表)。

六、代理服务收费标准及金额：以中标金额为计费额，参照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定货物类按分标，采购代理收费以（收费基准价格/收费基准价格下浮 20%/收费基准价格上浮 %）收取。1分标代理服务费金额：人民币柒仟捌佰元整(¥7800.00)；2分标代理服务费金额：人民币叁仟肆佰叁拾贰元整(¥3432.00)。

七、其他补充事宜

1、采购结果公告媒体及日期：<http://www.ccgp.gov.cn>(中国政府采购网)、<http://zfcg.gxzf.gov.cn>(广西政府采购网)、<https://www.gxmu.edu.cn/>（广西医科大学）、<https://www.gxmuyfy.cn/>（广西医科大学第一附属医院）、[www.gxruizhen.com](http://www.gxruizhen.com)（广西瑞真工程造价咨询有限责任公司官网）公开查询，2026年3月23日。

2、无效响应供应商名称及原因：

分标 1：

广西竞进信息科技有限公司单位的“响应文件货物需求偏离表：1. “▲（四）、配备双显示屏”未按竞争性谈判文件要求写明竞标货物具体参数的具体数值，根据竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式商务技术文件七、货物需求偏离表，注：4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效””；2. “（八）、速度范围、（十一）、整体尺寸、（十七）、足踝传感器具有6种颜色指示、（二十）、2.二种坡度调节方式、（二十二）、图像显示分为4种模式，真人模式，虚拟男性，虚拟女性，虚拟儿童。真人模式下可选择镜像、非镜像、网格镜面，虚拟模式下可进行额状面、矢状面及水平面的不同视角观察。”评定为负偏离，超过货物需求评审中允许负偏离的条款数3项的规定，不通过符合性审查；

分标 2：

广西竞进信息科技有限公司单位的响应文件货物需求偏离表：“▲（三）、流速范围：不窄于-900L/min~+900L/min”测量误差不满足竞争性谈判文件要求“▲（三）、气体

流量测量范围：-550L/min~550L/min，气体流量测量误差应 $\leq\pm 10\%$ 或 $\pm 10\text{L}/\text{min}$ 。“根据“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。”不通过符合性审查。

广西沃利尔商贸有限责任公司单位的响应文件商务条款偏离表：“▲商务条款五、售后服务要求：（五）、培训：为采购人提供装机使用培训 $\geq 2$ 天”未按竞争性谈判文件要求写明商务响应承诺的具体数值，根据竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式商务技术文件四、商务条款偏离表，注：4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”。不通过符合性审查。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人名称：广西医科大学第一附属医院

地址：广西南宁双拥路6号

联系人及联系电话：刘老师（0771-5634385）

2. 采购代理机构名称：广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

地址：南宁市青秀区竹溪大道2号荣恒名都A座10层11号

项目负责人联系电话：陈雪姣（0771-5800672）

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0771-5800672

4. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市桃源路69号

电话：0771-5331544

九、附件

南宁市朗士俊贸易有限公司中小企业声明函

广西瑞真工程造价咨询有限责任公司

2026年3月23日

