


二、开标一览表

开标一览表

分标： 1

单位：元

序号	标的名称	品牌	规格型号、技术参数	生产厂家	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②
1	移动式C形臂X射线机	GE	 <p>规格型号：OEC One CRD</p> <p>技术参数： 1.总体要求 ▲1.1 整机采用一体化整体设计，节约手术室空间（C臂和工作站一体化设计）； ▲1.2 设备配备内置UPS不间断电源系统，有效保护系统稳定性和病人信息。 2.设备工作条件 2.1 电源要求：220V@10A； 2.2 温度要求：10~40℃； 2.3 相对湿度要求：20%~80% 非冷凝状态。 3.高压发生器 3.1 最大输出功率 2.5kw； 3.2 发生器频率 40kHz； 3.3 透视最大KV值 110kV，最小KV值 40kV，透视最大mA值 25mA； 3.4 数字点片最大mA值 20mA； 3.5 具备半剂量透视模式，半剂量脉冲透视模式。 4.球管系统 4.1 具备双焦点设计； 4.2 焦点：小焦点 0.6mm 大焦点 1.4mm； 4.3 管套散热率 12.5KHU/min； 4.4 阳极热容量 76KHU，阳极散热率 37KHU/min(440W)。 5.平板探测器 ▲5.1 平板探测器材质：CMOS 晶体硅；</p>	北京通用电气华伦 医疗设备有限公司	2台	1844000.00	3688000.00


	<p>5.2 探测器尺寸 31cm*31cm;</p> <p>5.3 图像采集最大像素矩阵 1.5k×1.5k;</p> <p>5.4 最大分辨率 2.8lp/mm;</p> <p>5.5 具备任意模式下无像素合并;</p> <p>5.6 像素尺寸≥198um。</p> <p>6.限束器：具备双叶限束器，虹膜限束器</p> <p>7.显示器</p> <p>7.1 医用 UHD 平板显示器 27 英寸;</p> <p>7.2 显示器最高分辨率 3840×2160;</p> <p>7.3 显示器灰阶 10 bit;</p> <p>7.4 显示器多轴位方向臂支架五轴。</p> <p>8.系统控制</p> <p>▲8.1 提供中文系统控制界面，Linux 工业用软件操作系统;</p> <p>8.2 手闸，脚踏曝光控制;</p> <p>8.3 具备控制界面要求液晶触摸屏，支持多点触控操作;</p> <p>▲8.4 具备不插电待机转场功能 5 分钟;</p> <p>8.5 控制界面大小 10.1 英寸，可旋转摆动 270°，最高分辨率 1280×800;</p> <p>8.6 脚踏曝光开关线缆 10 米。</p> <p>9.C 形臂</p> <p>9.1 SID 100cm，开口 78cm，弧深 66cm，水平移动 20cm，左右摆角±12.5°；</p> <p>9.2 垂直升降 电动，45cm;</p> <p>9.3 C 臂旋转角度±205°，C 臂轨道内运动角度 150°，C 臂轨道内过伸角度 55°；</p> <p>9.4 C 臂最低水平位投照高度 102cm;</p> <p>9.5 C 臂与工作站为一体设计无线缆连接。</p> <p>10.图像处理功能</p> <p>10.1 具备患者信息编辑;</p> <p>10.2 图像存储 150000 幅;</p> <p>10.3 曝光模式 8 种;</p> <p>10.4 具备末帧图像优化显示，数字笔功能，目标位置追踪功能，自动亮度对比度调整，去除运动噪点与伪影功能，具备金属修正功能，具备窗口设定功能，具备图像均衡优化功能;</p> <p>10.5 图像放大及游走≥400%;</p> <p>10.6 具备实时图像边缘增强技术，具备负片技术;</p>			
--	--	--	--	--

(GXZC2025-G1-004023-DSGS) 浙江物产中大医药有限公司投标文件

		10.7 具备 USB 导出 BMP, JPEG, DICOM 格式图像。				
合计金额大写：人民币 <u>叁佰陆拾捌万捌仟元整</u> (¥ <u>3688000.00</u>)						
合同履行期限（交货时间）：自签订合同后 30 个日历日内整体完成供货安装调试。						
交货地点：广西医科大学第一附属医院（南宁市）采购人指定地点；未验收前保管工作由中标人自行负责。						

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名），否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（或负责人）或者委托代理人（签字或电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子签章）：浙江物产中大医药有限公司

日期：2026年2月10日

