

# 采 购 合 同

采购计划号：HCZC2025-G1-02735-003

合同编号：12N4995791102026605

采购人（甲方）：河池市人民医院

供应商（乙方）：广州市上药进出口有限公司

项目名称：河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项 1、  
标项 3）重 分标 2

项目编号：HCZC2026-G1-990014-JDZB

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定，按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1. 本合同总金额为人民币（大写）：贰佰叁拾伍万陆仟陆佰叁拾伍元整（小写）：¥2356635.00。  
（具体明细详见附件 1《投标报价明细表》）。

2. 合同价格形式：固定单价。

3. 合同单价包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，还包括任何未明确标出的全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，以及为完成上述内容所必须的附属项目、临时项目、材料、劳务及所需的全部费用。

4. 合同最终结算金额=实际发生采购量×中标单价，实际发生采购量以最终安装验收为准。

## 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等指标必须与招标文件要求、投标文件响应和承诺相一致。合同标的一览表中列入节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单的产品，乙方须提供在上述有效清单内的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将该项目有关的相关材料提供给与履行本合同无关的任何其他人，包括但不限于项目合同、规格、计划、图纸、样品或资料等。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封、租赁等产权瑕疵问题。

5.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为：甲方。

6.产权纠纷处理方式：甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

#### **第四条 包装和运输**

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.技术说明书、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装箱内。

3.乙方应确保包装要求满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.乙方提供的货物包装及快递包装应满足《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）要求。

5.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前书面通知甲方，以准备交付。

6.货物的运输方式：乙方自定。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

8.货物在交付甲方前发生的灭失或损毁风险均由乙方负责。

#### **第五条 交付和验收**

1.交付时间及地点：甲方书面通知乙方发货后30日内交货并完成安装调试，验收合格；交付地点：河池市人民医院。

2.交货方式：交付前，乙方须按照甲方要求，逐一提供与技术参数响应表相符的各款样品，并按1:1比例打造各类功能样板间供甲方进行选型确认，样品提供时间为合同签订后30日内，上述样品制作及样板间搭建过程中所产生全部费用均由乙方承担。经甲乙双方共同签字确认最终产品样式、规格、材质等内容后，乙方方可按确认结果加工生产，最终结算按中标单价执行。

3.交付标准：乙方交付前应对货物作出全面检查，将符合合同文件要求的货物与相关的装箱清单、用户手册、保修卡等单证和资料、工具和备品备件等一同交付给甲方。

4.验收程序：验收一般分为到货验收、初步验收及最终验收三次单项验收。经甲方同意，单项验收可以部分或全部合并进行。本项目采用的验收方式为：☒到货验收 ☒初步验收 ☒最终验收 ☐合并验收。

（1）到货验收：甲方在接到乙方书面通知后对交付的货物依据验收标准进行到货验收，对品牌、规格型号、外观、有关资料及备品备件、包装要求符合招标文件及合同要求的，视为到货验收合格给予签收。

（2）初步验收：货物需进行安装调试的，应在安装调试后进行初步验收。甲方在接到乙方书面通知后进行初步验收。

（3）最终验收：货物满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方书面通知后进行最终验收。

(4) 合并验收：将以上两项或三项单项验收合并进行。

5.验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

6.验收地点及验收期限：到货验收地点为货物交付地点，其他验收地点为货物使用或安装地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后5个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。甲方收到乙方书面通知后无正当理由不进行验收的，验收期限结束之日起视为当次单项验收合格。

7.验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的货物及相关资料、备品备件等符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。

8.不予验收或单项验收不合格的，乙方应在不同验收阶段的当次验收后5个工作日内就不符合要求项目以补充、更换、修理等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交货。乙方逾期交货的，应承担违约责任；逾期累计最长不得超过30日，逾期超过30日的，视为乙方交付的货物最终验收不合格，甲方有权拒收、退货并主张违约责任；乙方逾期交货的，仍应遵守本条第1款约定的交付期限，逾期行为不改变本款约定的交付义务与验收标准。

9.甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。甲方委托第三方机构组织或专业检测机构参与验收的，验收费用由乙方负责。费用标准参照国家或广西壮族自治区有关规定执行。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

11.甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

## **第六条 安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，直至甲方人员掌握项目安装情况。

## **第七条 售后服务、质保期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：自验收合格之日起7年。

3.乙方提供货物的质量保证期按验收合格之日起计算。在保证期内因货物本身的质量问

题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.如在使用过程中发生故障问题，乙方接到故障通知后 2 小时内响应，一般故障处理时限不超过 48 小时，48 小时内不能修复的，乙方须在 3 个工作日内提供替代品，以保证甲方的正常工作。

5.质保期内，若因货物自身设计缺陷、生产工艺不合格、材料质量不达标及其他非甲方原因导致的货物损坏、质量故障或安全隐患，乙方应在约定时限内负责处理并解决全部质量及安全问题，且承担因此产生的一切相关费用。

6.上述货物因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

7.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项。

## **第八条 付款方式**

1.资金性质：财政性资金。

2.付款支付方式：

（1）付款方式：货物安装验收合格后，甲方凭乙方开具货款全额发票付至实际采购总金额的 80%，正常使用满 1 年后，甲方支付实际采购总金额的 20%（无息）（以验收报告日期为准）。

（2）乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书；

（3）乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；

（4）票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权解除合同，乙方不得提出异议，因解除合同而产生的一切损失均由乙方承担。

（5）对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

（6）合同款支付形式为：转账

## **第九条 违约责任**

1.因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，甲方应承担相应的责任，依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.因甲乙双方违约，不履行或者不完全履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务，对守约方造成经济损失的，守约方有权根据本合同和本项目招标文件的规定要求违约方承担相应责任，即须向守约方一次性支付合同总金额的 20% 作为违约金，并有权单方解除或终止本合同。

3.乙方不得将本项目全部或部分进行转包、分包，如有违反，乙方需向甲方一次性支付合同总金额的 50% 作为违约金，并赔偿甲方因此造成的损失，甲方有权单方解除合同。

4.甲方无正当理由逾期付款或乙方逾期交货的，违约方每天须向守约方支付合同总金额的

1‰ 作为违约金，但违约金累计不得超过合同总金额的 5%，逾期超过 15 天守约方有权解除合同，违约方承担因此给守约方造成的经济损失。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.乙方提供的货物最终验收不合格的，甲方有权解除合同，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

7.乙方未按本合同或者投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

8.其他违约行为由违约方向守约方按合同总金额的 5% 支付违约金。

#### **第十条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，遭遇不可抗力的一方应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的相关证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十一条 合同争议解决**

1.因货物质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合验收标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合验收标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地（河池市金城江区）人民法院提起诉讼，诉讼期间，本合同继续履行。违约方应当向守约方支付维权时产生的合理费用，包括但不限于律师费、保全费、保险公司保函费、公证费、鉴定费、差旅费等。

#### **第十二条 合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止、解除或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起 2 个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止、解除或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

#### **第十三条 合同生效及其它**

1.合同履行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同级财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2.如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

3.本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行，如有必要双方可另行签订补充协议。

5.双方一致确认本合同与合同所附附件一起构成合同文书，合同附件是合同重要的组成部分，与合同正文具有同等的法律效力。

6.本合同不为中小企业预留合同。

7.本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，采购代理机构一份。合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

**第十四条 合同附件**

- 1.河池市人民医院病床等物资供货明细表；
- 2.河池市人民医院购销廉洁公约；
- 3.中标（成交）通知书；
- 4.商务、技术偏离表；
- 5.报价明细表。

甲方（盖章）：河池市人民医院

乙方（盖章）：广州市上药进出口有限公司

单位地址：广西河池市金城江区金城中路 455 号

单位地址：广州市南沙区环市大道北 6 号 102 房

法定代表人或者委托代理人（签字）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：

联系人：曾秋锦

联系人：吁国付

联系电话：0778-2289549

联系电话：18924322631

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州南沙金岭路支行

开户名称：广州市上药进出口有限公司

开户账号：3602064309200453260

签订日期：2026 年 3 月 20 日

签订日期：2026 年 3 月 20 日

## 附件 1

河池市人民医院病床等物资供货明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称        | 制造商或服务商      | 规格型号                           | 数量  | 单位 | 单价      | 合计金额   |
|----|----------------|--------------|--------------------------------|-----|----|---------|--------|
| 1  | 病床（手动二摇）       | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C206                        | 330 | 张  | 2820.00 | 930600 |
| 2  | 病床（手动三摇）       | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C203                        | 15  | 张  | 3300.00 | 49500  |
| 3  | 病床（三功能）        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-D-002<br>（配置号：<br>HK-D-003） | 40  | 张  | 8500.00 | 340000 |
| 4  | 床头柜            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N601                        | 139 | 个  | 355.00  | 49345  |
| 5  | 诊疗床            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-704                         | 22  | 张  | 850.00  | 18700  |
| 6  | 复苏床<br>（豪华转运床） | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N303                        | 28  | 张  | 6100.00 | 170800 |
| 7  | 抢救床            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N211                        | 4   | 张  | 2300.00 | 9200   |
| 8  | 美容床            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N707                        | 3   | 张  | 1300.00 | 3900   |
| 9  | 陪人椅            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N702                        | 355 | 张  | 600.00  | 213000 |
| 10 | 治疗车            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N513-4                      | 45  | 辆  | 1760.00 | 79200  |
| 11 | 换药车            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-551                         | 12  | 辆  | 1600.00 | 19200  |
| 12 | 抢救车            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N505                        | 11  | 辆  | 3450.00 | 37950  |
| 13 | 病历车            | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N530-40                     | 6   | 辆  | 1650.00 | 9900   |
| 14 | 晨间护理车          | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N520                        | 10  | 辆  | 2300.00 | 23000  |
| 15 | 平车             | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N302                        | 28  | 辆  | 5800.00 | 162400 |
| 16 | 三位候诊椅          | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-801                         | 44  | 张  | 2200.00 | 96800  |
| 17 | 输液椅（三位）        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-806                         | 8   | 张  | 1800.00 | 14400  |

| 序号                                        | 产品或服务名称    | 制造商或服务商      | 规格型号     | 数量 | 单位 | 单价      | 合计金额            |
|-------------------------------------------|------------|--------------|----------|----|----|---------|-----------------|
| 18                                        | 不锈钢器械车(大号) | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580   | 15 | 辆  | 1250.00 | 18750           |
| 19                                        | 不锈钢器械车(中号) | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580-1 | 15 | 辆  | 1000.00 | 15000           |
| 20                                        | 不锈钢器械车(小号) | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580-2 | 15 | 辆  | 850.00  | 12750           |
| 21                                        | 不锈钢升降台     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-610   | 10 | 架  | 860.00  | 8600            |
| 22                                        | 送药车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N550  | 4  | 辆  | 2700.00 | 10800           |
| 23                                        | 移动过床餐车     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C9    | 50 | 辆  | 620.00  | 31000           |
| 24                                        | 一步脚凳       | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-1311  | 34 | 个  | 180.00  | 6120            |
| 25                                        | 落地式输液架     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-A1    | 28 | 个  | 240.00  | 6720            |
| 26                                        | 五层仪器车      | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N560  | 1  | 辆  | 3000.00 | 3000            |
| 27                                        | 不锈钢双屈治疗车   | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-1106  | 20 | 台  | 800.00  | 16000           |
| 总合计                                       |            |              |          |    |    |         | 2356635         |
| 合计总金额：大写：贰佰叁拾伍万陆仟陆佰叁拾伍元整                  |            |              |          |    |    |         | 小写：2356635.00 元 |
| 注：合同最终结算金额=实际发生采购量×中标单价，实际发生采购量以最终安装验收为准。 |            |              |          |    |    |         |                 |

## 附件 2

### 河池市人民医院购销廉洁公约

甲方（医疗机构）：河池市人民医院

乙方（供应商）：广州市上药进出口有限公司

为贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局关于印发《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及医院《药械购销廉洁公约制度》要求，为进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，经双方协商，协议如下：

一、甲乙双方必须自觉遵守国家和地方的有关法律法规，严格执行上级关于纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件规定，严格执行药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程招标采购管理制度。

二、甲乙双方应共同遵守商业道德，严格履行购销合同，不利用非法手段谋取不正当利益，公平公正地处理往来业务。

三、甲方须履行的责任：

（一）不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

（二）医护人员不得替乙方代表非法统计销售药品、医用耗材、医用试剂的使用数量，甲方对出现数量异常变动的药品、医用耗材、医用试剂，查实后将停止采购。

（三）医护人员及行政后勤人员不得利用工作便利以暗示或其他任何形式向乙方索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。

如违反以上条款，情节较轻的，按医院医德医风等相关规定进行处理；情节较重构成违纪的，由纪检监察部门处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

四、乙方须履行的责任：

（一）乙方必须自觉遵守甲方有关药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资、基建工程的各项管理规定，按程序和流程办理相关业务。

（二）不得派代表到甲方，以科研费、开发费、宣传费、推销费等名义推销药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂、信息系统及软件、后勤物资等产品。

（三）不得以提成和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐，资助国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用医药产品的选择权。

（四）不得派代表到甲方临床医技科室进行新药申请、开方提成促销，或以不正当交易手段诱导临床医生使用乙方所供的药品、医疗设备、医用耗材、医用试剂等。

（五）不得向医院领导、行政职能科室、临床医技负责人和其他医护人员及行政后勤人员发放回扣和赠送现金、有价证券、信用卡、购物卡，提供宴请、娱乐等属于商业贿赂的不正当行为，

(六) 严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

五、乙方如违反第四条“乙方须履行的责任”所列条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，并将乙方列入不良行为记录，计入黑名单；同时禁止乙方在甲方进行经销活动 2 年以上。对甲方造成经济损失的乙方须承担赔偿责任，涉嫌违法的，移交司法机关处理。

六、如甲方工作人员暗示或索要回扣等不正当要求，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

七、本公约一式七份，甲、乙双方各执三份，采购代理机构一份，本公约作为购销合同的附件，随购销合同签字之日起生效。

甲方（盖章）：河池市人民医院

乙方（盖章）：广州市上药进出口有限公司

法人签章：

法人签章：

经办人（签字）：曾秋锦

代理人（签字）：吁国付

2026 年 3 月 20 日

2026 年 3 月 20 日

中 标 通 知 书

|                                                                     |                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目名称                                                                | 河池市人民医院外科大楼窗帘（含床帘）、家具和病床等物资采购项目（标项 1、标项 3）重                                                                           |              |
| 项目编号                                                                | HCZC2026-G1-990014-JDZB                                                                                               |              |
| 标项名称                                                                | 标项 3-病床等医用物资                                                                                                          |              |
| 采购人                                                                 | 河池市人民医院                                                                                                               |              |
| 采购代理机构                                                              | 广西机电设备招标有限公司                                                                                                          |              |
| 采购方式                                                                | 公开招标                                                                                                                  |              |
| 中标人                                                                 | 广州市上药进出口有限公司                                                                                                          |              |
| 中标内容                                                                | 包括二摇病床、三摇病床、电动三摇病床、诊疗床、复苏床、抢救床、陪人椅、治疗车、换药车、平车、三位候诊椅等一批医用物资。具体详见采购文件第二章 采购需求。                                          |              |
| 中标单价合计金额                                                            | 人民币伍万捌仟壹佰捌拾伍元整（¥58185.0），具体报价详见附件。                                                                                    |              |
| 中标公告时间<br>中标通知书发出时间                                                 | 2026 年 3 月 6 日                                                                                                        |              |
| 合同签订日期                                                              | 2026 年 3 月 21 日前                                                                                                      |              |
| 合同公示日期                                                              | 合同签订之日起 2 个工作日内<br>《政府采购法实施条例》第五十条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |              |
| 采购人<br>联系方式                                                         | 联 系 人                                                                                                                 | 曾秋锦          |
|                                                                     | 联系电话                                                                                                                  | 0778-2289549 |
| 采购代理机构<br>联系方式                                                      | 联 系 人                                                                                                                 | 柳佳惠、李柯睿      |
|                                                                     | 联系电话                                                                                                                  | 0778-7984379 |
| 广西机电设备招标有限公司<br>地 址：广西南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城 7 层<br>电 话：0778-7984379 |                                                                                                                       |              |



广西机电设备招标有限公司  
GUANGXI MACHINERY & ELECTRIC EQUIPMENT TENDERING CO.,LTD.

工程招标代理资质甲级（原） 中央投资项目招标代理机构甲级（原） 工程造价咨询企业甲级  
国际招标机构甲级（原） 政府采购代理甲级（原） 工程监理专业乙级资质  
广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于公布广西全过程工程咨询试点企业



## 第一部分 商务文件

(本商务文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

### 1. 对本项目第二章《采购需求》“商务要求”的响应表

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                                                                                                                                                               | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ▲1. 报价要求                                                                                                                                                                                                                                | 1. 报价要求                                                                                                                                                                                                                                 | 无偏离  |
|    | 1.1 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。供应商应对本标项中所有标的物进行报价，不允许漏项、选项报价，单项报价不能超过单价最高限价，否则视为投标无效。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 | 1.1 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。供应商应对本标项中所有标的物进行报价，不允许漏项、选项报价，单项报价不能超过单价最高限价，否则视为投标无效。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 | 无偏离  |
|    | 1.2 合同履行期间，中标人须按照中标单价执行。                                                                                                                                                                                                                | 1.2 合同履行期间，中标人须按照中标单价执行。                                                                                                                                                                                                                | 无偏离  |
|    | 1.3 采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。供应商应自行考虑风险。                                                                                                                                                                                         | 1.3 采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。供应商应自行考虑风险。                                                                                                                                                                                         | 无偏离  |
| 2  | 2. 合同签订日期：中标通知书发出后 15 日内。                                                                                                                                                                                                               | 2. 合同签订日期：中标通知书发出后 15 日内。                                                                                                                                                                                                               | 无偏离  |
| 3  | 3. 交货（实施）时间：自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知                                                                                                                                                                                                        | 3. 交货（实施）时间：自签订合同之日起合同生效，采购人书面通知                                                                                                                                                                                                        | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                   | 投标文件响应内容                                                                                                                                 | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 发货后 30 日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）                               | 发货后 30 日内交货并完成安装调试、验收合格。（具体发货时间以采购人场地建设完工及具备安装条件后，以采购人书面通知为准）                                                                            |      |
| 4  | 4. 交货地点或服务地点：河池市人民医院                                                                        | 4. 交货地点或服务地点：河池市人民医院                                                                                                                     | 无偏离  |
|    | 5. 验收标准                                                                                     | 5. 验收标准                                                                                                                                  | 无偏离  |
| 5  | 详见招标文件合同主要条款格式部分                                                                            | 详见招标文件合同主要条款格式部分<br>按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果货物中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。 | 无偏离  |
|    | 6. 服务标准、期限、效率                                                                               | 6. 服务标准、期限、效率                                                                                                                            | 无偏离  |
|    | 6.1 中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：                                                          | 6.1 中标供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：                                                                                                       | 无偏离  |
| 6  | 6.1.1 电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。                              | 6.1.1 电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。                                                                           | 无偏离  |
|    | 6.1.2 现场响应：中标人接到故障通知后 2 小时内响应，一般故障处理时限不超过 48 小时，48 小时内不能修复的，中标人须在 3 个工作日内提供替代品，以保证采购人的正常工作。 | 6.1.2 现场响应：中标人接到故障通知后 2 小时内响应，一般故障处理时限不超过 48 小时，48 小时内不能修复的，中标人将在 3 个工作日内提供替代品，以保证采购人的正常工作。                                              | 无偏离  |
|    | 6.1.3 技术升级：在质保期内，如                                                                          | 6.1.3 技术升级：在质保期内，如果                                                                                                                      | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                            | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                          | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。                                       | 中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。                                                                                                                                     |      |
|    | ▲6.1.4 为保证产品质量，中标后中标人需要按采购人要求逐一提供与技术参数响应表吻合的每款样品，打造 1:1 的各类功能样板间，经采购人确认后方能生产供货，这一过程中产生的一切费用由中标供应商承担。 | 6.1.4 为保证产品质量，中标后中标人需要按采购人要求逐一提供与技术参数响应表吻合的每款样品，打造 1:1 的各类功能样板间，经采购人确认后方能生产供货，这一过程中产生的一切费用由中标供应商承担。                                                                                               | 无偏离  |
| 7  | 7. 培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 | 7. 培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。                                                                                              | 无偏离  |
| 8  | 8. 付款方式、时间及条件：<br>详见招标文件合同主要条款格式部分                                                                   | 8. 付款方式、时间及条件：<br>详见招标文件合同主要条款格式部分<br>1. 资金性质：财政性资金。<br>2. 付款支付方式：<br>(1) 付款方式：设备安装验收合格后凭乙方开具货款全额发票付至合同总金额的 80%，设备正常使用满一年后，甲方支付合同总金额的 20%（无息）（以验收报告日期为准）。<br>(2) 乙方按验收流程要求通过最终验收后，甲方签署项目验收报告或验收书； | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                                                                              | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                          | 偏离说明                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                        | <p>(3) 乙方向甲方提供付款申请书，并附全额发票和验收书；</p> <p>(4) 票据要求：乙方必须按照甲方要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现乙方提供虚假发票，除须向甲方补开合法发票外，须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权解除合同，乙方不得提出异议，因解除合同而产生的一切损失均由乙方承担。</p> <p>(5) 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票 30 日内将资金支付到合同约定的乙方账户。</p> <p>(6) 合同款支付形式为：转账</p> |                       |
| 9  | <p>9. 履约保证金</p> <p>详见招标文件合同主要条款格式部分</p>                                                                                                                | <p>9. 履约保证金</p> <p>详见招标文件合同主要条款格式部分</p> <p>履约保证金缴纳形式：供应商可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。</p>                                                                                                                   | <p>无偏离</p> <p>无偏离</p> |
| 10 | <p>10. 包装和运输要求：</p> <p>根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库（2020）123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递</p> | <p>10. 包装和运输要求：</p> <p>根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库（2020）123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政</p>                                                                                         | 无偏离                   |

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                                                                  | 投标文件响应内容                                                                                                                                   | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 包装政府采购需求标准（试行）》要求。运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分                                                                                                     | 府采购需求标准（试行）》要求。运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分                                                                                                        |      |
| 11 | 11. 售后服务：<br>11.1 中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。                  | 11. 售后服务：<br>11.1 中标供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标供应商承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标供应商实际承诺执行。                  | 无偏离  |
|    | ▲11.2 中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起五年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。                                                              | 11.2 中标供应商应明确承诺招标文件采购需求部分如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起七年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。                                                               | 正偏离  |
|    | 11.3 中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供者）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 | 11.3 中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供者）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 | 无偏离  |
|    | 11.4 中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用                                                                              | 11.4 中标供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备                                                                            | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件的商务要求                                                                                                 | 投标文件响应内容                                                                                                | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 | 品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |      |
|    | 11.5 质量保证期内的费用质量保证期内供应商为采购人所提供的技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。                                | 11.5 质量保证期内的费用质量保证期内供应商为采购人所提供的技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。                              | 无偏离  |
|    | 11.6 质保期过后的服务要求电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。                   | 11.6 质保期过后的服务要求电话咨询：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。                 | 无偏离  |
| 12 | 12. 保险：<br>供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。                                                      | 12. 保险：<br>供应商负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。                                                    | 无偏离  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列商务要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的具体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：广州市上药进出口有限公司

日期：2026年3月5日


## 第二部分 技术文件

(本技术文件供应商可自行编写，也可参照下述提纲编写)

### 1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                                              | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 1. 病床 (手动二摇)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 病床 (手动二摇)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、<br>输液架 1 根、鞋架 1 个、床头<br>柜 1 个。                                                                                                                                                                                                                                | 一、基本配置<br>配床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、<br>输液架 1 根、鞋架 1 个、床头<br>柜 1 个。                                                                                                                                                                                                                            | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>▲ (一) 规格尺寸: 长*宽*高:<br>2160mm*960mm*500mm (±10mm)。                                                                                                                                                                                                                                | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸: 长*宽*高:<br>2160mm*960mm*500mm。                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|    | (二) 功能参数:<br>▲①多角度升降: 背部升降: 0~<br>75° ±5°, 腿部升降: 0~50°<br>±5°。                                                                                                                                                                                                                             | (二) 功能参数:<br>①多角度升降: 背部升降: 0~<br>75°, 腿部升降: 0~50°。                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | ②承载力: 床体承重≥250kg, 静<br>态承重≥600kg。                                                                                                                                                                                                                                                          | ②承载力: 床体承重 260kg, 静态<br>承重 600kg。                                                                                                                                                                                                                                                     | 无偏离  |
|    | (三) 性能参数<br>●1. 床头床尾板: 木纹色, 采用<br>PP 板通过 GB/T16886.5-2017《医<br>疗器械生物学评价第 5 部分: 体<br>外细胞毒性试验》检测, 毒性等<br>级不大于 2 级的一次成型; 长*<br>宽*厚: 960mm*500mm*80mm (±<br>5mm), 床头板弧形设计, 内侧突<br>出设计, 床头床尾板中心颜色区<br>域采用 ABS 扣板设计 (颜色由采<br>购人任选), 暗藏 ABS 锁定开关;<br>可 CPR 急救速拆, 内置 4 个圆<br>钢套管 (直径≥16mm, 厚度≥2mm) | (三) 性能参数<br>1. 床头床尾板: 木纹色, 采用 PP<br>板通过 GB/T16886.5-2017《医<br>疗器械生物学评价第 5 部分: 体<br>外细胞毒性试验》检测, 毒性等级 2<br>级的一次成型; 长*宽*厚:<br>960mm*500mm*80mm, 床头板弧形<br>设计, 内侧突出设计, 床头床尾<br>板中心颜色区域采用 ABS 扣板<br>设计 (颜色由采购人任选), 暗<br>藏 ABS 锁定开关; 可 CPR 急救<br>速拆, 内置 4 个圆钢套管 (直径<br>16mm, 厚度 2mm) 固定插式结构, | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 固定插式结构, 镶嵌 4 个直径 $\geq 90\text{mm}$ ABS 防撞轮。(提供实物图片及床头尾板体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 镶嵌 4 个直径 90mmABS 防撞轮。<br>(提供实物图片及床头尾板体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|    | ● 2. 床面板: 采用四块根据 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性等级不大于 2 级的 ABS 板注塑成型, 面板厚度 $\geq 28\text{mm}$ , 可快速拆卸、消毒; 床面板由 4 块 ABS 床面板组成(背部面板长*宽: $857*767\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ ), 1 臀部面板长*宽: $857*207\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ ), 2 臀部面板长*宽: $857*327\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ ), 腿部面板长*宽: $857*547\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ )), 受力均衡, 承托稳固, 不易变形。(提供 ABS 床面板实物证明图片及提供体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告) | 2. 床面板: 采用四块根据 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性等级 2 级的 ABS 板注塑成型, 面板厚度 32mm, 可快速拆卸、消毒; 床面板由 4 块 ABS 床面板组成(背部面板长*宽: $857*767\text{mm}$ , 1 臀部面板长*宽: $857*207\text{mm}$ , 2 臀部面板长*宽: $857*327\text{mm}$ , 腿部面板长*宽: $857*547\text{mm}$ ), 受力均衡, 承托稳固, 不易变形。(提供 ABS 床面板实物证明图片及提供体外细胞毒性的国家认定的第三方检测机构出具的检测报告) | 无偏离  |
|    | ● 3. 背部床板: 采用 $\geq 715\text{mm}$ (长度)* $32\text{mm}$ (直径)* $3\text{mm}$ (厚度)无缝钢管材质打造“双支撑”结构, 均匀分散压力。(提供双支撑实物图片)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. 背部床板: 采用 $715\text{mm}$ (长度)* $32\text{mm}$ (直径)* $3\text{mm}$ (厚度)无缝钢管材质打造“双支撑”结构, 均匀分散压力。(提供双支撑实物图片)                                                                                                                                                                                                                 | 无偏离  |
|    | ● 4. 床框: 主体采用长*宽 $\geq 30\text{mm}*60\text{mm}$ , 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 矩型钢管, 床头尾板横梁管为长*宽 $\geq 60\text{mm}*60\text{mm}$ , 厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ , 床框通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 床框: 主体采用长*宽 $30\text{mm}*60\text{mm}$ , 厚度 $2.0\text{mm}$ 矩型钢管, 床头尾板横梁管为长*宽 $60\text{mm}*60\text{mm}$ , 厚度 $1.9\text{mm}$ , 床框通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械                                                                                                                                                                 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |  微生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性等级不大于 2 级的钢板, 焊接坚实牢固。(提供实物证明图片及床框体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                                                                                 | 生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性等级 2 级的钢板, 焊接坚实牢固。(提供实物证明图片及床框体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                                                                                                                                              |      |
|    | ●5. 螺杆系统: 双摇杆设计搭配 $\geq 19\text{mm}$ (长度) * $4\text{mm}$ (厚度) 航空铝材摇把套管, 摇手柄内置直径 $\geq 8\text{mm}$ 圆钢, 防滑纹路贴合手部, 可轻松调节。螺杆通过 QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 10 级, 转动轴采用 45 号模具钢, 丝牙采用细螺纹。(提供摇手把实物证明图片及螺杆依据国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                     | 5. 螺杆系统: 双摇杆设计搭配 $19\text{mm}$ (长度) * $4\text{mm}$ (厚度) 航空铝材摇把套管, 摇手柄内置直径 $8\text{mm}$ 圆钢, 防滑纹路贴合手部, 可轻松调节。螺杆通过 QB/T3832-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验 10 级, 转动轴采用 45 号模具钢, 丝牙采用细螺纹。(提供摇手把实物证明图片及螺杆依据国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)                                                                       | 无偏离  |
|    | ●6. 护栏: 采用抗菌型铝合金通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性不大于 2 级; 厚度 $\geq 2\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构, 长度 $\geq 1450\text{mm}$ , 铸铝开关手柄长度 $\geq 175\text{mm}$ , 可容纳 4 指操作受力均匀。6 支弯管 (长度 $\geq 450\text{mm}$ 、直径 $\geq 19\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ) 直连床梁, 稳固防坠; 上支座含金属件注塑, 贴心防夹手。(提供实物证明图片及提供护栏体外细胞毒性的国家认证认可的 | 6. 护栏: 采用抗菌型铝合金通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第 5 部分: 体外细胞毒性试验》检测, 毒性 2 级; 厚度 $2\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构, 长度 $1450\text{mm}$ , 铸铝开关手柄长度 $175\text{mm}$ , 可容纳 4 指操作受力均匀。6 支弯管 (长度 $454\text{mm}$ 、直径 $19\text{mm}$ 、厚度 $1.5\text{mm}$ ) 直连床梁, 稳固防坠; 上支座含金属件注塑, 贴心防夹手。(提供实物证明图片及提供护栏体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |  第三方检测机构出具的检测报告)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 的检测报告)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | ●7. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺 $\geq 1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板，踏板上端宽 $110\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，下端长*宽 $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ )，中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少15个防滑点及至少3条防滑条，底部采用 $\geq 22\text{mm}$ (长度) * $1.5\text{mm}$ (厚度) 圆管加固，防滑防踏空；采用 $\geq 5$ 寸中控万向轮通过 QB/T2280-2016 标准，4个防缠绕脚轮负载175kg 匀速通过高20mm 宽80mm 的障碍连续40000次脚轮无功能性损坏，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。（提供中控脚踏板实物图片及脚轮国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） | ●7. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺1.5mm 航空铝脚踏板，踏板上端宽110mm，下端长*宽 $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有15个防滑点及左右各3条防滑条，底部采用 $22\text{mm}$ (长度) * $1.5\text{mm}$ (厚度) 圆管加，防滑防踏空；采用5寸中控万向轮通过 QB/T2280-2016 标准，4个防缠绕脚轮负载175kg 匀速通过高20mm 宽80mm 的障碍连续40000次脚轮无功能性损坏，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。（提供中控脚踏板实物图片及脚轮国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 无偏离  |
|    | ●8. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。（提供抗菌，防霉及中性盐雾的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。（提供抗菌，防霉及中性盐雾的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                                                                                                                                                                                                                                | 无偏离  |
|    | 9. 单张床配件：<br>①6个输液架插孔+4个ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. 单张床配件：<br>①6个输液架插孔+4个ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无偏离  |
|    | ●②全304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ②全304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                             | 投标文件响应内容                                                                                                       | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | “防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。（提供实物证明图片）                                                                                    | 脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。（提供实物证明图片）                                                                                    |      |
|    | ③80mm±5mm厚床垫：高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。（提供阻燃布的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                      | ③80mm厚床垫：高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。（提供阻燃布的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                        | 无偏离  |
| 2  | 2. 病床（手动三摇）                                                                                                      | 2. 病床（手动三摇）                                                                                                    | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、输液架 1 根、鞋架 1 个、床头柜 1 个。                                                              | 一、基本配置<br>配床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、输液架 1 根、鞋架 1 个、床头柜 1 个。                                                             | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>▲（一）规格尺寸：长*宽*高：2160mm*960mm*480mm（±10mm），升降高度最高至 750mm±10mm。                                           | 二、主要参数<br>（一）规格尺寸：长*宽*高：2160mm*960mm*480mm，升降高度最高至 750mm。                                                      | 无偏离  |
|    | （二）功能参数：<br>▲①多角度升降：背部升降：0~75°，腿部升降：0~50°。                                                                       | （二）功能参数：<br>①多角度升降：背部升降：0~75°，腿部升降：0~50°。                                                                      | 无偏离  |
|    | ●②承载力：床体承重≥250kg，静态承重≥600kg。（提供静态承重的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                                       | ②承载力：床体承重 260kg，静态承重 600kg。（提供静态承重的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告）                                                      | 无偏离  |
|    | （三）性能参数<br>1. 床头床尾板：木纹色，采用 PP 材料一次成型；长*宽*厚：960mm*500mm*80mm（±5mm），床头板弧形设计，内侧突出设计，床头床尾中心颜色区域采用 ABS 扣板注塑成型（颜色由采购人任 | （三）性能参数<br>1. 床头床尾板：木纹色，采用 PP 材料一次成型；长*宽*厚：960mm*500mm*80mm，床头板弧形设计，内侧突出设计，床头床尾中心颜色区域采用 ABS 扣板注塑成型（颜色由采购人任选），暗 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 选),暗藏 ABS 锁定开关;可做 CPR 急救速拆,内置 4 个圆钢套管(直径 $\geq 16\text{mm}$ ,厚度 $\geq 2\text{mm}$ )固定插式结构,镶嵌 4 个直径 $\geq 90\text{mm}$ ABS 防撞轮。                                                                                                                                                                                                                                                     | 藏 ABS 锁定开关;可做 CPR 急救速拆,内置 4 个圆钢套管(直径 $16\text{mm}$ ,厚度 $2\text{mm}$ )固定插式结构,镶嵌 4 个直径 $90\text{mm}$ ABS 防撞轮。                                                                                                                                                                                            |      |
|    | ●2.床面板:采用厚度 $\geq 1\text{mm}$ 的碳钢板通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验》检测,毒性不大于 2 级的一次模压成型,多气孔设计,防滑透气;床面板由 4 块模压床面板组成(背部面板长*宽: $850*750\text{mm}$ (± $5\text{mm}$ ),臀部面板长*宽: $850*220\text{mm}$ (± $5\text{mm}$ ),臀部面板长*宽: $850*330\text{mm}$ (± $5\text{mm}$ ),腿部面板长*宽: $850*540\text{mm}$ (± $5\text{mm}$ )),受力均衡,承托稳固,不易变形。(提供床面板实物证明图片及床面板体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告) | ●2.床面板:采用厚度 $1\text{mm}$ 的碳钢板通过 GB/T16886.5-2017《医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验》检测,毒性 2 级的一次模压成型,多气孔设计,防滑透气;床面板由 4 块模压床面板组成(背部面板长*宽: $850*750\text{mm}$ ,臀部面板长*宽: $850*220\text{mm}$ ,臀部面板长*宽: $850*330\text{mm}$ ,腿部面板长*宽: $850*540\text{mm}$ ),受力均衡,承托稳固,不易变形。(提供床面板实物证明图片及床面板体外细胞毒性的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告) | 无偏离  |
|    | 3.床框:主体采用长*宽 $\geq 30\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 矩型钢管,床头尾板横梁管为长*宽 $\geq 60\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 钢板,焊接坚实牢固。                                                                                                                                                                                                                             | 3.床框:主体采用长*宽 $30\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $2.0\text{mm}$ 矩型钢管,床头尾板横梁管为长*宽 $60\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $1.9\text{mm}$ 钢板,焊接坚实牢固。                                                                                                                                                                     | 无偏离  |
|    | 4.螺杆系统:三摇杆设计搭配 $\geq 19\text{mm}$ (长度)* $4\text{mm}$ (厚度)航空铝材摇把套管,摇手柄内置直径 $\geq 8\text{mm}$ 圆钢,防滑纹路贴合手部,可轻松调节。螺杆转动轴采用 45                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.螺杆系统:三摇杆设计搭配 $19\text{mm}$ (长度)* $4\text{mm}$ (厚度)航空铝材摇把套管,摇手柄内置直径 $8\text{mm}$ 圆钢,防滑纹路贴合手部,可轻松调节。螺杆转动轴采用 45                                                                                                                                                                                         | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                         | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 号模具钢，丝牙采用细螺纹。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 号模具钢，丝牙采用细螺纹。                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | 5. 护栏：采用抗菌型铝合金，厚度 $\geq 2\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构，长度 $\geq 1450\text{mm}$ ，铸铝开关手柄长度 $\geq 175\text{mm}$ ，可容纳 4 指操作受力均匀。6 支弯管（长度 $\geq 450\text{mm}$ 、直径 $\geq 19\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ）直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心防夹手。                                                                               | 5. 护栏：采用抗菌型铝合金，厚度 $2\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构，长度 $1450\text{mm}$ ，铸铝开关手柄长度 $175\text{mm}$ ，可容纳 4 指操作受力均匀。6 支弯管（长度 $454\text{mm}$ 、直径 $19\text{mm}$ 、厚度 $1.5\text{mm}$ ）直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心防夹手。                                                    | 无偏离  |
|    | 6. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺 $\geq 1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板，踏板上端宽 $110\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，下端长*宽： $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ （ $\pm 5\text{mm}$ ），中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少 15 个防滑点及左右至少 3 条防滑条，底部采用 $\geq 22\text{mm}$ （长度）* $1.5\text{mm}$ （厚度）圆管加固，防滑防踏空； $\geq 5$ 寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 6. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺 $1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板，踏板上端宽 $110\text{mm}$ ，下端长*宽： $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有 15 个防滑点及左右 3 条防滑条，底部采用 $22\text{mm}$ （长度）* $1.5\text{mm}$ （厚度）圆管加固，防滑防踏空；5 寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 无偏离  |
|    | 7. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                                                                                                                                                               | 无偏离  |
|    | 8. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                                 | 无偏离  |
|    | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不                                                                                                                                                                                                                                                           | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不                                                                                                                                                                                                  | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                     | 投标文件响应内容                                                                                                | 偏离说明 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 掉落。                                                                                                      | 掉落。                                                                                                     |      |
|    | ②床垫：厚度 70mm±5mm 高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。                                                        | ③床垫：厚度 70mm 高密度海绵+环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。                                                           | 无偏离  |
|    | 3. 病床（三功能）                                                                                               | 3. 病床（三功能）                                                                                              | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配床头柜 1 个、床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、输液架 1 根、鞋架 1 个、电机 3 个、手持控制器 1 个、角度显示器 1 套、病历卡 1 个、防撞轮 4 个、引流袋挂钩 4 个。 | 一、基本配置<br>配床头柜 1 个、床垫 1 张、伸缩餐板 1 块、输液架 1 根、鞋架 1 个、电机 3 个、手持控制器 1 个、角度显示器 1 套、病历卡 1 个、防撞轮 4 个、引流袋挂钩 4 个。 | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸：2160≤长 (mm) ≤2200、960≤宽 (mm) ≤1000、高 480mm±10mm，升降高度最低 750mm±10mm。。                   | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸：长 (mm) 2160、宽 (mm) 960、高 470mm，升降高度最低 750mm。。                                        |      |
| 3  | (二) 功能参数：<br>▲①智能升降：背部 0~75°、腿部 0~50° 电动调节，配备床头手持控制器 (IPX6 防水级别)，可自行调节姿势及功能。                             | (二) 功能参数：<br>①智能升降：背部 0~75°、腿部 0~50° 电动调节，配备床头手持控制器 (IPX6 防水级别)，可自行调节姿势及功能。                             | 无偏离  |
|    | ②背膝联动：背部升降时，膝部自动配合调节，舒适度、安全性高。                                                                           | ②背膝联动：背部升降时，膝部自动配合调节，舒适度、安全性高。                                                                          |      |
|    | ③承载力：床体承重≥200kg，静态承重≥600k。                                                                               | ③承载力：床体承重 260kg，静态承重 600k。                                                                              |      |
|    | 三、性能参数<br>1. 床头床尾板：采用抗菌材质整体一次吹塑成型，内置钢管加固结构与防松脱紧固装置，拆卸方                                                   | 三、性能参数<br>1. 床头床尾板：采用抗菌材质整体一次吹塑成型，内置钢管加固结构与防松脱紧固装置，拆卸方                                                  | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                            | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                       | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 便, 满足 CPR 急救需求; 整床四角配备“双防碰撞滑轮”, 搭配 4 个圆钢套管 (直径 $\geq 16\text{mm}$ , 厚度 $\geq 2\text{mm}$ ) 固定插式结构, 安装稳固无晃动。                                                                                                                                                     | 便, 满足 CPR 急救需求; 整床四角配备“双防碰撞滑轮”, 搭配 4 个圆钢套管 (直径 $16\text{mm}$ , 厚度 $2\text{mm}$ ) 固定插式结构, 安装稳固无晃动。                                                                                              |      |
|    | 2. 床面板: 采用厚度 $\geq 1\text{mm}$ 厚碳钢板一次模压成型, 多气孔设计, 防滑透气; 床面板由 4 块模压床面板组成 (背部面板 $850*750\text{mm} \pm 5\text{mm}$ , 臀部面板 $850*220\text{mm} \pm 5\text{mm}$ , 臀部面板 $850*330\text{mm} \pm 5\text{mm}$ , 腿部面板 $850*540\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ), 受力均衡, 承托稳固, 不易变形。 | 2. 床面板: 采用厚度 $1\text{mm}$ 厚碳钢板一次模压成型, 多气孔设计, 防滑透气; 床面板由 4 块模压床面板组成 (背部面板 $850*750\text{mm}$ , 臀部面板 $850*220\text{mm}$ , 臀部面板 $850*330\text{mm}$ , 腿部面板 $850*540\text{mm}$ ), 受力均衡, 承托稳固, 不易变形。 | 无偏离  |
|    | 3. 床框: 主体采用长*宽 $\geq 30*60\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 矩型钢管, 床头尾板横梁管为长*宽 $\geq 60\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚钢板, 焊接坚实牢固。                                                                                                              | 3. 床框: 主体采用长*宽 $30*60\text{mm}$ 、厚度 $2.0\text{mm}$ 矩型钢管, 床头尾板横梁管为长*宽 $60\text{mm}*60\text{mm}$ 、厚度 $1.9\text{mm}$ 厚钢板, 焊接坚实牢固。                                                                 | 无偏离  |
|    | ▲4. 电控系统: 配备 3 个医用超静音马达及一套电控系统, 兼具恒速、抗电磁干扰等功能, 运行安静无噪音; 备有蓄电池; 防止断电情况下使用。                                                                                                                                                                                       | 4. 电控系统: 配备 3 个医用超静音马达及一套电控系统, 兼具恒速、抗电磁干扰等功能, 运行安静无噪音; 备有蓄电池; 防止断电情况下使用。                                                                                                                       | 无偏离  |
|    | 5. 护栏: 四片 PP 材质可折叠“长短搭配”分体式下隐藏升降护栏, 整体一次吹塑成型; “直连式双挂钩”安全开关+角度显示装置, 方便观察护栏状态与床面折起角度。具备手持线性控制器和护栏控制器, 控制器总数量 $\geq 5$ 个; 护栏内侧具有患者控制器: 可操                                                                                                                          | 5. 护栏: 四片 PP 材质可折叠“长短搭配”分体式下隐藏升降护栏, 整体一次吹塑成型; “直连式双挂钩”安全开关+角度显示装置, 方便观察护栏状态与床面折起角度。具备手持线性控制器和护栏控制器, 控制器总数量 5 个; 护栏内侧具有患者控制器: 可操作                                                               | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                     | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 作背部升降及膝部升降功能；护栏外侧设有医护人员控制器：可操作病床的所有功能；具备锁定功能；大护栏长*宽 $\geq 1080*370\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，小护栏尺寸长*宽 $\geq 880*370\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ；通过气缸辅助，可使护栏平缓下降。                                                                                                                                   | 背部升降及膝部升降功能；护栏外侧设有医护人员控制器：可操作病床的所有功能；具备锁定功能；大护栏长*宽 $1080*370\text{mm}$ ，小护栏尺寸长*宽 $880*370\text{mm}$ ；通过气缸辅助，可使护栏平缓下降。                                                                                                                        |      |
|    | 6. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺 $\geq 1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板，踏板 upper 端宽 $110\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，下端长 $390\text{mm}*40\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有至少 10 个防滑点及左右至少 3 条防滑条，背部采用 $\geq 22\text{mm}$ （长度）* $1.5\text{mm}$ （厚度）圆管加固，防滑防踏空； $\geq 5$ 寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 6. 中控脚轮：“T”型喷砂氧化工艺 $1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板，踏板 upper 端宽 $110\text{mm}$ ，下端长 $390\text{mm}*40\text{mm}$ ，中控踏板中心有锁刹、解锁标识，具有 15 个防滑点及左右 3 条防滑条，背部采用 $22\text{mm}$ （长度）* $1.5\text{mm}$ （厚度）圆管加固，防滑防踏空；5 寸中控万向轮，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 无偏离  |
|    | 7. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                                                                                                                                                                                                               | 7. 床体：电泳底漆加抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                                                                                                                                                           | 无偏离  |
|    | 8. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                                                                                                                                                             | 无偏离  |
|    | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。                                                                                                                                                                                                                                               | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。                                                                                                                                                                                           | 无偏离  |
|    | ③床垫：厚度 $70\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 高密度                                                                                                                                                                                                                                                          | ③床垫：厚度 $70\text{mm}$ 高密度海绵+                                                                                                                                                                                                                  | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                    | 投标文件响应内容                                                               | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 海绵环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。                                           | 环保椰棕内胆，搭配无毒无甲醛防水耐磨防火的阻燃布外套。                                            |      |
|    | ▲④手持控制器：可根据患者需求调节功能，背部升降、腿部升降、背膝联动、床体整体升降、正反倾斜键、床底 LED 灯，并具有对应操作功能。     | ④手持控制器：可根据患者需求调节功能，背部升降、腿部升降、背膝联动、床体整体升降、正反倾斜键、床底 LED 灯，并具有对应操作功能。     | 无偏离  |
| 4  | 4. 床头柜                                                                  | 4. 床头柜                                                                 | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置：<br>配备拉板（餐板）1 块、抽屉 1 个、可灵活调节层板高度储物柜 1 个、隐藏式毛巾架 2 个、隐藏式杂物挂钩 2 个。 | 一、基本配置：<br>配备拉板（餐板）1 块、抽屉 1 个、可灵活调节层板高度储物柜 1 个、隐藏式毛巾架 2 个、隐藏式杂物挂钩 2 个。 | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：470≤长（mm）≤500、470≤宽（mm）≤500、高（mm）≥800。                | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：480 长（mm）、470 宽（mm）、高（mm）800。                        |      |
|    | 2. 材质：整体采用 ABS 工程塑料制成，材质厚实，坚固稳定，具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点。                  | 2. 材质：整体采用 ABS 工程塑料制成，材质厚实，坚固稳定，具有防潮防水、易清洁、可冲洗、不生锈等特点。                 |      |
|    | 3. 滑轮：采用防缠绕脚轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。                                         | 3. 滑轮：采用防缠绕脚轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。                                        |      |
|    | 4. 台面：有放置水壶的凹面设计，防止水壶倾倒。                                                | 4. 台面：有放置水壶的凹面设计，防止水壶倾倒。                                               |      |
| 5  | 5. 诊疗床                                                                  | 5. 诊疗床                                                                 | 无偏离  |
|    | 1. 规格尺寸：长*宽*高：1900mm±10mm*650mm±10mm*650mm±10mm。                        | 1. 规格尺寸：长*宽*高：1900mm*650mm*650mm。                                      | 无偏离  |
|    | 2. 材质：采用≥1.2mm304 不锈钢管材制作，整体焊接牢固。                                       | 2. 材质：采用 1.2mm304 不锈钢管材制作，整体焊接牢固。                                      | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                             | 投标文件响应内容                                                                                                                                        | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 3. 承重: $\geq 200\text{kg}$ 。                                                                                                                                     | 3. 承重: 200kg。                                                                                                                                   | 无偏离  |
|    | 4. 床体离地高度: $650\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 。                                                                                                                      | 4. 床体离地高度: 650mm。                                                                                                                               | 无偏离  |
|    | 5. 床面: 全包式 $50\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 高密度全海绵+人造皮革, 床头处设有透气孔, 材质防水易清洁。                                                                                          | 5. 床面: 全包式 50mm 高密度全海绵+人造皮革, 床头处设有透气孔, 材质防水易清洁。                                                                                                 | 无偏离  |
|    | 6. 床腿: 配套脚, 防滑静音。                                                                                                                                                | 6. 床腿: 配套脚, 防滑静音。                                                                                                                               | 无偏离  |
| 6  | 6. 复苏床 (豪华转运床)                                                                                                                                                   | 6. 复苏床 (豪华转运床)                                                                                                                                  | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配护栏 1 对、摇杆系统 1 个、输液杆 1 个、置物架 1 个、中控脚轮 4 个、防水透气床垫 1 张、氧气瓶放置架 1 个。                                                                                      | 一、基本配置<br>配护栏 1 对、摇杆系统 1 个、输液杆 1 个、置物架 1 个、中控脚轮 4 个、防水透气床垫 1 张、氧气瓶放置架 1 个。                                                                      | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸: 长* 宽*高: $1950\text{mm} \times 680\text{mm} \times 500\text{mm}$ ( $\pm 10\text{mm}$ ), 升降高度最低 $850\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 。               | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸: 长* 宽*高: $1950\text{mm} \times 680\text{mm} \times 500\text{mm}$ , 升降高度最低 850mm。                                             | 无偏离  |
|    | (二) 功能参数:<br>① 多角度升降: 背部升降 $0 \sim 75^\circ$ ;                                                                                                                   | (二) 功能参数:<br>① 多角度升降: 背部升降 $0 \sim 75^\circ$ ;                                                                                                  |      |
|    | ② 承载力: 车面及护栏承重 $\geq 170\text{kg}$ , 托盘承重 $\geq 10\text{kg}$ 。                                                                                                   | ② 承载力: 车面及护栏承重 170kg, 托盘承重 10kg。                                                                                                                |      |
|    | 三、性能参数<br>● 1. 车面: 采用抗贝特材质, 易清洁, 承重 $\geq 170\text{kg}$ ; 框架采用钢制+部分铝制品制成, 兼顾稳定与操作轻便性; 护栏支架采用铝压铸一体成型, 强度高。(提供抗贝特板具有环保, 防水, 耐磨抗菌, 耐腐蚀, 有效阻燃的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告) | 三、性能参数<br>1. 车面: 采用抗贝特材质, 易清洁, 承重 170kg; 框架采用钢制+部分铝制品制成, 兼顾稳定与操作轻便性; 护栏支架采用铝压铸一体成型, 强度高。(提供抗贝特板具有环保, 防水, 耐磨抗菌, 耐腐蚀, 有效阻燃的国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告) | 无偏离  |
|    | 2. 护栏板: PP 树脂成型, 高度 $\geq$                                                                                                                                       | 2. 护栏板: PP 树脂成型, 高度                                                                                                                             | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                                          | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 300mm, U 型设计, 防滑指数高; 调节护栏锁扣采用 W 型安全锁, 安全性高, 且设有角度显示, 简单直观;                                                                                                                                                                                                                                                                | 300mm, U 型设计, 防滑指数高; 调节护栏锁扣采用 W 型安全锁, 安全性高, 且设有角度显示, 简单直观;                                                                                                                                                                                                        |      |
|    | 3. 摇杆: 采用金属材质, 螺杆具有“双向极限保护”设计, 具备过载保护功能, 不易折断。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. 摇杆: 采用金属材质, 螺杆具有“双向极限保护”设计, 具备过载保护功能, 不易折断。                                                                                                                                                                                                                    | 无偏离  |
|    | 4. 背部升降: 采用静音气弹簧控制, 升降操作简易方便。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. 背部升降: 采用静音气弹簧控制, 升降操作简易方便。                                                                                                                                                                                                                                     | 无偏离  |
|    | 5. 脚轮: $\geq 6$ 寸中控锁双面带防缠绕功能脚轮, 能有效防止杂物进入, 推车四角都有脚轮控制系统, 一脚制动, 四轮同时固定。                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. 脚轮: 6 寸中控锁双面带防缠绕功能脚轮, 能有效防止杂物进入, 推车四角都有脚轮控制系统, 一脚制动, 四轮同时固定。                                                                                                                                                                                                   | 无偏离  |
|    | 6. 中控刹车连动杆: “T”型喷砂氧化工艺 $\geq 1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板, 踏板上端宽 $110\text{mm} \pm 5\text{mm}$ , 下端长*宽 $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ ( $\pm 5\text{mm}$ ), 中控踏板中心有锁刹、解锁标识, 具有至少 10 个防滑点及左右各有至少 3 条防滑条, 背部采用 $\geq 22\text{mm}$ (长度)* $1.5\text{mm}$ (厚度) 圆管加固, 防滑防踏空; $\geq 5$ 寸中控万向轮, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承, 防尘防缠绕毛发、线绳, 推动平稳无噪音。 | 6. 中控刹车连动杆: “T”型喷砂氧化工艺 $1.5\text{mm}$ 航空铝脚踏板, 踏板上端宽 $110\text{mm}$ , 下端长*宽 $390\text{mm} \times 40\text{mm}$ , 中控踏板中心有锁刹、解锁标识, 具有 15 个防滑点及左右各有 3 条防滑条, 背部采用 $22\text{mm}$ (长度)* $1.5\text{mm}$ (厚度) 圆管加固, 防滑防踏空; 5 寸中控万向轮, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承, 防尘防缠绕毛发、线绳, 推动平稳无噪音。 | 无偏离  |
|    | 7. 单张床配件:<br>①托盘: 床体下设有二段一次成型托盘, 分为大小、深浅不同的两部分, 设有 6 个漏水孔, 使用便捷, 托盘承重 $\geq 10\text{kg}$ 。                                                                                                                                                                                                                                | 7. 单张床配件:<br>①托盘: 床体下设有二段一次成型托盘, 分为大小、深浅不同的两部分, 设有 6 个漏水孔, 使用便捷, 托盘承重 $10\text{kg}$ 。                                                                                                                                                                             | 无偏离  |
|    | ②输液架: 4 个输液孔座采用 ABS+开关, 输液杆为全 304 不锈                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ②输液架: 4 个输液孔座采用 ABS+开关, 输液杆为全 304 不锈                                                                                                                                                                                                                              | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                               | 投标文件响应内容                                                         | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|    | 钢两节四爪头式“空气阻力”升降输液架，配备“防脱落”挂钩，可固定收藏。                                | 钢两节四爪头式“空气阻力”升降输液架，配备“防脱落”挂钩，可固定收藏。                              |      |
|    | ③氧气瓶搁架：可放置最大 7 升的氧气瓶，且可进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。                | ③氧气瓶搁架：可放置最大 7 升的氧气瓶，且可进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。              | 无偏离  |
|    | ④床垫：面料表面经过防水处理，易于清洗，四角装有拉链，内部为压缩海绵，外部面料可水洗；采用防静电 3 段式构造，操作简便。      | ④床垫：面料表面经过防水处理，易于清洗，四角装有拉链，内部为压缩海绵，外部面料可水洗；采用防静电 3 段式构造，操作简便。    | 无偏离  |
| 7  | 7. 抢救床                                                             | 7. 抢救床                                                           | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配摇杆系统 2 套、输液杆 1 根、鞋架 1 个、床垫 1 张、ABS 引流挂钩 4 个、护士置物架 1 个  | 一、基本配置<br>配摇杆系统 2 套、输液杆 1 根、鞋架 1 个、床垫 1 张、ABS 引流挂钩 4 个、护士置物架 1 个 | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸：2150≤长 (mm) ≤2170、880≤宽 (mm) ≤890、高：500mm±10mm。 | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸：长 (mm) 2160、宽 (mm) 890、高：500mm。               | 无偏离  |
|    | (二) 多角度升降：背部升降 0~75°；腿部升降 0~50°。                                   | (二) 多角度升降：背部升降 0~75°；腿部升降 0~50°。                                 | 无偏离  |
|    | (三) 承重：床体静态承载重量 ≥500kg。                                            | (三) 承重：床体静态承载重量 600kg。                                           | 无偏离  |
|    | 三、性能参数<br>1. 床头尾板：采用流线型挂式设计，具有防松脱紧固装置，稳固并可轻松拆卸，可兼做 CPR 应急板。        | 三、性能参数<br>1. 床头尾板：采用流线型挂式设计，具有防松脱紧固装置，稳固并可轻松拆卸，可兼做 CPR 应急板。      | 无偏离  |
|    | 2. 床面板：采用厚度 ≥1mm 碳钢板一次模压成型，多气孔设计，                                  | 2. 床面板：采用厚度 1mm 碳钢板一次模压成型，多气孔设计，整                                | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                                                                                                                              | 投标文件响应内容                                                                                                                                                                                                                                | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部钢管加固结构，承重大，受力均衡，抗压力强，永不变形。                                                                                                                                                                                                  | 整齐排列的通气孔兼备防滑功能，便于透气，背部钢管加固结构，承重大，受力均衡，抗压力强，永不变形。                                                                                                                                                                                        |      |
|    | 3. 背部床板：采用 $\geq 715\text{mm}$ （长度） $\times 32\text{mm}$ （直径） $\times 3\text{mm}$ （厚度）无缝钢管材质打造“双支撑”结构，均匀分散压力。                                                                                                                                     | 3. 背部床板：采用 $715\text{mm}$ （长度） $\times 32\text{mm}$ （直径） $\times 3\text{mm}$ （厚度）无缝钢管材质打造“双支撑”结构，均匀分散压力。                                                                                                                                | 无偏离  |
|    | 4. 框架与床框：框架由钢制与部分铝制品组合而成，兼顾稳固性与操作轻便性。主体采用矩形钢管（ $\geq 30\text{mm}$ （长度） $\times 60\text{mm}$ （宽度） $\times 1.5\text{mm}$ （厚度）），床头尾板横梁管为 $\geq 30\text{mm}$ （长度） $\times 60\text{mm}$ （宽度） $\times 1.8\text{mm}$ （厚度）钢板，焊接坚实牢固；床体四角配四个防撞轮，移动平稳，安全性高。 | 4. 框架与床框：框架由钢制与部分铝制品组合而成，兼顾稳固性与操作轻便性。主体采用矩形钢管（ $30\text{mm}$ （长度） $\times 60\text{mm}$ （宽度） $\times 2.0\text{mm}$ （厚度）），床头尾板横梁管为 $60\text{mm}$ （长度） $\times 60\text{mm}$ （宽度） $\times 1.9\text{mm}$ （厚度）钢板，焊接坚实牢固；床体四角配四个防撞轮，移动平稳，安全性高。 | 无偏离  |
|    | 5. 螺杆系统：“双向无极限保护”设计，搭配耐磨材料打造，双摇杆设计搭配航空铝材摇把套管，轻便使用；摇手柄内置直径 $\geq 8\text{mm}$ 圆钢，防滑纹路贴合手部，可轻松调节；“二次开合”功能配合防夹手设计，降低安全隐患。                                                                                                                             | 5. 螺杆系统：“双向无极限保护”设计，搭配耐磨材料打造，双摇杆设计搭配航空铝材摇把套管，轻便使用；摇手柄内置直径 $8\text{mm}$ 圆钢，防滑纹路贴合手部，可轻松调节；“二次开合”功能配合防夹手设计，降低安全隐患。                                                                                                                        | 无偏离  |
|    | 6. 护栏：采用抗菌型铝合金，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，长度 $\geq 1450\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构，兼具抗菌性与强韧性，长度 $\geq 175\text{mm}$ 铸铝开关手柄，可容纳 4 指操作，受力均匀；6 支 $\geq 450\text{mm}$ （长度） $\times 19\text{mm}$ （宽度） $\times 1.5\text{mm}$ （厚度）竖管直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，            | 6. 护栏：采用抗菌型铝合金，厚度 $2\text{mm}$ ，长度 $1450\text{mm}$ 加厚 D 型弯管结构，兼具抗菌性与强韧性，长度 $175\text{mm}$ 铸铝开关手柄，可容纳 4 指操作，受力均匀；6 支 $454\text{mm}$ （长度） $\times 19\text{mm}$ （宽度） $\times 1.5\text{mm}$ （厚度）竖管直连床梁，稳固防坠；上支座含金属件注塑，贴心                    | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                     | 投标文件响应内容                                                                                           | 偏离说明 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 贴心防夹手。                                                                                                   | 防夹手。                                                                                               |      |
|    | 7. 中控脚轮：“T”型航空铝脚踏板，喷砂氧化工艺防滑防踏空；<br>≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≥28mm 实心圆钢插杆式固定，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 7. 中控脚轮：“T”型航空铝脚踏板，喷砂氧化工艺防滑防踏空；5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用28mm 实心圆钢插杆式固定，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承，防尘防缠绕毛发、线绳，推动平稳无噪音。 | 无偏离  |
|    | 8. 床体：电泳底漆+抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                       | 8. 床体：电泳底漆+抗菌喷涂双重处理，内外防锈不褪色；涂料选用绿色健康环保材料，强效抗菌，易清洁。                                                 | 无偏离  |
|    | 9. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                         | 9. 单张床配件：<br>①4 个输液架插孔+4 个 ABS 引流挂钩，满足多组输液、引流需求。                                                   | 无偏离  |
|    | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。                                                       | ②全 304 不锈钢输液架，两节四爪头设计，“空气阻力”升降+“防脱落”挂钩，调节精准，稳固不掉落。                                                 | 无偏离  |
|    | ③床垫：厚度 70mm±5mm，高密度海绵+环保椰棕内胆，无毒无甲醛防水耐磨面料搭配防火阻燃布外套，透气防潮，环保实用。                                             | ③床垫：厚度 70mm，高密度海绵+环保椰棕内胆，无毒无甲醛防水耐磨面料搭配防火阻燃布外套，透气防潮，环保实用。                                           | 无偏离  |
|    | ④床尾置物台，可根据需求调节高低，台面采用工程材料一次成型。                                                                           | ④床尾置物台，可根据需求调节高低，台面采用工程材料一次成型。                                                                     | 无偏离  |
| 8  | 8. 美容床                                                                                                   | 8. 美容床                                                                                             | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>(一) 尺寸：≥长 1900mm×宽 600mm×高 500mm。                                                              | 一、规格尺寸<br>(一) 尺寸：长 1900mm×宽 600mm×高 500mm。                                                         | 无偏离  |
|    | (二) 床底离地高度：≥600mm，                                                                                       | (二) 床底离地高度：600mm，易                                                                                 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                                 | 投标文件响应内容                                                                                                            | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 易于临床操作及清洁。                                                                                                                           | 于临床操作及清洁。                                                                                                           |      |
|    | (三) 承重(kg): $\geq 200\text{kg}$ , 不易变形。                                                                                              | (三) 承重(kg): 200kg, 不易变形。                                                                                            | 无偏离  |
|    | 二、性能参数<br>1. 材质: 整体采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 碳钢制作, 可分拆, 坚实牢固, 质感顺滑。                                                                     | 二、性能参数<br>1. 材质: 整体采用 1.2mm 碳钢制作, 可分拆, 坚实牢固, 质感顺滑。                                                                  | 无偏离  |
|    | 2. 床母: 采用 $\geq 50\text{mm}$ (长度)*30mm(宽度)*1.2mm(厚度)的碳钢焊接, 质量坚实牢固, 焊缝工整。                                                             | 2. 床母: 采用 50mm(长度)*30mm(宽度)*1.2mm(厚度)的碳钢焊接, 质量坚实牢固, 焊缝工整。                                                           | 无偏离  |
|    | 3. 床底杂物架: 采用碳钢碳钢精制。                                                                                                                  | 3. 床底杂物架: 采用碳钢碳钢精制。                                                                                                 | 无偏离  |
|    | 4. 床脚: 采用 $\geq 50\text{mm}$ (长度)*50mm(宽度)*1.2mm(厚度)碳钢精制, 配有静音套垫, 防滑耐磨。                                                              | 4. 床脚: 采用 50mm(长度)*50mm(宽度)*1.2mm(厚度)碳钢精制, 配有静音套垫, 防滑耐磨。                                                            | 无偏离  |
|    | 5. 床面: 采用厚度 60mm $\pm 5\text{mm}$ 高密度全海绵+高级 PVC 材质制成, 防水防潮易清洁, 头部设有一个圆孔(配高密度海绵加 PVC 制作枕头), 透气性高, 圆孔正下方左右各安装一个由高密度海绵加 PVC 材质精制而成的放手台。 | 5. 床面: 采用厚度 60mm 高密度全海绵+高级 PVC 材质制成, 防水防潮易清洁, 头部设有一个圆孔(配高密度海绵加 PVC 制作枕头), 透气性高, 圆孔正下方左右各安装一个由高密度海绵加 PVC 材质精制而成的放手台。 | 无偏离  |
| 9  | 9. 陪人椅                                                                                                                               | 9. 陪人椅                                                                                                              | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>(一) 展开尺寸: 长(mm) $\leq 1900$ 、宽(mm) $\leq 500$ 、高(mm) $\geq 380$ 。                                                          | 一、规格尺寸<br>(一) 展开尺寸: 长(mm) 1900、宽(mm) 500、高(mm) 380。                                                                 | 无偏离  |
|    | (二) 椅面尺寸: 长(mm) $\leq 650$ 、宽(mm) $\leq 650$ 、高(mm) $\leq 900$ 。                                                                     | (二) 椅面尺寸: 长(mm) 650、宽(mm) 650、高(mm) 900。                                                                            | 无偏离  |
|    | (三) 承重(kg): $\geq 150\text{kg}$ 。                                                                                                    | (三) 承重(kg): 150kg。                                                                                                  | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 整体采用加厚钢材制作, 焊接                                                                                                          | 二、主要参数<br>1. 整体采用加厚钢材制作, 焊接                                                                                         | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                     | 投标文件响应内容                                                                | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 牢固,焊缝工整,质感丝滑。                                                                            | 牢固,焊缝工整,质感丝滑。                                                           |      |
|    | 2. 伸缩折叠式设计,操作简单,实用性强。                                                                    | 2. 伸缩折叠式设计,操作简单,实用性强。                                                   | 无偏离  |
|    | 3. 座面与靠背采用优质皮革包裹,材质光滑易清洁,内嵌高密度海绵及家具板,舒适不易变形。                                             | 3. 座面与靠背采用优质皮革包裹,材质光滑易清洁,内嵌高密度海绵及家具板,舒适不易变形。                            | 无偏离  |
|    | 4. 静音脚轮 $\geq 4$ 个,经久耐用,配备防滑胶塞。                                                          | 4. 静音脚轮 4 个,经久耐用,配备防滑胶塞。                                                | 无偏离  |
| 10 | 10. 治疗车                                                                                  | 10. 治疗车                                                                 | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 4 个、垃圾桶 1 个(容量: $\geq 30\text{L}$ )、可拆卸塑料收纳盒 1 个。                       | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 4 个、垃圾桶 1 个(容量: $30\text{L}$ )、可拆卸塑料收纳盒 1 个。           | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: $680\text{m}*480\text{mm}*890\text{mm}$ ( $\pm 10\text{mm}$ )。 | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: $680\text{m}*480\text{mm}*890\text{mm}$ 。     | 无偏离  |
|    | 2. 材质: 整车采用特种康贝特新型材质制成,环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                            | 2. 材质: 整车采用特种康贝特新型材质制成,环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                           | 无偏离  |
|    | ●3. 台柱: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架,稳固结实。(提供实物图片)                                                   | 3. 台柱: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架,稳固结实。(提供实物图片)                                   | 无偏离  |
|    | ●4. 台面: 设有 1 层储物层板、带三边围栏,围栏采用航空铝材制成,高度 $\geq 50\text{mm}$ ,防滑设计,可做推手。(提供实物图片)            | 4. 台面: 设有 1 层储物层板、带三边围栏,围栏采用航空铝材制成,高度 $50\text{mm}$ ,防滑设计,可做推手。(提供实物图片) | 无偏离  |
|    | 5. 抽屉导轨: 采用“防夹手、自动回位”滑轨,带阻尼缓冲效果,防止推动过程中滑出。                                               | 5. 抽屉导轨: 采用“防夹手、自动回位”滑轨,带阻尼缓冲效果,防止推动过程中滑出。                              | 无偏离  |
|    | 6. 台车左侧: 配备可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                                                 | 6. 台车左侧: 配备可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                                | 无偏离  |
|    | 7. 台车右侧: 配脚踏式双桶垃圾                                                                        | 7. 台车右侧: 配脚踏式双桶垃圾                                                       | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                            | 投标文件响应内容                                                                                 | 偏离说明                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | 桶 1 个, 桶盖阻尼缓冲设计, 区分医疗、生活垃圾。                                                                     | 桶 1 个, 桶盖阻尼缓冲设计, 区分医疗、生活垃圾。                                                              |                               |
|    | 8. 滑轮: 采用双片 $\geq 4$ 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮, $360^\circ$ 任意刹车, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。(提供脚轮实物图片) | 8. 滑轮: 采用双片 4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮, $360^\circ$ 任意刹车, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。(提供脚轮实物图片) | 无偏离<br>详见商务技术文件 222、759-760 页 |
| 11 | 11. 换药车                                                                                         | 11. 换药车                                                                                  | 无偏离                           |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、垃圾桶 1 个(容量: $\geq 30L$ )、可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                     | 一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、垃圾桶 1 个(容量: $30L$ )、可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                    | 无偏离                           |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: $600mm*480mm*890mm(\pm 10mm)$ 。                                       | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: $600mm*480mm*890mm$ 。                                          | 无偏离                           |
|    | ●2. 材质: 整车采用特种抗倍特新型材质制成, 环保、防水、防火、耐磨、抗菌、防腐蚀、易清洁。(提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)                       | 2. 材质: 整车采用特种抗倍特新型材质制成, 环保、防水、防火、耐磨、抗菌、防腐蚀、易清洁。<br>(提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告)             | 无偏离                           |
|    | 3. 台车: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架, 稳固结实。                                                                  | 3. 台车: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架, 稳固结实。                                                           | 无偏离                           |
|    | 4. 台面: 设有 1 层储物层板、带三边围栏, 围栏采用航空铝材制成, 高度 $\geq 50mm$ , 防滑设计, 可做推手。                               | 4. 台面: 设有 1 层储物层板、带三边围栏, 围栏采用航空铝材制成, 高度 $50mm$ , 防滑设计, 可做推手。                             | 无偏离                           |
|    | 5. 抽屉导轨: 采用特制“防夹手、自动回位”滑轨, 带阻尼缓冲效果, 防止推动过程中滑出。                                                  | 5. 抽屉导轨: 采用特制“防夹手、自动回位”滑轨, 带阻尼缓冲效果, 防止推动过程中滑出。                                           | 无偏离                           |
|    | 6. 台车左侧: 配备可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                                                        | 6. 台车左侧: 配备可拆卸塑料收纳盒 1 个。                                                                 | 无偏离                           |
|    | 7. 台车右侧: 配脚踏式双桶垃圾                                                                               | 7. 台车右侧: 配脚踏式双桶垃圾                                                                        | 无偏离                           |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                             | 投标文件响应内容                                                                                         | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 桶 1 个, 桶盖阻尼缓冲设计, 区分医疗、生活垃圾。                                                                                      | 桶 1 个, 桶盖阻尼缓冲设计, 区分医疗、生活垃圾。                                                                      |      |
|    | 8. 滑轮: 采用双片 $\geq 4$ 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮, 360° 任意刹车, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。                                   | 8. 滑轮: 采用双片 4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮, 360° 任意刹车, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。                          | 无偏离  |
|    | 12. 抢救车                                                                                                          | 12. 抢救车                                                                                          | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>储物抽屉 3 个; 柜门 1 对、侧拉板、设备托盘、输液杆、锐器盒、脚踏双桶垃圾桶 (容量 $\geq 30\text{L}$ )、电源插板、心肺复苏板、氧气瓶支架均为 1 个; 一次性锁 100 个。 | 一、基本配置<br>储物抽屉 3 个; 柜门 1 对、侧拉板、设备托盘、输液杆、锐器盒、脚踏双桶垃圾桶 (容量 30L)、电源插板、心肺复苏板、氧气瓶支架均为 1 个; 一次性锁 100 个。 | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: 580mm*480mm*890mm ( $\pm 10\text{mm}$ )                                                | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸: 长*宽*高: 580mm*480mm*890mm                                                      | 无偏离  |
|    | 2. 颜色: 木纹色                                                                                                       | 2. 颜色: 木纹色                                                                                       | 无偏离  |
| 12 | 3. 材质: 采用抗倍特板制成, 环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                                          | 3. 材质: 采用抗倍特板制成, 环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                          | 无偏离  |
|    | 4. 台车: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架, 稳固结实, 设有 3 个储物抽屉, 抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨, 带阻尼缓冲效果, 并采用一次性锁锁闭方式。                           | 4. 台车: 采用高承重航空铝材立柱为承重框架, 稳固结实, 设有 3 个储物抽屉, 抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨, 带阻尼缓冲效果, 并采用一次性锁锁闭方式。           | 无偏离  |
|    | 5. 台车左侧: 带有设备托盘、侧拉板,                                                                                             | 5. 台车左侧: 带有设备托盘、侧拉板,                                                                             | 无偏离  |
|    | 6. 台车右侧: 带有可调升降输液架、输液挂钩、圆形锐器盒。                                                                                   | 6. 台车右侧: 带有可调升降输液架、输液挂钩、圆形锐器盒。                                                                   | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                           | 投标文件响应内容                                                                       | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 7. 台车后侧：有氧气瓶架、心肺复苏板、可悬挂电源排插。                                                   | 7. 台车后侧：有氧气瓶架、心肺复苏板、可悬挂电源排插。                                                   |      |
|    | 8. 台面：设有 1 层储物层板、带三边围栏，围栏采用航空铝材制成，高度 50mm，防滑设计，可做推手。                           | 8. 台面：设有 1 层储物层板、带三边围栏，围栏采用航空铝材制成，高度 50mm，防滑设计，可做推手。                           |      |
|    | 9. 轮子：采用双片≥4 寸“防缠绕”专利设计超静音豪华万向轮，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                   | 9. 轮子：采用双片 4 寸“防缠绕”专利设计超静音豪华万向轮，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                   | 无偏离  |
|    | 10. 脚踏式开关垃圾桶：桶盖阻尼缓冲设计，区分医疗、生活垃圾桶，方便操作。                                         | 10. 脚踏式开关垃圾桶：桶盖阻尼缓冲设计，区分医疗、生活垃圾桶，方便操作。                                         |      |
| 13 | 13. 病历车                                                                        | 13. 病历车                                                                        | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、病历格 50 格、锁 2 把。                                           | 一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、病历格 50 格、锁 2 把。                                            | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：670mm*400mm*1040mm（±10mm）。                             | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：670mm*400mm*1040mm。                                    | 无偏离  |
|    | 2. 颜色：木纹                                                                       | 2. 颜色：木纹                                                                       |      |
|    | 3. 材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                     | 3. 材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                     |      |
|    | 4. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。 | 4. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。 | 无偏离  |
|    | 5. 台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度≥50mm，防滑设计，                                               | 5. 台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度 50mm，防滑设计，可                                              |      |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                              | 投标文件响应内容                                                                                          | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 可做推手。                                                                                             | 做推手。                                                                                              |      |
|    | 6. 病历格：层高≥27mm，可放置 50 本病历夹，病历格层左右两边均带锁，可锁闭。                                                       | 6. 病历格：层高 27mm，可放置 50 本病历夹，病历格层左右两边均带锁，可锁闭。                                                       | 无偏离  |
|    | 7. 轮子：采用双片≥4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                            | 7. 轮子：采用双片 4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                            | 无偏离  |
| 14 | 14. 晨间护理车                                                                                         | 14. 晨间护理车                                                                                         | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 1 个、污物袋 1 个、储物层板 2 层。                                                            | 一、基本配置<br>配储物抽屉 1 个、污物袋 1 个、储物层板 2 层。                                                             | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：580mm*480mm*890mm（±10mm）                                                  | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：585mm*487mm*890mm                                                         | 无偏离  |
|    | 2. 储物袋尺寸：长*宽*高：450mm*420mm*670mm（±10mm）。                                                          | 2. 储物袋尺寸：长*宽*高：450mm*420mm*670mm。                                                                 |      |
|    | 3. 颜色：木纹色                                                                                         | 3. 颜色：木纹色                                                                                         |      |
|    | 4. 材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                        | 4. 材质：采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                        | 无偏离  |
|    | 5. 台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度≥50mm，防滑设计，可做推手。                                                             | 5. 台面：带采用航空铝材制成的围栏，高度 50mm，防滑设计，可做推手。                                                             |      |
|    | 6. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。设有 2 层储物层板，层板三边均带有围栏。 | 6. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有储物抽屉，抽屉导轨采用“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。设有 2 层储物层板，层板三边均带有围栏。 |      |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                              | 投标文件响应内容                                                                                          | 偏离说明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 7. 台车右侧: 设有 304 不锈钢污物袋圈, 污物袋底部有防水板底托, 污物袋规格为: 450mm*420mm*670mm (±10mm)。                          | 7. 台车右侧: 设有 304 不锈钢污物袋圈, 污物袋底部有防水板底托, 污物袋规格为: 450mm*420mm*670mm。                                  | 无偏离  |
|    | 8. 轮子: 采用双片≥4 寸“防缠绕”超静音万向轮, 360°任意刹车, 方便操作, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。                        | 8. 轮子: 采用双片 4 寸“防缠绕”超静音万向轮, 360°任意刹车, 方便操作, 轮面采用超级聚氨酯材料, 静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承。                        | 无偏离  |
| 15 | 15. 平车                                                                                            | 15. 平车                                                                                            | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配摇杆系统 1 套、输液杆 1 根、置物架 1 个、床垫 1 张、氧气瓶放置架 1 个。                                           | 一、基本配置<br>配摇杆系统 1 套、输液杆 1 根、置物架 1 个、床垫 1 张、氧气瓶放置架 1 个。                                            | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸: 长*宽*高: 1900mm*715mm*590mm (±10mm), 升降高度最低 800mm±10mm。                         | 二、主要参数<br>(一) 规格尺寸: 长*宽*高: 1900mm*715mm*590mm, 升降高度最低 800mm。                                      | 无偏离  |
|    | (二) 升降功能: 靠背升降 0~75°。                                                                             | (二) 升降功能: 靠背升降 0~75°。                                                                             | 无偏离  |
|    | 三、性能参数<br>1. 车体材质: 主体采用加厚钢材制作, 焊接牢固、焊缝工整; 床面为全新 PP 工程塑料一次吹塑成型, 易清洁, 可实现床面平衡转移。                    | 三、性能参数<br>1. 车体材质: 主体采用加厚钢材制作, 焊接牢固、焊缝工整; 床面为全新 PP 工程塑料一次吹塑成型, 易清洁, 可实现床面平衡转移。                    | 无偏离  |
|    | 2. 背部床板升降: 采用阻尼器做支撑力源, 升降操作简易。<br>3. 护栏: 两片可折叠分体式升降护栏, 整体一次吹塑成型, 设有自锁保险装置, 气弹簧辅助自动下降, 操作方便, 不占空间。 | 2. 背部床板升降: 采用阻尼器做支撑力源, 升降操作简易。<br>3. 护栏: 两片可折叠分体式升降护栏, 整体一次吹塑成型, 设有自锁保险装置, 气弹簧辅助自动下降, 操作方便, 不占空间。 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                                              | 投标文件响应内容                                                                                                              | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 4. 螺杆系统: “双向无极限保护”设计, 采用耐磨材料; 丝杆转动顺滑, 无卡阻及功能运行正常。配套摇杆系统, 航空铝材摇把套管, 手柄带防滑设计, 内置厚度 $\geq 8\text{mm}$ 圆钢, 具有“二次开合”功能。                | 4. 螺杆系统: “双向无极限保护”设计, 采用耐磨材料; 丝杆转动顺滑, 无卡阻及功能运行正常。配套摇杆系统, 航空铝材摇把套管, 手柄带防滑设计, 内置厚度 $8\text{mm}$ 圆钢, 具有“二次开合”功能。         | 无偏离  |
|    | 5. 中控脚轮: “T”型航空铝脚踏板, 喷砂氧化工艺防滑防踏空; $\geq 5$ 寸万向轮, 脚轮安装连接轴采用 $\geq 28\text{mm}$ 实心圆钢插杆式固定, 轮面静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承, 防尘防缠绕毛发、线绳, 推动平稳无噪音。 | 5. 中控脚轮: “T”型航空铝脚踏板, 喷砂氧化工艺防滑防踏空; 5 寸万向轮, 脚轮安装连接轴采用 $28\text{mm}$ 实心圆钢插杆式固定, 轮面静音耐磨, 内置全封闭自润滑轴承, 防尘防缠绕毛发、线绳, 推动平稳无噪音。 | 无偏离  |
|    | 6. 辅助配置: 床体头部下方配置氧气瓶架及锁紧开关, 床头部和腿部各配有 2 个盐水架孔位。                                                                                   | 6. 辅助配置: 床体头部下方配置氧气瓶架及锁紧开关, 床头部和腿部各配有 2 个盐水架孔位。                                                                       | 无偏离  |
|    | 7. 床体: 金属表面采用双重喷涂处理技术, 内外防锈不褪色; 涂料选用绿色健康环保材料, 强效抗菌, 易清洁。                                                                          | 7. 床体: 金属表面采用双重喷涂处理技术, 内外防锈不褪色; 涂料选用绿色健康环保材料, 强效抗菌, 易清洁。                                                              | 无偏离  |
|    | 8. 单辆车配件:<br>①全 304 不锈钢输液架, 两节四爪头设计, “空气阻力”升降+“防脱落”挂钩, 调节精准, 稳固不掉落。                                                               | 8. 单辆车配件:<br>①全 304 不锈钢输液架, 两节四爪头设计, “空气阻力”升降+“防脱落”挂钩, 调节精准, 稳固不掉落。                                                   | 无偏离  |
|    | ② $30\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 床垫: 高密度海绵压缩, 采用医用防水耐磨、防火阻燃布外套包裹, 透气防潮, 环保实用。                                                       | ② $30\text{mm}$ 床垫: 高密度海绵压缩, 采用医用防水耐磨、防火阻燃布外套包裹, 透气防潮, 环保实用。                                                          | 无偏离  |
| 16 | 16. 三位候诊椅                                                                                                                         | 16. 三位候诊椅                                                                                                             | 无偏离  |
|    | 1. 颜色: 由医院指定                                                                                                                      | 1. 颜色: 由医院指定                                                                                                          | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                            | 投标文件响应内容                                                            | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
|    | 2. 材质：采用 PU 聚氨酯橡胶制成，内部为高强度钢架及钢板（钢板厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ），外部采用 PU 聚氨酯橡胶发泡材料实心浇注。               | 2. 材质：采用 PU 聚氨酯橡胶制成，内部为高强度钢架及钢板（钢板厚度 2.5mm），外部采用 PU 聚氨酯橡胶发泡材料实心浇注。  | 无偏离  |
|    | 3. 椅面：采用加固加厚材料（ $2.8 \leq \text{厚度 (cm)} \leq 3$ ）制成，不易变形。                                      | 3. 椅面：采用加固加厚材料（厚度 (cm) 2.8）制成，不易变形。                                 | 无偏离  |
| 17 | 17. 输液椅（三位）                                                                                     | 17. 输液椅（三位）                                                         | 无偏离  |
|    | 1. 颜色：由医院指定                                                                                     | 1. 颜色：由医院指定                                                         | 无偏离  |
|    | 2. 扶手：厚度 $\geq 12\text{mm}$ 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                                             | 2. 扶手：厚度 12mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                               |      |
|    | 3. 椅脚：厚度 $\geq 10\text{mm}$ 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接<br>横梁：厚度 $\geq 15\text{mm}$ 冷钢板冷拔成型钢管、冷冲定型座板 | 3. 椅脚：厚度 10mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接<br>横梁：厚度 15mm 冷钢板冷拔成型钢管、冷冲定型座板 |      |
|    | 4. 座板支架：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                                                                 | 4. 座板支架：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                                     |      |
|    | 5. 座板坐面：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                                                                 | 5. 座板坐面：鞍钢冷轧钢板冷冲成型，采用 OTC 自动焊接。                                     |      |
|    | 6. PU 坐垫：（聚氨酯）采用环保 A、B 聚醚发泡成型，内镶厚度 $\geq 1.8\text{mm}$ 厚钢板成型支架。                                 | 6. PU 坐垫：（聚氨酯）采用环保 A、B 聚醚发泡成型，内镶厚度 1.8mm 厚钢板成型支架。                   |      |
|    | 7. 头枕：厚度 $\geq 18\text{mm}$ 鞍钢冷轧钢板冷冲成型。                                                         | 7. 头枕：厚度 18mm 鞍钢冷轧钢板冷冲成型。                                           |      |
|    | 8. 外包 PU(聚氨酯)：采用环保 A、B 聚醚发泡成型。                                                                  | 8. 外包 PU(聚氨酯)：采用环保 A、B 聚醚发泡成型。                                      |      |
|    | 9. 吊针杆：304 不锈钢管加实心挂钩。                                                                           | 9. 吊针杆：304 不锈钢管加实心挂钩。                                               |      |
| 18 | 18. 不锈钢器械车（大号）                                                                                  | 18. 不锈钢器械车（大号）                                                      | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸：<br>长*宽*高：900mm*550mm*950mm                                                              | 一、规格尺寸：<br>长*宽*高：900mm*550mm*950mm                                  | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                     | 投标文件响应内容                                                | 偏离说明 |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
|    | (±10mm)                                                  |                                                         |      |
|    | 二、主要参数<br>▲1. 材质：整体采用厚度 ≥ 1.2mm304 不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。  | 二、主要参数<br>1. 材质：整体采用厚度 1.2mm304 不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。    | 无偏离  |
|    | 2. 器械车：采用 ≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 | 2. 器械车：采用 25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 | 无偏离  |
|    | 3. 层板：采用厚度 ≥1.0mm 不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 | 3. 层板：采用厚度 1.0mm 不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 |      |
|    | 4. 脚轮：采用 ≥3 寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。                               | 4. 脚轮：采用 3 寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。                               |      |
| 19 | 19. 不锈钢器械车（中号）                                           | 19. 不锈钢器械车（中号）                                          | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>长*宽*高：750mm*500mm*900mm（±10mm）                 | 一、规格尺寸<br>长*宽*高：750mm*500mm*900mm                       | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>▲1. 材质：整体采用厚度 ≥ 1.2mm304 不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。  | 二、主要参数<br>1. 材质：整体采用厚度 1.2mm304 不锈钢材质制作，焊接坚实牢固，质感顺滑。    | 无偏离  |
|    | 2. 器械车：采用 ≥25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 | 2. 器械车：采用 25mm（长度）*1.2mm（厚度）不锈钢圆管为主体，兼作推扶手，使用方便、结构美观大方。 | 无偏离  |
|    | 3. 层板：采用厚度 ≥1.0mm 不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 | 3. 层板：采用厚度 1.0mm 不锈钢钢板制作，底部具有加强方管，三面护栏采用优质不锈钢圆管制作，防滑性高。 |      |
|    | 4. 脚轮：采用 ≥3 寸丝杆式脚轮，                                      | 4. 脚轮：采用 3 寸丝杆式脚轮，                                      |      |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                          | 投标文件响应内容                                                                                    | 偏离说明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 推行顺畅静音。                                                                                       | 推行顺畅静音。                                                                                     |      |
|    | 20. 不锈钢器械车 (小号)                                                                               | 20. 不锈钢器械车 (小号)                                                                             | 无偏离  |
|    | 规格尺寸<br>长*宽*高: 600mm*450mm*850mm<br>(±10mm)                                                   | 一、规格尺寸<br>长*宽*高: 600mm*450mm*850mm                                                          | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>▲ 1. 材质: 整体采用厚度 ≥ 1.2mm304 不锈钢材质制作, 焊接<br>坚实牢固, 质感顺滑。                               | 二、主要参数<br>1. 材质: 整体采用厚度 1.2mm304<br>不锈钢材质制作, 焊接坚实牢固,<br>质感顺滑。                               | 无偏离  |
| 20 | 2. 器械车: 采用 ≥25mm (长度)<br>*1.2mm (厚度) 不锈钢圆管为主<br>体, 兼作推扶手, 使用方便、结<br>构美观大方。                    | 2. 器械车: 采用 25mm (长度)<br>*1.2mm (厚度) 不锈钢圆管为主<br>体, 兼作推扶手, 使用方便、结<br>构美观大方。                   | 无偏离  |
|    | 3. 层板: 采用厚度 ≥ 1.0mm 不锈<br>锈钢板制作, 底部具有加强方管,<br>三面护栏采用优质不锈钢圆管制<br>作, 防滑性高。                      | 3. 层板: 采用厚度 1.0mm 不锈<br>锈钢板制作, 底部具有加强方管,<br>三面护栏采用优质不锈钢圆管制<br>作, 防滑性高。                      | 无偏离  |
|    | 4. 脚轮: 采用 ≥3 寸丝杆式脚轮,<br>推行顺畅静音。                                                               | 4. 脚轮: 采用 3 寸丝杆式脚轮,<br>推行顺畅静音。                                                              | 无偏离  |
|    | 21. 不锈钢升降台                                                                                    | 21. 不锈钢升降台                                                                                  | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>长*宽: 750mm*500mm (±10mm);<br>880 ≤ 升降高度 (mm) ≤ 1200                                 | 一、规格尺寸<br>长*宽: 750mm*500mm; 升降高度<br>(mm) 880~1200                                           | 无偏离  |
| 21 | 二、主要参数<br>▲ 1. 材质: 整体采用厚度 ≥ 1.2mm304 不锈钢材质制作, 焊接<br>坚实, 质感顺滑。                                 | 二、主要参数<br>1. 材质: 整体采用厚度 1.2mm304<br>不锈钢材质制作, 焊接坚实, 质<br>感顺滑。                                | 无偏离  |
|    | 2. 升降立柱: 整体采用 ≥25mm (长<br>度) *1.2mm (厚度) 不锈钢圆管,<br>升降套管采用 ≥9mm (长度)<br>*1.2mm (厚度) 304 不锈钢圆管。 | 2. 升降立柱: 整体采用 25mm (长<br>度) *1.2mm (厚度) 不锈钢圆管,<br>升降套管采用 9mm (长度) *1.2mm<br>(厚度) 304 不锈钢圆管。 | 无偏离  |
|    | 3. 手术器械盘: 可活动取下, 易                                                                            | 3. 手术器械盘: 可活动取下, 易                                                                          | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                           | 投标文件响应内容                                                                                                       | 偏离说明 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 清洗。                                                                                                            | 清洗。                                                                                                            |      |
|    | 4. 手术托盘架：可调节高度，结构简单，使用方便。                                                                                      | 4. 手术托盘架：可调节高度，结构简单，使用方便。                                                                                      | 无偏离  |
|    | 5. 脚轮：采用 3 寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。                                                                                      | 5. 脚轮：采用 3 寸丝杆式脚轮，推行顺畅静音。                                                                                      | 无偏离  |
|    | 22. 送药车                                                                                                        | 22. 送药车                                                                                                        | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、48 人份药格 2 个、脚踏双桶垃圾桶 1 个。                                                                  | 一、基本配置<br>配储物抽屉 2 个、48 人份药格 2 个、脚踏双桶垃圾桶 1 个。                                                                   | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：610mm*480mm*890mm（±10mm）。<br>2. 颜色：木纹色                                                 | 二、主要参数<br>1. 规格尺寸：长*宽*高：610mm*480mm*890mm。<br>2. 颜色：木纹色                                                        | 无偏离  |
|    | 3. 材质：整车采用特种康贝特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                                   | 3. 材质：整车采用特种康贝特新型材质制成，环保、防水、防火、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁。                                                                   |      |
| 22 | 4. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实；设有 1 层储物层板，层板三边均带有围栏（高度≥50mm），采用航空铝材制成；设有 2 个开放式可伸缩层板，配有 48 格塑料发药盘，发药盘可单独取出，药格大可调。 | 4. 台车：采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实；设有 1 层储物层板，层板三边均带有围栏（高度 50mm），采用航空铝材制成；设有 2 个开放式可伸缩层板，配有 48 格塑料发药盘，发药盘可单独取出，药格大可调。 | 无偏离  |
|    | 5. 滑轮：采用双片≥4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                                              | 5. 滑轮：采用双片 4 寸“防缠绕”超静音豪华万向轮，360°任意刹车，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                                              | 无偏离  |
|    | 23. 移动过床餐车                                                                                                     | 23. 移动过床餐车                                                                                                     | 无偏离  |
| 23 | 一、规格尺寸<br>长*宽≥800mm*400mm；640mm≤桌面离地面高度，升降高度≥                                                                  | 一、规格尺寸<br>长*宽 800mm*400mm；640mm 桌面离地面高度，升降高度 925mm。                                                            | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                             | 投标文件响应内容                                                        | 偏离说明 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
|    | 2. 主要参数<br>2.1 桌面：桌板厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，采用抗贝特耐用环保材质，防火、耐磨抗菌、防腐蚀、防酸防碱、防水防渗，易清洁 | 二、主要参数<br>1. 面板承重 (kg) : 20kg                                   | 无偏离  |
|    | 2. 桌面：桌板厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，采用抗贝特耐用环保材质，防火、耐磨抗菌、防腐蚀、防酸防碱、防水防渗，易清洁             | 2. 桌面：桌板厚度 20mm，采用抗贝特耐用环保材质，防火、耐磨抗菌、防腐蚀、防酸防碱、防水防渗，易清洁           | 无偏离  |
|    | 3. 移动升降餐桌：采用气动式升降，人性化手柄设计，单手即可操作升降。                                              | 3. 移动升降餐桌：采用气动式升降，人性化手柄设计，单手即可操作升降。                             | 无偏离  |
|    | 4. 桌体：采用铝合金立柱制作，内置弹簧助力装置无级升降调节高度，可锁定在任何高度，安静无噪音。                                 | 4. 桌体：采用铝合金立柱制作，内置弹簧助力装置无级升降调节高度，可锁定在任何高度，安静无噪音。                | 无偏离  |
|    | 5. 底座：底部稳定，配有四个 360 度旋转静音脚轮，推动灵活。                                                | 5. 底座：底部稳定，配有四个 360 度旋转静音脚轮，推动灵活。                               | 无偏离  |
|    | 6. 脚轮：采用医用脚轮， $\geq 1.5$ 寸双片静音轮，防静音、防摩擦、防水防菌。                                    | 6. 脚轮：采用医用脚轮，1.5 寸双片静音轮，防静音、防摩擦、防水防菌。                           | 无偏离  |
| 24 | 24. 一步脚凳                                                                         | 24. 一步脚凳                                                        | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>长*宽*高：400mm*475mm*400mm<br>( $\pm 10\text{mm}$ )                       | 一、规格尺寸<br>长*宽*高：400mm*475mm*400mm                               | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>1. 材质：整体采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚 304 不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。      | 二、主要参数<br>1. 材质：整体采用厚度 1.2mm 厚 304 不锈钢材质制作而成，焊接质量坚实牢固，质感顺滑流畅。   | 无偏离  |
|    | 2. 脚踏凳脚柱、横管：采用 $\geq 25\text{mm}$ (长度)*25mm(宽度)*1.2mm(厚度) 304 不锈钢圆管，结构坚固、美观大方。   | 2. 脚踏凳脚柱、横管：采用 25mm(长度)*25mm(宽度)*1.2mm(厚度) 304 不锈钢圆管，结构坚固、美观大方。 | 无偏离  |
|    | 3. 层板：采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 304 不                                             | 3. 层板：采用厚度 1.2mm 304 不锈                                         | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                  | 投标文件响应内容                                             | 偏离说明 |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|    | 锈钢钢板制成。                                               | 钢钢板制成。                                               |      |
|    | 4. 台面：采用有纹路的防滑花纹板，防滑性能高。                              | 4. 台面：采用有纹路的防滑花纹板，防滑性能高。                             | 无偏离  |
|    | 5. 脚踏凳：装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。                           | 5. 脚踏凳：装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。                          | 无偏离  |
| 25 | 25. 落地式输液架                                            | 25. 落地式输液架                                           | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>底盘直径：≥450mm；1300≤升降高度（mm）≤1900。             | 一、规格尺寸<br>底盘直径：450mm；升降高度（mm）1300~1900。              | 无偏离  |
|    | 二、主要参数<br>▲1. 材质：整体采用 304 不锈钢搭配纯正 ABS 材质，美观实用大方，移动方便。 | 二、主要参数<br>1. 材质：整体采用 304 不锈钢搭配纯正 ABS 材质，美观实用大方，移动方便。 | 无偏离  |
|    | 2. 挂钩：采用≥6mm 实心铝合金制成，挂钩头部套有防刮手防松脱胶套，承重≥5KG，挂钩可便捷收起。   | 2. 挂钩：采用 6mm 实心铝合金制成，挂钩头部套有防刮手防松脱胶套，承重 5KG，挂钩可便捷收起。  | 无偏离  |
|    | 3. 挂钩座、推手、底座：采用 ABS 工程塑料注塑成型，互卡相嵌式设计，有效防止挂钩脱落。        | 3. 挂钩座、推手、底座：采用 ABS 工程塑料注塑成型，互卡相嵌式设计，有效防止挂钩脱落。       | 无偏离  |
|    | 4. 手柄：升降式设计，可自由调整高度。                                  | 4. 手柄：升降式设计，可自由调整高度。                                 | 无偏离  |
|    | ▲5. 输液杆：采用 304 不锈钢钢管制作，高度可进行任意调节。                     | 5. 输液杆：采用 304 不锈钢钢管制作，高度可进行任意调节。                     | 无偏离  |
|    | 6. 脚轮：采用优质≥3 寸万向轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。                   | 6. 脚轮：采用优质 3 寸万向轮，静音高耐磨，带刹车装置，稳定性好。                  | 无偏离  |
| 26 | 26. 五层仪器车                                             | 26. 五层仪器车                                            | 无偏离  |
|    | ▲一、基本配置<br>配储物抽屉 1 个；层板 5 块；双联电源插座 4 个；220V 电源线 1 条；  | 一、基本配置<br>配储物抽屉 1 个；层板 5 块；双联电源插座 4 个；220V 电源线 1 条；  | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                 | 投标文件响应内容                                                                             | 偏离说明 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 二、主要参数<br>1. 颜色：木纹色                                                                  | 二、主要参数<br>1. 颜色：木纹色                                                                  | 无偏离  |
|    | 2. 规格尺寸：长*宽*高：<br>580mm*480mm*1660mm (±10mm)                                         | 2. 规格尺寸：长*宽*高：<br>580mm*480mm*1660mm                                                 | 无偏离  |
|    | 3. 材质：整车采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃。                                       | 3. 材质：整车采用特种抗倍特新型材质制成，环保、防水、耐磨抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃。                                       | 无偏离  |
|    | 4. 台车：采用加强高承重双航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有 1 个储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲，防滑性好。           | 4. 台车：采用加强高承重双航空铝材立柱为承重框架，稳固结实，设有 1 个储物抽屉，抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲，防滑性好。           | 无偏离  |
|    | 5. 层板：设 5 层储物层板，每层中间均设有双联电源插座 1 个，并带有外接电源线 1 条，方便取电接电；层板三边均带有围栏（高度≥50mm），围栏采用航空铝材制作。 | 5. 层板：设 5 层储物层板，每层中间均设有双联电源插座 1 个，并带有外接电源线 1 条，方便取电接电；层板三边均带有围栏（高度 50mm），围栏采用航空铝材制作。 | 无偏离  |
|    | 6. 滑轮：采用双片≥4 寸“防缠绕”静音豪华万向轮，360° 任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。               | 6. 滑轮：采用双片 4 寸“防缠绕”静音万向轮，360° 任意刹车，方便操作，轮面采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。                 | 无偏离  |
| 27 | 27. 不锈钢双屉治疗车                                                                         | 27. 不锈钢双屉治疗车                                                                         | 无偏离  |
|    | 一、规格尺寸<br>长*宽*高≥900mm*500mm*850mm                                                    | 一、规格尺寸<br>长*宽*高 900mm*500mm*850mm                                                    | 无偏离  |
|    | 二、性能参数<br>1. 材质：整体采用厚度 ≥ 1.2mm201 不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑。                             | 二、性能参数<br>1. 材质：整体采用厚度 1.2mm201 不锈钢材质制作，焊接质量坚实牢固，质感顺滑。                               | 无偏离  |
|    | 2. 治疗推车：采用直径≥25mm201                                                                 | 2. 治疗推车：采用直径 25mm201                                                                 | 无偏离  |

| 序号 | 招标文件要求<br>(注明章节及条款号)                                                                                       | 投标文件响应内容                                                                     | 偏离说明 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 不锈钢圆管为主体。                                                                                                  | 不锈钢圆管为主体。                                                                    |      |
|    | 3. 层板：采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢钢板，层板底部具有方管加强，承重能力强，分上下两层，均设有三面栏杆，围栏高度 $\geq 80\text{mm}$ ，器械物品不易掉落。 | 3. 层板：采用厚度 1.0mm201 不锈钢钢板，层板底部具有方管加强，承重能力强，分上下两层，均设有三面栏杆，围栏高度 80mm，器械物品不易掉落。 | 无偏离  |
|    | 4. 台面：设有两个超大空间抽屉，抽屉采用三节静音导轨，抽拉顺畅安静。                                                                        | 4. 台面：设有两个超大空间抽屉，抽屉采用三节静音导轨，抽拉顺畅安静。                                          | 无偏离  |
|    | 5. 脚轮：采用 $\geq 4$ 寸静音脚轮，推行顺畅静音。                                                                            | 5. 脚轮：采用 4 寸静音脚轮，推行顺畅静音。                                                     | 无偏离  |

注：（1）本表应对招标文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（2）第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。

（3）偏离认定说明详见评审方法及标准。

（4）本表可扩展。

供应商名称(电子签章)：广州市上药进出口有限公司

日期：2026 年 3 月 5 日



## 2. 投标报价明细表格式

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品或服务名称    | 制造商或服务商      | 规格型号                   | 单位及数量 | 单价      |
|----|------------|--------------|------------------------|-------|---------|
| 1  | 病床（手动二摇）   | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C206                | 330 张 | 2820.00 |
| 2  | 病床（手动三摇）   | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C203                | 15 张  | 3300.00 |
| 3  | 病床（三功能）    | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-D-002（配置号：HK-D-003） | 40 张  | 8500.00 |
| 4  | 床头柜        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N601                | 139 个 | 355.00  |
| 5  | 诊疗床        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-704                 | 22 张  | 850.00  |
| 6  | 复苏床（豪华转运床） | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N303                | 28 张  | 6100.00 |
| 7  | 抢救床        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N211                | 4 张   | 2300.00 |
| 8  | 美容床        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N707                | 3 张   | 1300.00 |
| 9  | 陪人椅        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N702                | 355 张 | 600.00  |
| 10 | 治疗车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N513-4              | 45 辆  | 1760.00 |
| 11 | 换药车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-551                 | 12 辆  | 1600.00 |
| 12 | 抢救车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N505                | 11 辆  | 3450.00 |

| 序号 | 产品或服务名称    | 制造商或服务商      | 规格型号       | 单位及数量 | 单价      |
|----|------------|--------------|------------|-------|---------|
| 13 | 病历车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N530-40 | 6 辆   | 1650.00 |
| 14 | 晨间护理车      | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N520    | 10 辆  | 2300.00 |
| 15 | 平车         | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N302    | 28 辆  | 5800.00 |
| 16 | 三位候诊椅      | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-801     | 44 张  | 2200.00 |
| 17 | 输液椅（三位）    | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-806     | 8 张   | 1800.00 |
| 18 | 不锈钢器械车（大号） | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580     | 15 辆  | 1250.00 |
| 19 | 不锈钢器械车（中号） | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580-1   | 15 辆  | 1000.00 |
| 20 | 不锈钢器械车（小号） | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-580-2   | 15 辆  | 850.00  |
| 21 | 不锈钢升降台     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-610     | 10 架  | 860.00  |
| 22 | 送药车        | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N550    | 4 辆   | 2700.00 |
| 23 | 移动过床餐车     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-C9      | 50 辆  | 620.00  |
| 24 | 一步脚凳       | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-1311    | 34 个  | 180.00  |
| 25 | 落地式输液架     | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-A1      | 28 个  | 240.00  |
| 26 | 五层仪器车      | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-N560    | 1 辆   | 3000.00 |

| 序号                                       | 产品或服务名称  | 制造商或服务商      | 规格型号    | 单位及数量 | 单价     |
|------------------------------------------|----------|--------------|---------|-------|--------|
| 27                                       | 不锈钢双屉治疗车 | 广东昊康医疗设备有限公司 | HK-1106 | 20 台  | 800.00 |
| 各项单价合计金额：大写：伍万捌仟壹佰捌拾伍元整      小写：58185.00 |          |              |         |       |        |

注：本表如与广西政府采购云平台不一致的，以广西政府采购云平台为准（本项目投标报价仅为各项单价合计，且政采云上填写的投标报价应为各项单价合计金额；同时投标报价仅用于报价分值计算）。

供应商名称(电子签章)：广州市上药进出口有限公司

日期：2026年3月5日

