

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）右江民族医学院附属医院 采购计划号广西政采【2025】21965号
供应商（乙方）广西九州通医疗器械有限公司 招标编号GXZC2026-G1-000063-GTZB
签订地点百色市中山二路18号 签订时间2026年3月26日

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家/国别	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	注册证号
1	输液泵	好克	T-2000	深圳市好克医疗仪器股份有限公司/中国	10	台	5500.00	55000.00	粤械注准 2022214024 9
2	电子胆道内窥镜	欧谱曼迪	VCH-300	苏州欧谱曼迪科技有限公司/中国	1	套	968000.00	968000.00	苏械注准 2023206045 3
人民币合计金额（大写） 壹佰零贰万叁仟元整 （小写） 1023000.00 元									
交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格									

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权

或者其他权利。若引发诉讼，乙方承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费、采购人停业损失等）

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：不限

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。

交货地点：右江民族医学院附属医院指定地点。

2. 乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。

(1) 交货时由乙方组织生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视

为没能完成验收。培训结束后，乙方应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证书。

(2) 培训对象：甲方指定的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，乙方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。乙方供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给甲方人存档。否则甲方有权拒绝货物进场，造成的损失由乙方负责。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和采购文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：按乙方承诺，质保期为自验收合格之日起输液泵5年、电子胆道内窥镜3年。如生产厂家承诺质保期服务长于乙方的，乙方亦有继续履行质保服务的义务。（但不低于1年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费）

3、当甲方需设备开放数据端口以接入业务系统时，乙方应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口；若医院有相关需求，乙方需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等，相关接口技术服务费由乙方承担。

4、维修响应：在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应2小时内作出回应，在接到报修通知后12小时内派技术员到达现场维修（单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外），一般故障不超过12小时排除，重大故障不超过24个小时排除，特殊情况无法修复的，质保期内乙方应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。乙方应提供7*24通过远程、上门服务、电话、E-mail等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于1次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。乙方人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

5、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条 付款方式

1. 乙方提供的物品及数量必须与供货清单一致，不得少于供货清单。

2. 本分标项目无预付款，项目验收合格交付使用后30日内支付第一笔合同款的35%，第二笔合同款在验收合格交付使用6个月后的15个工作日内支付合同款的30%，第三笔剩余35%的合同款，在验收合格交付使用12个月后的15个工作日内支付（无息）。乙方在甲方付款前开具完税发票给甲方，税费由已发承担。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：不收取履约保证金。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2、所有投标设备必须是根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少 1 年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供生产厂家对质保期的承诺，且与乙方承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，乙方将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由乙方负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。

3、质保内容：质保整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由乙方负责，保质期内的质量责任由乙方承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照 365 天计算，未达到的天数，按 1:2 比例顺延服务期时间。须提供产品核心部件的质保年限清单。

4、货物保修期：按乙方承诺，质保期为自验收合格之日起输液泵 5 年、电子胆道内窥镜 3 年。若生产厂家官方承诺质保期高于本合同约定，以厂家承诺质保时限为准，乙方亦有继续履行质保服务的义务。（但不低于 1 年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终

身维修、维护服务，维修只收材料成本费）；

5、维修响应:在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊情况无法修复的，质保期内乙方应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。乙方应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。乙方必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。

8. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家《产品质量仲裁检验管理办法》解决。

9.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 交货和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 乙方交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，甲方可解除双方的供货合同。

2. 乙方所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，甲方有权拒收，乙方需赔偿合同金额 5% 的违约金，并承担重新采购的额外成本。

3. 乙方所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

4. 所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必乙方必须联系生产厂商派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，乙方应承担全部费用及相应的责任。

4. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

5. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

7. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

8. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法

的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 乙方在项目实施过程中，如与第三方发生任何纠纷，应由乙方独立承担全部相关责任；如因乙方原因导致诉讼发生，甲方有权要求乙方赔偿包括但不限于甲方依法中止本合同、重新组织招标、应诉所需的律师费、诉讼费及其他相关费用，并赔偿甲方由此产生的一切经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间,本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同履行地点为:右江民族医学院附属医院;合同履行的方式:按照本合同约定。
2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的,须经财政部门审批,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分 3. 本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让


1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

签订本合同依据(注:如果有)

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标文件;
3. 中标通知书

第二十条 本合同一式五份,具有同等法律效力,采购代理机构一份,甲方两份,乙方两份(可根据需要另增加)。

甲方（章）  2026年3月26日	乙方（章）  2026年3月26日
单位地址：	单位地址：南宁市永林路 88 号综合大楼 310、312 室
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：孙辉
经办人： 	经办人：孙辉
电话：/	电话：15796922171
开户银行：/	开户银行：交通银行南宁科技支行
账号：/	账号：451060607018010101821

2、医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方：右江民族医学院附属医院

乙方：广西九州通医疗器械有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定 陈炼 15796922171 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：右江民族医学院附属医院



乙方（盖章）：广西九州通医疗器械有限公司



法定代表人（负责人）：



法定代表人（负责人）：



委托代理人：

委托代理人：孙永东

经办人签名：

郭 彬

经办人签名：孙永东

联系电话：15796922177

2026 年 3 月 26 日

2026 年 3 月 26 日

3、 采购需求

05 分标 采购预算： 104.00 万元 （各项采购预算单价详见招标公告）

序号	标的的名称	数量及单位	所属行业	技术要求
1	输液泵	10 台	工业	一、基本要求 完成输液速度的控制，保证输液安全。 二、配置要求 1. 泵工作系统、指状蠕动式 2. 输液速度：输液速度范围 1.0～1000ml/h；1.0～999.9ml/h 递增、递减量为 0.1ml/h； 3. 输液量设置范围：0.1ml～9999ml；0.1ml～999.9ml：递增、递减量为 0.1ml；1000ml～9999ml：递增、递减量为 1ml。 4. 输液量累计显示范围：0.0～9999ml 5. 输液时间累计显示范围：00:00～99:59h 6. 点滴感应器使用范围：空瓶报警：1.0ml/h～1000ml/h；滴落异常报警：1.0ml/h～500.0ml/h（20dp/ml 输液器）；.0ml/h～200.0ml/h（60dp/ml 输液器） 7. 报警功能：管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、温度偏低、市电中断、电池耗尽 三、具体规格及技术参数 1. 大 LCD 液晶屏 128mm×64mm 的显示， 2. 输液精度：精度$\leq\pm 5\%$ 3. 输液滴速精度：精度$\leq\pm 5\%$ 4. 输液量精度：精度$\leq\pm 5\%$ 5. KVO 速度精度：精度$\leq\pm 10\%$ 6. BOLUS 速度精度：精度$\leq\pm 10\%$ 7. 快排速度精度：精度$\leq\pm 10\%$ 8. 软件可以设定储存十种以上普通输液器参数 9. 输液流速模式：ml/h、dp/m、时间模式三种选择；可自动换算 10. 输液累计有量和时间的累计 11. 采用文字显示、声、光报警方法,全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示 12. 清除已输液量功能：按下清零“C”键约 0.5 秒便可清除输入液量的读数 13. 红外点滴感应器，环境温度偏低报警功能 14. 内置电池应急自动切换；充足电可连续使用不小于 6 小时 15. 输液速度从微量 1ml/h 至高速 1000ml/h 任意设定

				阻塞压力值根据使用科室的需要进行≥ 12档调节，独立菜单界面操作 16. 具有无线 WIFI 联网功能 17. 静脉开通 (KVO) 功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以低流量持续输液 (流速$\leq 10\text{ml/h}$ 时 KVO 流速为 1.0ml/h；流速$> 10\text{ml/h}$ 时 KVO 流速为 3.0ml/h) 18. 操作条件：温度：$+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$，相对湿度 20%-90% 19. 电源供应：交流：a.c.100V-240V 50Hz/60 Hz 20. 安全分类：I 类内部电源的 CF“”普通设备 21. 外形尺寸约：125mm$\times$125mm$\times$168mm 四、售后服务 售后≥ 3 年，包括产品质量问题的退换货服务、质保期内的免费维修服务以及质保期外的长期技术支持等。
2	电子胆道内窥镜	1 套	工业	一、配置要求 1. 电子胆道内窥镜 (1 条) 2. 电子内窥镜图像处理器 (1 台) 3. 医用内窥镜冷光源 (1 台) 4. 医用监视器 (1 台) 5. 专用台车 (1 辆) 二、具体规格及技术参数 (一) 电子胆道内窥镜： 1、摄像头采用 CMOS 芯片，或背照式 (BSI)、堆栈式等功耗、读取速度、进光量和成像质量更优的先进结构芯片。 2、光学中心分辨率：极限分辨率$\geq 14.25\text{lp/mm}$ (在 7mm 工作距离处) 3、视场角：$\geq 120^{\circ}$，$\leq 180^{\circ}$ 4、镜头景深：3-100mm 范围内 5、弯曲度：上弯曲角度$\geq 210^{\circ}$，下弯曲角度$\geq 130^{\circ}$ (带锁定功能) 6、插入部可左转向$\geq 120^{\circ}$，右转向$\geq 120^{\circ}$ 7、插入部头端直径：$\leq 13.5\text{Fr}$ (4.5mm) 8、插入部直径：$\leq 14.7\text{Fr}$ (4.9mm) 9、操作通道：$\geq 6.6\text{Fr}$ (2.2mm) 10、工作长度：400mm$\pm$15MM 内 11、色彩还原：$\geq$四级 12、≥ 4 个快捷功能按键 13、支持低温等离子灭菌 14、防电击程度：BF 型 (二) 电子内窥镜图像处理器： 1、分辨率：$\geq 1920 \times 1080$ 2、具有一键白平衡功能

			3、具有两种以上的测光模式调节功能，可反馈调节冷光源的输出亮度 4、具有细节增强，色彩增强，电子放大功能 5、有 USB 接口，插入 U 盘，实现拍照、录像的储存 6、视频输出接口： HDMI x 1、SDI x 1、DVI x 1 7、可外接图文工作站，并即时打印 8、防电击类型：BF 型 （三）医用内窥镜冷光源： 1、照明方式：LED 光源 2、LED 数量：≥LED 灯 x 3 个 3、显色指数：显色指数不小于 90 4、色温：3000K - 7000K 5、支持白光模式和特殊光谱成像模式 6、具有两种调光模式：自动/手动亮度可选，其中手动模式调光级别 17 级 7、具有待机功能，以便手术过程中短时降低光源亮度，无需频繁开关机，提高光源寿命 8、具有 LED 寿命警示功能 9、连接状态指示灯，指示光源与摄像系统的连接状态 10、防电击类型：BF 型 （四）医用监视器 1、对角线尺寸：24" 2、颜色类型：彩色 3、分辨率：≥1920×1080，FHD 1080p （五）专用台车 1、屏幕旋转角度≥90°，升降行程≥13cm 2、最大承重≤16Kg 3、载物托架高度可调节 4、台面与层板配有防撞击转角 5、抽拉式置物台 6、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能 四、售后服务 承诺质保期≥3 年，在质保期内将免费更换故障的零部件。
一、▲商务要求			
交付的时间（和地点）	1、交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。 2、交货地点：采购人指定地点。		
付款条件（进度和方式）	本分标项目无预付款，项目验收合格交付使用后 30 日内支付第一笔合同款的 35%，第二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%，第三笔剩余 35%的合同款，在验收合格交付使用 12 个月的 15 个工作日内支付(无息)。中标供应商在采购人付款前开具完税发票给采购人，税费由中标供应商承		

	担。
售后服务要求及培训要求	1. 供应商负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点，提供上门安装调试服务，且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时，中标供应商无条件配合并承担相应接口费用。 2. 当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时，中标供应商应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口；若医院有相关需求，中标交供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等，相关接口技术服务费由厂家承担。 3. 维修响应: 在设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应，在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外)，一般故障不超过 12 小时排除，重大故障不超过 24 个小时排除，特殊情况无法修复的，质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备；或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。 4. 保修期要求为至少 3 年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定），生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行(但不低于 3 年, 保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。 5. 人员培训： (1) 交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，中标供应商应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证书。 (2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。 (3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。中标供应商供

	货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。
质保期	1. 所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少 1 年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件，一切费用由中标人负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。 2. 质保内容:质保整机(整台、整套)，质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，保质期内的质量责任由中标人承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%，全年工作日按照 365 天计算，未达到的天数，按 1:2 比例顺延服务期时间。
验收要求	1. 中标供应商交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 2. 中标供应商所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，采购人有权拒收，中标人需赔偿合同金额 5% 的违约金，并承担重新采购的额外成本。 3. 中标供应商所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。 4. 所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205 号]规定执行。
包装和运输（如有）	无
保险（如有）	无
核心产品	本项目第 2 项设备“<u>电子胆道内窥镜</u>”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资

	格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
其他要求	1. 投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。 2. 采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 3. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。 4. 中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。 5. 必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。 6. 如采购人有需求，中标供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统，相关接口技术服务费由厂家承担。。
医疗器械注册证	投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。
资料要求	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求）
二、进口产品说明	
▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。	

4、投标函

1. 投标函

投标函

致：右江民族医学院附属医院

根据贵方项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备
项目（项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTZB）的招标公告，签字代表马小楦（姓名）经正式
授权并代表投标人广西九州通医疗器械有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和
有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉
的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理
性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 60 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及
政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者
免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，
但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如
下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市永林路88号综合大楼310、312室 邮编：530000

电话：15977310025 传真：/

投标人名称：广西九州通医疗器械有限公司

开户银行：交通银行南宁科技支行

银行帐号：451060607018010101821

法定代表人或者委托代理人签字：马小娟

投标人（电子签章）：广西九州通医疗器械有限公司



5、开标一览表

2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目

项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTZB

分标：05 分标

投标人名称：广西九州通医疗器械有限公司

单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	生产厂家	国别	数量及单位①	单价②	投标报价③=①×②	备注
1	输液泵	好克	T2000	深圳市好克医疗仪器股份有限公司	中国	10 台	5500	55000	/
2	电子胆道内窥镜	欧谱曼迪	VCH-300	苏州欧谱曼迪科技有限公司	中国	1 套	968000	968000	/
合计金额大写：人民币壹佰零贰万叁仟元整（¥1023000.00 元）									
交货时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。									

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，须在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用数量提供报价。

4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。


5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人(签字/电子签章): 马小娟

投标人(电子签章): 广西九州通医疗器械有限公司

日期: 2026 年 2 月 12 日



6、售后服务承诺

5. 售后服务承诺

5.1 质保期承诺

我公司承诺，就购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（项目编号：GXZC2026-G1-000063-GT2B），输液泵提供质量保证期5年，电子胆道内窥镜提供质量保证期3年。

特此承诺！

投标人名称（电子签章）：广西九州通医疗器械有限公司

日期：2026年2月12日



第十章 商务条款响应说明

交付的时间(和地点)

- 1、交付时间：自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。
- 2、交货地点：采购人指定地点。

付款条件(进度和方式)

本分标项目无预付款,项目验收合格交付使用后 30 日内支付第一笔合同款的 35%,第二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%,第三笔剩余 35%的合同款,在验收合格交付使用 12 个月的 15 个工作日内支付(无息)。我公司在采购人付款前开具完税发票给采购人,税费由中标供应商承担。

售后服务要求及培训要求

1. 我公司负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点,提供上门安装调试服务,且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时,我公司无条件配合并承担相应接口费用。

2. 当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时,我公司无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口;若医院有相关需求,我公司需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等,相关接口技术服务费由厂家承担。

3. 维修响应:在设备整个使用期内,投标人应确保设备的正常使用,在接到用户维修要求后 10 分钟内作出回应,在接到报修通知后 12 小时内派技术员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外),一般故障不超过 12 小时排除,重大故障不超过 24 个小时排除,特殊情况无法修复的,质保期内我公司应无条件更换新设备或提供代用设备;或采取使设备可正常运转的措施。我公司应提供 7*24 小时通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和维护,每季度 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。我公司设有针对本项目

的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。具有本地备件库，4小时内送达采购人。

4. 保修期：输液泵提供质量保证期5年，电子胆道内窥镜提供质量保证期3年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定），生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不得低于3年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。

5. 人员培训：

(1) 交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，我公司应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证书。

(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。

(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。我公司供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由我公司负责。

质保期

1. 所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保：输液泵提供质量保证期5年，电子胆道内窥镜提供质量保证期3年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与我公司承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，我公司将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，一切费用由我公司负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。

2.2. 质保内容：质保整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由中标人负责，质保期内的质量责任由我公司承担；质保期内保证所保设备全年工作日的开

机率至少达到95%，全年工作日按照365天计算，未达到的天数，按1:2比例顺延服务期时间。投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单

验收要求

1. 我公司交货时，所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

2. 我公司所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。若设备生产年限超出约定，采购人有权拒收，我公司需赔偿合同金额5%的违约金，并承担重新采购的额外成本。

3. 我公司所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

4. 所提供产品，如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理暂行办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。

包装和运输（如有）

无

保险（如有）

无

核心产品

本项目第2项设备“电子胆道内窥镜”为本次采购的核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，

机率至少达到 95%,全年工作日按照 365 天计算,未达到的天数,按 1:2 比例顺延服务期时间。投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单

验收要求

1. 我公司交货时,所有产品均严格按签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收,达不到要求的不予验收,视为产品验收不合格,采购单位可解除双方的供货合同。

2. 我公司所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定,采购人有权拒收,我公司需赔偿合同金额 5% 的违约金,并承担重新采购的额外成本。

3. 我公司所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。

4. 所提供产品,如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时,必须派出厂方代表协助检查,发现产品如有质量问题,供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理暂行办法的通知》[桂财采(2015)22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205 号]规定执行。

包装和运输(如有)

无

保险(如有)

无

核心产品

本项目第 2 项设备“电子胆道内窥镜”为本次采购的核心产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,

由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

其他要求

1. 投标时提供投标产品彩色图片或说明书（标明主要技术参数）。
2. 采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。
3. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。
4. 我公司经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。
5. 必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。
6. 如采购人有需求，我公司需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统，相关接口技术服务费由厂家承担。。

医疗器械注册证

投标产品属第一类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章；投标产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令第 47 号）提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件（或扫描件）加盖投标人电子签章，否则投标无效。

资料要求

当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为



深圳市好克医疗仪器股份有限公司
Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd

售后服务

主要内容应包括：

- (1) **应急维修时间安排：**仪器出现故障，接到书面或电话通知后，1小时内响应，若不能通过电话处理故障，将安排返回机器，派合格的维修工程师在24小时内进行维修，保证不影响医院的临床工作。
- (2) **维修服务收费标准（保质期内、保质期外）：**在保修期内，我们将提供免费更换零配件、修理故障、免服务费、差旅费等全免优质服务。保修期外的产品维修仅收取零配件材料费。
- (3) **主要零配件价格（保质期内、保质期外）：**在质保期内，免费更换零配件，保修期外仅收取零配件材料费。
- (4) **技术培训安排：**设备安装后为使用科室提供操作及维护培训。
- (5) **供货方式：**我们将依据产品数量的多少选择快递和物流的运输方式
- (6) **保修服务计划：**
 1. 产品实行五年免费保修，免费售后服务热线：0755-83151901；
 2. 我们将建立产品和用户档案，产品在深圳市生产厂内设有备件库，实行专人负责制。半年内每月电话回访一次，以后经常电话回访，不定期上门回访，进行跟踪服务。以此保证实现我们的服务承诺和提高我们的服务质量；
 3. 在保修期内，我们将提供免费更换零配件、修理故障、免费升级软件、免服务费、差旅费等全免优质服务。保修期外的产品维修仅收取零配件材料费。

单位：（公章）深圳市好克医疗仪器股份有限公司

电 话：0755-83151901

传 真：0755-83151906





售后服务承诺书

本承诺适用于本公司销售设备售后服务。

二、我公司免费为客户提供产品安装、调试及操作培训。

三、我公司保修期间内为客户提供免费产品培训、技术咨询、维修和软件升级等服务。

1) 高清电子内镜系统、电子内镜图像处理器、医用内镜冷光源主机等主要设备提供
免费保修期限为三年；

2) 对电子内镜镜体提供的保修服务，超出保修时间后，需付费维修。以上整机及配件
产品质保期详见附表1。

四、为确保产品保修期限的精准计算，客户需向我公司提供签署盖章的产品验收单。如客户不
能提供产品验收单，或签收验收日期超过2个自然月（自发货之日起计算），则保修日期
起算日为客户出库之日起计算。

五、更换件保修规则：在原产品正常保修期限内，因质量问题更换的新设备或新配件，不单独计
算独立保修期。新设备/配件的保修权益完全沿用原产品的剩余保修期，保修责任随原产品
整体保修期届满而自动终止，不额外延长总保修时长。

六、我公司将设立服务小组为用户提供高效、专业、规范性的产品服务。对于需要现场维修的，
遵循解决问题高效性原则，一是通过现场支持工程师的专业技能快速定位和解决问题；二
是通过我公司的备品备件库提高系统硬件故障的快速恢复能力。免除客户对售后服务质量的
后顾之忧。

七、保修期内，对于人为操作失误或不可抗拒的因素造成的设备损坏，公司可提供设备维修服务，
其售后服务费用和更换的零配件费用由客户承担。

属下列情况之一的不在本承诺服务范围内：

- 1) 私自拆机或未经我司授权进行维修的；
- 2) 未按照标准操作流程操作而导致的损坏；
- 3) 由于使用不当，如坠落、碰撞、浸液等导致的损坏；

1/1

文件编号：B4E1-MS0013 版本：A7

.170-

文件编号: 1001-050013 版本: A7

2/3



苏州派恩医疗设备有限公司

我们竭诚为贵厂提供优质的产品，并为您提供最优质的服务。如有任何疑问，请随时与我们联系。苏州派恩医疗设备有限公司，期待您的合作。





表 1 终端销售设备保修期限：

系列名称	设备名称	保修规则
电子内窥镜	电子胆道内窥镜	3 年
高清电子内镜系统	电子内窥镜图像处理器	3 年
	医用内窥镜冷光源	3 年
	医用监视器	3 年
	医用台车	3 年

7、商务偏离表

4. 商务要求偏离表

所投分标: 05 分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
交付的时间 (和地点)	1、交付时间: 自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。	1、交付时间: 自合同签订之日起 30 天内交货并安装调试合格。	无偏离
	2、交货地点: 采购人指定地点。	2、交货地点: 采购人指定地点。	无偏离
付款条件 (进度和方式)	本分标项目无预付款, 项目验收合格交付使用后 30 日内支付第一笔合同款的 35%, 第二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%, 第三笔剩余 35% 的合同款, 在验收合格交付使用 12 个月的 15 个工作日内支付(无息)。中标供应商在采购人付款前开具完税发票给采购人, 税费由中标供应商承担。	本分标项目无预付款, 项目验收合格交付使用后 30 日内支付第一笔合同款的 35%, 第二笔合同款在验收合格交付使用 6 个月后的 15 个工作日内支付合同款的 30%, 第三笔剩余 35% 的合同款, 在验收合格交付使用 12 个月的 15 个工作日内支付(无息)。我在采购人付款前开具完税发票给采购人, 税费由中标供应商承担。	无偏离
售后服务要求及培训要求	1. 供应商负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点, 提供上门安装调试服务, 且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时, 中标供应商无条件配合并承担相应接口费	1. 我公司负责货物运输、保险及卸货至采购人指定地点, 提供上门安装调试服务, 且不得额外收取运输、安装、调试等任何费用。采购人需要设备开放数据端口接入业务系统时, 我公司无条件配合并承担相应接口费用。	无偏离

 2. 当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时, 中标供应商应无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口; 若医院有相关需求, 中标交供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等, 相关接口技术服务费由厂家承担。	2. 当采购人需设备开放数据端口以接入业务系统时, 我公司无条件开放设备的数据通信技术接口服务全端口; 若医院有相关需求, 我公司需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等, 相关接口技术服务费由厂家承担。	无偏离
3. 维修响应: 在设备整个使用期内, 投标人应确保设备的正常使用, 在接到用户维修要求后应 2 小时内作出回应, 在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外), 一般故障不超过 12 小时排除, 重大故障不超过 24 个小时排除, 特殊情况无法修复的, 质保期内中标供应商应无条件更换新设备或提供代用设备; 或采取使设备可正常运转的措施。投标人应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行	3. 维修响应: 在设备整个使用期内, 投标人应确保设备的正常使用, 在接到用户维修要求后 10 分钟内作出回应, 在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修(单个设备有特殊要求的或不可抗力情形除外), 一般故障不超过 12 小时排除, 重大故障不超过 24 个小时排除, 特殊情况无法修复的, 质保期内我公司应无条件更换新设备或提供代用设备; 或采取使设备可正常运转的措施。我公司应提供 7*24 通过远程、上门服务、电话、E-mail 等方式为用户提供终身完善的售前和售后技术咨询服务。质保期内定期对设备进行免费保养和	无偏离

 行免费保养和维护，每季度不少于 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。投标人必须设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。	维护，每季度 1 次定期回访及对系统进行维护。提供终身有偿维护和保养服务。我公司设有针对本项目的售后服务点，保证长期良好的售后服务，并列出售后服务点的详细地址、联系电话及技术服务人员。具有本地备件库，4 小时内送达采购人。	
4. 保修期要求为至少 3 年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定），生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不低于 3 年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。	4. 保修期输液泵提供质量保证期 5 年，电子胆道内窥镜提供质量保证期 3 年（如“技术要求”中另有要求的，按其规定），生产厂商有承诺的按生产厂商承诺执行（但不低于 3 年，保修期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护服务，维修只收材料成本费。	无偏离
5. 人员培训：	5. 人员培训：	无偏离
(1) 交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，中标供应商应为相关人员提供厂家出具的产品使用培	(1) 交货时由生产厂商工程技术人员为用户提供使用技术培训，并使操作人员达到能独立、熟练操作及维护仪器的程度。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。培训结束后，我公司应为相关人员提供厂家出具的产品使用培训证	无偏离

	 书。	书。	
	(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。	(2) 培训对象：使用单位的设备使用人员及维修人员。	无偏离
	(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。中标供应商供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由中标人负责。	(3) 培训形式：现场使用培训方式，安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备。我公司供货时每一个产品必须提供详细参数说明书各壹套给采购人存档。否则采购人有权拒绝货物进场，造成的损失由我公司负责。	无偏离
质保期	1. 所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保至少1年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与投标人承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，中标人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零部件，一切费用由中标人负责。终身	1. 所有投标设备必须根据《医疗器械监督管理条例》及相关国家标准、产品技术要求执行，整机质保：输液泵提供质量保证期5年，电子胆道内窥镜提供质量保证期3年（如“技术参数及其性能（配置）要求”中另有要求，按其规定）。质保期自设备验收合格并能正常使用之日起计算。如投标文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，且与我公司承诺不一致时，以生产厂家承诺为准。质保期内，我公司将负责处理并解决故障，并免	无偏离

	 提供维修服务。质保期外维修只收材料成本费。	费更换有故障的零、部件，一切费用由我公司负责。终身提供维修服务，质保期外维修只收材料成本费。	
	2. 质保内容: 质保整机(整台、整套), 质保期内保证设备的合法性使用, 国家强制检测由中标人负责, 质保期内的质量责任由中标人承担; 质保期内保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%, 全年工作日按照 36510 天计算, 未达到的天数, 按 1:2 比例顺延服务期时间。	2. 质保内容: 质保整机(整台、整套), 质保期内保证设备的合法性使用, 国家强制检测由中标人负责, 质保期内的质量责任由我公司承担; 质保期内的质量责任由我公司承担; 质保期内的保证所保设备全年工作日的开机率至少达到 95%, 全年工作日按照 365 天计算, 未达到的天数, 按 1:2 比例顺延服务期时间。投标文件须提供产品核心部件的质保年限清单	无偏离
验收要求	1. 中标供应商交货时, 所有产品均严格按照签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收, 达不到要求的不予验收, 视为产品验收不合格, 采购单位可解除双方的供货合同。	1. 我公司交货时, 所有产品均严格按照签订的采购合同、响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收, 达不到要求的不予验收, 视为产品验收不合格, 采购单位可解除双方的供货合同。	无偏离
	2. 中标供应商所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定, 采购人有权拒收, 中标人需赔偿合同金额 5% 的违约金, 并承担重新采购的	2. 我公司所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的机型。若设备生产年限超出约定, 采购人有权拒收, 我公司需赔偿合同金额 5% 的违约金, 并承担重新采购的额外成	无偏离

	 额外成本。 3. 中标供应商所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。	本。	
	4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出厂方代表协助检查, 发现产品如有质量问题, 供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。	3. 我公司所提供的产品必须是具备厂商合法渠道的全新的、完整的、未使用过的产品。	无偏离
	4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出厂方代表协助检查, 发现产品如有质量问题, 供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。	4. 所提供产品, 如有质量监督、环保等部门要求对产品进行检测、检验时, 必须派出厂方代表协助检查, 发现产品如有质量问题, 供货方和制造商应承担全部费用及相应的责任。	无偏离
	5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。	5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。	无偏离
包装和运输 (如有)	无	无	无偏离
保险(如有)	无	无	无偏离
核心产品	本项目第2项设备“电子胆道内窥镜”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、	本项目第2项设备“电子胆道内窥镜”为本次采购的核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、	无偏离


	 符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,采购文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。	符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,采购文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
其他要求	1. 投标时提供投标产品彩色图片或说明书(标明主要技术参数)。	1. 投标时提供投标产品彩色图片或说明书(标明主要技术参数)。	无偏离
	2. 采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督,并对服务情况进行客观记录,在每个合同年度期结束时,由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。	2. 采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督,并对服务情况进行客观记录,在每个合同年度期结束时,由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。	无偏离
	3. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的,属虚假应标行为,采购人将终止合同拒收货物,追究该成交单位违约责任,赔偿	3. 采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的,属虚假应标行为,采购人将终止合同拒收货物,追究该成交单位违约责任,赔偿	无偏离

	 采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。	采购人因采购时间延长造成采购经济等方面损失。	
	4. 中标供应商经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。	4. 我公司经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》。	无偏离
	5. 必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。	5. 必须无条件向采购人开放数据通讯技术接口服务全端口。	无偏离
	6. 如采购人有需求, 中标供应商需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统, 相关接口技术服务费由厂家承担。。	6. 如采购人有需求, 我公司需负责将该产品接入医院的 HIS 系统、LIS 系统、PASS 系统等系统, 相关接口技术服务费由厂家承担。。	无偏离
医疗器械注册证	投标产品属第一类医疗器械产品的, 投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号) 提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章; 投标产品属第二、三类医疗器械产品的, 投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号) 提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件	投标产品属第一类医疗器械产品的, 投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号) 提供该设备在负责药品监督管理的部门提交备案资料证明材料复印件(或扫描件)加盖投标人电子签章; 投标产品属第二、三类医疗器械产品的, 投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》(国家市场监督管理总局令第 47 号) 提供该设备有效的药品监督管理部门出具的医疗器械注册证复印件(或	无偏离

	(或扫描件)加盖投标人电子签章,否则投标无效。	扫描件)加盖投标人电子签章,否则投标无效。	
资料要求	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时,以生产商资料为准。(“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求)	当响应文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时,以生产商资料为准。(“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求)	无偏离


注:

- 1.说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。
- 2.投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字/电子签名): 

投标人(电子签章): 广东星洲通医疗器械有限公司

日期: 2026年2月12日




8、技术偏离表

2. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

所投分标：05分标

项 号	标的的 名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	输液泵	一、基本要求	一、基本要求	无偏离
		完成输液速度的控制，保证输液安全。	完成输液速度的控制，保证输液安全。	无偏离
		二、配置要求	二、配置要求	无偏离
		1. 泵工作系统、指状蠕动式	1. 泵工作系统、指状蠕动式	无偏离
		2. 输液速度：输液速度范围 1.0~1000ml/h；1.0~999.9ml/h 递增、递减量为 0.1ml/h；	2. 输液速度：(0.10~2001.00)ml/h，最小步进 0.01ml/h	正偏离，说明书第 7 页
		3. 输液量设置范围：0.1ml~9999ml；0.1ml~999.9ml：递增、递减量为 0.1ml；1000ml~9999ml：递增、递减量为 1ml。	3. 输液量设置范围：(0.00~99999.99) ml，最小步进 0.01ml	正偏离，说明书第 7 页
		4. 输液量累计显示范围：0.0~9999ml	4. 输液量累计显示范围：(0.00~99999.99) ml	正偏离，说明书第 7 页
		5. 输液时间累计显示范围：00:00~99:59h	5. 输液时间累计显示范围：00:00~99:59h	无偏离
		6. 点滴感应器使用范围：空瓶报警：	6. 点滴感应器使用范围：空瓶报警：	无偏离

	1. 0ml/h~1000ml/h: 滴落异常报警: 1. 0ml/h~500.0ml/h (20dp/ml 输液器); .0ml/h~200.0ml/h (60dp/ml 输液器)	1. 0ml/h~1000ml/h: 滴落异常报警: 1. 0ml/h~500.0ml/h (20dp/ml 输液器); .0ml/h~200.0ml/h (60dp/ml 输液器)	
	7. 报警功能: 管路气泡、管路阻塞、门开、输液完成、电池欠压、系统故障、暂停超时、滴落异常、空瓶、温度偏低、市电中断、电池耗尽	7. 报警功能: 声光报警 门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温故障、输液管错误、瓶空、定时关机、系统故障	正偏离, 说明书第 22-24 页
	三、具体规格及技术参数	三、具体规格及技术参数	无偏离
	1. 大 LCD 液晶屏 128mm×64mm 的显示,	1. 3.5 寸彩色液晶触摸屏, 菜单显示, 适用于国内各种输液器, 开门方式	正偏离 详见彩页
	2. 输液精度: 精度$\leq \pm 5\%$	2. 输液精度: 精度$\pm 5\%$	无偏离
	3. 输液滴速精度: 精度$\leq \pm 5\%$	3. 输液滴速精度: 精度$\pm 5\%$	无偏离
	4. 输液量精度: 精度$\leq \pm 5\%$	4. 输液量精度: 精度$\pm 5\%$	无偏离
	5. KVO 速度精度: 精度$\leq \pm 10\%$	5. KVO 速度精度: 精度$\pm 10\%$	无偏离
	6. BOLUS 速度精度: 精度$\leq \pm 10\%$	6. BOLUS 速度精度: 精度$\pm 10\%$	无偏离
	7. 快排速度精度: 精度$\leq \pm 10\%$	7. 快排速度精度: 精度$\pm 10\%$	无偏离
	8. 软件可以设定储存十种以上普通输液器参数	8. 软件可以设定储存十种以上普通输液器参数	无偏离
	9. 输液流速模式: ml/h、dp/m、时间模	9. 输液流速模式: 流速模式, 滴速模	正偏离,

	式, 时间模式, 体重模式, 剂量模式, 间断给药模式, 梯度模式, 切换模式, 编程模式, 微量模式, 混合模式, 药物库	说明书第 18 页	
	10. 输液累计有量 and 时间的累计	10. 输液累计有量 and 时间的累计	无偏离
	11. 采用文字显示、声、光报警方法, 全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示	11. 采用文字显示、声、光报警方法, 全部报警功能必须在液晶屏上以中文方式清晰提示	无偏离
	12. 清除已输液量功能: 按下清零“C”键约 0.5 秒便可清除输入液量的读数	12. 清除已输液量功能: 按下清零“C”键约 0.5 秒便可清除输入液量的读数	无偏离
	13. 红外点滴感应器, 环境温度偏低报警功能	13. 红外点滴感应器, 环境温度偏低报警功能	无偏离
	14. 内置电池应急自动切换: 充足电可连续使用不小于 6 小时	14. Li-Polymer 7.2V 6800mAh, 25ml/h 的速度连续工作时间大于 12 小时	正偏离, 说明书第 8 页
	15. 输液速度从微量 1ml/h 至高速 1000ml/h 任意设定阻塞压力值根据使用科室的需要进行 ≥12 档调节, 独立菜单界面操作	15. 输液速度从微量 1ml/h 至高速 1000ml/h 任意设定阻塞压力值根据使用科室的需要进行 12 档调节, 独立菜单界面操作	无偏离
	16. 具有无线 WIFI 联网功能	16. 具有无线 WIFI 联网功能	无偏离
	17. 静脉开通 (KVO) 功能: 当输液量到	17. 静脉开通 (KVO) 功能: 当输液量到	无偏离

		 达预先设定的输液限度时,保持静脉开通的功能使输液泵以低流量持续输液 (流速$\leq 10\text{ml/h}$时 KVO 流速为 1.0ml/h; 流速$>10\text{ml/h}$时 KVO 流速为 3.0ml/h)	到达预先设定的输液限度时,保持静脉开通的功能使输液泵以低流量持续输液(流速10ml/h时 KVO 流速为 1.0ml/h; 流速$>10\text{ml/h}$时 KVO 流速 为 3.0ml/h)	
		18. 操作条件: 温度: $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 20%-90%	18. 操作条件: 温度: $+5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 20%-90%	无偏离
		19. 电源供应: 交流: a, c, 100V-240V50Hz/60Hz	19. 电源供应: 交流: a, c, 100V-240V50Hz/60Hz	无偏离
		20. 安全分类: I 类内部电源的 CF “ ” 普通设备	20. 安全分类: I 类内部电源的 CF “ ” 普通设备	无偏离
		21. 外形尺寸约: $125\text{mm}\times 125\text{mm}\times 168\text{mm}$	21. 外形尺寸约: $125\text{mm}\times 125\text{mm}\times 168\text{mm}$	无偏离
		四、售后服务	四、售后服务	无偏离
		售后 ≥ 3 年,包括产品质量问题的退换货服务、质保期内的免费维修服务以及质保期外的长期技术支持等。	售后 5 年,包括产品质量问题的退换货服务、质保期内的免费维修服务以及质保期外的长期技术支持等。	正偏离
2	电子胆道内窥镜	一、配置要求	一、配置要求	无偏离
		1. 电子胆道内窥镜 (1 条)	1. 电子胆道内窥镜 (2 条)	正偏离
		2. 电子内窥镜图像处理器 (1 台)	2. 电子内窥镜图像处理器 (1 台)	无偏离
		3. 医用内窥镜冷光源 (1 台)	3. 医用内窥镜冷光源 (1 台)	无偏离
		4. 医用监视器 (1 台)	4. 医用监视器 (1 台)	无偏离

5. 专用台车 (1 辆)	5. 专用台车 (1 辆)	无偏离
二、具体规格及技术参数	二、具体规格及技术参数	无偏离
(一) 电子胆道内窥镜:	(一) 电子胆道内窥镜:	无偏离
1、摄像头采用 CMOS 芯片, 或背照式 (BSI)、堆栈式等功耗、读取速度、进光量和成像质量更优的先进结构芯片。	1、摄像头采用 CMOS 芯片, 或背照式 (BSI)、堆栈式等功耗、读取速度、进光量和成像质量更优的先进结构芯片。	无偏离
2、光学中心分辨率: 极限分辨率 $\geq 14.25\text{lp/mm}$ (在 7mm 工作距离处)	2、光学中心分辨率: 极限分辨率 14.25lp/mm (在 7mm 工作距离处)	无偏离
3、视场角: $\geq 120^\circ$, $\leq 180^\circ$	3、视场角: 120° , 180°	无偏离
4、镜头景深: 3-100mm 范围内	4、镜头景深: 3-100mm 范围内	无偏离
5、弯曲度: 上弯曲角度 $\geq 210^\circ$, 下弯曲角度 $\geq 130^\circ$ (带锁定功能)	5、弯曲度: 上弯曲角度 210° , 下弯曲角度 130° (带锁定功能)	无偏离
6、插入部可左转向 $\geq 120^\circ$, 右转向 $\geq 120^\circ$	6、插入部可左转向 120° , 右转向 120°	无偏离
7、插入部头端直径: $\leq 13.5\text{Fr}$ (4.5mm)	7、插入部头端直径: 13.5Fr (4.5mm)	无偏离
8、插入部直径: $\leq 14.7\text{Fr}$ (4.9mm)	8、插入部直径: 14.7Fr (4.9mm)	无偏离
9、操作通道: $\geq 6.6\text{Fr}$ (2.2mm)	9、操作通道: 6.6Fr (2.2mm)	无偏离
10、工作长度: 400mm $\pm$ 15MM 内	10、工作长度: 400mm $\pm$ 15MM 内	无偏离
11、色彩还原: $\geq$ 四级	11、色彩还原: 四级	无偏离
12、 ≥ 4 个快捷功能按键	12、4 个快捷功能按键	无偏离
13、支持低温等离子灭菌	13、支持低温等离子灭菌	无偏离

	14、防电击程度: BF 型	14、防电击程度: BF 型	无偏离
	(二) 电子内窥镜图像处理器:	(二) 电子内窥镜图像处理器:	无偏离
	1、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$	1、分辨率: 1920×1080	无偏离
	2、具有一键白平衡功能	2、具有一键白平衡功能	无偏离
	3、具有两种以上的测光模式调节功能, 可反馈调节冷光源的输出亮度	3、具有 3 种测光模式调节功能其中 包括自动模式、峰值模式和平均模式, 可反馈调节冷光源的输出亮度	正偏离 (TP-300 0 电子内 窥镜图像 处理器说 明书)
	4、具有细节增强, 色彩增强, 电子放大功能	4、具有细节增强, 色彩增强, 电子放大功能	无偏离
	5、有 USB 接口, 插入 U 盘, 实现拍照、录像的储存	5、有 USB 接口, 插入 U 盘, 实现拍照、录像的储存	无偏离
	6、视频输出接口: HDMI x1、SDI x1、DVI x1	6、视频输出接口: HDMI x1、SDI x1、 DVI x1	无偏离
	7、可外接图文工作站, 并即时打印	7、可外接图文工作站, 并即时打印	无偏离
	8、防电击类型: BF 型	8、防电击类型: BF 型	无偏离
	(三) 医用内窥镜冷光源:	(三) 医用内窥镜冷光源:	无偏离
	1、照明方式: LED 光源	1、照明方式: LED 光源	无偏离
	2、LED 数量: $\geq$ LED 灯 x3 个	2、LED 数量: LED 灯 x3 个	无偏离
	3、显色指数: 显色指数不小于 90	3、显色指数: 显色指数 90	无偏离

4、色温: 3000K-7000K	4、色温: 3000K-7000K	无偏离
5、支持白光模式和特殊光谱成像模式	5、支持白光模式和特殊光谱成像模式	无偏离
6、具有两种调光模式: 自动/手动亮度可选, 其中手动模式调光级别 17 级	6、具有两种调光模式: 自动/手动亮度可选, 其中手动模式调光级别 17 级	无偏离
7、具有待机功能, 以便手术过程中短时降低光源亮度, 无需频繁开关机, 提高光源寿命	7、具有待机功能, 以便手术过程中短时降低光源亮度, 无需频繁开关机, 提高光源寿命	无偏离
8、具有 LED 寿命警示功能	8、具有 LED 寿命警示功能	无偏离
9、连接状态指示灯, 指示光源与摄像系统的连接状态	9、连接状态指示灯, 指示光源与摄像系统的连接状态	无偏离
10、防电击类型: BF 型	10、防电击类型: BF 型	无偏离
(四) 医用监视器	(四) 医用监视器	无偏离
1、对角线尺寸: 24"	1、对角线尺寸: 24"	无偏离
2、颜色类型: 彩色	2、颜色类型: 彩色	无偏离
3、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$, FHD1080p	3、分辨率: 1920×1080 , FHD1080p	无偏离
(五) 专用台车	(五) 专用台车	无偏离
1、屏幕旋转角度 $\geq 90^\circ$, 升降行程 $\geq 13\text{cm}$	1、屏幕旋转角度 90° , 升降行程 13cm	无偏离
2、最大承重 $\leq 16\text{Kg}$	2、最大承重 16Kg	无偏离
3、载物托架高度可调节	3、载物托架高度可调节	无偏离
4、台面与层板配有防撞击转角	4、台面与层板配有防撞击转角	无偏离

	5、抽拉式置物台	5、抽拉式置物台	无偏离
	6、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能	6、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能	无偏离
	四、售后服务	四、售后服务	无偏离
	承诺质保期≥3年，在质保期内将免费更换故障的零部件。	承诺质保期3年，在质保期内将免费更换故障的零部件。	无偏离


注：

- 1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
- 2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
- 3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
- 4.如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：马小娟

投标人（电子签章）：广西九州通医疗器械有限公司

日期：2026年2月12日



9、设备性能配置清单

1. 设备性能配置清单

设备性能配置清单

所投分标: 03分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	输液泵	10 台	好克	T2000	深圳市好克医疗仪器股份有限公司	深圳	一、基本要求 完成输液速度的控制, 保证输液安全。 二、配置要求 1. 泵工作系统、指状蠕动式 2. 输液速度: (0.10~2001.00)ml/h, 最小步进 0.01ml/h 3. 输液量设置范围: (0.00~99999.99) ml, 最小步进 0.01ml 4. 输液量累计显示范围: (0.00~99999.99) ml 5. 输液时间累计显示范围: 00:00~99:59h 6. 点滴感应器使用范围: 空瓶报警: 1.0ml/h~1000ml/h; 滴落异常报警: 1.0ml/h~500.0ml/h (20dp/ml 输液器); 1.0ml/h~200.0ml/h (60dp/ml 输液器)



7.报警功能: 声光报警 门未关、气泡、阻塞、输液完成、接近完成、忘记操作、电量低、电池耗尽、交流掉电、滴速异常、加温故障、输液管错误、瓶空、定时关机、系统故障

三、具体规格及技术参数

1.3.5 寸彩色液晶触摸屏, 菜单显示, 适用于国内各种输液器, 开门方式

2. 输液精度: 精度 $\pm 5\%$

3. 输液滴速精度: 精度 $\pm 5\%$

4. 输液量精度: 精度 $\pm 5\%$

5. KVO 速度精度: 精度 $\pm 10\%$

6. BOLUS 速度精度: 精度 $\pm 10\%$

7. 快排速度精度: 精度 $\pm 10\%$

8. 软件可以设定储存十种以上普通输液器参数

9. 输液流速模式: 流速模式, 滴速模式, 时间模式, 体重模式, 剂量模式, 间断给药模式, 梯度模式, 切换模式, 编程模式, 微量模式, 混合模式, 药物库

10. 输液累计有量 and 时间的累计

11. 采用文字显示、声、光报警方法, 全部报警功能必须在液晶屏上以中文方

					式清晰提示 12. 清除已输液量功能：按下清零“C”键约0.5秒便可清除输入液量的读数 13. 红外点滴感应器，环境温度偏低报警功能 14. Li-Polymer 7.2V 6800mAh, 25ml/h的速度连续工作时间大于12小时 15. 输液速度从微量1ml/h至高速1000ml/h任意设定阻塞压力值根据使用科室的需要进行12档调节，独立菜单界面操作 16. 具有无线WIFI联网功能 17. 静脉开通（KVO）功能：当输液量到达预先设定的输液限度时，保持静脉开通的功能使输液泵以低流量持续输液（流速10ml/h时KVO流速为1.0ml/h；流速>10ml/h时KVO流速为3.0ml/h） 18. 操作条件：温度：+5℃~+40℃，相对湿度20%-90% 19. 电源供应：交流：a. c. 100V-240V50Hz/60Hz 20. 安全分类：I类内部电源的CF“”普通设备
--	--	---	--	--	---

							21. 外形尺寸约: 125mm×125mm×168mm 四、售后服务 售后 5 年, 包括产品质量问题的退换货服务、质保期内的免费维修服务以及质保期外的长期技术支持等。
2	电子胆道内窥镜	1 套	欧谱曼迪	VCH-300	苏州欧谱曼迪科技有限公司	苏州	一、配置要求 1. 电子胆道内窥镜 (2 条) 2. 电子内窥镜图像处理器 (1 台) 3. 医用内窥镜冷光源 (1 台) 4. 医用监视器 (1 台) 5. 专用台车 (1 辆) 二、具体规格及技术参数 (一) 电子胆道内窥镜: 1、摄像头采用 CMOS 芯片, 或背照式 (BSI)、堆栈式等功耗、读取速度、进光量和成像质量更优的先进结构芯片。 2、光学中心分辨率: 极限分辨率 14.25lp/mm (在 7mm 工作距离处) 3、视场角: 120°, 180° 4、镜头景深: 3-100mm 范围内 5、弯曲度: 上弯曲角度 210°, 下弯曲角度 130° (带锁定功能)

						6、插入部可左转向120°，右转向120° 7、插入部头端直径：13.5Fr（4.5mm） 8、插入部直径：14.7Fr（4.9mm） 9、操作通道：6.6Fr（2.2mm） 10、工作长度：400mm±15MM 内 11、色彩还原：四级 12、4个快捷功能按键 13、支持低温等离子灭菌 14、防电击程度：BF 型 （二）电子内窥镜图像处理器： 1、分辨率：1920×1080 2、具有一键白平衡功能 3、具有3种测光模式调节功能其中包括自动模式、峰值模式和平均模式，可反馈调节冷光源的输出亮度 4、具有细节增强，色彩增强，电子放大功能 5、有USB接口，插入U盘，实现拍照、录像的储存 6、视频输出接口：HDMI×1、SDI×1、DVI×1 7、可外接图文工作站，并即时打印 8、防电击类型：BF 型 （三）医用内窥镜冷光源：
--	--	---	--	--	--	--

				1、照明方式：LED 光源 2、LED 数量：LED 灯 x3 个 3、显色指数：显色指数 90 4、色温：3000K-7000K 5、支持白光模式和特殊光谱成像模式 6、具有两种调光模式：自动/手动亮度可选，其中手动模式调光级别 17 级 7、具有待机功能，以便手术过程中短时降低光源亮度，无需频繁开关机，提高光源寿命 8、具有 LED 寿命警示功能 9、连接状态指示灯，指示光源与摄像系统的连接状态 10、防电击类型：BF 型 （四）医用监视器 1、对角线尺寸：24" 2、颜色类型：彩色 3、分辨率：1920×1080, FHD1080p （五）专用台车 1、屏幕旋转角度 90°，升降行程 13cm 2、最大承重 16Kg 3、载物托架高度可调节 4、台面与层板配有防撞击转角
--	--	---	--	---

							5、抽拉式置物台 6、医用静音万向脚轮，其中两只带制 车功能 四、售后服务 承诺质保期3年，在质保期内将免费更 换故障的零部件。
--	--	--	--	--	--	--	--


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：马小娟

投标人（电子签章）：西九州医疗器械有限公司

日期：2026年2月12日



厂家出具的配置清单



深圳市好克医疗仪器股份有限公司
Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd

货物配置清单一览表

T2000 输液泵的配置清单如下:

项目	输液泵			
货物名称	规格型号	数量	产地	品牌
输液泵主机	T2000	1 台	中国深圳	好克
滴速度传感器	T2000	1 个	中国深圳	好克
原装电源线	T2000	1 根	中国深圳	好克
说明书	T2000	1 本	中国深圳	好克
检验合格证	T2000	1 份	中国深圳	好克
快捷操作卡	T2000	1 张	中国深圳	好克
保修卡	T2000	1 张	中国深圳	好克

制造商: 深圳市好克医疗仪器股份有限公司



地址: 深圳市福田区龙华街道富康社区民权路 11 号建业泰工业区厂房 C 栋 1 层-5 层

电话: 0755-83151901 传真: 0755-83151906 网址: www.hawkmedical.cn
地址: 深圳市福田区龙华街道富康社区民权路 11 号建业泰工业区厂房 C 栋 1 层-5 层好克医疗



电子胆道内窥镜配置清单

序号	产品名称	型号	数量
1	电子胆道内窥镜	VCE-300	2根
2	电子内窥镜图像处理器	TP-3000	1台
3	医用内窥镜冷光源	TL-3000	1台
4	医用监视器	TSX-200	1台
5	医用台车	TSC-150	1台

10、产品医疗器械注册证

输液泵

8.5 输液泵产品注册证及厂家证件等资料



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：粤械注准 20222140249

注册人名称	深圳市好克医疗仪器股份有限公司
注册人住所	深圳市龙华区龙华街道富康社区民权路11号建业泰工业区厂房C栋1层
生产地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区民权路11号建业泰工业区厂房C栋2层、3层、4层
产品名称	输液泵
型号、规格	T2000
结构及组成	由微机系统、泵体装置、检测装置、报警系统、人机接口5个部分组成。
适用范围	与输液器配套，不接触输注液体，供医院以可调节的方式为患者静脉输注药液使用。不用于镇痛药、化疗药物及胰岛素的输注。
附件	产品技术要求。
其他内容	无
备	

审批部门：广东省药品监督管理局
(审核部门盖章)



批准日期：2022年02月28日
生效日期：2022年02月28日
有效期至：2027年02月27日



中华人民共和国
医疗器械注册变更文件


注册证编号：粤械注准 20222140249

产品名称	输液泵
变更内容	1. 注册人住所由“深圳市龙华区龙华街道富康社区民权路11号建业泰工业区厂房C栋1层”变更为“深圳市龙华区龙华街道富康社区民权路11号建业泰工业区厂房C栋1层、2层、3层、4层”
备注	本文件与“粤械注准 20222140249”注册证共同使用。 新《医疗器械分类目录》管理类别：II类，分类编码：14 注射、护理和防护器械-02 血管内输液器械

审批日期：2022年03月14日

批准日期：2022年03月14日





中华人民共和国

医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：粤械注准20222140249

产品名称	输液泵
变更内容	1. 注册人住所由“深圳市龙华区龙华街道高塘社区民权路11号建泰工业区厂房C栋1层、2层、3层、4层”变更为“深圳市龙华区龙华街道高塘社区民权路11号建泰工业区厂房C栋1层—5层”。 2. 生产地址由“深圳市龙华区龙华街道高塘社区民权路11号建泰工业区厂房C栋2层、3层、4层”变更为“深圳市龙华区龙华街道高塘社区民权路11号建泰工业区厂房C栋1层—5层”。
备注	本文件与“粤械注准20222140249”注册证共同使用。

审批部门：广东省药品监督管理局

核准日期：2025 年 07 月 10 日



电子胆内窥镜

8.6 电子胆道内窥镜产品注册证及厂家证件等资料



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20232060453

注册人名称	苏州欧浦曼迪科技有限公司
注册人住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区新发路 29 号万龙大厦 104-106 号、辅楼 1 层
生产地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区新发路 29 号万龙大厦 104-106 号、辅楼 1 层
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	电子胆道内窥镜
型号、规格	YCH-300
结构及组成	由头端部、弯曲部、插入部、操作部及导光部组成。含有工作通道，其中，导光部也可称为电气和光源连接部，配附件有吸引阀、钳子/灌流插头、钳道网、镜体鞘套等，防水帽。
适用范围	置入与本产品研发的图像处理装置（TP-3000），医用冷光源（TL-3000）配套使用，通过视频监视器为胆道胆管的观察、诊断、摄影与治疗提供图像。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	



江苏省药品监督管理局
行政审管业务专用章
(2)

批准日期：2023 年 04 月 18 日
生效日期：2023 年 04 月 18 日
有效期至：2028 年 04 月 17 日

—1—



中华人民共和国
医疗器械变更注册（备案）文件

注册证编号：苏械注准 20232060453

产品名称	电子胆道内窥镜
变更内容	型号、规格变更 由“VCH-300”变更为“VCH-305、VCH-300S” 产品技术要求变更 由“产品技术要求”变更为“产品技术要求变更情况对比表附表及内容”变更内容 产品技术要求变更情况对比表附表及内容
备注	本文件与“苏械注准 20232060453”医疗器械注册证共同使用




江苏省药品监督管理局

批准日期：2024 年 07 月 09 日

11、厂家授权书及厂家证件

输液泵



电话：0755-83151981 传真：0755-83151985 网址：www.haokemical.com
地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区民权路11号建业泰工业区厂房C栋1层好克医疗



授权书

致：广西国泰招标咨询有限公司


兹授权广西九州通医疗器械有限公司为我公司合法代理人，负责本公司代理的苏州欧谱曼迪科技有限公司生产的电子胆道内窥镜系统设备；深圳市好克医疗仪器股份有限公司生产的输液泵参与项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTJB）的投标及相关商务事宜。

授权期限：2026年1月20日至本次招投标结束。

广西瑞泰医疗投资有限公司

2026年1月20日





2025 年 5 月 31 日


至 2008 年 08 月 08 日

第 11 頁

舞 舞 舞



医疗器械经营许可证

许可证编号: 粤337020 企业名称: 深圳市经纬医疗设备有限公司 住 所: 广东省深圳市福田区莲花街道福民社区民权路11号建业泰工业区1栋1层 经营场所: 深圳市福田区莲花街道福民社区民权路11号建业泰工业区1栋1层 库房地址: 深圳市福田区莲花街道福民社区民权路11号建业泰工业区1栋1层	统一社会信用代码: 9144030077586236795 法定代表人: 闫程亮 企业负责人: 闫程亮 经营方式: 批零兼营
--	--

经营范围: Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械: 01-01, 01-02, 01-03, 01-04, 01-05, 01-06, 01-07, 01-08, 01-09, 01-10, 01-11, 01-12, 01-13, 01-14, 01-15, 01-16, 01-17, 01-18, 01-19, 01-20, 01-21, 01-22, 01-23, 01-24, 01-25, 01-26, 01-27, 01-28, 01-29, 01-30, 01-31, 01-32, 01-33, 01-34, 01-35, 01-36, 01-37, 01-38, 01-39, 01-40, 01-41, 01-42, 01-43, 01-44, 01-45, 01-46, 01-47, 01-48, 01-49, 01-50, 01-51, 01-52, 01-53, 01-54, 01-55, 01-56, 01-57, 01-58, 01-59, 01-60, 01-61, 01-62, 01-63, 01-64, 01-65, 01-66, 01-67, 01-68, 01-69, 01-70, 01-71, 01-72, 01-73, 01-74, 01-75, 01-76, 01-77, 01-78, 01-79, 01-80, 01-81, 01-82, 01-83, 01-84, 01-85, 01-86, 01-87, 01-88, 01-89, 01-90, 01-91, 01-92, 01-93, 01-94, 01-95, 01-96, 01-97, 01-98, 01-99, 01-100, 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 02-07, 02-08, 02-09, 02-10, 02-11, 02-12, 02-13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-17, 02-18, 02-19, 02-20, 02-21, 02-22, 02-23, 02-24, 02-25, 02-26, 02-27, 02-28, 02-29, 02-30, 02-31, 02-32, 02-33, 02-34, 02-35, 02-36, 02-37, 02-38, 02-39, 02-40, 02-41, 02-42, 02-43, 02-44, 02-45, 02-46, 02-47, 02-48, 02-49, 02-50, 02-51, 02-52, 02-53, 02-54, 02-55, 02-56, 02-57, 02-58, 02-59, 02-60, 02-61, 02-62, 02-63, 02-64, 02-65, 02-66, 02-67, 02-68, 02-69, 02-70, 02-71, 02-72, 02-73, 02-74, 02-75, 02-76, 02-77, 02-78, 02-79, 02-80, 02-81, 02-82, 02-83, 02-84, 02-85, 02-86, 02-87, 02-88, 02-89, 02-90, 02-91, 02-92, 02-93, 02-94, 02-95, 02-96, 02-97, 02-98, 02-99, 02-100, 03-01, 03-02, 03-03, 03-04, 03-05, 03-06, 03-07, 03-08, 03-09, 03-10, 03-11, 03-12, 03-13, 03-14, 03-15, 03-16, 03-17, 03-18, 03-19, 03-20, 03-21, 03-22, 03-23, 03-24, 03-25, 03-26, 03-27, 03-28, 03-29, 03-30, 03-31, 03-32, 03-33, 03-34, 03-35, 03-36, 03-37, 03-38, 03-39, 03-40, 03-41, 03-42, 03-43, 03-44, 03-45, 03-46, 03-47, 03-48, 03-49, 03-50, 03-51, 03-52, 03-53, 03-54, 03-55, 03-56, 03-57, 03-58, 03-59, 03-60, 03-61, 03-62, 03-63, 03-64, 03-65, 03-66, 03-67, 03-68, 03-69, 03-70, 03-71, 03-72, 03-73, 03-74, 03-75, 03-76, 03-77, 03-78, 03-79, 03-80, 03-81, 03-82, 03-83, 03-84, 03-85, 03-86, 03-87, 03-88, 03-89, 03-90, 03-91, 03-92, 03-93, 03-94, 03-95, 03-96, 03-97, 03-98, 03-99, 03-100


许可期限: 自 2025 年 09 月 16 日

至 2026 年 07 月 11 日

发证部门: 深圳市福田区市场监督管理局

发证日期: 2025 年 09 月 16 日





第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 粤深食药监械经营备20150924号

企业名称	深圳市好意医疗仪器股份有限公司
统一社会信用代码	914403005682167294
法定代表人	
企业负责人	
住 所	广东省深圳市福田区龙华街道高塘社区民乐路11号建泰工业厂区F1栋1楼102室
经营方式	批发零售
经营场所	深圳市福田区龙华街道高塘社区民乐路11号建泰工业厂区F1栋1楼
库房地址	深圳市福田区龙华街道高塘社区民乐路11号建泰工业厂区F1栋2楼
经营范围	2002年分类目录(二类): 6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6828, 6829, 6831, 6832, 6833, 6834, 6841, 6845, 6846, 6851, 6853, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 以上类别中包含的植入和介入类产品除外, 以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外2017年分类目录(二类): 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 以上类别中包含的植入和介入类产品除外, 以上类别中包含的角膜接触镜、助听器产品除外



备案部门: (受理备案业务专用章) 深圳市市场监督管理局

备案日期: 2015.04.08



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号:桂食药械经营备20220084号

企业名称	广西瑞泰医疗投资有限公司
统一社会信用代码	91450800MAA786R17J
法定代表人	陆俊达
企业负责人	陆俊达
住所	广西壮族自治区南宁市港北区贵城街道金港大道963号(中恒大厦)1楼1608号
经营方式	批发
经营场所	广西壮族自治区南宁市港北区贵城街道金港大道963号(中恒大厦)1楼1608号
库房地址	南宁市吴圩镇明阳大道50号1号厂房第1-3层东边(委托广西华永丰科技有限公司贮存、配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6831, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存); 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(公章): 南宁市市场监督管理局

备案日期: 2021年11月6日



电子胆道内窥镜



注册证编号: GPDR-F01-MKT-14 版本: A0

代理授权书

兹授权 广东欧诺曼迪科技股份有限公司 为 全国 区域代理商, 代理 苏州欧诺曼迪科技有限公司的电子胆道内窥镜系统设备。负责该产品在此 区域的销售、推广等相关事宜。

此授权包含如下真实信息:

1. 代理授权区域: 全国
2. 代理期限: 2026年01月01日至2026年12月31日止

声明:

1. 本授权委托书需填写清晰, 涂改复印无效。
2. 本授权委托书最终解释权归苏州欧诺曼迪科技有限公司所有。

授权单位(盖章): 苏州欧诺曼迪科技有限公司

2025年11月11日

新 德 隆 医 药 有 限 公 司
WEB: www.02077777.com TEL: 0757-8677 0960
ADD: 广东省佛山市南海区金石湾创智产业社区A座 503-504, 318-320

第 1 页 共 1 页



记录表编号: OPQR-R01-MKT-02 版本: A1

授权书

兹授权 广西摩森科技有限公司 为 广东欧谱曼迪科技股份有限公司 的合法经销商,代理我司生产的 电子胆道内窥镜 设备,负责该产品在 右江民族医学院附属医院 进行推广、销售、投标等相关事宜。

授权期限: 2026年1月1日至2026年12月31日

声明:



1. 本授权委托书需填写完整,涂改无效。
2. 本授权委托书最终解释权归广东欧谱曼迪科技股份有限公司所有。

授权单位(盖章): 广东欧谱曼迪科技股份有限公司

日期: 2026年1月1日



WEB / www.optomedic.com TEL / 0757-8877 0900
ADD / 广东省佛山市南海区金云智创产业社区A座503-504, 218-320

第 1 页 共 1 页



授权书

致：右江民族医学院附属医院

本公司系广东欧谱曼迪科技股份有限公司(全国总代理)代理电子胆道内窥镜设备的合法代理商，现授权并委托广西瑞泰医疗投资有限公司参加贵院组织的项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目、项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTZB 投标及销售等相关事宜。

本授权有效期自 2026 年 1 月 22 日至本次招投标活动结束。

特此授权！

广西摩森科技有限公司

2026 年 1 月 22 日



授权书

致：广西国泰招标咨询有限公司

兹授权广西九州通医疗器械有限公司为我公司合法代理人，负责本公司代理的苏州欧谱曼迪科技有限公司生产的电子胆道内窥镜系统设备；深圳市好克医疗仪器股份有限公司生产的输液泵参与项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（项目编号：GXZC2026-G1-000063-GTJB）的投标及相关商务事宜。

授权期限：2026年1月20日至本次招投标结束。

广西瑞泰医疗投资有限公司

2026年1月20日





营业执照
(副本)



注册資本 3000萬元整

成立日期 2017年07月28日

住 所 中國（天津）自由貿易試驗區漢口道1號1樓101室（天津經濟開發區漢口道1號1樓101室）

登记机关




國家發展經濟委員會 秘書長 陳水扁

出版主体定购于每年5月1日至6月30日截止。
国家出版集团所订书价另加运费,以上各书均按

资料来源:根据《中国统计年鉴》整理。

医疗器械生产许可证	
许可证编号: 苏药监械生产许20220278号	统一社会信用代码: 91320699MA1PYQZ868
企业名称: 苏州欧普康医疗器械有限公司	法定代表人: XIN AN
住所: 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路28号九洲大厦幢楼1层	企业负责人: 马强
生产地址: 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路28号九洲大厦幢楼1层	
生产范围: 01-06-04医用内窥镜; 06-15-04医用超声设备	
许可期限: 自 2024 年 09 月 29 日	发证部门: 江苏省药品监督管理局
至 2027 年 09 月 28 日	发证日期: 2023 年 07 月 28 日



苏苏药监械经备 20221004 号

档案部门 (公章)

备案日期: 2025-7-30



77

统一社会信用代码

91450100340313847Y (1-1)

营 业 执 照

(副 本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名 称 广西九州通医疗器械有限公司

类 型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 秦松

经营范围

许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；消毒用品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件销售；药品、生物大分子药物、消毒剂销售；特种劳动防护用品销售；工业真空设备销售；气体、液体分离及净化设备销售；制冷、空调设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备安装；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光学仪器销售；药物检测仪器销售；制冷专用设备销售；包装材料及制品销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；塑料制品销售；家用电器销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；大型设备维修；塑料制品；特种陶瓷制品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家政服务（不含涉外家政服务）（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；会议及展览服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通用设备修理；专用设备修理；信息系统运行维护服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；电线、电缆经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 2015年06月12日

住 所 南宁市永林路88号综合大楼310、312室

登记机关

2025年12月17日

国家市场监督管理总局监制





医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20150356号

企业名称：广西九州通医疗器械有限公司

住 所：南宁市永林路88号综合大楼310、312室

经营场所：南宁市永林路88号综合大楼310、312室

库房地 址：南宁市永林路88号物流中心五楼（委托南宁九州通物流有限公司配送）

经营范围：
6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6832, 6833, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），
6845, 6846, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

统一社会信用代码：91450100340313847Y

法定代表人：秦松

企业负责人：秦松

经营方式：批零兼营

许可期限：自 2025 年 9 月 4 日

至 2030 年 9 月 3 日

发证部门：南宁市政务服务局

发证日期：2025 年 8 月 28 日



8. 本项目的特定资格要求

第二类医疗器械经营备案凭证	
备案编号: 桂南药监械经营备20150977号	
企业名称	广西九州通医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91450100340313847Y
法定代表人	秦松
企业负责人	秦松
住 所	南宁市永林路88号综合大楼310、312室
经营方式	批零兼营
经营场所	南宁市永林路88号综合大楼310、312室
库房地址	南宁市永林路88号物流中心五楼(委托南宁九州通物流有限公司配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门: 南宁市市场监督管理
备案日期: 2025年8月10日

13、法定代表人身份证明及身份证复印件

2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

2.1 法定代表人身份证明

投 标 人：广西九州通医疗器械有限公司

地 址：南宁市永林路 88 号综合大楼 310、312 室

姓 名：秦松 性 别：男

年 龄：40 岁 职 务：总经理

身份证号码：429001198506227675

系广西九州通医疗器械有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）广西九州通医疗器械有限公司

日期：2026 年 2 月 12 日

注：自然人投标的无需提供

2.2 附件：法定代表人有效身份证正反面复印件



14、授权委托书及被授权人身份证复印件

3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件

3.1 授权委托书

致：右江民族医学院附属医院：

我秦松（姓名）系广西九州通医疗器械有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托马小娟（姓名）以我方的名义参加项目名称：购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：马小娟

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：



委托代理人身份证号码：450329200208090025


投标人（电子签章）：广西九州通医疗器械有限公司



注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

3.4 附：委托代理人有效身份证正反面复印件



15、中标通知书

广西国泰招标咨询有限公司购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目（5分标）中标通知书

广西九州通医疗器械有限公司:

经评定,编号为GXZC2026-G1-000063-GTZB采购文件中的购买高档心脏彩色多普勒超声仪、电子胆道内窥镜等一批医疗设备项目-5分标-输液泵、电子胆道内窥镜,确定你公司中标,采购内容为:采购输液泵10台、电子胆道内窥镜1套,中标价格为1023000元。

自此通知书发出之日起30天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:覃老师

电话:0776-2831452

代理机构联系人:田仁貌

电话:13768066634



16、中小企业声明函

3. 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加广西壮族自治区民族医学院附属医院（单位名称）的购买超声心动彩色多普勒超声仪、电子胆道镜等第一批医疗设备项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 输尿管（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为深圳市好克医疗仪器股份有限公司（企业名称），从业人员236人，营业收入为9389.55万元，资产总额为12255.3万元，属于（小型企业）；

2. 电子胆道镜（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为苏州欧谱普迪科技有限公司（企业名称），从业人员36人，营业收入为1103.27万元，资产总额为4460.20万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：广西力鼎医疗设备有限公司

日 期：2026年2月12日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江苏江民医院管理有限公司的《超声内镜彩色多普勒超声仪、电子内镜系统等一批医疗设备网上采购活动》，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（电子内镜系统），属于（工业）行业；制造商为（苏州联康医疗科技有限公司），从业人员36人，营业收入为1103.27万元，资产总额为4400.28万元，属于（小型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：苏州联康医疗科技有限公司

日期：2023年11月29日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策，必须随投标文件一并提交承诺函，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从营业收入、资产总额填报上一年度数据，且无上一年度数据的企业不得申报。

17、产品年限证明

8.4 产品寿命

8.4.1 输液泵说明书（使用期限8年）



输液泵 使用说明书


型号：T2000

注意：使用产品前，请阅读使用说明书，并保存好说明书以备查阅

深圳市好克医疗仪器股份有限公司
Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd.

057-00158-00

- 201 -



有易燃易爆气与空气的混合气或与氧或氧化亚氮的混合气的情况下使用的设备。

2.4 产品型号

T2000

T: Touch screen

2000: 类别代号。

2.5 使用环境条件

- (1) 温度: 5°C ~ 40°C
- (2) 相对湿度: 10%~95%
- (3) 大气压力: 70.0 kPa~106.0 kPa

2.6 对环境及能源的影响

本输液泵可能会有一定量的电磁干扰, 有可能干扰到其他设备。如果出现此种情况, 使用时则需采取相应措施来减轻干扰, 比如重新安排输液泵的位置, 或从不同地方引入市电等。更多信息请查看本书第十六节“电磁兼容”。

2.7 生产日期及使用期限

本输液泵整机(不含电池)和电源线正常使用寿命为8年, 生产日期参见产品标签。

2.8 软件版本

本说明书对应输液泵软件发布版本为 V01。

三 工作原理及组成部分

3.1 工作原理


本输液泵是一种利用电机驱动力驱动泵片对输液管依次挤压, 使液体能够准确控制输液滴数或输液流速, 能够保证药物速度均匀, 药量准确安全地进入病人静脉内发挥作用的一种仪器。

3.2 组成部分

输液泵主要由微机系统、泵体装置、检测装置、报警系统、人机接口5个部分组成:

微机系统: 是整个系统的“大脑”, 对整个系统进行智能控制和管理, 并对检测信号

8.4.2 电子胆道内窥镜说明书（使用期限5年）





OptoMedic
欧谱曼迪科技

手册信息

版本	说明书编制/修订日期	修订内容
A/0	2022 年 9 月 14 日	新建
	2023 年 2 月 21 日	根据专家评审意见完善相关内容。

产品信息

产品名称：电子阴道内窥镜

产品型号：VCH-300

软件发布版本：V1.0

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号：苏械注准 20232060453

生产许可证编号：苏药监械生产许 20220278 号

生产日期：详见产品标签。

使用期限：5 年。

声明

苏州欧谱曼迪科技有限公司（以下简称为“欧谱曼迪”）拥有本手册的版权，并有权将其作为保密资料处理。本手册只能作为操作、保养和维护欧谱曼迪产品的参考资料，其他人无权向他人公开本手册内容。

本手册包含受版权法保护的专有资料，未经欧谱曼迪书面同意，任何个人或组织不得复制、修改或翻译本手册的任何部分。

本手册的所有内容都被认为是正确的。欧谱曼迪对于本手册的错误，以及由于安装错误和操作不当而造成的偶然或必然损坏不承担任何法律责任。欧谱曼迪不向其他方提供专利法所赋予的特许权。对于违反专利法和任何第三方权利所造成的法律后果，欧谱曼迪不承担法律责任。

本手册基于全功能开发，部分功能仅适用于某些机型，请以实际购买的产品为准。

欧谱曼迪对本手册的任何变更不作另行通知。

制造商责任

在满足下列全部要求的情况下，欧谱曼迪才认为应该对产品的安全性、可靠性和有效性负责。

- 装配操作、扩充、重调、改造和修理均由欧谱曼迪认可的专业人员进行。
- 所有维修涉及更换的部件以及配套使用的附件、耗材均由欧谱曼迪提供或经欧谱曼迪认可的。
- 有关的电气仪器符合国家标准和本手册要求。
- 产品操作按照使用说明书进行。

关于本手册

阅读本手册前，用户需仔细理解并留意以下信息。