

合同书

项目名称：2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目—X 射线计算机体层摄影设备采购

采购计划号：LSZC2025-G1-05933

项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC

合同编号：12N49974168320261

采购单位（甲方）：灵山县平南镇卫生院

中标供应商（乙方）：江西庭铜医疗器械有限公司

采购代理机构：广西正光工程管理有限公司

签订地点：灵山县

签订时间：2026 年 / 月 22 日

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：12N49974168320261

采购人（甲方）：灵山县平南镇卫生院

采购计划号：LSZC2025-G1-05933

供应商（乙方）：江西庭铜医疗器械有限公司

项目名称：2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目—X 射线计算机体层摄影设备采购

项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC

签订地点：灵山县

签订时间：2026 年 1 月 22 日

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	X 射线计算机体层摄影设备	GE	Revolution Aspire Plus	航卫通用电气医疗系统有限公司	1	套	3685000.00	3685000.00
人民币合计金额（大写） <u>叁佰陆拾捌万伍仟元整</u> （小写）¥ <u>3685000.00</u>								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也

应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运（由乙方自定）。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自签订合同之日起 60 个日历天内，货物所涉及全部设备交货、安装调试完毕并交付使用；交付地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据实际情况合理安排。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：货物验收合格之日起 1 年。质保期内，乙方对其提供的设备进行上门维修、免费更换零部件，不收取额外费用。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：签订合同无预付款，货物安装验收后由乙方提供有效发票给甲方，甲方待财政拨付资金到位后支付合同款项的 95%，剩余 5%待质保期过后无息支付。（期间由于上级资金未拨付到采购人账户而造成的时间逾期，不视为违约）。

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切费用均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在**最终验收**前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点**初步验收**后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；

2. 投标函；

3. 商务要求偏离表和技术偏离表；

4. 采购需求；

5. 开标一览表；

6. 设备性能配置清单；



7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另行增加）。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

 甲方(章) 灵山县平南镇卫生院 2026年1月22日	 乙方(章) 江西庭铜医疗器械有限公司 2026年1月22日
单位地址: 灵山县平南镇茶香路一路1号	单位地址: 江西省南昌市进贤县张公镇珠港大道163号
法定代表人或者委托代理人: 	法定代表人或者委托代理人: 
电话: 0777-6316598	电话: 13277880225
电子邮箱:	电子邮箱: 15350003706@139.com
开户银行:	开户银行: 中国银行股份有限公司进贤县文化宫支行
账号:	账号: 194754347899
邮政编码:	邮政编码: 331725

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见售后服务承诺	
2. 售后服务具体事项：详见售后服务承诺	
3. 保修期责任：详见售后服务承诺	
4. 其他具体事项：无	
甲方（章）灵山县平南镇卫生院  2026 年 1 月 22 日	乙方（章）江西庭铜医疗器械有限公司  2026 年 1 月 22 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

1.中标通知书

中 标 通 知 书

江西庭铜医疗器械有限公司：

我公司受采购人灵山县平南镇卫生院委托，对 2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目—X 射线计算机体层摄影设备采购（项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC） 进行公开招标，贵单位参加了本项目的投标，经评标委员会评定，采购人确认，确定贵单位为本项目的中标人，现将有关事项通知如下：

中标金额	人民币叁佰陆拾捌万伍仟元整（¥3685000.00）
交货期	自签订合同之日起 60 日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。

一、请贵单位接此通知 25 日内与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

二、签订合同详细地点：灵山县平南镇卫生院

采购人联系人：张远昌 联系电话：0777-6316598

特此通知！

采购人（盖章）：灵山县平南镇卫生院



采购代理机构（盖章）：广西正光工程管理有限公司



2026 年 / 月 / 2 日

2. 投标函

一、 投标函

致：灵山县平南镇卫生院：

根据贵方 2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目—X 射线计算机体层摄影设备采购（项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC）的招标公告，签字代表刘燕青（姓名）经正式授权并代表投标人江西庭铜医疗器械有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同约定责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

9. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：江西省南昌市进贤县张公镇珠港大道 163 号 邮编：331725

电话：15804505498 传真：无

投标人名称：江西庭铜医疗器械有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司进贤县文化宫支行 银行账号：40194754347899

法定代表人或者委托代理人签字：刘燕青

投标人名称（电子签章）：江西庭铜医疗器械有限公司

日期：2026 年 01 月 08 日

3.商务要求偏离表和技术偏离表

五、商务要求偏离表

所投分标： 1 分标

项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
质保期	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有货物（包含设备、软件等）安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年，质保期内免费维修、更换配件，免费提供货物（包含设备、软件等）维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	我公司承诺按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有货物（包含设备、软件等）安装调试并经用户验收合格之日起质保期1年，质保期内免费维修、更换配件，免费提供货物（包含设备、软件等）维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	无偏离
售后服务要求	1. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：	1. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：	无偏离
	(1) 负责送货上门，安装调试，培训操作人员。	(1) 我公司承诺负责送货上门，安装调试，培训操作人员。	无偏离
	(2) 不能正常使用的必须提供备用机。	(2) 我公司承诺不能正常使用的提供备用机。	无偏离
	(3) 定期回访以及设备维修保养。	(3) 我公司承诺定期回访以及设备维修保养。	无偏离
	(4) 其余按厂家承诺。	(4) 我公司承诺其余按厂家承诺。	无偏离
	2. 安装调试及技术服务（含培训）要求：	2. 安装调试及技术服务（含培训）要求：	无偏离
	(1) 安装调试：免费送货上门，中标供应商将货物运输到指定地	(1) 安装调试：免费送货上门，我公司承诺将货物运输到指定地点	无偏离

	点后，需安装的免费安装调试合格，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。	后，需安装的免费安装调试合格，我公司派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由我公司负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由我公司承担。	
	(2) 培训：设备安装完成后，中标供应商需现场培训采购方人员熟练掌握使用设备，时间、地点由采购人安排。	(2) 培训：我公司承诺设备安装完成后，我公司现场培训采购方人员熟练掌握使用设备，时间、地点由采购人安排。	无偏离
	3. 具有良好的售后维修保障体系，接到故障通知后 2 小时内做出有效回应，12 小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24 小时解决问题。	3. 我公司具有良好的售后维修保障体系，我公司承诺接到故障通知后 2 小时内做出有效回应，12 小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24 小时解决问题。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 个日历天内。	我公司承诺自成交通知书发出之日起 25 个日历天内。	无偏离
交付时间及地点	1. 交付时间：自签订合同之日起 60 日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格，所造成的一切损失由中标供应商负责。	1. 交付时间：我公司承诺自签订合同之日起 60 日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消我公司资格，所造成的一切损失由我公司负责。	无偏离
	2. 交付地点：采购人指定地点。	2. 交付地点：我公司承诺采购人指定地点。	无偏离
付款条件	签订合同无预付款，货物安装验收后由乙方提供有效发票给甲方，甲方待财政拨付资金到位后支付合同款项的 95%，剩余 5%待	签订合同无预付款，货物安装验收后由乙方提供有效发票给甲方，甲方待财政拨付资金到位后支付合同款项的 95%，剩余 5%待质保期	无偏离

	质保期过后无息支付。(期间由于上级资金未拨付到采购人账户而造成的时间逾期,不视为违约)	过后无息支付。(期间由于上级资金未拨付到采购人账户而造成的时间逾期,不视为违约)	
产品证明文件	属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品,投标人在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件;属于国家规定必须备案的医疗器械,投标人在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。	我公司承诺属于国家规定取得医疗器械注册证的产品,我公司在响应文件中提供该产品有效的医疗器械注册证复印件;属于国家规定备案的医疗器械,我公司在响应文件中提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。	无偏离
其他要求	1. 中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的,品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,采购人有权拒收该货物,中标供应商愿意更换货物但逾期交货的,按投标逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的,采购人可单方面解除合同,并有权要求乙方赔偿经济损失。	1. 我公司承诺提交的投标产品是全新且没有使用过的,品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,采购人有权拒收该货物,我公司愿意更换货物但逾期交货的,按投标逾期交货处理。我公司拒绝更换货物的,采购人可单方面解除合同,并有权要求乙方赔偿经济损失。	无偏离
	2. 中标供应商所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时,必须派出厂方代表协助检查,发现产品如有质量问题,中标供应商应承担全部费用及相应的责任。	2. 我公司承诺所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时,派出厂方代表协助检查,发现产品如有质量问题,我公司承担全部费用及相应的责任。	无偏离
	3. 投标报价含货物和配置及服务、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装	3. 我公司承诺投标报价含货物和配置及服务、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员	无偏离

	材料、信息系统接入等项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。采购方无须支付中标价格以外的任何费用。	培训和安装材料、信息系统接入等项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。采购方无须支付中标价格以外的任何费用。	
	4. 伴随服务：中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。	4. 伴随服务：我公司承诺提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件随设备一起发运至采购人指定地点。	无偏离
	5. 投标人在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。	5. 我公司承诺在投标活动中如提供任何虚假材料，以及投标产品的技术参数不如实说明，其投标无效，并报监管部门查处。	无偏离
验收标准及要求	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，包括因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。	1. 我公司承诺验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担，包括因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。	无偏离
	2. 中标供应商所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺	2. 我公司承诺所提供的设备是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由我公司承担，其产品符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，我公司在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。我公司保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由我公司负责调换、补齐或赔偿。	无偏离

漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。		
3. 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。	3. 我公司承诺产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充合同内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。	无偏离
4. 中标供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。	4. 我公司承诺提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由我公司承担一切责任，并赔偿所造成的损失。	无偏离
5. 采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。	5. 我公司承诺采购人需要制造商对我公司交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商予以配合并出具书面意见，相关配合事项由我公司与制造商协调。	无偏离
6. 中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器	6. 我公司承诺在验收时附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。	无偏离

	械时必须提供，1 类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。		
	7. 中标供应商在验收时须附上设备有效的注册检验报告复印件。	7. 我公司承诺在验收时附上设备有效的注册检验报告复印件。	无偏离
	8. 产品包装材料归采购人所有。	8. 我公司承诺产品包装材料归采购人所有。	无偏离
知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。	我公司承诺采购人在中华人民共和国境内使用我公司提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，我公司承担由此而引起的一切法律责任和费用。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

投标人名称（电子签章）：江西爱铜医疗器械有限公司

日期：2026 年 01 月 08 日

二. 技术偏离表

所投分标： 1 分标

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	X 射线计算机断层摄影设备	一、主要参数：	一、主要参数：	无偏离
		1. 机架系统：	1. 机架系统：	无偏离
		1.1 旋转方式：螺旋；	1.1 旋转方式：螺旋；	无偏离
		1.2 机架宽度：≤200cm；	1.2 机架宽度：200cm；	无偏离
		1.3 孔径：≥70cm；	1.3 孔径：70cm；	无偏离
		1.4 机架倾角：±30 度；	1.4 机架倾角：±30 度；	无偏离
		1.5 探测器类型：集成化探测器；	1.5 探测器类型：集成化探测器；	无偏离
		1.6 探测器排列：≥32 排；	1.6 探测器排列：32 排；	无偏离
		1.7 每排探测器物理个数：≥700 个；	1.7 每排探测器物理个数：714 个；	正偏离，详见技术白皮书第 4 页
		1.8 滑环类型：低压滑环；	1.8 滑环类型：低压滑环；	无偏离
		▲1.9 探测器宽度：≥20mm；	▲1.9 探测器宽度：20mm；	无偏离，详见技术白皮书第 4 页
		▲1.10 球管焦点到等中心点距离：≤55cm；	▲1.10 球管焦点到等中心点距离：54.1cm；	正偏离，详见技术白皮书第 5 页
		▲1.11 球管焦点到探测器距离：≤95cm；	▲1.11 球管焦点到探测器距离：94.9cm；	正偏离，详见技术白皮书第 5 页
		1.12 具备三维激光定位系统；	1.12 具备三维激光定位系统；	无偏离
		▲1.13 探测器为设备整机厂商同品牌生产。	▲1.13 探测器为设备整机厂商同品牌生产。	无偏离，详见检测报告第三页
		2. 扫描床系统：	2. 扫描床系统：	无偏离

2.1 床水平移动范围: $\geq 1500\text{mm}$;	2.1 床水平移动范围: 1500mm ;	无偏离
2.2 床水平移动速度: $\geq 100\text{mm/s}$;	2.2 床水平移动速度: 100mm/s ;	无偏离
▲2.3 床垂直升降最低高度: $\leq 45\text{cm}$;	▲2.3 床垂直升降最低高度: 44.1cm ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页
2.4 床垂直升降最高高度: $\geq 90\text{cm}$;	2.4 床垂直升降最高高度: 90cm ;	无偏离
2.5 床定位精度: $\pm 0.25\text{mm}$;	2.5 床定位精度: $\pm 0.25\text{mm}$;	无偏离
2.6 具备扫描床控制脚踏开关。	2.6 具备扫描床控制脚踏开关。	无偏离
3. 高压及 X 射线系统:	3. 高压及 X 射线系统:	无偏离
3.1 高压发生器功率: $\geq 40\text{kW}$;	3.1 高压发生器功率: 42KW ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页
▲3.2 球管最大热容量: $\geq 10\text{MHU}$;	▲3.2 球管最大热容量: 15MHU ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页
▲3.3 阳极最大散热率 (非等效): $\geq 800\text{KHU/min}$;	▲3.3 阳极最大散热率 (非等效): 820KHU/min ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页
3.4 球管最小输出电流: $\leq 10\text{mA}$;	3.4 球管最小输出电流: 10mA ;	无偏离
3.5 球管最大输出电流: $\geq 300\text{mA}$;	3.5 球管最大输出电流: 350mA ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页
3.6 球管电压范围: $\geq 80-140\text{KV}$;	3.6 球管电压范围: $80-140\text{KV}$;	无偏离
▲3.7 小焦点大小: $\leq 0.4\text{mm}^2$;	▲3.7 小焦点大小: 0.4mm^2 ;	无偏离
3.8 大焦点大小: $\leq 1.2\text{mm}^2$;	3.8 大焦点大小: 1.1mm^2 ;	正偏离, 详见技术白皮书第 5 页

▲3.9 最大单次连续螺旋扫描时间：≥120 秒；	▲3.9 最大单次连续螺旋扫描时间：120 秒；	无偏离，详见技术白皮书第 20 页
▲3.10 球管为设备整机厂商同品牌生产；	▲3.10 球管为设备整机厂商同品牌生产；	无偏离，详见检测报告第三页
▲3.11 高压发生器为设备整机厂商同品牌生产。	▲3.11 高压发生器为设备整机厂商同品牌生产。	无偏离，详见检测报告第三页
4.主操作台：	4.主操作台：	无偏离
4.1 主计算机操作系统：不限；	4.1 主计算机操作系统：不限；	无偏离
4.2 内存：≥64GB；	4.2 内存：64GB；	无偏离
4.3 硬盘容量：≥1TB；	4.3 硬盘容量：1TB；	无偏离
4.4 图像存储量：≥150,000 幅无压缩图像（512×512）；	4.4 图像存储量：150,000 幅无压缩图像（512×512）；	无偏离
4.5 具备同步处理功能	4.5 具备同步处理功能	无偏离
4.6 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像	4.6 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像	无偏离
4.7 具备同步摄片	4.7 具备同步摄片	无偏离
4.8 高分辨率显示器：≥24 英寸 LCD（1080×1920）。	4.8 高分辨率显示器：24 英寸 LCD（1080×1920）。	无偏离
5. 扫描参数：	5. 扫描参数：	无偏离
5.1 扫描时间：≤0.8s/360 度；	5.1 扫描时间：0.8s/360 度；	无偏离
5.2 具备双倍采集技术；	5.2 具备双倍采集技术；	无偏离
5.3 扫描成像：≥64 层/360 度；	5.3 扫描成像：64 层/360 度；	无偏离
5.4 扫描速度可选范围：≥6 种（提供具体扫描速度值）；	5.4 扫描速度可选范围：6 种（提供具体扫描速度值）；	无偏离
▲5.5 图像重建速度：≥22 幅/秒（任意层厚，512	▲5.5 图像重建速度：22 幅/秒（任意层厚，512	无偏离，详见技术白皮书第 7 页
×512 矩阵）；	×512 矩阵）；	无偏离

5.6 定位像长度: $\geq 100\text{cm}$;	5.6 定位像长度: 100cm ;	无偏离
5.7 定位像方向: 后前, 前后, 左右侧位, 任意角度;	5.7 定位像方向: 后前, 前后, 左右侧位, 任意角度;	无偏离
5.8 空间分辨率: $\geq 12.5\text{LP/cm}$ (0%MTF);	5.8 空间分辨率: 12.5LP/cm (0%MTF);	无偏离
5.9 密度分辨率: $\leq 3\text{mm@0.3\%}$.	5.9 密度分辨率: $3\text{mm@0.3\%}$.	无偏离
6. 临床应用软件:	6. 临床应用软件:	无偏离
6.1 具备 MPR;	6.1 具备 MPR;	无偏离
6.2 具备 MPVR;	6.2 具备 MPVR;	无偏离
6.3 具备 3D 软件包;	6.3 具备 3D 软件包;	无偏离
6.4 具备最大密度投影 MIP;	6.4 具备最大密度投影 MIP;	无偏离
6.5 具备最小密度投影 MinIP;	6.5 具备最小密度投影 MinIP;	无偏离
6.6 具备三维容积显示;	6.6 具备三维容积显示;	无偏离
6.7 具备三维血管 CTA;	6.7 具备三维血管 CTA;	无偏离
6.8 具备仿真内窥镜功能;	6.8 具备仿真内窥镜功能;	无偏离
6.9 具备 CT 电影;	6.9 具备 CT 电影;	无偏离
6.10 具备造影剂智能动态跟踪;	6.10 具备造影剂智能动态跟踪;	无偏离
6.11 具备螺旋扫描降噪软件;	6.11 具备螺旋扫描降噪软件;	无偏离
6.12 具备肺纹理增强软件;	6.12 具备肺纹理增强软件;	无偏离
6.13 具备运动伪影校正软件;	6.13 具备运动伪影校正软件;	无偏离
6.14 具备条状伪影消除软件;	6.14 具备条状伪影消除软件;	无偏离
6.15 具备后颅窝伪影校正软件;	6.15 具备后颅窝伪影校正软件;	无偏离
6.16 具备焦点自动跟踪功能;	6.16 具备焦点自动跟踪功能;	无偏离
6.17 具备 X 射线优化滤过功能及装置;	6.17 具备 X 射线优化滤过功能及装置;	无偏离
6.18 具备呼吸控制图形提示;	6.18 具备呼吸控制图形提示;	无偏离
6.19 具备呼吸控制语音提示;	6.19 具备呼吸控制语音提示;	无偏离
6.20 具备低剂量扫描功能;	6.20 具备低剂量扫描功能;	无偏离
6.21 具备 Dicom3.0 数字接口;	6.21 具备 Dicom3.0 数字接	无偏离

		口;	
	6.22 具备尿路造影技术;	6.22 具备尿路造影技术;	无偏离
	6.23 具备内耳多功能成像技术;	6.23 具备内耳多功能成像技术;	无偏离
	6.24 具备齿科成像技术;	6.24 具备齿科成像技术;	无偏离
	6.25 具备肺气肿评估工具;	6.25 具备肺气肿评估工具;	无偏离
	6.26 具备肺小结节评估工具;	6.26 具备肺小结节评估工具;	无偏离
	6.27 具备肝体积测量工具;	6.27 具备肝体积测量工具;	无偏离
	6.28 具备肝脏三期诊断工具;	6.28 具备肝脏三期诊断工具;	无偏离
	6.29 具备腹部脂肪测量软件;	6.29 具备腹部脂肪测量软件;	无偏离
	6.30 具备血管透明技术;	6.30 具备血管透明技术;	无偏离
	6.31 具备骨骼内固定支架透视技术;	6.31 具备骨骼内固定支架透视技术;	无偏离
	6.32 具备骨科畸形矫正评估。	6.32 具备骨科畸形矫正评估。	无偏离
	7.具备远程影像诊断服务。	7.具备远程影像诊断服务。	无偏离
	8.配备医用显示器 1 套。	8.配备医用显示器 1 套。	无偏离
	9.配备图文工作站 1 套。	9.配备图文工作站 1 套。	无偏离
2	配套服务及机房改造 包含机房改造、消防管道改造排水改造、电缆铺设配、电箱安装、独立底线安装、机房防护施工、装修工程、机房空调安装、预评控环评办理、协助医院办理辐射安全许可证、防护用品 2 套。投标人自行联系采购人勘察现场编制改造方案。	包含机房改造、消防管道改造排水改造、电缆铺设配、电箱安装、独立底线安装、机房防护施工、装修工程、机房空调安装、预评控环评办理、协助医院办理辐射安全许可证、防护用品 2 套。我公司自行联系采购人勘察现场编制改造方案。	无偏离

注:

1.说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标,对照招标文件技术需求,在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的,以佐证材料为准。

投标人名称(电子签章): 江西展铜医疗器械有限公司

日期: 2026 年 01 月 08 日

4.采购需求

第二章 采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

2. 技术需求中带“▲”的是重要参数或条款,必须满足或优于,否则投标无效;非带“▲”号参数或条款有4个(含4个)以上不满足要求发生负偏离则投标无效。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用,不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代,但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 本项目采购标的所属行业:工业。

最高限价(元): 3765000.00

序号	标的名称	单位	数量	技术需求	单项限价(元)
1	X射线计算机体层摄影设备	1	套	一、主要参数: 1. 机架系统: 1.1 旋转方式: 螺旋; 1.2 机架宽度: $\leq 200\text{cm}$; 1.3 孔径: $\geq 70\text{cm}$; 1.4 机架倾角: ± 30度; 1.5 探测器类型: 集成化探测器; 1.6 探测器排列: ≥ 32排; 1.7 每排探测器物理个数: ≥ 700个; 1.8 滑环类型: 低压滑环; ▲1.9 探测器宽度: $\geq 20\text{mm}$; ▲1.10 球管焦点到等中心点距离: $\leq 55\text{cm}$; ▲1.11 球管焦点到探测器距离: $\leq 95\text{cm}$; 1.12 具备三维激光定位系统; ▲1.13 探测器为设备整机厂商同品牌生产。 2. 扫描床系统: 2.1 床水平移动范围: $\geq 1500\text{mm}$; 2.2 床水平移动速度: $\geq 100\text{mm/s}$;	3500000.00

				▲2.3 床垂直升降最低高度：≤45cm； 2.4 床垂直升降最高高度：≥90cm； 2.5 床定位精度：±0.25mm； 2.6 具备扫描床控制脚踏开关。 3. 高压及 X 射线系统： 3.1 高压发生器功率：≥40kW； ▲3.2 球管最大热容量：≥10MHU； ▲3.3 阳极最大散热率（非等效）：≥800KHU/min； 3.4 球管最小输出电流：≤10mA； 3.5 球管最大输出电流：≥300mA； 3.6 球管电压范围：≥80-140KV； ▲3.7 小焦点大小：≤0.4mm²； 3.8 大焦点大小：≤1.2mm²； ▲3.9 最大单次连续螺旋扫描时间：≥120 秒； ▲3.10 球管为设备整机厂商同品牌生产； ▲3.11 高压发生器为设备整机厂商同品牌生产。 4. 主操作台： 4.1 主计算机操作系统：不限； 4.2 内存：≥64GB； 4.3 硬盘容量：≥1TB； 4.4 图像存储量：≥150,000 幅无压缩图像（512×512）； 4.5 具备同步处理功能 4.6 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像 4.7 具备同步摄片 4.8 高分辨率显示器：≥24 英寸 LCD（1080×1920）。 5. 扫描参数： 5.1 扫描时间：≤0.8s/360 度； 5.2 具备双倍采集技术； 5.3 扫描成像：≥64 层/360 度； 5.4 扫描速度可选范围：≥6 种（提供具体扫描速度值）； ▲5.5 图像重建速度：≥22 幅/秒（任意层厚，512	
--	--	--	--	---	--

				×512 矩阵); 5.6 定位像长度: $\geq 100\text{cm}$; 5.7 定位像方向: 后前, 前后, 左右侧位, 任意角度; 5.8 空间分辨率: $\geq 12.5\text{LP/cm}$ (0%MTF); 5.9 密度分辨率: $\leq 3\text{mm}@0.3\%$。 6. 临床应用软件: 6.1 具备 MPR; 6.2 具备 MPVR; 6.3 具备 3D 软件包; 6.4 具备最大密度投影 MIP; 6.5 具备最小密度投影 MinIP; 6.6 具备三维容积显示; 6.7 具备三维血管 CTA; 6.8 具备仿真内窥镜功能; 6.9 具备 CT 电影; 6.10 具备造影剂智能动态跟踪; 6.11 具备螺旋扫描降噪软件; 6.12 具备肺纹理增强软件; 6.13 具备运动伪影校正软件; 6.14 具备条状伪影消除软件; 6.15 具备后颅窝伪影校正软件; 6.16 具备焦点自动跟踪功能; 6.17 具备 X 射线优化滤过功能及装置; 6.18 具备呼吸控制图形提示; 6.19 具备呼吸控制语音提示; 6.20 具备低剂量扫描功能; 6.21 具备 Dicom3.0 数字接口; 6.22 具备尿路造影技术; 6.23 具备内耳多功能成像技术; 6.24 具备齿科成像技术; 6.25 具备肺气肿评估工具; 6.26 具备肺小结节评估工具;	
--	--	--	--	--	--

				6.27 具备肝体积测量工具； 6.28 具备肝脏三期诊断工具； 6.29 具备腹部脂肪测量软件； 6.30 具备血管透明技术； 6.31 具备骨骼内固定支架透视技术； 6.32 具备骨科畸形矫正评估。 7. 具备远程影像诊断服务。 8. 配备医用显示器 1 套。 9. 配备图文工作站 1 套。	
			配套服务及机房改造	包含机房改造、消防管道改造排水改造、电缆铺设、电箱安装、独立底线安装、机房防护施工、装修工程、机房空调安装、预评控评环评办理、协助医院办理辐射安全许可证、防护用品 2 套。投标人自行联系采购人勘查现场编制改造方案。	265000.00
▲一、商务要求					
质保期	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有货物（包含设备、软件等）安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年，质保期内免费维修、更换配件，免费提供货物（包含设备、软件等）维修及正常维护保养所需的零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。				
售后服务要求	1. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： （1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。 （2）不能正常使用的必须提供备用机。 （3）定期回访以及设备维修保养。 （4）其余按厂家承诺。 2. 安装调试及技术服务（含培训）要求： （1）安装调试：免费送货上门，中标供应商将货物运输到指定地点后，需安装的免费安装调试合格，中标供应商应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由中标供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由中标供应商承担。 （2）培训：设备安装完成后，中标供应商需现场培训采购方人员熟练掌握使用设备，时间、地点由采购人安排。				

	3. 具有良好的售后维修保障体系,接到故障通知后 2 小时内做出有效回应,12 小时内到达现场提供服务(保修期内免费服务),24 小时解决问题。
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 个日历天内。
交付时间及地点	1. 交付时间:自签订合同之日起 60 日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。逾期交货的,采购人有权拒绝验收并取消中标供应商资格,所造成的一切损失由中标供应商负责。 2. 交付地点:采购人指定地点。
付款条件	签订合同无预付款,货物安装验收后由乙方提供有效发票给甲方,甲方待财政拨款资金到位后支付合同款项的 95%,剩余 5%待质保期过后无息支付。(期间由于上级资金未拨付到采购人账户而造成的时间逾期,不视为违约)
产品证明文件	属于国家规定必须取得医疗器械注册证的产品,投标人在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械注册证复印件;属于国家规定必须备案的医疗器械,投标人在响应文件中必须提供该产品有效的医疗器械备案信息表复印件。
其他要求	1. 中标供应商提交的投标产品必须是全新且没有使用过的,品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的,采购人有权拒收该货物,中标供应商愿意更换货物但逾期交货的,按投标逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的,采购人可单方面解除合同,并有权要求乙方赔偿经济损失。 2. 中标供应商所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时,必须派出厂方代表协助检查,发现产品如有质量问题,中标供应商应承担全部费用及相应的责任。 3. 投标报价含货物和配置及服务、随配附件、备品备件、工具的设计、制造、包装、运输、装卸、保险、调试、验收、人员培训和安装材料、信息系统接入等项目的施工与安装的各种费用和售后服务、税金、合理利润及其他所有成本费用的总和。采购方无须支付中标价格以外的任何费用。 4. 伴随服务:中标供应商应提供设备的随机附件、技术资料,可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随设备一起发运至采购人指定地点。 5. 投标人在投标活动中如提供任何虚假材料,以及投标产品的技术参数不如实说明,其投标无效,并报监管部门查处。
验收标准及要	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担,包括因检测或验收不合

求	格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。 2. 中标供应商所提供的设备必须是全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由投标供应商承担，其产品须符合国家、行业有关规定。产品到达现场后，中标供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。 3. 产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，由验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。采购项目的验收，必须严格按照合同与补充合同的约定进行，不得增加合同与补充内容规定以外的新的验收内容或标准。其他未尽事宜，按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）的相关要求执行。 4. 中标供应商提供的货物或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5. 采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。 6. 中标供应商在验收时须附上设备有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求）复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及不提供）。 7. 中标供应商在验收时须附上设备有效的注册检验报告复印件。 8. 产品包装材料归采购人所有。
知识产权	采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
二、进口产品说明	
进口产品说明	本项目采购的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

5.开标一览表

二、开标一览表

项目名称：2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目—X 射线计算机体层摄影设备采购

项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC

分标（如有）：1 供应商名称：江西庭铜医疗器械有限公司

单位：元

项号	标的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置	单价②	投标报价③=①×②	备注
1	X 射线计算机体层摄影设备	1 套	GE	Revolution Aspire Plus	航卫通用电气医疗系统有限公司	X 射线计算机体层摄影设备 一、主要参数： 1. 机架系统： 1.1 旋转方式：螺旋； 1.2 机架宽度：200cm； 1.3 孔径：70cm； 1.4 机架倾角：±30 度； 1.5 探测器类型：集成化探测器； 1.6 探测器排列：32 排； 1.7 每排探测器物理个数：714 个； 1.8 滑环类型：低压滑环； 1.9 探测器宽度：20mm； 1.10 球管焦点到等中心点距离：54.1cm； 1.11 球管焦点到探测器距离：94.9cm； 1.12 具备三维激光定位系统； 1.13 探测器为设备整机厂商同品牌生产。 2. 扫描床系统： 2.1 床水平移动	3420000.00	3420000.00	X 射线计算机体层摄影设备

						范围: 1500mm; 2.2 床水平移动速度: 100mm/s; 2.3 床垂直升降最低高度: 44.1cm; 2.4 床垂直升降最高高度: 90cm; 2.5 床定位精度: $\pm 0.25\text{mm}$; 2.6 具备扫描床控制脚踏开关。 3. 高压及 X 射线系统: 3.1 高压发生器功率: 42KW; 3.2 球管最大热容量: 15MHU; 3.3 阳极最大散热率 (非等效): 8 20KHU/min; 3.4 球管最小输出电流: 10mA; 3.5 球管最大输出电流: 350mA; 3.6 球管电压范围: 80-140KV; 3.7 小焦点大小: 0.4mm^2; 3.8 大焦点大小: 1.1mm^2; 3.9 最大单次连续螺旋扫描时间: 1 20 秒; 3.10 球管为设备整机厂商同品牌生产; 3.11 高压发生器为设备整机厂商同品牌生产。 4. 主操作台: 4.1 主计算机系统: 不限; 4.2 内存: 64GB; 4.3 硬盘容量: 1TB; 4.4 图像存储量: 150,000 幅无压缩图像 (512× 512); 4.5 具备同步处理功能 4.6 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						6.13 具备运动伪影校正软件; 6.14 具备条状伪影消除软件; 6.15 具备后颅窝伪影校正软件; 6.16 具备焦点自动跟踪功能; 6.17 具备 X 射线优化滤过功能及装置; 6.18 具备呼吸控制图形提示; 6.19 具备呼吸控制语音提示; 6.20 具备低剂量扫描功能; 6.21 具备 Dicom 3.0 数字接口; 6.22 具备尿路造影技术; 6.23 具备内耳多功能成像技术; 6.24 具备齿科成像技术; 6.25 具备肺气肿评估工具; 6.26 具备肺小结节评估工具; 6.27 具备肝体积测量工具; 6.28 具备肝脏三期诊断工具; 6.29 具备腹部脂肪测量软件; 6.30 具备血管透明技术; 6.31 具备骨骼内固定支架透视技术; 6.32 具备骨科畸形矫正评估。 7. 具备远程影像诊断服务。 8. 配备医用显示器 1 套。 9. 配备图文工作站 1 套。			
					配套服务及机	包含机房改造、消防管道改造排水改造、电缆铺设、配电箱安装、独立底线安装、机房防护	265000.00	265000.00	/

						房改造	施工、装修工程、机房空调安装、环评控环评办理、协助医院办理辐射安全许可证、防护用品 2 套。我公司自行联系采购人勘查现场编制改造方案。			
合计金额大写：人民币 <u>叁佰陆拾捌万伍仟元整</u> (¥3685000.00)										
交付时间：自签订合同之日起 60 日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。逾期交货的，采购人有权拒绝验收并取消我公司资格，所造成的一切损失由我公司负责。										

注：

1. 以上开标一览表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 投标人在开标一览表备注中须如实填写医疗器械产品注册证名称或产品合格证名称，否则，在中标后交货时及履约验收时造成的标的名称与注册证上或产品合格证的产品名称不一致的，采购人有权拒收货物及给予履约验收不通过，造成的不利后果由投标人负责。
3. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效投标处理。
4. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效投标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或电子签名）：

刘燕青

投标人名称（电子签章）：江西庭钢医疗器械有限公司

日期：2026 年 01 月 08 日



6.设备性能配置清单

一、设备性能配置清单

所投分标： 1 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	X 射线计算机体层摄影设备	1 套	GE	Revolution Aspire Plus	航卫通用电气医疗系统有限公司	北京	一、主要参数： 1.机架系统： 1.1 旋转方式：螺旋； 1.2 机架宽度：200cm； 1.3 孔径：70cm； 1.4 机架倾角：±30 度； 1.5 探测器类型：集成化探测器； 1.6 探测器排列：32 排； 1.7 每排探测器物理个数：714 个； 1.8 滑环类型：低压滑环； 1.9 探测器宽度：20mm； 1.10 球管焦点到等中心点距离：54.1cm； 1.11 球管焦点到探测器距离：94.9cm； 1.12 具备三维激光定位系统； 1.13 探测器为设备整机厂商同品牌生产。 2.扫描床系统： 2.1 床水平移动范围：1500mm； 2.2 床水平移动速度：100mm/s； 2.3 床垂直升降最低高度：44.1cm； 2.4 床垂直升降最高高度：90cm； 2.5 床定位精度：±0.25mm； 2.6 具备扫描床控制脚踏开关。 3.高压及 X 射线系统： 3.1 高压发生器功率：42KW； 3.2 球管最大热容量：15MHU； 3.3 阳极最大散热率（非等效）：820KHU/min； 3.4 球管最小输出电流：10mA； 3.5 球管最大输出电流：350mA； 3.6 球管电压范围：80-140KV； 3.7 小焦点大小：0.4mm²； 3.8 大焦点大小：1.1mm²； 3.9 最大单次连续螺旋扫描时间：120 秒； 3.10 球管为设备整机厂商同品牌生产； 3.11 高压发生器为设备整机厂商同品牌生产。 4.主操作台： 4.1 主计算机系统：不限； 4.2 内存：64GB； 4.3 硬盘容量：1TB；

							4.4 图像存储量: 150,000 幅无压缩图像 (512× 512); 4.5 具备同步处理功能 4.6 具备同步同屏显示不同方式后处理的图像 4.7 具备同步摄片 4.8 高分辨率显示器: 24 英寸 LCD (1080×1920)。 5. 扫描参数: 5.1 扫描时间: 0.8s/360 度; 5.2 具备双倍采集技术; 5.3 扫描成像: 64 层/360 度; 5.4 扫描速度可选范围: 6 种 (提供具体扫描速度值); 5.5 图像重建速度: 22 幅/秒 (任意层厚, 512×512 矩阵); 5.6 定位像长度: 100cm; 5.7 定位像方向: 后前, 前后, 左右侧位, 任意角度; 5.8 空间分辨率: 12.5LP/cm (0%MTF); 5.9 密度分辨率: 3mm@0.3%。 6. 临床应用软件: 6.1 具备 MPR; 6.2 具备 MPVR; 6.3 具备 3D 软件包; 6.4 具备最大密度投影 MIP; 6.5 具备最小密度投影 MinIP; 6.6 具备三维容积显示; 6.7 具备三维血管 CTA; 6.8 具备仿真内窥镜功能; 6.9 具备 CT 电影; 6.10 具备造影剂智能动态跟踪; 6.11 具备螺旋扫描降噪软件; 6.12 具备肺纹理增强软件; 6.13 具备运动伪影校正软件; 6.14 具备条状伪影消除软件; 6.15 具备后颅窝伪影校正软件; 6.16 具备焦点自动跟踪功能; 6.17 具备 X 射线优化滤过功能及装置; 6.18 具备呼吸控制图形提示; 6.19 具备呼吸控制语音提示; 6.20 具备低剂量扫描功能; 6.21 具备 Dicom3.0 数字接口; 6.22 具备尿路造影技术; 6.23 具备内耳多功能成像技术; 6.24 具备齿科成像技术; 6.25 具备肺气肿评估工具; 6.26 具备肺小结节评估工具; 6.27 具备肝体积测量工具; 6.28 具备肝脏三期诊断工具; 6.29 具备腹部脂肪测量软件;
--	--	--	--	--	--	--	---

								6.30 具备血管透明技术； 6.31 具备骨骼内固定支架透视技术； 6.32 具备骨科畸形矫正评估。 7. 具备远程影像诊断服务。 8. 配备医用显示器 1 套。 9. 配备图文工作站 1 套。
							配套服 务及机 房改造	包含机房改造、消防管道改造排水改造、 电缆铺设、电箱安装、独立底线安装、 机房防护施工、装修工程、机房空调安 装、预评控评环评办理、协助医院办理 辐射安全许可证、防护用品 2 套。我公 司自行联系采购人勘察现场编制改造方 案。

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：江西庭铜医疗器械有限公司

日 期：2026 年 01 月 08 日



7. 其他合同文件

六、售后服务承诺

致：灵山县平南镇卫生院

我方（江西庭铜医疗器械有限公司）郑重就项目名称：2024 年度基层卫生健康综合试验区建设项目——X 射线计算机体层摄影设备采购（项目编号：QZZC2025-G1-210301-ZGGC）作出如下具有法律约束力的售后服务承诺：

一、质量保证承诺

严格履行国家《消费者权益保护法》《产品质量法》及《部分商品修理更换退货责任规定》（“三包”规定），所供设备均为全新、原厂正品，未经使用，符合 GB 9706.1—2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》等强制性国家标准及行业规范。

质保期自设备安装调试完毕、经采购人组织验收合格并签署《验收合格报告》之日起计算，为期 12 个月（1 年）；质保期内提供全免费维修、零配件更换、软件升级及预防性维护服务；所有维修所用零部件均为原厂同规格全新件，费用由我方全额承担。

若采购文件或技术需求表中对特定部件、软件模块或服务条款另有明确质保期限要求，我方无条件执行该特别约定，且不低于国家法定标准。

二、响应与服务时效承诺

故障响应：接到采购人故障报修通知后，2 小时内电话/远程响应，提供初步诊断与应急指导；

现场抵达：12 小时内专业工程师抵达采购人指定地点（灵山县平南镇卫生院）开展现场服务；

问题闭环：24 小时内完成故障定位、修复或临时替代方案实施；如遇重大技术故障需返厂检测，我方同步提供经双方确认的同型号备用机，确保临床诊疗工作不间断。

三、交付与安装调试承诺

交付时限：自合同签订之日起 60 个日历天内完成全部设备运输、安装、调试、联机测试及试运行，确保设备达到稳定、安全、合规的临床使用状态；逾期交付，自愿接受采购人依据政府采购法规及合同约定采取的违约处理措施，并承担由此产生的一切直接及间接损失。

安装责任：全程由我方持证工程师负责安装调试；运输、装卸、安装过程中造成设备损毁、性

能下降或无法正常使用的，我方无偿更换同型号、同配置全新设备，并承担全部关联费用。

验收保障：主动配合采购人按《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）及合同约定组织验收；承担验收全过程费用（含第三方检测、复检、资料公证等）；验收不合格项须在3个工作日内完成整改并重新提交验收。

四、技术培训与持续支持承诺

免费提供不少于40学时的分层次、实操型现场培训，覆盖设备操作、图像采集、质量控制、日常维护、基础故障识别与应急处理等内容；培训师资具备国家级放射影像设备认证资质，培训计划、教材及考核记录由采购人审定后执行。

提供终身免费远程技术支持（7×12小时）；每季度主动开展1次远程健康状态巡检；每年至少1次上门深度保养与系统优化服务（质保期内免费，期满后按成本价提供）。

五、合规性与责任承诺

所投设备具备合法有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及附件（含产品技术要求、注册检验报告），证书真实、有效、可溯，复印件随货交付并加盖我方公章；

投标报价为完全闭口价，已包含设备本体、全部随机附件、专用工具、安装辅材、信息系统对接开发、全周期培训、保险、税费、合理利润及全部售后服务成本；采购人无需另行支付任何费用；

对因我方原因导致的产品质量缺陷、参数不符、知识产权纠纷或验收不通过等情形，我方承担全部法律责任、经济赔偿及行政后果，并无条件接受监管部门依法处理；

所有随货技术资料（含中英文操作手册、维护指南、电路图、软件授权文件、网络安全说明等）均以纸质+电子双介质形式完整交付，符合YY/T 0316—2022《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》要求。

本承诺书为投标文件不可分割的组成部分，具有同等法律效力。我方深知基层医疗卫生机构设备运行关乎群众生命健康，将以最高标准履行服务义务，全力保障灵山县平南镇卫生院CT设备长期、安全、高效运行。

投标人名称（电子签章）：江西展铜医疗器械有限公司

日期：2026年01月08日