

政府采购合同书

项目名称：消化内镜电外科工作站(重)

项目编号：QZZC2026-J1-990037-GXHY

采购单位（甲方）：钦州市中医医院

供应商（乙方）：广西茗臻医疗科技有限公司

签订合同地点：广西钦州市钦南区蓬莱北大道 66 号

签订合同时间：2026 年 2 月 6 日

目 录

一、成交通知书	3
二、医疗设备供应商廉洁从业承诺书	4
三、合同条款	5
四、项目采购需求	10
五、报价表	15
六、技术响应、偏离情况说明表	16
七、其他与本合同相关的资料	20
(1) 二次报价表	20
(2) 售后服务承诺书	21
(3) 厂家资质证件	24
(4) 投标产品证件	27
八、公司营业执照、法人代表、委托人身份证	29
(1) 营业执照	29
(2) 经营许可证	30
(3) 法定代表人身份证复印件	32
(4) 委托代理人身份复印件	33
九、物品配置清单	35

一、成交通知书

广西华扬工程项目管理有限公司 成交通知书

广西茗臻医疗科技有限公司：

你单位参加了消化内镜电外科工作站(重)的竞标，项目编号：QZZC2026-J1-990037-GXHY，经谈判小组评定，确定你单位为成交供应商，成交价为：柒拾捌万捌仟元整（¥788000.00元）。

现将有关事项通知如下：

一、请在成交通知书发出之日起25日内，按照采购人要求的时间在约定的地点与采购人签订采购合同，延期自误。

序号	项目编号	成交金额	采购单位
1	QZZC2026-J1-990037-GXHY	柒拾捌万捌仟元整 (¥788000.00元)	钦州市中医医院

二、签订合同详细地点：广西钦州市钦南区蓬菜北大道66号。

特此通知。

备注：供应商可凭中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息，通过中征应收账款融资服务平台向银行业金融机构在线申请“政采贷”融资”。

采购代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司

2026年2月3日

二、钦州市中医医院医疗设备供应商 廉洁从业承诺书

廉洁从业承诺内容

一、严格遵守守法，严格执行上级纠正医药购销和医疗服务中不正之风和治理商业贿赂的有关文件精神，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举”的原则，深化源头治理。

二、严格执行药品、医疗设备、医用耗材、办公用品、后勤物资基建项目招投标制度，以及相关的各项管理规定。

三、承诺不借名科研费、开发费、宣传费、推销费等形式推销药品、医疗设备、医用耗材等产品以及办公用品、医院后勤使用的物资，不对钦州市中医医院领导和工作人员发放回扣、红包等商业贿赂不正当行为。

四、承诺不到医院临床科室及门诊诊室进行新药、新耗材、新设备、新试剂、新产品公关奖励，开方或使用回扣促销，或以不正当交易手段诱导临床医生或其他工作人员提供的药品、医疗设备、医疗耗材、办公用品等。

如发生上述违规、违纪、违法行为，自愿接受组织乃至司法机关的处理。

单位名称：广西茗臻医疗科技有限公司

承诺人：



年 月 日

三、广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: 12N4997088592026201

采购人(甲方): 钦州市中医医院

采购计划号: 钦州政采[2025]3112号

供应商(乙方): 广西茗臻医疗科技有限公司

采购项目名称和编号: 消化内镜电外科工作站(重) QZZC2026-J1-990037-GXHY

签订地点:

签订时间:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之合同编等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件(以下简称“谈判文件”)规定条款和乙方竞争性谈判响应文件(以下简称“响应文件”)及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

供货一览表

序号	货物名称	货物品牌、规格型号	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	消化内镜电外科工作站(高频手术系统)	德国爱尔博、 VI0200S+APC2(10140-400 +10134-000)	1 套	788000.00	788000.00	
报价合计(包含税费等所有费用):(大写)人民币柒拾捌万捌仟元整 (¥788000.00元)						

1、合同合计金额包括货物、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

2、设备如需接入医院 HIS、LIS、PACS 系统或互联互通平台,相关费用由成交人负责。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式: 道路运输。

3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 无。

第五条 交付和验收

1、交付使用时间: 签订合同之日起 60 个日历日内完成设备安装调试,并交付使用;地点:

采购人指定地点。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方根据实际情况合理安排。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：质保期 2 年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：自有资金。

3、付款方式：设备验收安装合格后，采购人收到符合财务要求的发票，六个月内支付合同价款的 20%；满一年付至 50%，余款 50%在 2 年内付清。

第九条 履约保证金

无。

第十条 税费

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2、设备如需接入医院 HIS、LIS、PACS 系统或互联互通平台，相关费用由成交人负责。

第十一条 质量保证及售后服务

1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、产品质量保证期应当包括但不限于：质保期不少于2年，质保期内，负责上门服务、维修、校准、更换配件，不得收取任何费用。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的损毁、灭失等风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，且乙方须按合同总额的 5%向甲方支付违约金。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，超过天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按合同金额 5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》之合同编的有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十条 本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲肆份，乙方壹份。

第二十一条 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购代理机构应当将合同公告在广西政府采购云平台上发布。

甲方（章） 钦州市中医医院 2026年8月6日	乙方（章） 广西茗臻医疗科技有限公司 2026年8月6日
单位地址：广西钦州市钦南区蓬菜北大道66号	单位地址：南宁市兴宁区金仑路8号广西太华医药有限责任公司现代医药物流项目物流仓储大楼六层工业仓储用房6楼601
法定代表人：[Signature]	法定代表人：庞泽林
委托代理人：[Signature]	委托代理人：韦小岸
电话：	电话：18077209648
电子邮箱：	电子邮箱：539892067@qq.com
开户银行：	开户银行：南宁市区农村信用合作联社金桥分社
账号：	账号：173812010103361652
邮政编码：	邮政编码：530000
经办人： 年 月 日	

合同须附：

- 
- (1) 投标人有效的“营业执照”副本复印件（**必须提供，同时要加盖单位公章**）；
 - (2) 法定代表人身份证（格式见第六章）（**必须提供，同时要加盖单位公章**）；
 - (3) 法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（格式见第六章）（**委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章**）。
 - (4) 投标文件中的货物技术性能参数、售后承诺书、报价表等证明供货符合投标文件等内容
 - (5) 其他资质证明文件
 - (6) 标的物货物清单（设备安装完成后按货物清单验收）。

四、项目采购需求

采购需求一览表		
序号	名称	参数明细
1	(脾胃病科)消化内镜电外科工作站	1. 能够和主流品牌的软镜通用，例如奥林巴斯，富士，开立等 2. 内镜下最大功率可调范围：0—200 瓦。 3. 设备包含内镜电刀模块和氩等离子模块。 4. 设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切（ENDO-CUT I/Q）、自动电切模式；电凝方面具有柔和电凝、强力电凝模式。 ▲5. 具有内镜电切（ENDO-CUT I/Q）模式。其中 Q 模式专用于内镜下电切、息肉摘除，I 模式专用于十二指肠乳头切开。该模式自动将切割过程分为切割和凝血两部分，可根据阻抗变化电切电凝自动交替输出。切割效果，切割宽度和切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。 6. 具有 CUT CONTROL 切割控制系统和 PPS 功率补偿系统，可根据阻抗变化智能调整功率输出，保证良好切割的同时又最小的结痂及烟雾，保证第一刀顺畅切割。 7. 内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。 8. 内镜电切专家模式可以调节的参数（在专家模式下）：4 档切割效果；4 档切割宽度，10 档切割间隔时间。 9. 内镜工作站氩气流量为 0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过 2.4 L/min，范围为 0—2.4 L/min。 10. 内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种：强力 APC 模式、精细 APC 模式、脉冲 APC 模式。 ▲11. 氩气电极前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷多种电极。 12. 氩气电极具有 1.5mm、2.3mm、3.2mm 多种直径可选。 13. 器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。 14. 氩气电极末端气体压力恒定系统，避免发生氩气囊肿的发生。 15. 适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为 4300V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头

	不被破坏。 ▲16. 具有软、硬件升级功能，可升级水刀系统功能，可整合多种器械于一体。同时该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便。 17. 全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能。 18. 整主机具备中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用时错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。 19. 可储存≥10 个程序 20. 可同时连接两个脚踏，控制不同的器械。显示灯提示当前输出插座的脚踏分配。 21. 工作输出：450KHZ 以下； 22. 电源电压：100V-120V / 220V-240V +/-10%； 23. 电源频率：50/60HZ； 24. 最大输出时功率：500W/920VA；
--	---

▲商务条款及其他要求

1	投标报价要求	报价必须含以下部分，包括： (1) 货物的价格； (2) 随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 (3) 本《采购需求》中带“▲”的项目要求及技术需求或要求“必须”的参数为重要核心参数为必须满足项，否则竞标无效；其它项目要求及技术需求及要求有 1 项(含 1 项)以上不满足的，竞标无效。 (4) 竞标产品重要参数/功能不接受定制。
2	合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内签订采购合同。
3	交货时间及地点	1. 交付使用时间：签订合同之日起 60 个日历日内完成设备安装调试，并交付使用 2. 交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。

4	质保期	项目在验收合格后，质保期 2 年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。质保期内负责上门服务、维修、校准、更换配件，不得收取任何费用。
5	售后及服务要求	1. 免费送货上门、安装调试，供货时必须提供原厂售后服务承诺函，并加盖厂商公章（线缆和设备辅材除外）。 2. 服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求 2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在 24 小时内到达维修现场，提供定期维护、升级。故障响应（维保期内）：提供 7x24 小时电话支持、远程技术支持服务。出现故障，接到采购人电话通知后，需在 15 分钟内做出响应，若电话或远程无法解决，需在 24 小时内到达现场进行维护解决，并承担一切费用。 3. 备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括： （1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。 本项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，竞标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由竞标人自行承担。
6	验收标准、规范	1. 成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；竞标所提供的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内（国产的半年内）生产的机型。 2. 本项目中的货物，竞标人交货时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件）。当竞标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。交货时提供齐全的全套随机技术资料，包含但不限于：维护手册、设备说明书。供货时必须提供竞标产品生产厂家出具的供货证明及售后服务承诺书原件。 3. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 4. 成交供应商在货物验收时由采购单位对照竞标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 5. 本采购文件的相关要求。 6. 国家相关法律、法规、标准和规范等。
7	验收条件	1. 各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容； 2. 合同或合同附件规定的其他验收条件； 3. 项目安装调试完成后且符合验收标准的，由竞标人发起验收申请，由采购人

		组织验收小组进行验收。
8	付款方式	设备验收安装合格后，采购人收到符合财务要求的发票，六个月内支付合同价款的 20%；满一年付至 50%，余款 50%在 2 年内付清。
9	其他要求	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☒ 本项目货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☐ 本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、在设备验收时，采购方可按照推荐排名邀请其他竞标人共同验收，包括所提供的产品参数的真实性、实际性能等按采购文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足投标承诺的，视为虚假应标并报监管部门查处。 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2、投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。 3、货物需求一览表中，中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，必须满足或优于，否则竞标无效；每款设备参数不带“▲”的参数发生负偏离达 3 项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 4、竞标人在竞标活动中如提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 5、若成交供应商所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定严肃处理。

	6、设备保修期内一周如出现 3 次以上停机或设备故障的，采购人有权要求供货方退货或更换新机器，所产生费用由供货方承担。 7、技术及商务条款需逐条响应，商务条款不接受负偏离，否则投标无效。 8、设备如需接入医院 HIS、LIS、PACS 系统或互联互通平台，相关费用由成交人负责。
--	--



五、报价表

(一) 报 价 表

采购项目编号: QZZC2026-J1-990037-GXHY

采购项目名称: 消化内镜电外科工作站(重)

序号	货物名称	货物品牌、规格型号	数量 ①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	(脾胃病科)消化内镜电外科工作站(重)	品牌: 德国爱尔博、 厂家: 德国爱尔博 电子医疗仪器公司、 型号规格: VI0200S+APC2(10140-400+10134-000)	1套	789600	789600	进口产品
报价合计(包含税费等所有费用): (大写) 人民币柒拾捌万玖仟陆佰元整 (¥789600 元)						

注: 1、所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数

2、竞标报价指货物、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

法定代表人或法定代表人授权代表(签字):

谈判供应商名称(电子签章) 西圣德医疗科技有限公司

报价时间: 2026 年 2 月 2 日

六、技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号: QZZC2026-J1-990037-GXHY

采购项目名称: 消化内镜电外科工作站(重)

(五) 技术响应、偏离情况说明

采购项目编号: QZZC2026-J1-990037-GXHY

采购项目名称: 消化内镜电外科工作站(重)

项 号	竞争性谈判文件要求		响应文件承诺				偏离说明
	货物名称	技术参数要求	货物名称	数量	品牌、厂家、型号、规格	技术参数	
1	(脾胃病科)消化内镜电外科工作站(重)	1.能够和主流品牌的软镜通用,例如奥林巴斯,富士,开立等	(脾胃病科)消化内镜电外科工作站(重)	1套	品牌:德国爱博电子仪器公司 型号规格:VI0200 S+APC2 (10140-400+10134-000)	1.兼容所有的消化内镜品牌,如奥林巴斯,富士,宾得,开立,澳华等	无偏离
		2.内镜下最大功率可调范围:0—200瓦。				2.内镜下最大功率可调范围:0—200瓦,以1瓦步进调节。	无偏离
		3.设备包含内镜电刀模块和氩等离子模块。				3.设备包含内镜电刀模块和氩等离子 APC 模块。	无偏离
		4.设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切(ENDO-CUT I/Q)、自动电切模式;电凝方面具有柔和电凝、强力电凝模式。				4.设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切(ENDO-CUT I/Q)、自动电切模式;电凝方面具有柔和电凝、强力电凝模式。	无偏离
		▲5.具有内镜电切(ENDO-CUT I/Q)模式。其中Q模式专用于内镜下电切、息肉摘除,I模式专用于十二指肠乳头切开。该模式自动将切割过程分为切割和凝血两部分,可根据阻抗变化电切电凝自动交替输出。切割效果,切割宽度和切割时间间隔可根据术者习				▲5.具有内镜电切(ENDO-CUT I/Q)模式。其中Q模式专用于内镜下电切、息肉摘除,I模式专用于十二指肠乳头切开。该模式自动将切割过程分为切割和凝血两部分,可根据阻抗变化电切电凝自动交替输出。切割效果,切割宽度和	无偏离

	惯任意调节。				切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。可调节参数有效果、切割持续时间、切割时间间隔,实现内镜下手术的精准治疗。	
	6. 具有 CUT CONTROL 切割控制系统和 PPS 功率补偿系统,可根据阻抗变化智能调整功率输出,保证良好切割的同时又最小的结痂及烟雾,保证第一刀顺畅切割。				6. 具有 CUT CONTROL 切割控制系统和 PPS 功率补偿系统,可根据阻抗变化智能调整功率输出,保证良好切割的同时又最小的结痂及烟雾,保证第一刀顺畅切割。	无偏离
	7. 内镜下氩气刀模式为:强力氩气模式,能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。				7. 内镜下氩气刀模式:强力氩气刀,能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝,器械头端不产生粘连,使手术方式更灵活。	无偏离
	8. 内镜电切专家模式可以调节的参数(在专家模式下):4 档切割效果;4 档切割宽度,10 档切割间隔时间。				8. 内镜电切专家模式可以调节的参数(在专家模式下):4 档切割效果(1-4);4 档切割宽度(1-4),10 档切割间隔时间(1-10)。	无偏离
	9. 内镜工作站氩气流量为 0.1—8L/min,内镜下治疗氩气流量不超过 2.4 L/min,范围为 0—2.4 L/min。				9. 内镜工作站氩气流量为 0.1—8L/min,内镜下治疗氩气流量不超过 2.4 L/min,范围为 0—2.4 L/min。以 0.1 L/min 逐步调节。	无偏离
	10. 内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种:强力 APC 模式、精细 APC 模式、脉冲 APC 模式。				10. 内镜工作站的氩气模式可升级有三种:强力 APC 模式、精细 APC 模式、脉冲 APC 模式。	无偏离
	▲11. 氩气电极前端具有色环标记,有直喷、侧喷和环喷多种电极。				▲11. 氩气电极前端具有色环标记,方便控制电极与镜子的操作距离。规格有直喷、	无偏离

					侧喷和环喷 3 种电极可选。	
		12. 氩气电极具有 1.5mm、2.3mm、3.2mm 多种直径可选。			12. 氩气电极具有 1.5mm、2.3mm、3.2mm 多种直径可选。适用于内镜下的不同应用场景。	无偏离
		13. 器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。			13. 器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。	无偏离
		14. 氩气电极末端气体压力恒定系统，避免发生氩气囊肿的发生。			14. 氩气电极末端气体压力恒定系统，避免氩气囊肿的发生。双重过滤功能，提高患者的安全性。	无偏离
		15. 适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为 4300V（氩气喷射凝血模式）；较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏。			15. 适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为 4300V（氩气喷射凝血模式）；较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏。	无偏离
		▲16. 具有软、硬件升级功能，可升级水刀系统功能，可整合多种器械于一体。同时该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便。			▲16. 模块化设计并具有软、硬件升级功能，可升级水刀系统功能，可整合多种器械于一体，可进行水束精细分离功能，通过水束压力对病变部位粘膜进行无针隆起，行黏膜下层剥离术时，剥离黏膜下层时具有保护血管的功能。同时该设计利于主机和氩气控制系统不互相干扰，同时降低医院使用成本，维修售后服务方便。	无偏离

17. 全数字化液晶显示, 触摸式操作, 即插即用, 具有程序存储功能。	17. 全数字化高分辨率彩页液晶显示, 交互式中文界面, 触摸式操作, 即插即用, 具有程序存储功能。	无偏离
18. 整主机具备中性电极安全系统, 实时错误报警记忆功能, 能够对病人动态监测, 可监测错误包括: 高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。	18. 整主机具备中性电极安全系统, 实时错误报警记忆功能, 能够对病人动态监测, 可监测错误包括: 高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。	无偏离
19. 可储存≥10个程序	19. 可储存40个程序。	无偏离
20. 可同时连接两个脚踏, 控制不同的器械。显示灯提示当前输出插座的脚踏分配。	20. 可同时连接两个脚踏, 控制不同的器械。显示灯提示当前输出插座的脚踏分配。	无偏离
21. 工作输出: 450KHZ 以下;	21. 工作输出: 450KHZ 以下。	无偏离
22. 电源电压: 100V-120V / 220V-240V +/-10%;	22. 电源电压: 100V-120V / 220V-240V +/-10%。	无偏离
23. 电源频率: 50/60HZ;	23. 电源频率: 50/60HZ。	无偏离
24. 最大输出时功率: 500W/920VA;	24. 最大输出时功率: 500W/920VA。	无偏离
无分标 (此处有分标时填写具体标号, 无分标时填写“无”)		
供应商名称 (电子签章): 广西核医医疗设备有限公司		
法定代表人 (负责人) 或授权代理人签字: 陈永林		

说明: 应对照竞争性谈判文件“第二章 项目需求”, 逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应, 并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标, 竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求, 将导致谈判被拒绝。

七、其他与本合同相关的资料

(1) 二次报价表

投标报价明细表

投标人全称：广西普瑞医疗科技有限公司

项目编号：消化内科外科工... (GZZC2026-11-990017-GXJHY)

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	保证金缴纳方式	备注
广西普瑞医疗科技有限公司	788000	签订合同之日起 60 个日历日内完成设备安装调试, 并交付使用/韦小岸	转账	无

(2) 售后服务承诺书

(六) 售后服务承诺书

一、我方针对投标报价要求的承诺

报价含以下部分，包括：

(1) 货物的价格：

(2) 随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

(3) 本《采购需求》中带“▲”的项目要求及技术需求或要求“必须”的参数为重要核心参数为必须满足项，否则竞标无效；其它项目要求及技术需求及要求有1项(含1项)以上不满足的，竞标无效。

(4) 竞标产品重要参数/功能非定制

二、我方针对合同签订时间的承诺
自成交通知书发出之日起25日内签订采购合同。

三、我方针对交货时间及地点的承诺

1. 交付使用时间：签订合同之日起60个日历日内完成设备安装调试，并交付使用。

2. 交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。

四、我方针对质保期的承诺

项目在验收合格后，质保期2年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。质保期内负责上门服务、维修、校准、更换配件，不收取任何费用。

五、我方针对售后及服务要求的承诺

1. 免费送货上门、安装调试，供货时提供原厂售后服务承诺函，并加盖厂商公章（线缆和设备辅材除外）。

2. 服务响应时间：7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将在24小时内到达维修现场，提供定期维护、升级。故障响应（质保期内）：提供7x24小时电话支持、远程技术支持服务。出现故障，接到采购人电话通知后，在15分钟内做出响应，若电话或远程无法解决，在24小时内到达现场进行维护解决，并承担一切费用。

3. 我方针对备品备件要求的承诺：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体

包括:

(1) 提供保修所需的备件供应要及时、充足。

(2) 备件是原厂提供的未拆封原装备件。

本项目现执行的有关政策、法律及法规,如有与国家最新发布政策、法律及法规相抵触时,我方无条件按照最新规定执行,且造成的损失均由我方自行承担。

六、我方针对验收标准、规范的承诺

1. 我方向采购人提供的货物是全新的原装产品;竞标所提供的设备是签订合同之日前1年内生产的机型。

2. 本项目中的货物,我方交货时提供包含该设备生产商编写的、完整的、中(英)文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页(可以从生产厂家网页下载的PDF或HTML文件)。当竞标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时,以后者为准。交货时提供齐全的全套随机技术资料,包括但不限于:维护手册、设备说明书。供货时提供竞标产品生产厂家出具的供货证明及售后服务承诺书原件。

3. 验收过程中所产生的一切费用均由我方承担,报价时由我方考虑相关费用。

4. 我方在货物验收时由采购单位对照竞标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行核查,如不符合竞标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,我方承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。

5. 本采购文件的相关要求。

6. 国家相关法律、法规、标准和规范等。

七、我方针对验收条件的承诺

1. 各种技术文档和验收资料完备,符合合同的内容;

2. 合同或合同附件规定的其他验收条件;

3. 项目安装调试完成后且符合验收标准的,由我方发起验收申请,由采购人组织验收小组进行验收。

八、我方针对付款方式的承诺

设备验收安装合格后,采购人收到符合财务要求的发票,六个月内支付合同价款的20%;满一年付至50%,余款50%在2年内付清。

九、我方针对其他要求的承诺

1. ☒ 本项目货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续,投标产品选用进口

产品；进口产品时为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时由我方负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。

2. 在设备验收时，采购方可按照推荐排名邀请其他竞标人共同验收，包括所提供的产品参数的真实性、实际性能等按采购文件要求逐条测试，如发现投标产品及产品资质、性能指标不满足采购文件要求或不满足投标承诺的，视为虚假应标并报监管部门查处。

（1）投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

（2）我方提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均满足国家和行业规范标准。

（3）货物需求一览表中，中标注“▲”项的内容为实质性响应条款，全部满足。每款设备参数不带“▲”的参数发生负偏离为0项数。

（4）我方在竞标活动中如提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，竞标无效，并报监管部门查处。

（5）若我方所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定严肃处理。

（6）设备保修期内一周如出现3次以上停机或设备故障的，采购人有权要求我方退货或更换新机器，所产生费用由我方承担。

（7）技术及商务条款逐条响应，商务条款无负偏离。

（8）设备如需接入医院 HIS、LIS、PACS 系统或互联互通平台，相关费用由我方负责。

投标人名称(电子印章)：云南茗臻医疗科技有限公司

日期：2023年2月2日



上海市电子证照库
sh.gov.cn

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: J1-990026-GXHY 沪食药监备20190006号

企业名称	爱尔博(上海)医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91310000698793216G
法定代表人	Marcus Charles Polstead
企业负责人	Marcus Charles Polstead
住所	上海市长宁区延安西路1221号502室
经营方式	批发
经营场所	长宁区虹桥路1001号1002室
库房地址	宝山区罗店镇罗店村1区2层A区
经营范围	第二类医疗器械(不含体外诊断试剂)

备案部门(盖章): 上海市长宁区市场监督管理局

备案日期: 2024年03月10日

备案专用章

(4) 投标产品证件



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号: 国械注进20193011688

注册人名称	德尔夫尔博电子医疗仪器公司 Delfor Elektromedizin GmbH
注册	Waldheimschtrasse 17, D-72072, Tuebingen, Germany
生产地址	Waldheimschtrasse 17, D-72072, Tuebingen, Germany
代理人名称	爱尔博(上海)医疗器械有限公司
代理人住所	上海市长宁区延安西路2891号1002室
产品名称	高频手术系统 VIO HF Electrosurgical Equipment including Accessories
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品由主机、氩气控制器、台车、双极等离子适配器、连接电缆、氩气电弧测试器、仪器筐、脚踏开关及电源线组成。
适用范围	该产品在医疗机构中使用,用于手术中对人体组织切割与凝血,与爱尔博百克钳安速刀配合用于闭合直径不超过7mm的动脉血管、静脉血管及淋巴管,将手术式需在生理盐水环境下使用。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	延续注册产品技术要求未发生变化,沿用原核发的产品技术要求。

审批部门:

医疗器械
注册专用章

日期：二〇二三年二月二十二日

生效日期：二〇二四年一月三十一日

有效期至：二〇二九年一月三十日

项目编号:

附表 1

货号	描述
10140-100	高频电外科设备, 型号: VIO 300D
10140-200	高频电外科设备, 型号: VIO 200D
10140-300	高频电外科设备, 型号: VIO 300S
10140-400	高频电外科设备, 型号: VIO 200S
10134-000	氩气电凝器, APC 2, 连 VIO 用
20183-110	腹腔镜电子适配器
20192-112	单极连接电缆, 连接 $\phi 4\text{mm}$ 器械; 长 4m
20192-113	电凝连接电缆, A 线; 结合微创器械使用电切或电凝; 长 4m
20192-114	高频连接电缆; APC 300/TCC; 3 针; 0.5m 长
20192-117	单极连接电缆/A 型线, A 线; 针对 Olympus $\phi 3\text{mm}$ 器械; 长 4m
20192-121	单极连接电缆, 针对单极镊子; 长 4m
20192-123	单极连接电缆, 针对 Olympus $\phi 3\text{mm}$ 器械; 长 5m
20195-115	双极连接电缆, TUR/TCR; Olympus 和多功能器械; 长 4m
20195-118	双极连接电缆, TUR/TCR; Storz 和多功能器械; 长 4m
20195-119	双极连接电缆, TUR/TCR; Wolf 和多功能器械; 长 4m
20195-129	双极连接电缆, TUR/TCR; 长 4m
20189-300	双脚踏开关, 带支架的
20189-301	双脚踏开关, 可遥控的, 带支架的
20189-302	双脚踏开关
20189-303	双脚踏开关, 可遥控的
20188-300	单脚踏开关
20188-302	单脚踏开关, 可遥控的
20183-071	氩气电凝器, 2-Pin
20180-000	台车
20180-010	仪器架

仅限项目
项目编号: QZC2026-J1-990020-GXHY

仅限项目名称
项目编号: QZC2026-J1-990020-GXHY

电外科工作站
20-GXHY 投标使用

项目编号: QZC2026-J1-990020-GXHY



仅限项目名称: 消化内镜电外科工作站
项目编号: QZC2026-J1-990020-GXHY 投标

电外科工作站
投标使用

(2) 经营许可证

二、供应商必须具备行政主管部门颁发的有效的证件复印件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营第二类医疗器械的须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，经营第三类医疗器械的须提供《医疗器械经营许可证》）



第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：桂南药监械经营备20201366号

企业名称	广西茗臻医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91450100MA5PL6GW7D
法定代表人	庞泽林
企业负责人	庞泽林
住 所	南宁市西乡塘区... 现代医药物流项目物流仓储大... 楼六层五号
经营方式	批发
经营场所	南宁市西乡塘区... 现代医药物流项目物流仓储大... 楼六层五号
库房地址	南宁市西乡塘区... 现代医药物流项目物流仓储大... 楼六层五号
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门：南宁市市场监督管理局

备案日期：2020年11月12日





医疗器械经营许可证



许可证编号：桂南药监械经营许202000402号
统一社会信用代码：91450100MA5P1BK7D
企业名称：广西茗臻医疗科技有限公司
住所：南宁市兴宁区金台路8号广西太恒医药有限责任公司
经营场所：南宁市兴宁区金台路8号广西太恒医药有限责任公司
仓库地址：南宁市兴宁区金台路8号广西太恒医药有限责任公司
经营范围：南宁市兴宁区龙山路81号广西恒丰医疗中药生产基地6号生产厂房（委托广西恒康医药有限公司贮存配送）
经营方式：批发
6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6830, 6833, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存）, 6845, 6854, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2025 年 8 月 21 日至 2030 年 8 月 21 日
发证部门：南宁市市场监督管理局
发证日期：2025 年 8 月 21 日



投标人名称(电子签章)：广西茗臻医疗科技有限公司
日期：2026 年 2 月



(3) 法定代表人身份证复印件

三、法定代表人身份证复印件



投标人名称(电子签章): 广西名臻医药科技有限公司

日期: 2026年2月2日



(4) 委托代理人身份复印件

四、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：钦州市中医医院/广西华扬工程项目管理有限公司；

我 庞泽林（姓名）系 广西茗臻医疗科技有限公司（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 韦小岸（姓名）以我方的名义参加 消化内镜电外科工作站(重) 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或盖章或者电子签名）： 庞泽林

投标人名称(电子签名) 广西茗臻医疗科技有限公司

日期：2026 年 2 月 2 日

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

投标人：广西茗臻医疗科技有限公司

地址：南宁市兴宁区昆仑大道8号广西太华医药有限责任公司现代医药物流项目物流仓储大楼六层工业仓储用房6楼601

姓名：庞泽林 性别：男

年龄：34 职务：总经理

身份证号码：450923199112068519

系广西茗臻医疗科技有限公司的法定代表人。

特此证明。

法定代表人有效身份证正反面复印件



委托代理人有效身份证正反面复印件



九、物品配置清单

配置清单

序号	产品名称	数量
1	高频电外科设备主机	1台
2	氩气控制器主机	1台
3	电极板	10片
4	单极连线	1根
5	非电极连接电缆	1根
6	双脚踏开关	1个
7	减压阀	1个
8	氩气瓶 5升	1瓶
9	氩气电极	5根
10	台车	1台