

北海市人民政府采购合同

合同名称：眼科激光治疗仪等设备购置项目分标 1

眼科激光治疗仪采购合同

合同编号：BHRY-HW-QXK-20260010

招标人（甲方）北海市人民医院

供应商（乙方）广西九州通医药有限公司

签订合同地点：北海市人民医院

签订合同时间： 年 月 日

目 录

第一章	北海市政府采购合同	1
第二章	投标函	8
第三章	投标报价明细表	11
第四章	设备配置清单	13
第五章	商务技术响应表	14
第六章	售后服务承诺书	25
第七章	采购需求	32
第八章	中标通知书	37

第一章 北海市政府采购合同

合 同 编 号： BHRH-HW-QXK-20260010
采购单位（甲方） 北海市人民医院 采购计划号： BHZC2025-G1-01854
供 应 商（乙方） 广西九州通医药有限公司 项目名称及编号： BHZC2025-G1-990294-KWZB
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条、合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	医疗器械产品注册证名称	规格型号	生产厂家	单位	单 价（元）	数量	金 额（元）
1	眼科激光治疗仪(眼科半导体激光光凝仪)	眼科半导体激光光凝仪	IQ577	爱睿德思	套	1213000	1	1213000
人民币合计金额（大写）： 人民币壹佰贰拾壹万叁仟元整 （小写）： ¥1213000.00								

合同合计金额包括乙方在甲方指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

第二条、质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条、权力保证

- 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条、包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物的运输方式：陆运。

5. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗品。

第五条、交付和验收

1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用，地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日超过六个月（国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，甲方有权拒绝接受。

5. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6. 甲方对乙方提交的货物需依据招标文件以及合同规定的技术规格要求，按照国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

7. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

8. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由甲方承担，验收不合格，费用由乙方承担。

9. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

10. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

11. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12. 乙方应在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，并通知甲方货物已送达。

13. 乙方需向甲方开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由乙方支付。

14. 如果甲方需要时，乙方须提供与甲方信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

第六条、安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲、乙双方协定执行。

第七条、售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自安装完毕验收合格之日起 12 个 月。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条、付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：

(1) 自合同签订之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总金额的 80% 货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总金额的 95% 货款；保修期满后 10 个工作日内，甲方向乙方支付至合同结算总金额的 100% 货款（不计利息，按要求保修）。

(2) 转账前乙方需向甲方提供合法的等额普通发票。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件，不得额外收取费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 12 小时内到达甲方现场。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修。

第十一条、违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额 1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额 1% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方逾期付款超过

180 天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

8、除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十二条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条 签订本合同依据

1. 采购招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标通知书。

第十七条 本合同一式五份，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份。

甲方（章）：北海市人民医院	乙方（章）：广西九州通医药有限公司
单位地址：广西北海市海城区和平路 83 号	单位地址：南宁市永林路 88 号
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）： 
委托代理人：	委托代理人：
电话：	
电子邮箱：	
开户银	
账号：	
邮政编码：536000	邮政编码：530000
经手人（北海市人民医院）： 签订地点：北海市人民医院	
签订时间： 年 月 日	

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
2. 售后服务具体事项：详见附件售后服务承诺书。	
3. 保修期责任：详见附件售后服务承诺书。	
4. 其他具体事项：详见投标文件。	
甲方（章）北海市人民医院 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二章 投标函

眼科激光治疗仪等设备购置项目



(一) 投标函

投标函

北海市人民医院、广西科文招标有限公司（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的眼科激光治疗仪等设备购置项目（项目名称）【招标编号：BH2025-G1-990294-KWZB（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 60 天（不少于 60 天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1 资格文件：

2.1.1 承诺函；

2.1.2 联合协议（如果有）；

2.1.3 落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4 本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1 投标函；

2.2.2 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3 分包意向协议（如果有）；

2.2.4 符合性审查资料（如果有）；

2.2.5 评标标准相应的商务技术资料（如果有）；

2.2.6 投标标的清单（如果有）；

2.2.7 商务技术偏离表；

2.2.8 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9 承诺函；

2.2.10 技术解决方案（如果有）；

南宁市永林路 88 号

18



2.2.11 组织实施方案（如果有）；

2.2.12 售后服务方案。

2.3 报价文件

2.3.1 开标一览表（报价表）；

2.3.2 中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2 在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3 按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明：_____无_____。

投标人名称（公章）：广西九州通医药有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：2025 年 12 月 17 日

注：按本格式和要求提供。

第三章

投标报价明细表

眼科激光治疗仪等设备购置项目

）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

民医院、广西科文招标有限公司（采购人）、（采购代理机构）：
方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开
）的价格完成眼科激光治疗仪等设备购置项目（项目名称）【招标编号：BHC2025-G1-990294-KWZB（采购编号）】

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

称	生产厂家、 品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如
激光治 (眼科 激光 仪)	生产厂家：IRIDEX Corporation 品牌：IRIDEX	IQ577	1 套	1213000.00	1213000.00	
投标报价（小写）					1213000.00 元	
投标报价（大写）					壹佰贰拾壹万叁仟元整	



林路 88 号

484

投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品;采购人无关的其他商品、服务,不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价,否则视为投标文件含有采购人不能接受的报价;投标文件无效;采购内容未包含在《开标一览表(报价表)》名称栏中,投标人不能作出合理解释的,视为投标文件含有不可接受的附加条件的,投标无效。

特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标的名称、品牌（型号、数量、单价等予以公示。

符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供中小企业声明函属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(公章): 西九州通医药有限公司

法定代表人(负责人)或委托代理人(签名):

日期: 2025年12月17日

林路88号

485

第四章 设备配置清单

眼科激光治疗仪等设备购置项目



(六) 投标标的清单

序号	名称	品牌(如果有)	规格型号	数量	备注
1	眼科激光治疗仪(眼科半导体激光光凝仪)	爱睿德思	IQ577	1套	

注：按本格式和要求提供。

第五章 商务技术响应表

眼科激光治疗仪等设备购置项目



(七) 商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1	眼科激光治疗仪	眼科激光治疗仪（眼科半导体激光光凝仪）	无偏离
2	本设备接受进口产品投标。	本设备接受进口产品投标。	无偏离
3	1. 波长：577nm；	1. 波长：577nm；	无偏离
4	2. 最大输出功率：≥2000mW；	2. 最大输出功率：2000mW；	无偏离
5	▲3. 具备微脉冲功能；	▲3. 具备微脉冲功能；	无偏离
6	▲4. 激光光斑调节：裂隙灯适配器要求采用分步式非连续光斑大小调节；	▲4. 激光光斑调节：裂隙灯适配器要求采用分步式非连续光斑大小调节；	无偏离
7	▲5. 激光光斑能量分布：等焦面能量输出；	▲5. 激光光斑能量分布：等焦面能量输出；	无偏离
8	6. 微脉冲占空比：至少可预设5%，10%和15%，和连续可调的占空比至少满足从4%至50%；	6. 微脉冲占空比：至少可预设5%，10%和15%，和连续可调的占空比至少满足从4%至50%；	无偏离
9	7. 具备声音提示；	7. 具备声音提示；	无偏离
10	8. 脉冲持续时间：至少包含0.05ms~1.00ms；	8. 脉冲持续时间：0.05ms~1.00ms；	无偏离
11	9. 脉冲间隔时间：至少包含1.00ms~10.00ms；	9. 脉冲间隔时间：1.00ms~10.00ms；	无偏离
12	10. 连续波脉冲持续时间：至少包含10ms~3000ms 或 60s；	10. 连续波脉冲持续时间：10ms~3000ms 或 60s；	无偏离
13	11. 连续波脉冲间隔：至少包含10ms~3000ms 或 单脉冲；	11. 连续波脉冲间隔：10ms~3000ms 或 单脉冲；	无偏离



14	▲12. 具备激光双端口输出;	▲12. 具备激光双端口输出;	无偏离
15	13. 具备光纤自检程序;	13. 具备光纤自检程序;	无偏离
16	14. 具备预设编程;	14. 具备预设编程;	无偏离
17	15. 配备触摸屏;	15. 配备触摸屏;	无偏离
18	16. 瞄准激光类型: 红色二极管激光;	16. 瞄准激光类型: 红色二极管激光;	无偏离
19	17. 瞄准光波长: 635nm;	17. 瞄准光波长: 635nm;	无偏离
20	18. 瞄准光功率: $\leq 1.0\text{mW}$;	18. 瞄准光功率: $\leq 1.0\text{mW}$;	无偏离
21	19. 单点激光适配器光斑大小: 至少包含 $50\mu\text{m}\sim 500\mu\text{m}$;	19. 单点激光适配器光斑大小: $50\mu\text{m}\sim 500\mu\text{m}$;	无偏离
22	20. 多点激光适配器光斑大小: 至少包含 $100\mu\text{m}\sim 500\mu\text{m}$;	20. 多点激光适配器光斑大小: $100\mu\text{m}\sim 500\mu\text{m}$;	无偏离
23	▲21. 多点激光扫描形状: 至少包含单点, $2*2$, $3*3$, $4*4$, $5*5$, $6*6$, $7*7$ 网格、圆、圆弧;	▲21. 多点激光扫描形状: 至少包含单点, $2*2$, $3*3$, $4*4$, $5*5$, $6*6$, $7*7$ 网格、圆、圆弧;	无偏离
24	22. 多点激光扫描间隔: 至少包含 0、1、2、3 点间距, ≤ 0.25 倍光斑大小直径增量;	22. 多点激光扫描间隔: 至少包含 0、1、2、3 点间距, ≤ 0.25 倍光斑大小直径增量;	无偏离
25	23. 多点模式触摸屏: 主机一体化触摸屏;	23. 多点模式触摸屏: 主机一体化触摸屏;	无偏离
26	▲24. 具备细胞靶向技术;	▲24. 具备细胞靶向技术;	无偏离
27	25. 激光传导设备: 至少包含裂隙灯适配器、低发散角眼内光纤、激光间接眼底镜;	25. 激光传导设备: 包含裂隙灯适配器、低发散角眼内光纤、激光间接眼底镜;	无偏离
28	26. 配置原装裂隙灯;	26. 配置原装裂隙灯;	无偏离
29	27. 至少可适配 19G、20G、23G、25G、27G 激光光钎; 标准, 弯	27. 可适配 19G、20G、23G、25G、27G 激光光钎; 标准, 弯曲, 可	无偏离



	曲, 可调, 照明;	调, 照明;	
30	28. 裂隙灯适配器输出能量: 至少包含 0~2000mW;	28. 裂隙灯适配器输出能量: 0~2000mW;	无偏离
31	29. 眼内光纤输出能量: 至少包含 0~2000mW;	29. 眼内光纤输出能量: 0~2000mW;	无偏离
32	30. 激光间接眼底镜输出能量: 至少包含 0~2000mW;	30. 激光间接眼底镜输出能量: 0~2000mW;	无偏离
33	31. 接口类型: 射频识别或阻抗式;	31. 接口类型: 射频识别或阻抗式;	无偏离
34	32. 冷却方式: 至少具备气冷及热电致冷器;	32. 冷却方式: 至少具备气冷及热电致冷器;	无偏离
35	33. 重量: <10kg;	33. 重量: 9kg;	正偏离
36	35. 电源: 100~240VAC, 50/60 Hz。	35. 电源: 100~240VAC, 50/60 Hz。	无偏离
37	商务要求:	商务要求:	无偏离
38	保修期	保修期	无偏离
39	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自交付验收合格之日起保修期不少于 12 个月, 项目需求中有特殊要求的, 按项目需求执行。保修期内出现故障, 需派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用。	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自交付验收合格之日起保修期 12 个月, 项目需求中有特殊要求的, 按项目需求执行。保修期内出现故障, 需派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用。	无偏离
40	售后技术服务要求	售后技术服务要求	无偏离
41	1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器; 售后服务人员现场负	1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器; 售后服务人员现场负	无偏离



	责培训操作人员到能熟练操作 (保证使用人员正常操作产品的各种功能;提供培训时长、内容等说明),由此产生的一切费用均由中标人承担。	责培训操作人员到能熟练操作 (保证使用人员正常操作产品的各种功能;提供培训时长、内容等说明),由此产生的一切费用均由我公司承担。	
42	2. 售后服务: 项目在安装调试过程中,中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试,达到正常运作要求,保证机器正常使用,达到验收要求。在保修期内,设备出现问题或采购人或服务需求的,中标人应在 2 小时内电话响应,4 小时内提供解决方案,一般问题应在 24 小时内解决;重大问题或其它无法迅速解决的问题,应在 24 小时内到达仪器现场;一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用,并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话,	2. 售后服务: 项目在安装调试过程中,我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试,达到正常运作要求,保证机器正常使用,达到验收要求。在保修期内,设备出现问题或采购人或服务需求的,我公司立即电话响应,2 小时内提供解决方案,一般问题在 12 小时内解决;重大问题或其它无法迅速解决的问题,在 12 小时内到达仪器现场;一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用,并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话,维修、换货中	正偏离



	维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。	所有产生的一切费用由我公司承担。	
43	3. 中标人需向采购人开放该设备所有数字接口, 不得额外收取费用; 如果使用科室要求设备接入医院信息系统, 接入信息系统端口费用由中标人支付。	3. 我公司向采购人开放该设备所有数字接口, 不得额外收取费用; 如果使用科室要求设备接入医院信息系统, 接入信息系统端口费用由我公司支付。	无偏离
44	4. 如果采购人需要时, 中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置, 不得额外收取费用。	4. 如果采购人需要时, 我公司提供与采购人信息系统对接的接口转换装置, 不得额外收取费用。	无偏离
45	5. 设备生产时间: 中标人提供不符合本项目规定的货物, 或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月(国产)的库存货物, 超过九个月(进口)的库存货物, 采购人有权拒绝接受。	5. 设备生产时间: 我公司提供不符合本项目规定的货物, 或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月(国产)的库存货物, 超过九个月(进口)的库存货物, 采购人有权拒绝接受。	无偏离
46	6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。	6. 我公司承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。	无偏离
47	7. 中标人提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养, 并提供保养报告单; 定期的维护保养	7. 我公司提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年提供一次维护保养, 并提供保养报告单; 定期的维护保养服务	无偏离



	服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。	包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由我公司负责提供，不得额外收取费用。	
48	8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。	无偏离
49	9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。	9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。	无偏离
50	10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。	10. 在保修期满后，我公司继续提供备件和维修服务。	无偏离
51	质量要求	质量要求	无偏离
52	1. 质量达到国家验收合格标准。	1. 质量达到国家验收合格标准。	无偏离
53	2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。	2. 我公司所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。	无偏离



54	3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	3. 我公司所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。	无偏离
55	4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，我公司需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。	无偏离
56	验收标准及要求	验收标准及要求	无偏离
57	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。	1. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。	无偏离
58	2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收	2. 我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收	无偏离



	货验收和使用的技术条件依据， 检验的结果应随货物交采购人。	货验收和使用的技术条件依据， 检验的结果应随货物交采购人。	
59	3. 采购人对中标人提供的货物 在使用前进行调试时，中标人须 负责安装并培训采购人的使用 操作人员，直到符合技术要求， 采购人才做最终验收。	3. 采购人对我公司提供的货物 在使用前进行调试时，我公司负 责安装并培训采购人的使用操 作人员，直到符合技术要求，采 购人才做最终验收。	无偏离
60	4. 对技术复杂的货物，采购人可 请国家认可的专业检测机构参 与初步验收及最终验收，并由其 出具质量检测报告。如验收合 格，费用由采购人承担，验收不 合格，费用由中标人承担。	4. 对技术复杂的货物，采购人可 请国家认可的专业检测机构参 与初步验收及最终验收，并由其 出具质量检测报告。如验收合 格，费用由采购人承担，验收不 合格，费用由我公司承担。	无偏离
61	5. 项目实施过程中，非中标人责 任发生不可履约情况的，中标人 须立即通知采购人，且在 5 个工 作日内提交书面情况说明及应 对措施给采购人。	5. 项目实施过程中，非我公司责 任发生不可履约情况的，我公司 立即通知采购人，且在 5 个工作 日内提交书面情况说明及应对 措施给采购人。	无偏离
62	6. 验收时中标人必须到现场，验 收完毕后作出验收结果报告；验 收费用由中标人负责。	6. 验收时我公司必须到现场，验 收完毕后作出验收结果报告；验 收费用由我公司负责。	无偏离
63	7. 其余未尽事项按相关法律规 定及售后服务承诺书及招标、投	7. 其余未尽事项按相关法律规 定及售后服务承诺书及招标、投	无偏离



	标文件相应约定办理。	标文件相应约定办理。	
64	交货时间及地点	交货时间及地点	无偏离
65	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。	无偏离
66	2. 交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定。	2. 交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定。	无偏离
67	付款方式	付款方式	无偏离
68	1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。	1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，我公司根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。	无偏离
69	2. 自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的 80% 货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的 95% 货款；保修期满后 10 个工作日内，采购	2. 自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向我公司支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向我公司支付至合同结算总金额的 80% 货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日内，采购人向我公司支付至合同结算总金额的 95% 货款；保修期满后 10 个工作日内，采购	无偏离



	人向中标人支付至合同结算总金额的 100%货款(不计利息, 按 要求保修)。	人向我公司支付至合同结算总金额的 100%货款(不计利息, 按 要求保修)。	
70	3. 转账前中标人需向采购人提 供合法的等额普通发票。	3. 转账前我公司需向采购人提 供合法的等额普通发票。	无偏离

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（公章）：广西九州通医药有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：2025 年 12 月 17 日

注：按本格式和要求提供。

第六章 售后服务承诺书

眼科激光治疗仪等设备购置项目



(十五) 售后服务承诺

1. 售后服务承诺

广西九州通医药有限公司注册于2009年,位于南宁市永林路88号。针对眼科激光治疗仪等设备购置项目 我公司承诺如下:

(1) 保修期: 我公司按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 自交付验收合格之日起保修期12个月, 项目需求中有特殊要求的, 按项目需求执行。保修期内出现故障, 需派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用。

(2) 交货时间及地点

1. 交货时间: 自签订合同之日起60天内安装调试并交付使用。

2. 交付地点: 广西北海市人民医院, 具体安装地点由采购人指定。

(3) 售后服务要求

1. 我公司负责送货上门, 为用户安装、调试仪器; 售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作, 保证使用人员正常操作产品的各种功能; 提供培训时长、内容等说明), 由此产生的一切费用均由我公司承担。

2. 售后服务:

项目在安装调试过程中, 我公司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试, 达到正常运作要求, 保证机器正常使用, 达到验收要求。

在保修期内, 设备出现问题或采购人有服务需求的, 我公司立即电话响应, 2小时内提供解决方案, 一般问题在12小时内解决; 重大问题或其它无法迅速解决的问题, 在12小时内到达仪器现场; 一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用, 并在一周内解决或提出明确解决方案。

保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话, 维修、换货中所有产生的一切费用由我公司承担。

南宁市永林路88号

406



3. 我公司向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由我公司支付。

4. 如果采购人需要时，我公司提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。

5. 设备生产时间：我公司提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月（国产）的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

6. 我公司承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。

7. 我公司提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由我公司负责提供，不得额外收取费用。

8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

保养计划：

①日常保养（每次使用前后）

使用前

1.外观检查：仔细查看光凝仪的外壳是否有明显的划痕、裂缝或损坏。尤其关注仪器的操作面板，确保按键和显示屏没有物理损伤，因为这可能会影响操作的准确性和显示的清晰度。检查连接线缆是否有破损、松动的情况，特别是激光输出线和电源线，若线缆存在问题，可能会导致仪器故障或影响激光输出的稳定性。

2.清洁工作：使用干净、柔软的防静电布轻轻擦拭仪器的外部表面，去除灰尘和污渍。对于操作面板的按键部分，要小心擦拭，避免液体渗入按键内部。清洁仪器的激光输出窗口，使用专用的光学清洁布，按照从中心向边缘的螺旋式方



向擦拭，防止刮伤窗口表面，确保激光输出的质量。

3.开机测试：按照正确的操作流程开启光凝仪，观察仪器的开机自检过程是否正常。检查显示屏上是否有错误提示信息，若出现异常提示，应立即记录并进行相应的排查。测试激光输出功能，通过内置的测试模式，观察激光的输出强度和光斑形态是否符合标准要求。同时，检查仪器的各项参数设置是否正确，如激光波长、能量、脉冲时间等。

使用后

1.清洁与消毒：使用后，再次用清洁布擦拭仪器的外部，特别是与患者接触的部分，如激光手柄等。对于激光手柄，可使用医用酒精棉球进行擦拭消毒，注意避免酒精流入手柄内部。清洁仪器的目镜和物镜，使用镜头纸轻轻擦拭，确保视野清晰。

2.关机操作：按照正确的关机顺序关闭光凝仪，先关闭激光输出，然后关闭仪器的电源开关。在关机后，等待仪器完全冷却后再进行收纳，避免因过早收纳导致仪器内部热量积聚，影响仪器的使用寿命。

3.记录使用情况：详细记录本次光凝仪的使用情况，包括使用时间、患者信息、激光参数设置、仪器运行是否正常等。若在使用过程中出现任何异常情况，如激光输出不稳定、仪器发出异常声音等，应详细记录异常现象的发生时间、具体表现和处理情况，为后续的维护和保养提供参考。

②每周保养

深度清洁：使用专业的清洁溶液和工具，对光凝仪的内部空气过滤器进行清洁。空气过滤器的主要作用是防止灰尘和杂质进入仪器内部，影响仪器的正常运行。将过滤器取出，用清洁溶液浸泡后，用软毛刷轻轻刷洗，去除过滤器上的灰尘和污垢。清洗后，用清水冲洗干净，晾干后再安装回仪器中。

电气性能检查：使用专业的电气检测设备，对光凝仪的电气性能进行检查。检查仪器的接地是否良好，接地不良可能会导致仪器在使用过程中产生静电，影响仪器的稳定性和安全性。测量仪器的电源电压和电流是否在正常范围内，若电压或电流异常，可能会对仪器的电子元件造成损坏。检查仪器的电路连接是否牢固，有无松动或虚焊的情况，若发现问题，应及时进行修复。



激光性能检测：使用激光功率计和光斑分析仪等专业设备，对光凝仪的激光性能进行检测。测量激光的输出功率是否稳定，输出功率的波动范围应在规定的误差范围内。检查激光的光斑形态是否规则，光斑的大小和能量分布是否符合标准要求。若激光性能不符合要求，应及时进行调整或维修。

③每月保养

机械部件检查：对光凝仪的机械部件进行全面检查，包括仪器的升降装置、旋转装置和移动平台等。检查机械部件的连接是否牢固，有无松动或磨损的情况。使用润滑油对机械部件进行润滑，减少部件之间的摩擦，提高仪器的运行稳定性和使用寿命。检查机械部件的运动精度，通过测量仪器的移动距离和角度，确保其运动精度符合要求。

软件系统更新：检查光凝仪的软件系统是否有可用的更新版本。软件系统的更新通常会修复一些已知的漏洞和问题，同时可能会增加一些新的功能和优化用户体验。在更新软件系统之前，应备份仪器中的重要数据，如患者信息、激光参数设置等。按照厂家提供的更新指南，进行软件系统的更新操作，更新完成后，对仪器进行全面测试，确保软件系统的正常运行。

校准与调试：使用专业的校准设备和标准物质，对光凝仪的各项参数进行校准和调试。校准仪器的激光波长、能量、脉冲时间等参数，确保其准确性和一致性。调试仪器的图像处理系统，优化图像的清晰度和对比度，提高诊断的准确性。在校准和调试过程中，应严格按照厂家的操作规程进行操作，确保校准和调试的结果准确可靠。

④每季度保养

全面性能评估：组织专业的技术人员对光凝仪进行全面的性能评估。评估内容包括仪器的激光性能、电气性能、机械性能和软件功能等方面。通过对仪器的各项性能指标进行综合评估，判断仪器是否处于良好的运行状态。根据评估结果，制定相应的维护和保养计划，对仪器存在的问题进行及时处理。

安全性能检查：对光凝仪的安全性能进行检查，包括仪器的防护装置、报警系统和紧急停止按钮等。检查防护装置是否完好，能否有效防止激光对操作人员和患者的伤害。测试报警系统是否灵敏，当仪器出现异常情况时，报警系统应能



及时发出警报信号。检查紧急停止按钮是否正常工作，在按下紧急停止按钮后，仪器应能立即停止运行，确保操作人员和患者的安全。

档案整理与总结：对光凝仪的保养记录和使用情况进行整理和总结。分析仪器在本季度内的使用频率、故障发生情况和维护保养成本等数据。通过对这些数据的分析，发现仪器使用和保养过程中存在的问题和潜在的风险，为后续的保养计划和管理决策提供依据。

⑤每年保养

专业维护与校准：邀请厂家或专业的维修机构对仪器进行全面的维护和校准。专业技术人员具有丰富的维修经验和专业知识，能够对仪器进行深入的检查和维修。他们会对仪器的各个部件进行拆卸和清洗，更换磨损的零部件，对仪器进行全面的调试和校准，确保仪器的性能达到最佳状态。

质量认证与检测：将光凝仪送相关的质量检测机构进行质量认证和检测。质量检测机构会按照国家行业的相关标准，对光凝仪的各项性能指标进行严格的检测。通过质量认证和检测，可以确保仪器的质量符合要求，保证仪器在临床使用中的安全性和有效性。同时，质量认证和检测报告也可以作为仪器质量的证明，为医院的管理和使用提供依据。

10. 在保修期满后，我公司继续提供备件和维修服务。

(4) 质量要求

1. 质量达到国家验收合格标准。

2. 我公司所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。

3. 我公司所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，我公司承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

(5) 验收标准及要求

南宁市永林路 88 号

410



1. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合招标文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,采购人应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。
 2. 我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为采购人收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交采购人。
 3. 采购人对我公司提供的货物在使用前进行调试时,我公司负责安装并培训采购人的使用操作人员,直到符合技术要求,采购人才做最终验收。
 4. 对技术复杂的货物,采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告。如验收合格,费用由采购人承担,验收不合格,费用由我公司承担。
 5. 项目实施过程中,非我公司责任发生不可履约情况的,我公司立即通知采购人,且在5个工作日内提文书面情况说明及应对措施给采购人。
 6. 验收时我公司必须在现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由我公司负责。
 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
- (6) 我公司将协同生产厂家及采购单位,指派工程师进行设备的安装、调试,并进行设备的操作技术培训。
- (7) 我公司售后 24 小时热线响应,对所提供的设备提供长期的跟踪维护和技术支援。
- (8) 我公司承诺将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的仓储、运输、保险、装卸、报装、安装调试、验收、培训工作。
- (9) 设备安装严格执行国家安全标准,确保设备安全运作;在安装、验收及使用过程中如果发现不合格产品或安装不符合安全规定的情况,我司立即做出更换或整改处理,更换、整改产生的一切费用由公司承担。
- (10) 我司负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的



专用工具和辅助材料，在货物运至指定地点后按医院要求安装调试，并在医院规定的时间内安装调试完毕。

(11) 安装过程中提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、操作手册、维护手册等，文件随货物一并交付至采购人指定地点。

投标人名称（公章）：广西九州通医药有限公司

日期：2025 年 12 月 17 日



第七章 采购需求

序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况
1	眼科激光治疗仪	1	套	本设备接受进口产品投标。 1. 波长：577nm； 2. 最大输出功率：≥2000mW； ▲3. 具备微脉冲功能； ▲4. 激光光斑调节：裂隙灯适配器要求采用分步式非连续光斑大小调节； ▲5. 激光光斑能量分布：等焦面能量输出； 6. 微脉冲占空比：至少可预设 5%，10%和 15%，和连续可调的占空比至少满足从 4%至 50%； 7. 具备声音提示； 8. 脉冲持续时间：至少包含 0.05ms~1.00ms； 9. 脉冲间隔时间：至少包含 1.00ms~10.00ms； 10. 连续波脉冲持续时间：至少包含 10ms~3000ms 或 60s； 11. 连续波脉冲间隔：至少包含 10ms~3000ms 或单脉冲； ▲12. 具备激光双端口输出； 13. 具备光纤自检程序； 14. 具备预设编程； 15. 配备触摸屏； 16. 瞄准激光类型：红色二极管激光； 17. 瞄准光波长：635nm； 18. 瞄准光功率：≤1.0mW； 19. 单点激光适配器光斑大小：至少包含 50 μm~500 μm； 20. 多点激光适配器光斑大小：至少包含 100 μm~500 μm； ▲21. 多点激光扫描形状：至少包含单点，2*2，3*3，4*4，5*5，6*6、7*7 网格、圆、圆弧； 22. 多点激光扫描间隔：至少包含 0、1、2、3 点间距，≤0.25 倍光斑大小直径增量； 23. 多点模式触摸屏：主机一体化触摸屏； ▲24. 具备细胞靶向技术； 25. 激光传导设备：至少包含裂隙灯适配器、低发散角眼内光纤、激光间接眼底镜；

				26. 配置原装裂隙灯； 27. 至少可适配 19G、20G、23G、25G、27G 激光光钎；标准，弯曲，可调，照明； 28. 裂隙灯适配器输出能量：至少包含 0~2000mW； 29. 眼内光纤输出能量：至少包含 0~2000mW； 30. 激光间接眼底镜输出能量：至少包含 0~2000mW； 31. 接口类型：射频识别或阻抗式； 32. 冷却方式：至少具备气冷及热电致冷器； 33. 重量：<10kg； 35. 电源：100~240VAC，50/60Hz。
商务要求：				
保修期		按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起保修期不少于 12 个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。		
售后技术服务要求		1. 负责送货上门、为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场负责培训操作人员到能熟练操作(保证使用人员正常操作产品的各种功能;提供培训时长、内容等说明)，由此产生的一切费用均由中标人承担。 2. 售后服务： 项目在安装调试过程中，中标人负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用，达到验收要求。在保修期内，设备出现问题或采购人有服务需求的，中标人应在 2 小时内电话响应，4 小时内提供解决方案，一般问题应在 24 小时内解决；重大问题或其它无法迅速解决的问题，应在 24 小时内到达仪器现场；一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供质量同等或以上的备用机给采购人使用，并在一周内解决或提出明确解决方案。保修期内提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标人承担。 3. 中标人需向采购人开放该设备所有数字接口，不得额外收取费用；如果使		

	用科室要求设备接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。 4. 如果采购人需要时，中标人须提供与采购人信息系统对接的接口转换装置，不得额外收取费用。 5. 设备生产时间：中标人提供不符合本项目规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月(国产)的库存货物，超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 6. 中标人承诺保修期内提供保修服务须原厂保修。 7. 中标人提供 24 小时 365 天维修服务热线支持。保修期内每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、 运行状态检查等。保修期内需更换的损耗品由中标人负责提供，不得额外收取费用。 8. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 9. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 10. 在保修期满后，中标人应继续提供备件和维修服务。
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

验收标准及要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招投标文件和合同文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由采购人承担，验收不合格，费用由中标人承担。 5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标人负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：广西北海市人民医院，具体安装地点由采购人指定。
付款方式	1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。 2. 自合同签订之日起 10 个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 10 个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的 80% 货款；交付使用至 6 个月后 10 个工作日

	内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的 95%货款；保修期满后 10 个工作日内，采购人向中标人支付至合同结算总金额的 100%货款(不计利息，按要求保修)。 3.转账前中标人需向采购人提供合法的等额普通发票。
--	--

第八章 中标通知书

广西科文招标有限公司
眼科激光治疗仪等设备购置项目
(BHZC2025-G1-990294-KWZB) -分标 1

中 标 通 知 书

广西九州通医药有限公司：

贵单位参加了本招标机构眼科激光治疗仪等设备购置项目的投标，项目编号：BHZC2025-G1-990294-KWZB，经评标委员会评定，确定贵单位为本项目分标 1 的中标人，中标金额为：壹佰贰拾壹万叁仟元整(¥1,213,000.00)。

现将有关事项通知如下：

- 一、请接到本通知后，请尽快与招标单位北海市人民医院签订合同。
- 二、签订合同详细地点：北海市人民医院指定地点。
- 三、签订合同前，中标人按招标文件规定应向招标代理机构一次付清中标服务费，中标服务费金额为：壹万叁仟捌佰柒拾肆元整(¥13,874.00)。

上述款项，请按下列开户名称、开户银行和银行账号转入。以收到银行进账单为据，否则不予签订合同。

- (1) 开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司
- (2) 开户银行：建设银行广西北海银海支行
- (3) 银行账号：45050165004200000257

特此通知。

