

扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购合同

采购项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB

采购计划编号：FSZC2026-G1-00059-002

分标：2 分标

采购人：扶绥县人民医院

中标供应商：长沙科鼎贸易有限公司

签订时间：2026 年 3 月 25 日

《广西壮族自治区政府采购合同》 文本

合同编号：12N4989481992026202

采购人（甲方）：扶绥县人民医院

供应商（乙方）：长沙科鼎贸易有限公司

采购计划号：FSZC2026-G1-00059-002

项目名称：扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购 2 分标

项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	规格/型号	生产厂家（品牌）	数量	单位	单价（元）	金额（元）	质保期（年）
1	口腔扫描仪 （核心产品）	S1P-2	三炫谱医疗器械制造 （上海）有限公司 / 三炫谱	1	台	16300 0	16300 0	1 年
2	口腔显微镜	OMS1 800	苏州速迈医学科技股 份有限公司 / 速迈	1	台	11300 0	11300 0	1 年
3	眼科 A 超测距 仪	SW-1 000	天津市索维电子技术 有限公司 / 索维	1	台	38000	38000	1 年
4	非接触性眼压 计	NT 100	湖南九辰智能医疗设 备有限公司 / 九辰医疗	1	台	93900	93900	1 年
5	病人监护仪	ePM	深圳迈瑞生物医疗电	2	台	26000	52000	1 年

	(网络版)	10	子股份有限公司 / 迈瑞					
6	病人监护仪 (儿童)	CM10 0	飞利浦金科威(深圳) 实业有限公司 / 飞利浦	2	台	19500	39000	1 年
合计金额人民币: (大写) 肆拾玖万捌仟玖佰元整 (小写) 498900.00								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标(响应)文件及有关承诺相一致, 且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用年限期内各项指标均达到投标(响应)文件的承诺。

第三条 履行时间(期限)、地点和方式

1. 履行时间(期限): 自签订合同之日起 30 日(日历日)内, 通过验收并交付使用。

2. 履行地点: 扶绥县新宁镇新宁路 173 号

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输, 货物的运输方式: 满足本次采购供货要求。

(2) 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他:。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标(响应)文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书(货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间: 自签订合同之日起 30 日(日历日)内, 通过验收并交付使用; 安装地点: 扶绥县新宁镇新宁路 173 号。

2. 安装要求: 符合本次采购安装要求。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：人民币肆拾玖万捌仟玖佰元整(¥498900.00 元)。

3.合同价款包括系统开发服务、货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

注：本项目至验收结束，甲方不另支付任何费用。乙方应对本项目所有服务内容进行总承包报价，甲方不再支付成交价格以外的任何费用。

4.付款进度安排：

4.1 合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起 10 个工作日内，甲方预付合同货款总额 30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付总额 30%；第三期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，甲方向乙方支付总额的 35%；第四期：合格使用十二个月后，甲方向乙方支付总额的 5%（不计利息）。

4.2 发票开具方式：乙方应在甲方第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭乙方请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条验收标准和方式

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的

履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2.交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务；质保期不低于1年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，则按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺。

第九条履约保证金

1.履约保证金金额：0%（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包括电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采（2015）22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1%;

(3) 从迟交第九周起, 每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1.5%。在计算迟延交付违约金时, 迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的 20%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务, 但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的, 相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的, 应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下:

(1) 从迟付的第一周到第四周, 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%;

(2) 从迟付的第五周到第八周, 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%;

(3) 从迟付第九周起, 每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时, 迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 20%。

4. 乙方未按本合同和投标(响应)文件承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同价款(报酬)的 20%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的, 该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十二条合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 按下列(2)方式解决:

(1) 向崇左仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

3. 未经甲方同意, 乙方不能转让本合同的权利和义务。

第十四条合同文件构成

- 1.政府采购合同
- 2.中标（成交）通知书；
- 3.投标（响应）文件；
- 4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
- 5.标准、规范及有关技术文件；
- 6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的

变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式 8 份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 4 份，乙方执 1 份，采购代理机构执 1 份，政府采购监督管理部门执 1 份，交易中心执一份，具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）扶绥县人民医院 2026 年 3 月 25 日	乙方（章）长沙科鼎贸易有限公司 2026 年 3 月 25 日
单位地址：广西崇左市扶绥县新宁镇新宁路 173 号	单位地址：湖南省长沙县榔梨街道东十一路南段 145 号（西门）、六角亭路 21 号（南门）A# 厂房 301 室-06
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-7530133	电话：18279134236
电子邮箱：fsxrmyyyb@163.com	电子邮箱：3885275548@qq.com
开户名称：扶绥县人民医院	开户名称：长沙科鼎贸易有限公司
纳税人识别号：124514214989481993	纳税人识别号：91430121MAK52YEF3K
开户银行：广西扶绥农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：中国工商银行股份有限公司进贤新城支行
账号：13760120400000053	账号：1502011909000030344
邮政编码：532199	邮政编码：410129

中标通知书

扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购 2 分标 中标通知书

长沙科鼎贸易有限公司：

你公司参加了本采购代理机构组织的扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购（项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB）公开招标采购活动，经评定，确定你公司为本项目 2 分标中标人，中标金额为：人民币肆拾玖万捌仟玖佰元整（¥498900.00 元）。合同履行期限：自签订合同之日起 30 日历日内完成供货并通过验收交付使用

请自本通知发出之日起 15 日内，与采购单位签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人确认。

采购单位联系人：包峻名、钟赫

电话：0771-7682085

代理机构联系人：黄金婷

电话：0771-8075176

采购单位：扶绥县人民医院

采购代理机构：广西友有招标代理有限公司

2026 年 3 月 16 日

附件 2

开标一览表

二、开标一览表

项目名称：扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB分标：2 分标投标人名称：长沙科鼎贸易有限公司

单位：元

序号	标的名称	规格型号	生产厂家 (品牌)	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②	质保期 (年)
1	口腔扫描仪(核心产品)	S1P-2	三炫谱医疗器械制造(上海)有限公司 / 三炫谱	1 台	163000	163000	1 年
2	口腔显微镜	OMS1800	苏州速迈医学科技股份有限公司 / 速迈	1 台	113000	113000	1 年
3	眼科 A 超测距仪	SW-1000	天津市索维电子科技有限公司 索维	1 台	38000	38000	1 年
4	非接触性眼压计	NT 100	湖南九辰智能医疗设备有限公司 / 九辰医疗	1 台	93900	93900	1 年

5	病人监护仪（网络版）	ePM 10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 / 迈瑞	2 台	26000	52000	1 年
6	病人监护仪（儿童）	CM100	飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 / 飞利浦	2 台	19500	39000	1 年
合计金额大写：人民币 <u>肆拾玖万捌仟玖佰</u> （¥ 498900.00 元）							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人（电子签章）：长沙科鼎贸易有限公司

日期：2020 年 12 月 12 日



附件 3

商务要求偏离表

所投分标：__2__分标

商务要求偏离表

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
交付的时间(期限)和地点	1. 交付的时间：自签订合同之日起 30 日历日内完成供货并通过验收交付使用。	1. 交付的时间：自签订合同之日起 30 日历日内完成供货并通过验收交付使用。	无偏离
	2. 交付的地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。	2. 交付的地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。	无偏离
	3. 设备送达采购人指定地点时的生产日期要求：进口货物生产日期至交货之日原则上不得超过 12 个月，国产货物生产日期至交货之日原则上不得超过 6 个月。	3. 设备送达采购人指定地点时的生产日期要求：进口货物生产日期至交货之日不超过 12 个月，国产货物生产日期至交货之日不超过 6 个月。	无偏离
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	自中标通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
付款条件(进度和方式)	1. 合同价款分四期支付, 第一期: 合同签订之日起 10 个工作日内, 采购人预付合同货款总额 30%; 第二期: 中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内, 采购人向中标人支付总额 30%; 第三期: 中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后, 采购人向中标人支付总额的 35%; 第四期: 合格使用十二个月后, 采购人向中标人支付总额的 5% (不计利息)。	1. 合同价款分四期支付, 第一期: 合同签订之日起 10 个工作日内, 采购人预付合同货款总额 30%; 第二期: 我公司全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内, 采购人向我公司支付总额 30%; 第三期: 我公司全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后, 采购人向我公司支付总额的 35%; 第四期: 合格使用十二个月后, 采购人向我公司支付总额的 5% (不计利息)。	无偏离
	2. 发票开具方式: 中标人应在采购人第二期付款前, 设备验收时提供合同全额发票和货物清单, 凭票付款, 第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。	2. 发票开具方式: 我公司在采购人第二期付款前, 设备验收时提供合同全额发票和货物清单, 凭票付款, 第三、四期凭我公司请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
报价要求	投标人报价应包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险以及设备安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切费用和税金，在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	我公司报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险以及设备安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切费用和税金，在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	无偏离
售后服务要求	符合国家有关规定实行产品“三包”免费送货上门，免费安装、调试。	符合国家有关规定实行产品“三包”免费送货上门，免费安装、调试。	无偏离
	提供的货物必须是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物交付时须提供出厂合格证及清晰标注生产日铭牌，生产日期以设备铭牌或出厂检测报告为准，所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	提供的货物均是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物交付时提供出厂合格证及清晰标注生产日铭牌，生产日期以设备铭牌或出厂检测报告为准，所有零部件、配件均是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
	除特别注明外,所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的,应按国家或生产厂家的规定执行,若投标人在投标文件中承诺高于该期限,按照投标人承诺)。	除特别注明外,所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期为 1 年(若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的,按国家或生产厂家的规定执行,若我公司在投标文件中承诺高于该期限,按照我公司承诺)。	无偏离
	质保期内负责维修、更换配件,负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件,保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	质保期内负责维修、更换配件,负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件,保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	无偏离
	质保期内设备因非人为或不可抗拒因素原因引起的设备损坏或故障等问题,投标人应予以技术支持、维修或调换,并承担相应费用和零部件的费用;质保期内负责设备的安装调试和技术培训,解决设备在使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	质保期内设备因非人为或不可抗拒因素原因引起的设备损坏或故障等问题,我公司予以技术支持、维修或调换,并承担相应费用和零部件的费用;质保期内负责设备的安装调试和技术培训,解决设备在使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
	中标人应提供 7×24 小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在 1 小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接用户通知后,4 小时赶到现场提供服务; 12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案, 24 小时内修复使用, 因中标人工作延误, 造成采购人损失的, 中标人应负赔偿责任。	我公司提供 7×24 小时咨询服务,对于系统设备在使用过程中出现的问题,在 1 小时内响应,如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的,在接用户通知后,4 小时赶到现场提供服务; 12 小时内未解决的我公司提供详细的应急解决方案, 24 小时内修复使用, 因我公司工作延误, 造成采购人损失的, 我公司负赔偿责任。	无偏离
验收标准	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。	1. 验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担。报价时已考虑相关费用。	无偏离
	2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 不合格的不予签收。	2. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 不合格的不予签收。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
	3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 必须负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。	3. 我公司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果随货物交采购人。我公司不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 负责补齐, 否则视为未按合同约定交货。	无偏离
	4. 中标供应商需负责安装、调试, 直到设备运行符合技术要求, 采购人方可组织验收。	4. 我公司负责安装、调试, 直到设备运行符合技术要求, 采购人方可组织验收。	无偏离
	5. 采购人组织验收, 中标供应商必须到场配合, 验收合格后双方签署验收合格凭证。	5. 采购人组织验收, 我公司到场配合, 验收合格后双方签署验收合格凭证。	无偏离



项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
	6. 在验收时由采购单位按照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行检查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,中标人承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。	6. 在验收时由采购单位按照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验,对所有要求出具的证明文件的原件进行检查,如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,我公司承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
	7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。	7. 其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采(2015)22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库(2016)205号]规定执行。	无偏离



项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
进口产品说明	☐ 本表的第 / 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续, 投标产品可选用进口产品; 但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品), 同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标, 否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有进口产品参与投标的作无效标处理。	响应此条款, 我司所投产品无进口产品, 均为国产品牌。 ☐ 本表的第 / 项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续, 投标产品可选用进口产品; 但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品), 同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标, 否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标, 如有进口产品参与投标的作无效标处理。	无偏离

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
其他要求	根据本项目需求,供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案,以作为评标依据。 注:上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。	根据本项目需求,我公司在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案,以作为评标依据。 注:上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。	无偏离

注:

1. 说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款要求逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。
- 2.
2. 投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字或者电子签名): 

投标人电子签章: 长沙科鼎贸易有限公司

日期: 2026年3月12日

附件 4

技术要求偏离表

技术偏离表

所投分标： 2 分标

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	口腔扫描仪（核心产品）	1、产品描述:采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模	1、产品描述:采集口腔内牙体、牙龈和粘膜等软硬组织数字化印模	无偏离
		2、扫描条件：直接扫描，无需喷粉	2、扫描条件：直接扫描，无需喷粉	无偏离
		3、基本技术要求	3、基本技术要求	无偏离
		3.1、▲数字印模：真彩技术	3.1、▲数字印模：真彩技术	无偏离
		3.2、LED扫描光源	3.2、LED扫描光源	无偏离
		3.3 扫描分辨率：< 0.15 mm	3.3 扫描分辨率：< 0.15 mm	无偏离
		3.4、▲扫描精度：< 10 μm	3.4、▲扫描精度：< 10 μm	无偏离
		3.5、扫描仪重：≤ 340g	3.5、扫描仪重：340g	无偏离
		3.6 、扫描窗口长宽：>15mm*10mm，扫描头高度< 20mm	3.6 、扫描窗口长宽：>15mm*10mm，扫描头高度< 20mm	无偏离
		4、专用设备配置要求	4、专用设备配置要求	无偏离
		4.1、处理器：intel core i7 或以上	4.1、处理器：intel core i7 或以上	无偏离
		4.2、内存：16G DDR4 或以上	4.2、内存：16G DDR4 或以上	无偏离
		4.3、操作系统：预装正版 Windows 10 64 位或以上版本专业版/企业版操作系统，或与其功能、性能相当的操作系统，以兼容后续版本或其他满足需求的操作系统。	4.3、操作系统：预装正版 Windows 10 64 位或以上版本专业版/企业版操作系统，或与其功能、性能相当的操作系统，以兼容后续版本或其他满足需求的操作系统。	无偏离
		5、支持中文界面语言	5、支持中文界面语言	无偏离
		6、▲输出文件格式：STL、PLY 开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息	6、▲输出文件格式：STL、PLY 开放格式，DCM 彩色格式，压缩文件还原齿色及订单信息	无偏离

	6.1、扫描原理：共焦显微扫描技术（超快光学切片）	6.1、扫描原理：共焦显微扫描技术（超快光学切片）	无偏离
	6.2、扫描方式：具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成	6.2、扫描方式：具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可2分钟内完成	无偏离
	6.3、高分辨率拍照功能（口腔观察仪），让定位局部更清晰，图像可发送至加工厂作为参考依据	6.3、高分辨率拍照功能（口腔观察仪），让定位局部更清晰，图像可发送至加工厂作为参考依据	无偏离
	6.4、▲取像景深加强模式， $\geq 15\text{mm}$ ，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果	6.4、▲取像景深加强模式， 15mm ，特定部位扫描更清晰，加强对于种植治疗中的扫描杆取像效果	无偏离
	6.5、▲具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描	6.5、▲具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描	无偏离
	6.6、AI 人工智能扫描，能识别不需要的颊、舌和唇粘膜等软组织并自动去除	6.6、AI 人工智能扫描，能识别不需要的颊、舌和唇粘膜等软组织并自动去除	无偏离
	6.7、可远程操控，按住扫描枪按钮，通过转动扫描枪即可完成操控进行下一步	6.7、可远程操控，按住扫描枪按钮，通过转动扫描枪即可完成操控进行下一步	无偏离
	6.8、支持对口内多颗种植体的扫描，有丰富的原厂植体数据库进行配套	6.8、支持对口内多颗种植体的扫描，有丰富的原厂植体数据库进行配套	无偏离
	6.9、▲多种智能基台匹配功能，有丰富的原厂基台数据库进行匹配	6.9、▲多种智能基台匹配功能，有丰富的原厂基台数据库进行匹配	无偏离
	6.10、扫描枪内置自动加热系统，防止镜面起雾，造成扫描过程中的误差	6.10、扫描枪内置自动加热系统，防止镜面起雾，造成扫描过程中的误差	无偏离
	6.11、清洁及感控消毒	6.11、清洁及感控消毒	无偏离
	6.12、▲扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒	6.12、▲扫描头可拆卸，进行符合医院感控要求的高温高压消毒	无偏离
	6.13、机身表面可以用75%医用酒精进行表面消毒	6.13、机身表面可以用75%医用酒精进行表面消毒	无偏离

		6.14、图像后处理速度≤ 2 分钟	6.14、图像后处理速度 2 分钟	无偏离
		6.15、有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件	6.15、有原厂数据处理软件，自带病例管理功能，数据也可以导出，兼容第三方处理软件	无偏离
		6.16、▲数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描	6.16、▲数字印模可发送至不同电脑作后期设计，不影响口内扫描仪进行下一次扫描	无偏离
		6.17、▲内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号	6.17、▲内置数字化比色系统，通过鼠标点击即可显示牙齿局部颜色色号	无偏离
		6.18、▲智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学	6.18、▲智能牙体预备检测功能，让备牙情况一目了然，提高最终修复体效果，同时可以用于临床教学	无偏离
		6.19、支持 IOS 及 Android 的医，患，技沟通的平台，具备配套的 App	6.19、支持 IOS 及 Android 的医，患，技沟通的平台，具备配套的 App	无偏离
		6.20、口扫软件含有倒凹观察，咬距离检测，对颌测量、边缘线测量功能	6.20、口扫软件含有倒凹观察，咬距离检测，对颌测量、边缘线测量功能	无偏离
		6.21、动态咬合自动对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认	6.21、动态咬合自动对齐功能，特殊病例可通过手动对齐完成咬合关系的配准和确认	无偏离
2	口腔显微镜	6.22、正畸治疗过程中快速模拟治疗方案，加强与患者的沟通	6.22、正畸治疗过程中快速模拟治疗方案，加强与患者的沟通	无偏离
		7、配置： 7.1、扫描仪 1 个 7.2、支架 1 个 7.3、扫描头 10 个 7.4、安装软件 1 个 7.5、互连电缆 1 个 7.6、电源适配器 1 个	7、配置： 7.1、扫描仪 1 个 7.2、支架 1 个 7.3、扫描头 10 个 7.4、安装软件 1 个 7.5、互连电缆 1 个 7.6、电源适配器 1 个	无偏离
		一、主镜部分	一、主镜部分	无偏离
		1. 显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。	1. 显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计，保证最佳对比度和清晰度。	无偏离

	2. 变角双目镜筒, 角度调节范围不低于 $0-180^{\circ}$ 。	2. 变角双目镜筒, 角度调节范围不低于 $0-180^{\circ}$ 。	无偏离
	3. 变倍放大系数: 连续调节范围 $0.4\times \sim 2.4\times$ 。	3. 变倍放大系数: 连续调节范围 $0.4\times \sim 2.4\times$ 。	无偏离
	4. 双目镜筒瞳距可调, 瞳距覆盖范围 $\geq 55\text{mm}-75\text{mm}$, 带精确瞳距调节旋钮, 可显示瞳距数值, 调节精度 $\leq 1\text{mm}$, 调节旋钮带消毒罩。	4. 双目镜筒瞳距可调, 瞳距覆盖范围 $55\text{mm}-75\text{mm}$, 带精确瞳距调节旋钮, 可显示瞳距数值, 调节精度 1mm , 调节旋钮带消毒罩。	无偏离
	5. 高眼点广角目镜, 护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于 $\pm 7\text{D}$ 。	5. 高眼点广角目镜, 护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于 $\pm 7\text{D}$ 。	无偏离
	6. 视场直径范围不小于 $12\text{mm} \sim 118\text{mm}$ 。	6. 视场直径范围不小于 $12\text{mm} \sim 118\text{mm}$ 。	无偏离
	7. 连续光学变倍, 放大倍数至少覆盖 $2\times-18\times$ 倍。	7. 连续光学变倍, 放大倍数至少覆盖 $2\times-18\times$ 倍。	无偏离
	8. 双目镜筒倾摆功能装置: 在医生坐姿不变的情况下, 镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。	8. 双目镜筒倾摆功能装置: 在医生坐姿不变的情况下, 镜身向左向右倾摆时可保持双目镜筒保持水平观察位置。	无偏离
	9. 变焦系统: 焦距覆盖范围不小于 $F190\text{mm}-480\text{mm}$, 带物镜防溅罩。	9. 变焦系统: 焦距覆盖范围不小于 $F190\text{mm}-480\text{mm}$, 带物镜防溅罩。	无偏离
	二、照明部分	二、照明部分	无偏离
	1. 光源: LED 照明系统, 亮度连续可调。物面照度不低于 $50,000\text{Lx}$, 平均使用寿命 ≥ 60000 小时。	1. 光源: LED 照明系统, 亮度连续可调。物面照度不低于 $50,000\text{Lx}$, 平均使用寿命 60000 小时。	无偏离
	2. 自动限位开关, 抬高显微镜小横臂可自动关灯, 下拉至工作位自动开灯。	2. 自动限位开关, 抬高显微镜小横臂可自动关灯, 下拉至工作位自动开灯。	无偏离
	3. 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜, 用于树脂充填以防止填充物固化; 配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度, 确保手术治疗安全。	3. 显微镜配置专为口腔科设计的橙色滤镜, 用于树脂充填以防止填充物固化; 配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度, 确保手术治疗安全。	无偏离
	4. 照明光斑大小可调, 最大光斑直径 $\geq 80\text{mm}$ 。	4. 照明光斑大小可调, 最大光斑直径 80mm 。	无偏离

		三、影像部分	三、影像部分	无偏离
		1. ▲4K 多功能影像模块, 分辨率 3840x2160, 集成 30° 光学延长器功能与分光器功能。	1. ▲4K 多功能影像模块, 分辨率 3840x2160, 集成 30° 光学延长器功能与分光器功能。	无偏离
		2. 影像存储: 双 USB 影像储存, 双 USB 功能控制, 图片、视频记录格式: JPEG; MP4;	2. 影像存储: 双 USB 影像储存, 双 USB 功能控制, 图片、视频记录格式: JPEG; MP4;	无偏离
		3. 知名品牌高清显示器, 含显示器支架、显微镜立柱抱箍;	3. 知名品牌高清显示器, 含显示器支架、显微镜立柱抱箍;	无偏离
		4. 无线脚控开关, 用于拍照以及录像	4. 无线脚控开关, 用于拍照以及录像	无偏离
		四、支架部分	四、支架部分	无偏离
		1. 落地式支架, 轻便, 便于移动。	1. 落地式支架, 轻便, 便于移动。	无偏离
		2. 支架系统:	2. 支架系统:	无偏离
		a) 小横臂: 小横臂与镜身连接, 长度不小于 700 mm, 旋转角度: $\pm 150^\circ$, 上下移动不小于 ± 500 mm;	a) 小横臂: 小横臂与镜身连接, 长度不小于 700 mm, 旋转角度: $\pm 150^\circ$, 上下移动不小于 ± 500 mm;	无偏离
		b) 大横臂: 长度不小于 500 mm, 旋转角度: $\pm 350^\circ$;	b) 大横臂: 长度不小于 500 mm, 旋转角度: $\pm 350^\circ$;	无偏离
3	眼科 A 超测距仪	c) 大横臂位于小横臂下方, 以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉; 120° 平衡挂臂: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮, 有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。	c) 大横臂位于小横臂下方, 以有效减少显微镜支架与牙椅支架的干涉; 120° 平衡挂臂: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮, 有效提高显微镜操作顺滑性和舒适度。	无偏离
		1. A 超探头: 10MHz 探头, 内置注视灯。	1. A 超探头: 10MHz 探头, 内置注视灯。	无偏离
		2. 眼轴长度测量范围: 12mm-38mm	2. 眼轴长度测量范围: 12mm-38mm	无偏离
		3. 前房深度测量范围: 2mm-6mm	3. 前房深度测量范围: 2mm-6mm	无偏离
		4. 晶体厚度测量范围: 3mm-7mm	4. 晶体厚度测量范围: 3mm-7mm	无偏离
		5. 测量精度: ± 0.05 mm	5. 测量精度: ± 0.05 mm	无偏离

		6. ▲测量方法：水浴法和接触法	6. ▲测量方法：水浴法和接触法	无偏离
		7. 眼睛模式：晶体眼/无晶体眼/致密白内障/多种人工晶体眼；IOL 公式：SRK-II、SRK-T、BINKHORST-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS-II 6 组公式可输入姓名、ID,便于查对存档；可以存储 10 个病例，每个病例可存储≥5 次测量结果。结果输出：A 超波形及 IOL 计算表；	7. 眼睛模式：晶体眼/无晶体眼/致密白内障/多种人工晶体眼；IOL 公式：SRK-II、SRK-T、BINKHORST-II、HOLLADAY、HOFFER-Q、HAIGIS-II 6 组公式可输入姓名、ID,便于查对存档；可以存储 10 个病例，每个病例可存储 5 次测量结果。结果输出：A 超波形及 IOL 计算表；	无偏离
4	非接触性眼压计	1. 显示屏	1. 显示屏	无偏离
		1.1 尺寸：≥8 英寸	1.1 尺寸：8 英寸	无偏离
		1.2 颜色 彩色大屏幕液晶显示屏	1.2 颜色 彩色大屏幕液晶显示屏	无偏离
		1.3 分辨率：≥1024*600	1.3 分辨率：1024*600	无偏离
		1.4 翻转角度 上下翻转 180° 左右翻转 60°	1.4 翻转角度 上下翻转 180° 左右翻转 60°	无偏离
		2. 测量范围：0-60mmHg (包含 30/60mmHg 间自由切换)	2. 测量范围：0-60mmHg (包含 30/60mmHg 间自由切换)	无偏离
		3. 测量精度：不低于 1mmHg	3. 测量精度：不低于 1mmHg	无偏离
		4. 自动对焦范围：左右 0-11mm、上下 0-20mm、前后 0-11mm	4. 自动对焦范围：左右 0-11mm、上下 0-20mm、前后 0-11mm	无偏离
		5. 下颌托升降范围：≥65mm	5. 下颌托升降范围：65mm	无偏离
		6. 工作距离：喷嘴前 11mm	6. 工作距离：喷嘴前 11mm	无偏离
		7. 操作范围：16mm X 10mm	7. 操作范围：16mm X 10mm	无偏离
		8. 眼压测量 每只眼连续测量三次, 计算平均值(正常人单眼范围：10mmHg-21mmHg, 1.33Kpa-2.80Kpa)	8. 眼压测量 每只眼连续测量三次, 计算平均值(正常人单眼范围：10mmHg-21mmHg, 1.33Kpa-2.80Kpa)	无偏离
		▲9. 全自动测量 按下测量按钮, 即可自动完成双眼眼压测试	▲9. 全自动测量 按下测量按钮, 即可自动完成双眼眼压测试	无偏离
		10. 对焦方法 对焦点、对焦提示	10. 对焦方法 对焦点、对焦提示	无偏离
		11. 对焦方式 三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦	11. 对焦方式 三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦	无偏离

		▲12. 二十四小时动态眼压测量可 24 小时动态监测眼压，并能将监测及眼压数据打印在同一报告单上	▲12. 二十四小时动态眼压测量可 24 小时动态监测眼压，并能将监测及眼压数据打印在同一报告单上	无偏离
		13. 电源：AC100-240V,50/60Hz	13. 电源：AC100-240V,50/60Hz	无偏离
		14. 打印机 内置快速热敏打印机	14. 打印机 内置快速热敏打印机	无偏离
		15. 联网 DICOM3.0	15. 联网 DICOM3.0	无偏离
		16. 测量模式 全自动/自动/手动	16. 测量模式 全自动/自动/手动	无偏离
		17. 固视灯 绿色 LED	17. 固视灯 绿色 LED	无偏离
		18. 数据输入输出 输入：USB，输出：LAN/RS232C	18. 数据输入输出 输入：USB，输出：LAN/RS232C	无偏离
		19. 打印 测量完成后可直接打印数据	19. 打印 测量完成后可直接打印数据	无偏离
		20. 存储 可存储≥10 组测量数据	20. 存储 可存储 10 组测量数据	无偏离
		21. 数据导出 可导出为 PDF 或 JPG 格式	21. 数据导出 可导出为 PDF 或 JPG 格式	无偏离
5	病人监护仪（网络版）	1：整机要求：	1：整机要求：	无偏离
		1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。	1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。	无偏离
		1.2、配置提手，方便移动。	1.2、配置提手，方便移动。	无偏离
		▲1.3、≥10 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达 1280*800 像素或更高，≥8 通道波形显示。	▲1.3、10 英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达 1280*800 像素或更高，8 通道波形显示。	无偏离
		1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。	1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。	无偏离
		1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。	1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。	无偏离
		▲1.6、屏幕倾斜 10°~15 度设计。	▲1.6、屏幕倾斜 10°~15 度设计。	无偏离
		1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。	1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。	无偏离

	1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。	1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。	无偏离
	▲1.9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。	▲1.9、安全规格：ECG，TEMP，IBP，SpO2，NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤CF型。	无偏离
	1.10、监护仪设计使用年限≥8年。	1.10、监护仪设计使用年限 8年。	无偏离
	1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种	1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂 40种	无偏离
	1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。	1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。	无偏离
	1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。	1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40℃。	无偏离
	1.14、监护仪主机工作湿度环境范围：15~95%。	1.14、监护仪主机工作湿度环境范围：15~95%。	无偏离
	1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴	1.15、防水等级 IPX2，提供机器标贴	无偏离
	1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。	1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。	无偏离
	▲1.17. 标配网络模块，可实现无线连接同品牌中心监护系统。	▲1.17. 标配网络模块，可实现无线连接同品牌中心监护系统。	无偏离
	2：监测参数：	2：监测参数：	无偏离
	2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏	2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏	无偏离
	▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。	▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。	无偏离
	2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。	2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。	无偏离
	2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。	2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。	无偏离

	2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。	2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。	无偏离
	2.6、支持≥20种心律失常分析，包括房颤分析。	2.6、支持20种心律失常分析，包括房颤分析。	无偏离
	2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800ms。	2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800ms。	无偏离
	2.8、支持升级提供过去24小时心电图报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。	2.8、支持升级提供过去24小时心电图报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。	无偏离
	2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。	2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。	无偏离
	2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。	2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。	无偏离
	2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。	2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。	无偏离
	▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。	▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。	无偏离
	2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。	2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。	无偏离
	2.14、提供辅助静脉穿刺功能。	2.14、提供辅助静脉穿刺功能。	无偏离
	3：系统功能：	3：系统功能：	无偏离
	3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。	3.1、▲支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。	无偏离
	3.2、支持肾功能计算功能。	3.2、支持肾功能计算功能。	无偏离

	3.3、具有图形化技术报警指示功能,帮助医护团队快速识别报警来源。	3.3、具有图形化技术报警指示功能,帮助医护团队快速识别报警来源。	无偏离
	3.4、支持 ≥ 120 小时趋势图和趋势表回顾,支持选择不同趋势组回顾	3.4、支持 120小时趋势图和趋势表回顾,支持选择不同趋势组回顾	无偏离
	3.5、 ≥ 1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 ≥ 32 秒三道相关波形,以及报警触发时所有测量参数值	3.5、1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32秒三道相关波形,以及报警触发时所有测量参数值	无偏离
	3.6、 ≥ 1000 组 NIBP 测量结果	3.6、1000组 NIBP 测量结果	无偏离
	3.7、 ≥ 120 小时(分辨率1分钟)ST模板存储与回顾	3.7、120小时(分辨率1分钟)ST模板存储与回顾	无偏离
	3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能	3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能	无偏离
	3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾,并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。	3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾,并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。	无偏离
	3.10、支持监护仪进入夜间模式,隐私模式,演示模式和待机模式。	3.10、支持监护仪进入夜间模式,隐私模式,演示模式和待机模式。	无偏离
	3.11、可升级配置临床评分系统,如MEWS(改良早期预警评分)、NEWS(英国早期预警评分),可支持定时自动EWS评分功能。	3.11、可升级配置临床评分系统,如MEWS(改良早期预警评分)、NEWS(英国早期预警评分),可支持定时自动EWS评分功能。	无偏离
	3.12、提供心肌缺血评估工具,可以快速查看ST值的变化。	3.12、提供心肌缺血评估工具,可以快速查看ST值的变化。	无偏离
	3.13、提供计时器功能,界面区提供设置 ≥ 4 个计时器,每个计时器支持独立设置和计时功能,计时方向包括正计时和倒计时两种选择。	3.13、提供计时器功能,界面区提供设置 4个计时器,每个计时器支持独立设置和计时功能,计时方向包括正计时和倒计时两种选择。	无偏离
	3.14、支持格拉斯哥昏迷评分(GCS)功能。	3.14、支持格拉斯哥昏迷评分(GCS)功能。	无偏离

		3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息,并对超限报警区间的波形进行高亮显示,帮助医护人员快速识别异常趋势信息。	3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息,并对超限报警区间的波形进行高亮显示,帮助医护人员快速识别异常趋势信息。	无偏离
		3.16、支持无线网络通信,和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。	3.16、支持无线网络通信,和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。	无偏离
6	病人监护仪(儿童)	1、宽屏高清显示:	1、宽屏高清显示:	无偏离
		1.1、尺寸≥10英寸,观察波形通道≥8道。屏幕支持触摸屏操作。	1.1、尺寸10.1英寸,观察波形通道8道。屏幕支持触摸屏操作。	无偏离
		▲1.2、显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏,高清显示,分辨率≥1280×800。屏幕具有10-15度倾斜角,方便临床进行观测。屏幕支持用棉签操作,有效减少交叉感染。	▲1.2、显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏,高清显示,分辨率1280×800。屏幕具有10-15度倾斜角,方便临床进行观测。屏幕支持用棉签操作,有效减少交叉感染。	无偏离
		1.3、采用平层菜单设计,下拉式选项操作,使用快捷方便。	1.3、采用平层菜单设计,下拉式选项操作,使用快捷方便。	无偏离
		2、标准配置:标配心电图(ECG),呼吸(RESP),无创血压(NIBP),血氧饱和度(SpO2),脉率(PR),双体温(2×TEMP),锂电池。	2、标准配置:标配心电图(ECG),呼吸(RESP),无创血压(NIBP),血氧饱和度(SpO2),脉率(PR),双体温(2×TEMP),锂电池。	无偏离
		2.1 可选配升级双有创压力(2×IBP),主流,旁流或微流呼末二氧化碳(EtCO2),心输出量C.O、连续无创血红蛋白,四通道记录仪等。	2.1 可选配升级双有创压力(2×IBP),主流,旁流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、心输出量C.O、连续无创血红蛋白,四通道记录仪等。	无偏离
		3、可进行监护的患者类型包括:成人、小儿、新生儿。	3、可进行监护的患者类型包括:成人、小儿、新生儿。	无偏离
		4、显示界面:	4、显示界面:	无偏离
		4.1、标配≥6种不同的布局界面:5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。5波形或8波形模式下可显示≥4道心电图波形。屏幕支持自定义界面。	4.1、标配6种不同的布局界面:5波形、8波形、大字体/编号布局、呼吸氧合布局、层叠ECG、大ECG布局。5波形或8波形模式下可显示4道心电图波形。屏幕支持自定义界面。	无偏离

	4.2、标配提供≥3种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。	4.2、标配提供3种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。	无偏离
	4.3、同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。	4.3、同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。	无偏离
	4.4、具有它床观察功能，可查看另一床位监护仪的报警信息和监测信息。	4.4、具有它床观察功能，可查看另一床位监护仪的报警信息和监测信息。	无偏离
	5、心电：	5、心电：	无偏离
	▲5.1、心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG，Marquette 12SL ECG和Mortara ECG，三种金标准心电算法之一。	▲5.1、心电监测算法采用国际公认的ST/AR ECG，三种金标准心电算法之一。	无偏离
	5.2、具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。	5.2、具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。	无偏离
	5.3、具有心律失常分析和ST段分析功能。	5.3、具有心律失常分析和ST段分析功能。	无偏离
	5.4、可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。	5.4、可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。	无偏离
	5.5、心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。	5.5、心率：具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。	无偏离
	6、血氧：	6、血氧：	无偏离
	▲6.1、标配具有灌注指数（PI）的血氧技术：Masimo或FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。	▲6.1、标配具有灌注指数（PI）的血氧技术：FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力，并客观反馈监测部位灌注状态。	无偏离
	▲6.2、同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能，有效减少误报警干扰。	▲6.2、同屏显示灌注指数Perf和信号质量指示器，用于评估患者末梢灌注情况，判断数值可靠性。具有防运动和抗低灌注干扰功能，提高测量准确性。血氧饱和度监测提供智能报警延迟功能，有效减少误报警干扰。	无偏离
	7、呼吸	7、呼吸	无偏离

	7.1、常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。	7.1、常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。	无偏离
	7.2、阻抗法监测呼吸, 具有“自动”和“手动”两种检测模式: 可通过“手动检测模式”调整检测水平, 并将该水平以虚线在 RESP 通道显示, 适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者, 提高呼吸检测准确性。	7.2、阻抗法监测呼吸, 具有“自动”和“手动”两种检测模式: 可通过“手动检测模式”调整检测水平, 并将该水平以虚线在 RESP 通道显示, 适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者, 提高呼吸检测准确性。	无偏离
	8、无创血压	8、无创血压	无偏离
	8.1、具有手动、自动、连续测量模式。	8.1、具有手动、自动、连续测量模式。	无偏离
	8.2、多组 NIBP 测量结果, 在监护主界面可以切换 2 种显示方式: “表格”和“图形”。	8.2、多组 NIBP 测量结果, 在监护主界面可以切换 2 种显示方式: “表格”和“图形”。	无偏离
	8.3、以“表格”显示, 反馈每组结果的精确值: 以时间先后为顺序, 以三个数值 (收缩压、舒张压、平均压) 形式显示 NIBP 结果。	8.3、以“表格”显示, 反馈每组结果的精确值: 以时间先后为顺序, 以三个数值 (收缩压、舒张压、平均压) 形式显示 NIBP 结果。	无偏离
	8.4、以“图形”显示, 反馈各组结果的变化趋势: 沿着水平的 x-轴会出现一个时间范围, 参数值沿着图形显示的 y-轴垂直分布。	8.4、以“图形”显示, 反馈各组结果的变化趋势: 沿着水平的 x-轴会出现一个时间范围, 参数值沿着图形显示的 y-轴垂直分布。	无偏离
	8.5、具有静脉穿刺辅助功能, 一键实现操作。	8.5、具有静脉穿刺辅助功能, 一键实现操作。	无偏离
	9、可选有创压力	9、可选有创压力	无偏离
	9.1 在测定 IEP 的同时, 可同时获得脉搏压力变异值 (PPV), 指导容量管理。	9.1 在测定 IEP 的同时, 可同时获得脉搏压力变异值 (PPV), 指导容量管理。	无偏离
	9.2、具备测量所需创压力功能, 并能以相应的标识分别注明, 包含: 肺动脉楔压 (PAWP), 颅内压 (ICP) 压力标名等	9.2、具备测量所需创压力功能, 并能以相应的标识分别注明, 包含: 肺动脉楔压 (PAWP), 颅内压 (ICP) 压力标名等	无偏离
	9.3 测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。	9.3 测量范围 -50 mmHg — 400 mmHg。	无偏离

	10. 可选主路，旁路，微流呼吸末 CO2 (EtCO2)	10. 可选主路，旁路，微流呼吸末 CO2 (EtCO2)	无偏离
	10.1、主路监测潮气末二氧化碳，无须使用耗材	10.1、主路监测潮气末二氧化碳，无须使用耗材	无偏离
	11. 可选心输出量监测 C.O	11. 可选心输出量监测 C.O	无偏离
	12. 监护仪上可升级连续无创总血红蛋白 SpHb 监测，需提供注册证佐证。	12. 监护仪上可升级连续无创总血红蛋白 SpHb 监测，提供注册证佐证。	无偏离
	13. 监护仪上可升级连续无创碳氧血红蛋白 SpCO 监测，需提供注册证佐证。	13. 监护仪上可升级连续无创碳氧血红蛋白 SpCO 监测，提供注册证佐证。	无偏离
	14、数据存储：	14、数据存储：	无偏离
	14.1、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200 小时的数据趋势。	14.1、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看 240 小时的数据趋势。	正偏离
	14.2、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180 条报警事件。	14.2、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看 200 条报警事件。	正偏离
	14.3、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10 道波形的全息无压缩波形，上述 10 道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48 小时。心电全息波形存储≥4 通道。（提供监护界面截图文件）	14.3、单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看 10 道波形的全息无压缩波形，上述 10 道以上的全息波形，同步存储时间均要求 48 小时。心电全息波形存储 4 通道。（提供监护界面截图文件）	无偏离
	15、数据回顾	15、数据回顾	无偏离
	15.1、数据回顾，可手动输入时间进行数据检索，并需要提供截图佐证。	15.1、数据回顾，可手动输入时间进行数据检索，并需要提供截图佐证。	无偏离
	15.2、数据回顾：15 秒记录一组，可调整显示间隔，用于不同场景。	15.2、数据回顾：15 秒记录一组，可调整显示间隔，用于不同场景。	无偏离
	16、电池：	16、电池：	无偏离
	16.1、标配锂电池，电池电量不低于 7000mA。	16.1、标配锂电池，电池电量 7800mA。	正偏离

	▲16.2、可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。	▲16.2、可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。	无偏离
	17、监护仪支持 Dashboard 设备管理功能，方便设备软件升级，维护，故障报警。	17、监护仪支持 Dashboard 设备管理功能，方便设备软件升级，维护，故障报警。	无偏离
	18、免费开放数据端口，并且以标准 HL7 格式进行输出。	18、免费开放数据端口，并且以标准 HL7 格式进行输出。	无偏离
	19、通过 FDA 和 CE 认证。	19、通过 FDA 和 CE 认证。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

附：相关佐证材料

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人电子签章：长沙科鼎贸易有限公司

日期：2026年3月12日



售后服务承诺

售后服务方案

一、方案编制总则

本方案严格依据《扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购》（项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB）招标文件要求编制，针对本项目 2 分标采购的口腔扫描仪、口腔显微镜、眼科 A 超测距仪、非接触性眼压计、网络版病人监护仪、儿童病人监护仪 6 类医疗设备，量身定制全生命周期售后服务体系。方案全面覆盖技术培训、回访管理、设备维护、耗材备件供应、人员配置、应急保障等核心维度，完全响应招标文件中关于售后服务的实质性要求，同时提供优于招标标准的服务承诺，确保采购设备长期稳定、安全、高效运行，全方位满足医院临床诊疗与教学工作需求。

二、售后服务体系与组织架构

（一）专属服务团队配置

为保障本项目服务落地，我司组建扶绥县人民医院项目专属售后服务团队，实行“项目经理总负责制 + 专业技术人员分模块执行”的管理模式，所有维保人员均具备医疗器械维修资质、3 年以上同类型医疗设备维保经验，持证上岗，具体配置如下：

岗位	人	核心职责	资质要求
----	---	------	------

	数		
项目售后服务经理	1人	全面统筹本项目售后服务全流程工作，对接医院设备管理部门，协调内外部资源，处理服务投诉与特殊需求，对服务质量负总责	具备 5 年以上医疗设备项目售后服务管理经验，持有医疗器械管理师证书
光学设备维保工程师	2人	负责口腔显微镜、眼科 A 超测距仪、非接触性眼压计的安装调试、故障维修、日常保养、校准校验工作	具备光学医疗设备维修资质，4 年以上眼科 / 口腔科光学设备维保经验
电子诊疗设备维保工程师	2人	负责口腔扫描仪、病人监护仪（网络版 / 儿童）的安装调试、软件维护、故障排查、硬件维修、网络对接工作	具备医疗器械电子设备维修资质，熟悉医疗设备网络对接协议，4 年以上同类设备维保经验
专职培训讲师	2人	负责设备操作、日常维护、基础故障排查的全流程培训工作，编制培训教材，组织线上线下培训与考核	具备医疗设备临床应用培训经验，熟悉口腔科、眼科、重症监护室设备临床使用规

			范
备件与 耗材管 理专员	1 人	负责本项目设备备件、耗材的库存 管理、采购调配、物流运输，保障 备件耗材及时供应	具备医疗器械供应链 管理经验，熟悉本项 目各类设备的备件型 号与耗材规格
服务回 访与档 案管理 员	1 人	负责客户回访、服务档案建立与更 新、服务质量跟踪、问题闭环管理	具备客户服务管理经 验，熟悉医疗设备售 后服务全流程档案管 理规范

(二) 本地化服务保障

我司在广西南宁市设立常设售后服务中心，在崇左市扶绥县设立合作维保服务站，距离项目地点车程不超过 1 小时，可完全满足招标文件要求的现场响应时效。服务中心配备专用服务车辆、专业检测维修工具、设备校准仪器，常设本项目设备核心备件与易损件库存，确保现场服务快速、高效开展。

三、服务核心承诺

1. **质保期承诺：**所有设备整机质保期 1 年；若国家或设备生产厂家规定的质保期长于本承诺，按高标准执行。质保期自设备安装调试完毕、验收合格交付使用之日起计算。

2. 响应时效承诺: 提供 7×24 小时全天候技术咨询与故障报修服务, 接到医院故障通知后 1 小时内予以响应, 给出远程解决方案; 远程无法解决的, 维保工程师 4 小时内抵达医院现场; 12 小时内无法解决故障的, 出具详细的应急解决方案与备用机调配计划; 24 小时内完成设备修复并恢复正常使用。

3. 维修保障承诺: 质保期内, 设备因非人为、非不可抗力因素导致的损坏或故障, 我司免费提供技术支持、维修、配件更换服务, 承担所有相关费用; 质保期外提供终身维修服务, 仅收取配件成本费, 免收上门服务费与人工维修费。

4. 合规性承诺: 所有更换的备件、供应的耗材均为原厂全新正品, 符合国家医疗器械质量安全标准, 提供完整的产品合格证明与溯源资料, 杜绝假冒伪劣、二手配件。

5. 服务闭环承诺: 所有故障报修、服务需求、投诉建议均实行“一单到底”的闭环管理, 从需求受理到处理完成、客户回访, 全流程可追溯, 确保医院的每一项需求都得到妥善解决。



附件 6

廉洁协议书

甲方：扶绥县人民医院

乙方：长沙科鼎贸易有限公司

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，就双方业务往来中的廉政事宜达成如下协议。

第一条甲乙双方共同的权利和义务

- (一) 严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉政规定。
- (二) 严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。
- (三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。
- (四) 公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正，并向纪检监察部门举报的权利和义务。
- (六) 依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。
- (七) 发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其纪检监察部门或上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

- (一) 甲方及其工作人员应该保持和乙方的正常业务交往，不得以任何形式索要或接受乙方的现金、礼品和有价证券或其他变相贿赂，不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。
- (二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、家电、交通工具和高档办公用品。
- (三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- (四) 甲方工作人员不得向乙方介绍其配偶、子女及其他亲属从事与本业务合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务、服务等经济活动。
- (五) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，不得要求甲方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方的义务

- (一) 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券或其他变相贿赂。
- (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销理应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、家电、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

(六)乙方与甲方发生业务往来过程中,不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

(七)乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就费用、材料设备供应、工程量变动、验收、质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、二条,甲方应按照管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究法律责任。

(二)乙方及其工作人员违反本协议第一、三条,乙方应按照管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究法律责任。

(三)乙方违反本协议第三条的,取消乙方5年内在甲方开展经济活动的准入资格。情节严重的,甲方有权解除双方签订的所有业务合同,永久性取消乙方在甲方开展经济活动的准入资格。

(四)甲方发现乙方违反本协议或者采用不正当手段行贿甲方工作人员,根据具体情节和造成的后果,甲方有权单方终止合同,由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。甲方有权要求乙方按业务合同结算总金额的1-5%向甲方支付违约金,并追回乙方用不正当手段获取的非法所得。

(五)乙方有证据显示违反本协议第三条行为为甲方工作人员施压的不得已行为,经查实,可继续履行双方所签订的合同。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接手续工作的优先邀请投标权。

第五条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分,与业务合同具有同等法律效力,本协议由双方纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(章):扶绥县人民医院	乙方(章):长沙科鼎贸易有限公司
单位地址:广西崇左市扶绥县新宁镇新宁路173号	单位地址:湖南省长沙县榔梨街道东十一路南段145号(西门)、六角亭路21号(南门)A#厂房301室-06
法定代表人或者委托代理人:	法定代表人或者委托代理人:
电话:0771-7530133	电话:18279134236
签订日期:2026年3月25日	签订日期:2026年3月25日