

桂林康良贸易有限公司

合 同 书

项目名称：桂林市中西医结合医院体外膜肺氧合系统
(ECMO)采购项目

合同编号：GLZC2025-G1-990685-YZLZ

采购单位：桂林市中西医结合医院

供应单位：桂林康良贸易有限公司

合同书

采购单位（甲方）：桂林市中西医结合医院

供应商（乙方）：桂林康良贸易有限公司

签订地点：桂林市中西医结合医院

第一条 合同标的及合同金额

1、供货一览表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	体外心肺支持辅助设备	赛腾	STM001	江苏赛腾医疗科技有限公司	1	套	1198888.00	1198888.00

人民币合计金额（大写） 壹佰壹拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元 整（小写） ¥1198888.00

第一条 交付和验收

1. 交货时间：签订合同后 10 天、地点：桂林市中西医结合医院

（乙方将货物运送至甲方要求的指定地点，并经安装调试可投入正常使用，视为乙方完成交货）

2. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。如不一致甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在完成交货后七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单三份并加盖采购单位公章，甲方执二份，乙方执一份。

5. 设备项目安装完成后，试用过后，可以安排验收，最终验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

7. 在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达

不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（含运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第二条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市中西医结合医院。

第三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在接到甲方通知后的 5 个工作日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，每逾期 1 日需向甲方支付货款额 3% 违约金。逾期超过 7 日的，甲方有权解除合同。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 违约金，超过 7 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在免费保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

第四条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：验收合格后伍年。

第五条 付款方式

验收合格后，中标人开具合法有效的增值税普通发票给采购人，采购人在验收合格并运行正常后，第一年支付合同金额的 50%，第二年支付合同金额的 45%，剩余 5% 金额在验收合格之日起伍年后支付（无息）。

第六条 合同争议解决及其他

1. 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

2. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

3. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

5. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

6. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条 合同生效

1. 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经采购人审批。

甲方（公章）桂林市中西医结合医院	乙方（公章）桂林康良贸易有限公司
单位地址：桂林市七星区半塘路6号	单位地址：桂林市七星区穿山东路36号彰泰春天32栋1-6号商铺
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
经办人：	
电话：	电话：
开户名称：桂林市中西医结合医院	开户名称：桂林康良贸易有限公司
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：541004	邮政编码：541300

技术偏离表

标的名称	招标文件的“技术要求”	对应招标文件的“技术要求”，投标文件的详细响应情况	偏离情况说明
体外心肺支持辅助设备(体外膜肺氧合系统 ECMO)	一、基本功能要求 适用于严重呼吸衰竭、循环衰竭（包括心源性休克、心脏术后、高危 PCI 术中辅助、ECPR 等）、围术期支持（包括肺移植、心脏移植围手术生命支持）、器官维护等患者。	一、基本功能要求 适用于严重呼吸衰竭、循环衰竭（包括心源性休克、心脏术后、高危 PCI 术中辅助、ECPR 等）、围术期支持（包括肺移植、心脏移植围手术生命支持）、器官维护等患者。	无偏离
	二、具体参数要求	二、具体参数要求	无偏离
	1. 主要功能技术要求	1. 主要功能技术要求	无偏离
	1.1. 工作原理：磁性耦合原理。	1.1. 工作原理：磁性耦合原理。	无偏离
	1.2 具备床旁和便捷二种转运模式，整机≤10kg。	1.2 具备床旁和便捷二种转运模式，整机 10kg。	无偏离
	1.3 离心泵驱动器带显示屏内置电池，可反复充电，持续供电≥180 分钟。具备单独携带转运功能。驱动装置可以独立工作，可以调节流量和转速数据。	1.3 离心泵驱动器带显示屏内置电池，可反复充电，持续供电 180 分钟。具备单独携带转运功能。驱动装置可以独立工作，可以调节流量和转速数据。	无偏离
	1.4 具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，具备流量高低限报警，转速高低限报警功能，并可设置报警范围。	1.4 具备开机自检、实时自检及错误诊断功能，具备流量高低限报警，转速高低限报警功能，并可设置报警范围。	无偏离
1.5 备用离心泵驱动器可独自预充操作。	1.5 备用离心泵驱动器可独自预充操作。	无偏离	

1.6 驱动泵连接流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡监测。	1.6 驱动泵连接流量监测和气泡监测传感器，可以实时流量、气泡监测。	无偏离
▲1.7 转速范围：≤0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。	▲1.7 转速范围：0-5500RPM，实现低转速高流量，避免过高转速产热造成血液破坏。	无偏离
1.8 转速误差：±不高于 20RPM。	1.8 转速误差：±不高于 20RPM。	无偏离
1.9 流量范围：0-8L/min 或更大。	1.9 流量范围：0-8L/min	无偏离
1.10 流量精度：≤0.1L/min。	1.10 流量精度：0.1L/min。	无偏离
1.11 泵降压：≥600mmHg。	1.11 泵降压：600mmHg	无偏离
▲1.12 泵头预冲量：泵头预充量 ≥24ml，保证低预充的同时确保流量充分。	▲1.12 泵头预冲量：泵头预充量 24ml，保证低预充的同时确保流量充分。	无偏离
1.13 电机初始启动转速为 ≥500rpm。	1.13 电机初始启动转速为 500rpm。	无偏离
1.14 泵头进/出口径：3/8”。	1.14 泵头进/出口径：3/8”。	无偏离
1.15 设备具备可兼容其他多品牌的氧合器及氧合器套包，单独泵头、单独膜肺任意组合，可长时间用于 ICU 病人 ≥7 天。	1.15 设备具备可兼容其他多品牌的氧合器及氧合器套包，单独泵头、单独膜肺任意组合，可长时间用于 ICU 病人 ≥7 天。	无偏离
1.16 泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓。	1.16 泵头无金属支撑轴，没有淤滞区域，避免因摩擦产热而引发的血栓。	无偏离
▲1.17 离心泵紧急电动驱动装置，在紧急状态下，可电动维持机器运转，确保稳定的流量环境，	▲1.17 离心泵紧急电动驱动装置，在紧急状态下，可电动维持机器运转，确保稳定的流量环	无偏离

要求最大限度保证患者安全。	境，要求最大限度保证患者安全。	
1.18 监测内容：具有温度监测、四路压力监测。	1.18 监测内容：具有温度监测、四路压力监测。	无偏离
1.19 具备≤8英寸的电子触摸彩色液晶屏，带监测历史参数趋势图，中文操作软件。	1.19 具备8英寸的电子触摸彩色液晶屏，带监测历史参数趋势图，中文操作软件。	无偏离
1.20 设备使用寿命≥8年。	1.20 设备使用寿命8年。	无偏离
1.21 医用升降温水箱 15-39℃。	1.21 医用升降温水箱 15-39℃。	无偏离
1.22 主机控制台界面具备监测二路流量显示，支持 VVA/VAV 模式。	1.22 主机控制台界面具备监测二路流量显示，支持 VVA/VAV 模式。	无偏离
2. 台车 能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备。	2. 台车 能安全放置离心泵、小水箱等设备及其辅助配套设备。	无偏离
3. 空氧混合器：能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给 FI02 范围：21%-100%。	3. 空氧混合器：能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给 FI02 范围：21%-100%。	无偏离
▲三、配置清单 1. 主机 1 台。 2. 离心泵驱动器 2 个（1 台使用，1 台备用）。 3. 流量气泡传感器 1 个。 4. 温度传感器 1 个。 5. 内置可拆卸电池 2 块。 6. 医用升降温水箱（15-39℃）1 台。 7. 空气氧气混合器 1 台。 8. 台车 1 辆。	▲三、配置清单 1. 主机 1 台。 2. 离心泵驱动器 2 个（1 台使用，1 台备用）。 3. 流量气泡传感器 1 个。 4. 温度传感器 1 个。 5. 内置可拆卸电池 2 块。 6. 医用升降温水箱（15-39℃）1 台。 7. 空气氧气混合器 1 台。 8. 台车 1 辆。	无偏离

桂林市政府采购中标通知书

GLZC2025-G1-990685-YZLZ

桂林康良贸易有限公司：

你单位参加了本次桂林市中西医结合医院体外膜肺氧合系统（ECMO）采购项目的投标，项目编号：GLZC2025-G1-990685-YZLZ，经评定，确定你单位为本项目中标人，中标金额：壹佰壹拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整（¥1198888.00），现将有关事项通知如下：

一、中标公告发布同时，采购代理机构通过广西政府采购云平台在线向中标人发出中标通知书。中标通知书发出之日起8个工作日内请贵公司按规定与桂林市中西医结合医院签订采购合同。

二、签订采购合同详细信息：

桂林市中西医结合医院（联系人：杨德文 联系电话：17777379199）

三、本项目采购代理服务费按招标文件“投标人须知”第36.1条“采购代理服务收费标准”中“货物招标”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），由贵公司在获取中标通知书前向采购代理机构一次性付清（否则，该不利后果由中标人承担）。采购代理机构银行账户如下（用于交纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司

开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

银行账号：8113001014300158041

四、本项目不收取履约保证金。

特此通知！

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2026年1月16日



GLZC2025-G1-02167（事业单位经营收入资金）（社会保障科）

中标人联系人：肖忠良 联系方式：18677352636