

凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重 2）合同

采购项目编号：CZZC2026-J1-810001-GXJL

采购计划编号：PXZC2025-J1-01058

采购人：凭祥市中医医院

成交供应商：凭祥市产投医疗投资有限公司



签订时间：2026 年 01 月 21 日

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：12N49888812220261

采购人（甲方）：凭祥市中医医院

供应商（乙方）：凭祥市产投医疗投资有限公司

采购计划号：PXZC2025-J1-01058

项目名称：凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重2）

项目编号：CZZC2026-J1-810001-GXJL

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金 额 (元)
1	全自动洗胃机 (注册证名称： 电动洗胃机)	上海斯曼峰	DXW-2A	上海宝佳医疗 器械有限公司	1	台	13800	13800
2	呼吸机	科曼	V2A	深圳市科曼医 疗设备有限公 司	1	台	149000	149000
3	心电图机	科曼	CM1200B	深圳市科曼医 疗设备有限公 司	3	台	19400	58200
4	电动吸引器	上海斯曼峰	YX980D-1	上海宝佳医疗 器械有限公司	1	台	11800	11800

5	无影灯（注册证名称：手术辅助照明灯）	科曼	L1-A	深圳市科曼医疗设备有限公司	1	台	28000	28000
6	电子血压计（注册证名称：臂式电子血压计）	鱼跃	S65VR	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	6	台	850	5100
7	高级心肺复苏模拟人（产品名称：智能化高级心肺复苏模拟人）	上海知能	BIX/CPR20600	上海知能医学模型设备制造有限公司	2	台	14500	29000
8	立体动态干扰电治疗仪（注册证名称：干扰电治疗仪）	沈阳新进	SJ-6000	沈阳新进医疗器械有限公司	3	台	109890	329670
9	分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）（注册证名称：脉诊仪、舌诊仪）	天中依脉	YM-III型/ YM-III	天津市天中依脉科技开发有	1	台	249500	249500
10	全自动蜡疗机（注册证名称：恒温蜡疗仪）	好博医疗	HB-LY2	苏州好博医疗器械股份有限公司	1	台	49000	49000
11	超声及电刺激治疗仪	好博医疗	HB-CT1	苏州好博医疗器械股份有限公司	1	台	59700	59700
12	体外冲击波（注册证名称：冲击波治疗仪）	好博医疗	HB101	苏州好博医疗器械股份有限公司	1	台	169000	169000

13	神经肌肉电治疗仪（注册证名称：神经和肌肉电刺激仪）	好博医疗	HB-SJ3	苏州好博医疗器械股份有限公司	2	台	19500	39000
14	痉挛肌低频治疗仪	好博医疗	HB-JL3	苏州好博医疗器械股份有限公司	1	台	19000	19000
合计金额（人民币）： <u>壹佰贰拾万零玖仟柒佰柒拾元整（¥ 1209770.00）</u>								
备注：各标的按实际安装数量结算。								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起 30 个工作日内。

2. 履行地点：采购人指定的地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：公路运输。

（2）交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸

等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：采购人指定时间；安装地点：采购人指定地点。

2. 安装要求：符合本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：采购人指定时间；培训地点：采购人指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：壹佰贰拾万零玖仟柒佰柒拾元整（¥1209770.00）。

3. 合同价款包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。乙方在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，甲方不予支付合同以外的其他费用。乙方负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

4. 付款进度安排：

4.1 合同价款分二期支付，第一期：合同签订之日收到发票后起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付总额的 70%。

4.2 发票开具方式：成交供应商应在采购人第二期付款前开具项目全额发票，凭票付款。

5. 资金支付方式：银行转账。

6. 其他：各货物按实际安装数量结算。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 五 份，甲乙双方各执 二 份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围：质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务； 保修期：1 年。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %（注：履约保证金不超过5%）。

2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报

酬)的 5 %向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,按下列(1)方式解决:

(1) 向崇左市仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标(成交)通知书;

3. 投标(响应)文件;

4. 采购文件及更正公告(澄清或补充通知);

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式捌份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门执壹份，交易中心执壹份，具同等法律效力。

6. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）：凭祥市中医医院 2026 年 01 月 21 日	乙方（章）：凭祥市产投医疗投资有限公司 2026 年 01 月 21 日
单位地址：广西凭祥市友谊关大道 158 号	单位地址：凭祥边境经济合作区友谊关工业园西瓜大道 11 号
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-8529025	电话：0771-8587905
电子邮箱：	电子邮箱：pxgt2019@163.com
开户名称：	开户名称：凭祥市产投医疗投资有限公司
纳税人识别号：	纳税人识别号：91451481MAA7T65241
开户银行：	开户银行：广西北部湾银行股份有限公司凭祥友谊大道支行
账号：	账号：805135423000001
邮政编码：	邮政编码：

附件

1. 成交通知书

中标(成交)通知书

凭祥市产投医疗投资有限公司:

经评定,编号为CZZC2026-J1-810001-GXJL采购文件中的凭祥市中医医院两专科一中心项目建设(重2),确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为1209770.00元。

自此通知书发出之日起15天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:韦海成

电话:0771-8529025



2. 货物需求一览表

序号	货物名称	数量	单位	技术参数及性能配置要求	中小企业划分标准 所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 1）
1	全自动洗胃机	1	台	1、用途说明:适用于各医疗单位作抢救服毒、食物中毒患者以及手术前洗胃用。 2、流量： $\geq 2\text{L}/\text{min}$（口腔插管档）； $\geq 1\text{L}/\text{min}$（鼻腔插管档） 3、自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次； 4、吸液量：（350ml~450ml）/次 5、注：吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次 正、负压力设定范围：47kPa~67kPa 6、电源：~220V 50Hz 7、输入功率：110VA 8、噪音： $\leq 65\text{dB}$（A） 9、采用自主研发的膜片泵作为冲液和吸液的动力源并通过压力传感器和 CPU 控制，使冲、吸转换更可靠 10、采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠 11、气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物，使管路更通畅，清洗维护更便捷 12、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展 13、本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态	工业

				14、具有“口腔插管”“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式	
2	呼吸机	1	台	1、用途说明:适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持 2、潮气量范围: 20mL~4000mL; 3、呼吸频率: 1-100 次/min; 4、吸/呼比: 4:1-1:10; 5、吸气压力: 1-80 cmH2O。 6、压力支持: 0-80cmH2O。 7、呼末正压: 0 cmH2O~50 cmH2O; 8、分钟通气量百分比 : 25 %~350 %。 9、流速触发灵敏度: 0.5L/min~20.0L/min; 10、压力触发灵敏度: -20.0cmH2O~-0.5cmH2O; 11、氧疗流量: 2~80L/min, 氧疗流量精度: $\pm$ 1L/min; 12、吸气时间: 0.1-10s。 13、压力上升时间: 0-2s; 14、吸气暂停: off, 5-60%; 15、叹息压力: off, 1cmH2O~40 cmH2O。 16、潮气量的监测: 吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量; 17、波形显示: 压力/时间、流速/时间、容量/时间, 可选二氧化碳/时间, 脉搏波/时间监测; 18、吸入氧浓度的监测; 19、肺的力学: 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测; 20、实时监测压力/容积环形态, 可量化为肺过度膨胀系数 C20/C 以提示肺损伤风险;	工业

			21、实时监测压力-时间曲线形态，可量化为牵张指数 Stress Index 以提示肺损伤风险； 22、具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化； 23、可选配主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数； 24、可选配血氧监测功能，可监测血氧饱和度 SP02 和 PI 数值，可计算得出 ROX、OSI、S/F、RSS 数值； 25、可选配能量代谢计算工具，帮助医护人员对患者进行营养支持和营养治疗的参考； 26、分钟通气量：0-100L/min；吸呼比：150:1-1:150。 27、气道压力-60-120cmH20； 28、气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min； 29、口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH20； 30、最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH20； 31、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面； 32、信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警等数据至监护仪； 33、吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染； 34、支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能；	
--	--	--	---	--

			35、本机具备 HDMI 扩展显示，无需外接转接口； 36、呼吸机自带屏幕录制功能； 37、配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）； 38、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi 及 P0.1 测定； 39、具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度 and 压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步； 40、具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）的设置及监测功能； 41、主机提供截图以及录屏功能，支持至少 50 张截屏图片存储； 42、呼吸机应支持至少 10 个环图存储； 43、趋势记录：本机自身可提供不少于 160 小时的全部监测参数的趋势图、表分析； 44、日志记录：本机自身可提供不少于 6000 条历史事件信息的记录；	
3	心电图机	3	1、诊断各种心脏疾病，在治疗过程中监测病情变化和评估治疗效果 2、导联：12 导联同步采集、显示、打印 3、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV、20/10mm/mV 4、数字滤波器：交流滤波：50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 5、定标电压：1mV±1%	工业

			6、时间常数： $\geq 5S$ 7、输入阻抗： $\geq 50M \Omega$ 8、噪声电平： $\leq 15uVp-p$ 9、频率特性： $0.05Hz-150Hz$ 10、输入回路电流： $\leq 50nA$ 11、节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选。 12、记录速度： $5mm/s$、$10mm/s$、$12.5mm/s$、$25mm/s$、$50mm/s$。 13、≥ 5.6 英寸单色液晶屏，带背光灯按键 14、可存储最近 2 分钟 12 导联波形。 15、分析多达 120 种心律失常类型。 16、可存储回放≥ 300 例病人数据, 并可通过 U 盘, 扩展内存容量。 17、具有导联连接示意图, 能准确判定接触不良的电极, 提示各个导联脱落的信息 18、具有 Wilson（标准导联）和 Cabrera 导联两种导联模式	
4	电动吸引器	1	台 1、该产品适用于医疗机构吸除患者气道内分泌物, 手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液如手术室、急诊室、麻醉科、重症监护室等 2、极限负压值： $\geq 0.09 \text{ Mpa}$ (680 mmHg) 3、负压调节范围:$0.02MPa(150mmHg)$~极限负压值 4、电源:$AC220V50HZ$ 5、输入功率:$280VA$ 6、采用无油润滑负压泵, 免维护保养; 超大流量设计, 负压上升极快。 7、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内:	工业

				8、配置的空气过滤器可有效阻隔管路中的颗粒物进入负压泵： 9、可根据临床需要无级调节负压值 ；	
5	无影灯	1	台	1、广泛应用于手术室、产房和急诊治疗室等医疗环境中照明使用 2、诊断照明灯发射的光通量在一个工作期间的变化不应超过 20%，色温和显色指数保持恒定。 3、诊断用照明灯的色温值大小固定，满足恒定色温为$\geq 4350\text{K}$。 4、光斑直径$\geq 170\text{mm}$。 5、采用医用级 LED 冷光源，内部 LED 灯珠采用串联连接线，减少内部接线数量，保证产品稳定耐用。 6、照明灯具有优异的稳定性，机械部分在各个位置都应稳定定位，可移动在任意位置停留，不产生漂移。 7、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉末喷塑处理，粉末通过抑菌检测。 8、灯头为超薄造型，灯头厚度不超过 50mm。 9、采用 DC 调光技术，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的明暗水波纹。	工业
6	电子血压计	6	台	1、血压测量 2、收缩压/高压：$(40\sim 260)\text{mmHg}/(5.3\sim 34.6)\text{kPa}$ 舒张压/低压：$(20\sim 210)\text{mmHg}/(2.6\sim 28.0)\text{kPa}$ 3、境条件下压力计的误差限值 $\pm 3\text{mmHg}(\pm 0.4\text{kPa})$ 4、脉率测量范围 $(40\sim 200)$次/分 脉率测量误差 读数的$\pm 5\%$ 5、袖带压力的额定范围/压力测量范围	工业

				(0~300)mmHg/(0~40.0)kPa	
7	高级心肺复苏模拟人	2	台	1、CPR 训练操作、考核。 2、采用全液晶屏显示。突出 CPR 训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。自由设置按压深度、吹气量大小、循环次数、操作循环比、操作频率、操作中断时间。 3、模拟人和控制器采取无线连接，电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用。 4、采用≥10 英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR 操作动画显示。 5、瞳孔对光反射：光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。 6、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 7、模拟生命体征： 8、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 9、按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 10、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 11、瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 12、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 13、三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。 14、方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。 15、方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据 2020 国际心肺复苏标准，按压和吹气 30：	工业

			2 的比例，正确按压 30 次，正确吹气 2 次，完成 5 个循环操作。 16、方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据 2020 年国际心肺复苏标准，按压和吹气 30:2 的比例，任意（包括正确与错误）按压 30 次，吹气 2 次完成 5 个循环操作。 17、控制器显示屏功能： 18、操作界面：大屏幕彩色液晶显示，更加生动形象。计数显示、按压位置显示、操作时间显示、操作进度条显示、评分结果显示、模拟心电显示、模拟心脏搏动显示； 19、设置界面：可以设置按压深度、吹气量大小、循环操作次数、操作循环比、操作频率、操作中斷时间、评分标准（正确率）、按压回弹、生命体征（开启关闭）等操作； 20、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。 21、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。 22、文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。 23、条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml； 24、吹气量过少时，条形码为黄色。 25、吹气量合适时，条形码为绿色。 26、吹气量过大时，条形码为红色。 27、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示； 28、条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm； 29、按压深度过少时，条形码为黄色。	
--	--	--	---	--

			30、按压深度合适时，条形码为绿色。 31、按压深度过大时，条形码为红色。 32、可自行设定操作时间，以秒为单位。 33、操作频率：国际标准为 100-120 次/分，也可自行设定数值。 34、评分系统：可对学员的成绩进行自动评分。 35、操作进度：通过环形进度条实时显示心肺复苏操作进度； 36、操作结束后打印操作过程。 37、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 38、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 39、标准套配置： 40、高级复苏全身人体模型一具； 41、高级大屏幕液晶控制器一台； 42、豪华手拉推式人体硬塑箱一只； 43、复苏操作垫一条； 44、屏障面膜（50 张/盒）一盒； 45、可换肺囊装置四套； 46、可换面皮一只； 47、热敏打印纸二卷；	
--	--	--	---	--

				48、国际最新操作指南光盘一盘； 49、急救手册一本； 50、使用说明书一本； 51、保修卡、合格证。	
8	立体 动态 干扰 电治 疗仪	3	台	1、适用病症：肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、挫伤；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍有兴奋神经肌肉的作用。 2、基波：正弦波，4000Hz， 3、变频波：正弦波，频率变化范围 3880Hz～4000Hz 4、调制波：三角波，频率变化范围 0.5Hz～120Hz 5、差频频率变化范围：0Hz～120Hz 6、差频变化周期：30s 7、动态 节律：4s～10s 8、输出平衡调节最大范围： ±50% 9、双路输出 12 个吸附式电极 10、治疗时间 6 档可调，级差 5 分钟，使用方便 11、吸附模式：连续、15 次/min 20 次/min 30 次/min 4 种模式连续可调。 12、治疗模式：手动模式+自动模式 13、手动模式： 14、a、调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz 15、b、调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz 16、c、调制信号频率范围：1Hz-120Hz 17、d、刺激持续时间 2S、8S、12S、20S 可调，允差±1S 18、e、刺激间隔时间 4S、10S、20S、30S 可调，允差±1S	工业

			19、刺激强度上升时间:仅在模式 4 下和手动模式下，刺激强度上升时间为 2S、4S、6S 、8S、10S 五档可调，允差±1S 20、自动模式：4 种模式可调 21、吸附压力 10 档可调，并有吸附压力指示灯显示 22、最大输出电压 120 V_{p-p} ▲23、输出电流≥70mA 24、噪声不大于 60dB 25、具有 2、4、6 电极单独输出功能 26、具有两通道单独或同时治疗的功能 27、具有手动模式下治疗参数的存储功能 28、具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能 29、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能 30、具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能 31、具有设备治疗输出完毕后，有音乐提醒功能 32、具有设备治疗输出完毕后声音提示功能	
9	分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）	1	台 1、面色、舌象、脉象及问诊等中医数据信息采集分析功能 2、设备具备望诊采集箱，需符合人体工程学的采集口，贴合面部，防止外部光线透进，患者接触部分需可拆卸消毒 3、设备望诊采集箱具备可拆卸的唾液接盘，便于清洁 4、舌面象采集窗口光源显色指数：Ra≥85； 5、舌面象采集窗口光源色温：4000K≤Tc≤7000K； 6、舌面象采集窗口照度值允差范围在±10%之	工业

			内； 7、图像采集装置有效像≥ 1000万像素； 8、相对畸变：不超过$\pm 5\%$ 9、设备可自动分析面色特征，面色分析须≥ 11种结果； 10、设备可自动分析面色局部特征，局部特征分析须≥ 2种结果； 11、设备可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析须≥ 2种结果； 12、设备可自动分析唇色特征，唇色分析须≥ 3种结果； 13、输出报告含有舌象结果； 14、可自动分析舌色特征，舌色分析须≥ 7种结果； 15、可自动分析苔色特征，苔色分析须≥ 3种结果； 16、可自动分析苔质特征，苔质分析须≥ 6种结果； 17、可自动分析舌形特征，舌形分析须≥ 4种结果； 18、非联网状态下，设备可导出舌面图片及相关舌面分析客观化参数； 19、具有独立的脉搏定位组件：脉搏采集组件与腕部固定架（脉搏定位组件）应能方便连接与脱卸； 20、脉象采集传感器灵敏度：$\geq 0.5\text{mv/g FS0}$. 21、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法，设备需具有自动加压模式，为便于快速确定脉位，配有腕带脉象采集组件确定位置； 22、具有脉象采集功能；	
--	--	--	---	--

			23、输出报告含有脉象结果； 24、中医四诊合参体质辨识功能 25、根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出≥ 9种体质辨识及≥ 20种中医脏腑辨证分型；并具备对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案； 26、具备中医体质辨识功能； 27、具备老年人体质辨识功能 28、具备中医儿童体质辨识功能 29、能够根据填写的问卷量表智能分析 0-6 周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况； 30、可根据儿童体质辨识结果，具备个性化的健康指导方案； 31、女性健康测评； 32、中医五态人格心理测评系统 33、提供中医五态心理测评分析，可智能自动分析出人格特征，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案； 34、老年人高血压病辅助辨证功能 35、须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行老年人高血压病辅助辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案； 36、糖尿病辅助辨证功能 37、须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行糖尿病辅助辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果； 38、根据中医辨证结果，具有糖尿病慢病的健康指导方案； 39、中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案	
--	--	--	---	--

			库 40、所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议； 41、可根据中医四诊信息及中医辨证结果，具备个性化中医适宜技术干预方案； 42、设备支持移动端问诊信息采集与检测结果报告在线查看等互动功能； 43、数据管理：单机使用状态下，设备采集的图片及分析的客观化数据，支持用户方随时自主导出； ▲44、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备需具有气动无极梯度加压模式。配有腕带脉象采集组件，便于快速确定脉位，通过腕带确定寸关尺位置，单穴位逐个采集脉象参数； ▲45、具有对脉象数据中“时间”、“波幅”、“角度”、“比值”、“滑涩度”、“虚实度”、“脉率”以及“脉象类型”的分析功能； ▲46、具备人体气血分析系统；	
10	全自动蜡疗机	1	台 1、需要治疗的身体各个部位、康复科 2、智能化：具有 24 时段内融蜡、放蜡、制饼、凝固、恒温、休眠、预约等程序的自动循环控制及转换，无需重复操作参数设定和手动制饼。 3、≥8 寸彩色触摸液晶屏，可实时显示仪器工作状态 4、工作电源：a. c. 220V±10% ， 50Hz±1Hz；环境温度：5℃~40℃ ；相对湿度：不大于 80% 5、额定功率：融蜡箱 1200VA、制饼箱 2000VA，整机 3200VA 6、假期设置：具有一周内短期随机休假和长期连续休假设置，无需重复开关机调试。 7、具有全自动模式 I 和全自动模式 II 两种工作	工业

			程序，可设置模式一立即制饼、预约制饼、蜡饼恒温模式和模式二预约制饼、急融、急冷等多种制饼模式，满足不同的临床使用需求。 8、智能防堵：具有独立的蜡泵、蜡管温控保护与管道防堵设计，能有效预防放蜡管道堵塞 9、消毒：具有紫外线及高温双重消毒功能，有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒 10、具有超大钢化玻璃观察窗和一键灯光照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况 11、放蜡通道：一盘对应一个独立出蜡管道，可单独控制出蜡量 12、实时显示：融蜡箱、蜡管、制饼箱工作状态及温控监测均实时显示 13、制饼速度：根据蜡饼厚度可自动调节放蜡时间 14、融蜡方式：采取水化蜡技术(杜绝无水化蜡，因石蜡直接受热易氧化产生异味同时无法有效洗蜡)。 15、过滤方式：采取三级过滤，一重水沉淀清洗，两重细目滤网过滤 16、具有一键自动换水和手动换水两种功能，满足不同科室环境使用。 17、自动洗蜡：对重复使用的石蜡具有自动沉淀、过滤、清洗的功能。 18、具有蜡液存量刻度可视化设计 19、融蜡箱具有开盖限位保护设计，确保开合盖的安全性 20、采用一体成型全铝蜡盘，有效保障蜡饼温度的均衡性 21、具有语音提示功能 22、智能化放蜡程序与管道设计，确保蜡饼厚度	
--	--	--	---	--

			满足预期设定要求 23、断电记忆：设备在正常关机或中途断电重启时，具有断电前参数记忆功能，无需再次参数 设置。 24、具有温度异常提示和工作起始自动锁屏功能，有效预防误操作的发生 25、节能环保：采取蜡水分离、采用高效节能型加热材料及 PID 控制等特殊技术设计 26、蜡饼效果：特殊风道双循环系统设计快速制饼，温差不超过$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$， 确保蜡饼无夹心无蜡液包裹。 27、设备材料：采用高标 SUS304#不锈钢及冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理及维护。 28、安全保护：采用高灵敏度的漏电保护、换水高温保护、温控实时监测、智能锁屏等安全保 护装置，确保使用更安全。	
11	超声及电刺激治疗仪	1	台 1、用于周围神经损伤疾病、自主神经功能紊乱、骨关节病、脊柱炎、腰椎间盘突出等疾病物理治疗 2、电源：100-240V$\pm 10\%$，50Hz/60Hz 3、治疗通道：2 路电刺激通道+1 路超声通道 4、操作：大屏液晶显示，触摸屏控制，操作简单 5、治疗人数：电刺激和超声可同时或独立控制，最多可同时治疗 3 个患者 6、安全：用户中断控制器：用户主动掌控治疗进程可随时结束治疗 7、超声工作频率：1MHz$\pm 10\%$；3MHz$\pm 10\%$ 8、占空比：10%-100%，连续，步长 10% 9、频率调制：16，48，100Hz	工业

				10、超声头： 超声头防水特性可用于水下治疗 11、波束不均匀系数：RBN 不超过：5.0 12、功率转换：单个治疗头可实现：1MHz 和 3MHz 转换 13、有效声强：不大于 3.0W / cm² 14、内置超声处方程序:25 例 15、内置电疗处方程序：42 例 ▲16、收藏设置参数功能，可收藏不少于 1000 条设置参数	
12	体外冲击波	1	台	1、肩部钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、膝骨韧带疾患、跟腱痛、足底筋膜炎适用于疼痛科、康复理疗科、骨科、运动医学科。 2、本设备是采用国际先进气压弹道技术研发的发散式冲击波治疗仪； 3、产品采用真彩触摸屏，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率； 4、标配 6 种治疗头，规格为：6mm 准直式、9mm 准直式、15mm 准直式、15mm 发散式、20mm 发散式、25mm 发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活； 5、循环充放气的压力控制装置，配合先进软件算法，气压控制精度 6、治疗能量压力：0~4Bar 可调，步长 0.1Bar； 7、治疗频率：1~21Hz 可调，步长 1Hz，误差≤±5%； 8、治疗计数范围：0~9999 次，步长为 100，误差≤±5%； 9、内置人体彩色图谱，包含 11 个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择；	工业

				10、最大能量密度为 1.83mJ/mm²，误差$\leq \pm 20\%$； 11、子弹体质保，使用总次数为 500 万次； 12、环境温度 5℃~45℃； 13、相对湿度 10%~80%； 14、大气压范围 700hPa~1060hPa； 15、电源 AC220V$\pm 10\%$， 50Hz$\pm 2\%$； 16、输入功率 $\leq 250\text{VA}$	
13	神经肌肉电治疗仪	2	台	1、防止肌肉的废用性萎缩、对神经失用的肌肉进行功能训练、锻炼及增强正常肌肉力量、矫正畸形。适用于康复科、理疗科、神经内科、神经外科、骨科、老年病 2、台式设计，单独使用小巧便携； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示； 5、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）； 6、内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节； 7、脉冲频率：0.5Hz~500Hz 范围，允差为每档最高频率的$\pm 15\%$； 8、脉冲宽度：1ms~10ms，允差$\pm 30\%$； 9、输出强度：500Ω负载下 0mA~100mA 连续可调，步进 1mA，最大输出值允差$\pm 30\%$； 10、治疗时间：5min~30min 连续可调，步进 1min，允差$\pm 10\%$，到时有声音报时； 11、连续工作时间$\geq 4\text{h}$； 12、环境温度 5℃~40℃； 13、相对湿度 $\leq 80\%$； 14、大气压范围 860hPa~1060hPa；	工业

				15、电源 AC220V 50Hz; 16、输入功率 50VA;	
14	痉挛肌低频治疗仪	1	台	1、脑性瘫痪、多发性硬化性瘫痪、脑血管意外后遗症导致的偏瘫,可达到松弛肌肉和改善肢体功能的效果。适用于康复科、理疗科、骨科、老年病科、神经内科、运动创伤科 2、台式设计,单独使用小巧便携; 3、一键飞梭的操作模式,所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现; 4、失载显示功能:输出回路不是正常的通路时,失载指示灯闪烁,提示输出回路故障; 5、误调指示功能:当调节不当,使得脉冲周期(T)小于或等于延时时间(T1)时,治疗仪上有误调指示; 6、输出波形:A、B两组无极性双向不对称脉冲; 7、输出脉冲周期T:1s~2s可调,允差±15%; 8、输出脉冲宽度TA、TB:0.1ms~0.5ms可调,允差±30%; 9、B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现,延时时间T1:0.1s~1.5s可调,允差±15%; 10、输出强度:A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0~99mA可调,最大输出值允差±15%; 11、定时时间:5min、10min、15min、20min、25min、30min六档,允许偏差±5%; 12、内置10种治疗处方,可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求,并且处方可自定义; 13、具有同步异步输出可选,有效减缓对电疗的耐受; 14、连续工作时间:治疗仪连续工作时间≥4h; 15、环境温度 5℃~40℃;	工业

				16、相对湿度 ≤80%； 17、大气压范围 860hPa~1060hPa； 18、电源 AC220V±22V ， 50Hz±1Hz； 19、输入功率 50VA；	
商务要求					
产品要求		1、本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标， 如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。 2、本项目核心产品是“分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）”。			
▲交付的时间和地点		1、交付时间：自签订合同之日起 30 个工作日内。 2、交货地点：采购人指定的地点。			
合同签订时间		自成交通知书发出之日起 25 日内。			
▲付款方式		1、合同价款分二期支付，第一期：合同签订之日收到发票后起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付总额的 70%。 2、发票开具方式：成交供应商应在采购人第二期付款前开具项目全额发票，凭票付款。 3、资金支付方式：银行转账。			
▲售后服务要求		1、产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。所有设备除满足项目要求及技术需求外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内上门维修、更换零部件。 3、设备发生故障时接到通知后 1 小时内响应，24 小时内到达现场维修并解决故障。 4、质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。 5、质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后			

	服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
报价要求	本项目为交钥匙项目，竞标总报价必须包括货物采购、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
其他要求	1、响应文件中须提供详细的技术方案、售后服务方案，承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、服务机构、备件库，技术培训方案等方面的服务承诺； ▲2、采购人可以要求设备到货后，如有需要采购人可邀请第三方检测机构专家对成交供应商提供的产品与采购人现有产品进行兼容性及容灾演练，如发现产品不能响应采购文件要求的，将不予以签收并直接做退货处理，所产生的后果由成交供应商自行承担； 3、成交供应商必在安装设备之前，应先对采购人用户人员进行现场培训，开始安装时，应让采购人的软硬件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督； 4、验收： （1）成交供应商需承担供货时产品质量抽样及相关调试的有关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）按响应文件响应的技术指标进行逐项验收，项目采购需求中规定项目要求及技术需求参数的验收（调试）结果与响应文件的承诺和采购文件要求不符的，本项目不予以验收并直接退货，所产生的后果由成交供应商自行承担，采购人有权单方面终止合同，并有权追究该成交供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。

3. 采购文件的更改通知（如有）

无

4. 响应函

1. 响应函

响应函

致：广西建隆工程咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的 凭祥市中医医院西专科一中心项目建设(重2)项目(项目编号: CZ2C2026-J1-S10001-GXL) 的竞争性谈判文件的全部内容, 现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动:

- 一、首次报价文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 二、技术文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件); 商务文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件);
- 三、资格证明文件电子版(包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件)。

据此函, 我方兹宣布:

- 1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价, 在承诺的交付时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容, 具体详见最后报价表。
- 2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函, 并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。
- 3、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的, 我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
- 4、如我方成交, 我方承诺在收到成交通知书后, 在成交通知书规定的期限内, 根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同, 并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
- 5、我方已详细审核竞争性谈判文件, 我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
- 6、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款, 承担完成合同的责任和义务。
- 7、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
- 8、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。
- 9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定, 即供应商有下列情形之一的, 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 有违法所得的, 并处没收违法所得, 情节严重的, 由工商行政管理部门吊销营业执照; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任:
 - (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

- (2) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：凭祥边境经济合作区友谊关工业园西瓜大道 11 号

电话：0771-8587905

传真：无

电子邮箱：pxgt2019@163.com

邮政编码：532600

开户名称：凭祥市产投医疗投资有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司凭祥友谊大道支行

银行账号：805135423000001

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：凭祥市产投医疗投资有限公司

日期：2026 年 01 月 13 日



5. 响应报价表

2. 响应报价表

响应报价表

项目名称：凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重2）

项目编号：CZZC2026-J1-810001-GXJL

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	全自动洗胃机 (注册证名称: 电动洗胃机)	DXW-2A	品牌: 上海斯曼峰 上海宝佳医疗器械 有限公司	1 台	13990	13990	/
2	呼吸机	V2A	品牌: 科曼 深圳市科曼医疗设 备有限公司	1 台	149930	149930	/
3	心电图机	CM12003	品牌: 科曼 深圳市科曼医疗设 备有限公司	3 台	19700	59100	/
4	电动吸引器	YX980D-1	品牌: 上海斯曼峰 上海宝佳医疗器械 有限公司	1 台	12000	12000	/
5	无影灯(注册证 名称: 手术辅助 照明灯)	L1-A	品牌: 科曼 深圳市科曼医疗设 备有限公司	1 台	28500	28500	/
6	电子血压计 (注册证名称: 臂式电子血压 计)	S65VR	品牌: 鱼跃 江苏鱼跃医疗设备 股份有限公司	6 台	850	5100	/
7	高级心肺复苏模 拟人 (产品名称: 智 能化高级心肺复 苏模拟人)	BIX/CPR20600	品牌: 上海知能 上海知能医学模型 设备制造有限公司	2 台	15000	30000	/
8	立体动态干扰电 治疗仪 (注册证名称: 干扰电治疗仪)	SJ-6000	品牌: 沈阳新进 沈阳新进医疗器械 有限公司	3 台	109980	329940	/
9	分体式中医四诊 数字化系统(中 医四诊仪器) (注册证名称: 脉诊仪、舌诊 仪)	YM-III 型/YM- III	品牌: 天中依脉 天津市天中依脉科 技开发有限公司	1 台	249970	249970	/
10	全自动蜡疗机 (注册证名称: 恒温蜡疗仪)	HB-LY2	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械 股份有限公司	1 台	50000	50000	/

11	超声及电刺激治疗仪	HB-CT1	品牌：好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	60000	60000	/
12	体外冲击波 (注册证名称： 冲击波治疗仪)	HB101	品牌：好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	169900	169900	/
13	神经肌肉电治疗 仪(注册证名 称：神经和肌肉 电刺激仪)	HB-SJ3	品牌：好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	2 台	20000	40000	/
14	痉挛肌低频治疗 仪	HB-JL3	品牌：好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1 台	20000	20000	/
竞标总报价(包含税费等所有费用)：(大写)壹佰贰拾壹万捌仟肆佰叁拾元整 人民币(小写)¥1218430.00 元							
交付时间：自签订合同之日起 30 个工作日内。							
优惠及其它：(如没有填写无) 无							

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外），如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物规格和型号，否则其响应作无效响应处理。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

5、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：凭祥市产投医疗投资有限公司

日期：2026年01月13日

6. 技术需求偏离表

8. 技术需求偏离表

技术需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重2）

项目编号：CZZC2026-J1-810001-GXJL

所竞标分（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

项号	标 的 名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件响应的技术参数及配置	偏离说明
1	全自动洗胃	1、用途说明:适用于各医疗单位抢救服毒、食物中毒患者以及手术前洗胃用。	1、用途说明:适用于各医疗单位抢救服毒、食物中毒患者以及手术前洗胃用。	无偏离
		2、流量: $\geq 2L/min$ (口腔插管档); $\geq 1L/min$ (鼻腔插管档)	2、流量: $\geq 2L/min$ (口腔插管档); $\geq 1L/min$ (鼻腔插管档)	无偏离
		3、自控液量: 冲液量: (250ml~350ml) /次;	3、自控液量: 冲液量: (250ml~350ml) /次;	无偏离
		4、吸液量: (350ml~450ml) /次	4、吸液量: (350ml~450ml) /次	无偏离
		5、注: 吸液量大于冲液量, 但不大于 150ml/次 正、负压力设定范围: 47kPa~67kPa	5、注: 吸液量大于冲液量, 但不大于 150ml/次 正、负压力设定范围: 47kPa~67kPa	无偏离
		6、电源: $\sim 220V$ 50Hz	6、电源: $\sim 220V$ 50Hz	无偏离
		7、输入功率: 110VA	7、输入功率: 110VA	无偏离
		8、噪音: $\leq 65dB(A)$	8、噪音: $\leq 65dB(A)$	无偏离
		9、采用自主研发的膜片泵作为冲液和吸液的动力源并通过压力传感器和 CPU 控制, 使冲、吸转换更可靠	9、采用自主研发的膜片泵作为冲液和吸液的动力源并通过压力传感器和 CPU 控制, 使冲、吸转换更可靠	无偏离
		10、采用定量容积式转换缸, 使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠	10、采用定量容积式转换缸, 使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠	无偏离
		11、气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物, 使管路更通畅, 清洗维护更便捷	11、气压驱动的换向阀结构能够强力挤碎大块污物, 使管路更通畅, 清洗维护更便捷	无偏离
		12、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态, 方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展	12、面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态, 方便操作者掌握洗胃机工作状态和洗胃的进展	无偏离
		13、本机增设手动冲、吸液量平衡装置, 可解决由于胃内物质差	13、本机增设手动冲、吸液量平衡装置, 可解决由于胃内物质差	无偏离

		异所引起的冲、吸液量不平衡状态	异所引起的冲、吸液量不平衡状态	
		14、具有“口腔插管”“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式	14、具有“口腔插管”“鼻腔插管”两种洗胃模式，可以根据地域海拔高度和洗胃管的规格选择不同的洗胃模式	无偏离
2	呼吸机	1、用途说明:适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持	1、用途说明:适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持	无偏离
		2、潮气量范围: 20mL~4000mL;	2、潮气量范围: 20mL~4000mL;	无偏离
		3、呼吸频率: 1-100 次/min;	3、呼吸频率: 1-100 次/min;	无偏离
		4、吸/呼比: 4:1-1:10;	4、吸/呼比: 4:1-1:10;	无偏离
		5、吸气压力: 1-80 cmH ₂ O;	5、吸气压力: 1-80 cmH ₂ O;	无偏离
		6、压力支持: 0-80cmH ₂ O;	6、压力支持: 0-80cmH ₂ O;	无偏离
		7、呼末正压: 0cmH ₂ O~50cmH ₂ O;	7、呼末正压: 0cmH ₂ O~50cmH ₂ O;	无偏离
		8、分钟通气量百分比: 25%~350%。	8、分钟通气量百分比: 25%~350%。	无偏离
		9、流速触发灵敏度: 0.5L/min~20.0L/min;	9、流速触发灵敏度: 0.5L/min~20.0L/min;	无偏离
		10、压力触发灵敏度: -20.0cmH ₂ O~-0.5cmH ₂ O;	10、压力触发灵敏度: -20.0cmH ₂ O~-0.5cmH ₂ O;	无偏离
		11、氧疗流量: 2~80L/min, 氧疗流量精度: ±1L/min;	11、氧疗流量: 2~80L/min, 氧疗流量精度: ±1L/min;	无偏离
		12、吸气时间: 0.1-10s。	12、吸气时间: 0.1-10s。	无偏离
		13、压力上升时间: 0-2s;	13、压力上升时间: 0-2s;	无偏离
		14、吸气暂停: off, 5-60%;	14、吸气暂停: off, 5-60%;	无偏离
		15、叹息压力: off, 1cmH ₂ O~40cmH ₂ O。	15、叹息压力: off, 1cmH ₂ O~40cmH ₂ O。	无偏离
		16、潮气量的监测: 吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量;	16、潮气量的监测: 吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量;	无偏离
		17、波形显示: 压力/时间、流速/时间、容量/时间, 可选二氧化碳/时间, 脉搏波/时间监测;	17、波形显示: 压力/时间、流速/时间、容量/时间, 可选二氧化碳/时间, 脉搏波/时间监测;	无偏离
		18、吸入氧浓度的监测;	18、吸入氧浓度的监测;	无偏离
		19、肺的力学: 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测;	19、肺的力学: 吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测;	无偏离
		20、实时监测压力/容积环形态, 可量化为肺过度膨胀系数 C20/C 以提示肺损伤风险;	20、实时监测压力/容积环形态, 可量化为肺过度膨胀系数 C20/C 以提示肺损伤风险;	无偏离
		21、实时监测压力-时间曲线形态, 可量化为牵张指数 Stress Index 以提示肺损伤风险;	21、实时监测压力-时间曲线形态, 可量化为牵张指数 Stress Index 以提示肺损伤风险;	无偏离

	22、具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；	22、具有动态肺视图界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；	无偏离
	23、可选配主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数；	23、可选配主流二氧化碳及二氧化碳衍生功能，可得出呼出二氧化碳浓度，气道死腔、气道死腔与潮气量比率、肺泡潮气量、肺泡分钟通气量、肺泡平台斜率等之外，还可计算得出肺泡死腔、肺泡通气量、氧合指数等病人生理参数；	无偏离
	24、可选配血氧监测功能，可监测血氧饱和度 SPO2 和 PI 数值，可计算得出 ROX、OSI、S/F、RSS 数值；	24、可选配血氧监测功能，可监测血氧饱和度 SPO2 和 PI 数值，可计算得出 ROX、OSI、S/F、RSS 数值；	无偏离
	25、可选配能量代谢计算工具，帮助医护人员对患者进行营养支持和营养治疗的参考；	25、可选配能量代谢计算工具，帮助医护人员对患者进行营养支持和营养治疗的参考；	无偏离
	26、分钟通气量：0-100L/min；吸呼比：150：1-1：150。	26、分钟通气量：0-100L/min；吸呼比：150：1-1：150。	无偏离
	27、气道压力-60-120cmH2O；	27、气道压力-60-120cmH2O；	无偏离
	28、气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min；	28、气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min；	无偏离
	29、口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O；	29、口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O；	无偏离
	30、最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O；	30、最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O；	无偏离
	31、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面；	31、电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面	无偏离
	32、信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警 等数据至监护仪；	32、信息互联：呼吸机支持与监护仪互联，当呼吸机连接监护仪时，可传输呼吸机监测参数、设置参数及报警 等数据至监护仪；	无偏离
	33、吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；	33、吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；	无偏离
	34、支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能；	34、支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能；	无偏离
	35、本机具备 HDMI 扩展显示，无需外接转接口；	35、本机具备 HDMI 扩展显示，无需外接转接口；	无偏离

		36、呼吸机自带屏幕录制功能；	36、呼吸机自带屏幕录制功能；	无偏离
		37、配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）；	37、配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气 A/C 和同步间歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的 A/C 和 SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）；	无偏离
		38、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi 及 P0.1 测定；	38、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi 及 P0.1 测定；	无偏离
		39、具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度 和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步；	39、具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度 和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步；	无偏离
		40、具有单位理想体重输送的潮气量（Ive/IBW）的设置及监测功能；	40、具有单位理想体重输送的潮气量（Ive/IBW）的设置及监测功能；	无偏离
		41、主机提供截图以及录屏功能，支持至少 50 张截屏图片存储；	41、主机提供截图以及录屏功能，支持至少 50 张截屏图片存储；	无偏离
		42、呼吸机应支持至少 10 个环图存储；	42、呼吸机应支持至少 10 个环图存储；	无偏离
		43、趋势记录：本机自身可提供不少于 160 小时的全部监测参数的趋势图、表分析；	43、趋势记录：本机自身可提供不少于 160 小时的全部监测参数的趋势图、表分析；	无偏离
3	心电图机	44、日志记录：本机自身可提供不少于 6000 条历史事件信息的记录；	44、日志记录：本机自身可提供不少于 6000 条历史事件信息的记录；	无偏离
		1、诊断各种心脏疾病，在治疗过程中监测病情变化和评估治疗效果	1、诊断各种心脏疾病，在治疗过程中监测病情变化和评估治疗效果	无偏离
		2、导联：12 导联同步采集、显示、打印	2、导联：12 导联同步采集、显示、打印	无偏离
		3、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV、20/10mm/mV	3、增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV、20/10mm/mV	无偏离
		4、数字滤波器：交流滤波：50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz	4、数字滤波器：交流滤波：50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz	无偏离
		5、定标电压：1mV±1%	5、定标电压：1mV±1%	无偏离
		6、时间常数：≥5S	6、时间常数：≥5S	无偏离
		7、输入阻抗：≥50M Ω	7、输入阻抗：≥50M Ω	无偏离
		8、噪声电平：≤15uVp-p	8、噪声电平：≤15uVp-p	无偏离

		9、频率特性：0.05Hz-150Hz	9、频率特性：0.05Hz-150Hz	无偏离
		10、输入回路电流：≤50nA	10、输入回路电流：≤50nA	无偏离
		11、节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道 12 导联任选。	11、节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道 12 导联任选。	无偏离
		12、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。	12、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。	无偏离
		13、≥5.6 英寸单色液晶屏，带背光灯按键	13、≥5.6 英寸单色液晶屏，带背光灯按键	无偏离
		14、可存储最近 2 分钟 12 导联波形。	14、可存储最近 2 分钟 12 导联波形。	无偏离
		15、分析多达 120 种心律失常类型。	15、分析多达 120 种心律失常类型。	无偏离
		16、可存储回放≥300 例病人数据，并可通过 U 盘，扩展内存容量。	16、可存储回放≥300 例病人数据，并可通过 U 盘，扩展内存容量。	无偏离
		17、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息	17、具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息	无偏离
		18、具有 Wilson（标准导联）和 Cabrera 导联两种导联模式	18、具有 Wilson（标准导联）和 Cabrera 导联两种导联模式	无偏离
4	电动吸引器	1、该产品适用于医疗机构吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液如手术室、急诊室、麻醉科、重症监护室等	1、该产品适用于医疗机构吸除患者气道内分泌物，手术时吸除患者体内渗出液和冲洗液如手术室、急诊室、麻醉科、重症监护室等	无偏离
		2、极限负压值：≥0.09 Mpa（680 mmHg）	2、极限负压值：≥0.09 Mpa（680 mmHg）	无偏离
		3、负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值	3、负压调节范围：0.02Mpa（150mmHg）~极限负压值	无偏离
		4、电源：AC220V50HZ	4、电源：AC220V50HZ	无偏离
		5、输入功率：280VA	5、输入功率：280VA	无偏离
		6、采用无油润滑负压泵，免维护保养；超大流量设计，负压上升极快。	6、采用无油润滑负压泵，免维护保养；超大流量设计，负压上升极快。	无偏离
		7、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内：	7、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内：	无偏离
		8、配置的空气过滤器可有效阻隔管路中的颗粒物进入负压泵：	8、配置的空气过滤器可有效阻隔管路中的颗粒物进入负压泵：	无偏离
		9、可根据临床需要无级调节负压值；	9、可根据临床需要无级调节负压值；	无偏离
5	无影灯	1、广泛应用于手术室、产房和急诊治疗室等医疗环境中照明使用	1、广泛应用于手术室、产房和急诊治疗室等医疗环境中照明使用	无偏离

		2、诊断照明灯发射的光通量在一个工作期间的变化不应超过20%，色温和显色指数保持恒定。	2、诊断照明灯发射的光通量在一个工作期间的变化不应超过20%，色温和显色指数保持恒定。	无偏离
		3、诊断用照明灯的色温值大小固定，满足恒定色温为 $\geq 4350K$ 。	3、诊断用照明灯的色温值大小固定，满足恒定色温为 $4350K$ 。	无偏离
		4、光斑直径 $\geq 170mm$ 。	4、光斑直径 $\geq 170mm$ 。	无偏离
		5、采用医用级LED冷光源，内部LED灯珠采用串联连接线，减少内部接线数量，保证产品稳定耐用。	5、采用医用级LED冷光源，内部LED灯珠采用串联连接线，减少内部接线数量，保证产品稳定耐用。	无偏离
		6、照明灯具有优异的稳定性，机械部分在各个位置都应稳定定位，可移动在任意位置停留，不产生漂移。	6、照明灯具有优异的稳定性，机械部分在各个位置都应稳定定位，可移动在任意位置停留，不产生漂移。	无偏离
		7、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉末喷涂处理，粉末通过抑菌检测。	7、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉末喷涂处理，粉末通过抑菌检测。	无偏离
		8、灯头为超薄造型，灯头厚度不超过 $50mm$ 。	8、灯头为超薄造型，灯头厚度不超过 $50mm$ 。	无偏离
		9、采用DC调光技术，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的明暗水波纹。	9、采用DC调光技术，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的明暗水波纹。	无偏离
6	电子血压计	1、血压测量	1、血压测量	无偏离
		2、收缩压/高压： ($40\sim 260$)mmHg/($5.3\sim 34.6$)kPa 舒张压/低压： ($20\sim 210$)mmHg/($2.6\sim 28.0$)kPa	2、收缩压/高压： ($40\sim 260$)mmHg/($5.3\sim 34.6$)kPa 舒张压/低压： ($20\sim 210$)mmHg/($2.6\sim 28.0$)kPa	无偏离
		3、境条件下压力计的误差限值 $\pm 3mmHg$ ($\pm 0.4kPa$)	3、境条件下压力计的误差限值 $\pm 3mmHg$ ($\pm 0.4kPa$)	无偏离
		4、脉率测量范围 (40~200)次/分 脉率测量误差 读数的 $\pm 5\%$	4、脉率测量范围 (40~200)次/分 脉率测量误差 读数的 $\pm 5\%$	无偏离
		5、袖带压力的额定范围/压力测量范围 ($0\sim 300$)mmHg/($0\sim 40.0$)kPa	5、袖带压力的额定范围/压力测量范围 ($0\sim 300$)mmHg/($0\sim 40.0$)kPa	无偏离
7	高级心肺复苏模拟人	1、CPR 训练操作、考核。	1、CPR 训练操作、考核。	无偏离
		2、采用全液晶屏显示。突出CPR 训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。自由设置按压深度、吹气量大小、循环次数、操作循环比、操作频率、操作中断时间	2、采用全液晶屏显示。突出CPR 训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值。自由设置按压深度、吹气量大小、循环次数、操作循环比、操作频率、操作中断时间	无偏离
		3、模拟人和控制器采取无线连接，电子显示器和模型内部都自	3、模拟人和控制器采取无线连接，电子显示器和模型内部都自	无偏离

	带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用。	带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用。	
	4、采用≥10 英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR 操作动画显示。	4、采用 10 英寸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR 操作动画显示。	无偏离
	5、瞳孔对光反射：光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。	5、瞳孔对光反射：光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。	无偏离
	6、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。	6、模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。	无偏离
	7、模拟生命体征：	7、模拟生命体征：	无偏离
	8、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。	8、初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。	无偏离
	9、按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。	9、按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。	无偏离
	10、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。	10、抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。	无偏离
	11、瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。	11、瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。	无偏离
	12、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。	12、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。	无偏离
	13、三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。	13、三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。	无偏离
	14、方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。	14、方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。	无偏离
	15、方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据 2020 国际心肺复苏标准，按压和吹气 30:2 的比例，正确按压 30 次，正确吹气 2 次，完成 5 个循环操作。	15、方式二：模式考核，在设定的时间范围内，根据 2020 国际心肺复苏标准，按压和吹气 30:2 的比例，正确按压 30 次，正确吹气 2 次，完成 5 个循环操作。	无偏离
	16、方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据 2020 年国际心肺复苏标准，按压和吹气 30:2 的比例，任意（包括正确与错误）按压 30 次，吹气 2 次完成 5 个循环操作。	16、方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据 2020 年国际心肺复苏标准，按压和吹气 30:2 的比例，任意（包括正确与错误）按压 30 次，吹气 2 次完成 5 个循环操作。	无偏离
	17、控制器显示屏功能：	17、控制器显示屏功能：	无偏离
	18、操作界面：大屏幕彩色液晶显示，更加生动形象。计数显示、按压位置显示、操作时间显示、操作进度条显示、评分结果	18、操作界面：大屏幕彩色液晶显示，更加生动形象。计数显示、按压位置显示、操作时间显示、操作进度条显示、评分结果	无偏离

	显示、模拟心电显示、模拟心脏搏动显示；	显示、模拟心电显示、模拟心脏搏动显示；	
	19、设置界面：可以设置按压深度、吹气量大小、循环操作次数、操作循环比、操作频率、操作中断时间、评分标准（正确率）、按压回弹、生命体征（开启关闭）等操作；	19、设置界面：可以设置按压深度、吹气量大小、循环操作次数、操作循环比、操作频率、操作中断时间、评分标准（正确率）、按压回弹、生命体征（开启关闭）等操作；	无偏离
	20、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。	20、电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。	无偏离
	21、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。	21、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。	无偏离
	22、文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。	22、文字提示：训练和考核中全程中文文字提示。	无偏离
	23、条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml；	23、条形码显示吹气量：正确的吹气量为 500~600ml-1000ml；	无偏离
	24、吹气量过少时，条形码为黄色。	24、吹气量过少时，条形码为黄色。	无偏离
	25、吹气量合适时，条形码为绿色。	25、吹气量合适时，条形码为绿色。	无偏离
	26、吹气量过大时，条形码为红色。	26、吹气量过大时，条形码为红色。	无偏离
	27、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；	27、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；	无偏离
	28、条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm；	28、条形码显示按压深度，正确的按压深度 5-6cm；	无偏离
	29、按压深度过少时，条形码为黄色。	29、按压深度过少时，条形码为黄色。	无偏离
	30、按压深度合适时，条形码为绿色。	30、按压深度合适时，条形码为绿色。	无偏离
	31、按压深度过大时，条形码为红色。	31、按压深度过大时，条形码为红色。	无偏离
	32、可自行设定操作时间，以秒为单位。	32、可自行设定操作时间，以秒为单位。	无偏离
	33、操作频率：国际标准为 100-120 次/分，也可自行设定数值。	33、操作频率：国际标准为 100-120 次/分，也可自行设定数值。	无偏离
	34、评分系统：可对学员的成绩进行自动评分。	34、评分系统：可对学员的成绩进行自动评分。	无偏离
	35、操作进度：通过环形进度条实时显示心肺复苏操作进度；	35、操作进度：通过环形进度条实时显示心肺复苏操作进度；	无偏离
	36、操作结束后打印操作过程。	36、操作结束后打印操作过程。	无偏离

		37、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。	37、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。	无偏离
		38、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑性弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。	38、面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑性弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。	无偏离
		39、标准套配置：	39、标准套配置：	无偏离
		40、高级复苏全身人体模型一具；	40、高级复苏全身人体模型一具；	无偏离
		41、高级大屏幕液晶控制器一台；	41、高级大屏幕液晶控制器一台；	无偏离
		42、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；	42、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；	无偏离
		43、复苏操作垫一条；	43、复苏操作垫一条；	无偏离
		44、屏障面膜（50 张/盒）一盒；	44、屏障面膜（50 张/盒）一盒；	无偏离
		45、可换肺囊装置四套；	45、可换肺囊装置四套；	无偏离
		46、可换面皮一只；	46、可换面皮一只；	无偏离
		47、热敏打印纸二卷；	47、热敏打印纸二卷；	无偏离
		48、国际最新操作指南光盘一盘；	48、国际最新操作指南光盘一盘；	无偏离
		49、急救手册一本；	49、急救手册一本；	无偏离
		50、使用说明书一本；	50、使用说明书一本；	无偏离
		51、保修卡、合格证。	51、保修卡、合格证。	无偏离
8	立体动态干扰电治疗仪	1、适用病症：肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、挫伤；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍有兴奋神经肌肉的作用。	1、适用病症：肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、挫伤；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍有兴奋神经肌肉的作用。	无偏离
		2、基波：正弦波，4000Hz，	2、基波：正弦波，4000Hz，	无偏离
		3、变频波：正弦波，频率变化范围 3880Hz~4000Hz	3、变频波：正弦波，频率变化范围 3880Hz~4000Hz	无偏离

4、调制波：三角波，频率变化范围 0.5Hz~120Hz	4、调制波：三角波，频率变化范围 0.5Hz~120Hz	无偏离
5、差频频率变化范围：0Hz~120Hz	5、差频频率变化范围：0Hz~120Hz	无偏离
6、差频变化周期：30s	6、差频变化周期：30s	无偏离
7、动态节律：4s~10s	7、动态节律：4s~10s	无偏离
8、输出平衡调节最大范围：±50%	8、输出平衡调节最大范围：±50%	无偏离
9、双路输出 12 个吸附式电极	9、双路输出 12 个吸附式电极	无偏离
10、治疗时间 6 档可调，级差 5 分钟，使用方便	10、治疗时间 6 档可调，级差 5 分钟，使用方便	无偏离
11、吸附模式：连续、15 次/min 20 次/min 30 次/min 4 种模式连续可调。	11、吸附模式：连续、15 次/min 20 次/min 30 次/min 4 种模式连续可调。	无偏离
12、治疗模式：手动模式+自动模式	12、治疗模式：手动模式+自动模式	无偏离
13、手动模式：	13、手动模式：	无偏离
14、a、调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz	14、a、调制信号最低频率设定范围：1Hz-99Hz	无偏离
15、b、调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz	15、b、调制信号最高频率设定范围：1Hz-120Hz	无偏离
16、c、调制信号频率范围：1Hz-120Hz	16、c、调制信号频率范围：1Hz-120Hz	无偏离
17、d、刺激持续时间 2S、8S、12S、20S 可调，允差±1S	17、d、刺激持续时间 2S、8S、12S、20S 可调，允差±1S	无偏离
18、e、刺激间隔时间 4S、10S、20S、30S 可调，允差±1S	18、e、刺激间隔时间 4S、10S、20S、30S 可调，允差±1S	无偏离
19、刺激强度上升时间：仅在模式 4 下和手动模式下，刺激强度上升时间为 2S、4S、6S、8S、10S 五档可调，允差±1S	19、刺激强度上升时间：仅在模式 4 下和手动模式下，刺激强度上升时间为 2S、4S、6S、8S、10S 五档可调，允差±1S	无偏离
20、自动模式：4 种模式可调	20、自动模式：4 种模式可调	无偏离
21、吸附压力 10 档可调，并有吸附压力指示灯显示	21、吸附压力 10 档可调，并有吸附压力指示灯显示	无偏离
22、最大输出电压 120 Vp-p	22、最大输出电压 120 Vp-p	无偏离
▲23、输出电流≥70mA	▲23、输出电流 80mA（证明材料：产品技术参数-P155）	无偏离
24、噪声不大于 60dB	24、噪声不大于 60dB	无偏离
25、具有 2、4、6 电极单独输出功能	25、具有 2、4、6 电极单独输出功能	无偏离
26、具有两通道单独或同时治疗的功能	26、具有两通道单独或同时治疗的功能	无偏离
27、具有手动模式下治疗参数的存储功能	27、具有手动模式下治疗参数的存储功能	无偏离

		28、具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能	28、具有手动模式下频率在设定范围内无序变化的功能	无偏离
		29、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能	29、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能	无偏离
		30、具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能	30、具有输出电流强度超限声音提示并停止输出功能	无偏离
		31、具有设备治疗输出完毕后，有音乐提醒功能	31、具有设备治疗输出完毕后，有音乐提醒功能	无偏离
		32、具有设备治疗输出完毕后声音提示功能	32、具有设备治疗输出完毕后声音提示功能	无偏离
9	分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）	1、面色、舌象、脉象及问诊等中医数据信息采集分析功能	1、设备具备舌象、面色、脉象、问诊(体质辨识)等中医信息采集功能	无偏离
		2、设备具备望诊采集箱，符合人体工程学的采集口，贴合面部防止外部光线透进，患者接触部分需可拆卸消毒	2、设备具备望诊采集箱贴合面部，防止外部光线透进，患者接触部分可拆卸消毒	无偏离
		3、设备望诊采集箱具备可拆卸的唾液接盘，便于清洁	3、设备望诊采集箱具备可拆卸的唾液接盘，便于清洁	无偏离
		4、舌面象采集窗口光源显色指数： $Ra \geq 85$ ；	4、舌面象采集箱光源模块显色指数 97；（证明材料：产品技术参数-P182）	正偏离
		5、舌面象采集窗口光源色温： $4000K \leq Tc \leq 7000K$ ；	5、舌面象采集箱色温范围在 5254k~5300k	无偏离
		6、舌面象采集窗口照度值允差范围在 $\pm 10\%$ 之内；	6、舌面象采集箱光源模块照度在标称值的 $\pm 4.6\%$ 范围之内；（证明材料：产品技术参数-P182）	正偏离
		7、图像采集装置有效像素 ≥ 1000 万像素；	7、舌面象采集箱成像分辨率 $\geq 51p/mm$ ，最大像素为 1800 万；（证明材料：产品技术参数-P182）	正偏离
		8、相对畸变：不超过 $\pm 5\%$	8、成像装置成像的相对畸变不超过 $\pm 5\%$	无偏离
		9、设备可自动分析面色特征，面色分析须 ≥ 11 种结果；	9、设备可自动分析面色特征，面色分析 ≥ 12 种结果；（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离
		10、设备可自动分析面色局部特征，局部特征分析须 ≥ 2 种结果；	10、面色局部特征分析结果 ≥ 2 种结果	无偏离
		11、设备可自动分析面部光泽特征，面部光泽分析须 ≥ 2 种结果；	11、面部光泽特征分析结果 ≥ 2 种结果	无偏离
		12、设备可自动分析唇色特征，唇色分析须 ≥ 3 种结果；	12、唇色特征分析结果 ≥ 6 种结果（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离

13、输出报告含有舌象结果；	13、软件支持舌象检测结果输出，包括舌神、舌形、裂纹、瘀斑、齿痕、点刺、舌色、舌态、苔质、苔色结果；	无偏离
14、可自动分析舌色特征，舌色分析须≥7 种结果；	14、可自动分析舌色特征，舌色分析≥10 种结果；（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离
15、可自动分析苔色特征，苔色分析须≥3 种结果；	15、可自动分析舌色特征，苔色分析≥10 种结果；（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离
16、可自动分析苔质特征，苔质分析须≥6 种结果；	16、可自动分析舌色特征，苔质分析≥12 种结果；（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离
17、可自动分析舌形特征，舌形分析须≥4 种结果；	17、可自动分析舌色特征，舌形分析≥9 种结果；（证明材料：产品技术参数-P183）	正偏离
18、非联网状态下，设备可导出舌面图片及相关舌面分析客观化参数；	18、非联网状态下，设备可导出舌面图片及相关舌面分析客观化参数；	无偏离
19、具有独立的脉搏定位组件：脉搏采集组件与腕部固定架（脉搏定位组件）应能方便连接与脱卸；	19、腕带与传感器之间具有分体式结构，可在任意状态下解除传感器与患者之间的接触，解除传感器模块对患者取脉部位的束缚；	无偏离
20、脉象采集传感器灵敏度：≥0.5mv/g FSO.	20、灵敏度：传感器模块灵敏度4.04mV/g（证明材料：产品技术参数-P182）	正偏离
21、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法，设备需具有自动加压模式，为便于快速确定脉位，配有腕带脉象采集组件确定位置；	21、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位，通过腕带确定寸关尺位置，单穴位逐个采集脉象参数；	无偏离
22、具有脉象采集功能；	22、设备具备舌象、面色、脉象、问诊（体质辨识）等中医信息采集功能	无偏离
23、输出报告含有脉象结果；	23、输出报告含有脉象结果；	无偏离
24、中医四诊合参体质辨识功能	24、具备中医四诊合参体质辨识功能	无偏离
25、根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出≥9 种体质辨识及≥20 种中医脏腑辨证分型；并具备对应脏腑辨证的养生方案及中医药适宜技术方案；	25、根据中医舌象、面象、脉象及问诊等客观四诊化信息，自动识别出≥9 种体质辨识及 58 余种复合型体质进行自动判别；并提供对应脏腑辨证的养生方案及	正偏离

		中医药适宜技术方案；（证明材料：产品技术参数-P181）	
	26、具备中医体质辨识功能；	26、具备中医体质辨识功能；	无偏离
	27、具备老年人体质辨识功能	27、具备老年人体质辨识功能	无偏离
	28、具备中医儿童体质辨识功能	28、具备中医儿童体质辨识功能	无偏离
	29、能够根据填写的问卷量表智能分析 0-6 周岁儿童体质偏颇情况，量化显示儿童体质偏颇情况；	29、体质辨识量表依据中华中医药学会标准 ZYYXH/T157—2009《中医体质分类与判定》、中医药健康管理服务技术规范-老年人中医药健康管理服务的要求制定，可作为判断普通人群、65 岁及以上老年人群、0~6 岁儿童、孕产妇、高血压人群、糖尿病人群中医体质分类的标准化工具；	无偏离
	30、可根据儿童体质辨识结果，具备个性化的健康指导方案；	30、具备儿童体质辨识结果，具备个性化的健康指导方案；	无偏离
	31、女性健康测评	31、具备女性健康评估功能	无偏离
	32、中医五态人格心理测评系统	32、具备中医五态人格心理测评系统	无偏离
	33、提供中医五态心理测评分析，可智能自动分析出人格特征，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案；	33、具备中医五态心理测评分析，可智能自动分析出人格特征，根据人格特征的类型，系统自动给出音乐、行为等养生干预方案；	无偏离
	34、老年人高血压病辅助辨证功能	34、具备慢性病健康管理系统，可提供高血压，高血糖，高血脂，高尿酸等慢病管理	无偏离
	35、须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行老年人高血压病辅助辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案；	35、须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行老年人高血压病辅助辨证，并可自动分析输出高血压慢病中医辨证结果及输出对应养生干预方案；	无偏离
	36、糖尿病辅助辨证功能	36、具备糖尿病辅助辨证功能	无偏离
	37、须根据中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行糖尿病辅助辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；	37、具备中医客观化信息，结合患者主诉等症状，进行糖尿病辅助辨证，并可自动分析输出糖尿病慢病中医辨证结果；	无偏离
	38、根据中医辨证结果，具有糖尿病慢病的健康指导方案；	38、根据中医辨证结果，具有糖尿病慢病的健康指导方案；	无偏离
	39、中医养生方案库以及中医适宜技术干预方案库	39、设备能开展个体化中医养生干预服务，并给出合理的养生调养指导和经典处方建议；	无偏离
	40、所提供的个体化辨体施养方案，包含四季食疗养生、足浴保健等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；	40、个体化养生干预方案包含饮食调理、经穴养生、运动调理、食疗食谱等内容，为被测试者提供个体化的健康养生指导建议；	无偏离

		41、可根据中医四诊信息及中医辨证结果，具备个性化中医适宜技术干预方案；	41、可根据中医四诊信息及中医辨证结果，提供个性化中医适宜技术干预方案；	无偏离
		42、设备支持移动端问诊信息采集与检测结果报告在线查看等互动功能；	42、配备“零候诊”系统，支持移动端扫码进入问诊系统，移动端获取报告；可通过诊断结束后二维码扫描下载电子版报告；	无偏离
		43、数据管理：单机使用状态下，设备采集的图片及分析的客观化数据，支持用户方随时自主导出；	43、单机使用状态下，设备采集的图片及分析的客观化数据，支持用户方随时自主导出；	无偏离
		▲44、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位，通过腕带确定寸关尺位置，单穴位逐个采集脉象参数；	▲44、为确保采脉方式符合中医浮中沉诊脉指法。设备具有气动无极梯度加压模式。配有磁吸式腕带脉象采集组件，传感器与腕带为磁吸式连接，便于快速确定脉位，通过腕带确定寸关尺位置，单穴位逐个采集脉象参数； (证明材料：产品技术参数-P181)	无偏离
		▲45、具有对脉象数据中“时间”、“波幅”、“角度”、“比值”、“滑湿度”、“虚实度”、“脉率”以及“脉象类型”的分析功能；	▲45、软件具有对脉象数据中“时间”、“波幅”、“角度”、“比值”、“滑湿度”、“虚实度”、“脉率”以及“脉象类型”的分析功能；(证明材料：产品技术参数-P182)	无偏离
		▲46、具备人体气血分析系统；	▲46、具备人体气血分析系统； (证明材料：产品技术参数-P183)	无偏离
10	全自动蜡疗机	1、需要治疗的身体各个部位、康复科	1、需要治疗的身体各个部位、康复科	无偏离
		2、智能化：具有 24 时段内融蜡、放蜡、制饼、凝固、恒温、休眠、预约等程序的自动循环控制及转换，无需重复操作参数设定和手动制饼。	2、智能化：具有 24 时段内融蜡、放蜡、制饼、凝固、恒温、休眠、预约等程序的自动循环控制及转换，无需重复操作参数设定和手动制饼。	无偏离
		3、≥8 寸彩色触摸液晶屏，可实时显示仪器工作状态	3、10.1 英寸彩色触摸液晶屏，可实时显示仪器工作状态	无偏离
		4、工作电源：a. c. 220V±10% ，50Hz±1Hz；环境温度：5℃~40℃；相对湿度：不大于 80%	4、工作电源：a. c. 220V±10% ，50Hz±1Hz；环境温度：5℃~40℃；相对湿度：不大于 80%	无偏离
		5、额定功率：融蜡箱 1200VA、制饼箱 2000VA，整机 3200VA	5、额定功率：融蜡箱 1200VA、制饼箱 2000VA，整机 3200VA	无偏离

6、假期设置：具有一周内短期随机休假和长期连续休假设置，无需重复开关机调试。	6、假期设置：具有一周内短期随机休假和长期连续休假设置，无需重复开关机调试。	无偏离
7、具有全自动模式Ⅰ和全自动模式Ⅱ两种工作程序，可设置模式一立即制饼、预约制饼、蜡饼恒温模式和模式二预约制饼、急融、急冷等多种制饼模式，满足不同的临床使用需求。	7、具有全自动模式Ⅰ和全自动模式Ⅱ两种工作程序，可设置模式一立即制饼、预约制饼、蜡饼恒温模式和模式二预约制饼、急融、急冷等多种制饼模式，满足不同的临床使用需求。	无偏离
8、智能防堵：具有独立的蜡泵、蜡管温控保护与管道防堵设计，能有效预防放蜡管道堵塞	8、智能防堵：具有独立的蜡泵、蜡管温控保护与管道防堵设计，能有效预防放蜡管道堵塞	无偏离
9、消毒：具有紫外线及高温双重消毒功能，有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒	9、消毒：具有紫外线及高温双重消毒功能，有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒	无偏离
10、具有超大钢化玻璃观察窗和一键灯光照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况	10、具有超大钢化玻璃观察窗和一键灯光照明系统，方便随时观察蜡饼制作情况	无偏离
11、放蜡通道：一盘对应一个独立出蜡管道，可单独控制出蜡量	11、放蜡通道：一盘对应一个独立出蜡管道，可单独控制出蜡量	无偏离
12、实时显示：融蜡箱、蜡管、制饼箱工作状态及温控监测均实时显示	12、实时显示：融蜡箱、蜡管、制饼箱工作状态及温控监测均实时显示	无偏离
13、制饼速度：根据蜡饼厚度可自动调节放蜡时间	13、制饼速度：根据蜡饼厚度可自动调节放蜡时间	无偏离
14、融蜡方式：采取水化蜡技术（杜绝无水化蜡，因石蜡直接受热易氧化产生异味同时无法有效洗蜡）。	14、融蜡方式：采取水化蜡技术（杜绝无水化蜡，因石蜡直接受热易氧化产生异味同时无法有效洗蜡）。	无偏离
15、过滤方式：采取三级过滤，一重水沉淀清洗，两重细目滤网过滤	15、过滤方式：采取三级过滤，一重水沉淀清洗，两重细目滤网过滤	无偏离
16、具有一键自动换水和手动换水两种功能，满足不同科室环境使用。	16、具有一键自动换水和手动换水两种功能，满足不同科室环境使用。	无偏离
17、自动洗蜡：对重复使用的石蜡具有自动沉淀、过滤、清洗的功能。	17、自动洗蜡：对重复使用的石蜡具有自动沉淀、过滤、清洗的功能。	无偏离
18、具有蜡液存量刻度可视化设计	18、具有蜡液存量刻度可视化设计	无偏离
19、融蜡箱具有开盖限位保护设计，确保开合盖的安全性	19、融蜡箱具有开盖限位保护设计，确保开合盖的安全性	无偏离
20、采用一体成型全铝蜡盘，有效保障蜡饼温度的均衡性	20、采用一体成型全铝蜡盘，有效保障蜡饼温度的均衡性	无偏离
21、具有语音提示功能	21、具有语音提示功能	无偏离

		22、智能化放蜡程序与管道设计，确保蜡饼厚度满足预期设定要求	22、智能化放蜡程序与管道设计，确保蜡饼厚度满足预期设定要求	无偏离
		23、断电记忆：设备在正常关机或中途断电重启时，具有断电前参数记忆功能，无需再次参数设置。	23、断电记忆：设备在正常关机或中途断电重启时，具有断电前参数记忆功能，无需再次参数设置。	无偏离
		24、具有温度异常提示和工作起始自动锁屏功能，有效预防误操作的发生	24、具有温度异常提示和工作起始自动锁屏功能，有效预防误操作的发生	无偏离
		25、节能环保：采取蜡水分离、采用高效节能型加热材料及 PID 控制等特殊技术设计	25、节能环保：采取蜡水分离、采用高效节能型加热材料及 PID 控制等特殊技术设计	无偏离
		26、蜡饼效果：特殊风道双循环系统设计快速制饼，温差不超过 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ，确保蜡饼无夹心无蜡液包裹。	26、蜡饼效果：特殊风道双循环系统设计快速制饼，温差不超过 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ ，确保蜡饼无夹心无蜡液包裹。	无偏离
		27、设备材料：采用高标 SUS304# 不锈钢及冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理 及维护。	27、设备材料：采用高标 SUS304# 不锈钢及冷轧板喷塑制作，无指纹烦恼，模块化设计方便清理 及维护。	无偏离
		28、安全保护：采用高灵敏度的漏电保护、换水高温保护、温控实时监测、智能锁屏等安全保护装置，确保使用更安全。	28、安全保护：采用高灵敏度的漏电保护、换水高温保护、温控实时监测、智能锁屏等安全保护装置，确保使用更安全。	无偏离
11	超声及电刺激治疗仪	1、用于周围神经损伤疾病、自主神经功能紊乱、骨关节病、脊柱炎、腰椎间盘突出等疾病物理治疗	1、用于周围神经损伤疾病、自主神经功能紊乱、骨关节病、脊柱炎、腰椎间盘突出等疾病物理治疗	无偏离
		2、电源：100-240V $\pm$ 10%，50Hz/60Hz	2、电源：100-240V $\pm$ 10%，50Hz/60Hz	无偏离
		3、治疗通道：	3、治疗通道：	无偏离
		2 路电刺激通道+1 路超声通道	2 路电刺激通道+1 路超声通道	无偏离
		4、操作：大屏液晶显示，触摸屏控制，操作简单	4、操作：大屏液晶显示，触摸屏控制，操作简单	无偏离
		5、治疗人数：电刺激和超声可同时或独立控制，最多可同时治疗 3 个患者	5、治疗人数：电刺激和超声可同时或独立控制，最多可同时治疗 3 个患者	无偏离
		6、安全：用户中断控制器：用户主动掌控治疗进程可随时结束治疗	6、安全：用户中断控制器：用户主动掌控治疗进程可随时结束治疗	无偏离
		7、超声工作频率：1MHz $\pm$ 10% ;3MHz $\pm$ 10%	7、超声工作频率：1MHz $\pm$ 10% ;3MHz $\pm$ 10%	无偏离
		8、占空比：10%-100%，连续，步长 10%	8、占空比：10%-100%，连续，步长 10%	无偏离
		9、频率调制：16，48，100Hz	9、频率调制：16，48，100Hz	无偏离

12		10、超声头： 超声头防水特性可用于水下治疗	10、超声头： 超声头防水特性可用于水下治疗	无偏离
		11、波束不均匀系数：RBN 不超过：5.0	11、波束不均匀系数：RBN 不超过：5.0	无偏离
		12、功率转换：单个治疗头可实现：1MHz 和 3MHz 转换	12、功率转换：单个治疗头可实现：1MHz 和 3MHz 转换	无偏离
		13、有效声强：不大于 3.0W / cm ²	13、有效声强：不大于 3.0W / cm ²	无偏离
		14、内置超声处方程序：25 例	14、内置超声处方程序：25 例	无偏离
		15、内置电疗处方程序：42 例	15、内置电疗处方程序：42 例	无偏离
		▲16、收藏设置参数功能，可收藏不少于 1000 条设置参数	▲16、收藏设置参数功能，可收藏 1000 条设置参数（证明材料：产品技术参数-P241）	无偏离
	体外冲击波	1、肩部钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、膝骨韧带疾患、跟腱痛、足底筋膜炎适用于疼痛科、康复理疗科、骨科、运动医学科。	1、肩部钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、膝骨韧带疾患、跟腱痛、足底筋膜炎适用于疼痛科、康复理疗科、骨科、运动医学科。	无偏离
		2、本设备是采用国际先进气压弹道技术研发的分散式冲击波治疗仪；	2、本设备是采用国际先进气压弹道技术研发的分散式冲击波治疗仪；	无偏离
		3、产品采用真彩触摸屏，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；	3、产品采用 10.2 英寸真彩触摸屏，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率；	无偏离
		4、标配 6 种治疗头，规格为：6mm 准直式、9mm 准直式、15mm 准直式、15mm 发散式、20mm 发散式、25mm 发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活；	4、标配 6 种治疗头，规格为：6mm 准直式、9mm 准直式、15mm 准直式、15mm 发散式、20mm 发散式、25mm 发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活；	无偏离
		5、专利设计的新型循环充放气的压力控制装置，配合先进软件算法，气压控制精度	5、专利设计的新型循环充放气的压力控制装置，配合先进软件算法，气压控制精度	无偏离
		6、治疗能量压力：0~4Bar 可调，步长 0.1Bar；	6、治疗能量压力：0~4Bar 可调，步长 0.1Bar；	无偏离
		7、治疗频率：1~21Hz 可调，步长 1Hz，误差≤±5%；	7、治疗频率：1~21Hz 可调，步长 1Hz，误差≤±5%；	无偏离
		8、治疗计数范围：0~9999 次，步长为 100，误差≤±5%；	8、治疗计数范围：0~9999 次，步长为 100，误差≤±5%；	无偏离
		9、内置人体彩色图谱，包含 11 个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择；	9、内置人体彩色图谱，包含 11 个部位的多种处方，处方包括：冲击强度、冲击次数、手持压力、频率、治疗次数、间隔周期和治疗探头的选择；	无偏离
		10、最大能量密度为 1.83mJ/mm ² ，误差≤±20%；	10、最大能量密度为 1.83mJ/mm ² ，误差≤±20%；	无偏离

13	神经肌肉电治疗仪	11、子弹体质保，使用总次数为500万次；	11、子弹体质保，使用总次数为500万次；	无偏离
		12、环境温度 5℃~45℃；	12、环境温度 5℃~45℃；	无偏离
		13、相对湿度 10%~80%；	13、相对湿度 10%~80%；	无偏离
		14、大气压范围 700hPa~1060hPa；	14、大气压范围 700hPa~1060hPa；	无偏离
		15、电源 AC220V±10%， 50Hz±2%；	15、电源 AC220V±10%， 50Hz±2%；	无偏离
		16、输入功率 ≤250VA	16、输入功率 ≤300VA	无偏离
		1、防止肌肉的废用性萎缩、对神经失用的肌肉进行功能训练、锻炼及增强正常肌肉力量、矫正畸形。适用于康复科、理疗科、神经内科、神经外科、骨科、老年病	1、防止肌肉的废用性萎缩、对神经失用的肌肉进行功能训练、锻炼及增强正常肌肉力量、矫正畸形。适用于康复科、理疗科、神经内科、神经外科、骨科、老年病	无偏离
		2、台式设计，单独使用小巧便携；	2、台式设计，单独使用小巧便携；	无偏离
		3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；	3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；	无偏离
		4、断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示；	4、断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示；	无偏离
		5、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）；	5、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）；	无偏离
		6、内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节；	6、内置两种不同专家处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节；	无偏离
		7、脉冲频率：0.5Hz~500Hz 范围，允差为每档最高频率的±15%；	7、脉冲频率：0.5Hz~500Hz 范围，允差为每档最高频率的±10%；	无偏离
		8、脉冲宽度：1ms~10ms，允差±30%；	8、脉冲宽度：0.1ms~10ms，允差±10%；	无偏离
		9、输出强度：500Ω负载下0mA~100mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±30%；	9、输出强度：500Ω负载下0mA~140mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±10%； （证明材料：产品技术参数-P260）	正偏离
		10、治疗时间：5min~30min连续可调，步进1min，允差±10%，到时有声音报时；	10、治疗时间：时间设定范围：1-99min，步长为1min，允差±2%；，到时有声音报时；（证明材料：产品技术参数-P260）	正偏离
		11、连续工作时间≥4h；	11、连续工作时间≥8h；（证明材料：产品技术参数-P261）	正偏离
		12、环境温度 5℃~40℃；	12、环境温度 5℃~40℃；	无偏离
		13、相对湿度 ≤80%；	13、相对湿度 ≤80%；	无偏离

		14、大气压范围 860hPa~1060hPa;	14、大气压范围 860hPa~1060hPa;	无偏离
		15、电源 AC220V 50Hz;	15、电源 AC220V 50Hz;	无偏离
		16、输入功率 50VA;	16、输入功率 55VA;	无偏离
14	痉挛肌低频治疗仪	1、脑性瘫痪、多发性硬化性瘫痪、脑血管意外后遗症导致的偏瘫，可达到松弛肌肉和改善肢体功能的效果。适用于康复科、理疗科、骨科、老年病科、神经内科、运动创伤科	1、脑性瘫痪、多发性硬化性瘫痪、脑血管意外后遗症导致的偏瘫，可达到松弛肌肉和改善肢体功能的效果。适用于康复科、理疗科、骨科、老年病科、神经内科、运动创伤科	无偏离
		2、台式设计，单独使用小巧便携；	2、台式设计，单独使用小巧便携；	无偏离
		3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；	3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；	无偏离
		4、失载显示功能：输出回路不是正常的通路时，失载指示灯闪烁，提示输出回路故障；	4、失载显示功能：输出回路不是正常的通路时，失载指示灯闪烁，提示输出回路故障；	无偏离
		5、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期(T) 小于或等于延时时间(T1)时，治疗仪上有误调指示；	5、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期(T) 小于或等于延时时间(T1)时，治疗仪上有误调指示；	无偏离
		6、输出波形：A、B 两组无极性双向不对称脉冲；	6、输出波形：A、B 两组无极性双向不对称脉冲；	无偏离
		7、输出脉冲周期 T：1s~2s 可调，允差±15%；	7、输出脉冲周期 T：0.5s~2s 可调，允差±10%；	无偏离
		8、输出脉冲宽度 TA、TB：0.1ms~0.5ms 可调，允差±30%；	8、输出脉冲宽度 TA、TB：0.1ms~2.0ms 可调，允差±10%；	无偏离
		9、B 组输出脉冲比 A 组输出脉冲延时出现，延时时间 T1：0.1s~ 1.5s 可调，允差±15%；	9、B 组输出脉冲比 A 组输出脉冲延时出现，延时时间 T1：0.1s~ 1.5s 可调，允差±10%；	无偏离
		10、输出强度：A、B 两组输出脉冲电流峰值 Ip 从 0~99mA 可调，最大输出值允差±15%；	10、输出强度：A、B 两组输出脉冲电流峰值 Ip 从 0~99mA 可调，最大输出值允差±15%；	无偏离
		11、定时时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档，允许偏差±5%；	11、定时时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min 六档，允许偏差±5%；	无偏离
		12、内置 10 种治疗处方，可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求，并且处方可自定义；	12、具有 10 个默认处方和 10 个自定义处方，可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求；（证明材料：产品技术参数-P267）	正偏离
		13、具有同步异步输出可选，有效减缓对电疗的耐受；	13、具有同步异步输出可选，有效减缓对电疗的耐受；	无偏离

	14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间 $\geq 4h$;	14、连续工作时间：治疗仪连续工作时间 $\geq 8h$; (证明材料：产品技术参数-P267)	正偏离
	15、环境温度 $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$;	15、环境温度 $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$;	无偏离
	16、相对湿度 $\leq 80\%$;	16、相对湿度 $\leq 80\%$;	无偏离
	17、大气压范围 $860hPa \sim 1060hPa$;	17、大气压范围 $860hPa \sim 1060hPa$;	无偏离
	18、电源 $AC220V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$;	18、电源 $AC220V \pm 22V$, $50Hz \pm 1Hz$;	无偏离
	19、输入功率 $50VA$;	19、输入功率 $55VA$;	无偏离

注：

1. 说明：应对谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：凭祥市产投医疗投资有限公司

日期：2026年01月13日

7. 商务条款偏离表

4. 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重2）

项目编号：CZZC2026-J1-S10001-GXJL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

项号		竞争性谈判文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
1	产品要求	1、本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。	1、我公司报价产品不属于进口产品。	无偏离
		2、本项目核心产品是“分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）”。	2、本项目核心产品是“分体式中医四诊数字化系统（中医四诊仪器）”。	无偏离
2	▲交付的时间和地点	1、交付时间：自签订合同之日起30个工作日内。	1、交付时间：自签订合同之日起30个工作日内。	无偏离
		2、交货地点：采购人指定的地点。	2、交货地点：采购人指定的地点。	无偏离
3	合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内。	自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
4	▲付款方式	1、合同价款分二期支付，第一期：合同签订之日收到发票后起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：成交供应商全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向成交供应商支付总额的 70%。	1、合同价款分二期支付，第一期：合同签订之日收到发票后起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：我公司全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后，采购人在 30 日内向我公司支付总额的 70%。	无偏离
		2、发票开具方式：成交供应商应在采购人第二期付款前开具项目全额发票，凭票付款。	2、发票开具方式：我公司在采购人第二期付款前开具项目全额发票，凭票付款。	无偏离
		3、资金支付方式：银行转账。	3、资金支付方式：银行转账。	无偏离
5	▲售后服务要求	1、产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。所有设备除满足项目要求及技术需求外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。	1、产品是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。所有设备满足项目要求及技术需求，并按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。	无偏离

		2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内上门维修、更换零部件。	2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内上门维修、更换零部件。	无偏离
		3、设备发生故障时接到通知后 1 小时内响应，24 小时内到达现场维修并解决故障。	3、设备发生故障时接到通知后立即响应，24 小时内到达现场维修并解决故障。	正偏离
		4、质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。	4、质量保证期过后，我公司和制造商应同样提供电话咨询服务，并承诺提供产品或服务上门维护。	无偏离
		5、质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。	5、质量保证期过后，采购人需要继续由我公司和制造商提供售后服务的，我公司和制造商应以优惠价格提供售后服务。	无偏离
6	报价要求	本项目为交钥匙项目，竞标总报价必须包括货物采购、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。	本项目为交钥匙项目，竞标总报价包括货物采购、软件提供、运输、保管、设计、施工、安装、调试、验收、培训、相关检测部门测试验收等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。	无偏离
7	质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，产品质保 1 年（自验收合格之日起计）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。	无偏离
8	其他要求	1、响应文件中须提供详细的技术方案、售后服务方案，承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、服务机构、备件库，技术培训方案等方面的服务承诺；	1、响应文件中提供详细的技术方案、售后服务方案，承诺满足采购文件售后服务要求，并有质保期、到达故障现场时限、服务机构、备件库，技术培训方案等方面的服务承诺；	无偏离
		▲2、采购人可以要求设备到货后，如有需要采购人可邀请第三方检测机构专家对成交供应商提供的产品与采购人现有产品进行兼容性 & 容灾演练，如发现产品不能响应采购文件要求的，将不予以签收并直接做退货处理，所产生的后果由成交供应商自行承担；	▲2、采购人可以要求设备到货后，如有需要采购人可邀请第三方检测机构专家对我公司提供的产品与采购人现有产品进行兼容性 & 容灾演练，如发现产品不能响应采购文件要求的，将不予以签收并直接做退货处理，所产生的后果由我公司自行承担；	无偏离
		3、成交供应商必在安装设备之前，应先对采购人用户人员进行现场培训，开始安装时，应让采	3、我公司在安装设备之前，先对采购人用户人员进行现场培训，开始安装时，让采购人的软硬件	无偏离

	购人的软硬件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督； 4、验收： （1）成交供应商需承担供货时产品质量抽样及相关调试的有关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）按响应文件响应的技术指标进行逐项验收，项目采购需求中规定项目要求及技术需求参数的验收（调试）结果与响应文件的承诺和采购文件要求不符的，本项目不予以验收并直接退货，所产生的后果由成交供应商自行承担，采购人有权单方面终止合同，并有权追究该成交供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。	和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。我公司在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督； 4、验收： （1）我公司承担供货时产品质量抽样及相关调试的有关费用以及项目验收时发生的一切费用；验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。 （2）按响应文件响应的技术指标进行逐项验收，项目采购需求中规定项目要求及技术需求参数的验收（调试）结果与响应文件的承诺和采购文件要求不符的，本项目不予以验收并直接退货，所产生的后果由我公司自行承担，采购人有权单方面终止合同，并有权追究该我公司违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。	无偏离 无偏离 无偏离
--	--	--	----------------------------------

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3. 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：佳祥市产投医疗投资有限公司

日期：2026年01月13日

8. 成交供应商澄清函（如有请提供）

无

9. 其他与本合同相关的资料（如有请提供）

投标报价明细表

投标人全称（公章）： 凭祥市产投医疗投资有限公司

项目编号及分标：凭祥市中医医院西内科门诊项目建设（重2）（CZZC2026-J1-810001-GXJL）

供应商名称	报价(总价, 元)	供货期/服务项目负责人	备注
凭祥市产投医疗投资有限公司	1209770	自签订合同之日起30个工作日内/陈丽松	无

最后报价表

项目名称：凭祥市中医医院两专科一中心项目建设（重2）

项目编号：CZZC2026-J1-810001-GXJL

序号	标的名称	规格型号	品牌 及制造商	数量 及单位	单价 (元)	单项合价 (元)	备注
1	全自动洗胃机 (注册证名称：电动 洗胃机)	DXW-2A	品牌：上海斯曼峰 上海宝佳医疗器 械有限公司	1台	13800	13800	/
2	呼吸机	V2A	品牌：科曼 深圳市科曼医疗 设备有限公司	1台	149000	149000	/
3	心电图机	CM1200B	品牌：科曼 深圳市科曼医疗 设备有限公司	3台	19400	58200	/
4	电动吸引器	YX980D-1	品牌：上海斯曼峰 上海宝佳医疗器 械有限公司	1台	11800	11800	/
5	无影灯（注册证名 称：手术辅助照明 灯）	LI-A	品牌：科曼 深圳市科曼医疗 设备有限公司	1台	28000	28000	/
6	电子血压计 (注册证名称：臂式 电子血压计)	S65VR	品牌：鱼跃 江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司	6台	850	5100	/
7	高级心肺复苏模拟人 (产品名称：智能化 高级心肺复苏模拟 人)	B1X/CPR20600	品牌：上海知能 上海知能医学模 型设备制造有限 公司	2台	14500	29000	/
8	立体动态干扰电治疗 仪 (注册证名称：干扰 电治疗仪)	SJ-6000	品牌：沈阳新进 沈阳新进医疗器 械有限公司	3台	109890	329670	/
9	分体式中医四诊数字 化系统（中医四诊仪 器）（注册证名称： 脉诊仪、舌诊仪）	YM-III型/YM- III	品牌：天中依脉 天津市天中依脉 科技开发有限公 司	1台	249500	249500	/

10	全自动蜡疗机 (注册证名称: 恒温蜡疗仪)	HB-LY2	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1台	49000	49000	/
11	超声及电刺激治疗仪	HB-CT1	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1台	59700	59700	/
12	体外冲击波 (注册证名称: 冲击波治疗仪)	HB101	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1台	169600	169000	/
13	神经肌肉电治疗仪 (注册证名称: 神经和肌肉电刺激仪)	HB-SJ3	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	2台	9500	19000	/
14	痉挛肌低频治疗仪	HB-JL3	品牌: 好博医疗 苏州好博医疗器械股份有限公司	1台	19000	19000	/
竞标总报价 (包含税费等所有费用): (大写) 壹佰贰拾万零玖仟柒佰柒拾元整 人民币 (小写) ¥1209770							
交付时间: 自签订合同之日起 30 个工作日内							
优惠及其它: (如没有填写无)							

供应商名称 (盖公章): 岳阳市产投医疗投资有限公司

日期: 2026年01月13日