

北海市采购合同

合同名称: 64 排 X 射线计算机体层摄影设备 (CT)

合同编号: 12NMB1D1302420261

采购人 (甲方) 北海市卫生学校附属医院

供应商 (乙方) 广西普惠医学科技有限公司

签订合同地点: 北海市卫生学校附属医院

签订合同时间: 2026 年 4 月 10 日



目 录

第一章 北海市政府采购合同	1
第二章 投标函	6
第三章 投标报价明细表	7
第四章 商务响应表	8
第五章 技术响应表	12
第六章 中标通知书	18

第一章 北海市政府采购合同

合 同 编 号：12NMB1D1302420261

采购单位（甲方）北海市卫生学校附属医院 采购计划号：BHZC2026-G1-00036

供 应 商（乙方）广西普惠医学科技有限公司 项目名称及编号：64排X射线计算机体层摄影设备(CT)BHZC2026-G1-990022-GXKL

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

项 号	货 物 名 称	数 量 及 单 位 ①	品 牌	规 格 型 号	制 造 商	原 产 地	参 数	单 价 ②	投 标 报 价 ③=①× ②
1	X 射线计算机体层摄影设备	1 套	西门子	SOMATOM go. Fit	上海西门子医疗器 械有限公 司	中国	详见技术 响应表	3780000. 00	3780000. 00
合计金额大写：人民币叁佰柒拾捌万元整 （¥3780000.00 元）									
投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为/%；属于优先采购环境标志产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为/%。									

2. 合同合计金额包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、装饰装修、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

3. 合同价格形式：固定总价

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计

划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗品。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起30日历天内货到采购单位指定地点安装调试并交付使用，地点：甲方单位指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完），收到乙方验收申请后五个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方如委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间应以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自安装完毕验收合格之日起12个月。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：财政性资金。

2. 付款方式：全部货物到达指定地点、安装调试验收合格并交付使用后 10 个工作日内，凭双方签署验收合格证，乙方开具等额增值税发票给甲方，甲方支付至合同总金额的 30%，设备交付使用后一年内支付至合同总额的 50%，剩余款项在设备交付使用后两年内支付完毕。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换全新零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方承诺：在 1 小时内响应，在 24 小时内到达仪器现场；一般问题应在 24 小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题在一周内解决或提出明确解决方案。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 12 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完），收到乙方验收申请后五个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 设备安装、调试应由乙方负责，甲方只负责验收。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物

已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失，除支付违约金、赔偿损失外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的货物、服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴定费、评估费、拍卖费等等）均由乙方承担。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的（本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责），每天向对方偿付违约货款额 1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

7. 除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 采购招标文件；
2. 乙方提供的投标文件；
3. 投标承诺书；
4. 中标通知书。

第十九条 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，代理机构壹份，经甲、乙双方各自授权代表签字并加盖双方各自公章或合同专用章后生效（可根据需要另增加）。

甲方（章）北海市卫生学校附属医院	乙方（章）广西普惠医学科技有限公司
单位地址：北海市合浦县沙湾街3号	单位地址：南宁市金凯路8号龙光玖誉城悦城组团62号楼养老用房2楼201、204
法定代表人（负责人）：[Signature]	法定代表人（负责人）：[Signature]
科室负责人：[Signature]	委托代理人：[Signature]
电话：0779—7263600	电话：0771-5807622
电子邮箱：	电子邮箱：269606923@qq.com
开户银行：	开户银行：浦发银行南宁分行营业部
账号：	账号：63010078801400007910
邮政编码：	邮政编码：530000
经手人：	
签订地点：	签订时间：2026年4月10日

第二章 投标函

一、投标函

投标函

致：（采购代理机构名称）：广西科联招标中心有限公司

根据贵方为 64 排 X 射线计算机体层摄影设备(CT) 项目的招标公告/投标邀请书(项目编号：HJC2026-G1-990022-GXKL)， 签字代表 张潘纯 （全名）经正式授权并代表投标人广西普惠医学科技有限公司（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60 个 日历 日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市金凯路 8 号龙光玖誉城悦城组团 62 号楼养老用房 2 楼 201、204 邮编：530000

电话：0771-5807622

传真：/

电子邮箱地址：269606923@qq.com

投标人代表姓名：张潘纯 职务：销售经理

投标人名称：广西普惠医学科技有限公司

开户银行：浦发银行南宁分行营业部 银行账号：63010078801400007910

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：广西普惠医学科技有限公司

2026 年 3 月 27 日



第三章 投标报价明细表

二、投标报价明细表

投标报价明细表

无分标（有分标时填写） 金额单位：人民币（元）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	X射线计算机体层摄影设备	西门子	SOMATOM go. Fit	上海西门子医疗器械有限公司	1	套	3780000.00	3780000.00
投标报价合计（大写）人民币叁佰柒拾捌万元整 （小写）3,780,000.00 元								

- 说明：1. 报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。
2. 投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。
3. 所投产品如有专用耗材的必须提供专用耗材的明细报价。
4. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子公章）：广西普德医学科技有限公司 日期：2026年3月27日



第四章 商务响应表

五、商务响应表

商务响应表

分标：___无___

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于 12 个月。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	响应	我司承诺按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期 12 个月。我司提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：北海市采购人指定地点。	响应	我司承诺： 1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：北海市采购人指定地点。
付款方式	全部货物到达指定地点，安装调试验收合格并交付使用后 10 个工作日内，凭双方签署验收合格证，中标人开具等额增值税发票给采购人，采购人支付至合同总金额的 30%，设备交付使用后一年内支付至合同总额的 50%，剩余款项在设备交付使用后两年内支付完毕。	响应	我司承诺全部货物到达指定地点、安装调试验收合格并交付使用后 10 个工作日内，凭双方签署验收合格证，我司开具等额增值税发票给采购人，采购人支付至合同总金额的 30%，设备交付使用后一年内支付至合同总额的 50%，剩余款项在设备交付使用后两年内支付完毕。
售后技术服务要求	1. 免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2. 售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。提供 7*24 小时全天候服务响应，在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在 4 小时内响应，应在 48 小时内到达仪器现场；一般问题应在 48 小时内解决，具有	响应	我司承诺： 1. 我司提供免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明详见 P270、275）。 2. 售后服务： （1）项目在安装调试过程中，我司派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。我司负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。提供 7*24 小时全天候服务响应（服务热线电话：400810588），在保质期内，设备出现问题或招标

重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内在质保期内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 3. 免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4. 设备生产时间：中标人提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月，采购人有权拒绝接受。 5. 承诺提供保修服务须原厂保修。 6. 中标人提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9. 在保质期期满后，中标人应提供备件和维修服务。 10. 产品配套的软件须是最新版本，且提供终身免费使用、升级服务，同时须保证采购人在使用软件过程中	人有服务需求的，我司在 1 小时内响应，在 24 小时内到达仪器现场；一般问题应在 24 小时内解决，具有重大问题或其它无法迅速解决的问题须在一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话（400810588、0771-5807622），维修、换货中所有产生的一切费用由我司承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。我司负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内在质保期内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但我司也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 3. 免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由我司支付。如有需要时我司免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4. 设备生产时间：若我司提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月，采购人有权拒绝接受。 5. 我司承诺提供保修服务是原厂保修。 6. 我司提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持（400810588、0771-5807622）。每半年提供二次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由我司免费提供。 7. 中标后我司提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8. 我司在售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后
---	--

	免受第三方侵权的起诉, 不得以付费理由中止使用软件。		服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9. 在保质期满后, 我司提供备件和维修服务。 10. 我司提供的产品配套的软件是最新版本, 且提供终身免费使用、升级服务, 同时保证采购人在使用软件过程中免受第三方侵权的起诉, 不得以付费理由中止使用软件。
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验: 检验和测试在产品使用地进行; 如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的, 招标人可以拒绝接受该产品, 中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。	响应	我司承诺: 1. 我司提供的产品质量达到国家验收合格标准。 2. 我司所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量与招投标文件和承诺相一致。 3. 我司所提供的货物是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验: 检验和测试在产品使用地进行; 如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的, 采购人可以拒绝接受该产品, 我司承担被招标人终止合同的一切风险和费用。
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 采购人应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时, 中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员, 直到符合技术要求, 采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物, 采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测	响应	1. 采购人对对我司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 采购人应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。 2. 我司交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为采购人收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对对我司提供的货物在使用前进行调试时, 我司负责安装并培训采购人的使用操作人员, 直到符合技术要求, 采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物, 采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测

	报告。 5. 项目实施过程中, 非中标人责任发生不可履约情况的, 中标人须立即通知采购人, 且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由中标人负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。		5. 项目实施过程中, 非我司责任发生不可履约情况的, 我司立即通知采购人, 且在 5 个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时我司授权代表在现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由我司负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
包装方式	中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。	响应	我司提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。我司承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

填写说明：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子公章）：
日期：2026 年 3 月 27 日



第五章 技术响应表

二、技术响应表

技术响应表

分标号： 无

项号	标的名称	招标要求	投标响应	偏离说明
1	64 排 X 射线计算机层摄影设备 (CT)	一、扫描架系统	一、扫描架系统	无偏离
		1. 扫描架物理孔径：≥70cm。	1. 扫描架物理孔径：70cm。【详见 P283、312】	无偏离
		2. 扫描架物理倾角：≥-24° ~ +30°。	2. 扫描架物理倾角：-30° ~ +30°。【详见 P284、312】	正偏离
		3. 探测器类型：稀土陶瓷、石榴石探测器等。	3. 探测器类型：超高速稀土陶瓷探测器 UFC 的西门子光子探测器。【详见 P286、312】	无偏离
		▲4. 探测器排数≥64 排。	▲4. 探测器排数 64 排。【详见 P286、312】	无偏离
		5. 提供 2018 年以后首次注册的新机型。	5. 我司投标的产品是 2020 年以后首次注册的新机型，产品注册证编号为国械注准 20203060778，注册证号前四位为首次注册年份 2020 年，首次注册时间为 2020 年 9 月 29 日。【详见 P307】	无偏离
		6. 探测器 Z 轴覆盖宽度：≥38mm。	6. 探测器 Z 轴覆盖宽度：38.4mm。【详见 P286、312】	正偏离
		7. 每排探测器单元数：≥672 个。	7. 每排探测器单元数：840 个。【详见 P286、312】	正偏离
		8. 球管焦点到探测器的距离：≤106cm。	8. 球管焦点到探测器的距离：97.6cm【详见 P284、312】	正偏离

1	64 排 X 射线计算机断层摄影设备 (CT)	9. 机架上具备内置一体化摄像头或配备原厂摄像头, 扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主控台显示。【详见 P284、312】	9. 机架上具备内置一体化摄像头且为原厂摄像头, 扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主控台显示。【详见 P284、312】	无偏离
		10. 提供内置三维激光定位系统。	10. 提供内置三维激光定位系统。【详见 P284、312】	无偏离
		二、扫描床系统	二、扫描床系统	无偏离
		1. 扫描床水平移动最大范围: $\geq 160\text{cm}$ 。	1. 扫描床水平移动最大范围: 160cm 。【详见 P286、312】	无偏离
		2. 扫描床水平移动最高速度: $\geq 180\text{mm/s}$ 。	2. 扫描床水平移动最高速度: 200mm/s 。【详见 P286、312】	正偏离
		3. 扫描床承重量: $\geq 205\text{kg}$ 。	3. 扫描床承重量: 227kg 。【详见 P286、312】	正偏离
		4. 扫描床移动精度: $\leq \pm 0.25\text{mm}$ 。	4. 扫描床移动精度: $\pm 0.25\text{mm}$ 。【详见 P312】	无偏离
		三、具备 AI 全智能扫描导航功能。	三、具备 AI 全智能扫描导航功能。【详见 P281、312】	无偏离
		四、X 线球管及高压发生器	四、X 线球管及高压发生器	无偏离
		1. 球管阳极物理热容量: $\geq 7.0\text{MHU}$ 。	1. 球管阳极物理热容量: 7.0MHU 。【详见 P285、312】	无偏离
		2. 球管阳极实际散热率: $\geq 1360\text{KHU/min}$ 。	2. 球管阳极实际散热率: 1700KHU/min 。【详见 P285、312】	正偏离
		3. 球管最大电流: $\geq 600\text{mA}$ 。	3. 球管最大电流: 625mA 。【详见 P285、312】	正偏离
		▲4. 球管电压可调档位数量: ≥ 5 档。	▲4. 球管电压可调档位数量: 13 档。【详见 P285、312】	正偏离
		▲5. 高压发生器功率: $\geq 72\text{KW}$ 。	▲5. 高压发生器功率: 75KW 。【详见 P285、312】	正偏离
		▲6. 所投设备核心影像链球管、探测器、高压发生器与 CT 机同品牌原厂研发、生产制造。	▲6. 所投设备核心影像链球管、探测器、高压发生器与 CT 机同品牌原厂研发、生产制造。【详见 P310、312】	无偏离

1	64 排 X 射线计算机断层摄影设备 (CT)	五、扫描参数	五、扫描参数	无偏离
		1. 最快扫描时间/360° : ≤ 0.35s/360°。	1. 最快扫描时间/360° : <u>0.33s/360°</u> 。【详见 P284、288、298、312】	正偏离
		2. 重建最大层数: ≥128 层。	2. 重建最大层数: 128 层。【详见 P286、312】	无偏离
		3. 最薄采集层厚: ≤0.625mm。	3. 最薄采集层厚: <u>0.6mm</u> 。【详见 P286、312】	正偏离
		4. 扫描采集视野: ≥50cm。	4. 扫描采集视野: 50cm。【详见 P284、312】	无偏离
		5. 最大可扫描长度: ≥160cm。	5. 最大可扫描长度: 160cm。【详见 P288、312】	无偏离
		6. 最大螺距: ≥1.5。	6. 最大螺距: 1.5。【详见 P288、312】	无偏离
		7. 最小螺距: ≤0.2。	7. 最小螺距: <u>0.15</u> 。【详见 P288、313】	正偏离
		8. 单次最大连续螺旋扫描: ≥ 100 秒。	8. 单次最大连续螺旋扫描: <u>300 秒</u> 。【详见 P288、313】	正偏离
		六、图像质量	六、图像质量	无偏离
		1. X-Y 轴空间分辨率: ≥ 14.5LP/CM@MTF10%。	1. X-Y 轴空间分辨率: <u>14.52 LP/CM@MTF10%</u> 。【详见 P299、313】	正偏离
		2. Z 轴空间分辨率: ≥ 14.5LP/CM@MTF10%。	2. Z 轴空间分辨率: <u>14.52 LP/CM@MTF10%</u> 。【详见 P299、313】	正偏离
		3. 密度分辨率: ≤5mm@0.3%。	3. 密度分辨率: 5mm@0.3%。【详见 P299、313】	无偏离
		4. 标准图像重建矩阵: ≥512×512。	4. 标准图像重建矩阵: 512×512。【详见 P287、313】	无偏离
		七、主控台系统	七、主控台系统	无偏离
		1. CPU≥8 核或≥3.5GHz。	1. CPU 3.5GHz。【详见 P287、313】	无偏离

		2. 图像格式和传输存储: DICOM 3.0。具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS 联接功能。	2. 图像格式和传输存储: DICOM 3.0。具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等 PACS 联接功能。【详见 P290、313】	无偏离
1	64 排 X 射线计算机断层摄影设备 (CT)	八、临床应用软件	八、临床应用软件	无偏离
		1. 最小密度投影 (MinP): 具备。	1. 最小密度投影 (MinP): 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		2. 最大密度投影 (MIP): 具备。	2. 最大密度投影 (MIP): 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		3. 多平面重建 (MPR): 具备。	3. 多平面重建 (MPR): 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		4. 容积三维重建 (VR): 具备。	4. 容积三维重建 (VR): 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		5. 曲面重建 (CPR): 具备。	5. 曲面重建 (CPR): 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		6. 区域生长: 具备。	6. 区域生长: 具备。【详见 P313】	无偏离
		7. 表面重建 (SSD): 具备。	7. 表面重建 (SSD): 具备。【详见 P313】	无偏离
		8. 提供多种容积三维重建模板: 具备。	8. 提供多种容积三维重建模板: 具备。【详见 P294、313】	无偏离
		9. 三维仿真内窥镜显示功能: 具备。	9. 三维仿真内窥镜显示功能: 具备。【详见 P313】	无偏离
		10. 图像减影功能: 具备。	10. 图像减影功能: 具备。【详见 P313】	无偏离
		11. 电影模式图像浏览功能: 具备。	11. 电影模式图像浏览功能: 具备。【详见 P313】	无偏离
		12. 模拟手术刀功能: 具备。	12. 模拟手术刀功能: 具备。【详见 P313】	无偏离
		13. 多期增强扫描技术: 具备。	13. 多期增强扫描技术: 具备。【详见 P313】	无偏离
		14. CTA 血管造影技术: 具备。	14. CTA 血管造影技术: 具备。【详见 P313】	无偏离
		15. CTU 尿路造影技术: 具备。	15. CTU 尿路造影技术: 具备。【详见 P313】	无偏离

		16. 造影剂自动跟踪技术：具备。	16. 造影剂自动跟踪技术：具备。【详见 P296、313】	无偏离
		17. 小剂量团注跟踪测试技术：具备。	17. 小剂量团注跟踪测试技术：具备。【详见 P296、313】	无偏离
1	64 排 X 射线计算机断层摄影设备 (CT)	18. 脑出血测量技术：具备。	18. 脑出血测量技术：具备。【详见 P313】	无偏离
		九、提供原厂图像后处理工作站	九、提供原厂图像后处理工作站	无偏离
		1. CPU：≥4.0GHz 或≥8 核。	1. CPU：10 核。【详见 P304、314】	正偏离
		2. 内存：≥64GB。	2. 内存：96 GB。【详见 P304、314】	正偏离
		3. 硬盘容量：≥1.0TB。	3. 硬盘容量：约 1.9 TB。【详见 P304、314】	正偏离
		十、心血管成像技术及提供高级后处理软件包	十、心血管成像技术及提供高级后处理软件包【详见 P320、313】	无偏离
		1. 具备 CTA 及冠脉造影及高级后处理相关技术。	1. 具备 CTA 及冠脉造影及高级后处理相关技术。【详见 P320、313】	无偏离
		十一、灌注成像技术及提供高级后处理软件包	十一、灌注成像技术及提供高级后处理软件包【详见 P313】	无偏离
		1. 具备灌注成像及高级后处理相关技术。	1. 具备灌注成像及高级后处理相关技术。【详见 P313】	无偏离
		十二、具备 4D 动态成像及高级后处理软件包。	十二、具备 4D 动态成像及高级后处理软件包。【详见 P283、313】	无偏离
		十三、肺结节、骨折，头颈 CTA、冠脉 CTA 分析高级后处理软件包。	十三、肺结节、骨折，头颈 CTA、冠脉 CTA 分析高级后处理软件包。【详见 P313、314】	无偏离
		十四、具备高级金属伪影去除平台。	十四、具备高级金属伪影去除平台。【详见 P313】	无偏离

		十五、机房装修：机房辐射防护符合环评、控评验收标准。 【详见 P321】			无偏离																																
1	64 排 X 射线计算机体层摄影设备 (CT)	十六、设备配置清单 <table><tr><th>序号</th><th>详细项目</th><th>数量及单位</th></tr><tr><td>1</td><td>双筒高压注射器</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>27 寸 8M 医用显示器</td><td>4 台</td></tr><tr><td>3</td><td>医用会诊屏 (≥86 寸)</td><td>1 台</td></tr><tr><td>4</td><td>防护用品 (铅衣)</td><td>3 套</td></tr></table>			序号	详细项目	数量及单位	1	双筒高压注射器	1 台	2	27 寸 8M 医用显示器	4 台	3	医用会诊屏 (≥86 寸)	1 台	4	防护用品 (铅衣)	3 套	十六、设备配置清单【详见 P321】 <table><tr><th>序号</th><th>详细项目</th><th>数量及单位</th></tr><tr><td>1</td><td>双筒高压注射器</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>27 寸 8M 医用显示器</td><td>4 台</td></tr><tr><td>3</td><td>医用会诊屏 (86 寸)</td><td>1 台</td></tr><tr><td>4</td><td>防护用品 (铅衣)</td><td>3 套</td></tr></table>		序号	详细项目	数量及单位	1	双筒高压注射器	1 台	2	27 寸 8M 医用显示器	4 台	3	医用会诊屏 (86 寸)	1 台	4	防护用品 (铅衣)	3 套	无偏离
序号	详细项目	数量及单位																																			
1	双筒高压注射器	1 台																																			
2	27 寸 8M 医用显示器	4 台																																			
3	医用会诊屏 (≥86 寸)	1 台																																			
4	防护用品 (铅衣)	3 套																																			
序号	详细项目	数量及单位																																			
1	双筒高压注射器	1 台																																			
2	27 寸 8M 医用显示器	4 台																																			
3	医用会诊屏 (86 寸)	1 台																																			
4	防护用品 (铅衣)	3 套																																			

注：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：
投标人名称（电子公章）：广西普康医学科技有限公司
日期：2026 年 3 月 27 日



第六章 中标通知书

广西科联招标中心有限公司

64排X射线计算机体层摄影设备(CT) (BHZC2026-G1-990022-GXKL)

中 标 通 知 书

广西普惠医学科技有限公司：

广西科联招标中心有限公司受北海市卫生学校附属医院的委托，于2026年3月27日就64排X射线计算机体层摄影设备(CT)采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开评标，经评审委员会评审，招标人确认，贵公司为本次项目的中标供应商，其中标项目内容为：64排X射线计算机体层摄影设备(CT)1套采购及安装；中标金额为：人民币叁佰柒拾捌万元整。

一、请贵公司接此通知书后在25日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同，延期自误。

项目编号	中标金额（元）	采购单位
BHZC2026-G1-990022-GXKL	3780000.00	北海市卫生学校附属医院

二、签订合同详细地点：招标人指定的地点。

三、届时请带齐下列证件签订合同：

1. 中标通知书
2. 招标文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
3. 单位公章或合同专用章
4. 单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

代理机构联系人：赖亭亭

联系电话：0779-3832133/3830266

采购单位联系人：苦老师

联系电话：0779-7263600

