

云之龙咨询集团有限公司

关于玉林市第一人民医院呼吸机（中端成人、儿童模式）、软式内镜清洗消毒器等设备采购项目质疑函有关问题的回复

南宁迈尔商贸有限公司：

云之龙咨询集团于2026年9月30日北京时间10时34分收到贵公司以邮寄方式送达的关于玉林市第一人民医院呼吸机（中端成人、儿童模式）、软式内镜清洗消毒器等设备采购项目（项目编号：YLZC2026-G1-990273-YZLZ）的质疑函原件，云之龙咨询集团高度重视，同时将此函转发至采购人。现针对质疑事项答复如下：

一、针对质疑事项1“软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第3条存在以不合理条件限制潜在投标人情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。招标文件设置“ ≥ 2 个清洗舱”的技术参数是基于采购人作为三级甲等综合医院，日均诊疗量非常大，2个清洗舱可提高诊疗周转效率，根据采购人的实际使用需求设定，并非指向特定品牌或特定产品。并且双舱设计可实现不同类型内镜的分区处理，对于特殊感染

的气管镜及胃肠镜患者可避免交叉污染，符合医院感染控制管理要求，且与采购项目的实际需要相适应。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足双舱或多舱结构的要求，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

二、针对质疑事项 2 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 4 条存在指向特定品牌及不合理证明材料要求”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

三、针对质疑事项 3 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 6 条存在指向特定品牌产品情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。

“分别向上下自动开门”是对设备门体结构和开启方式的技术描述，上下开门设计可有效节省设备两侧的操作空间，适配采购人的场地条件，同时双门通道型设计可实现洁污分区，符合医院感染控制要求。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足上下开门或类似结构的产品，该参数不构成对

特定品牌的指向。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

四、针对质疑事项 4 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 8 条超出实际需求”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。水压力监测功能是保障内镜各管腔清洗消毒效果的重要技术手段。软式内镜结构复杂、管腔狭长，若某一通道堵塞或连接不牢导致水压异常，将直接影响该通道的清洗消毒效果，存在交叉感染风险。对清洗通道进行水压监测，可实时发现异常并报警，确保每条内镜管腔均得到有效处理，属于提升医疗安全水平的合理技术要求。另外，《内镜自动清洗消毒机卫生要求》（GB 30689-2014）第 6.1.3 项已作出要求：设备必须对每一条内镜管路做流通确认，未连接/管路堵塞必须报警。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均具备水压力监测功能，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

五、针对质疑事项 5 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 10 条存在以不合理条件限制竞争情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定的情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。软式内镜清洗消毒器需做到每种化学药剂配置独立计量泵、不得共用泵体及管路，目的是防止不同药剂交叉污染、发生化学反应导致清洗消毒失效，保障各类药剂加注计量精度独立可控，4个计量泵分别对应4种专用药剂。结合采购人临床工作量、诊疗周转效率、院感管控实际需求，本项目配置清洗舱数量 ≥ 2 个，每个清洗舱独立配置 ≥ 4 个计量泵，合计配置 ≥ 8 个计量泵。该技术参数基于临床院感安全与诊疗效率设定，属于项目合理业务需求，不存在以不合理条件限制供应商情形。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足8个及以上计量泵，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

六、针对质疑事项6“软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第13条存在超出实际需求的限制性要求”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

七、针对质疑事项 7 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 24 条存在以不合理条件限制竞争情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。单次标准程序运行时间是衡量设备工作效率的重要性能指标。采购人日均诊疗量非常大，设备周转效率直接影响患者等候时间和诊疗排程，提升设备使用效率。单次标准程序运行时间 ≤ 18 分钟是根据医院对临床的使用需求，确保临床内镜周转效率的基本要求。若运行时间过长，将直接导致内镜周转率下降，影响科室正常诊疗安排。另外，招标文件中“标准程序”指包含清洗，漂洗，消毒，终末漂洗及干燥。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足在 18 分钟内完成标准程序，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

八、针对质疑事项 8 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 25 条存在指向特定产品外形尺寸情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。

在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。外形尺寸限制是基于采购人实际安装场地的客观条件设置的。采购人内镜清洗消毒室空间有限，设备布局需同时满足操作空间、维护空间和通道要求，外形尺寸限制与场地实际条件直接相关，属于与实际使用场景密切相关的合理要求。并非是要要求产品尺寸越大越好，把消毒室空间全部占满，而是为设备日常操作、检修及人员通行预留必要空间。若尺寸过大，将导致设备无法安装或挤占操作通道，存在安全隐患。该参数设置旨在确保设备与现有场地适配，保障科室正常运行秩序。经采购人现场勘测确认，设备安装位置的可用空间确实存在限制，该尺寸参数是确保设备能够顺利安装和正常使用的必要条件。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足该外形尺寸要求，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

九、针对质疑事项 9 “软式内镜清洗消毒器（50L）技术参数第 31 条存在重复限制及指向特定技术路线情形”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十、针对质疑事项 10 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 3 条存在以不合理条件限制竞争情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。清洗舱容量与设备的单次处理能力直接相关。250L 大容量清洗舱可同时处理更多数量的软式内镜和手术器械，满足采购人大批量器械清洗消毒需求。容量参数是设备处理能力的核心指标，与采购项目的实际工作量需求相适应。250L 是市场上大容量软式内镜清洗消毒器的常见规格之一，并非某一品牌特有。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足 250L 及以上的规格，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

十一、针对质疑事项 11 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 4 条存在指向特定品牌及不合理证明材料要求”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十二、针对质疑事项 12 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 5 条存在指向特定材质及不合理证明材料要求”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十三、针对质疑事项 13 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 8 条超出实际需求”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。水压力监测功能是保障内镜各管腔清洗消毒效果的重要手段。软式内镜结构复杂、管腔狭长，若某一通道堵塞或连接不牢导致水压异常，将直接影响该通道的清洗消毒效果，存在交叉感染风险。对清洗通道进行水压监测，可实时发现异常并报警，确保每条内镜管腔均得到有效处理。另外，《内镜自动清洗消毒机卫生要求》（GB30689-2014）第 6.1.3 项已作出要求：设备必须对每一条内镜管路做流通确认，未连接/管路堵塞必须报警。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均具备水压力监测功能，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

十四、针对质疑事项 14 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 13 条存在以不合理条件限制竞争情形”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十五、针对质疑事项 15 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 14 条与第 13 条重复且存在指向性”的答复如下：

经和采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十六、针对质疑事项 16 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 25 条存在以不合理条件限制竞争情形”的答复如下：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条及《政府采购需求管理办法》第七条的规定，科学合理确定采购需求是采购人的权利和职责，采购需求应当符合采购项目特点和实际需要。在不违反政府采购相关规定情形下，采购人可以根据项目实际自主确定采购需求中的技术要求，采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等，亦可以根据项目目标提出更高的技术要求。单次标准程序运行时间是衡量设备工作效率的重要性能指标。22 分钟是基于现行消毒剂特性和临床周转需求设定的合理上限。以规范推荐使用的过氧乙酸消毒剂为例，其消毒作用时间通常为 5~6 分钟，邻苯二甲醛消毒作用时间 ≥ 5 分钟。在消毒剂作用时间确定的前提下，22 分钟的全流程上限为设备各步骤（测漏、预洗、酶洗、漂洗、终末漂洗、干燥）的优化整合预留了充分空间。同时，全自动清洗消毒机标准程序的实际运行时间普遍在 12~20 分钟区间，设置 22

分钟并非“苛刻”要求，而是确保临床内镜周转效率的基本要求。若运行时间过长，将直接导致内镜周转率下降，影响科室正常诊疗安排。另外，招标文件中“标准程序”指包含清洗，漂洗，消毒，终末漂洗及干燥。采购人在招标公告发布前已进行了充分的市场调研，市场上有三家以上品牌均满足在 22 分钟内完成标准程序，该参数具有充分的市场竞争性。综上所述，贵公司提出的该质疑事项缺乏事实与法律依据，故质疑不成立。

十七、针对质疑事项 17 “软式内镜清洗消毒器（250L）技术参数第 32 条存在重复限制及指向特定技术路线情形”的答复如下：

经与采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十八、针对质疑事项 18 “内镜清洗工作站技术参数第 4 条存在指向特定制造工艺及不合理证明材料要求”的答复如下：

经与采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

十九、针对质疑事项 19 “内镜清洗工作站技术参数第 6 条存在超出实际需求及不合理证明材料要求”的答复如下：

经与采购人沟通，已对该技术要求进行修改，具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告二。

二十、针对质疑事项 20 “评分标准中商务分项目实施方案及售后服务评分主观性过强” 的答复如下:

经与采购人沟通, 已对招标文件“第四章 评标方法及评标标准”中的“三、评标标准”作出了修改, 具体修改内容请贵公司关注在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网及广西玉林市人民政府门户网站上发布的更正公告一。

贵公司如对本次答复不满意, 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号) 的规定, 可以在答复期满后 15 个工作日内向玉林市财政局提起投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持!

特此函复

云之龙咨询集团有限公司

2026 年 10 月 15 日

