

云之龙咨询集团有限公司

关于彩色多普勒超声诊断及数字化 X 线 摄影系统采购项目（项目编号： GGZC2026-G1-990179-YZLZ） 预公示招标文件意见的答复函

广州玖盛医疗科技有限公司：

云之龙咨询集团于 2026 年 6 月 26 日收到贵公司以电子邮件方式提交关于贵港市中西医结合骨科医院招标采购项目“彩色多普勒超声诊断及数字化 X 线摄影系统采购项目（项目编号：GGZC2026-G1-990179-YZLZ）”预公示招标文件相关问题意见函，针对意见函内容，经与采购人商定，现答复如下：

一、针对贵公司所提出意见 1 “▲1.2 为保证整机兼容及售后保障，配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商，且配置的平板探测器均与设备是整机注册，非平板探测器单独注册”的答复

1. 贵公司所提出意见 1 的部分相关修改建议已予采纳，修改后的内容为“▲1.2 为保证整机兼容及售后保障，配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商”，相关调整内容将在后续发布招标文件予以体现，请贵公司关注本项目招标公告的发布。

2. 采购人根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22

号) 第五条, 采购人对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责, 有权基于实际需求设定技术参数及性能配置。设置“▲1.2 为保证整机兼容及售后保障, 配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商”是基于采购人对 DR 设备的临床实际使用需求, 不同医疗机构的设备使用场景、临床需求存在差异。本项目经采购人市场调研, 市面上符合该技术参数设置要求的品牌至少有三家, 且参数设置合理, 不违反公平竞争原则; 参数设置具备开放性, 没有特别指向特有品牌。根据《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号) 第十条, 采购人已通过需求调查了解市场供给、同类项目成交信息, 调查对象数量及代表性符合规定。

综上所述, 贵单位提出意见 1 的部分相关修改建议予以采纳。

二、针对贵公司所提出意见 2 “▲2.5.1 探测器尺寸 $\geq 1100\text{mm} \times 425\text{mm}$ ”的答复

1. 贵公司所提出意见 2 的相关修改建议已予采纳, 修改后的内容为“▲2.5.1 探测器尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 425\text{mm}$ ”, 相关调整内容将在后续发布招标文件予以体现, 请贵公司关注本项目招标公告的发布。

2. 采购人根据《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22 号) 第五条, 采购人对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责, 有权基于实际需求设定技术参数及性能配置。

设置“▲2.5.1 探测器尺寸 $\geq 900\text{mm} \times 425\text{mm}$ ”是基于采购人对 DR 设备的临床实际使用需求，不同医疗机构的设备使用场景、临床需求存在差异。本项目经采购人市场调研，市面上符合该技术参数设置要求的品牌至少有三家，且参数设置合理，不违反公平竞争原则；参数设置具备开放性，没有特别指向特有品牌。根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十条，采购人已通过需求调查了解市场供给、同类项目成交信息，调查对象数量及代表性符合规定。

综上所述，贵单位提出意见 2 的部分相关修改建议予以采纳。

在此，感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

特此复函。

云之龙咨询集团有限公司

2026 年 7 月 27 日

