

# 广西同泽工程项目管理股份有限公司关于柳州市人民医院眼底造影机及眼科手术显微镜采购（重）（LZZC2026-G1-990025-GXTZ）的更正公告（四）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：LZZC2026-G1-990025-GXTZ

原公告的采购项目名称：柳州市人民医院眼底造影机及眼科手术显微镜采购（重）

首次公告日期：2026年01月27日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜一、光学照明系统：第1项	1、具备三种以上角度的照明模式。	1、至少两种照明模式。
2	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜一、光学照明系统：第7项	7、△电动调焦总范围： $\geq 120\text{mm}$ 。	▲7、电动调焦总范围： $\geq 100\text{mm}$ 。
3	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜一、光学照明系统：第11项	11、△内置分光器，具备2/8或5/5比例分光功能，术中可一键切换。	11、△内置分光器或摄像系统，术中可一键切换。
4	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜一、光学照明系统：第12项	12、具有裂隙照明系统，可用脚踏调整裂隙照明位置。	▲12、需配置裂隙照明系统。
5	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜二、控制系统：第3项	3、 $\geq 16$ 键功能脚踏，可根据医生需要设置不同位置按键功能。	▲3、 $\geq 14$ 功能脚踏，可根据医生需要设置不同位置按键功能。

6	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜二、控制系统：第4项	4、可通过脚踏一键切换三种照明角度，无需手动操作。	4、可通过脚踏一键切换照明角度，无需手动操作。
7	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜四、非接触广角系统：第4项	4、配置前节观察镜，高度可通过脚踏进行独立调整，焦平面可快速地在眼底和眼前节之间切换。	4、配置前置镜，可通过脚踏进行调整。
8	第二章 采购需求：一、项目技术需求的眼科手术显微镜四、非接触广角系统：第7项	7、免光导照明系统：使用非接触广角镜时，可以使用显微镜光源照明，通过免光导的方式进行双手玻切手术。	7、配置免光导照明系统
9	提交投标文件截止时间、开标时间	本项目因故暂停采购活动，恢复采购活动时间另行通知	2026年05月07日09：20（北京时间）

更正日期：2026年4月21日

### 三、其他补充事宜

相关条款作相应变更，其余内容不变。

### 四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：柳州市人民医院

地址：广西柳州市文昌路8号

联系方式：0772-2662036

#### 2. 采购代理机构信息

名称：广西同泽工程项目管理股份有限公司

地址：柳州市桂中大道南端6号九洲国际10楼

联系方式：0772-3808868

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：龚晓薇

电话：0772-3808868

广西同泽工程项目管理股份有限公司

2026年4月21日