

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 冯江学	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 广西骨伤医院	
项目信息	项目名称： 南宁市邕宁区人民医院 64 排 CT 球管及高功率系统滑环采购	
	项目预算金额： 148 万元	
	供应商名称： 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位现使用的医用电子计算机断层扫描系统为西门子医疗系统有限公司生产的 64 排 CT 滑环 CT，2021 年投入使用，目前因球管及高功率系统滑环损坏，该设备已无法正常使用。损坏配件只能从西门子医疗系统有限公司在广西的售后服务唯一代理商广西南宁宜宏健商贸有限公司处采购，故本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条第一款规定“只能从唯一供应商处采购”以及《广西壮族自治区政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规〔2021〕4 号一、（一）第 2 点规定，可采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	冯江学	日期 2025 年 4 月 16 日


注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李伟娟	
	职称: 副教授	
	工作单位: 广西医科大学护理学院	
项目信息	项目名称: 南宁市邕宁区人民医院 64 排 CT 球管及高功率系统滑环采购	
	项目预算金额: 148 万元	
	供应商名称: 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位现有的医用电子计算机断层扫描系统(64排128层螺旋CT)为西门子医疗系统有限公司生产, 2021年投入使用, 目前因球管及高功率系统滑环损坏, 整套设备无法正常使用。损坏配件只能从西门子医疗系统有限公司在广西的售后服务唯一代理商广西南宁宜宏健商贸有限公司处采购, 故本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定“只能从唯一供应商处采购”及《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的意见》(财办规[2021]4号一、(一)第2点规定。故本项目可采用单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	李伟娟	日期 2025年4月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	
	职称:	
	工作单位:	
项目信息	项目名称: 南宁市邕宁区人民医院 64 排 CT 球管及高功率系统滑环采购	
	项目预算金额: 148 万元	
	供应商名称: 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购单位因现有的64排CT(型号为SOMATOMgo TOP(CN))需要维修更换西门子原厂的球管(ATHLON)及高功率系统滑环。因该配件只能从西门子医疗系统有限公司在广西的售后服务唯一代理商广西南宁宜宏健商贸有限公司处采购,因此本项目完全适用《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定“只能从唯一供应商处采购”及《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规[2021]4号)中第一、(一)第2点之规定。故可采用单一来源采购方式来采购本项目中的标的物。</p>	
专业人员签字		日期 2024年7月16日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。