

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 廖小平   |              |
|          | 职称: 副主任医师   |              |
|          | 工作单位: 广西壮族自治区人民医院   |              |
| 项目信息     | 项目名称: 宾阳县人民医院飞利浦 Incisive64 排 CT 原装进口球管   |              |
|          | 预算金额: 人民币大写壹佰伍拾捌万元整 (¥1580000.00)   |              |
|          | 供应商名称: 广西睿影医工技术有限公司   |              |
| 专业人员论证意见 | <p>宾阳县人民医院的CT机使用的球管已接近使用寿命, 飞利浦公司新型号为 Incisive 球管是CT机的核心部件, 与其他品牌球管不兼容, 属于专用配件, 无法代用品, 且原厂制造成本较高, 并要求原厂提供完善的售后服务, 而广西睿影医工技术有限公司是该设备球管的合法授权代理商。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款以及《桂财规〔2022〕4号广西壮族自治区人民政府关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一条第(一)项, 只从唯一供应商处采购的, 且该项目符合采用单一来源方式采购的条件, 建议采用单一来源采购的方式从广西睿影医工技术有限公司采购。</p> |              |
| 专业人员签字   | 廖小平   | 日期2026年6月11日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名：李继清  |                    |
|          | 职称：主任医师   |                    |
|          | 工作单位：广西国际壮医医院   |                    |
| 项目信息     | 项目名称：宾阳县人民医院飞利浦 Incisive64 排 CT 原装进口球管  |                    |
|          | 预算金额：人民币大写壹佰伍拾捌万元整 (¥1580000.00)  |                    |
|          | 供应商名称：广西睿影医工技术有限公司  |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>宾阳县人民医院现有的飞利浦 Incisive CT 设备的球管已达到临界报废时段。为保证设备的正常使用，需采购与原设备匹配的专用球管一套。球管属于主机专用配件，其他的品牌或型号的球管其技术参数和外形规格与 CT 主机不兼容，不能替代使用。与飞利浦 Incisive CT 设备匹配的专用球管型号为 VMRC，飞利浦（中国）投资有限公司为中国区的生产制造商，唯一能在宾阳县人民医院销售该型球管 VMRC 的公司。为保证所采购的球管与飞利浦 Incisive CT 匹配，只能从原生产厂家或国内代理商处采购，并由原厂提供相应的售后服务。而广西睿影医工技术有限公司是该设备球管的合法授权代理商。</p> <p>综上所述，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂规财〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府集中采购单一来源采购方式管理的通知》第一条第（一）“只能从唯一供应商处采购的，即因使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求等，导致只能从某一特定供应商处采购的”情形。因此建议采用单一来源方式从广西睿影医工技术有限公司采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 李继清   | 日期 2026 年 6 月 11 日 |

单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |  |
|----------|--|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>肖毅</u>  |
|          | 职称: <u>教授级高级工程师</u>  |
|          | 工作单位: <u>广西计量检测研究院</u>   |
| 项目信息     | 项目名称: <u>宾阳县人民医院飞利浦 Incisive64 排 CT 原装进口球管</u>   |
|          | 预算金额: <u>人民币大写壹佰伍拾捌万元整 (¥1580000.00)</u>   |
|          | 供应商名称: <u>广西睿影医工技术有限公司</u>   |
| 专业人员论证意见 | <p>宾阳县人民医院现有的飞利浦 Incisive CT 设备的球管已达到临界报废值, 为保证设备正常使用, 需采购 5 台飞利浦 Incisive CT 设备匹配的专用球管一套。球管属于专机专用配件, 其他品牌或型号的球管其技术参数和外形规格与 CT 主机不兼容, 不能替代使用。飞利浦 Incisive CT 设备匹配的专用球管型号为 VMRC, 飞利浦(中国)投资有限公司为中国区的生产制造商, 是唯一能生产飞利浦 Incisive CT 专用球管 VMRC 的公司, 而广西睿影医工技术有限公司是该设备球管的合法授权供应商。为保证所采购的球管与飞利浦 Incisive CT 匹配, 只能从原厂提供商或国内代理商处采购, 并需要原厂提供的售后维修服务。</p> |

综上所述，该项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的“只能从唯一供应商处采购”，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条及《桂财规〔2021〕4号广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》第一条第（一）“只能从唯一供应商处采购的，即因使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求等，导致只能从某一特定供应商处采购的”的情形。因此建议采用单一来源方式从广西睿影医工技术有限公司采购。

专业人员签字

李波

日期 2026年6月11日