

质疑函

一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商: 新疆展楠医疗器械有限公司

地址: 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园 G-2-1 号楼 110/111 室

邮编: 835100

联系人: 黄启录 联系电话: 13557013323

授权代表: 黄启录

联系电话: 13557013323

电子邮箱: 1403009168@qq.com

地址: 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园 G-2-1 号楼 110/111 室

邮编: 835100

二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称: 广西壮族自治区桂东人民医院高清关节镜系统 1 套

质疑项目的编号: HZZC2026-J1-990134-BJCJ

质疑项目的分项: /

采购人名称: 广西壮族自治区桂东人民医院

质疑事项:

☒ 招标文件 采购文件获取日期: 2026 年 7 月 21 日

☐ 招标过程

☐ 中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: (二) 技术规格参数 :1.2 主机具备 4K 荧光功能; 1.4 可同时输出三种 4K 视频信号接口; ≥ 4 *SDI 接口, ≥ 2 *HDMI 接口, ≥ 1 *12G 接口(数字视频接口);

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议删除 1.2;

1.4 可同时输出四种 4K 视频信号接口: SDI 接口, DP 接口, HDMI 接口, 12G 接口(数字视频接口); 。

注: 1、关节镜主流生产厂家中摄像系统具备荧光功能的唯有史赛克具备, 属于独家参数。(史赛克关节镜摄像系统采用的是其腹腔镜的摄像系统, 荧光功能在腹腔镜外科领域肿瘤标记应用较多, 而关节镜检查及手术根本用不到荧光功能, 纯属于锁标参数)。

2、DP 接口是目前显示器主流接口方式, DP 接口带宽更高, 支持超高分辨率和新率。它能更好地支持高刷新率(如 240Hz 以上)和高分辨率(如 4K 120Hz 以上), 故建议加上该接口方式。

质疑事项 2: (二) 技术规格参数 :1.5 水平分辨率: ≥ 2000 lines, 垂直分辨率: ≥ 1500 lines (数字视频接口); 1.6 系统帧率: ≥ 60 帧/秒; 1.12 通过系统菜单, 能实现 3D 降噪和 2D 降噪调节功能;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 同时与 1.1 相互重复, 向下兼容性。建议删除 1.5;

1.6 建议修改为: 图像扫描比 59.94Hz;

1.12 为史赛克摄像系统主机独家参数。建议删除。

质疑事项 3: (二) 技术规格参数 :2.3 摄像头控制按键 ≥ 4 个, 摄像头按键可分别自定义长按/短按功能, 可自定义功能 ≥ 20 个, 包括: 菜单、白平衡、拍照、录像、停止录像、冻结、模式、缩小、放大、循环缩放、减小亮度、增大亮度、循环亮度、减小背光、增大背光、循环背光、减小增益、增大增益、循环增益等;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。部分生产企业是两个以上, 能实现短按/长按功能。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议修改为: 摄像头控制按键 ≥ 2 个, 摄像头按键可分别自定义长按/短按功能, 可自定义功能 ≥ 10 个。

质疑事项 4: (二) 技术规格参数 :3.5 主机面板可数字显示亮度值, 0%到 100%可调, 调节精度 $\leq 10\%$;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。部分生产企业是设置光源亮度精确度不同。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议删除。

质疑事项 5: (二) 技术规格参数 :2.1 具备镜像和旋转模式设置; 2.2 支持 2、3、4 路分屏功能及画中画功能; 2.4 摄像头 ≥ 2 倍以上光学变焦功能, 变焦距离范围: $\geq 16\text{mm}$;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克摄像系统具备独家参数。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议删除。

质疑事项 6: (二) 技术规格参数 :5.2 $\Phi 4\text{mm} \times 140\text{mm} 30^\circ$ 关节镜及配套高流量套管、闭孔器、穿刺锥 1 套; 5.3 $\Phi 2.7\text{mm} \times 120\text{mm} 30^\circ$ 关节镜及配套高流量套管、闭孔器、穿刺锥 1 套;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛



克摄关节镜镜子具备独家长度参数。

法律依据： 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改： 建议修改为:5.2 $\Phi 4\text{mm}$, 30° , 长度 $\geq 140\text{mm}$, 关节镜及配套高流量套管、闭孔器、穿刺锥 1 套; 5.3 $\Phi 2.7\text{mm}$, 30° , 长度 $\geq 70\text{mm}$, 关节镜及配套高流量套管、闭孔器、穿刺锥 1 套;

质疑事项 7: (二) 技术规格参数 : 5.6 分辨率: $\geq 31.5\text{Lp/mm}$; 5.8 可高温高压消毒, 有明确 auto-clavable 标示;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克关节镜独家参数。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议删除。

质疑事项 8: (二) 技术规格参数 : 6 动力刨削及射频消融系统; 6.1 LCD 触控液晶显示屏; 6.2 主机控制台具有功能 ≥ 2 种, 即射频消融和刨削两种功能;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克一体机独家参数。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议修改为 6.2 射频消融主机和刨削主机;

质疑事项 9: (二) 技术规格参数 : 6.5 刨刀转速: 正转/反转 $100\text{--}5000\text{rpm}$, 往复 $500\text{--}3000\text{rpm}$, 磨头转速: $500\text{--}8500\text{rpm}$; 6.6 具有刨刀切割窗锁定位功能;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克一体机独家参数。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议修改为 6.5 最大转速: 正转/反转 $\geq 8000\text{rpm}$, 往复 $\geq 3000\text{rpm}$ 。6.6 建议删除。

质疑事项 10: (二) 技术规格参数 : 6.8 脚踏控制器防水级别 IPX8;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克一体机独家参数。

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则

建议修改: 建议修改为 6.8 脚踏控制器防水级别 $\geq \text{IPX7}$;

质疑事项 11: (二) 技术规格参数 : 6.10 刨削系统提供的扭力 $\geq 125\text{mN.m}$;

事实依据: 该质疑具有明确的品牌倾向性和排他性, 违反招标公平、公正、公开原则。史赛克一体机独家参数。且不同动力系统转化率不同, $\geq 125\text{mN.m}$ 转化为 $\text{oz} \cdot \text{in}$ 只有 $17.7\text{oz} \cdot \text{in}$, 效率相对较低

法律依据: 《中华人民共和国政府采购法》第三条 —— 基本原则



建议修改： 建议修改为 6.10 动力：支持 ≥ 40 oz-in 扭力；

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条（违反公平公正原则）和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第二款：采购人不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：该条具体列举了“以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”的八种情形，其中与你的质疑最直接相关的是第（三）项：采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；第（六）项：限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；第（八）项：以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。针对以上条例，希望做好招标技术参数修改。

签字（签章）：

黄启东

公章：新疆展楠医疗器械有限公司



日期：2026 年 7 月 21 日

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



授权委托书

北京诚佳信工程管理有限公司：

兹委托我公司黄启录经理（身份证号码：450121198812232411）代表
我公司就项目编号：HZZC2026-J1-990134-BJCJ项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院高清关节镜系统 1 套项目招标文件提交质疑函，请予以接洽。

顺祝工作顺利！

新疆展楠医疗器械有限公司

2026 年 7 月 21 日

附：联系邮箱：1403009168@qq.com

联系电话：13557013323

法定代表人身份证正反面



授权委托人身份证正反面

SINGMINGZ
姓名 黄启录
SINGQINZ
性别 男 民族 壮
SING
出生 1988 年 12 月 23 日
SINGYUO
住址 南宁市邕宁区中和镇中和
村祥旦坡278号




SINGHANG
SINGHANG
公民身份号码 450121198812232411



中华人民共和国
居民身份证

SIEMFAT BINGYANH
签发机关 南宁市公安局邕宁分局
MUZYAUO GEIZIANH
有效期限 2021.03.23-2041.03.23



تجارت كىشكىسى

营业执照

(副本)

(2-1)

统一社会信用代码

91654022MA78WKQX1C

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 新疆展楠医疗器械有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 徐学军

注册资本 伍佰万元整

成立日期 2020年09月18日


营业期限 长期

经营范围 医疗器械销售，卫生用品销售，专业保洁、清洗、消毒服务，消毒剂和消毒剂销售（不含危险化学品），看护服务，医疗设备租赁，消毒器械销售。

住所 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼110.111室

登记机关

2020 年 09 月 18 日



医疗器械经营许可证

许可证编号：新伊市监械经营许20200101号

统一社会信用代码：91654022MA78WKQX1C

企业名称：新疆展楠医疗器械有限公司

法定代表人：徐学军

住所：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1楼110、111室

企业负责人：张华龙

经营场所：新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼110、111室

经营方式：

库房地址：1. 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道

批发

2. 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼111室

经营范围

经营范围(2017)：01有源手术器械，02无源手术器械，03神经和心血管手术器械，04骨科手术器械，05放射治疗器械，06医用成像器械，07医用诊断和监护器械，08呼吸、麻醉和急救器械，09物理治疗器械，10输血、透析和体外循环器械，11医疗器械消毒灭菌器械，12超声器械，13介入器械，14注射、输液、护理和防护器械，15患者承载器械，17口腔科器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，19医用康复器械，20中医器械，21医用软件，22临床检验器械
经营范围(2002)：6804眼科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料、医用高分子材料及器具，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材

许可期限：自 2025 年 10 月 28 日

发证部门：伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

至 2030 年 10 月 27 日

发证日期：2025 年 09 月 09 日





第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：新伊市监械经营备20200233号

企业名称	新疆展楠医疗器械有限公司
统一社会信用代码	91654022MA78WKQX1C
法定代表人	徐学军
企业负责人	张华龙
住 所	新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼110.111室
经营方式	批发
经营场所	新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼110.111室
库房地址	新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼110.111室。2.新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第七社区盐城大道锡广源清林园G-2-1号楼103室
经营范围	经营范围(2017)：01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注射、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存),16眼科器械(不含硬性、塑型角膜接触镜) 经营范围(2002)：6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821 医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含硬性、塑型角膜接触镜)



备案部门(公章)：伊犁哈萨克自治州市场监督管理局

备案日期：2025年09月10日

