

关于广西壮族自治区桂东人民医院高清关节镜系统项目

(HZZC2026-J1-990134-BJCJ) 质疑函的答复

致：新疆展楠医疗器械有限公司

贵司于 2026 年 7 月 21 日提交的《广西壮族自治区桂东人民医院高清关节镜系统 1 套项目质疑函》，我单位已收悉。我单位联合采购人、相关技术专家针对贵司提出的 11 项质疑事项逐一核查论证，结合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》相关规定，现将核查结果及处理意见统一答复如下：

一、项目基础信息

1. 项目名称：广西壮族自治区桂东人民医院高清关节镜系统 1 套
2. 项目编号：HZZC2026-J1-990134-BJCJ
3. 质疑单位：新疆展楠医疗器械有限公司
4. 质疑接收日期：2026 年 7 月 22 日

二、各项质疑事项核查及答复意见

质疑事项 1：（二）技术规格参数 1.2 主机具备 4K 荧光功能；1.4 可同时输出三种 4K 视频信号接口； $\geq 4 \times$ SDI 接口， $\geq 2 \times$ HDMI 接口， $\geq 1 \times$ 12G 数字视频接口；

针对质疑事项 1 的答复如下：

1、核查结论：对条款 1.2 质疑成立，条款 1.4 接口要求： $\geq 4 \times$ SDI+2HDMI+12G，但未限制 DP，仅要求三种 4K 输出，不存在独家限制，该部分质疑不成立。

2、处理意见：删除条款 1.2，原条款 1.4 调整（见更正后技术参数要求）。

质疑事项 2：技术参数 1.5 水平分辨率 ≥ 2000 lines、垂直分辨率 ≥ 1500 lines；1.6 系统帧率 ≥ 60 帧 / 秒；1.12 支持 3D 降噪 + 2D 降噪分级调节；

针对质疑事项 2 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：删除重复线数条款及降噪调节功能，修改条款 1.6（见更正后技术参数要求）

质疑事项 3：技术参数 2.3 摄像头控制按键 ≥ 4 个，长按 / 短按自定义，可自定义功能 ≥ 20 项

针对质疑事项 3 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 2.3 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 4：技术参数 3.5 主机面板数字显示亮度，0%-100% 可调，调节精度 $\leq 10\%$

针对质疑事项 4 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 3.5 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 5：技术参数 2.1 镜像 / 旋转模式；2.2 支持 2/3/4 路分屏、画中画；2.4 摄像头 ≥ 2 倍

光学变焦，变焦距离 $\geq 16\text{mm}$

针对质疑事项 5 的答复如下：

1、核查结果：镜像旋转、2/3/4 路分屏画中画：多家国产、进口设备均可实现，属于通用基础功能，对 2.1 和 2.2 条款的质疑不成立；2.4 项质疑成立。

2、处理意见：对条款 2.4 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 6：技术参数 5.2 $\Phi 4\text{mm}140\text{mm } 30^\circ$ 关节镜、5.3 $\Phi 2.7\text{mm}120\text{mm } 30^\circ$ 关节镜配套器械

针对质疑事项 6 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 5.2 和 5.3 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 7：技术参数 5.6 分辨率 $\geq 31.5\text{Lp/mm}$ ；5.8 器械带 auto-clavable 高温灭菌标识

针对质疑事项 7 的答复如下：

1、核查结果：质疑部分成立：分辨率 $\geq 31.5\text{Lp/mm}$ 的厂家达到 3 家以上要求，质疑不成立，对明确有 auto-clavable 标示的质疑成立。

2、处理意见：对条款 5.6 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 8：技术参数 6 动力刨削 + 射频消融一体化系统，6.2 主机同时具备射频、刨削两种功能

针对质疑事项 8 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 6 动力刨削及射频消融系统进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 9：技术参数 6.5 刨刀、磨头固定转速区间；6.6 刨刀切割窗锁定位功能

针对质疑事项 9 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 6.5 和 6.6 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 10：技术参数 6.8 脚踏控制器防水等级 IPX8

针对质疑事项 10 的答复如下：

1、核查结果：质疑成立

2、处理意见：对条款 6.8 进行修改（见更正后技术参数要求）

质疑事项 11：技术参数 6.10 刨削系统扭力 $\geq 125\text{mN}\cdot\text{m}$

针对质疑事项 11 的答复如下：

1、核查结果：质疑不成立：可满足要求的厂家可达到 3 家以上。

2、处理意见：虽然质疑不成立，但对该要求也进行了微调，也能充分竞争。（见更正后技术参数要求）

三、整体处理措施及法律说明

1. 法律依据说明 贵司引用《政府采购法》第三条、第二十二条、《政府采购法实施条例》第二十条相关规定属实。本次核查中，凡经认定存在指向特定品牌、设置不合理门槛、限制潜在供应商的参数条款，均将统一调整、删除或放宽，严格遵循政府采购公平、公正、公开原则，杜绝差别待遇与歧视性条款。



2. 文件更正安排 针对本次核查成立的全部质疑条款，我单位将发布项目采购文件更正公告，同步更新全部调整后的技术规格参数，延长响应文件递交截止时间（具体时间以更正公告为准），保障各供应商平等获取采购信息、公平参与投标。

3. 以上是对贵公司质疑的答复，如质疑供应商对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定，可在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉，感谢质疑供应商对本项目的监督与支持。

