

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....广西鸿铭医疗科技有限公司.....

地址：.....南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号厂房 316 室.....

邮编：.....530000.....

联系人：.....联系电话：.....

授权代表：.....

联系电话.....8.....

地址：.....南宁市国凯大道东 19 号金凯工业园 3 号厂房 316 室.....

邮编：.....530000.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....质谱类设备（重）.....

质疑项目的编号：.....WZZC2026-G1-990039-ZJGJ.....包号：.....2 分标.....

采购人名称：.....中经国际招标集团有限公司.....

采购文件获取日期：.....2026 年 3 月 23 日.....

三、质疑事项具体内容

中经国际招标集团有限公司于 2026 年 3 月 19 日对梧州市红十字会医院质谱类设备（重）（项目编号：WZZC2026-G1-990039-ZJGJ）发布了公开招标公告。梧州市红十字会医院和广西政府采购网在 2026 年 4 月 13 日对本次招标做了中标结果公示（详见广西政府采购网）如下图所示，公示中标供应商为：南宁瞻云生物科技有限公司。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定，现对

公布的意向采购结果公示提出质疑。

广西政府采购网

中国政府采购网广西分网

首页政策法规购买服务监督检查通知公告办事指南

信息公告 > 结果公告 > 中标公告 > 中经国际招标集团有限公司关于质谱类设备（重）中标公告

立即打印 立即分享

公告进度

采购意向公开

采购公告

中标结果

合同公告

中经国际招标集团有限公司关于质谱类设备（重）中标公告

来源：中经国际招标集团有限公司 发布时间：2026-04-13 浏览次数：23

一、项目编号：WZZC2026-G1-990039-ZJGJ

二、项目名称：质谱类设备（重）

三、中标（成交）信息

1. 中标结果：

序号	中标（成交）金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	单价：1219800（元），总价：1219800（元）	广州禾信仪器股份有限公司	广州市黄埔区新瑞路16号
2	单价：620000（元），总价：620000（元）	南宁瞻云生物科技有限公司	南宁市金凯路19号荣港城合楼一期10号综合楼501C号

2. 废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
----	------	------	------

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	高效液相色谱串联质谱仪	高效液相色谱串联质谱仪	精科	JK-LCMS-8100	1套	1219800
2	全自动微生物质谱检测系统	全自动微生物质谱检测系统	迪尔生物	Smart MS 5020	1台	620000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

徐红黔，黄亚雷，黄海华（第1、2分标采购人代表），骆超，黄瑞其

六、代理服务收费标准及金额：

质疑事项 1：在招标文件中第二章采购需求的分标 2：全自动微生物质谱检测系统中“技术参数及性能（配置）要求”第 3 点，激光器：▲3.2、激光聚焦光斑小，提高空间分辨率；激光斑点：50 μm~120 μm 可调。

事实依据：根据彩页及官网宣传，中标产品迪尔生物厂家的全自动微生物质谱检测系统（型号为：Smart MS 5020）未见质谱激光斑点：50 μm~120 μm 可调。而招标文件中明确有说明：打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。带“▲”的条款需提供相关证明材料(包括但不限于彩页、官网和功能截图等))

根据迪尔生物的仪器彩页，对激光斑点： $50\mu\text{m}\sim 120\mu\text{m}$ 可调没有任何明确的描述，存在虚假应标行为。

Smart MS 5020 全自动生物质谱检测系统

产品操作流程：



产品配套耗材

不锈钢喷嘴
激光喷嘴
试剂盒

全国免费服务热线：400-9313-018

DL 迪尔生物工程有限公司

Smart MS 5020
全自动生物质谱检测系统
Auto Biological Analysis Mass Spectrometry System

Smart MS 5020 全自动生物质谱检测系统

优化整机结构 操作维护便捷

- 1. 整机采用19英寸机架式设计，节省空间。
- 2. 整机采用模块化设计，方便升级和维护。
- 3. 整机采用触摸屏操作，操作简单。


核心技术创新 硬件全面升级

- 1. 整机采用进口高性能芯片，运算速度快。
- 2. 整机采用进口高性能激光器，输出功率大。
- 3. 整机采用进口高性能探测器，灵敏度极高。

模块化数据库 AI神经元检索

- 1. 整机采用模块化数据库，方便存储和管理。
- 2. 整机采用AI神经元检索技术，检索速度快。

DL Mass Software 软件系统



迪尔数据物联



质疑事项2：在招标文件中第二章采购需求的分标2：全自动微生物质谱检测系统中“技术参数及性能（配置）要求”第4点，高压自诊断系统：无需复杂的反馈路径及逻辑判断，实时跟踪高压状态，极速响应，保障高压系统的安全稳定。

事实依据：根据彩页及官网宣传，中标产品迪尔生物厂家的全自动微生物质谱检测系统（型号为：Smart MS 5020）未见其具备质谱高压

自诊断系统。根据迪尔生物的仪器彩页，具备质谱高压自诊断系统没有任何明确的描述，存在虚假应标行为。

质疑事项3：在招标文件中第二章采购需求的分标2：全自动微生物质谱检测系统中“技术参数及性能（配置）要求”第1点，数据库：▲1.1 病原微生物数据库：建有云端在线数据库（包括但不限于云存储或在线升级功能等）及本地数据库（包含自建库）。

事实依据：根据彩页及官网宣传，中标产品迪尔生物厂家的全自动微生物质谱检测系统（型号为：Smart MS 5020）未见建有云端在线数据库（包括但不限于云存储或在线升级功能等）。而招标文件中明确有说明：打“▲”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。带“▲”的条款需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）。根据迪尔生物的仪器彩页，未见建有云端在线数据库（包括但不限于云存储或在线升级功能等）描述，存在虚假应标行为。

Smart MS 5020 全自动生物质谱检测系统



优化整机结构 操作维护便捷

- 整机高度1150mm，体积小，适合多场景应用；
- 触控一体化面板，提升用户操作体验；
- 双侧卡扣式仓门，便于日常维护；



核心技术创新 硬件全面升级

- 高度集成FPGA+ARM模块化电路控制系统，稳定高效；
- 专利顶靶机构，提升靶板进出效率，延长使用寿命；
- 300L/s高速分子泵及低噪音机械泵，可在30s内完成真空恢复；
- 智能真空管理系统，保持 4×10^{-6} Pa高真空度，提升信号信噪比；
- 采用无网格免清洗离子源，具备宽量程离子聚焦技术，提高分辨率和稳定性；
- 高增益、低噪声前置放大器及数据采集系统采样率达1-3GHZ，速度快，精度高。



模块化数据库 AI神经元检索

- 本地数据库具备包括分枝杆菌、丝状真菌、厌氧菌、军团菌、诺卡菌及临床常见致病菌在内的2700多种菌种PMF数据，并支持云数据库检索，满足临床、疾控、食药监、工业等领域的微生物检测需求；
- 数据库根据运用场景、标本类型分类进行模块化设计，提升检测效率及准确性。

法律依据：

《中华人民共和国招标投标法》第三十三条、第五十四条规定及
《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定：

《中华人民共和国招标投标法》第三十三条规定：“投标人不得以
低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，
骗取中标。”

《中华人民共和国招标投标法》第五十四条规定：投标人以他人名义
投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人
造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的，
处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责
的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之
十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取
消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公
告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定：投标人
有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式
弄虚作假的行为：

- （一）使用伪造、变造的许可证件；
- （二）提供虚假的财务状况或者业绩；
- （三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系
证明；
- （四）提供虚假的信用状况；

(五) 其他弄虚作假的行为。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： 1. 为了保护参与者的合法权益，保证采购项目的公平公正，希望中经国际招标集团有限公司对我公司的质疑及时给予明确答复，如属实恳请废标处理。必要时，本公司将请求相关机构介入调查，或者诉诸法律。

2. 请求在收到质疑函之日起7个工作日内作出书面答复，并将答复送达中标人

签字(签章):

日期：2026 年 4 月 15 日

