

关于体外心肺支持辅助设备等一批采购 (GXZC2026-J1-002055-GXDD)

质疑函有关问题的回复函

广西鲸探信息科技有限公司：

我公司于 2026 年 07 月 20 日 16 时 18 分收到贵公司以现场递交方式送达的质疑函原件，对体外心肺支持辅助设备等一批采购（项目编号：GXZC2026-J1-002055-GXDD）项目的分标 2 成交结果进行质疑，我公司对贵公司所提出的质疑函内容高度重视，当即将该质疑函报送采购人。为了保证本次政府采购项目的公平、公正，依据《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库【2012】69 号）第四条的有关规定，我公司依法于 2026 年 07 月 28 日 15 时 00 分组织本项目原竞争性谈判小组就贵公司提出的质疑事项进行论证，根据专家的论证结果，经采购人确认，现就本项目质疑相关内容回复如下：

一、质疑事项 1 及答复：

（一）质疑事项 1 原文引用：

本项目竞争性谈判文件分标 2 数字化医用 X 射线机技术参数（十）图像采集与处理系统 9. 具备原厂双能骨密度测量功能（供应商须在响应文件中提供相关证明材料并加盖供应商电子公章）。

成交产品蓝影 7100A 不具备原厂双能骨密度测量功能，不满足该项采购技术参数，该项技术偏离实为负偏离。

（二）质疑事项 1 的答复：

贵公司该质疑事项缺乏有效的事实依据，质疑不成立。

（三）事实依据：

经原竞争性谈判小组复核竞争性谈判文件、质疑材料、成交供应商响应文件及成交供应商提供的协助答复质疑材料，成交产品满足竞争性谈判文件技术参数要求；且贵公司提供的材料，无法证明成交产品不满足竞争性谈判文件技术参数要求。

（四）法律依据：

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。……”

2. 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：……（四）事实依据……”

二、质疑事项 2 及答复：

（一）质疑事项 2 原文引用：

质疑事项 2：本项目竞争性谈判文件分标 2 数字化医用 X 射线机技术参数(十) 图像采集与处理系统 5. 图像处理功能：5.2 图像拼接、Cobb 角测量、高度差测量、心胸比测量、任意角度旋转。

成交产品实际技术参数：蓝影 7100A 图像处理不可任意角度旋转，不满足此项采购技术需求，该项技术偏离实为负偏离。

（二）质疑事项 2 的答复：

贵公司该质疑事项不成立。

（三）事实依据：

经原竞争性谈判小组核查竞争性谈判文件、质疑材料、成交供应商响应文件及成交供应商提供的协助答复质疑材料，贵公司所质疑的该项技术参数为非实质性技术参数要求，本分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项，评审时竞争性谈判小组已按竞争性谈判文件规定认定被质疑人（广西九州通医疗器械有限公司）的该项技术参数为负偏离。原竞争性谈判小组严格按照竞争性谈判文件的要求进行评审，该评审无误。

（四）法律依据：

《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。……”

三、质疑事项 3 及答复：

（一）质疑事项 3 原文引用：

本项目竞争性谈判文件分标 2 数字化医用 X 射线机技术参数（十）图像采集与处理系统 6. 具备图像拼接功能。

成交产品蓝影 7100A 硬件及图像采集与处理系统实际不具备图像拼接功能，不满足该此项采购技术参数，该项技术偏离实为负偏离。

（二）质疑事项 3 的答复：

贵公司该质疑事项缺乏有效的事实依据，质疑不成立。

（三）事实依据：

经原竞争性谈判小组复核竞争性谈判文件、质疑材料、成交供应商响应文件及成交供应商提供的协助答复质疑材料，成交产品满足竞争性谈判文件技术参数要求；且贵公司提供的材料，无法证明成交产品不满足竞争性谈判文件技术参数要求。

（四）法律依据：

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。……”

2. 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：……（四）事实依据……”

四、质疑事项 4 及答复：

（一）质疑事项 4 原文引用：

本项目竞争性谈判文件分标 2 数字化医用 X 射线机技术参数（十）图像采集与处理系统 11. 具备肺体检专用检查协议（供应商须在响应文件中提供相关证明并加盖供应商电子公章）

成交产品蓝影 7100A 实际不具备肺体检专用检查协议，不满足该项采购技术参数，该项技术偏离实为负偏离。

（二）质疑事项 4 的答复：

贵公司该质疑事项缺乏有效的事实依据，质疑不成立。

（三）事实依据：

经原竞争性谈判小组复核竞争性谈判文件、质疑材料、成交供应商响应文件及成交供应商提供的协助答复质疑材料，成交产品满足竞争性谈判文件技术参数要求；且贵公司提供的材料，无法证明成交产品不满足竞争性谈判文件技术参数要求。

（四）法律依据：

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。……”

2. 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：……（四）事实依据……”

五、质疑事项 5 及答复：

（一）质疑事项 5 原文引用：

本项目竞争性谈判文件分标 2 数字化医用 X 射线机技术参数（四）球管立柱机械性能 1. 具备球管与胸片架之间的自动跟踪及对中功能。

成交产品蓝影 7100A 实际不具备球管与胸片架之间的自动跟踪及对中功能，不满足该项采购技术参数，该项技术偏离实为负偏离。

（二）质疑事项 5 的答复：

贵公司该质疑事项缺乏有效的事实依据，质疑不成立。

（三）事实依据：

经原竞争性谈判小组复核竞争性谈判文件、质疑材料、成交供应商响应文件及成交供应商提供的协助答复质疑材料，成交产品满足竞争性谈判文件技术参数要求；且贵公司提供的材料，无法证明成交产品不满足竞争性谈判文件技术参数要求。

（四）法律依据：

1. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令 第 658 号）第四十一条“评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。……”

2. 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：……（四）事实依据……”

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）规定，有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

特此复函

广西大德项目管理有限公司

2026 年 07 月 29 日

