

**关于全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目
(LZZC2026-J1-990251-GXDD)
质疑函有关问题的回复函**

广西壹达健康产业有限公司：

我公司于 2026 年 6 月 10 日 11 时 02 分收到贵公司以现场递交方式送达的关于全自动核酸检测系统和生物安全柜采购项目（项目编号：LZZC2026-J1-990251-GXDD）的质疑函，我公司予以受理。我公司对贵公司所提出的质疑函内容高度重视，当即将该质疑函报送采购人。经与采购人研究，现就本项目质疑相关内容回复如下：

一、质疑事项 1 及答复：

（一）质疑事项 1 原文引用：

全自动核酸检测系统部分技术参数设置不合理，存在排他性倾向。

（二）质疑事项 1 的答复：

为了项目竞争更充分，采购人将对相关技术参数进行调整，详见本项目后续发布的更正公告（二）。

二、质疑事项 2 及答复：

（一）质疑事项 2 原文引用：

生物安全柜部分技术参数设置不合理，存在唯一性/排他性。

（二）质疑事项 2 的答复：

贵公司该质疑事项缺乏有效的证明材料和事实依据，质疑不成立。

（三）事实依据：



1. 根据《政府采购需求管理办法》第九条“…采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”的规定，采购人可以根据项目目标提出更高的技术要求。本项目采购需求为采购人依照采购项目的具体特点和实际需要并经市场调查制定，贵公司事实依据第 1 点中所列的技术参数，海尔、博科、新华等品牌的产品均能同时满足要求。

2. 根据《政府采购需求管理办法》第九条“…采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”的规定，采购人可以根据项目目标提出更高的技术要求。本项目采购需求为采购人依照采购项目的具体特点和实际需要并经市场调查制定，贵公司事实依据第 2 点中所列的技术参数，海尔、博科、新华等品牌的产品均能同时满足要求。此外，贵公司所列的“特定气密性测试标准、风压下降时的风机补偿要求”是中华人民共和国国家标准《生物安全柜》（GB 41918-2022）中明确规定的强制性条款，是保障人员、环境安全的核心指标，是所有合规生物安全柜必须满足的法定最低要求。

（四）法律依据：

1. 《政府采购需求管理办法》第七条“采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。”

2. 《政府采购需求管理办法》第九条“…采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。”

3. 中华人民共和国国家标准《生物安全柜》（GB 41918-2022）第 5.4.1 “II 级生物安全柜加压到 500Pa，保持 10min 后气压应不低于 450Pa，或保持生物安全柜内气压在 500Pa 士 50Pa 的条件下，压力通风系统的外表面的所有焊接处、衬垫、穿透处、密封剂密封处在此压力条件下应无皂泡反应。”及 5.4.11 条“风机的电机保证当生物安全柜在正常运行而不调整风机的转速控制，通过限制生物安全柜的负压气流，使初始负压读数增加初始正压读数的 50%或更大，流经生物安全柜的气流总量降低应不超过 10%。”。

4. 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）第十二条“供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：……

（四）事实依据……”。

贵公司如对本次答复不满意，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令 第 94 号）规定，有向政府采购监督管理部门投诉的权利。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！我公司将把有关情况向同级政府采购监督管理部门备案。

特此复函

广西大德项目管理有限公司
2026 年 6 月 22 日

