单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：副主任技师	
	工作单位：藤县妇幼保健院	
项目信息	项目名称：西门子（SOMATOMgo.UP）CT球管	
	项目预算金额：550000.00元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT机核心部件，该院使用的西门子CT机的设备所使CT球管的规格尺寸为原厂家独立，其它品牌的CT球管无法与原CT机匹配。为保证CT机的服务性能及兼容性 安正常运行，只有原厂西门子医疗系统有限公司能提供技术参数相一致的CT球管配件。 根据相关法律法规，我单一来源采购只能从唯一供应商处采购的规定，该项目符合单一来源采购条件，特此申请从广西代理商：广西南宁宜宏健商贸有限公司处采购。	
专业人员签字	[illegible]	日期：2026 年10 月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：副主任技师	
	工作单位：[illegible]人民医院	
项目信息	项目名称：西门子（SOMATOMgo.UP）CT球管	
	项目预算金额：550000.00元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	CT球管是CT机的核心部件，是损耗性配件，原厂生产的球管和兼容球管都达到使用要求，技术参数正确，可有效的维护CT机的一致性并符合招标要求，确保CT机正常运行。综合所述，根据我科采购的要求，建议采用单一来源方式采购该CT球管。	
专业人员签字	[illegible]	日期：2026年10月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：[illegible]	
	职称：主管药师	
	工作单位：[illegible]中医医院	
项目信息	项目名称：西门子（SOMATOMgo.UP）CT球管	
	项目预算金额：550000.00元	
	供应商名称：广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	1. CT球管与CT设备的核心部件，为保证检测的正确性，专机专用。第三方仿制球管或其他厂家生产的球管无法兼容，会导致图像模糊，伪影，影响图像质量下降。 2. CT机的医疗器械注册证通常会整机注册，若更换非原装球管会导致注册内容发生变化，同时涉及原厂知识产权保护。 3. CT球管属于高值耗材且有使用寿命限制，日常维护和维修均有高度专业性。必须使用原厂配件才能保障CT机运行稳定、图像清晰，从而提高临床诊疗水平。 综合所述，按政府采购要求，建议采用单一来源方式采购CT球管。	
专业人员签字	[illegible]	日期：2026年10月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App