

# 专家论证签到表

采购单位：藤县人民医院  
 项目名称：医用血管造影 X 射线机（DSA）球管维修更换服务  
 论证日期：2026 年 8 月 21 日  
 论证地点：广西迪拓工资咨询有限公司

| 序号 | 姓名  | 工作单位        | 职称或职务 | 专家签名 | 联系电话        |
|----|-----|-------------|-------|------|-------------|
| 1  | 覃春霞 | 藤县妇幼保健院     | 副主任医师 | 覃春霞  | 13087968877 |
| 2  | 覃浩安 | 藤县藤村镇便民服务中心 | 助理会计师 | 覃浩安  | 13907845806 |
| 3  | 陈文清 | 藤县镇便民中心     | 医师    | 陈文清  | 13377442658 |

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>刘永</u>                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 职称: <u>工程师</u>                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 工作单位: <u>藤县便民中心</u>                                                                                                                                                                                                              |
| 项目信息     | 项目名称: 医用血管造影 X 射线机 (DSA) 球管维修更换服务                                                                                                                                                                                                |
|          | 项目预算金额: 130 万                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 供应商名称: 国控创服医疗技术 (广西) 有限公司                                                                                                                                                                                                        |
| 专业人员论证意见 | <p>该院现使用的 GE 医用血管造影射线机 (DSA) 型号: LK 330, 现维修要更换 DSA 球管 (型号规格号: J216500/D2 801A), 且该设备运动、图像采集及成像系统的核心组件, 属于专用的配件, 由于原机球管具有不可替代性, 其他型号配件无法匹配, 故必须向原设备制造商或授权供应商采购。故依据《招标投标法》(2017) 第三十二条规定, 只能从唯一供应商处采购,</p> <p>建议本项目采购采用单一来源方式</p> |
| 专业人员签字   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span><u>刘永</u></span> <span>日期 <u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>2</u> 日</span> </div>                                                                                   |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: 曾志豪                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|          | 职称: 副主任技师                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|          | 工作单位: 肇庆市妇幼保健院                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 项目信息     | 项目名称: 医用血管造影 X 射线机 (DSA) 球管维修更换服务                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|          | 项目预算金额: 130 万                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|          | 供应商名称: 国控创服医疗技术 (广西) 有限公司                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>球管 [品牌型号为 GE 通用电气 221650/0280A 为该院现有血管造影 X 射线机 (DSA) 的核心部件。鉴于不同品牌、型号的血管造影机 (DSA) 与球管之间缺乏兼容性以及该部件技术参数为专属性, 为确保配套部件与原有设备的兼容性及设备正常工作, 必须使用原厂球管; 此外, 原厂球管已经通过国家相关部门对 DSA 球管与整机匹配性检测试验。非原厂球管的性能与相关指标无法确保满足要求, 无法确保替代原厂球管。因此, 推荐由原厂授权的国控创服医疗技术 (广西) 有限公司作为单一来源供应商</p> |                    |
| 专业人员签字   | 曾志豪                                                                                                                                                                                                                                                                | 日期 2006 年 8 月 21 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 专业人员信息   | 姓名: <u>  覃浩坚  </u>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|          | 职称: <u>  助理会计师  </u>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|          | 工作单位: <u>  藤县藤州镇便民服务中心  </u>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 项目信息     | 项目名称: 医用血管造影 X 射线机 (DSA) 球管维修更换服务                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|          | 项目预算金额: 130 万                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|          | 供应商名称: 国控创服医疗技术 (广西) 有限公司                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| 专业人员论证意见 | <p>球管作为血管机(DSA)设备的关键核心部件,其与设备的匹配对于设备的安全性运行,效能发挥以及图像质量的保障至关重要。</p> <p>为满足临床一线患者的治疗需要,必须选购与现有血管机上(DSA)设备同型号规格的球管,该球管采用液态金属轴承技术,具备更高的吞吐量 and 稳定性,目前唯有原厂球管能够满足临床扫描的需求。</p> <p>故国控创服医疗技术(广西)有限公司作为设备制造商授权的独家公司,根据《采购法》等法规“仅能从唯一供应商处采购”第一种情形的规定,建议本项目采用单一来源方式采购。</p> |                                                      |
| 专业人员签字   | <u>  覃浩坚  </u>                                                                                                                                                                                                                                                 | 日期 <u>  2026  </u> 年 <u>  8  </u> 月 <u>  2  </u> / 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。