

# 单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: 尹飞	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 崇左市中医医院	
项目信息	项目名称: 维修更换婴幼儿氧舱有机玻璃筒体及配件采购	
	项目预算金额: 7.64万元	
	供应商名称: 南宁山奇商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目崇左市妇幼保健院医疗设备婴幼儿氧舱筒体的制造商为武汉海博科技有限公司, 南宁山奇商贸有限公司是武汉海博瑞科技有限公司在广西地区的总代理商, 为确保维修配件满足原厂设备的适配性, 保证设备正常稳定连续性运行, 由制造单位武汉海博瑞科技有限公司使用原配件: 有机玻璃筒体, 手柄, 气电板, 塑密封圈进行维修更换。经采购单位调研及相关文件需求, 只有南宁山奇商贸有限公司能够达到采购要求, 根据《中华人民共和国政府采购法》和《进一步规范政府集中采购目录管理》《桂财规(2021)4号》规定: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以依照本法第... 用单一来源方式采购: (一) 只能从唯一供应商处采购的... 的相关规定。因此该项目建议采用单一来源方式向唯一供应商处采购。</p>	
专业人员签字	尹飞	日期: 2026年 4月 13日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。


# 单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: <u>梁来德</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>自治区人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 维修更换婴幼儿氧舱有机玻璃筒体及配件采购	
	项目预算金额: 7.64万元	
	供应商名称: 南宁山奇商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>本项目为特种设备,需更换原厂定制有机玻璃筒体。根据特种设备安全技术规范《氧舱安全技术监察规程》TSG 24-2015规定:有机玻璃材料采用氧气加压,氧舱不允许进行改造。按照广西壮族自治区财政厅《关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)中第一条第(三)款之规定:只能由特定供应商制造或者提供货物和服务,且不存在任何其他合理的选择或替代情形的其他情形,拟采用单一来源方式采购。本项目符合只能从唯一供应商采购的情形,建议本项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>梁来德</u>	日期: <u>2016</u> 年 <u>4</u> 月 <u>13</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员信息	姓名: <u>钟里军</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>岑溪市中医医院</u>	
项目信息	项目名称: 维修更换婴幼儿氧舱有机玻璃筒体及配件采购	
	项目预算金额: 7.64万元	
	供应商名称: 南宁山奇商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">近十年,武汉海博瑞科技有限公司“拿宝”牌YC系列婴幼儿氧舱产品安全性有效性获得市场一致认可。“拿宝”牌YC系列婴幼儿氧舱设计压力压力达到0.12MPa,最高工作压力达到0.1MPa,是市面上唯一达到该技术指标的婴幼儿氧舱品牌。确认该公司产品具备医疗器械注册证备案凭证,经营许可证,符合医疗行业使用规范,无合规风险,且保证与原有医疗设备系统的一致性,服务配套性。需从原供应商处添购。</p> <p>南宁山奇商贸有限公司为武汉海博瑞科技有限公司广西总代理,因此该项目的服务只能由南宁山奇商贸有限公司提供,由于只能从唯一的供应商处采购所需服务,符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》桂财规(2024)4号)规定,建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>钟里军</u>	日期: <u>2026</u> 年 <u>4</u> 月 <u>13</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。