

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西康裕医疗科技有限公司

地址：来宾市滨江北路 288 号裕达大厦 1506 号 邮编：546100

法定代表人：莫仁

授权代表：唐师

联系电话：18807715790

地址：来宾市滨江北路 288 号裕达大厦 1506 号 邮编：546100

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：忻城县人民医院高端便携式彩超采购项目

质疑项目的编号：LBZC2026-J1-210072-GXLJ 分标：无

采购人名称：忻城县人民医院

联系人：韦工

联系电话：0772-6408408

招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

联系人：黄工

联系电话：0772-4280129

联系地址：来宾市政和路北 88 号硅谷大厦 3 楼

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：2026 年 7 月 03 日

☐ 采购过程

☒ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: 忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容和技术要求, ▲1.15 物理通道数 ≥ 96 (需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书截图等材料, 检测报告或产品说明书截图材料必须清晰显示该项技术参数) 中标公司提供的飞依诺 VINNO 10E 不符合招标文件参数, 存在虚假应标情况。

事实依据: 根据 VINNO 10E 相关参数及彩页显示, 无 96 物理通道数介绍。

VLucid 平台赋能
先进的波束校正技术

Xten 宽频带探头技术 NLP MLA 高性能非线性脉冲

纯净波技术 高速数据传输 多线采集

数据速率 $\times 2$
空间分辨率 $\times 3$
处理能力 $\times 4$

智能化图像处理技术
全图成像
全图成像, 打破传统发射的定点聚焦的波束形态限制, 对整个区域进行智能动态波束控制, 从而获得组织整体一致的高分辨率图像

局部聚焦 (传统发射) 超声波束传播有限, 边缘图像质量明显下降 识别、消除伪影

全场聚焦 (全图成像) 自适应的波束发射技术, 保证超声波束在整个图像区域均匀分布

胆囊息肉 心脏 甲状腺 甲状腺囊肿

纯净波技术
指向性更好, 即使是困难病人也能保证图像的穿透力

传统探头 纯净波探头

法律依据: 1. 《政府采购法》第五十二条, 供应商认为中标结果损害自身权益时提出质疑的权利; 若涉及虚假材料谋取中标的情况,

可依据该法第七十七条追责。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十条、第六十三条也明确，评标委员会要审查投 标是否满足实质性要求，不满足相关要求的可认定投标无效。

《政府采购质疑和投诉办法》第十条，还细化了供应商提出质疑的时限和形式要求。

2. 招标文件规定

3. 《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活动(含中标方技术参数不达标) 违规，可向招标人提异议或向行政监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假情形，可依据《招标投标法实施条例》第四十二条，认定其属于虚假投标行为，进而否定其中标效力。 政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部令 87 号)

<http://sjc.jscj.edu.cn/2018/0611/c930a24301/page.htm>

第五十条 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足 招标文件的实质性要求。

《招标投标法实施条例》第七十一条：评标委员会应否决不符合实质性要求的投标，违规评审将导致评审结论无效。

质疑事项 2：忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容和技术要求，▲1.21 穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节（需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书截图等材料，检测报告或产品说明书截图材料必须清晰显示该项技术参数），不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

事实依据：飞依诺官方公开彩页材料查证及技术参数显示，中标公司提供的中标产品 VINNO 10E 只有穿刺增强功能，没有穿刺针增益动态实时调节大小这项功能。



1. 系统概述

1.1. 系统架构

- 全新多级脉冲发射 (Vlucid) 平台: 单次聚焦发射, 形成多条接收线, 通过相位校正, 消除伪像。通过不同发射同一位置接收线的相干复合, 在保持图像时间分辨率不变的情况下, 提高图像的对比度和信噪比, 同时提高图像的穿透
- 该特有的平台能够同时处理大量数据流
- 高达 25MHz 的新一代数字宽频和高分辨率波束形成器
- 新型 12 位、低噪音、数字电路、高达 320dB 的动态范围, 改善了 2D 性能, 提高了多普勒灵敏度
- 新一代自适应噪声和伪像去除的图像处理技术, 提高组织表现和边界清晰度
- 完全独立、三同步模式操作, 简化了多普勒流程

1.2. 应用

- 腹部
- 妇科
- 产科/胎儿期
- 小器官 (包括甲状腺, 乳腺, 睾丸)
- 心脏 (成人和儿科)
- 血管
- 经颅多普勒 (TCD)
- 泌尿 (包括前列腺)
- 超声引导 (包括神经阻滞、血管穿刺)

1.3. 成像功能

- 2D 灰阶成像
- 组织谐波成像技术
- VFusion 复合成像技术多角度空间复合成像
- VSpeckle 斑点噪声抑制技术, 特殊的自适应成像处理技术, 去除斑点噪声伪



像, 提高组织边界的清晰度和精确度


- 图像自动优化
- VTissue 组织速度特征成像, 可自动获取声波在不同组织中的传播速度, 以匹配获得不同组织的真实成像数据
- 记忆追踪对比技术, 便于追踪对比同一病人不同阶段的图像和病例报告
- 彩色多普勒成像
- VFlow 高灵敏度血流, 系统支持自动彩色流量滤镜, 增加对血液流量的敏感度
- 立体血流, 呈现三维效果, 血流灵敏度高
- 能量多普勒成像
- 脉冲波多普勒成像
- 组织多普勒成像
- 多门多普勒成像
- 2D/PW 多普勒双同步模式
- 2D/彩色/PW 多普勒三同步模式
- 连续多普勒
- 全方位 M 模式, 可 360° 旋转 M 线
- 曲线解剖 M 型, 用户可自由绘制任意曲线样线, 得到相应的结果
- 负荷成像
- 实时局部放大
- 全屏显示
- 双幅实时成像, 成像大小不变
- PView 宽景成像
- TView 梯形成像
- 自动穿刺增强
- 颈动脉内中膜自动测量 Auto IMT
- 实时 IMT
- 2D 自动卵泡测量
- 3D 自动卵泡测量 (可选)
- 自由肾 3D
- 三维、四维成像
- 自动胎儿面部, 一键自动获取胎儿三维

面部成像优化功能

- 实时灰阶四维成像
- 超声断层成像 (MCUT)
- 灰阶反转模式
- 容积超声断层成像
- 自动颈项透明层测量 Auto NT (可选)
- 自动测量模块 VAim, 包括产科智能测量、卵泡智能测量
- PWV 脉搏波定量分析技术成像 (可选)

1.4. 标准功能

- 25MHz 的高频系统平台
- 可存储长达 1500 秒高清电影
- 512GB SSD 固态硬盘
- 患者信息数据库
- 硬盘驱动器上的图像存档
- 快速存储至 USB
- 快速存储至硬盘
- 快速黑白及彩色热敏打印
- 全面的测量及分析功能
- 实时多普勒包络及计算功能
- 血管测量包
- 心脏测量包
- 产科测量包和曲线图表
- 妇科测量包
- 泌尿科测量包
- 肾脏测量包
- 容积测量包
- 网络存储和打印
- 蓝牙传输图像数据
- 网络邮件直接发送病人数据
- DICOM 传输, 包含 DICOM3.0 接口和 DICOM3.0 基础功能
- USB 接口 2 个
- 数据 DP 口 1 个
- Type-C 端口 1 个



法律依据：1. 《政府采购法》第五十二条，供应商认为中标结果损害自身权益时提出质疑的权利；若涉及虚假材料谋取中标的情况，可依据该法第七十七条追责。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十条、第六十三条也明确，评标委员会要审查投 标是否满足实质性要求，不满足相关要求的可认定投标无效。

《政府采购质疑和投诉办法》第十条，还细化了供应商提出质疑的时限和形式要求。



2. 招标文件规定

3. 《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活

动(含中标方技术参数不达标) 违规,可向招标人提异议或向行政
监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假情形,可依据
《招标投标法实施条例》第四十二条,认定其属于虚假投标行为,
进而否定其中标效力。 政府采购货物和服务招标投标管理办
法(财政部令 87 号)

<http://sjc.jscj.edu.cn/2018/0611/c930a24301/page.htm>

第五十条 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行
符合性审查,以确定其是否满足 招标文件的实质性要求。

《招标投标法实施条例》第七十一条:评标委员会应否决不符合实质
性要求的投标,违规评审将导致评审结论无效。

质疑事项 3: 忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容和技术要求, ▲1.26 设备电池续航时间 ≥ 60 分钟(需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书截图等材料,检测报告或产品说明书截图材料必须清晰显示该项技术参数) 不满足技术参数要求, 存在虚假应标情况。

事实依据: 根据彩页和白皮书显示, 中标公司提供的中标产品
VINNO 10E 不满足技术参数要求, 存在虚假应标情况。仅显示电
源, 无电池说明。

2.3 轮毂

- 直径：125mm
- 前/后万向轮，均支持独立锁定装置

2.4 系统启动时间

- 开机时间：≤62 秒
- 关机时间：≤12 秒

•净重：90kg

2.9 电源

- 电压：220-240V 交流
- 频率：50/60Hz
- 功率：最大 700VA

2.10 操作环境



法律依据：《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活动(含中标方技术 参数不达标)违规，可向招标人提异议或向行政监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假 情形，可依据《招标投标法实施条例》第四十二条，认定其属于虚假投标行为，进而否定其中标效力。

中华人民共和国政府采购法中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201310/t201310293587339.htm>

第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

质疑事项 4：忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容及技术要求，▲2.4 心脏相控阵：探头频带范围 2.0-4.0MHz，相

控阵探头最大扩展角度 $\geq 110^\circ$ （需提供第三方检测机构出具的检测报告或产品说明书截图等材料，检测报告或产品说明书截图材料必须清晰显示该项技术参数）不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

事实依据：根据官网资料及白皮书显示，中标公司提供的中标产品 VINNO 10E 不能时实现相控阵探头扩展角度 $\geq 110^\circ$ ，并全视野成像（包过二维和彩色）。

G3-10PX

- 扫描视野：90 度

5



- 最大扫查视野：25mm
 - 探头基元数：128
 - 频率范围 7.3-18MHz
 - 中心频率：8.5MHz
 - 物理尺寸：32mm x 15mm
 - 应用：血管、小器官
 - 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频普多普勒模式中可设置多种成像频率

S1-6P

- 单晶探头
- 图像区角度：90 度
- 探头基元数：96
- 频率范围 2-6MHz
- 中心频率：3.2MHz
- 物理尺寸：36mm x 30mm
- 应用：心脏、腹部

G3-10PX

- 图像区角度：90 度
- 探头基元数：96
- 频率范围 3-10MHz
- 中心频率：4.7MHz
- 物理尺寸：33mm x 23mm
- 应用：心脏、腹部
- 连续波多普勒、脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 2D、谐波、彩色多普勒、波普多普勒模式、连续波多普勒中可设置多种成像频率

4. 先进的成像控制

4.1 VFusion 复合超声成像技术

- 适用于所有的探头以及 2D, 3D/4D (相控阵

11



除外)

- 多达 5 级的定向成像复合
- 可与斑点噪声抑制技术、谐波成像等一起使用


4.4.3 反转模式

- 此渲染模式用于显示无回声结构，如膀胱
- 反转渲染图像的灰度值，如黑色图像信息变为白色

智能化图像处理技术


全御成像

全御成像，打破传统发射的定点聚焦的波束形态限制，对整个区域进行智能动态波束控制，从而获得组织整场一致的高分辨率图像




局部聚焦
(传统发射)

超声波能量传播有限，
远场图像衰减现象明显



全场聚焦
(全御成像)

自适应的波束发射技术，保证
超声波能量在整个图像区域均匀分布



识别，消除旁瓣



胆囊息肉



心脏



甲状腺



甲状腺囊肿





法律依据：1. 《政府采购法》第五十二条，供应商认为中标结果损害自身权益时提出质疑的权利；若涉及虚假材料谋取中标的情况，可依据该法第七十七条追责。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十条、第六十三条也明确，评标委员会要审查投标是否满足实质性要求，不满足相关要求的可认定投标无效。

《政府采购质疑和投诉办法》第十条，还细化了供应商提出质疑的时限和形式要求。

2. 招标文件规定

3. 《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活

动(含中标方技术参数不达标) 违规,可向招标人提异议或向行政
监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假情形,可依据
《招标投标法实施条例》第四十二条,认定其属于虚假投标行为,
进而否定其中标效力。 政府采购货物和服务招标投标管理办
法(财政部令 87 号)

<http://sjc.jscj.edu.cn/2018/0611/c930a24301/page.htm>

第五十条 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行
符合性审查,以确定其是否满足 招标文件的实质性要求。

《招标投标法实施条例》第七十一条:评标委员会应否决不符合实质
性要求的投标,违规评审将导致评审结论无效。

质疑事项 5: 忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容
及技术要求, 2.6 凸阵探头有效阵元数 ≥ 192 阵元。不满足技术
参数要求, 存在虚假应标情况。

事实依据: 根据官网资料及白皮书显示, 中标公司提供的中标产品
VINNO 10E 不满足凸阵探头有效阵元数 ≥ 192 阵元。

3.1 探头技术

- Xcen 宽频带探头技术
- 纯净波探头技术

3.2 探头类型

- 凸阵
- 线阵
- 相控阵
- 4D 探头
- 经腔探头
- 微凸阵

式中可设置多种成像频率

- 可重复使用的穿刺引导架

S2-9C

- 单晶探头
- 扫描视野: 66 度
- 曲率半径: 60mm
- 阵元数: 128
- 物理尺寸: 79mm×31mm
- 频率范围: 2-7MHz
- 中心频率: 3.5MHz
- 应用: 腹部、妇产科、泌尿科、儿科
- 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频普多普勒模式中可设置多种成像频率



- 频率范围: 2.0 -6.5MHz
- 中心频率: 3.2MHz
- 应用: 腹部、妇产科、泌尿科、儿科
- 脉冲多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频谱多普勒模式中可设置多种成像频率
- 可重复使用的穿刺引导架

G2-5C

- 图像区角度: 66°
- 曲率半径: 50mm
- 探头基元数: 128
- 物理尺寸: 69mmx27mm
- 频率范围: 2.0-6.0MHz
- 中心频率: 3.2 MHz
- 应用: 腹部、妇产科、泌尿科、儿科
- 脉冲多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频谱多普勒模式中可设置多种成像频率
- 可重复使用的穿刺引导架

D3-6C

- 扫描视野: 70 度
- 曲率半径: 40mm
- 阵元数: 128
- 物理尺寸: 82mm×53mm
- 频率范围: 3-6.5MHz
- 中心频率: 4MHz
- 应用: 腹部、妇产科、泌尿科
- 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波、3D/4D 灰阶
- 2D、谐波、彩色多普勒、波普多普勒模式中可设置多种成像频率

G4-9M

- 图像区角度: 136 度
- 曲率半径: 12mm
- 探头基元数: 128
- 物理尺寸: 34mm×29mm
- 频率范围: 5-11MHz
- 中心频率: 7.0MHz
- 应用: 儿科、腹部, 心脏
- 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 2D、谐波、彩色多普勒、波普多普勒模式中可设置多种成像频率

G4-9E

- 扫描视野: 136 度
- 曲率半径: 12mm
- 阵元数: 128
- 频率范围 5-11 MHz
- 中心频率: 6.5MHz
- 物理尺寸: 24mm×19mm
- 应用: 妇产科、泌尿科
- 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频谱多普勒模式中可设置多种成像频率
- 可重复使用的穿刺引导架

X4-9E (直柄/曲柄)

- 扫描视野: 180 度
- 曲率半径: 9mm
- 阵元数: 192
- 频率范围 5-11MHz



- 阵元数：96
- 频率范围：3-8MHz
- 中心频率：6.5MHz
- 物理尺寸：33mm x 33mm
- 应用：心脏、腹部

G4-12P

- 扫描视野：90 度
- 阵元数：96
- 频率范围：5-10MHz
- 中心频率：7.5MHz
- 物理尺寸：22mm x 22mm
- 应用：心脏、腹部



法律依据：《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活动(含中标方技术 参数不达标)违规，可向招标人提异议或向行政监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假 情形，可依据《招标投标法实施条例》第四十二条，认定其属于虚假投标行为，进而否定其中标效力。

中华人民共和国政府采购法中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201310/t201310293587339.htm>

第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可 以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列 入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得， 情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

质疑事项 6：忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容和技术要求，2.7 线阵探头具备可自定义按键，按键数量 ≥ 4 。不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

事实依据：根据技术参数及白皮书显示，中标公司提供的中标产品 VINNO 10E 不具有线阵探头具备可自定义按键，按键数量 ≥ 4 的探头。

3.2 探头类型

- 凸阵
- 线阵
- 相控阵
- 4D 探头
- 经腔探头
- 微凸阵

- 扫描视野：66 度
- 曲率半径：60mm
- 阵元数：128
- 物理尺寸：79mm $\times$ 31mm
- 频率范围：2-7MHz
- 中心频率：3.5MHz
- 应用：腹部、妇产科、泌尿科、儿科
- 脉冲波多普勒、彩色多普勒、能量多普勒、谐波
- 在 2D、谐波、彩色多普勒、频谱多普勒模式中可设置多种成像频率

法律依据：《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活动(含中标方技术 参数不达标)违规，可向招标人提异议或向行政监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假 情

形，可依据《招标投标法实施条例》第四十二条，认定其属于虚假投标行为，进而否定其中标效力。

中华人民共和国政府采购法中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201310/t201310293587339.htm>

第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的，中标、成交无效。

质疑事项 7：忻城县人民医院高端便携式彩超采购功能目标、服务内容和技术要求，▲2. 专用台车 1 台（配套专用台车配备大尺寸减震轮，便于设备在院内转运至病房途中减少因路面凹凸不平震动而损坏）；不满足技术参数要求，存在虚假应标情况。

事实依据：根据官方彩页及技术参数显示，中标公司提供的中标产品 VINNO 10E 不具有减震轮功能及产品介绍。

2.3 轮毂

- 直径：125mm
- 前/后万向轮，均支持独立锁定装置

•深度：1010mm

•净重：90kg

2.9 电源





法律依据：《招标投标法》第六十五条，投标人和利害关系人认为招投标活动(含中标方技术 参数不达标)违规，可向招标人提异议或向行政监督部门投诉。若中标方存在伪造参数等弄虚作假 情形，可依据《招标投标法实施条例》第四十二条，认定其属于虚假投标行为，进而否定其中标效力。

中华人民共和国政府采购法中国政府采购网

<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gjfg/201310/t201310293587339.htm>

第五十二条 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果

使自己的权益受到损害的,可 以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑。

第七十七条 供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第(一)至(五)项情形之一的,中标、成交无效。

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:请贵单位废除南宁智维医疗设备有限公司的中标要求


法人签字或签章:



日期: 2026 年 7 月 23 日

公章: 广西康裕医疗科技有限公司





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91451302MA5MXW6M1R (1-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 广西康裕医疗科技有限公司

注册资本 伍拾万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2017年12月05日

法定代表人 莫仁

住所 来宾市滨江北路288号裕达大厦1506号

经营范围

许可项目：I类射线装置销售；III类医疗器械经营；III类医疗器械销售；II、III、IV、V类放射源销售；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；护理机构服务（不含医疗服务）；医护人员防护用品批发；专用设备修理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年07月31日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号：桂来食药监械经营备20180060号

企业名称	广西康裕医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91451302MA5MXW6M1R
法定代表人	莫仁
企业负责人	唐祖英
住 所	来宾市滨江北路288号裕达大厦1506号
经营方式	批发
经营场所	来宾市滨江北路288号裕达大厦1506号
库房地址	南宁市江南区国凯大道东19号金凯工业园3号标准厂房1楼、2楼 (委托广西北部湾创新投资股份有限公司配送)
经营范围	6801, 6802, 6803, 6804, 6805, 6806, 6807, 6808, 6809, 6810, 6812, 6813, 6815, 6816, 6820, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6827, 6830, 6831, 6833, 6834, 6840 (诊断试剂需低温冷藏运输贮存), 6841, 6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6866, 6870, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



备案部门(章)：来宾市市场监督管理局

备案日期：2024年 2月 28日



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂来食药监械经营许20180010号

企业名称：广西康裕医疗科技有限公司

住所：来宾市滨江北路288号裕达大厦1506号

经营场所：来宾市滨江北路288号裕达大厦1506号

库房地址：南宁市江南区国凯大道东19号金明工业园3号标准厂房1楼、2楼（委托广西北部湾创新投资股份有限公司贮存配送）

统一社会信用代码：91451302MA5MXW6M1R

法定代表人：莫仁

企业负责人：莫仁

经营方式：批发

经营范围：

6804, 6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6828, 6830, 6831, 6832, 6833, 6834, 6840（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），
6845, 6846, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6863, 6864, 6865, 6870, 6877, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22

许可期限：自 2023 年 7 月 3 日
至 2028 年 7 月 2 日

发证部门：来宾市市场监督管理局
发证日期：2024 年 2 月 28 日



法定代表人授权委托书

致：广西龙建工程管理有限公司

注册于来宾市兴宾区滨江北路 288 号裕达大厦 1506 号的广西康裕医疗科技有限公司，法定代表人莫仁代表本公司授权唐师，身份证号码：452731198607115432，联系方式：18807715790，以本单位名义到贵单位针对忻城县人民医院 高端便携式彩超采购项目，项目编号LBZC2026-J1-210072-GXLJ的成交结果提出质疑。并代表我方全权办理针对上述项目的所有质疑的具体事务。被授权人在授权范围内所从事的任何行为，均由本单位承担全部法律责任。被授权人无转委托权。特此授权！

法定代表人签字：莫仁

被授权人签字：唐师

单位名称：广西康裕医疗科技有限公司

日期：2026 年 07 月 23 日



附法人及被授权人身份证证明

供应商法定代表人身份证复印件



被授权人身份证复印件

