

质疑函

质疑供应商：江西版序洛贸易有限公司

地址：江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园 15 栋 4 楼 B 区 03 室

邮编：337014

联系人：黄国豪

联系电话：18824607479

邮箱：1071747949@qq.com

一、质疑项目基本情况

质疑项目名称：X 射线计算机体层摄影设备采购

质疑项目编号：GGZC2026-G1-030025-GXJY

采购人名称：贵港市港南区新塘镇卫生院

采购代理机构：广西佳业工程管理有限公司

质疑事项：☒招标文件 ☐招标过程 ☐招标结果

招标文件获取日期：2025 年 5 月 15 日

二、质疑事项具体内容

质疑事项 1：招标文件带“▲”条款设置不合理，且为 GE 品牌独家参数，具有排他性、指向性

事实依据：本项目采购需求中大量带“▲”实质性条款，只有 GE 品牌的 CT 可以完全满足带“▲”参数，采用 GE 品牌 CT 专属功能参数。参数为 GE 品牌独有或核心专有技术，将此类非通用、专属品牌参数设为带“▲”实质性要求，

不满足即投标无效, 直接排除西门子、飞利浦、联影、东软等其他主流合法品牌, 违背公平竞争原则。

法律依据: 1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条, 供应商享有平等参与权, 不得设置不合理条件排斥潜在投标人。2.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号) 第十七条, 采购人、采购代理机构不得将特定厂商技术参数作为资格、评审条件, 不得设定排他性、指向性条款。

质疑事项 2: 采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中“2.2、探测器排数: ≥ 32 排; 2.3、采集最大层数: ≥ 64 层”, 未标注带“▲”实质性条款。探测器排数作为核心关键指标, 应当标注带“▲”实质性条款, 招标文件漏标导致评审不公。

事实依据: 探测器排数是 CT 设备最核心性能指标, 直接决定成像质量、扫描速度、临床适用范围以及设备档次, 是满足基层卫生院诊疗需求的关键参数。招标文件未将“2.2、探测器排数: ≥ 32 排; 2.3、采集最大层数: ≥ 64 层”标注为带“▲”实质性要求, 仅作为一般参数, 无法将采购的 CT 档次定位 32 排 64 层及以上, 有可能导致采购结果为 16 排, 24 排等低端且已经落后被市场淘汰的产品型号, 此项目预算金额为 3600000.00 元, 如此高预算若买到低端淘汰的产品, 最终导致国家财政资金的浪费, 从而有可能滋生权钱交易等违法违规行, 无法保障采购质量, 也易造成评审标准缺失。

法律依据:《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条, 招标文件技术指标应当完整、明确, 关键性能指标应当标注为实质性要求。

质疑事项 3: 采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中“3.5、最大输出电流: $\geq 200\text{mA}$; 3.10、高压发生器功率: $\geq 20\text{KW}$; 5.1、扫描时间:

≤1s/360 度”，此 3 项参数为 CT 设备重要性能指标，参数要求过低，为低端 16 排、24 排参数要求，同时无法满足临床使用需求，属于不合理技术指标。

事实依据：

1. 招标文件设定的高压发生器功率、最大输出电流过低，无法满足基层卫生院批量体检、急诊检查、连续扫描的实际负荷，易造成设备过载、寿命缩短、图像质量差。
2. 扫描时间要求过低，无法满足脑卒中、创伤急救等快速成像刚需，与卫生院公共卫生服务、基层诊疗保障职责不匹配。
3. 过低技术指标违背“采购满足实际使用需求的合格设备”原则，属于不合理技术要求。
4. 进一步证明了质疑事项 2 的质疑内容，在“2.2 探测器排数：≥32 排； 2.3、采集最大层数：≥64 层”，未标注带“▲”实质性条款的情况下，再加上此 3 项参数过低，无法将采购的 CT 档次定位 32 排 64 层及以上，会导致采购结果为 16 排，24 排等低端且已经落后被市场所淘汰的产品型号，此项目预算金额为 3600000.00 元，如此高预算若买到低端淘汰的产品，最终导致国家财政资金的浪费，从而有可能滋生权钱交易等违法违规行为，无法保障采购质量，也易造成评审标准缺失。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第四条，政府采购应遵循公开、公平、公正原则，采购需求应与项目实际使用需求相匹配。

质疑事项 4：采购文件第一章招标公告第二条申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供的货物须全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业（包括监狱企业及残疾人福利单位）制造，

须提供中小企业声明函【属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函，属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】，此项目专门面向中小企业不符合市场情况，具有排他性、指向性。

事实依据：

1. 目前本国产品品牌联影、东软、安科、万东等排名以及市场占有率前 4 的品牌均为大型企业，进口品牌中只有 GE 在中国的生产公司航卫通用电气医疗系统有限公司属于中小企业，因此此项专门面向中小企业疑是为 GE 品牌排除了市场最优秀的最知名的品牌，剩下的只有 GE 及国产非知名小品牌能满足。
2. 与采购文件第一章采购公告第六、其他补充事宜第 3. 本项目需要落实的政府采购政策第（2）政府采购支持采用本国产品的政策不符，目前本国产品品牌联影、东软、安科、万东等排名以及市场占有率前 4 的品牌均为大型企业，若本项目专门面向中小企业，基本已经排除所有本国产品知名品牌，无法落实政府采购支持采用本国产品的政策。

法律依据：《招标投标法》第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。《中华人民共和国招标投标法》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

质疑事项 5：采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中” ▲2.6、探测器为整机 CT 厂商同品牌生产；▲3.11、高压发生器为 CT 整机厂商同品牌生产；▲3.12、球管为整机 CT 厂商同品牌生产”；采购文件第一章招标公告第二条申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供的货物须全部由符合政策要求的中型、小型或微型企

业（包括监狱企业及残疾人福利单位）制造，须提供中小企业声明函【属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函，属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】，此项目专门面向中小企业不符合市场情况，参数具有排他性、指向性，且无法满足三家。

事实依据：

1、能满足技术需求” ▲2.6、探测器为整机 CT 厂商同品牌生产；▲3.11、高压发生器为 CT 整机厂商同品牌生产；▲3.12、球管为整机 CT 厂商同品牌生产” 的品牌只有 GE、西门子、飞利浦、联影。

2、此项目专门面向中小企业，能满足中小企业的生产厂家为：GE、飞利浦以及除本国产品品牌联影、东软、安科、万东以外的品牌。

总结：结合以上两点，能同时满足采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中” ▲2.6、探测器为整机 CT 厂商同品牌生产；▲3.11、高压发生器为 CT 整机厂商同品牌生产；▲3.12、球管为整机 CT 厂商同品牌生产” 且生产厂家为中小企业的只有 GE、飞利浦，因此参数具有排他性、指向性，且无法满足三家。

法律依据：《招标投标法》第五条 招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。《中华人民共和国招标投标法》第三十二条 招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。《招标投标法》（2017 修正）第二十八条 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。《招标投标法实施条例》（国务院令第

613 号) 第十九条 (资格预审) 资格预审结束后.....通过资格预审的申请人少于 3 个的, 应当重新招标。第四十四条 (开标) 招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。投标人少于 3 个的, 不得开标; 招标人应当重新招标。《政府采购法》(2014 修正) 第三十六条 (废标) 在招标采购中, 出现下列情形之一的, 应予废标: (一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

三、质疑请求

1. 请将采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中 “▲1.6、球管焦点到探测器的距离: $\leq 960\text{mm}$; ▲1.7、球管焦点到等中心的距离: $\leq 550\text{mm}$; ▲4.6、床面垂直下降最低高度: $\leq 450\text{mm}$; 5.10、肺部高清扫描焦点面积: $\leq 0.49\text{mm}^2$; 5.11、内耳听小骨高清扫描焦点面积: $\leq 0.49\text{mm}^2$ ” 修改为: “1.6、球管焦点到探测器的距离: $\leq 960\text{mm}$; 1.7、球管焦点到等中心的距离: $\leq 550\text{mm}$; 4.6、床面垂直下降最低高度: $\leq 480\text{mm}$; 5.10、肺部高清扫描焦点面积: $\geq 0.5\text{mm}^2$; 5.11、内耳听小骨高清扫描焦点面积: $\geq 0.5\text{mm}^2$ ”。
2. 请将采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中 “2.2、探测器排数: ≥ 32 排; 2.3、采集最大层数: ≥ 64 层”, 修改为: “▲2.2、探测器物理排数: ≥ 32 排; ▲2.3、采集最大层数: ≥ 64 层”
3. 请采购文件第二章采购需求第一条采购标的及技术需求中 “3.5、最大输出电流: $\geq 200\text{mA}$; 3.10、高压发生器功率: $\geq 20\text{KW}$; 5.1、扫描时间: $\leq 1\text{s}/360$ 度” 修改为: “3.5、最大输出电流 $\geq 320\text{mA}$; 3.10 高压发生器功率 $\geq 35\text{KW}$; 5.1 扫描时间 $\leq 0.75\text{s}$ ”。

4. 请将采购文件第一章招标公告第二条申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供的货物须全部由符合政策要求的中型、小型或微型企业（包括监狱企业及残疾人福利单位）制造，须提供中小企业声明函【属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函，属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】。改为：本项目非专门面向中小企业采购。
5. 请对招标文件进行全面澄清、修改，保障供应商合法编制投标文件的权利。


质疑供应商（盖章）：江西版序洛贸易有限公司

法定代表人 / 授权代表（签字）：

钟建华

日期：2026年5月18日





医疗器械经营许可证



统一社会信用代码: 91360924MAC8TTQ41E

许可证编号: 赣平药监械经营许20231114号

法定代表人: 钟建华

企业名称: 江西版序洛贸易有限公司

企业负责人: 杨娟

住所: 江西省萍乡市安源区沿江街医疗科技园15栋4楼B区03室

经营方式: 批发

经营场所: 江西省萍乡市安源区沿江街医疗科技园15栋4楼B区03室

库房地址: 江西省萍乡市安源区电子信息产业园C区10栋4楼427室

经营范围: 2017年分类目录-III类: 01有源手术器械; 02无源手术器械; 03神经和血管手术器械; 04骨科手术器械; 05放射治疗器械; 06医用成像器械; 07医用诊断和监护器械; 08呼吸麻醉和急救器械; 09物理治疗器械; 10输血、透析和体外循环器械; 12有源植入器械; 13无源植入器械; 14注射、护理和防护器械; 16眼科器械; 17口腔科器械; 18妇产科、生殖和避孕器械 (18-06妊娠控制器械除外); 20中医器械; 21医用软件; 22临床检验器械

许可期限: 自 2023 年 11 月 24 日 至 2028 年 11 月 23 日

发证部门: 萍乡市市场监督管理局
发证日期: 2025 年 4 月 18 日

第二类医疗器械经营备案凭证

备案编号: 赣萍药监械经营备202311395

企业名称	江西械研洛贸易有限公司
统一社会信用代码	91360022MACSTTQ41E
法定代表人	钟建华
企业负责人	杨娟
住 所	江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园15栋4楼B区03室
经营方式	批发
经营场所	江西省萍乡市安源区丹江街医疗科技产业园15栋4楼B区03室
库房地址	江西省萍乡市安源区电子信息产业园C区10栋4楼127室
经营范围	2017年分类目录-II类: 01有源手术器械; 02无源手术器械; 03神经和血管手术器械; 04骨科手术器械; 05放射治疗器械; 06医用成像器械; 07医用诊断和监护器械; 08呼吸、麻醉和急救器械; 09物理治疗器械; 10输血、透析和体外循环器械; 11医疗器械消毒灭菌器械; 12有源植入器械; 14注射、护理和防护器械; 15患者承载器械; 16眼科器械; 17口腔科器械; 18妇产科、生殖、避孕器械; 19医用康复器械; 20中医器械; 21医用软件; 22临床检验器械; 6840 (不含体外诊断试剂)



备案部门 (公章) 萍乡市市场监

备案日期: 2023-4-18

法人授权委托书

致：广西佳业工程管理有限公司

我 钟建华 系 江西版序洛贸易有限公司 的法定代表人，现授权委托 黄国豪 同志负责贵公司组织的项目名称：X 射线计算机体层摄影设备采购（项目编号：GGZC2026-G1-030025-GXJY） 项目的意见函递交、招投标等相关事宜。

授权委托代理期限：从 2026 年 5 月 9 日 至本项目结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

我已在下面签字，以资证明！

单位名称（公章）：江西版序洛贸易有限公司

法定代表人签名：钟建华

2026 年 5 月 18 日



法定代表人身份证复印件



委托代理人身份证复印件

