

单一来源采购方式论证专家签到表

项目名称：西门子SOMATOM Scope Power16排CT球管采购

论证时间：2026年9月1日北京时间16点00分

序号	姓名	工作单位	职称	联系方式	备注
1	朱荣富	广西医科大学-附设玉林卫生学校	正高级讲师	13877557741	
2	李国华	玉林市第二人民医院	主治医师	13877513289	
3	黄川为建	玉林市红十字会医院	副主任医师	13877553612	
4					
5					
6					

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 朱荣富	
	职称: 正高级讲师	
	工作单位: 广西医科大学附设玉林卫生学校	
项目信息	项目名称: 西门子 SOMATOM Scope Power16 排 CT 球管采购	
	项目预算金额: 590000.00 元	
	供应商名称: 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	玉林市卫生学校附属医院所使用的西门子CT球管属于专用部件,各CT生产厂家均依据自身设备的技术参数和系统设计进行研发。不同品牌、不同型号的球管在接口、电路、软件控制等方面存在差异,无法实现跨品牌兼容或替代。为确保设备系统运行的稳定性和图像质量的一致性,必须使用与CT整机相同品牌的球管。广西南宁宜宏健商贸有限公司是该生产厂家授权针对采购单位的唯一特许经销商。 根据《中华人民共和国政府采购法》等第二十一条第一款以及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规[2021]4号文)第一条第一款“只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的。”同意广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目单一来源采购的供应商。	
专业人员签字	朱荣富	日期 2026年 9月 1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 林国华	
	职称: 放射主管技师	
	工作单位: 玉林市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 西门子 SOMATOM Scope Power16 排 CT 球管采购	
	项目预算金额: 590000.00 元	
	供应商名称: 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	玉林市卫生学校附属医院现使用的西门子CT机属于贵重精密医疗设备,该设备的CT球管与其他品牌不兼容,目前尚无替代产品,为保证原有采购项目的一致性和临床诊断服务的需求,只能从原厂家处采购原装配套球管更换,目前广西南宁宜宏健商贸有限公司作为该球管针对采购单位^宜的唯一授权人,能提供配套的原厂球管及相关技术服务。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款以及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号文)第一条第一款“只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的。”同意广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目单一来源采购的供应商。	
专业人员签字	林国华	日期 2026年 9月 1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄伟健	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 玉林市红十字会医院	
项目信息	项目名称: 西门子 SOMATOM Scope Power16 排 CT 球管采购	
	项目预算金额: 590000.00 元	
	供应商名称: 广西南宁宜宏健商贸有限公司	
专业人员论证意见	玉林市卫生学校附属医院的西门子CT机所使用的CT球管已严重磨损,球管作为CT设备的核心部件,直接关系到图像质量和诊断结果的准确性。本项目涉及的CT设备为西门子医疗生产,其球管具有专有技术和特定的技术参数。西门子医疗系统有限公司授权广西南宁宜宏健商贸有限公司作为广西区域内唯一代理商,负责提供原厂球管及相关技术服务。该供应商能够提供与原设备完全匹配的球管,并保证服务质量与技术支持的一致性。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款以及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)第一条第一款“只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的。”同意广西南宁宜宏健商贸有限公司作为本项目单一来源采购的供应商。	
专业人员签字	黄伟健	日期 2028 年 9 月 1 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。