

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: 黄伟建
人员	职称: 副主任医师
信息	工作单位: 玉林市红十字会医院
项目	项目名称: 玉林市第一人民医院磁共振成像系统 (MAGNETOM Vida 型) 升级服务采购项目
信息	项目预算金额: 1600000.00 元
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业 人员 论证 意见	经核实,本项目采购需求及玉林市第一人民医院现有磁共振成像系统(西门子MAGNETOM Vida型)情况,本项目符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)中“只能从唯一供应商处采购”的运用情形。 本次升级核心为Vida设备专属XAG60底层系统平台、Deepresolve全套深度学习AI重建算法,均为西门子原厂独家发明专利、软件著作权产品,底层固件、硬件总线协议、加密授权机制完全封闭,未对外开源、未向第三方服务商开放技术授权。第三方机构无权限读取设备加密日志,强行植入会造成磁体、射频、生命感知矩阵不可逆硬件损坏,客观不存在可兼容替代技术方案,符合桂财规〔2021〕4号文件中有“技术不可替代、无等效替代方案”三项判定标准。 采购需求中缩短50%扫描时间、AIBoost、PCASL高分辨率灌注、螺旋3D SWI平台等,均依托原厂专属底层架构实现,第三方无对应算法授权,硬件加密狗绑定权限,无法同等满足全部硬性技术指标。升级配套转接板卡、加密芯片为原厂专属开模配件,无通用流通备件,第三方无法合法采购适配硬件,市场也无同类兼容升级产品。 综上,本项目只能从西门子医疗系统有限公司采购,同意采用单一来源采购方式。
专业人员签字	黄伟建
	日期: 2026 年 6 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: 彭华
人员	职称: 技师
信息	工作单位: 玉林市第二人民医院
项目	项目名称: 玉林市第一人民医院磁共振成像系统 (MAGNETOM Vida 型) 升级服务采购项目
信息	项目预算金额: 1600000.00 元
专业 人员 论证 意见	根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府集中采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)要求,对本项目采购需求,玉林市第一人民医院现有磁共振成像系统(西门子 MAGNETOM Vida 型)运行及市场供应情况进行独立论证,我认为本项目符合“只能从唯一供应商处采购”的情形。 根据医疗器械监督管理法规,磁共振成像系统迭代 AI 重建算法新增属于医疗器械产品重大变更,仅原注册人(西门子医疗)有权完成事项变更备案,第2项实施升级无法完成药监合规备案,会直接导致设备注册失效,医院面临核查处罚、医疗事故风险,仅原厂具备合法合规实施资质。此次 Vida 升级及磁体匀场、梯度校准、射频时序同步等高风险工序,操作失误易引发磁体失超、辐射超标患者灼伤等医疗安全事故,仅原厂持有专项认证工程师、备案专用校准检测工具,第3方无对应操作资质与专用工具,存在重大医疗安全隐患。设备对接境为 PACS、LIS 系统,原厂升级内置医疗影像数据脱敏、访问溯源加密模块,满足《医疗机构网络安全管理办法》第3方无配套安全加密机制,不符合医院信息化合规要求,因此,本项目具有唯一性,同意采用单一来源采购方式。
专业 人员 签字	彭华
日期:	2026 年 6 月 23 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业	姓名: 李震	
人员	职称: 副主任医师	
信息	工作单位: 玉林市第二人民医院	
项目	项目名称: 玉林市第一人民医院磁共振成像系统 (MAGNETOM Vida 型) 升级服务采购项目	
信息	项目预算金额: 1600000.00 元	
专业 人员 论证 意见	结合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规[2021]4号)的规定,以及本项目的实际采购需求和玉林市第一人民医院现有磁共振成像系统(西门子MAGNETOM Vida型)配置情况,本项目符合“只能从唯一供应商处采购”的适用情形,且无其他可替代的技术方案。 该院Vida磁共振设备初始采购、装机、历年原厂维保均由西门子医疗承接。本次XA60平台升级属于原有设备性能迭代采购项目。升级后设备底层固件全面更新,第三方维保系统无法适配新版加密固件,无法开展远程故障预警,原厂后台日志调取、精准备件匹配。 本次升级包含17项通用极速成像序列、多部位亚毫米级成像,光学变焦弥散等专属临床解决方案,配套原厂技师专项临床培训;第三方无原厂算法实操培训体系,无法完整交付全部AI成像功能,无法满足医院日常大批量快速诊断需求。 所以,本次采购项目只能从原有厂家西门子医疗采购,同意采用单一来源采购方式。	
专业人员签字	李震	日期: 2026年6月23日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。