

关于靖西市中医医院 1.5T 超导核磁共振设备采购项目（项目编号：BSZC2026-G1-250160-GXWF）的质疑答复函

质疑人名称：浙江民发机电科技有限公司

质疑人地址：杭州市余杭区良渚街道杭州华东建设机械市场配件区 3-301

联系人：丁建伟

联系电话：153****5160

广西万丰项目管理有限公司于 2026 年 7 月 13 日收到贵公司以邮寄递交方式送达的关于靖西市中医医院 1.5T 超导核磁共振设备采购项目（项目编号：BSZC2026-G1-250160-GXWF）有关问题的质疑函。我公司对贵公司提出的质疑内容高度重视，经报采购单位核实，现答复如下：

质疑事项 1：本项目招标文件部分技术参数有倾向性，疑似倾向于西门子品牌的磁共振设备，违反政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

针对质疑事项 1 的答复：本项目所采购的参数均未限定为某一品牌的独有功能，招标单位在设置该采购需求参数时，已依法对采购需求进行了充分的市场调研，并参考了多家品牌的产品技术规格，参数设置旨在确保满足采购人临床工作需求、稳定性要求的主要前提下，形成充分的市场竞争环境，且通过市场调研，每项技术参数均有三家及以上品牌满足要求，保障了充分竞争。贵公司所述招标文件参数疑似倾向于西门子品牌缺乏事实依据，且未能提供相关证明材料予以佐证，无法证明该参数存在倾向性和排他性。故质疑事项 1 不成立。

质疑事项 2：招标文件部分实质性技术要求设置过高，具有排他性。

针对质疑事项 2 的答复：本项目招标文件所列的实质性要求的制定基于采购人的临床实际需求，采购人已开展采购需求调查，确保需求的合理性和通用性。经核实，市场上满足或优于本项目招标文件核心参数要求的品牌不少于三家，有效竞争已形成，技术性能分评分标准中的技术参数，均围绕设备性能、诊疗效果、运维保障等核心需求设定，完全符合

公平竞争原则。贵公司所述招标文件参数疑似倾向于西门子品牌缺乏事实依据，且未能提供相关证明材料予以佐证，无法证明该参数存在倾向性和排他性。故质疑事项 2 不成立。

质疑事项 3：本项目招标文件付款方式不合理。

针对质疑事项 3 的答复：经研究，采购人将对本项目的支付方式予以调整，请贵公司关注本项目后续发布的更正公告。

质疑事项 4：评标标准设置的正偏离加分项不合理。

针对质疑事项 4 的答复：经研究，采购人将对本项目的评标标准予以调整，请贵公司关注本项目后续发布的更正公告。

质疑事项 5：本项目评分标准未细化量化，没有具体明确的判断标准。

针对质疑事项 5 的答复：经研究，采购人将对本项目的评标标准予以调整，请贵公司关注本项目后续发布的更正公告。

质疑事项 6：本项目主观分值占比偏高不合理，不能限制评分专家的自由裁量权。

针对质疑事项 6 的答复：经研究，采购人将对本项目的评标标准予以调整，请贵公司关注本项目后续发布的更正公告。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号），如质疑供应商对质疑答复不满意，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管部门提起投诉。

特此复函，感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持！

招标人：靖西市中医医院

招标代理机构：广西万丰项目管理有限公司

2026 年 7 月 17 日

