

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 徐川雅	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 百色市市场监督管理局	
项目信息	项目名称: 百色市人民医院消化内镜中心胃肠 DSA 机球管采购项目	
	项目预算金额: 58.5 万	
	供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司	
专业人员论证意见	百色市人民医院采购的消化内镜中心胃肠 DSA 机球管, 采购机型型号为 Ultimax-i DREX-UI80, 是佳能公司原厂特殊定制生产的球管。佳能医疗系统(中国)有限公司作为日本制造商佳能公司在中国地区官方授权售后服务机构, 唯一能够获取设备的原厂配件, 而第三方医疗设备制造商或者供应商均无生产或者定制佳能 Ultimax-i DREX-UI80 设备原厂球管。为保证设备完全兼容, 达到设备设计的性能, 避免设备故障的风险, 本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)种“只能从唯一供应商处采购的”情形。《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第 74 号)第三条、第三十八条, 以及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规[2021]4 号)规定: “单一来源采购方式的适用情形(一)只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购的。”情形, 因此, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	徐川雅	日期 2026 年 7 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨忠	
	职称: 经济师	
	工作单位: 已退休	
项目信息	项目名称: 百色市人民医院消化内镜中心胃肠 DSA 机球管采购项目	
	项目预算金额: 58.5 万	
	供应商名称: 佳能医疗系统（中国）有限公司	
专业人员论证意见	百色市人民医院采购的消化内镜中心胃肠 DSA 机球管, 型号是 ULTIMAX-i DREX-UI80, 球管型号为佳能 DXB-G14345。根据《医疗器械监督管理条例》(2024 2 号文) 第二十九条: 医疗器械应当有说明书、标签、说明书、标签应当符合经注册或者备案的相关内容, 标注清楚、准确。佳能 DXB-G14345 球管为本机型制造时经时该载明的原配部件, 是当时唯一注册合格、经时方可完整适配该机型胃肠 X 射线机的球管部件。佳能医疗系统(中国)有限公司是佳能公司在国内唯一授权的医疗设备生产及销售服务公司。本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第(一)种“只能从唯一供应商处采购的”情形。《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令 第 94 号) 第三条、第十八条, 以及《广西壮族自治区关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规(2021) 4 号) 规定: “单一来源采购方式的适用情形(一) 只能从唯一供应商处采购的, 即因使用不可替代的专利、专有技术, 或者公共服务项目具有特殊要求等, 导致只能从某一特定供应商处采购。” 情形, 因此, 建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	杨忠	日期 2026 年 9 月 18 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 马浩琮	
	职称: 二级律师	
	工作单位: 百色市司法局 (退休)	
项目信息	项目名称: 百色市人民医院消化内镜中心胃肠 DSA 机球管采购项目	
	项目预算金额: 58.5 万	
	供应商名称: 佳能医疗系统 (中国) 有限公司	
专业人员论证意见	本次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)种“只能从唯一供应商处采购的”情形,《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部令第74号)第三条、第三十八条,以及《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知》(桂财规〔2021〕4号)规定:“单一来源采购方式的适用情形(一)只能从唯一供应商处采购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处采购的。”情形,因此,建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字	马浩琮	日期 2026 年 9 月 18 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。