

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 黄锦康	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 贺州市人民医院	
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院64排CT球管单一来源采购项目	
	预算金额: (人民币大写) 壹佰伍拾伍万元整 (¥1550000.00)	
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>采购人使用的通用电气(GE)公司生产的 Optima CT680 Expert 型号的64排CT主要配件球管已损坏,因球管生产技术复杂,且需要配合原厂使用,其他产品不能兼容使用,只能使用GE公司原厂的CT球管。</p> <p>国控创服医疗技术(广西)有限公司为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司GE影像产品广西授权经销商,国控创服医疗技术(广西)有限公司已授权广西锦灏医疗器械有限公司作为昭平县人民医院64排CT球管唯一经销商。</p> <p>因此,建议采用单一来源采购方式向“广西锦灏医疗器械有限公司”采购。</p>	
专业人员签字	黄锦康	日期: 2026年5月13日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭世军
	职称: 副主任医师
	工作单位: 昭平县人民医院放射科控制中心
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院64排CT球管单一来源采购项目
	预算金额: (人民币大写) 壹佰伍拾伍万元整 (¥1550000.00)
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目采购的64排CT球管(GE原厂)损坏,如采购非原厂球管无法保证设备的图像质量和使用寿命,只够使用GE公司原厂64排CT球管。此情形符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府单一来源采购方式管理的意见》桂财规[2021]4号、《单一来源采购方式的适用情形(一)条款》;且广西南宁锦灏医疗器械有限公司作为GE公司指定授权的唯一经销商,故建议采购单位采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>谭世军</p> <p>日期: 2026年5月13日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 陈世天	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 昭平市中医院	
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院64排CT球管单一来源采购项目	
	预算金额: (人民币大写) 壹佰伍拾伍万元整 (¥1550000.00)	
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>CT球管作为CT设备的核心部件, 目前各厂家的CT球管基本都是专机专用型号, 为了确保CT设备运行稳定, 图像质量, 辐射剂量标准及患者的安全, 使其使用寿命及售后服务的一致性, 建议采用单一来源采购方式向广西南宁锦灏医疗器械有限公司采购CT球管。</p>	
专业人员签字	陈世天	日期: 2026年5月13日