

附件1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 龙绍强	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 贺州市中医医院	
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院医用血管造影X射线机(DSA)球管采购项目	
	预算金额: (人民币大写) 壹佰零伍万元整 (¥1050000.00)	
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	采购人使用的GE公司DSA球管已无法使用, 各大厂家的球管生产技术复杂, 专业性强, 存在专业性壁垒, 为了原DSA设备运行稳定, 操控顺利, 图像质量保证, 同时保证使用寿命及售后服务质量的一致性, 只能使用GE公司原厂的球管。 国控创服医疗技术(广西)有限公司为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司GE医疗影像产品广西授权经销商, 国控创服医疗技术(广西)有限公司已授权广西南宁锦灏医疗器械有限公司作为昭平县人民医院医用血管造影X射线机(DSA)(型号IGS330)球管唯一经销商。 因此, 建议采用单一来源采购方式向“广西南宁锦灏医疗器械有限公司”采购。	
专业人员 签字	龙绍强	日期: 2026年 07月 21 日

附件1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 黄锦康	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 贺州市人民医院	
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院医用血管造影X射线机(DSA)球管采购项目	
	预算金额: (人民币大写) 壹佰零伍万元整 (¥1050000.00)	
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	采购人使用的GE公司生产的DSA主要配件球管已无法正常使用,因球管生产技术复杂,其他品牌产品不能兼容使用,只能使用原厂家生产的球管。 国控创服医疗技术(广西)有限公司为通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司GE医疗影像产品广西授权经销商,国控创服医疗技术(广西)有限公司已授权广西南宁锦灏医疗器械有限公司作为球管唯一经销商。 因只能向广西南宁锦灏医疗器械有限公司采购,符合桂财规[2021]4号“(一)只能从唯一供应商处购的,即因使用不可替代的专利、专有技术,或者公共服务项目具有特殊要求等,导致只能从某一特定供应商处购的。”的情形,建议使用单一来源方式采购。	
专业人员 签字	黄锦康	日期: 2026年7月21日

附件1:

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名: 谭世峰	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 昭平县疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 昭平县人民医院医用血管造影X射线机(DSA)球管采购项目	
	预算金额: (人民币大写) 壹佰零伍万元整 (¥1050000.00)	
	供应商名称: 广西南宁锦灏医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	本次采购的血管造影X射线机(DSA)球管为GE公司原厂配件, 为保证原厂设备更换配件后保证使用安全及最佳图像质量, 只能从原厂采购; 且GE医疗影像设备授权经销商, 仅授权广西尚宁锦灏医疗器械有限公司为唯一供应商, 此情形符合“桂财规[2021]4号”广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购单一来源采购方式管理的通知”第一情形, 只能从唯一供应商采购的条款。故建议使用单一来源方式从广西尚宁锦灏医疗器械有限公司进行采购。	
专业人员 签字	谭世峰	日期: 2026年 7月 21日