

表 1

政府采购进口产品申请表

申请单位	昭平县人民医院
申请文件名称	昭平县人民医院 2026 年医用设备采购的备案申请、昭平县人民医院第十二届一次职代会会议纪要会议纪要
申请文号	昭人医申字【2026】5 号
采购项目名称	医用血管造影 X 射线机（DSA）球管
采购项目金额	105 万元
采购项目所属项目名称	昭平县人民医院医用血管造影 X 射线机（DSA）球管采购
采购项目所属项目金额	105 万元
项目使用单位	昭平县人民医院
项目组织单位	广西晟兴项目管理有限公司
申 请 理 由	我院在用通用电气品牌医用血管造影 X 射线机（DSA）的核心配件球管已发生故障，拟采购的原装进口球管为专属配套部件，仅进口厂家生产的球管可实现适配，其他产品无法兼容，保障设备正常运行。球管无法单独投入使用，必须完成国家相关部门组织的球管与整机匹配性检测，方可保障设备运行的安全性、有效性，输出最优质量的影像；为保障设备适配性，避免设备使用性能下降。唯有持有商检证明、出厂合格证等合法资质，且与主机注册类型一致的进口球管，方可作为合格产品投入正常使用。 经核查商务部、海关总署等部门最新发布的相关法律法规，本次采购的球管不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》列明的禁止或限制进口产品，未列入 2026 年各核心进口限制清单。 拟采购的医用血管造影 X 射线机球管属于处于专利、专有技术保护期内的不可替代产品，目前国内无同类替代产品，仅可采购进口球管实现设备配套；进口产品性能稳定性佳、技术指标达标、功能完备、设计合理，可充分满足临床使用需求。为保障医用血管造影 X 射线机正常运行，提供精准的医学影像诊断支撑，保障手术安全，确保设备运行符合相关安全标准，保障患者与操作人员的安全。特此申请采购进口品牌医用血管造影 X 射线机球管。  昭平县人民医院（盖章） 2026 年 6 月 5 日

表 2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

一、基本情况	
申请单位	昭平县人民医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线机 (DSA) 球管
拟采购产品金额	105 万元
采购项目所属项目名称	昭平县人民医院医用血管造影 X 射线机 (DSA) 球管采购
采购项目所属项目金额	105 万元
二、申请理由	
☒ 1. 中国境内无法获取：国内无满足要求的产品。	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述： 我院在用通用电气品牌医用血管造影 X 射线机 (DSA) 的核心配件球管已发生故障，拟采购的原装进口球管为专属配套部件，仅进口厂家生产的球管可实现适配，其他产品无法兼容，保障设备正常运行。球管无法单独投入使用，必须完成国家相关部门组织的球管与整机匹配性检测，方可保障设备运行的安全性、有效性，输出最优质量的影像；为保障设备适配性，避免设备使用性能下降。唯有持有商检证明、出厂合格证等合法资质，且与主机注册类型一致的进口球管，方可作为合格产品投入正常使用。 经核查商务部、海关总署等部门最新发布的相关法律法规，本次采购的球管不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》列明的禁止或限制进口产品，未列入 2026 年各核心进口限制清单。 拟采购的医用血管造影 X 射线机球管属于处于专利、专有技术保护期内的不可替代产品，目前国内无同类替代产品，仅可采购进口球管实现设备配套；进口产品性能稳定性佳、技术指标达标、功能完备、设计合理，可充分满足临床使用需求。为保障医用血管造影 X 射线机正常运行，提供精准的医学影像诊断支撑，保障手术安全，确保设备运行符合相关安全标准，保障患者与操作人员的安全。特此申请采购进口品牌医用血管造影 X 射线机球管。	
三、进口产品所属行业主管部门意见	
 	
主管单位： 盖 2026 年 6 月 8 日	

表 3

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	昭平县人民医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线机（DSA）球管
拟采购产品金额	105 万元
采购项目所属项目名称	昭平县人民医院医用血管造影 X 射线机（DSA）球管采购
采购项目所属项目金额	105 万元
二、申请理由	
☒ 1.中国境内无法获取：国内无满足要求的产品。	
☐ 2.无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3.其他。	
原因阐述： 我院在用通用电气品牌医用血管造影 X 射线机（DSA）的核心配件球管已发生故障，拟采购的原装进口球管为专属配套部件，仅进口厂家生产的球管可实现适配，其他产品无法兼容，保障设备正常运行。球管无法单独投入使用，必须完成国家相关部门组织的球管与整机匹配性检测，方可保障设备运行的安全性、有效性，输出最优质量的影像；为保障设备适配性，避免设备使用性能下降。唯有持有商检证明、出厂合格证等合法资质，且与主机注册类型一致的进口球管，方可作为合格产品投入正常使用。 经核查商务部、海关总署等部门最新发布的相关法律法规，本次采购的球管不属于《中国政府禁止进口、限制进口产品目录》列明的禁止或限制进口产品，未列入 2026 年各核心进口限制清单。 拟采购的医用血管造影 X 射线机球管属于处于专利、专有技术保护期内的不可替代产品，目前国内无同类替代产品，仅可采购进口球管实现设备配套；进口产品性能稳定性佳、技术指标达标、功能完备、设计合理，可充分满足临床使用需求。为保障医用血管造影 X 射线机正常运行，提供精准的医学影像诊断支撑，保障手术安全，确保设备运行符合相关安全标准，保障患者与操作人员的安全。特此申请采购进口品牌医用血管造影 X 射线机球管。	
三、专家论证意见	
1. 技术适用范围：进口 DSA 球管作为设备核心部件，其接口协议、电气参数及软件控制系统均与原厂设备深度绑定，非原厂进口球管无法实现完全兼容，可能导致设备性能下降、图像质量不达标或触发系统安全保护机制。 2. 技术创新性：进口球管在热管理、焦点稳定性等硬指标上处于国际先进水平，尤其在连续高负荷工作场景下，损耗率更低，能支持高端医疗需求，而国产同类产品则无法实现此功能。 3. 技术先进性：进口球管可提供阻抗测量、组织贴靠指示等智能化功能，主动参与手术过程反馈，而国产球管在这些方面仍有差距。 4. 可持续性：目前科室的人员配备能够满足设备运行需求，由进口厂家免费提供操作培训、维护保养、理论知识培训等指导，在后期跟踪及疑问解答至项目开展，适合科室业务发展，能够满足科室治疗需求。 鉴于国内产品无法满足该单位临床使用需求，在当前国产 DSA 球管尚未完全成熟的情况下，采购进口球管仍是保障医疗安全、设备性能和合规运营的必要选择。建议该单位采购进口球管。 专家签字：黄锦康 李斌 郭磊 梁峰 吴敏明 2026 年 6 月 3 日	

表 4

政府采购进口产品论证专家成员名单

申请单位（公章）

姓名	工作单位	专业	职务或职称	专家签字	联系电话
黄锦康	贺州市人民医院	生物医学工程	高级工程师	黄锦康	17877501808
宁业兴	贺州市中医医院	放射医学	副主任医师	宁业兴	1357660018
莫昭芳	广西律师协会	法学	律师	莫昭芳	1507817215
谭世华	贺州市公安局	公安管理	副主任医师	谭世华	1397896756
吴敏明	贺州市公安局	临床医学	副主任医师	吴敏明	1890784212

注：1.专家组应当由 5 人以上的单数组成，其中必须包括 1 名法律专家。

2.产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家，并且与采购人或采购代理机构没有经济和行政隶属等关系。

3.采购人代表不得作为专家组成员参与论证。

4.参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目工作的采购评审工作。

5.请复印专家身份证和资格证书各一份，并加盖申请单位公章。

6.上述表格一式 3 份，采购单位 1 份、采购办 1 份、代理机构 1 份。

7.如提供虚假材料，应承担相应的法律责任。