

# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HCZC2026-J1-270002-GXRY

原公告的采购项目名称：巴马瑶族自治县人民医院 2 台血液透析滤过机采购项目

首次公告日期：2026 年 3 月 3 日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告 谈判文件

更正内容：1、

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲1. 支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和 On-line HF 的治疗模式。	▲1. 支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 等治疗模式。
2	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲3. 快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作	3. 快捷窗口：一键式图标按钮便利操作人员轻松操作
3	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲4. 拥有 4 色报警灯，可帮助医护及时准确判断报警类型	4. 拥有 4 色报警灯，可帮助医护及时准确判断报警类型
4	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲5. 电源 AC 220V±10%，50/60HZ。	5. 电源 AC 220V±10%，50/60HZ。
5	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	6. 具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。	▲6. 具有自动预冲、自动回血、自动消毒功能。
6	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲11. 透析液流速 0.300~800ml/min 可调、执行高低流量透析功能。	11. 透析液流速 300~700ml/min 可调、执行高低流量透析功能。
7	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲12. 透析液温度调整范围：30~40℃ 设有过温保护装置。	12. 透析液温度调整范围：30~40℃ 设有过温保护装置。
8	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲13. 血液流速 流速范围：0.20~600ml/min 连续可调	13. 血液流速 流速范围：0.20~600ml/min 连续可调
9	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲14. 肝素流速 流速范围：0.0~10ml/h 设有快速注射，持续注射与肝素自动预停功能。	14. 肝素流速 流速范围：0.0~9.9mV/h 设有快速注射持续注射与肝素自动预停功能。

10	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲15. 空汽侦测 采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上)	15. 空汽侦测 采用超声波探测原理可侦测血路管内气泡(最小容积0.02ml以上)
11	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲17. UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 20 分钟以上, 标准配置后备电池组件, 支持血泵运转和安全监测等功能。	▲17. UPS 内置的后备电源, 断电后可维持 30 分钟以上, 标准配置后备电池组件, 支持血泵运转和安全监测等功能。
12	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲20. 漏血检测与报警: 光电式红绿双色漏血检测功能。	20. 漏血检测与报警: 光电式红绿双色漏血检测功能。
13	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲21 具有监测动脉压、静脉压、跨膜压等功能。	▲21 具有监测动脉压、静脉压、跨膜压、透析液压、漏血报警等功能。
14	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲26. 脱水速度: 0.00; 0.10~4.00L/h	26. 脱水速度: 0.00; 0.10~4.00L/h
15	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲27. 透析液浓度: 测量范围: 10~20.0 mS/cm。	27. 透析液浓度: 测量范围: 12.8~16mS/cm。
16	项目采购需求和说明中“技术规格、参数”	▲29. 透析液流量: 300~800ml/min, 连续可调。	删除
17	项目采购需求和说明中“采购项目技术规格、参数及要求”	不带“▲”的技术指标出现负偏离或不满足项数不得超过 2 项, 否则作为竞标无效要求处理。	不带“▲”的技术指标出现负偏离或不满足项数不得超过 5 项, 否则作为竞标无效要求处理。

2、本项目竞争性谈判文件原截止时间、开标时间暂时延期, 具体时间另行通知; 现将响应文件截止时间、开标时间确定为: 2026 年 5 月 12 日 11 时 00 分。

注: 供应商未及时关注本项目指定网站发布的本公告造成的损失, 由供应商自行承担。

更正日期: 2026 年 05 月 07 日

### 三、其他补充事宜

网上公告媒体查询: 中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网 (<https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广西·巴马) (<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/baxggzy>);

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：巴马瑶族自治县人民医院  
地址：巴马县巴马镇新兴街 186 号  
联系方式：0778-2427083

2. 采购代理机构信息：

名称：广西睿翼工程咨询有限公司  
地址：河池市金城江区金城中路 2-4 号铜鼓园写字楼 3 楼  
联系方式：0778-2211981

3. 项目联系方式

项目联系人：陈恩松、罗荣菊 电话：0778-2211981

4. 监督部门：巴马瑶族自治县财政局 联系电话：0778-6221733

5. 交易服务单位：巴马瑶族自治县公共资源交易中心 联系电话：  
0778-6216482