

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 孙意
	职称： 律师
	工作单位： 广西江力律师事务所
项目信息	项目名称： CT球管采购项目
	供应商名称： 北京天勤安捷技术发展有限公司
专业人员论证 意见	<p>1. 由于佳能 Aquilion lightning CT的球管规格尺寸均为该厂家专有。目前市面上其他品牌的CT球管均无法与原有CT机装机匹配，无法确保设备的兼容及互通，所以只能采购原品牌的CT机球管。</p> <p>2. 原品牌进口CT球管系专门为该机型设计制造，可确保与主机严格匹配，不降低使用性能，并能有效防止因球管不兼容导致机器停机时间延长，从而保障临床、科研、教学工作持续开展。同时，原装配件经原厂安全认证，符合医疗器械管理规范。</p> <p>3. 原品牌进口CT球管技术成熟，使用寿命长，曝光次数多，球管阳极热容量不小于5.0MHU；球管最高管电压不小于150kV，球管焦点为小焦点0.9mm×0.7mm、大焦点1.4mm×1.4mm；采用液态金属轴承高端技术，散热与运行稳定性优异。</p>

	<p>因本项目具有特殊性及不可替代性,只能从原厂家采购原品牌进口CT球管,因此特申请采购原品牌进口CT球管。</p> <p>为了保障医院业务顺利开展,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项“只能从唯一供应商处采购的”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定,特建议本项目采用单一来源采购方式,由北京天勤安捷技术发展有限公司作为本项目单一来源供应商,CT球管生产厂家为佳能医疗系统(中国)有限公司,北京天勤安捷技术发展有限公司是佳能医疗系统(中国)有限公司广西区域内唯一的授权特许经销商。</p>	
<p>专业人员签字</p>	<p>孙意</p>	<p>日期: 2026年5月12日</p>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见


<p>专业人员信息</p>	<p>姓名：崔惠勤</p>
	<p>职称：主任医师</p>
	<p>工作单位：广西柳钢医院</p>
<p>项目信息</p>	<p>项目名称：CT球管采购项目</p>
	<p>供应商名称：北京天勤安捷技术发展有限公司</p>
<p>专业人员论证意见</p>	<p>1. 由于现有 Aquilion Lightning CT 的球管规格尺寸均为原厂家独有。经调查，市面上其他品牌的 CT 机球管均无法与原有 CT 机装机匹配，无法确保设备的兼容及互通，只能采购原品牌的 CT 机球管。</p> <p>2. 原品牌进口 CT 球管能保证设备的稳定性及安全性，并且不降低其使用性能，同时也为了防止因球管问题造成设备停机时间过长，影响到医院临床、科研及教学工作。</p> <p>3. 原品牌进口 CT 球管技术成熟，使用寿命长，曝光次数多，球管阳极热容量不小于 5.0MHU，最高管电压不小于 135KV，球管焦点为小焦点 0.9MMx0.7MM/，大焦点 1.4MMx1.4MM。并使用液态金属轴承高端技术。</p> <p>因本项目具有特殊性且不可替代性，只能从原厂家采购原品牌进口 CT 球管，因此特申请采购原品牌进口 CT 球管。</p>

	<p>为了保障医院业务顺利开展,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)“只能从唯一供应商处采购的”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定本人建议本项目采用单一来源采购方式,由北京天勤安捷技术发展有限公司作为本项目单一来源供应商,CT球管生产厂家为佳能医疗系统(中国)有限公司,北京天勤安捷技术发展有限公司是佳能医疗系统(中国)有限公司广西区域内唯一的授权特许经营商。</p>	
<p>专业人员签字</p>	<p>崔惠勤</p>	<p>日期: 2026年5月12日</p>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>梁纯明</u>
	职称: <u>副主任医师</u>
	工作单位: <u>柳州市柳北区胜利街迤北区社区卫生中心</u>
项目信息	项目名称: <u>CT球管采购项目</u>
	供应商名称: <u>北京天勤安捷技术发展有限公司</u>
专业人员论证 意见	<p>1. 由于佳能Aquilion Lightning CT的球管规格尺寸均为原厂独有。经市场调研,其他品牌的CT机球管均无法与原有CT机型相匹配,无法确保设备的兼容及互用,所以只能采购原品牌的CT机球管。</p> <p>2. 原品牌进口CT球管能确保设备的匹配性及安全,且不会降低其他性能,同时也为了防止因球管问题造成机器停机时间过长,从而影响到医院临床,科研教学等。</p> <p>3. 原品牌进口CT球管技术成熟,使用寿命长,曝光剂量,球管阳极热容量不小于5.0MHU,球管最高管电压不小于135KV,球管焦点为小焦点0.9mm x 0.7mm/大焦点1.4mm x 1.4mm,使用液态金属轴承密封技术,过热材料具有自带芯片过热保护装置。同时免费提供2年CT技术支持。</p> <p>为了保障医院业务顺利开展,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)项“只能从唯一供应商处采购的”和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的相关规定,本人建议本项目采用单一来源采购方式,由北京天勤安捷技术发展有限公司作为本次项目单一来源供应商,CT球管生产厂家为佳能医疗系统(中国)有限公司,北京天勤安捷技术发展有限公司是佳能医疗系统(中国)有限公司广西区域唯一的授权特许经销商。</p>

专业人员签字		日期：2026年5月12日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。