

质疑函

致：广西交投宏冠工程咨询有限公司

关于广西职业师范学院，采购项目编号：**GXZC2026-J1-000620-GXJT**，项目名称：**数智检测实验室设备设施采购项目**。第三章 采购需求中：设备第 5 项，水泥胶砂搅拌机所有转速参数为旧标准，已作废（详见附件标准 **JC/T 681-2022**）；第 7 项，水泥胶砂振实台参数第 3.部分振动部分重量 **kg: 20±0.5**；依据中华人民共和国建材行业标准（**JC/T 682-2022**）水泥胶砂试体成型振实台标准：技术要求第 **5.3** 台盘总质量（包括摆动臂、模套和锁紧机构）为 **13.75±0.25kg**，并将实测数据标识在台盘的侧面（详见附件）；为依据：存在中标单位存在虚假应标；或者采购单位在采购之前未考察清设备参数，存在不平等因数。符合第三章采购需求第 2 点，应按实质性要求对投标单位的响应文件做无效处理条款。

质疑单位：南宁三字检测设备有限公司



日期：2026年4月21日