

竞标报价表

项目名称： 2026年现代职业教育质量提升计划项目

项目编号： GXZC2026-J1-001444-GXJD

分标号： 标项1、粮食工程实训室建设项目（办学条件项目）

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	化学品专用储物柜	1个	嘉明	定制	金华嘉明实验设备有限公司	金华	上下两层各带锁，规格W900mm×D450mm×H1800mm	2500	2500
2	容重器	1个	东方衡器	HGT 1000A型	上海东方衡器有限公司	上海	技术参数： 容量筒容积：（ml）1000 最大称量：（g）1000 最小分度：（g）1。 恒温控制范围和精度：90 - 180° C±2° C 水分比率刻度：0 - 25% 规定称量：（g）10 称量分度：（g）0.02	2300	2300
3	碎米分离器	1个	科铭光电	FOS-13X 20	杭州科铭光电科技有限公司	杭州	转速范围：28转/分钟 电机功率：40W至60W	1800	1800
4	分光光度计	1个	上海美谱达	PV1	上海美谱达仪器有限公司	上海	1. 技术参数： 1.1. 光源：钨灯 1.2. 光谱带宽：4 nm 1.3. 波长范围：320 ~ 1050 nm 1.4. 波长准确度：±0.8 nm 1.5. 波长重复性：0.2 nm 1.6. 波长显示：0.1 nm 1.7. 波长移动速度：10000 nm/min 1.8. 扫描速度：100 ~ 4200 nm/min（PC型） 1.9. 光度范围：-0.301 ~ 3 A, 0 ~ 200 %T, 0 ~ 9999.9 C 1.10. 光度准确度：±0.003 A @0.5 A, ±0.006	12000	12000

					<p>A @1 A, $\pm 0.5 \%T @ 0 \sim 100 \%T$</p> <p>1. 11. 光度重复性: 0.002 A @0.5 A, 0.003 A @1 A, 0.15 %T @ $0 \sim 100 \%T$</p> <p>1. 12. 噪声: 0.002 A @ 500 nm</p> <p>1. 13. 漂移: 0.002 A/h @ 500 nm, 预热 2 小时后</p> <p>1. 14. 基线平直度: $\pm 0.002 A$</p> <p>1. 15. 杂散光: 0.2%T @ 360 nm</p> <p>1. 16. 测量模式: 光度测量, 定量测量</p> <p>1. 17. 接收器: 硅光电池</p> <p>1. 18. 样品池架: 10 mm 手动四联池架</p> <p>1. 19. 显示: 5 英寸 TFT 彩色触摸屏</p> <p>1. 20. 存储: 236 KB (内置), 无限制扩展 (USB 扩展)</p> <p>1. 21. 接口: RS232 串口 $\times 1$ (打印机), USB-A $\times 1$ (USB 存储器), USB-B $\times 1$ (电脑)</p> <p>1. 22. 电源: 100 \sim 240 V AC, 50/60 Hz, 75 W</p> <p>1. 23. 尺寸: 456(W) \times 360 (D) \times 185 (H) mm</p> <p>1. 24. 重量: 10.5 kg</p> <p>2. 仪器性能:</p> <p>▲2. 1. 内置至少中国、英国、德国、法国、意大利、葡萄牙等多国语言, 多国语言任意切换; 供应商需提供相关证明材料 (包括但不限于彩页、官网和功能截图等); 相关证明材料详见 P44 页附件</p> <p>2. 2. 采用低杂散光的 1200 l/mm 的全息光栅, 优化的光路设计, 保证仪器更高的测量精度;</p> <p>2. 3. 全铝压铸底座和全模</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>具化的塑壳，仪器更加坚固，耐用；</p> <p>2.4. 全新的波长驱动机构，大幅提高了波长精度和重复性，有效降低运行噪声；</p> <p>2.5. 开机自校准系统和预热倒计时；</p> <p>2.6. 自动移动波长到设定位置，自动校零；</p> <p>2.7. 可通过 USB 连接个人电脑，使用软件反控仪器，丰富和扩展应用；</p> <p>2.8. 同时支持基于 PCL3 GUI 协议的 USB 通用打印机和串口微型打印机；</p> <p>3、数据输出系统：</p> <p>▲3.1、为保证屏幕色彩显示真实度，显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率 90%；供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>▲3.2、为了适应日常使用和更好的视频播放体验，显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项；供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>▲3.3、为保证教师、学生的用眼舒适，显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例 50%；供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>3.4、为确保终端实验数据安全，机器要求带软件功能：</p> <p>3.5、服务端支持 CentOS 7.6/ RedHat7 或以上版本</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



									<p>操作系统。客户端支持多类型操作系统，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows Vista ultimate/Windows 7/Windows 8/Windows 10 操作系统、Windows Server 2003_R2/2008_R2/2012/2016/2019 操作系统、Red Hat Linux 5.4/5.6/6.8 /CentOS 7.6 操作系统。</p> <p>▲3.6、支持终端用户查看客户端系统当前 CPU 和内存的实时性能，同时可查看客户端程序的 CPU 和内存占用率。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>3.7、提供多引擎查杀矩阵，包括云查杀引擎、大数据特征引擎、自学习智能引擎以及脚本引擎，客户端支持以图形化方式展示各个引擎的信息。</p> <p>▲3.8、提供多维度防护体系，包含浏览器防护、系统防护、入口防护和上网防护 4 大类。其中浏览器防护包含网页安全防护、网购安全防护、搜索安全防护、邮件安全防护、锁定浏览器（如 IE、Edge、360 浏览器）；系统防护包含网络安全防护、摄像头防护、文件系统防护、驱动防护、进程防护、注册表防护、系统安全防护、核晶防护、键盘记录防护，其中核晶防护可利用 CPU 的硬件虚拟化机制，增强 64 位系统的安全防护；入口防护包含聊天安全防护、下载安全防护、U 盘</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>安全防护、黑客入侵防护、局域网防护，其中黑客入侵防护能自动阻止高风险的远程登录行为；上网防护包含反勒索防护。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>▲3.9、服务端不联网的情况下，可通过离线工具把漏洞库（补丁库）、补丁文件上传到服务端。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>▲3.10、管理员可以查看服务端已存在的补丁文件及总大小。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）相关证明材料详见 P46-47 页附件</p> <p>3.11、服务端支持查看病毒扫描的触发方式，通过触发方式可以确定扫描行为是管理员触发、终端本地用户触发、定时扫描触发或者是实时监控触发。</p> <p>3.12、客户端支持漏洞扫描，对扫描出的操作系统漏洞、Microsoft Office 软件漏洞能执行一键修复，可以忽略指定补丁。客户端可查看已安装的补丁、已忽略的补丁，可按照 KB 号卸载指定补丁。终端用户可清理补丁安装包，减少对磁盘空间的占用。</p> <p>▲3.13、客户端提供宏病毒专项扫描功能，终端用户可对客户端执行宏病毒</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





扫描，发现是否存在宏病毒。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）

相关证明材料详见

P46-47 页附件

3.14、记录终端硬件信息，包括 CPU 型号、内存大小、硬盘、主板、显卡、网卡、声卡、显示器信息以及 SN 码，支持导出硬件信息；可显示终端上次关机时间、本次开机时间。可记录客户端的硬件变更信息，包括变更类型、变更项目、原配置、新配置以及变更时间，可导出终端硬件变更日志。

▲3.15、终端用户可根据终端硬件配置情况以及查杀需求搭配不同的引擎组合；在保持云查杀引擎强制开启不可修改的同时，终端用户可单独启用或关闭其他引擎的病毒查杀及实时防护功能，通过引擎图标的数据显示状态直观展示引擎是否被启用，以此实现灵活的多引擎组合查杀效果。供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）

相关证明材料详见

P46-47 页附件

4. 配置

- 4.1. 主机：一台
- 4.2. 电源线：一根
- 4.3. 玻璃比色皿：一盒（一盒四支，光程 1cm）
- 4.4. 电子版主机说明书：放置 U 盘中
- 4.5. 电子版软件说明书：放置 U 盘中
- 4.6. 软件安装包：放置 U 盘中
- 4.7. U 盘：一个

							4.8. 防尘罩：一个 4.9. 合格证：一张		
5	电热鼓风干燥箱	1个	毕恩思	DHG-924 0AD	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	上海	1、电源电压：220V 50Hz 2、控温范围：RT +10~250℃ 3、恒温波动度：±1℃ 4、温度分辨率：0.1℃ ▲5、高温托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/块（相当于 4.2KN）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于 10 的 13 次方为绝缘体）、耐高温 700 度（5 分钟测试表面无可见变化为合格），可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）供应商需提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图等）（ 相关材料详见 P48-60 页附件 ） 6、输入功率：2470W 7、内胆尺寸（mm）W×D×H：600×550×750 8、外形尺寸（mm）W×D×H：880×770×930 9、载物托架（标配）：2 块 10、定时范围：1-9999 min 11、备注：合资电机、可控硅、免保 1 年 12、配置：主机一台包含程序控温液晶仪表、托架 2 块，高温托盘 2 块、1 年质保保修卡一张、说明书一份、合格证一张、电源一根；	5500	5500
6	磷化氢蒸馏吸收装置	4 个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	气体吸收管：20mL。洗气瓶：250mL。分液漏斗：250mL、装有与三颈瓶配套的胶塞。	300	1200
7	体视显微	1 个	博利	NSZ-405	宁波博利光	宁波	一、特点：具有高性能、	6000	6000

	镜		光学		学仪器有限公司	<p>高品质的优点，同时又有很高的性价比；光学部件，可形成清晰的高对比度图像，并确保大精神下图像的平场度。符合人机工程设计简化了调节和操作，可减轻长时间观察而产生的疲劳。连续变倍比 1:4.5，大视场目镜；可广泛应用于：学校教学在自然科学方面的培训和教育；医疗机构的日常检查；精密制造业的装配、测试、测量以及品质管控。</p> <p>二、技术参数</p> <p>1 观察镜筒：铰链式双目视镜体，倾角 45 度，双目瞳距调节范围 55-75mm；屈光度可调，满足不同视力水平</p> <p>2 目镜：大视场视度可调平场目镜 EW10X/20</p> <p>3 变倍物镜：1X-4.5X</p> <p>4 连续变倍比：4.5:1</p> <p>5 工作距离：97mm，高清晰度、大视场以及长工作距离等逼真再现物体的三维影像</p> <p>6 照明：上下 LED 冷光源照明，亮度连续可调</p> <p>7 选配 WF20X 目镜、2X 辅助物镜</p> <p>三、配置清单</p> <p>1 镜体：双筒体视镜体(带 1X-4.5X 变倍体) 1 套</p> <p>2 目镜：视度可调 EW10X 目镜 1 对</p> <p>3 主机架（带调焦机构和上下 LED 光源） 1 台</p> <p>4 载物板：黑白板 1 块</p> <p>5 电源线：国内常规三插电源线 1 根</p> <p>6 合格证： 1 份</p> <p>7 说明书： 1 份</p> <p>8 防尘罩： 1 个</p>			
8	正压式空	1 个	恒泰	RHZK6.8	浙江恒泰安	浙江	包括背架、气瓶和面罩等	4000	4000



	气呼吸器				全设备有限公司		6.8L 碳纤维瓶空气呼吸器（含电子报警）		
9	气体检测箱	1 个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	不锈钢磷化氢检测箱材质：304 不锈钢， 长：34.5cm 宽：17cm 高：29.5cm 气芯阀数：6 气体检测管长度：40 厘米	800	800
10	量筒	5 支	泰美	50ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	50 mL，玻璃材质。	5	25
11	量筒	10 支	泰美	10ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	10 mL，玻璃材质。	4	40
12	聚乙烯试剂瓶	5 只	泰美	250ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	250 mL	2	10
13	一次性滴管	3 包	泰美	3ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	3ml 100 支/包，塑料材质。	9	27
14	一次性滴管	1 包	泰美	5ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	5ml 100/包，塑料材质。	12	12
15	玻璃棒	10 支	泰美	20cm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	20cm、直径 4mm	3	30
16	吸耳球	6 只	泰美	大号	福州泰美实验仪器有限公司	福州	规格：直径 52mm，橡胶材质。	5	30
17	定性滤纸	5 盒	通达	Φ12.5	富阳市通达滤纸厂	富阳	Φ12.5 cm 中速（100 片）	9	45
18	细棉纱手套	20 双	泰美	650 优棉	福州泰美实验仪器有限公司	福州	纯棉材质，薄款。	3	60
19	计算器	4 个	泰美	837N	福州泰美实验仪器有限公司	福州	计算器：按键面板材质：塑料 屏幕材质：LCD 适配电池：7 号电池 屏幕最大显示位数：12 位数	15	60
20	记号笔	2 盒	泰美	G-0906	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长 154mm 红、黑两色 12 支/盒 各一盒	28	56
21	计时器	6 个	泰美	DM-FXDS	福州泰美实	福州	具有倒计时功能	15	90

				Q	验仪器有限公司				
22	KOH(固体)	1 瓶	大茂	AR500g	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯 500g	15	15
23	蒸馏水机	1 套	上海江星	YA-ZD	上海江星仪器有限公司	上海	功率: 4.5KW 蒸馏水/冷却水: 1:8.5 蒸馏水产量: 5L/H 电源电压: 交流 220V	900	900
24	分度吸量管	10 支	泰美	1mL	福州泰美实验仪器有限公司	福州	A 级 1mL, 玻璃材质。	25	250
25	分度吸量管	20 支	泰美	5mL	福州泰美实验仪器有限公司	福州	A 级 5mL, 玻璃材质。	35	700
26	分度吸量管	6 支	泰美	10mL	福州泰美实验仪器有限公司	福州	A 级 10mL, 玻璃材质。	40	240
27	具塞比色管	50 支	泰美	50ML	福州泰美实验仪器有限公司	福州	50 mL, 玻璃材质。	8	400
28	量筒	10 只	泰美	100ML	福州泰美实验仪器有限公司	福州	100 mL, 玻璃材质。	7	70
29	玻璃烧杯	6 只	泰美	500ML	福州泰美实验仪器有限公司	福州	500mL, 玻璃材质。	7	42
30	玻璃烧杯	8 只	泰美	1000ML	福州泰美实验仪器有限公司	福州	1000mL, 玻璃材质。	9	54
31	电陶炉	2 台	泰美	2kW	福州泰美实验仪器有限公司	福州	2kW 可调式封闭电炉	150	300
32	水浴铜锅	2 只	泰美	1000ML	福州泰美实验仪器有限公司	福州	1000 mL 直径 15cm	140	280
33	水力抽气管	3 个	泰美	1281	福州泰美实验仪器有限公司	福州	球形 配水龙头密封接口	80	240
34	气体吸收管管架	2 只	泰美	U 型	福州泰美实验仪器有限公司	福州	6 孔	85	170
35	比色管架	2 只	泰美	1*12 孔	福州泰美实验仪器有限公司	福州	12 孔, 50 mL	18	36
36	玻璃砂芯	2 套	泰美	500ML	福州泰美实	福州	500ml	350	700

	抽滤装置				验仪器有限公司				
37	循环水抽滤泵 (水力抽气泵)	1套	泰美	SHZ-D(II)ABS	福州泰美实验仪器有限公司	福州	真空泵与玻璃砂芯过滤装置配套使用, 配套乳胶管	1900	1900
38	乳胶管	2米	泰美	40617312	福州泰美实验仪器有限公司	福州	粗细可与导气管、洗气瓶、吸收管配合 2m及5段与设备适配的短管,	4	8
39	剪刀	4把	泰美	6009-S	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长170mm	15	60
40	铁架台	3个	泰美	TXT-60	福州泰美实验仪器有限公司	福州	配备2只十字夹、1只万用夹、1只铁三环、1个蝴蝶夹	80	240
41	称量盘	6只	泰美	大号	福州泰美实验仪器有限公司	福州	船型 容量:120ml 聚苯乙烯材质	5	30
42	称量纸	5包	泰美	15*15CM	福州泰美实验仪器有限公司	福州	15cm×15cm, 优质木浆材质。	20	100
43	铬酸洗液	1瓶	大茂	500ML	天津市大茂化学试剂厂	天津	5% 500ml	160	160
44	草酸钠基准物质	1瓶	大茂	100G	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯 100g	60	60
45	钼酸铵溶液	1瓶	大茂	500ML	天津市大茂化学试剂厂	天津	50 g/L, 500ml	140	140
46	氯化亚锡固体	1瓶	大茂	AR500g	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯 500g	230	230
47	无水亚硫酸钠固体	1瓶	大茂	AR500g	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯 500g	15	15
48	焦性没食子酸	1瓶	大茂	AR100g	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯 100g	60	60
49	无水磷酸二氢钾	1瓶	大茂	AR500g	天津市大茂化学试剂厂	天津	固体分析纯 500g	70	70
50	广口瓶	10个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	透明玻璃、磨砂口、250ml、500ml 各5个	12	120
51	细口瓶	10个	泰美	125ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	透明玻璃磨砂口、125ml 10个	15	150
52	细口瓶	4个	泰美	100ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	棕色玻璃磨砂口、100ml 4个	14	56

53	细口瓶	10 个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	棕色玻璃磨砂口、250、500ml 各 5 个	11	110
54	细口瓶	10 个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	透明玻璃磨砂口、250ml、500ml 各 5 个	11	110
55	细口塑料瓶	5 个	泰美	100ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	聚乙烯、100ml	2	10
56	洗瓶	5 个	泰美	500ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	聚乙烯、500ml	4	20
57	聚乙烯瓶	5 个	泰美	1000ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	聚乙烯、1000ml	4	20
58	聚乙烯瓶	5 个	泰美	500ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	聚乙烯、500ml	3	15
59	聚乙烯瓶	5 个	泰美	60ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	聚乙烯、60ml	3	15
60	无水乙醇	10 瓶	大茂	500ml	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯、500mL	12	120
61	95%乙醇	2 瓶	大茂	500ml	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯、500mL	12	24
62	实验室防护耐酸碱手套	4 双	泰美	L 码	福州泰美实验仪器有限公司	福州	耐强酸碱、工业用橡胶、防腐防滑	20	80
63	温度计	3 支	泰美	H-100	福州泰美实验仪器有限公司	福州	实验室用红水温度计、配挂绳	15	45
64	高型称量瓶	20 个	泰美	120210012	福州泰美实验仪器有限公司	福州	高硼硅玻璃 30mm×60mm 厚 1.5mm	8	160
65	样品箱	10 个	泰美	H-004	福州泰美实验仪器有限公司	福州	3L, 26cm×18cm×9cm, 材质: PP	14	140
66	样品盒	6 个	泰美	H-005	福州泰美实验仪器有限公司	福州	1.5L, 21cm×15cm×7.5cm, 材质: PP	9	54
67	手持放大镜	4 个	泰美	55356	福州泰美实验仪器有限公司	福州	10~20 倍, 主体塑料材质。	15	60
68	白瓷盘	3 个	泰美	30*50	福州泰美实验仪器有限公司	福州	300 mm×500 mm	40	120

					公司				
69	白瓷盘	4 个	泰美	20*30	福州泰美实验仪器有限公司	福州	200 mm×300 mm	25	100
70	眼科镊子	4 支	泰美	10cm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	10cm 弯头	8	32
71	记录板	6 块	泰美	LZ-WGKD BJ	福州泰美实验仪器有限公司	福州	A4 板夹，塑料材质。	15	90
72	毛笔	6 支	泰美	240mm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	羊毫材质，规格：笔杆长 240mm，口径 11mm。	17	102
73	整理箱	4 个	泰美	8069	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长 60cm×宽 42cm×高 35cm，内装高度 2/3 的净粮用于模拟粮堆，塑料材质。	80	320
74	试虫笼	6 个	泰美	150mm× 100mm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	透气且害虫无法逃逸的布袋，尺寸为 150mm×100mm，事先装好成虫虫态的试虫和饲料，使用密封夹夹紧袋口	4	24
75	密封夹	10 个	泰美	DF14462 7	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长 150mm，用于密封试虫笼，塑料材质。	1	10
76	小细绳	30 根	泰美	003	福州泰美实验仪器有限公司	福州	直径 3mm，系在试虫笼或密封夹上后剩余长度 25cm，尼龙材质。	1	30
77	毛巾	6 条	泰美	35*35cm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	用于清洁面罩，纯棉材质、规格：长 350mm×宽 350mm	7	42
78	广口瓶	3 只	泰美	1000ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	1000mL，同于存放试虫，玻璃材质。	9	27
79	血球计数板	12 块	泰美	0227011 3	福州泰美实验仪器有限公司	福州	25 个中方格，V 等于 0.1 mm ³ ，表面清洁无污物	25	300
80	盖玻片	10 盒	泰美	20*20mm	福州泰美实验仪器有限公司	福州	20mm×20mm、100 片/盒，玻璃材质	6	60
81	具塞试管	12 个	泰美	50ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	50 mL，带刻度，玻璃材质	6	72
82	计数器	4 个	泰美	THD	福州泰美实验仪器有限公司	福州	计数范围为 0~9999，转动式回零	17	68

					公司				
83	漏斗	4个	泰美	100ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	玻璃材质，锥形/三角形，容积100mL	7	28
84	滤布	12块	泰美	300M	福州泰美实验仪器有限公司	福州	尼龙网孔300目，尺寸10cm×10cm	15	180
85	聚乙烯放水桶	2只	泰美	001	福州泰美实验仪器有限公司	福州	耐强酸碱10L，下口瓶，塑料龙头瓶	80	160
86	垃圾桶	4个	泰美	RH7346	福州泰美实验仪器有限公司	福州	用于存放饲料、粮食样品等废弃物	16	64
87	通风测试装置	1套	泰美	CZTY-400	福州泰美实验仪器有限公司	福州	1. 通风机：附风机性能曲线图、3.15A、0.75KW、2P； 2. 测试管道：外径400mm，壁厚为10mm；长度4m，用两副管架支撑，两端分别与风机和仓房连接。测试管道上设置4个分别标有A、B、C和D的测试截面，每个截面在水平和垂直位置各钻1个直径10mm的测量孔； 3. 风量调节装置：安装在测试管道末端，用于调节风量大小	15000	15000
88	U型压差计+毕托管	1套	泰美	DPU	福州泰美实验仪器有限公司	福州	内注有色水液，量程3000Pa 1米乳胶管；（毕托管长度800mm，外径8mm）；厚壁硅胶管2条：长度1.5m。	600	600
89	数字式电子测温仪	1台	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	尺寸：204X100X35mm 测量范围：-55℃ ~ +125℃	3500	3500
90	测温电缆	1根	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	内置温度传感器3个，检测端与测温仪相匹配并引出模拟仓房外	70	70
91	卷尺	2个	泰美	JC-01	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长3000mm，ABS外壳	6	12
92	透明胶带	6卷	泰美	50mm*100m	福州泰美实验仪器有限公司	福州	宽50mm，长100m	8	48
93	电工胶带	3卷	泰美	30mm*50m	福州泰美实验仪器有限公司	福州	宽30mm，长50m	9	27

					公司				
94	安全警示带	10 卷	泰美	5/50	福州泰美实验仪器有限公司	福州	50 米/卷, 宽 5cm, PE 材质	4	40
95	酒精棉	5 瓶	泰美	JC-01	福州泰美实验仪器有限公司	福州	90 粒 (球状)	15	75
96	工作台	2 张	泰美	TB-0010	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长 180cm×宽 90cm, 冷轧钢材	1500	3000
97	PE 雨布	1 块	泰美	513	福州泰美实验仪器有限公司	福州	长 4×宽 8 米	120	120
98	无水乙醇	3 瓶	大茂	AR2. 5L	天津市大茂化学试剂厂	天津	2. 5L	60	180
99	风量调节阀	1 个	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	直径 400mm, 不锈钢材质	300	300
100	分样器	1 台	科铭光电	JFYZ-A	杭州科铭光电科技有限公司	杭州	钟鼎式, 不锈钢材质	1200	1200
101	磨谷机	1 台	科铭光电	JLC-III	杭州科铭光电科技有限公司	杭州	电 源: 220V 50Hz 总功率: 180W	9800	9800
102	天平	1 台	华志	PTF-A200U	华志福建电子科技有限公司	福建	感量 0. 1g, 量程 3000g, 方盘	260	260
103	粮虫标本	1 盒	泰美	定制	福州泰美实验仪器有限公司	福州	50 种储粮害虫标本	13915	13915
104	正压式空气呼吸器	1 台	恒泰	RHZK6. 8	浙江恒泰安全设备有限公司	浙江	尺寸 (H×W×D) (590×290×160mm)	2500	2500
105	收纳箱	3 个	泰美	8613	福州泰美实验仪器有限公司	福州	81×60×48cm, 塑料	120	360
106	碱式滴定管	5 支	泰美	10ml	福州泰美实验仪器有限公司	福州	10ml, 喇叭口, 玻璃	80	400
107	钼酸铵	1 瓶	大茂	AR500g	天津市大茂化学试剂厂	天津	分析纯, 500g	300	300

合计金额大写: 人民币玖万捌仟玖佰元整 (¥98900.00)

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字或加盖 CA 签章，否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章（CA 签章）或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。


4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。

6. 如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件作无效处理。

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA 签章)]



供应商[公章（CA 签章）]：广西思力照生物科技有限公司

日期：2026 年 05 月 26 日

